

Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 Barcelona
Telèfon: 934 824 100
ics.gencat.cat

I-868/2022

En relació a la sol·licitud d'informe formulada des de l'Hospital Vall Hebron, per a la valoració d'uns criteris d'adjudicació que han de regir la contractació del subministrament de material fungible, cartutxos i analitzadors de gasos en sang i els corresponents reactius, controls, calibradors, material fungible complet per a la realització de la mesura de PH, gasos, ions, glucosa, lactat, bilirubina i cooximetria en sang arterial, venosa i capil·lar per als laboratoris de l'hospital, referència CS/AH01/1101291385/22/AMUP, aquesta Assessoria Jurídica emet el següent

INFORME

Examinats els criteris d'adjudicació que donen origen a la sol·licitud de l'informe, estimem que són prou detallats i ponderats, d'acord amb els principis de la contractació administrativa, per la qual cosa aquesta Assessoria Jurídica manifesta la seva conformitat.

Barcelona, 9 de maig de 2022

Xavier Ramírez Asencio
Lletrat de l'ICS

EXPEDIENT PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE, CARTUTXOS I ANALITZADORS DE GASOS EN SANG I ELS CORRESPONENTS REACTIUS, CONTROLS, CALIBRADORS, MATERIAL FUNGIBLE COMPLET PER A LA REALITZACIÓ DE LA MESURA DE PH, GASOS, IONS, GLUCOSA, LACTAT, BILIRUBINA I COOXIMETRIA EN SANG ARTERIAL, VENOSA I CAPIL·LAR PELS LABORATORIS CLÍNICS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON	Criteris d'adjudicació
	CS/AH01/1101291385/22/AMUP

CRITERIS AUTOMÀTICS OBJECTIUS

A- VALORACIÓ ECONÒMICA:

La puntuació econòmica màxima serà de 60 punts.

La puntuació màxima d'aquest criteri de 60 punts els rebrà la oferta més econòmica sempre que compleixi amb els requisits mínims indicats en el Plec de condicions tècniques. Les ofertes restants obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \right] \times P$$

Sent:

P: Punts criteri econòmic

IL: Import de licitació

Ov: Import de l'oferta econòmica a valorar

O_m: Import de la millor oferta presentada

Pv: Punts atorgats a la oferta

OAB: Preu per sota del qual l'oferta es considera anormalment baixa

En aplicació del que preveu a l'article 149.2 de la Llei de contractes del sector públic, es considerarà, en principi, com a ofertes anormalment baixes (OAB), les que queden indicades a l'article 85 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

En cas d'ofertes considerades anormalment baixes l'òrgan de contractació sol·licitarà a l'empresa licitadora un informe justificatiu de l'oferta econòmica presentada per a la seva valoració. En cas que la informació rebuda no expliqui satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos proposats, l'empresa licitadora quedarà automàticament exclosa del procés de licitació.

Tots els càlculs es faran amb imports sense IVA.

EXPEDIENT PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE, CARTUTXOS I ANALITZADORS DE GASOS EN SANG I ELS CORRESPONENTS REACTIUS, CONTROLS, CALIBRADORS, MATERIAL FUNGIBLE COMPLET PER A LA REALITZACIÓ DE LA MESURA DE PH, GASOS, IONS, GLUCOSA, LACTAT, BILIRUBINA I COOXIMETRIA EN SANG ARTERIAL, VENOSA I CAPIL·LAR PELS LABORATORIS CLÍNICS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Criteris d'adjudicació

CS/AH01/1101291385/22/AMUP

B- CRITERIS DE VALORACIÓ TÈCNICA AUTOMÀTICA:

La puntuació màxima de la valoració tècnica automàtica serà de 40 punts. Aquelles ofertes que no aconseguixin el 50% de la puntuació màxima en els "Criteris de valoració tècnica automàtica" quedaran exclosos de continuar en el procediment de licitació.

	CRITERIS DE VALORACIÓ	TIPUS DE VALOR	LLISTA VALORS	TOTAL PUNTS	TIPUS VALORACIÓ
B1	<u>Referents als analitzadors:</u> Cartutx únic amb tots els elements integrats: sensors, biosensors, calibradors, control de qualitat intern diari, tubs, fluídica completa, sonda de mostreig, cubeta de lectura de cooximetria i recipient de residus inclòs.	Escalat	1. S'integra tot el material en un cartutx: 12 punts 2. Si utilitza fins a dos cartutxos: 6 punts 3. Si utilitza més de dos cartutxos: 0 punts	12	Objectiva
B2	<u>Referent als reactius:</u> 1. Emmagatzematge dels paquets de reactius, sensors i dels materials de calibratge i de control a temperatura ambient fins la data de caducitat. 2. La caducitat dels reactius ha de ser superior o igual als 3 mesos des de la data de lliurament al distribuïdor logístic.	Escalat	1. Si compleix els dos requisits: 12 punts 2. Si compleix un dels dos requisits: 6 punts 3. Si no compleix cap requisit: 0 punts	12	Objectiva

EXPEDIENT PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE, CARTUTXOS I ANALITZADORS DE GASOS EN SANG I ELS CORRESPONENTS REACTIUS, CONTROLS, CALIBRADORS, MATERIAL FUNGIBLE COMPLET PER A LA REALITZACIÓ DE LA MESURA DE PH, GASOS, IONS, GLUCOSA, LACTAT, BILIRUBINA I COOXIMETRIA EN SANG ARTERIAL, VENOSA I CAPIL·LAR PELS LABORATORIS CLÍNICS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Criteris d'adjudicació

CS/AH01/1101291385/22/AMUP

B3	<u>Referents a la qualitat:</u> 1. Sistema que garanteixi la qualitat dels resultats mitjançant el processament automàtic d'un material de control després de cada mostra integrat en el cartutx de reactius de manera que es monitoritzi el desenvolupament de la reacció de manera continuada. 2. Disposar de materials de control de la qualitat addicional per tal de permetre el seu processament diari a 3 nivells de control.	Escalat	1. Si compleix 2 requisits: 10 punts 2. Si compleix un dels dos requisits: 5 punts 3. Si no compleix cap requisit: 0 punts	10	Objectiva
B4	<u>Referent al software:</u> 1. Disposar d'un software que permeti visualitzar l'estat dels equips de tota la instal·lació. 2. El software ha de permetre interactuar amb l'analitzador i realitzar accions remotes sobre el calibratge, el processament de control de la qualitat, el rentat o altres operacions que eviti el desplaçament del personal tècnic fins la unitat assistencial.	Escalat	1. Si compleix 2 requisits: 6 punts 2. Si compleix un dels dos requisits: 3 punts 3. Si no compleix cap requisit: 0 punts	6	Objectiva
TOTAL PUNTUACIÓ				40	

Dr. Tomàs Pumarola Suñé Director de Laboratoris Clínics
Hospital Universitari Vall d'Hebron



Barcelona, 28 d'abril de 2022