

Resolució d'inici de l'expedient SCS-2022-340

Expedient	SCS-2022-340	Modalitat	Contracte Públic
Unitat promotora	Equipaments		
Procediment	Basat per concreció de Tipus Subministraments condicions		
Objecte	Adquisició, a càrrec de l'Acord Marc 2021-101 per al subministrament d'un equip de radiologia vascular intervencionista (810) i d'un equip de radiologia neurovascular intervencionista (792) del Pla Inveat per a l'Hospital Universitari de Girona, Dr. Josep Trueta		

	Import base €	IVA €	Import amb IVA €
Valor estimat	1.738.566,00	-	-
Pressupost licitació	1.738.566,00	365.098,86	2.103.664,86
Termini d'execució	3 Mesos		

Nº lot	Descripció	Import base €	IVA €	Import total €	Valor estimat €	Termini execució
1	Equip de radiologia vascular intervencionista	725.300,00	152.313,00	877.613,00	725.300,00	3 Mesos
2	Equip de radiologia neurovascular intervencionista	1.013.266,00	212.785,86	1.226.051,86	1.013.266,00	3 Mesos

Vist l'informe justificatiu sobre la necessitat de contractar l'equipament mitjançant el procediment de concreció de condicions sense nova licitació establert a la clàusula 16.2.b del Plec de Clàusules Administratives Particulars de l'Acord Marc 2021/101 per al subministrament respectuós amb el medi ambient, d'equips de radiologia vascular intervencionista i neurovascular intervencionista per a diverses comunitats autònomes i organismes de la administració general de l'estat, de data 20 de maig de 2022.

Projecte finançat per la Unió Europea a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència NextGeneration EU, instrument financer de la inversió C18.I1. Pla d'inversió en equips d'alta tecnologia de l'SNS, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya.

D'acord amb el que disposa l'article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

En ús de les facultats que em confereix l'article 17.1.f de la Llei,15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya

RESOLC

- 1.- Iniciar l'expedient de contractació esmentat a càrrec del pressupost del Servei Català de la Salut
- 2.- Aprovar el Document de concreció de condicions (annex en el document)

Gemma Craywinckel Martí
Directora

Núm. de l'expedient: SCS-2022-340

CONCRECIÓ DE CONDICIONS PER A L' ADQUISICIÓ, A CÀRREC DE L'ACORD MARC 2021-101 PER AL SUBMINISTRAMENT D'UN EQUIP DE RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENCIONISTA (810) I D'UN EQUIP DE RADIOLOGIA NEUROVASCULAR INTERVENCIONISTA (792) DEL PLA INVEAT PER A L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA, DR. JOSEP TRUETA

A. OBJECTE

Adquisició, a càrrec de l'Acord Marc 2021-101 (Acord Marc per al subministrament respectuós amb el medi ambient, d'equips de radiologia vascular intervencionista i neurovascular intervencionista per a diverses comunitats autònomes i organismes de l'Administració General de l'Estat) per al subministrament d'un equip de radiologia vascular intervencionista (810) i d'un equip de radiologia neurovascular intervencionista (792) del Pla Inveat per a l'Hospital Universitari de Girona, Dr. Josep Trueta.

Lots: L'expedient es troba dividit en els següents lots:

Lot 1: Equip de radiologia vascular intervencionista

Lot 2: Equip de radiologia neurovascular intervencionista

Codi CPV: 33111721-1 Aparells per angiografia digital

Lot 1 Empreses invitades:

- SIEMENS HEALTHCARE, S.L
- CANON MEDICAL SYSTEMS S.A
- GE HEALTHCARE ESPAÑA, S.A
- PHILIPS IBÉRICA S.A

Lot 2 Empreses invitades:

- SIEMENS HEALTHCARE, S.L
- CANON MEDICAL SYSTEMS S.A
- GE HEALTHCARE ESPAÑA, S.A
- PHILIPS IBÉRICA S.A

B. DADES ECONÒMIQUES

Pressupost base de licitació: 2.103.664,86 € (IVA inclòs).

Valor estimat del contracte: 1.738.566,00 € (IVA exclòs)

C. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT

Partida pressupostària	Import	Exercici pressupostari
D/620000100/4120/2021	877.613,00	2022
D/620000100/4120/2021	1.226.051,86	2022

El contracte es finança amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

Projecte finançat per la Unió Europea a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència-NextGeneration EU, instrument financer de la inversió C18.I1. Pla d'inversió en equips d'alta tecnologia de l'SNS, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya.

D. TERMINI D'EXECUCIÓ, LLOC DE LLIURAMENT I RECEPCIÓ I FORMA DE PAGAMENT

El termini d'execució s'estableix en 3 mesos a comptar un cop transcorregut el termini d'interposició de recurs sense que s'hagi interposat recurs i en tot cas, fins el 31 de desembre de 2022.

Termini de lliurament: 3 mesos. Aquest termini començarà a comptar a partir de la comunicació que efectuarà a tal efecte el Servei Català de la Salut, una vegada iniciat el termini d'execució o simultàniament a aquest.

Lloc de lliurament: Hospital de Girona, Dr. Josep Trueta Ctra de França, s/n 17007 Girona

Persona de contacte: Magatzem: M. Àngel Berrio Martos
marcruillo.girona.ics@gencat.cat

E. TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT I PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ

Forma de tramitació: tramitació harmonitzada, contractació basada mitjançant concreció de condicions establert a la clàusula 16.2. b PCAP ACORD MARC 2021/101 de INGESA.

Les empreses invitades han de manifestar si estan en disposició d'oferir solució a les condicions o condicionants posats de manifest, amb els productes seleccionats a l'Acord Marc.

Un cop determinats els productes seleccionats que estan en disposició de donar solució als condicionants posats de manifest, quan hi hagi diferents solucions o en cas d'empat, el criteri de selecció entre aquests productes serà el preu establert a l'Acord Marc. Si amb el preu no es possible el desempat el criteri de desempat serà el següent:

- La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de contestació a la invitació, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte l'empresa licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla

Regulació: harmonitzada.

Les qüestions que puguin sorgir al llarg de la contractació basada seran resoltes mitjançant l'aplicació del PCAP i altres documents de l'Acord Marc de referència

F. PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

Les empreses invitades hauran d'enviar únicament l'Annex I del present document mitjançant la presentació telemàtica de les ofertes de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.

Previ a la resolució d'adjudicació, l'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d'aportar la documentació següent:

A. Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que no figurin en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea.

- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d'obrar i de la personalitat jurídica.
- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d'un altre i el document nacional d'identitat o el passaport.
- Documents acreditatiu d'alta en l'impost sobre activitats econòmiques a l'exercici corrent en l'epígraf corresponent o el darrer rebut de l'impost, acompanyat d'una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l'impost.
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva.
- Annex 2, 3 i 4 del present document.

B. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que figurin en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea.

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva.
- Documents acreditatiu d'alta en l'impost sobre activitats econòmiques a l'exercici corrent en l'epígraf corresponent o el darrer rebut de l'impost, acompanyat d'una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l'impost.
- Annex 2, 3 i 4 del present document .

G. CRITERIS DE CONCRECIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ

Els criteris a considerar addicionals a les prestacions requerides en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT), segons les necessitats assistencials del centre (informe justificatiu annex) és els següents:

LOT 1 Equip de radiologia vascular intervencionista

2. TUB DE RX

Millors característiques tèrmiques del tub:

- Major capacitat d'emmagatzematge tèrmic de l'ànode i/o cuirassa (MHU).

Superior a 5 MHU/min

- Major capacitat de dissipació tèrmica (KHU/minut) superior a 1.500 KHU/min

Justificació: permet realitzar procediments llargs i ús continuat de la sala sense que afecti al rendiment.

3. DETECTOR D'IMATGE (PANELL PLA)

Millors característiques del detector pla digital d'alta resolució:

- Major grandària; mínim 38 x 29,5

Justificació: Possibilitat d'obtenir imatge de més camp d'interès i millor localització anatòmica de la lesió, i polivalència entre especialitat.

- Major matriu d'adquisició mínim 2400 x 1900 píxels

Justificació: Una matriu més nombrosa implica un major nombre de píxels i per tant, una millor definició d'imatge.

- Menor mida de píxel inferior a 200 µm

Justificació: Un píxel més petit implica una millor definició d'imatge, i poder diferenciar entre estructures més petites.

- Major profunditat d'adquisició o rang dinàmic. 16 bits

Justificació: Un major rang dinàmic dota a la imatge de més informació (més nombre de grisos) i permet diferenciar millor els teixits.

- Major nombre de grandàries de camp reals (FOV) 8 camps

Justificació: Un major nombre de camps permet adaptar-se millor a la mida de la zona d'interès, reduint significativament la dosi a pacient. Els camps reals són de millor definició que els realitzats amb lupa.

4. ARC EN C DE SUPORT DEL CONJUNT

- Ancoratge de l'arc en C a terra o sostre en funció de la disponibilitat del centre: Terra

Justificació: Aquest criteri era a elecció del centre. En aquest cas s'ajusta més a l'opció de terra

5. TAULA DE PACIENT

- Taula amb angulació en Trendelemburg, antiTrendelemburg i lateral.

Justificació: Permet millorar la col·locació del pacient en determinats casos de recanalització venosa d'extremitats inferiors, i millorar la comoditat del pacient en determinats casos d'intolerància al decúbit com podria ser en la inserció de gastrostomies amb pacients amb malaltia de motoneurona.

- Control de totes les funcions personalitzables pròpies i integrades des de pantalla tàctil en la taula (amb/sense ratolí associat).

Justificació: Molt necessari al estar a la mateixa sala, 3 serveis diferents, amb diferents necessitats de distribució tan de les pantalles com de protocols d'adquisició d'imatge.

6. MONITORS DE VISUALITZACIÓ I CONSOLES DE PROCESSAMENT

- Estació de treball addicional independent amb possibilitat d'ubicació a distància de l'equip: Estació de treball addicional.

Justificació: Estació de treball addicionals que es pot ubicar a la sala d'informes de l'hospital, permeten millorar el flux de treball a la sala d'angiografia.

7. PROGRAMES I FUNCIONS

- Eines de perfusió mitjançant codi de colors.
- Eines avançades per a oncologia: detecció de tumors i vasos que els alimenten i eines per a realitzar ablacions guiades per escopia.

Justificació: Les diferents aplicacions de l'equip serveixen tan per al diagnòstic com al tractament; per exemple, aplicacions de perfusió tenen utilitat per a la valoració de resposta després de recanalitzacions en vasculatura perifèrica. Les eines avançades en oncologia tenen 2 aplicacions directes que és l'ajuda en els procediments tan de quimioembolització com de radioembolització hepàtica.

8. SISTEMES DE PROTECCIÓ I ACCESSORIS

- Sistema de dosimetria personal electrònica en temps real per a almenys 5 treballadors.

Justificació: Seguiment de la radiació rebuda pels professionals.

- Subministrament dels maniquins necessaris per a realitzar el control de qualitat d'imatge.

Justificació: element necessari per a realitzar els controls de qualitat de l'equip.

- Cortinetes protectores a banda i banda de la llitera.

Justificació: elements de protecció a la radiació, proporciona major seguretat.

9. ALTRES

- Millors en equipament complementari i imprescindible per al funcionament de la sala ofertes pel fabricant (injector, ecògraf intravascular, ...):

a) Ecògrafs vascular amb sonda lineal i convexa

Justificació: Necessari per poder visualitzar el sistema arterial, venós, hepàtic o renal... a temps real, proporcionant imatges d'alta qualitat per intervencions d'accés radial, intervencionisme abdominal. Habitualment és utilitzat com a monitoratge del punt d'accés.

L'accés guiat per ecografia a femorals ha sigut demostrat superior respecte el de palpació.

b) Ecògrafs Intravascular (IVUS)

Justificació: permet avaluar de forma precisa l'estat dels vasos i comprovació dels stents, això té una especial importància sobretot en cirurgia vascular i radiologia intervencionista i millorar el diagnòstic per a poder oferir millors tractaments.

c) Injector

Justificació: Necessari per a la realització amb als valors de flux i volum, on cal injectar contrast.

LOT 2 Equip de radiologia neurovascular intervencionista

2. TUB DE RX

Millors característiques tèrmiques del tub:

- Major capacitat d'emmagatzematge tèrmic de l'ànode i/o cuirassa (MHU). Superior a 5 MHU/min
- Major capacitat de dissipació tèrmica (KHU/minut) superior a 1.500 KHU/min

Justificació: permet realitzar procediments llargs i ús continuat de la sala sense que afecti al rendiment.

3. DETECTOR D'IMATGE (PANELL PLA) Principal el segon panell pot no tenir les mateixes característiques.

Millors característiques del detector pla digital d'alta resolució:

- Major grandària; mínim 38 x 29,5

Justificació: Possibilitat d'obtenir imatge de més camp d'interès i millor localització anatòmica de la lesió, i polivalència entre especialitat.

- Major matriu d'adquisició mínim 2400 x 1900 píxels

Justificació: Una matriu més nombrosa implica un major nombre de píxels i per tant, una millor definició d'imatge.

- Menor mida de píxel inferior a 200 µm

Justificació: Un píxel més petit implica una millor definició d'imatge, i poder diferenciar entre estructures més petites.

- Major profunditat d'adquisició o rang dinàmic. 16 bits

Justificació: Un major rang dinàmic dota a la imatge de més informació (més nombre de grisos) i permet diferenciar millor els teixits.

- Major nombre de grandàries de camp reals (FOV) 8 camps, incloent el camp de 11 x 11 cm

Justificació: Un major nombre de camps permet adaptar-se millor a la mida de la zona d'interès, reduint significativament la dosi a pacient. Els camps reals són de millor definició que els realitzats amb lupa.

5. TAULA DE PACIENT

- Taula amb angulació en Trendelemburg, antiTrendelemburg i lateral.

Justificació: La hipotensió arterial és una complicació relativament freqüent en pacients que són intervinguts sota anestèsia general, fins i tot, la hipotensió arterial es presenta en procediments amb sedació o anestèsia local, especialment si s'administra drogues com la Solinitrina (com en el cocktail antiespasmòdic de cateterisme radial, entre d'altres)vi en pacients hemodinàmicament inestables per sagnats actius. Per tant, la taula amb angulació en Trendelemburg i antiTrendelemburg és de gran ajuda en aquests casos, ajudant en la normalització de la tensió arterial i estabilitat hemodinàmica en situacions crítiques de shock hipovolèmic.

- Control de totes les funcions personalitzables pròpies i integrades des de pantalla tàctil en la taula (amb/sense ratolí associat).

Justificació: El control de totes les funcions personalitzables pròpies i integrades des de pantalla tàctil en la taula (amb/sense ratolí associat) és bàsic per facilitar la feina al intervencionista que està realitzant el cas. Sovint s'ha de consultar proves d'imatge externes, estudis de 3D o angiografies prèvies durant una embolització, pel que aquest aspecte trobem que ha de ser incorporat al nou angiògraf biplà.

7. PROGRAMES I FUNCIONS

- Possibilitat d'adquirir el CBCT en dues fases diferents amb una única injecció de contrast.

Justificació: La realització d'estudis de perfusió per a valorar la viabilitat del teixit cerebral és cada cop més important en el tractament integral de l'ictus i que ajuda en la presa de decisions. En aquest sentit, eines amb la possibilitat d'adquirir el CBCT en dues fases diferents amb una única injecció de contrast són de gran ajuda i eficàcia.

- Eines d'avaluació del flux sanguini en el got i en l'aneurisma en moments diferents de la intervenció per a verificar el resultat de l'implant o de l'actuació.

Justificació: La decisió sobre el millor tractament del aneurismes cerebrals no trencats, encara està en discussió, especialment en aquells pacients tractats (endovascularment o amb clipatge quirúrgic) amb recanalització parcial on indicar un segon tractament pot ésser de vegades, molt complicat. En aquest sentit, eines avançades de software com les de valoració del tipus de fluxe dins del sac aneurismàtic (clau en la seva evolució), poden ajudar en la decisió final sobre la necessitat o no d'un nou tractament, i també en casos de pacients amb aneurismes de

novo. També son d'utilitat per a conèixer la resposta a un tractament agut d'un aneurisma, ajudant en la predicció de recanalització del mateix. Considerem que aquests tipus de softwares son eines complementàries molt útils en el maneig de casos complexos com els aneurismes cerebrals, i poden ajudar a establir un millor tractament individualitzat, més enllà de les variables clàssiques de tamany i morfologia de l'aneurisma que tenen les seves limitacions evidents.

8. SISTEMES DE PROTECCIÓ I ACCESSORIS

- Sistema de dosimetria personal electrònica en temps real per a almenys 5 treballadors.

Justificació: Seguiment de la radiació rebuda pels professionals.

9. ALTRES

- Milliores en equipament complementari i imprescindible per al funcionament de la sala ofertes pel fabricant (injector, ecògraf intravascular, ...).

a) Ecògraf

Justificació: Actualment, qualsevol sala de Neurointervencionisme ha d'estar equipada amb un ecògraf. L'ús de la via arterial radial proximal i distal està augmentant els últims anys, a més a més, disposar d'un ecògraf és bàsic pel diagnòstic i maneig de les complicacions postpunció com son: pseudoaneurisma arterial, hematoma inguinal, oclusió artèria radia/femoral...

A més a més, és bàsic per realitzar punxions jugulars, que són habituals en l'embolització de patologia malformativa cerebral per via venosa. El fet de que es pugui integrar amb l'angiògraf amb visualització de les imatges a la pantalla principal de la sala, ajuda en l'ergonomia del professional sanitari que l'està utilitzant.

b) Injector

Justificació: Element bàsic per a la realització d'angiografies, estudis rotacionals, reconstruccions amb contrast tres implantació dels stents intracranials, etc.

c) Taula de suport per accés femoral

Justificació: element necessari per a l'accés femoral.

H. PENALITATS

Si l'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, l'Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 i següents de la LCSP.

I. GARANTIA DEFINITIVA

El 5% de l'import d'adjudicació del lot o lots adjudicats (sense IVA).

J. TERMINI DE GARANTIA

Un cop efectuada la recepció o conformitat, començarà el termini de garantia dels béns a que fa referència la clàusula 16.4.5 de l'Acord marc de referència, que es fixa en un mínim d'UN ANY, llevat que l'adjudicatari hagués ofert un termini superior en l'Acord marc.

K. CESSIÓ

Sí, es permet. Segons el que estableix la LCSP

L. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE BASAT

Segons el que estableix la LCSP i la clàusula 21 del Plec de Clàusules Administratives de l'Acord Marc

M. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

L'empresa adjudicatària haurà de garantir que, durant l'execució del contracte, s'aplica alguna de les següents pràctiques de caràcter mediambiental:

1. Implantació de sistemes de gestió medi ambient.
2. Garantir la consistència i transparència científica de les avaluacions de risc.
3. Promoció de processos de fabricació més ecològics.
4. Anàlisi de la petjada medi ambient al llarg de tot el cicle de vida dels productes.
5. Garantir que els riscos ambientals es tinguin en compte i es tradueixin en mesures de mitigació amb l'obligació d'informar sobre la seva aplicació.
6. Promoure una gestió eficaç de les aigües residuals.
7. Promoure una gestió eficaç d'emissions a l'atmosfera.
8. Promoveu una gestió eficaç, des del punt de vista mediambiental, en l'emmagatzematge dels productes.
9. Promoure una millor gestió global dels residus.

Podrà justificar el compliment de les obligacions durant l'execució dels contractes basats mitjançant l'acreditació davant l'òrgan de contractació de l'Acord Marc, i a petició d'aquesta, del compliment d'alguna de les citades pràctiques de gestió medi ambiental. L'acreditació podrà efectuar-se bé mitjançant "etiquetes", en els termes expressats a l'article 127 de la LCSP, o bé mitjançant una certificació responsable de l'empresa en la que es posa de manifest l'establiment d'un sistema de gestió ambiental que incorpori algunes de les mesures expressades anteriorment.

N. INFORMACIÓ RELATIVA A L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ I ÒRGANS D'ASSISTÈNCIA I UNITAT RESPONSABLE DE L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Òrgan de contractació

Directora del Servei Català de la Salut

Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte

Divisió d'Inversions i Patrimoni

Responsable del contracte

El cap de la Divisió d'Inversions i Patrimoni

Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l'execució del contracte es podrà sol·licitar un informe tècnic extern a l'Administració de la Generalitat, no vinculant.

Notificacions i comunicacions en la tramitació de la licitació

D'acord amb allò previst a l'article 221.f) de la LCSP, la notificació a les empreses no adjudicatàries de l'adjudicació del contracte basat es durà a terme mitjançant la seva publicació al perfil de contractant del CatSalut.

Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (<https://seu.gencat.cat/>)

Adreça de correu electrònic: concursos@catsalut.cat

Perfil del contractant: <https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/catsalut>

O. PRESENTACIÓ DE FACTURES

La facturació s'haurà d'emetre en format electrònic i enviar-se a través de la plataforma e.Fact donant compliment a la Llei 25/2013 d'Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic i l'Acord de Govern 151/2014, d'11 de novembre, sobre el punt general d'entrada de factures electròniques de Catalunya.

Les factures hauran d'incloure necessàriament el número d'expedient de contractació en el camp FileReference, i hauran de mantenir exactament el mateix format del número indicat.

Informació codis DIR3:

Unitat Tramitadora: A09006097 Servei Català de la Salut
Travessera de les Corts, 131-159 Edifici Olímpia 08028 Barcelona ESP.

Òrgan Gestor: A09006097 Servei Català de la Salut
Travessera de les Corts, 131-159 Edifici Olímpia 08028 Barcelona ESP.

Oficina Comptable: A09018876 Intervenció General
C. Fontanella, 6-10 08010 Barcelona ESP.

P. FORMALITZACIÓ

D'acord amb la clàusula 16.2.1 del PCAP de l'AM de referència no es formalitzarà contracte. La contractació s'entendrà formalitzada amb la signatura de la resolució d'adjudicació.

Q. RÈGIM DE RECURSOS

En la present contractació, són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d'acord amb l'article 44 de la LCSP, els documents contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre l'adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords d'adjudicació d'aquest contracte i les modificacions del contracte basades en l'incompliment de l'establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hauria d'haver estat objecte d'una nova adjudicació.

Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d'11 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d'organització del Tribunal

Administratiu Central de Recursos Contractuals. Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos administratius ordinaris.

Contra els actes que adopti l'òrgan de contractació en relació amb els efectes, la modificació i l'extinció d'aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs d'alçada davant el conseller de Salut d'acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d'agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; prèviament al recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

El termini per a la interposició del recurs especial en matèria de contractació, quan procedeixi, és de 10 dies naturals i es computarà en la forma establerta a l'article 50.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre.

Els acords que adopti l'òrgan de contractació en l'exercici de les prerrogatives de l'Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d'agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Annex 1. Declaració de l'oferta adjudicatària de l'Acord Marc per al subministrament respectuós amb el medi ambient, d'equips de radiologia vascular intervencionista i neurovascular intervencionista per a diverses comunitats autònomes i organismes de l'Administració General de l'Estat que satisfà les necessitats assistencials

[Nom i cognoms], amb residència a **[adreça]** i NIF **[núm. de NIF]**, **[en nom i representació de l'empresa]**, **adjudicatària de l'Acord Marc**, **[de la qual actua en qualitat de.....]**, **[segons escriptura pública...]**, un cop assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser l'empresa adjudicatària del contracte basat per concreció de condicions per al subministrament **[objecte del contracte]** amb expedient número **SCS-2022-340**, declaro que **[l'oferta identificada com a]** compleix amb els condicionants addicionals a les prestacions requerides en el Plec de Prescripcions Tècniques de l'Acord Marc de referència, definits en el document de concreció de condicions facilitat.

Signatura digital

Annex 2. Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR)

Jo, el sotasignat/ada, **[Nom i cognoms]**, amb DNI **[núm. DNI]**, com a conseller/a delegat/ada o gerent de l'entitat **[nom entitat]**, amb NIF **[NIF entitat]** i amb domicili fiscal a **[domicili entitat]**, beneficiària d'ajudes finançades amb recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits al component 18.I1. Pla d'inversió en equips d'alta tecnologia de l'SNS, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya declaro que conec la normativa que és aplicable, en particular els apartats següents de l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència:

La lletra d) de l'apartat 2: “obtenir, als efectes d'auditoria i control de l'ús de fons en relació amb les mesures destinades a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del pla de recuperació i resiliència, en un format electrònic que permeti fer cerques i en una base de dades única, les categories harmonitzades de dades següents:

- i. El nom del perceptor final dels fons;
- ii. el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui un poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unió o nacional en matèria de contractació pública;
- iii. els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26);
- iv. una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del pla de recuperació i resiliència, juntament amb l'import total del finançament públic de les mesures esmentades i que indiqui la quantia dels fons desemborsats en el marc del Mecanisme i altres fons de la Unió”.

Apartat 3: “Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), d'aquest article només seran tractades pels estats membres i per la Comissió als efectes i al llarg de la corresponent auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments de control relacionats amb la utilització dels fons relacionats amb l'aplicació dels acords a què fan referència els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. En el marc del procediment d'aprovació de la gestió de la Comissió, de conformitat amb l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la presentació d'informes en el marc de la informació financera i de rendició de comptes integrada a què fa referència l'article 247 del Reglament financer i, en particular, per separat, en l'informe anual de gestió i rendiment”.

D'acord amb el marc jurídic exposat, accedeixo a la cessió i al tractament de les dades amb les finalitats expressament indicades en els articles esmentats.

Signatura digital

Annex 3. Model de declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR)

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a delegat/ada o gerent de l'entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a

[domicili entitat], en la condició d'òrgan responsable / òrgan gestor / beneficiària d'ajudes finançades amb recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista/ens destinatari de l'encàrrec/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits al component 18.I1. Pla d'inversió en equips d'alta tecnologia de l'SNS, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya, manifesto el compromís de la persona/entitat que represento amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptaré les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, i comunicaré si escau a les autoritats que siguin procedents els incompliments observats.

Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis d'economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les sigles en anglès *do no significant harm*) en l'execució de les actuacions dutes a terme en el marc del PRTR, i manifesto que no hi ha doble finançament i que, en cas d'haver-n'hi, no em consta cap risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajuts d'estat.

Signatura digital

Annex 4. Declaració responsable d'absència de conflicte d'interès

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a delegat/ada o gerent de l'entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili entitat], amb la condició de beneficiària d'ajuts / adjudicatària del contracte amb finançament de recursos provinents del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR), en el desenvolupament de les actuacions necessàries per a l'acompliment dels objectius definits al component 18.I1. Pla d'inversió en equips d'alta tecnologia de l'SNS, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya manifesto el compromís de l'entitat que represento amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, i adoptaré les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, i comunicaré si escau a les autoritats procedents els incompliments observats. Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis d'economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les sigles en anglès do no significant harm) en l'execució de les actuacions dutes a terme en el marc del Pla, i manifesto que no hi ha doble finançament i que, en cas d'haver-n'hi, no em consta cap risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajuts d'estat.

Signatura digital