

Exp. 2022/66

Tipus: Contracte mixte de subministrament i de serveis

Procediment: Obert simplificat

Objecte: Subministrament, instal·lació, posada en funcionament i servei de manteniment post-garantia d'una cabina de flux laminar calefactada, amb destí a l'Hospital Clínic de Barcelona

Promotor: Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia (ICGON)

Proposta d' adjudicació expedient 2022-66

- a) El dia 25 de maig de 2022 es va incoar l'expedient de contractació per al Subministrament, instal·lació, posada en funcionament i servei de manteniment post-garantia d'una cabina de flux laminar calefactada, amb destí a l'Hospital Clínic de Barcelona
- b) En data 2 de juny de 2022 es va aprovar la tramitació del contracte esmentat mitjançant un procediment obert simplificat tal com s'estableix en l'article 159 de la Llei 9/2019, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
- c) En data de 2 de juny de 2022 es va publicar la licitació de l'expedient de referència, establint-se un termini per a rebre ofertes fins el 17 de juny de 2022.
- d) El dia 20 de juny de 2022 es va realitzar l'obertura per mitjans electrònics, del sobre únic relatiu a l'oferta per tal d'optar a l'adjudicació de l'expedient del contracte.

L'empresa que va presentar oferta va ser:

- CALTECNICA INGENIEROS S.L.

Atès que va aportar la documentació requerida al Plec de Clàusules Administratives Particulars, i que la mateixa era correcta, es va admetre com a única empresa licitadora.

- e) Que s'ha analitzat la documentació tècnica presentada per l'empresa licitadora i s'ha comprovat que el subministrament ofert compleix amb els requeriments tècnics establerts al Plec de Prescripcions Tècniques. Així mateix, l'empresa proposada com a adjudicatària, és CALTECNICA INGENIEROS S.L. i per l'import de 61.798,00 euros sense IVA i de 74.775,58 euros IVA inclòs amb un termini de garantia de 12 mesos. D'aquest import, 49.905,00 euros sense IVA corresponen al subministrament de l'equipament i 11.893,00 euros sense IVA a l'import del manteniment. L'oferta també incorpora les següents millores en relació als criteris sotmesos a quantificació automàtica:
 - Superfície interna de treball de la cabina superior a 645 mm de profunditat
 - Superfície calefactada per a la posició de la lupa, d'amplada superior a 840 mm
 - Incubador amb dues portes subdividides que ajudi al manteniment dels paràmetres de treball
 - Comandament de control de la intensitat de la llum situat a la pròpia superfície de treball

Barcelona, 27 de juny de 2022

Dr. Eduard Gratacós
Director de l'ICGON

Sra. Estrella Fernández
Cap de Gestió economico-
administrativa de l'ICGON