



INFORME DE VALORACIÓ DE MOSTRES I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ACREDITATIVA. (EXPD. CONSUB-0067/2022)

1. OBJECTE

El present informe es redacta amb l'objecte de definir si les empreses licitadores del contracte de subministrament de mascaretes, gel hidroalcohòlic i líquid desinfectant (EXPD. CONSUB-0067/2022), han presentat les mostres i la documentació tècnica i acreditativa corresponent, per tal de valorar la seva adequació al plec de prescripcions tècniques particulars.

2. EMPRESES LICITADORES

El contracte es divideix en els lots següents:

- Lot 1: Lot 1 Mascaretes de protecció FFP2
- Lot 2 Gel hidroalcohòlic per la neteja i desinfecció de mans
- Lot 3 Líquid desinfectant de superfícies

Les empreses que han presentat mostres al Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni, per tal de ser valorades pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals són les següents:

- Lot 1: Mascaretes de protecció FFP2

ADVANCED MEDICAL SYSTEMS, S.L.

ACUÑA Y FOMBONA S.A.

DMANAN TEXTIL S.L.

EMILIO SEGARRA S.A.

FERRETERIA MARTI CB

GERSA INFORMATICA SL

ILERDA SERVEIS S.A.

METALCO, S.A.

NETYA PROP, S.L.

ORTOPEDIA Y CIRUGIA, S.L.

PAPEL AUTOMATIC S.A.,

PUBLISERVIC CANARIAS,S.L.U

SOLFIX ENGINEERING, S.L.

TEMO 2, S.L.



AJUNTAMENT DE REUS

TQ TECNOL SAU
TRYNDAMERE S.L.U.
VIN DORÉ 24K SL
VISOR FALL ARREST NETS SL.

- Lot 2: Gel hidroalcohòlic per la neteja i desinfecció de mans

B.BRAUN MEDICAL
EMILIO SEGARRA S.A.
FERRETERIA MARTI CB
GERSA INFORMATICA SL
ILERDA SERVEIS S.A.
MAFLOW SPAIN AUTOMOTIVE,SL
NETYA PROP, S.L.
PAPEL AUTOMATIC S.A.,
TEMO 2, S.L.
TQ TECNOL SAU

- Lot 3: Líquid desinfectant de superfícies

B.BRAUN MEDICAL
EMILIO SEGARRA S.A.
FERRETERIA MARTI CB
ILERDA SERVEIS S.A.
NETYA PROP, S.L.
PAPEL AUTOMATIC S.A.,
TQ TECNOL SAU

3. VALORACIÓ DE LES MOSTRES I DE LA DOCUMENTACIÓ DEL LOT 1: MASCARETES DE PROTECCIÓ FFP2

- ADVANCED MEDICAL SYSTEMS, S.L.

L'empresa aporta una mascareta del model CRDLIGHT, però no aporta la fitxa tècnica del producte. Segons estableix el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars, les empreses que no presentin junt amb l'oferta les fitxes tècniques dels productes, seran excloses del procediment, per tant queda exclosa de la licitació i no es realitza la valoració tècnica de la mascareta.

Signat electrònicament
Francisco Javier Xucia Castro
03/08/2022



- ACUÑA Y FOMBONA S.A.

L'empresa aporta una mascareta de la marca CHINANO. Un cop feta la valoració s'observa que la mascareta és petita i no cobreix completament la boca, el nas i la barbeta.

- DMANAN TEXTIL S.L.

L'empresa aporta una mascareta de la marca CUME. Un cop feta la valoració s'observa que la mascareta no s'adapta correctament al rostre i per tant no assegura la completa estanquitat.

- EMILIO SEGARRA S.A.

L'empresa aporta una mascareta de la marca de LANGCI i una fitxa tècnica de la marca FIRST PROTECT. Segons estableix el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars, les empreses han d'aportar junt amb l'oferta les fitxes tècniques de les mostres, per tant queda exclosa de la licitació i no es realitza la valoració tècnica de la mascareta.

- FERRETERIA MARTI CB

L'empresa aporta una mascareta de color blanc de la marca JBM i model 53787 i una mascareta de color negre de la mateixa marca i model 53946. La fitxa tècnica de la mascareta de color blanc de la marca JBM i model 53787, no coincideix amb la mostra aportada, per tant no es realitza la valoració i s'exclou de la licitació. Pel que fa a la mascareta de color negre de la marca JBM i model 53946, s'observa que és petita i no cobreix completament la boca, el nas i la barbeta.

- GERSA INFORMATICA SL

L'empresa aporta una mascareta de la marca OUYA del fabricant ZHE JIANG, però no aporta la fitxa tècnica del producte. Segons estableix el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars, les empreses que no presentin junt amb l'oferta les fitxes tècniques dels productes, seran excloses del procediment, per tant queda exclosa de la licitació i no es realitza la valoració tècnica de la mascareta.

- ILERDA SERVEIS S.A.

L'empresa aporta una mascareta de la marca SIGNO PROLIMAX. Un cop feta la valoració s'observa que la mascareta és petita i no cobreix completament la boca, el nas i la barbeta.



- METALCO, S.A.

L'empresa aporta una mascareta de la marca UHEALTH. Un cop feta la valoració s'observa que la subjecció de les orelles no és elàstica i la seva llargària sense estirar és inferior a 20 cm.

- NETYA PROP, S.L.

L'empresa aporta una mascareta de la marca CFU de FARMADOSIS. Durant la seva manipulació es va desfer a subjecció de les orelles i per tant no es va poder realitzar la valoració tècnica de la mascareta.

- ORTOPEDIA Y CIRUGIA, S.L.

L'empresa aporta dues mascaretes de la marca ZD. La mascareta ZD model 001 disposa de subjecció que rodeja les orelles i el model 002 disposa de subjecció que rodeja el cap. Un cop feta la valoració s'observa que la subjecció de les orelles de la mascareta ZD model 001 no és elàstica i la seva llargària sense estirar és inferior a 20 cm i el material filtrant no garanteix una menor resistència a la respiració.

Pel que fa a la mascareta ZD model 002, el material filtrant no garanteix una menor resistència a la respiració.

- PAPEL AUTOMATIC S.A.

L'empresa aporta una mascareta de la marca Teelmask. Un cop feta la valoració s'observa que la mascareta compleix amb les condicions generals establertes al plec de prescripcions tècniques.

- PUBLISERVIC CANARIAS,S.L.U

L'empresa aporta una mascareta de la marca Episcan. Un cop feta la valoració s'observa que la mascareta és petita i no cobreix completament la boca, el nas i la barbeta.

- SAFETY INTEGRAL HC S,L

L'empresa no aporta cap mostra. Segons estableix el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars, les empreses que no presentin almenys tres mostres de cada model o no presentin junt amb l'oferta les fitxes tècniques dels productes, seran excloses del procediment.

- SOLFIX ENGINEERING, S.L.

L'empresa aporta una mascareta de la marca SIIJIE. Un cop feta la valoració s'observa que la mascareta és petita i no cobreix completament la boca, el nas i la barbeta.

- TEMO 2, S.L.



L'empresa aporta una mascareta de la marca Teelmask. Un cop feta la valoració s'observa que el material filtrant no garanteix una menor resistència a la respiració i la subjecció de les orelles no és baixa tensió.

- TQ TECNOL SAU

L'empresa aporta una mascareta de la marca Tecnol Health. però no aporta la fitxa tècnica del producte. Segons estableix el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars, les empreses que no presentin junt amb l'oferta les fitxes tècniques dels productes, seran excloses del procediment, per tant queda exclosa de la licitació i no es realitza la valoració tècnica de la mascareta.

- TRYNDAMERE S.L.U.

L'empresa aporta un mostra de mascareta de la marca YUXI i una mostra de mascareta de la marca KDOD. Un cop feta la valoració s'observa que la subjecció de les orelles de la no és elàstica i la seva llargària sense estirar és inferior a 20 cm i el material filtrant no garanteix una menor resistència a la respiració. La fitxa tècnica de lews dues mascarets no informa si disposen de filtre tipus meltblown o filtre de nanofibres o una combinació dels dos.

- VIN DORÉ 24K SL

L'empresa aporta una mascareta de la marca JIADA. Un cop feta la valoració s'observa que la mascareta compleix amb les condicions generals establertes al plec de prescripcions tècniques.

-VISOR FALL ARREST NETS SL.

L'empresa aporta una mascareta de la marca Visormed. Un cop feta la valoració s'observa que la subjecció de les orelles de la no és elàstica i la seva llargària sense estirar és inferior a 20 cm i el material filtrant no garanteix una menor resistència a la respiració.

Conclusions LOT 1

Segons estableix el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars, les empreses que no presentin junt amb l'oferta les fitxes tècniques dels productes, seran excloses del procediment. Les empreses - ADVANCED MEDICAL SYSTEMS, S.L. - GERSA INFORMATICA SL i - TQ TECNOL SAU no han presentat la fitxa tècnica per aquest motiu queden excloses del procediment.



L'empresa FERRETERIA MARTI CB, aporta una fitxa tècnica que no correspon amb la marca JBM i model 53787, per tant no es realitza la valoració i s'exclou de la licitació.

L'empresa EMILIO SEGARRA S.A. aporta una mascareta de la marca de LANGCI i una fitxa tècnica de la marca FIRST PROTECT. Segons estableix el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars, les empreses han d'aportar junt amb l'oferta les fitxes tècniques de les mostres, per tant queda exclosa de la licitació i no es realitza la valoració tècnica de la mascareta.

L'empresa SAFETY INTEGRAL HC S.L. no aporta cap mostra. Segons estableix el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars, les empreses que no presentin almenys tres mostres de cada model o no presentin junt amb l'oferta les fitxes tècniques dels productes, seran excloses del procediment, per tant queda exclosa de la licitació i no es realitza la valoració tècnica de la mascareta.

Les mascaretes de les empreses, ACUÑA Y FOMBONA S.A., DMANAN TEXTIL S.L., FERRETERIA MARTI CB, ILERDA SERVEIS S.A., METALCO, S.A., NETYA PROP, S.L., ORTOPEDIA Y CIRUGIA, S.L., PUBLISERVIC CANARIAS, S.L.U., SOLFIX ENGINEERING, S.L., TEMO 2, S.L., TRYNDAMERE S.L.U. i VISOR FALL ARREST NETS SL., no compleixen amb alguna o algunes de les condicions generals establertes al plec de prescripcions tècniques.

Les mascaretes de les empreses PAPEL AUTOMATIC S.A. i VIN DORÉ 24K SL, compleixen amb les condicions generals establertes al plec de prescripcions tècniques, per tant es valorarà l'oferta econòmica presentada per aquestes dues mascaretes.

4. VALORACIÓ DE LES MOSTRES I DE LA DOCUMENTACIÓ DEL LOT 2. GEL HIDROALCOHÒLIC PER LA NETEJA I DESINFECCIÓ DE MANS

- B.BRAUN MEDICAL

L'empresa aporta una mostra de la marca VIRIGEL en format de 500 ml i amb dosificador.

- EMILIO SEGARRA S.A.

L'empresa aporta una mostra de la marca Bacterigel G-3 en format de 500 ml i amb esprai.

- FERRETERIA MARTI CB.

L'empresa aporta una mostra de la marca JBM en format 500 ml i amb dosificador.



- GERSA INFORMATICA SL

L'empresa aporta una mostra de la marca GEL HIDROALCOHÓLICO en format 30 ml, sense dosificador.

- ILERDA SERVEIS S.A.

L'empresa aporta una mostra de la marca DINO en format 500 ml i amb dosificador i una garrafa de la mateixa marca en format 5 litres.

- MAFLOW SPAIN AUTOMOTIVE,SL

L'empresa aporta una mostra de la marca borygo en format 500 ml i amb dosificador i una garrafa de la mateixa marca en format 5 litres.

- NETYA PROP, S.L.

L'empresa aporta una mostra de la marca Vita Asepgel en format de 500 ml i amb dosificador.

- PAPEL AUTOMATIC S.A.,

L'empresa aporta una mostra de la marca Govisystem en format de 500 ml i amb dosificador.

- TEMO 2, S.L.

L'empresa aporta una mostra de la marca Ipsosol en format de 500 ml i amb dosificador.

- TQ TECNOL SAU

L'empresa aporta una mostra de la marca TECHOL HEALTH en format de 500 ml i en format 1000 ml, amb dosificador.

- UTE LEP BITECSA

L'empresa aporta una mostra de la marca Govisystem en format de 500 ml i amb dosificador.

Conclusions LOT 2

Les mostres de FERRETERIA MARTI CB., GERSA INFORMATICA SL, ILERDA SERVEIS S.A. i TQ TECNOL SAU, no figuren al llistat d'antisèptics d'eficàcia demostrada viricida de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), per a ser comercialitzades com



a biocida i no s'adjunta cap document en la oferta, que acrediti la inscripció a aquest registre, per tant queden excloses de la licitació.

Les mostres de la resta d'empreses compleixen amb les condicions generals establertes al plec de prescripcions tècniques, per tant es valorarà l'oferta econòmica presentada.

5. VALORACIÓ DE LES MOSTRES I DE LA DOCUMENTACIÓ DEL LOT 3. LÍQUID DESINFECTANT DE SUPERFÍCIES

- B.BRAUN MEDICAL

L'empresa aporta una mostra de la marca Meliseptol Foam Pure en format de 750 ml i amb ruixador.

- EMILIO SEGARRA S.A.

L'empresa aporta una mostra de la marca Bacterisan en format de 750 ml i amb ruixador.

- FERRETERIA MARTI CB

L'empresa aporta una mostra de la marca JBM en format de 500 ml i amb esprai.

- GERSA INFORMATICA SL

L'empresa no presenta cap mostra.

- ILERDA SERVEIS S.A.

L'empresa aporta una mostra de la marca Bactery Clinic Multibac en format de 750 ml, però no aporta ruixador.

- NETYA PROP, S.L.

L'empresa aporta una mostra de la marca ASEPCOL en format de 750 ml i amb ruixador.

- PAPEL AUTOMATIC S.A.,

L'empresa aporta una mostra de la marca ALCOLAC PLUSBacterisan en format de 750 ml, però no aporta ruixador.

- TEMO 2, S.L.

L'empresa no presenta cap mostra.

- TQ TECNOL SAU

L'empresa aporta una mostra de la marca TECNOL HEALTH en format de 500 ml i de 1000 ml, amb ruixador.

Conclusions LOT 3

Les empreses GERSA INFORMATICA SL i TEMO 2, S.L. no presenten mostres, per tant queden excloses de la liciació.



AJUNTAMENT DE REUS

L'empresa FERRETERIA MARTI CB, aporta una mostra no inclosa al llistat de viricides autoritzats a Espanya per a l'ús ambiental (TP2) per tant queda exclosa de la licitació.

Les mostres de la resta d'empreses compleixen amb les condicions generals establertes al plec de prescripcions tècniques, per tant es valorarà l'oferta econòmica presentada.

Es realitza el present informe als efectes oportuns.

Reus, a la data de signatura d'aquest document.

Servei de Prevenció

Signat electrònicament
Francisco Javier Xucia Castro
03/08/2022