

ANNEX VALORACIÓ B.1

EXPEDIENT: OBE 22/134 SUBMINISTRAMENT DE SABATILLES DE COMPRESSIÓ NEUMÀTICA I MITGES DECOMPRESSIÓ GRADUAL

Lot S100276 Sabatilles i mitges de compressió		Requisits obligat compliment Annex complimentació obligatòria d'oferta tècnica				
CODI HSP	DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE					
2014573	Sabatilles de compressió neumàtica	Sabatilla plexe plantar per sistema mecànic d'impuls venós. • Composta d'una funda, tub de connexió i càmera d'aire • De teixit respectuós amb la pell i transpirable. • Sabatilla ajustable • Lliure de làtex • Un sol ús • La unitat equival a un parell de sabatilles				
9999999	Mitges de compressió gradual	Mitges de prevenció de Trombosi venosa profunda (TVP) per ús hospitalari: • Mitja fins al genoll amb forma d'embut i reforçada a la zona del taló. • Fibrès elàstiques de teixit amb entramat circular sense costures i antial·lèrgic • Teixit permeable i transpirable. • Orifici d'inspecció situat a sota de la zona dels dits del peu. • Mides: gama disponible en almenys 6 talles diferents, adequades per un perímetre de panxell de fins 66cm. • Un sol ús. • Lliure de làtex. • La unitat equival a un parell de mitges.				
Equipament de cessió						
L'adjudicatari haurà de cedir el següent equipament:						
o <u>En relació al codi 2014573- Sabatilles de compressió neumàtica</u> , els dispositus imprescindibles per a la seva utilització, això és 10 unitats de Sistema d'inflat de fundes per seccions de les extremitats inferiors per la profilaxis antitrombòtica amb les següents característiques:						
• Sistema portàtil amb interface retroluminiscent amb indicació de la durada del tractament. • Indicadors de pressió i alarmes • Opció de funcionament amb bateries. • Soroll de funcionament de la bomba inferior als 45dB. • Compliment de les normes IEC 60601-1 i la IEC 60601-1-2.						
Aquesta quantitat es podrà incrementar per necessitats justificades del servei, si més no, no suposarà, en cap cas, un escreix del 20% de les sol·licitades inicialment.						
o <u>En relació al codi 9999999- Mitges de compressió gradual</u> , un armari per el seu emmagatzematge, custòdia i control del subministrament amb les següents característiques:						
• Armari de 60x40x210cm • Amb guies i cistelles. • Pany i clau.						
o Un equip que permeti valorar a nivell assistencial l'eficàcia de la compressió mecànica produïda versus la tromboprofilaxis farmacològica a nivell vascular (Tromboembolisme venos:TEV), això és un ecògraf específic per a exploracions ecogràfiques perioperatòries de Cirurgia Vascular, bloqueig de plexes nerviosos, canalització de vies centrals i perifèriques amb preajustament específic per nervi, muscular, vascular i venós i les següents característiques:						
Bàsiques						
• Plataforma portàtil multidisciplinar totalment digital. • Rang dinàmic: 165 dB • Escala de grisos 256 • Rang de freqüència en funció de les sondes de 1 a 15 MHz • Profunditat per exploracions de 35cm (en funció de la sonda seleccionada) • Monitor color d'alta resolució • Monitor no inferior a 10" • Capacitat de lectura i emmagatzematge d'imatges en memòria d'estat sòlid (no disc dur) amb un mínim de 60.000 imatges • Connexió ethernet i ports USB • Carro de transport amb rodes giratòries per l'ecògraf i els perifèrics de registre. • Equip lleuger i de fàcil mobilitat • Funcionament amb connexió elèctrica a xarxa i amb bateries. • Totes les parts de l'equip han de ser de material inalterable • El revestiment exterior de l'equip ha de ser resistent al xoc, dur i de color estable. • El teclat, el monitor i les sondes han d'estar impermeabilitzats i han de permetre la seva neteja i desinfecció amb agents desinfectants d'ús corrent, incloent desinfectants líquids • Màxima ergonomia (alçada variable) • Control automàtic de la freqüència i el focus, en funció de la profunditat. • Màxima capacitat d'emmagatzematge • Maneig mitjançant pantalla plana capacitiva • Programari que millori la visió de les agulles sense distorsió de la imatge fonamental • Possibilitat d'incorporar programari Dicom 3.0 (Print, Store, Worklist, MPPS) • Facilitat de neteja i desinfecció que permeti la utilització de desinfectants líquids tant en el ecògraf com en els transductors. • Preset de nervi, muscular, arterial i venós en els transductors • Optimització automàtica de tots els paràmetres de la imatge en funció de la profunditat.						
Modes de visualització						
• Mode B (2D) • Doppler Color • Power Doppler • Doppler Premut • Doppler Continu • Doppler transcranial • Doppler Tissuear • Mode de visualització de les agulles en procediments intervencionistes						
Accessoris bàsics:						
• Inclou tot el fungible necessari per a l'inici de l'activitat. • Transductors: Transductor lineal multifreqüència de 6 a 13 MHz • Carro de transport que integra de forma ergonòmica, ecògraf, sondes i accessoris						
Condicions de manteniment: Garantia: ecògraf i transductors mínima de 2 anys						
Formació						
L'adjudicatari ha de comprometre's a proporcionar la formació teòrica i pràctica que requereix aquest contracte.						
Sistema d'atribució de punts:		LICITADOR	DISMEVAL		MBA INCORPORADO	
Es valoraran les propostes en funció de la qualitat de les mateixes, nivell de detall i el grau d'adaptabilitat del subministrament ofertat a les necessitats de la FGS. La puntuació de cada apartat es farà en funció de les diferències més rellevants identificades en les diferents propostes presentades. Les ofertes es valoraran per separat i comparativament entre elles per definir, dins del rang de punts, la puntuació final. Vist l'objecte del contracte és requisit imprescindible assegurar la qualitat de la proposta. Per això, en primer lloc, es valorarà la qualitat tècnica de cada element ofert pel licitador –valorant-se l'oferta per si mateixa i per comparació amb les ofertes dels restants licitadors–, conforme a la ponderació relativa expressada anteriorment i tenint en compte la qualitat del producte i la seva adaptabilitat a les necessitats de la FGS (als efectes de la qual hauran de tenir-se en compte les característiques específiques de l'espai, personal i pacient). Cas d'una única oferta, el procediment a seguir serà el següent: 1) es valorarà que la proposició complex amb els requisits exigits en el PPT; 2) es valorarà que la proposició complex amb la puntuació mínima establerta. En l'informe de valoració es recollirà, com a mínim, la puntuació atorgada i, en cas d'incompliment del PPT i/o l'indar, la seva justificació. En aquells lots en que estigui format per més d'un producte, el total de la puntuació del lot s'obtindrà amb la suma de la puntuació total de cadascun dels articles i es dividirà per el nombre d'articles que l'integren.		COMPLIMENT PPT	El licitador complex amb els requeriments del Plec de Prescripcions tècniques i, per tant, es procedeix a valorar.		El licitador complex amb els requeriments del Plec de Prescripcions tècniques i, per tant, es procedeix a valorar.	
Criteris avaluable mitjançant judicis de valor (B.1). Fins a 25 punts		Puntuació màxima	Motivació	Puntuació	Motivació	Puntuació
Codi 2014573 - Sabatilles de compressió neumàtica	Funcionalitat i ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització: En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte.	10	L'equip no emet cap senyal sonor indicatiu que està en funcionament com la millor valorada i aquest aspecte entorpeix el seu ús a quiròfan, ja que es col·loca en un lloc poc visible i això dificulta saber si està funcionant i, per tant, el seu ús és difícil. La llargada dels tubs és quasi mig metre més curt que la millor valorada i aquest aspecte dificulta l'ús durant el trasllat del pacient.	3	Es valoren positivament la funcionalitat i ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització del producte presentat.	10
	Qualitat del material i el seu comportament: Es valorarà la qualitat del material. Per realitzar la valoració es tindrà en compte: composició i comportament del material. Es podrà aportar, per realitzar la valoració, bibliografia, proves realitzades, estudis o qualsevol altre documentació rellevant per la valoració de la qualitat i composició i comportament del producte.	12	Els tubs no són llisos com els de l'oferta millor valorada i és més feixuga l'acció de neteja. A més, els tubs es desenganxen amb molta facilitat de l'equip, el que comporta que puguin ser rebuïjats juntament amb les sabatilles després del seu ús, i suposa anar reposant-los i, per tant, una major despesa.	5	Es valora positivament la qualitat del material i el comportament del producte presentat.	12
	Presentació: Tipus d'embalatge: Es valorarà la fàcil identificació del producte, fàcil obertura de l'envàs i fàcil dispensació, visualització clara de la simbologia i la seva adequació a les necessitats de l'hospital.	3	La forma de presentació no s'adequa a les necessitats del centre, perquè estan embalades de forma individual i no per parell com l'oferta millor valorada, el que suposa utilitzar més espai, generar més residus i complica el procés logístic intern.	0	Es valora positivament la presentació del producte ofertat.	3
	Total puntuació màxima per article	25		8		

Codi 9999999- Mitges de compressió gradual	Funcionalitat i ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització: En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte.	10	Les talles més grans provades en pacient es recaragolen per la part superior per falta de subjecció suficient i no permet una actuació correcta, això complica la seva manipulació i dificulta el procediment.	2	Es valoren positivament la funcionalitat i ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització del producte presentat.	10
	Qualitat del material i el seu comportament: Es valorarà la qualitat del material. Per realitzar la valoració es tindrà en compte: composició i comportament del material. Es podrà aportar, per realitzar la valoració, bibliografia, proves realitzades, estudis o qualsevol altre documentació rellevant per la valoració de la qualitat i, composició i comportament del producte.	12	El comportament del material no es valora positivament com l'oferta millor valorada, perquè la banda superior de subjecció no és prou adherent i la mitja no queda fixa, el que no permet realitzar una bona compressió.	4	Es valora positivament la qualitat del material i el comportament del producte presentat.	12
	Presentació: Tipus d'embalatge: Es valorarà la fàcil identificació del producte, fàcil obertura de l'envas i fàcil dispensació, visualització clara de la simbologia i la seva adequació a les necessitats de l'hospital.	3	Es valora positivament la presentació del producte ofertat.	3	Es valora positivament la presentació del producte ofertat.	3
	Total puntuació màxima per article	25		9		25
TOTAL PUNTUACIO B.1			DISMEVAL	8,5	MBA INCORPORADO	25

Barcelona, a 24 d'agost de 2022

Dr. F. Xavier Borràs Pérez
Director Mèdic

NOTA 1: El present document es troba incorporat a l'expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per la persona competent.

NOTA 2: A tots els efectes, es considera que la data d'aquest document és la que figura al final del mateix.

NOTA 3: Amb la signatura del present document, el/s/la sotasignat/s declara/en que no existeix conflicte d'interès en la pròpia actuació professional. Així mateix, declara que coneix les seves obligacions, segons el que consta al Protocol en relació als Conflictes d'interès aprovat per la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.