



Plec de Requeriments Tècnics Manteniment Preventiu de Centrífugues i Centrífugues Refrigerades del Banc de Sang i Teixits.

1. Introducció

El Banc de Sang i Teixits (d'ara en endavant BST), utilitza centrífugues i centrífugues refrigerades ubicades a la seu corporativa, edifici Frederic Duran i Jordà, a Barcelona. Aquests equips necessiten d'un manteniment preventiu per assegurar el seu funcionament.

2. Objectiu

L'objectiu del present plec és la contractació del servei de manteniment d'aquests equips per satisfer les necessitats del BST.

3. Característiques del servei

Els equips són els següents:

P/N	DESCRIPCIÓ	NUM. SERIE
082392934	ALLEGRA X-15R CENTRIFUGA REFRIG. 230V.	ALP11D80
082363108	AVANTI J25I	JJY02H13
082369436	ALLEGRA 25R CENTRIFUGA, 230V, 50HZ	AJD07F021
082392934	ALLEGRA X-15R CENTRIFUGA REFRIG. 230V.	ALP12J64
082392934C	ALLEGRA X-15R CENTRIFUGA CUSTOMER UNIT	ALP12J64
082363108	AVANTI J25I	JJY04D04

Per tal de dur a terme aquest plec cal:

MANTENIMENT PREVENTIU.

L'adjudicatari es compromet a:

- 1) El Servei Tècnic realitzarà UNA visita anual de manteniment preventiu.
- 2) A les centrífugues KR4i, es realitzarà una calibració i certificació dels equips a la visita de manteniment preventiu del novembre.
- 3) Si algú dels equips inclosos en el contracte quedés obsolet i no fos possible reparar per manca de recanvis, l'adjudicatari informará al client d'aquesta contingència i procedirà a cancel·lar el contracte del equip afectat, abonant al BST l'import corresponent al període de temps comprès entre la data de l'avaria i la data de venciment del contracte.



- 4) Els materials que es substitueixin en les tasques de manteniment preventiu, seran en tot cas originals, provinents del fabricant, assegurant així la qualitat del manteniment i col·laborant a allargar la vida útil de l'equip.
- 5) En cas de sorgir una avaria en l'equip, s'ha de garantir una atenció preferent per part del Servei Tècnic.
- 6) Així mateix, no ha de suposar haver d'invertir en els materials i despeses de derivats dels desplaçaments necessaris per resoldre una avaria.

4. Terminis

Aquest servei es vol iniciar el 01 de Gener del 2023 fins el 31 de desembre de 2023.