

ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT
DEL SUBMINISTRAMENT DE TIRES
REACTIVES I MESURADORS PEL CONTROL
DE LA GLUCOSA I DE LA COAGULACIÓ
CSC M 21/21

INFORME TÈCNIC

Sumari

1	OBJECTE DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ	3
2	CONCURRÈNCIA	4
3	VALORACIÓ DE LES OFERTES.....	4
4	PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ	33

1 OBJECTE DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ

L'acord marc per al subministrament de **tires reactives i mesuradors pel control de la glucosa i de la coagulació**, respon a la necessitat dels centres adherits al mateix d'aprovisionar-se d'aquests productes per tal de garantir la continuïtat en la prestació del servei públic d'assistència sanitària, la qual tenen encomanada per l'Administració Sanitària. Així mateix, també respon a la necessitat d'aconseguir, mitjançant economies d'escala, que el preu d'adjudicació d'aquests productes sigui el més econòmic possible.

La relació de material a subministrar, és la que consta al plec de prescripcions tècniques publicat al perfil del contractant del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

2 CONCURRÈNCIA

Segons consta a les corresponents actes, s'ha rebut oferta per part de les següents empreses:

- ABBOTT LABORATORIES, S.A.
- ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS HEALTHCARE, SL
- AKRALAB, S.L.
- ALEU MEDICAL SL
- ASCENSIA DIABETES CARE SPAIN, S.L.
- BIOGINE FARMA S.L.U.
- DPP INTERNACIONAL, S.A.
- EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIÓ, S.A.
- HARMONIUM HEALTHCARE S.L
- IZASA HOSPITAL S.L.U.
- LABORATORIOS RUBIÓ, S.A.
- LABIANA PHARMACEUTICALS, S.L.
- LABORATORIOS RHOGEN S.L.
- LAMBRA, S.L
- LIFESCAN SPAIN, S.L
- MENARINI DIAGNÓSTICOS, S.A.
- MONLAB, SL
- NOVA BIOMEDICAL IBERIA, S.L.
- PALEX MEDICAL, S.A.
- PUENTE CHINA ESPAÑA COMERCIO SL
- RADIOMETER IBÉRICA, S.L.
- ROCHE DIABETES CARE SPAIN, SLU
- ROCHE DIAGNOSTICS SLU
- SIEMENS HEALTHCARE. S.L.U.
- TECIL, S.A.
- WERFEN ESPAÑA SAU
- YPSOMED DIABETES SLU

Totes les empreses presenten la documentació exigida als plecs administratius i tècnics dins del termini i per tant es consideren totes elles incloses.

3 VALORACIÓ DE LES OFERTES

Els criteris de valoració són els especificats al Quadre de Característiques del contracte:

CRITERIS A VALORAR A L'ACORD MARC (100 punts)

* A la primera i única obertura es valoraran:

Les **Proposició econòmica i criteris avaluable de forma automàtica**

Oferta econòmica..... Es valorarà com a màxim fins a **25 punts**

Atorgant-se la màxima puntuació a l'oferta més econòmica i puntuant-se la resta en aplicació de la proporció directa inversa que compregui la diferència que presentin respecte de la més econòmica:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

El **Valor de Ponderació** serà = **1**.

P_v = Puntuació de l'oferta a
Valorar
 P = Punts criteri econòmic
 O_m = Oferta Millor
 O_v = Oferta a Valorar
 IL = Import de Licitació
 VP = Valor de Ponderació

Comanda mínima Es valorà com a màxim a **2,5 punts**

Obtenint la màxima puntuació l'oferta que no obligui a fer una comanda mínima (2,5 punts) i 0 punts l'oferta que obligui a fer una comanda mínima.

Termini de lliurament..... Es valorà com a màxim a **2,5 punts**

Obtenint la màxima puntuació l'oferta que estableixi un lliurament en 24h (2,5 punts), en 48h (1 punts) i 0 punts l'oferta que estableixi un lliurament en 72h.

S'han presentat les següents empreses als productes que constaven a la licitació i són:

- ABBOTT LABORATORIES, S.A.
- ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS HEALTHCARE, SL
- AKRALAB, S.L.
- ALEU MEDICAL SL
- ASCENSIA DIABETES CARE SPAIN, S.L.
- BIOGINE FARMA S.L.U.
- DPP INTERNACIONAL, S.A.
- EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIÓ, S.A.
- HARMONIUM HEALTHCARE S.L
- IZASA HOSPITAL S.L.U.
- LABORATORIOS RUBIÓ, S.A.
- LABIANA PHARMACEUTICALS, S.L.
- LABORATORIOS RHOGEN S.L.
- LAMBRA, S.L
- LIFESCAN SPAIN, S.L
- MENARINI DIAGNÓSTICOS, S.A.
- MONLAB, SL
- NOVA BIOMEDICAL IBERIA, S.L.
- PALEX MEDICAL, S.A.

- PUENTE CHINA ESPAÑA COMERCIO SL
- RADIOMETER IBÉRICA, S.L.
- ROCHE DIABETES CARE SPAIN, SLU
- ROCHE DIAGNOSTICS SLU
- SIEMENS HEALTHCARE. S.L.U.
- TECIL, S.A.
- WERFEN ESPAÑA SAU
- YPSOMED DIABETES SLU

El detall dels criteris avaluables de forma automàtica és el que consta a l'annex adjunt.

4 PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

D'acord amb els criteris d'adjudicació anteriorment relacionats, la homologació del present acord marc serà de totes empreses que compleixin amb els requeriments mínims obligatoris.

Així mateix, totes les empreses han presentat la declaració responsable sobre el compliment dels requeriments mínims i especificacions tècniques que s'han definit en el Plec de Prescripcions tècniques de l'expedient

Per tant, **un cop analitzat tècnicament i econòmicament** el contingut de les diferents ofertes presentades en l'expedient de contractació relatiu a l'acord marc del subministrament de **tires reactives i mesuradors pel control de la glucosa i de la coagulació** i d'acord amb les puntuacions obtingudes per cadascuna d'elles, **es proposa homologar** a les empreses que consten a l'annex adjunt.

En termes generals, els contractes basats en aquest acord marc s'adjudicaran convocant a les parts a una licitació i aplicant els criteris d'adjudicació que es detallen a l'apartat 19 del present document per a seleccionar l'oferta més avantatjosa.

No obstant, els centres destinataris, si concorre alguna raó clínica que ho justifiqui, podran adjudicar els contractes basats sense convocar a les parts a una licitació.

Es considerarà que concorre una raó clínica quan es doni una de les següents condicions objectives pel que fa als destinataris de les tires reactives i mesuradors:

1. malalts amb dificultats d'aprenentatge o persones amb discapacitat física o amb limitacions d'activitat i/o dificultats sensorials, pels quals un canvi de tira/mesurador respecte del que utilitzen habitualment pot suposar un impediment per a l'ús correcte, posant el risc el control del seu estat de salut
2. pacients amb edats determinades, amb morfologies no estàndard, com el cas dels nens

I als efectes oportuns, i per a que en quedi constància, signo aquest informe.

Sra. Virginia García

Farmacèutica de l'Àrea de Farmàcia i el Medicament del
Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya

Signat digitalment

ANNEX
INFORME VALORACIONS

LOT	CODI CSC	DESCRIPCIO PRODUCTE	PREU MAXIM LITACIÓ	NOM EMPRESA	MARCA	REFERENCIA	UNITATS ENVAS	Presentació mínima - EAN	Presentació mínima - Unitat	Presentació mínima - Amplada	Presentació mínima - Alt	Presentació mínima - Profund	Presentació mínima - Pes	Embalatge - EAN	Embalatge - Unitat	Embalatge - Amplada	Embalatge - Alt	Embalatge - Profund	Embalatge - Pes	Palets - EAN	Palets - Unitat	Palets - Amplada	Palets - Alt	Palets - Profund	Palets - Pes	PREU UNITARI SENSE IVA	Diferencia preu ofert - preu licitació	BAIXA TEMERÀRIA	IVA APLICAT	PREU UNITARI AMB IVA	PUNT OFERTA ECONOMICA (max. 25 punts)	COMANDA MINIMA	PUNT COMANDA MINIMA (max 2,5 punts)	TERMINI LLURAMENT	PUNT TERMINI LLURAMENT (max 2,5 punts)	TOTAL PUNTS C					
1	101	Tira reactiva ús hospitalari per a determinació de glucosa en sang arterial, capil·lar, neonatal i venosa	0.14400	Abbott Laboratories,S.A.	Abbott Laboratories,S.A.	271313	100	5021791713134	100	6	11	3	55	5021791713134	100	6	11	3	55			0	0	0	0	0	0.09200	0,052	Correcte	10	0.10120	24,48	NO	2,50	24 hs	2,50	29,48				
1	101	Tira reactiva ús hospitalari per a determinació de glucosa en sang arterial, capil·lar, neonatal i venosa	0.14400	Aleu Medical SI	VIVACHEK	VGS02-038	50	858745005381	50	4	4	6	37	8436592550555	10000	22	42	28	7500		360000	120	80	127	270000	0.08189	0.06211	<80% (0.08189 < 0.09)	10	0.09008	EXCLOS: No ha justificat la baixa temerària										
1	101	Tira reactiva ús hospitalari per a determinació de glucosa en sang arterial, capil·lar, neonatal i venosa	0.14400	BIOGINE FARMA S.L.U.	TIRA REACTIVA RIGHTEST GS700 50 UDS	RT-TS-GS700	50	4710627338825	1	6	8	4	50	99GS700B5S	240	46	55	31	17500	-		12	120	140	120	240000	0.08900	0,055	Correcte	10	0.09790	25,00	NO	2,50	48 hs	1,00	28,50				
1	101	Tira reactiva ús hospitalari per a determinació de glucosa en sang arterial, capil·lar, neonatal i venosa	0.14400	DPP INTERNACIONAL, S.A.	Tira reactiva URUGHT TD-4183		210002	50	8414156100026	50	4	6	4	27	18414156100023	1000	18	21	7	800	No aplica		0	0	0	0	0	0.11950	0,0245	Correcte	10	0.13145	19,70	NO	2,50	24 hs	2,50	24,70			
1	101	Tira reactiva ús hospitalari per a determinació de glucosa en sang arterial, capil·lar, neonatal i venosa	0.14400	EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIÓ, S.A.	I-SENS	CARESENS PRO	50	8470001860897	1	7	5	4	0	8470001860897	1	7	5	4	0			0	0	0	0	0	0.11900	0,025	Correcte	10	0.13090	19,79	NO	2,50	24 hs	2,50	24,79				
1	101	Tira reactiva ús hospitalari per a determinació de glucosa en sang arterial, capil·lar, neonatal i venosa	0.14400	HARMONIUM HEALTHCARE S.L	HARMOCHKEK -VIVACHEK -FAD	HART002	50	84370202980142	50	4	6	4	0	84370202980142	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0.09100	0,053	Correcte	10	0.10010	24,65	NO	2,50	24 hs	2,50	29,65				
1	101	Tira reactiva ús hospitalari per a determinació de glucosa en sang arterial, capil·lar, neonatal i venosa	0.14400	LABIANA PHARMACEUTICALS, S.L.	ACON On Call Sure	843031	50	8437017076315	1	4	7	4	10	8437017076315	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0.14400	0	Correcte	10	0.15840	15,45	NO	2,50	48 hs	1,00	18,95				
1	101	Tira reactiva ús hospitalari per a determinació de glucosa en sang arterial, capil·lar, neonatal i venosa	0.14400	NOVA BIOMEDICAL IBERIA, S.L.	NOVA BIOMEDICAL	53881	1800	10385480538814	1	25	14	14	1100	10385480538814	1	25	14	14	1100			0	0	0	0	0	0.13500	0,009	Correcte	21	0.16335	17,01	NO	2,50	24 hs	2,50	22,01				
1	101	Tira reactiva ús hospitalari per a determinació de glucosa en sang arterial, capil·lar, neonatal i venosa	0.14400	ROCHE DIABETES CARE SPAIN	ACCU-CHEK INSTANT SOCT STRIP EURO 3	7819382037	50	4015630067503	1	4	7	4	39	4015630067503	1	4	7	4	39	4015630067503		1	4	7	4	39	0.10700	0,037	Correcte	10	0.11770	21,88	NO	2,50	24 hs	2,50	26,88				
2	201	Tira reactiva per mesurador avançat, per a determinació de glucosa en sang capil·lar amb aparell de lectura avançat, per a determinació de glucosa en sang capil·lar	0.19430	Abbott Laboratories,S.A.	Abbott LABORATORIES,S,A.	298759	50	5021791987597	50	6	11	2	30	5021791987597	50	6	11	2	30			0	0	0	0	0	0.13400	0,0603	Correcte	10	0.14740	21,06	NO	2,50	24 hs	2,50	26,06				
2	201	Tira reactiva per mesurador avançat, per a determinació de glucosa en sang capil·lar amb aparell de lectura avançat, per a determinació de glucosa en sang capil·lar	0.19430	Ascensia Diabetes Care Spain, S.L.	CONTOUR CARE	90002455	1	5016003680908	1	4	5	4	28	5016003680908	24	19	12	14	681	5016003680908	6144	120	116	80	223041	0.19400	0,0003	Correcte	10	0.21340	13,34	NO	2,50	24 hs	2,50	18,34					
2	201	Tira reactiva per mesurador avançat, per a determinació de glucosa en sang capil·lar amb aparell de lectura avançat, per a determinació de glucosa en sang capil·lar	0.19430	EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIÓ, S.A.	I-SENS	CARESENS PRO	50	8470001860897	1	7	5	4	0	8470001860897	1	7	5	4	0			0	0	0	0	0	0.11900	0,0753	Correcte	10	0.13090	22,99	NO	2,50	24 hs	2,50	27,99				
2	201	Tira reactiva per mesurador avançat, per a determinació de glucosa en sang capil·lar amb aparell de lectura avançat, per a determinació de glucosa en sang capil·lar	0.19430	HARMONIUM HEALTHCARE S.L	HARMOCHKEK -VIVACHEK INO	HART001	50	8437020290081	0	4	6	6	0	8437020290081	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0.07900	0.1153	<80% (0.079 < 0.11)	10	0.08690	EXCLOS: Han presentat el mateix producte en dos lots diferents a diferent preu, quan havia de ser el mateix preu segons el punt 6.1 del ppt									
2	201	Tira reactiva per mesurador avançat, per a determinació de glucosa en sang capil·lar amb aparell de lectura avançat, per a determinació de glucosa en sang capil·lar	0.19430	LIFESCAN SPAIN, S.L.	Tiras reactivas OneTouch Verio	2291205	50	7613427023748	50	6	5	3	20	7613427023748	12000	26	50	21	4800	7613427023748	252000	120	95	80	125810	0.12000	0,0743	Correcte	10	0.13200	22,86	NO	2,50	48 hs	1,00	26,36					
2	201	Tira reactiva per mesurador avançat, per a determinació de glucosa en sang capil·lar amb aparell de lectura avançat, per a determinació de glucosa en sang capil·lar	0.19430	MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A.	GLUCOMEN AREO SENSOR 50	47947	50	8012992479476	1	5	6	7	36	-	192	38	48	23	7600	18012992479473	4416	80	120	150	190000	0.10340	0,0909	<80% (0.1034 < 0.11)	10	0.11374	25,00	NO	2,50	24 hs	2,50	30,00					
2	201	Tira reactiva per mesurador avançat, per a determinació de glucosa en sang capil·lar amb aparell de lectura avançat, per a determinació de glucosa en sang capil·lar	0.19430	ROCHE DIABETES CARE SPAIN	ACCU-CHEK GUIDE TEST STRIP SOCT EU 6	7453736133	50	4015630068012	1	4	6	4	30	4015630068012	1	4	6	4	30	4015630068012		1	4	6	4	30	0.19000	0,0043	Correcte	10	0.20900	13,86	NO	2,50	24 hs	2,50	18,86				
2	201	Tira reactiva per mesurador avançat, per a determinació de glucosa en sang capil·lar amb aparell de lectura avançat, per a determinació de glucosa en sang capil·lar	0.19430	YPSOMED DIABETES S.L.	TIRAS REACTIVAS AVEO	7017358	50	7613117027322	50	5	6	4	48	7613117027328	50	42	7	26	2700	7613117027329	4000	110	183	43	226000	0.15800	0,0363	Correcte	10	0.17380	17,97	NO	2,50	24 hs	2,50	22,97					
3	301	Tira reactiva per mesurador bàsic, per a determinació de glucosa en sang capil·lar	0.12000	Abbott Laboratories,S.A.	ABBOTT LABORATORIES,S,A.	270816	50	5021791708161	50	6	7	4	35	5021791708161	50	6	7	2	35			0	0	0	0	0	0.10840	0,0116	Correcte	10	0.11924	18,46	NO	2,50	24 hs	2,50	23,46				
3	301	Tira reactiva per mesurador bàsic, per a determinació de glucosa en sang capil·lar	0.12000	Aleu Medical SI	VIVACHEK	VGS01-018	50	858745005138	50	4	4	6	37	8436592550579	10000	22	42	28	7500		360000	120	80	127	270000	0.07588	0.04412	<80% (0.07588 < 0.08)	10	0.08347	EXCLOS: No ha justificat la baixa temerària										
3	301	Tira reactiva per mesurador bàsic, per a determinació de glucosa en sang capil·lar	0.12000	Ascensia Diabetes Care Spain, S.L.	CONTOUR TS	84511161	1	5016003191305	1	4	5	4	31	5016003191305	24	18	13	12	757	5016003191305	6048	120	116	80	215764	0.10800	0,012	Correcte	10	0.11880	18,54	NO	2,50	24 hs	2,50	23,54					
3	301	Tira reactiva per mesurador bàsic, per a determinació de glucosa en sang capil·lar	0.12000	BIOGINE FARMA S.L.U.	TIRA REACTIVA RIGHTEST MAX 50 UDS.	RT-TS-GS770	50	4710949330934	1	6	8	4	50	99GS770B5S	240	46	55	31	17500	-		12	120	140	120	240000	0.08500	0,035	Correcte	10	0.09350	23,33	NO	2,50	48 hs	1,00	26,83				
3	301	Tira reactiva per mesurador bàsic, per a determinació de glucosa en sang capil·lar	0.12000	DPP INTERNACIONAL, S.A.	Tira Reactiva URIGHT TD-4183		210002	50	8414156100026	50	4	6	4	27	18414156100023	1000	18	21	7	800	No aplica		0	0	0	0	0	0.11950	0,0005	Correcte	10	0.13145	16,15	NO	2,50	24 hs	2,50	21,15			
3	301	Tira reactiva per mesurador bàsic, per a determinació de glucosa en sang capil·lar	0.12000	EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIÓ, S.A.	I-SENS	CARESENS PRO	50	8470001860897	1	7	5	4	0	8470001860897	1	7	5	4	0			0	0	0	0	0	0.11900	0,001	Correcte	10	0.13090	16,25	NO	2,50	24 hs	2,50	21,25				
3	301	Tira reactiva per mesurador bàsic, per a determinació de glucosa en sang capil·lar	0.12000	HARMONIUM HEALTHCARE S.L	HARMOCHKEK -VIVACHEK INO	HART001	50	8437020290081	0	4	6	6	0	8437020290081	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0.07700	0,043	<80% (0.077 < 0.08)	10	0.08470	25,00	NO	2,50	24 hs	2,50	30,00				
3	301	Tira reactiva per mesurador bàsic, per a determinació de glucosa en sang capil·lar	0.12000	LABIANA PHARMACEUTICALS, S.L.	ACON On Call Extra	843011	50	8437017076117	1	4	7	4	10	8437017076117	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0.12000	0	Correcte	10	0.13200	16,04	NO	2,50	48 hs	1,00	19,54				
3	301	Tira reactiva per mesurador bàsic, per a determinació de glucosa en sang capil·lar	0.12000	LIFESCAN SPAIN, S.L.	Tiras reactivas OneTouch Verio	2291205	50	7613427023748	50	6	5	3	20	7613427023748	12000	26	50	21	4800	7613427023748	252000	120	95	80	125810	0.12000	0	Correcte	10	0.13200	16,04	NO	2,50	48 hs	1,00	19,54					
3	301	Tira reactiva per mesurador bàsic, per a determinació de glucosa en sang capil·lar	0.12000	MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A.	GLUCOMEN AREO SENSOR 50	47947	50	8012992479476	1	5	6	7	36	-	192	38	48	23	7600																						

ANNEX
INFORME VALORACIONS

LOT	CODI CSC	DESCRIPCIO PRODUCTE	PREU MAXIM LITACIÓ	NOM EMPRESA	MARCA	REFERENCIA	UNITATS ENVAS	Presentació mínima - EAN	Presentació mínima - Unitat	Presentació mínima - Amplada	Presentació mínima - Alt	Presentació mínima - Profund	Presentació mínima - Pes	Embalatge - EAN	Embalatge - Unitat	Embalatge - Amplada	Embalatge - Alt	Embalatge - Profund	Embalatge - Pes	Palets - EAN	Palets - Unitat	Palets - Amplada	Palets - Alt	Palets - Profund	Palets - Pes	PREU UNITARI SENSE IVA	Diferencia preu ofertat - preu licitació	BAIXA TEMERARIA	IVA APLICAT	PREU UNITARI AMB IVA	PUNT OPORTUNITAT ECONOMICA (max.25 punts)	COMANDA MINIMA	PUNT COMANDA MINIMA (max.25 punts)	TERMINI LLURAMENT	PUNT TERMINI LLURAMENT (max.25 punts)	TOTAL PUNTS C				
5	501	Tira reactiva per a determinació de glucosa en sang apta per a pacients dialitzats	0.10840	MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A.	GLUCOMEN AREO SENSOR 50	47947	50	8012992479476	1	5	6	7	36	-	192	38	48	23	7600	18012992479473	4416	80	120	150	190000	0.10340	0.005	Correcte	10	0.11374	25.00	NO	2.50	24 hs	2.50	30.00				
5	501	Tira reactiva per a determinació de glucosa en sang apta per a pacients dialitzats	0.10840	ROCHE DIABETES CARE SPAIN	ACCU-CHEK INSTANT SOCT STRIP EURO 3	7819382037	50	4015630067503	50	4	7	4	39	4015630067503	50	4	7	4	39	4015630067503	50	4	7	4	39	0.10700	0.0014	Correcte	10	0.11770	24.17	NO	2.50	24 hs	2.50	29.17				
6	601	Tira reactiva per a la determinació de cossos cetònics en sang capil·lar	0.60000	EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIO, S.A.	I-SENS	KETOSENS	10	8470001860903	1	12	6	2	0	8470001860903	1	12	6	2	0			0	0	0	0	0.60000	0	Correcte	10	0.66000	25.00	NO	2.50	24 hs	2.50	30.00				
6	601	Tira reactiva per a la determinació de cossos cetònics en sang capil·lar	0.60000	MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A.	GLUCOMEN AREO B-KET S 10	47951	10	8012992479513	1	8	16	3	28	-	100	34	40	3	3400	18012992479510	2400	80	120	160	95000	0.60000	0	Correcte	10	0.66000	25.00	NO	2.50	24 hs	2.50	30.00				
7	701	Tira reactiva determinació Glicèmia compatible amb bomba insulina Medtronic	0.28380	Asomina Diabetes Care Spain, S.L.	CONTOUR NEXT	84191389	1	5016003728808	1	4	5	4	35	5016003728808	24	19	12	14	860	5016003728808	6144	120	116	80	245160	0.25690	0.0278	Correcte	10	0.28160	25.00	NO	2.50	24 hs	2.50	30.00				
7	701	Tira reactiva determinació Glicèmia compatible amb bomba insulina Medtronic	0.28380	ROCHE DIABETES CARE SPAIN	ACCU-CHEK GUIDE TEST STRIP SOCT EU 6	7453736133	50	4015630068012	50	4	6	4	30	4015630068012	50	4	6	4	30	4015630068012	50	4	6	4	30	0.19100	0.0928	Correcte	10	0.21010	EXCLOS: Han presentat el mateix producte en dos lots diferents a diferent preu, quan havia de ser al mateix preu segons el punt 6.1 del ppt									
8	801	Tira reactiva determinació Glicèmia compatible amb bomba insulina Roche	0.52280	ROCHE DIABETES CARE SPAIN	ACCU-CHEK AVIVA STRIPS SPAIN 50 BRK	6453970037	50	4015630981601	50	5	7	5	39	4015630981601	50	5	7	5	39	4015630981601	50	5	7	5	39	0.21190	0.3038	Correcte	10	0.24090	25.00	NO	2.50	24 hs	2.50	30.00				
9	901	Tires determinació Hemoglobina Glucosilada	4.95000	Abbott Rapid Diagnostics Healthcare, S.L.	Alifon HBA1c	1116795	15	7070060013930	1	9	2	7	348	7070060013930	1	9	2	7	348			0	0	0	0	4.20000	0.75	Correcte	21	5.08200	25.00	NO	2.50	48 hs	1.00	28.50				
9	901	Tires determinació Hemoglobina Glucosilada	4.95000	NOVA BIOMEDICAL BIERIA, S.L.	NOVA BIOMEDICAL	54215	20	385480542159	1	22	13	16	546	385480542159	1	22	13	16	546			0	0	0	0	4.85000	0.1	Correcte	21	5.86850	21.72	NO	2.50	24 hs	2.50	26.72				
9	901	Tires determinació Hemoglobina Glucosilada	4.95000	ROCHE DIAGNOSTICS SLU	cobas b 101 HBA1c Test 10PC (dia claim)	8038694190	10	7613336119778	10	120	125	155	286	7613336119778	0	0	0	0	0			0	0	0	0	4.95000	0	Correcte	21	5.98950	21.21	NO	2.50	24 hs	2.50	26.21				
9	901	Tires determinació Hemoglobina Glucosilada	4.95000	SIEMENS HEALTHCARE SLU	DCA HBA1C DIAGNOSTIC CLAIM KIT	10699915	10	630414592633	0	0	0	0	0	630414592633	0	0	0	0	0			0	0	0	0	4.60000	0.35	Correcte	21	5.56600	22.98	NO	2.50	24 hs	2.50	27.98				
10	1001	Tira reactiva informatitzada us hospitalari per a determinació de glucosa en sang arterial, capil·lar, neonatal i venosa	0.20000	BOIGNE FARMA S.L.U.	TIRA REACTIVA RIGHTTEST MAX 50 UDS,	RT-TS-GS770	50	4710949330934	1	6	8	4	50	99GS770B5S	240	46	55	31	17500	-	12	120	145	120	240000	0.09100	0.109	<80% (0.091 < 0.12)	10	0.10010	EXCLOS: Han presentat el mateix producte en dos lots diferents a diferent preu, quan havia de ser al mateix preu segons el punt 6.1 del ppt									
10	1001	Tira reactiva informatitzada us hospitalari per a determinació de glucosa en sang arterial, capil·lar, neonatal i venosa	0.20000	LABIANA PHARMACEUTICALS, S.L.	ACON On Call Sure	843031	50	8437017076315	1	4	7	4	10	8437017076315	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0.14400	0.056	Correcte	10	0.15840	25.00	NO	2.50	48 hs	1.00	28.50				
10	1001	Tira reactiva informatitzada us hospitalari per a determinació de glucosa en sang arterial, capil·lar, neonatal i venosa	0.20000	ROCHE DIAGNOSTICS SLU	ACCU-CHEK INFORM II 50 CT UK F2	5942861018	50	4015630980482	50	45	70	50	39	4015630980482	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0.20000	0	Correcte	10	0.22000	18.00	NO	2.50	24 hs	2.50	23.00				
11	1101	Tira reactiva per a control de coagulació amb aparell lectura Control de Coagulació	1.47500	LABORATORIOS RHODEN S.L.	AVALUN	8012134	12	3760097080121	12	14	7	10	70	3760097080121	12	14	7	10	50			0	0	0	0	1.40000	0.025	Correcte	21	1.75450	19.07	NO	2.50	24 hs	2.50	24.07				
11	1101	Tira reactiva per a control de coagulació amb aparell lectura Control de Coagulació	1.47500	ROCHE DIAGNOSTICS SLU	CoaguChek XS 2x4 tests	4625315070	48	4015630936878	48	45	90	80	77	4015630936878	0	0	0	0	0			0	0	0	0	1.10000	0.375	Correcte	10	1.21000	25.00	NO	2.50	24 hs	2.50	30.00				
11	1101	Tira reactiva per a control de coagulació amb aparell lectura Control de Coagulació	1.47500	WERFEN ESPAÑA SAU	Line Microsystems	335CH80025AA	25	8436540290335	25	6	6	6	4	8436540290335	25	6	6	6	4			0	0	0	0	1.40000	0.075	Correcte	10	1.54000	19.92	NO	2.50	48 hs	1.00	23.42				
12	1201	Microcubetes determinació Hemoglobina	0.85000	EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIO, S.A.	MICROBIOMED	VERI-Q Hb mate	50	8809335861087	1	6	5	4	0	8809335861087	1	6	5	4	0			0	0	0	0	0.75000	0.1	Correcte	21	0.90750	25.00	NO	2.50	24 hs	2.50	30.00				
12	1201	Microcubetes determinació Hemoglobina	0.85000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	HEMOCUE	126111716	200	8430793096300	50	0	0	0	0	8426950446675	200	6	22	9	392			0	0	0	0	0.75000	0.1	Correcte	21	0.90750	25.00	NO	2.50	24 hs	2.50	30.00				
12	1201	Microcubetes determinació Hemoglobina	0.85000	NOVA BIOMEDICAL BIERIA, S.L.	NOVA BIOMEDICAL	58786	50	10385480587867	1	8	4	7	56	10385480587867	1	8	4	7	56			0	0	0	0	0.80000	0.05	Correcte	21	0.96800	23.53	NO	2.50	24 hs	2.50	28.53				
12	1201	Microcubetes determinació Hemoglobina	0.85000	Radiometer Ibérica, S.L.	Radiometer Ibérica, S.L.	111716	1	7311091117168	1	107	56	22	150	7311091117168	1	107	56	22	150			0	0	0	0	0.80000	0.01	Correcte	21	1.01640	22.35	NO	2.50	48 hs	1.00	25.85				
13	1301	Tira reactiva orina 11 paràmetres	0.051	AKRALAB, SL	ACRO BIOTECH	U031-11	100	8430484241101	1	5	5	13	90	8430484241101	216	51	43	41	20000			0	0	0	0	0.05090	0.00010	Correcte	21	0.06160	25.00	NO	2.50	24 hs	2.50	30.00				
14	1401	Tira reactiva Orina 10 paràmetres (Glucosa, Bilirubina, Cossos Cetònics, Densitat, Sang, Ph, Proteïnes, urobilígeno, Nitrits, Leucòcits)	0.06500	LAMBRA, S.L.	TIRA ORINA 10 P,	LU031-101	100	8431152800040	1	1	9	1	1	8431152800040	100	5	13	5	84			0	0	0	0	0.06390	0.00195	Correcte	21	0.07629	17.56	NO	2.50	24 hs	2.50	22.56				
14	1401	Tira reactiva Orina 10 paràmetres (Glucosa, Bilirubina, Cossos Cetònics, Densitat, Sang, Ph, Proteïnes, urobilígeno, Nitrits, Leucòcits)	0.06500	MONLAB SL	SPINREACT	52010	100	8431673037512	1	14	5	5	200	8431673037512	1	14	5	5	200			0	0	0	0	0.05000	0.015	Correcte	21	0.06050	22.58	SI	0.00	24 hs	2.50	25.08				
14	1401	Tira reactiva Orina 10 paràmetres (Glucosa, Bilirubina, Cossos Cetònics, Densitat, Sang, Ph, Proteïnes, urobilígeno, Nitrits, Leucòcits)	0.06500	PALEX MEDICAL, S.A.	CYBOW	495609	100	8435070500655	0	0	0	0	0	8435070500655	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0.05320	0.0118	Correcte	21	0.06437	21.35	NO	2.50	24 hs	2.50	26.35				
14	1401	Tira reactiva Orina 10 paràmetres (Glucosa, Bilirubina, Cossos Cetònics, Densitat, Sang, Ph, Proteïnes, urobilígeno, Nitrits, Leucòcits)	0.06500	AKRALAB, SL	HANGZHOU ALLTEST BIOTECH	U031-10	100	8430484262786	1	5	5	13	90	8430484262786	216	51	43	41	20000			0	0	0	0	0.04370	0.02130	Correcte	21	0.05290	25.00	NO	2.50	24 hs	2.50	30.00				
14	1401	Tira reactiva Orina 10 paràmetres (Glucosa, Bilirubina, Cossos Cetònics, Densitat, Sang, Ph, Proteïnes, urobilígeno, Nitrits, Leucòcits)	0.06500	TECIL, S.A.	Tira reactiva orina 10 paràmetres	H10/500	100	2000000002507	1	5	14	5	100	2000000002507	1	5	14	5	100			0	0	0	0	0.06000	0.005	Correcte	21	0.07260	18.73	SI	0.00	24 hs	2.50	21.23				
15	1501	Tira reactiva Orina 3 paràmetres (Glucosa, Proteïnes, Ph)	0.15000	DESERT																																				
16	1601	Tira reactiva Orina 2 paràmetres (Glucosa, Cossos Cetònics)	0.08000	TECIL, S.A.	Tira reactiva Orina 2 paràmetres	H2/500	100	8436538970928	1	4	12	4	70	8436538970928	1	4	12	4	70			0</																		

LOT	CODI CSC	DESCRIPCIO PRODUCTE	PREU MAXIM LITACIÓ	NOM EMPRESA	MARCA	REFERENCIA	UNITATS ENVAS	Presentació mínima - EAN	Presentació mínima - Unitat	Presentació mínima - Amplada	Presentació mínima - Alt	Presentació mínima - Profund	Presentació mínima - Pes	Embalatge - EAN	Embalatge - Unitat	Embalatge - Amplada	Embalatge - Alt	Embalatge - Profund	Embalatge - Pes	Palets - EAN	Palets - Unitat	Palets - Amplada	Palets - Alt	Palets - Profund	Palets - Pes	PREU UNITARI SENSE IVA	Diferencia preu ofertat - preu licitació	BAIXA TEMERARIA	IVA APLICAT	PREU UNITARI AMB IVA	PUNT OFERTA ECONOMICA (max. 25 punts)	COMANDA MINIMA	PUNT COMANDA MINIMA (max 2,5 punts)	TERMINI LLURAMENT	PUNT TERMINI LLURAMENT (max 2,5 punts)	TOTAL PUNTS C
20	2001	Kit de diagnòstic trencament prematur de membranes	14,00000	LABORATORIOS RHOGIEN S.L.	BIOSYNEX	1090003	10	3700531705135	10	24	9	13	100	3700531705135	10	24	9	13	100		0	0	0	0	0	13,500000	0,5	Correcte	21	16,33500	11,61	NO	2,50	24 hs	2,50	16,61
20	2001	Kit de diagnòstic trencament prematur de membranes	14,00000	LABORATORIOS RUBIO SA	ALERE ACTIV PROM	30831ETAL	10	6430030990493	10	11	23	7	180	16430030990490	8	36	29	45	9660		256	80	100	120	48000	11,500000	2,5	Correcte	21	13,91500	15,18	NO	2,50	48 hs	1,00	18,68
20	2001	Kit de diagnòstic trencament prematur de membranes	14,00000	TECIL, S.A.	MARCADOR ROTURA PREMATURA MEMBRANA AMNIOTICA	IGFBPO-1	1	8436538970478	1	9	23	2	40	8436538970478	1	9	23	2	40		0	0	0	0	0	6,000000	8	<80% (6 < 8,27)	21	7,26000	25,00	SI	0,00	24 hs	2,50	27,50