

INFORME DE VALORACIÓ TÈCNICA

SCS-2022-36

Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.

LOT 1:

1260010500

Exoftaltòmetre*

*Aquest producte no s'inclou a l'informe perquè no conté característiques tècniques a valorar.

Les empreses següents han presentat oferta tècnica:

LUNEAU TECHNOLOGY S.A.

OCULUS IBERIA S.L.

Les propostes tècniques de les empreses següents compleixen els requeriments tècnics demanats en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT):

LUNEAU TECHNOLOGY S.A.

OCULUS IBERIA S.L.

LOT 2:

1260030400

Retinògraf no midriàtic

Les empreses següents han presentat oferta tècnica:

AJL OPHTHALMIC, S.A.

LUNEAU TECHNOLOGY S.A.

OFTALMICA INSTRUMENTS, SL

Productos Médicos Hospitalarios, S.L.

TOPCON ESPAÑA, S.A

Queda exclosa l'oferta tècnica presentada per:

AJL OPHTHALMIC, S.A.

perquè no compleix els requeriments bàsics següents:

No compleix amb els requeriments de connectivitat i integració que demana el PPT.

INFORME DE VALORACIÓ TÈCNICA

SCS-2022-36

Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.

Queda exclosa l'oferta tècnica presentada per:

LUNEAU TECHNOLOGY S.A.

perquè no compleix els requeriments bàsics següents:

No ha presentat mostra.

Queda exclosa l'oferta tècnica presentada per:

OFTALMICA INSTRUMENTS, SL

perquè no compleix els requeriments bàsics següents:

No ha presentat mostra.

Queda exclosa l'oferta tècnica presentada per:

Productos Médicos Hospitalarios, S.L.

perquè no compleix els requeriments bàsics següents:

No ha presentat mostra.

Les propostes tècniques valorades a continuació compleixen els requeriments tècnics demanats en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT):

TOPCON ESPAÑA, S.A

En haver-hi únicament una oferta admesa no és d'aplicació la fórmula que recull el Quadre de característiques del contracte.

Per tant, en aquest cas, l'oferta obté com a puntuació total el valor inicialment obtingut en la fase de valoració.

[LOT 3:](#)

1260030600

Retinògraf de camp ampli d'alta resolució

Les empreses següents han presentat oferta tècnica:

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA,S.A.

INDO OPTICAL S.L.U

INFORME DE VALORACIÓ TÈCNICA

SCS-2022-36

Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.

Queda exclosa l'oferta tècnica presentada per:

INDO OPTICAL S.L.U

perquè no compleix els requeriments bàsics següents:

No ha presentat mostra.

Les propostes tècniques valorades a continuació compleixen els requeriments tècnics demanats en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT):

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA,S.A.

En haver-hi únicament una oferta admesa no és d'aplicació la fórmula que recull el Quadre de característiques del contracte.

Per tant, en aquest cas, l'oferta obté com a puntuació total el valor inicialment obtingut en la fase de valoració.

LOT 4:

1260040600

Pantalla de projecció de test (LED)

Les empreses següents han presentat oferta tècnica:

AJL OPHTHALMIC, S.A.

INDO OPTICAL S.L.U

LUNEAU TECHNOLOGY S.A.

OFTALMICA BONET, SA

OFTALMICA INSTRUMENTS, SL

TOPCON ESPAÑA, S.A

Les propostes tècniques valorades a continuació compleixen els requeriments tècnics demanats en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT):

AJL OPHTHALMIC, S.A.

INDO OPTICAL S.L.U

LUNEAU TECHNOLOGY S.A.

OFTALMICA BONET, SA

OFTALMICA INSTRUMENTS, SL

TOPCON ESPAÑA, S.A

INFORME DE VALORACIÓ TÈCNICA

SCS-2022-36

Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.

LOT 5:

1260060300 Joc de lents

Les empreses següents han presentat oferta tècnica:

LUNEAU TECHNOLOGY S.A.

TOPCON ESPAÑA, S.A

Les propostes tècniques valorades a continuació compleixen els requeriments tècnics demanats en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT):

LUNEAU TECHNOLOGY S.A.

TOPCON ESPAÑA, S.A

LOT 6:

1260060310 Joc de lents 2

Les empreses següents han presentat oferta tècnica:

AJL OPHTHALMIC, S.A.

LUNEAU TECHNOLOGY S.A.

OFTALMICA BONET SA

OFTALTECH SOLUTIONS S.L.U.

TOPCON ESPAÑA, S.A

Les propostes tècniques valorades a continuació compleixen els requeriments tècnics demanats en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT):

AJL OPHTHALMIC, S.A.

LUNEAU TECHNOLOGY S.A.

OFTALMICA BONET SA

OFTALTECH SOLUTIONS S.L.U.

TOPCON ESPAÑA, S.A

INFORME DE VALORACIÓ TÈCNICA

SCS-2022-36

Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.

LOT 7:

1260120200 Tonòmetre de rebot

Les empreses següents han presentat oferta tècnica:

AJL OPHTHALMIC, S.A.
OFTALMICA BONET SA

Queda exclosa l'oferta tècnica presentada per:

OFTALMICA BONET SA

perquè no compleix els requeriments bàsics següents:

A l'annex B adreça a les pàgines 16 i 17 de la seva oferta tècnica, però només hi han dues fulls a l'oferta.

No especifiquen els punts 1, 3, 6, i 9 de les característiques d'obligat compliment, que, per tant, no es poden valorar.

Les propostes tècniques valorades a continuació compleixen els requeriments tècnics demanats en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT):

AJL OPHTHALMIC, S.A.

En haver-hi únicament una oferta admesa no és d'aplicació la fórmula que recull el Quadre de característiques del contracte.

Per tant, en aquest cas, l'oferta obté com a puntuació total el valor inicialment obtingut en la fase de valoració.

LOT 8:

1260120800 Tonòmetre Perkins

Les empreses següents han presentat oferta tècnica:

LUNEAU TECHNOLOGY S.A.
OFTALMICA BONET SA

La proposta tècnica valorada a continuació compleix els requeriments tècnics demanats en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT):

LUNEAU TECHNOLOGY S.A.
OFTALMICA BONET SA

INFORME DE VALORACIÓ TÈCNICA

SCS-2022-36

Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.

LOT 9:

1260140100 Biòmetre

Les empreses següents han presentat oferta tècnica:

AJL OPHTHALMIC, S.A.

ALCON HEALTHCARE, S.A.

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA,S.A.

Queda exclosa l'oferta tècnica presentada per:

AJL OPHTHALMIC, S.A.

perquè no compleix els requeriments bàsics següents:

No compleix amb els requeriments de connectivitat i integració que demana el PPT.

Les propostes tècniques valorades a continuació compleixen els requeriments tècnics demanats en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT):

ALCON HEALTHCARE, S.A.

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA,S.A.

LOT 10:

1260140400 Paquímetre portàtil

Les empreses següents han presentat oferta tècnica:

OFTALMICA INSTRUMENTS, SL

TOPCON ESPANA, S.A

Les propostes tècniques valorades a continuació compleixen els requeriments tècnics demanats en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT):

OFTALMICA INSTRUMENTS, SL

TOPCON ESPAÑA, S.A

INFORME DE VALORACIÓ TÈCNICA

SCS-2022-36

Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.

LOT 11:

1260160100 Campímetre

Les empreses següents han presentat oferta tècnica:

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA,S.A.

Les propostes tècniques valorades a continuació compleixen els requeriments tècnics demanats en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT):

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA,S.A.

En haver-hi únicament una oferta admesa no és d'aplicació la fórmula que recull el Quadre de característiques del contracte.

Per tant, en aquest cas, l'oferta obté com a puntuació total el valor inicialment obtingut en la fase de valoració.

LOT 12:

1260190100 Microscopi especular de comptatge endotelial

Les empreses següents han presentat oferta tècnica:

AJL OPHTHALMIC, S.A.

INDO OPTICAL S.L.U

OFTALMICA INSTRUMENTS, SL

OFTALTECH SOLUTIONS S.L.U.

TOPCON ESPAÑA, S.A

Queda exclosa l'oferta tècnica presentada per:

INDO OPTICAL S.L.U

perquè no compleix els requeriments bàsics següents:

No ha presentat mostra.

Queda exclosa l'oferta tècnica presentada per:

OFTALMICA INSTRUMENTS, SL

perquè no compleix els requeriments bàsics següents:

No ha presentat mostra.

INFORME DE VALORACIÓ TÈCNICA

SCS-2022-36

Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.

Les propostes tècniques valorades a continuació compleixen els requeriments tècnics demanats en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT):

AJL OPHTHALMIC, S.A.
OFTALTECH SOLUTIONS S.L.U.
TOPCON ESPAÑA, S.A

LOT 13:

1260200300

Frontofocòmetre computeritzat

Les empreses següents han presentat oferta tècnica:

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA,S.A.
INDO OPTICAL S.L.U
LUNEAU TECHNOLOGY S.A.
OFTALMICA BONET SA
OFTALMICA INSTRUMENTS, SL
TOPCON ESPAÑA, S.A

Les propostes tècniques valorades a continuació compleixen els requeriments tècnics demanats en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT):

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA,S.A.
INDO OPTICAL S.L.U
LUNEAU TECHNOLOGY S.A.
OFTALMICA BONET SA
OFTALMICA INSTRUMENTS, SL
TOPCON ESPAÑA, S.A

INFORME DE VALORACIÓ TÈCNICA

SCS-2022-36

Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.

LOT 14:

1260230100

Refractoqueratòmetre

Les empreses següents han presentat oferta tècnica:

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA,S.A.

INDO OPTICAL S.L.U

LUNEAU TECHNOLOGY S.A.

OCULUS IBERIA S.L.

OFTALMICA INSTRUMENTS, SL

TOPCON ESPAÑA, S.A

Queda exclosa l'oferta tècnica presentada per:

INDO OPTICAL S.L.U

perquè no compleix els requeriments bàsics següents:

No ha presentat mostra.

Queda exclosa l'oferta tècnica presentada per:

LUNEAU TECHNOLOGY S.A.

perquè no compleix els requeriments bàsics següents:

No ha presentat mostra.

Queda exclosa l'oferta tècnica presentada per:

OCULUS IBERIA S.L.

perquè no compleix els requeriments bàsics següents:

No compleix amb els requeriments de connectivitat i integració que demana el PPT.

INFORME DE VALORACIÓ TÈCNICA

SCS-2022-36

Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.

Queda exclosa l'oferta tècnica presentada per:

OFTALMICA INSTRUMENTS, SL

perquè no compleix els requeriments bàsics següents:

No compleix amb els requeriments de connectivitat i integració que demana el PPT.

Les propostes tècniques valorades a continuació compleixen els requeriments tècnics demanats en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT):

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.

TOPCON ESPANA, S.A

LOT 15:

1260260200 Topògraf corneal mitjançant càmera Scheimpflug

Les empreses següents han presentat oferta tècnica:

OCULUS IBERIA S.L.

Les propostes tècniques valorades a continuació compleixen els requeriments tècnics demanats en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT):

OCULUS IBERIA S.L.

En haver-hi únicament una oferta admesa no és d'aplicació la fórmula que recull el Quadre de característiques del contracte.

Per tant, en aquest cas, l'oferta obté com a puntuació total el valor inicialment obtingut en la fase de valoració.

LOT 16:

1261010400 Ecògraf ocular

Les empreses següents han presentat oferta tècnica:

Medical Mix, S.L.U.

TOPCON ESPAÑA, S.A

INFORME DE VALORACIÓ TÈCNICA

SCS-2022-36

Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.

Queda exclosa l'oferta tècnica presentada per:

Medical Mix, S.L.U.

perquè no compleix els requeriments bàsics següents:

No compleix amb els requeriments de connectivitat i integració que demana el PPT.

Les propostes tècniques valorades a continuació compleixen els requeriments tècnics demanats en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT):

TOPCON ESPAÑA, S.A

En haver-hi únicament una oferta admesa no és d'aplicació la fórmula que recull el Quadre de característiques del contracte.

Per tant, en aquest cas, l'oferta obté com a puntuació total el valor inicialment obtingut en la fase de valoració.

[LOT 17:](#)

1262010100

Tomògraf de Coherència Òptica (OCT)

Les empreses següents han presentat oferta tècnica:

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA,S.A.

INDO OPTICAL S.L.U

LUNEAU TECHNOLOGY S.A.

OFTALTECH SOLUTIONS S.L.U.

W. M. BLOSS, S.A.

Queda exclosa l'oferta tècnica presentada per:

INDO OPTICAL S.L.U

perquè no compleix els requeriments bàsics següents:

No ha presentat mostra.

Queda exclosa l'oferta tècnica presentada per:

LUNEAU TECHNOLOGY S.A.

perquè no compleix els requeriments bàsics següents:

No compleix amb els requeriments de connectivitat i integració que demana el PPT.

INFORME DE VALORACIÓ TÈCNICA

SCS-2022-36

Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.

Les propostes tècniques valorades a continuació compleixen els requeriments tècnics demanats en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT):

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.

OFTALTECH SOLUTIONS S.L.U.

W. M. BLOSS, S.A.

LOT 18:

1530020700 Electrobisturí de baixa potència per a oftalmologia

Les empreses següents han presentat oferta tècnica:

AJL OPHTHALMIC, S.A.

Les propostes tècniques valorades a continuació compleixen els requeriments tècnics demanats en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT):

AJL OPHTHALMIC, S.A.

En haver-hi únicament una oferta admesa no és d'aplicació la fórmula que recull el Quadre de característiques del contracte.

Per tant, en aquest cas, l'oferta obté com a puntuació total el valor inicialment obtingut en la fase de valoració.

LOT 19:

OFTALMOSCOPIS

Productes que componen el lot:

1260010200 Oftalmoscopi senzill directe amb base autocarregable

1260010300 Joc d'oftalmoscopi i retinoscopi

1260020100 Oftalmoscopi binocular indirecte

Les empreses següents han presentat oferta tècnica:

TOPCON ESPAÑA, S.A

Les propostes tècniques valorades a continuació compleixen els requeriments tècnics demanats en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT):

TOPCON ESPAÑA, S.A

En haver-hi únicament una oferta admesa no és d'aplicació la fórmula que recull el Quadre de característiques del contracte.

Per tant, en aquest cas, l'oferta obté com a puntuació total el valor inicialment obtingut en la fase de valoració.

INFORME DE VALORACIÓ TÈCNICA

SCS-2022-36

Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.

LOT 20:

VARIS

Productes que componen el lot:

1260050100	Muntura de proves universal
1260050200	Muntura de proves infantil
1260050300	Muntura de proves nounats
1260060100	Equip per a lents de proves
1260060800	Barra de prismes
1260061400	Cilindres creuats
1261010700	Conjunt de test d'oftalmologia*
8160050300	Regla d'esciascòpia*

*Aquests productes no s'inclouen a l'informe perquè no contenen característiques tècniques a valorar.

Les empreses següents han presentat oferta tècnica:

LUNEAU TECHNOLOGY S.A.

OFTALMICA INSTRUMENTS, SL

Queda exclosa l'oferta tècnica presentada per:

OFTALMICA INSTRUMENTS, SL

perquè no compleix els requeriments bàsics següents:

Al producte **1260060100** no compleix la definició de la fitxa tècnica: el perfil de les lents és de plàstic, no metàl·lic.

Les propostes tècniques valorades a continuació compleixen els requeriments tècnics demanats en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT):

LUNEAU TECHNOLOGY S.A.

En haver-hi únicament una oferta admesa no és d'aplicació la fórmula que recull el Quadre de característiques del contracte.

Per tant, en aquest cas, l'oferta obté com a puntuació total el valor inicialment obtingut en la fase de valoració.

INFORME DE VALORACIÓ TÈCNICA

SCS-2022-36

Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.

LOT 21:

LLUM DE FENEDURA

Productes que componen el lot:

1260090110	Unitat de refracció per a oftalmologia
1260100100	Llum de fenedura
1260100300	Llum de fenedura digital
1260120600	Tonòmetre d'aplanament de Goldman

Les empreses següents han presentat oferta tècnica:

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA,S.A

INDO OPTICAL S.L.U

LUNEAU TECHNOLOGY S.A.

OFTALMICA INSTRUMENTS, SL

TOPCON ESPAÑA, S.A

W. M. BLOSS, S.A.

Queda exclosa l'oferta tècnica presentada per:

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA,S.A

perquè no compleix els requeriments bàsics següents:

No compleix amb els requeriments de connectivitat i integració que demana el PPT.

Queda exclosa l'oferta tècnica presentada per:

INDO OPTICAL S.L.U

perquè no compleix els requeriments bàsics següents:

No ha presentat mostra.

INFORME DE VALORACIÓ TÈCNICA

SCS-2022-36

Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.

Queda exclosa l'oferta tècnica presentada per:

LUNEAU TECHNOLOGY S.A.

perquè no compleix els requeriments bàsics següents:

No ha presentat mostra.

Queda exclosa l'oferta tècnica presentada per:

OFTALMICA INSTRUMENTS, SL

perquè no compleix els requeriments bàsics següents:

No compleix amb els requeriments de connectivitat i integració que demana el PPT.

Les propostes tècniques valorades a continuació compleixen els requeriments tècnics demanats en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT):

TOPCON ESPAÑA, S.A

W. M. BLOSS, S.A.

1260030400 Retinògraf no midriàtic	Puntuació màxima		TOPCON ESPAÑA, S.A
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	44	Puntuació total
		44,00	TOPCON / TRC-NW400
LOT 2			

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.1. Característiques funcionals	23,00	23,00	
Característiques a valorar			
Rang de correcció diòptrica superior a la demanada	5	5,00	Si, -33D +40D
Funcionament en mode manual	3	3,00	Si
Fotografies en pupil·la estreta: ha de permetre fer fotografies de 45° amb pupil·la estreta com a mínim de 3,3 mm	4	4,00	Si,3,3 mm
Tipus de pantalla de comandament (tàctil, graus de gir, etc.)	3	3,00	Pantalla tàctil i mòbil 360°
Tipus de pantalla de comandament sense necessitat de joystick	3	3,00	Si
Equip automatitzat, captura automàtica del segon ull	5	5,00	Si
1.4. Valoració de mostra*	9,00	9,00	
Característiques a valorar			
Adequació a les necessitats assistencials	3	3,00	Adjunt informe de l'hospital
Qualitat d'imatge	2	2,00	Adjunt informe de l'hospital
Ergonomia i fàcil ús	4	4,00	Adjunt informe de l'hospital

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima		
Servei tècnic durant el període de garantia	4,00	4,00	
Característiques a valorar			
Equip de substitució durant reparacions superiors a 48 h	4	4,00	Si.

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima		
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	8,00	8,00	
Característiques a valorar			
Import anual del contracte de manteniment preventiu (IVA exclòs) (Cal indicar import, no percentatge)	2	2,00	238 €
Cost hora/tècnic (€)	3	3,00	80 €
Cost desplaçament (€)	3	3,00	50 €

*Els apartats "1.2. Accessoris" i "1.3. Integració i connectivitat" no contenen característiques a valorar.

1260030600 Retinògraf de camp ampli d'alta resolució	Puntuació màxima		CARL ZEISS MEDITEC IBERIA,S.A.
SCS-2022-36 Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	44	Puntuació total	ZEISS/CLARUS 500
LOT 3		44,00	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.1. Característiques tècniques	12,00	12,00	
Característiques a valorar			
Major camp de visió	4	4,00	Sí, 267°
Color real mitjançant il·luminació amb l'espectre de llum continu entre al menys 450 i 600 nm.	4	4,00	Sí, 435 mm i 640 mm
Resolució: menor de 10 µm.	2	2,00	7,3 µm.
Rang de compensació continua de diòptries superior a +/-20 D.	2	2,00	Sí, -24 D a +20 D
1.2. Mesures i estudis realitzats	3,00	3,00	
Característiques a valorar			
Menor temps d'exposició	3	3,00	Sí, ≤ 0,2 s
1.3. Accessoris	5,00	5,00	
Característiques a valorar			
Màxima adaptabilitat de la solució per garantir accés a pacient en cadira de rodes	2	2,00	Sí
Mides més àmplies de la pantalla	3	3,00	Monitor tàctil d'alta resolució LCD de 22"
1.4. Integració i connectivitat	4,00	4,00	
Característiques a valorar			
Inclou sistema d'informació departamental que permeti creació d'informes i la gestió de les exploracions resultants	4	4,00	Sí.
1.5. Valoració de mostra	12,00	12,00	
Característiques a valorar			
Adequació a les necessitats assistencials	2	2,00	Adjunt informe de l'hospital
Qualitat d'imatge	4	4,00	Adjunt informe de l'hospital
Ergonomia	2	2,00	Adjunt informe de l'hospital
Fàcil ús	4	4,00	Adjunt informe de l'hospital

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima		
Servei tècnic durant el període de garantia	2,00	2,00	
Característiques a valorar			
Equip de substitució durant reparacions superiors a 48 h	2	2,00	Sí

1260030600	Retinògraf de camp ampli d'alta resolució	Puntuació màxima		CARL ZEISS MEDITEC IBERIA,S.A.
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	44	Puntuació total	ZEISS/CLARUS 500
LOT 3			44,00	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia		Puntuació màxima		
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia		6,00	6,00	
Característiques a valorar				
Import anual del contracte de manteniment tot risc (IVA exclòs) (Cal indicar import, no percentatge)	2	2,00		4581 €
Import anual del contracte de manteniment preventiu (IVA exclòs) (Cal indicar import, no percentatge)	2	2,00		781 €
Cost hora/tècnic (€)	1	1,00		145 €
Cost desplaçament (€)	1	1,00		100 €

1260040600 Pantalla de projecció de test (LED)	Puntuació màxima	AJL OPHTHALMIC, S.A.			INDO OPTICAL S.L.U	
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	26	Puntuació maximitzada total	EYENEXT AOC-24" POLAR y SOPORTE CON RUEDAS	Puntuació maximitzada total	MDM ITALIA - VS-3 POLA 24"
LOT 4			23,20		24,00	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.1. Característiques tècniques	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Característiques a valorar					
Wi-Fi	5	5,00	Si	5,00	Si
2 de les 8 pantalles han d'incorporar un suport amb rodes per al transport	5	5,00	Si	5,00	Si
Suport a paret per al comandament a distància	5	5,00	Si	5,00	Si
Nombre i tipus de tests	4	4,00	Els necessaris per a la correcta adequació assistencial.	4,00	Els necessaris per a la correcta adequació assistencial

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
Servei tècnic durant el període de garantia	3,00	1,50	1,50	3,00	3,00
Característiques a valorar					
Equip de substitució durant reparacions superiors a 48 h	3	1,50	No, a partir de 72 h	3,00	Si

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	4,00	2,70	2,70	2,00	2,00
Característiques a valorar					
Cost hora/tècnic (€)	2	1,20	95,55 €	1,00	100 €
Cost desplaçament (€)	2	1,50	60 €	1,00	91 €

1260040600 Pantalla de projecció de test (LED)	Puntuació màxima			LUNEAU TECHNOLOGY S.A.			OFTALMICA BONET, SA
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	26	Puntuació maximitzada total	Visionix / VX22 CP	Puntuació maximitzada total	EYENEXT/ITALIA AOC-i24	
LOT 4			21,90		23,80		

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada		Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.1. Característiques tècniques	19,00	16,00	16,00		19,00	19,00
Característiques a valorar						
Wi-Fi	5	2,00		Té la possibilitat, però no està inclòs a l'oferta.	5,00	Si
2 de les 8 pantalles han d'incorporar un suport amb rodes per al transport	5	5,00		Si	5,00	Si
Suport a paret per al comandament a distància	5	5,00		Si	5,00	Si
Nombre i tipus de tests	4	4,00		Els necessaris per la correcta adequació assistencial	4,00	Els necessaris per a la correcta adequació assistencial

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima					
Servei tècnic durant el període de garantia	3,00	3,00	3,00		3,00	3,00
Característiques a valorar						
Equip de substitució durant reparacions superiors a 48 h	3	3,00		Si	3,00	Si

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima					
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	4,00	2,90	2,90		1,80	1,80
Característiques a valorar						
Cost hora/tècnic (€)	2	1,90		82 €	1,50	90 €
Cost desplaçament (€)	2	1,00		90 €	0,30	150 €

1260040600 Pantalla de projecció de test (LED)	Puntuació màxima			OFTALMICA INSTRUMENTS, SL			TOPCON ESPAÑA, S.A
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	26	Puntuació maximitzada total	EVERVIEW/LUCID LC	Puntuació maximitzada total	TOPCON / CC-100	
LOT 4			25,00		26,00		

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada		Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.1. Característiques tècniques	19,00	18,00	18,00		19,00	19,00
Característiques a valorar						
Wi-Fi	5	5,00		Si	5,00	Si
2 de les 8 pantalles han d'incorporar un suport amb rodes per al transport	5	5,00		Si	5,00	Si
Suport a paret per al comandament a distància	5	5,00		Si	5,00	Si
Nombre i tipus de tests	4	3,00		Ofereix menys varietat que les altres ofertes	4,00	Els necessaris per a la correcta adequació assistencial

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima					
Servei tècnic durant el període de garantia	3,00	3,00	3,00		3,00	3,00
Característiques a valorar						
Equip de substitució durant reparacions superiors a 48 h	3	3,00		Si	3,00	Si

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima					
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	4,00	4,00	4,00		4,00	4,00
Característiques a valorar						
Cost hora/tècnic (€)	2	2,00		80 €	2	80 €
Cost desplaçament (€)	2	2,00		50 €	2	50 €

1260060300	Joc de lents	Puntuació màxima	LUNEAU TECHNOLOGY S.A.		TOPCON ESPAÑA, S.A	
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	8	Puntuació maximitzada total	Volk / Lents de Volk	Puntuació maximitzada total	OCULAR/ OI-STDm, OIHM, OI28,OI20,OG3MA
LOT 5			8,00		4,00	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	Puntuació tècnica		Puntuació maximitzada	
1.1. Característiques tècniques	6,00	6,00	6,00				
Característiques a valorar							
Possibilitat de perfil de diferents colors	2	2,00		Si	2,00		Si
Gravat del perfil de les lents	4	4,00		Si	0,00		No en el perfil

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	Puntuació tècnica		Puntuació maximitzada	
Servei tècnic durant el període de garantia	2,00	2,00	2,00		
Característiques a valorar					
Equip de substitució durant reparacions superiors a 48 h	2	2,00		Si	2,00

1260060310	Joc de lents 2	Puntuació màxima		AJL OPHTHALMIC, S.A.		LUNEAU TECHNOLOGY S.A.
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	9	Puntuació maximitzada total	LENTEs VOLK	Puntuació maximitzada total	Volk / Lents de Volk
LOT 6			7,50		9,00	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada		Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.1. Característiques tècniques	6,00	6,00	6,00		6,00	6,00
Característiques a valorar						
Possibilitat de perfil de diferents colors	2	2,00	Sí		2,00	Sí
Gravat del perfil de les lents	4	4,00	Sí		4,00	Sí

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima					
Servei tècnic durant el període de garantia	3,00	1,50	1,50		3,00	3,00
Característiques a valorar						
Equip de substitució durant reparacions superiors a 48 h	3	1,50	No, a partir de 72 h		3,00	Sí

1260060310	Joc de lents 2	Puntuació màxima	OFTALMICA BONET SA		OFTALTECH SOLUTIONS S.L.U.	
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	9	Puntuació maximitzada total	Marca VOLK/USA	Puntuació maximitzada total	VOLK
LOT 6			9,00		7,50	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada		Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.1. Característiques tècniques	6,00	6,00	6,00		6,00	6,00
Característiques a valorar						
Possibilitat de perfil de diferents colors	2	2,00		Sí	2,00	Sí
Gravat del perfil de les lents	4	4,00		Sí	4,00	Sí

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima					
Servei tècnic durant el període de garantia	3,00	3,00	3,00		1,50	1,50
Característiques a valorar						
Equip de substitució durant reparacions superiors a 48 h	3	3		Sí	1,5	No, a partir de 72 h

1260060310	Joc de lents 2	Puntuació màxima		TOPCON ESPAÑA, S.A
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	9	Puntuació maximitzada total	OCULAR/ OSHER 78D, OMRA PRP165, OAYA, OAIY, HIGMAC
LOT 6			5,00	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.1. Característiques tècniques	6,00	2,00	2,00
Característiques a valorar			
Possibilitat de perfil de diferents colors	2	2,00	Sí
Gravat del perfil de les lents	4	0,00	No en el perfil.

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima		
Servei tècnic durant el període de garantia	3,00	3,00	3,00
Característiques a valorar			
Equip de substitució durant reparacions superiors a 48 h	3	3	Sí

1260120200 Tonòmetre de rebot	Puntuació màxima	AJL OPHTHALMIC, S.A.	
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	12	Puntuació total
LOT 7		10,50	iCare ic100

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.1. Característiques tècniques	9,00	9,00	
Característiques a valorar			
Millor precisió de la mesura	3	3,00	± 1,2 mmHg (≤ 20 mmHg) y ± 2,2 mmHg (> 20 mmHg).
Durada de la bateria	3	3,00	3500 trets
Pantalla LED amb lectures	3	3,00	Si

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima		
Servei tècnic durant el període de garantia	3,00	1,50	
Característiques a valorar			
Equip de substitució durant reparacions superiors a 48 h	3	1,5	No, a partir de 72 h

1260120800 Tonòmetre Perkins	Puntuació màxima	LUNEAU TECHNOLOGY S.A.		OFTALMICA BONET SA		
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	9	Puntuació maximitzada total	Haag-Streit / Tonòmetre Perkins MK3	Puntuació maximitzada total	Clement Clarke UK Mk3
LOT 8		9,00			9,00	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada			Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
	1.1. Característiques tècniques	6,00	6,00	6,00			6,00
Característiques a valorar							
Inclou bateria recarregable i carregador de bateries	3	3,00		Si		3,00	Si
Mínim pes	3	3,00		1 kg		3,00	1 kg

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima					Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
Servei tècnic durant el període de garantia	3,00	3,00	3,00			3,00	3,00
Característiques a valorar							
Equip de substitució durant reparacions superiors a 48 h	3	3		Si		3,00	Si

1260140100	Biòmetre	Puntuació màxima	ALCON HEALTHCARE, S.A.		CARL ZEISS MEDITEC IBERIA,S.A.	
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	43	Puntuació maximitzada total		Puntuació maximitzada total	
LOT 9			40,90		38,10	
			Argos 1.5 de la marca Santec		ZEISS/IOLMASTER 700	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.1. Característiques tècniques	15,00	15,00	15,00	14,60	14,60
Característiques a valorar					
Autodiagnòstic i calibració de l'aparell. No requereix servei de manteniment	2	2,00	Si	2,00	Si
Precisió de la mesura dels paràmetres indicats	2	2,00	Equip amb alta precisió	2,00	Equip amb alta precisió
Major nombre d'escaneigs per segon	1	1,00	3000 exàmens	0,60	2000 exàmens
Actualització de lentes automàtica online	2	2,00	Si	2,00	Si
Possibilitat de creació i exportació de plans quirúrgics complets	2	2,00	Si	2,00	Si
Mesura longitudinal per Tomografia de Coherència Òptica	3	3,00	Si	3,00	Si
S'inclouen les fórmules Holladay 2 i Holladay R	3	3,00	Incloses	3,00	Incloses
1.3. Connectivitat i integració*	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Característiques a valorar					
Compatibilitat amb la gestió de la informació amb l'equip existent a l'hospital	3	3,00	Si	3,00	Si
Capacitat d'integrar-se amb el sistema d'informació departamental SERIN	2	2,00	Si	2,00	Si
Autodiagnòstic i calibració de l'aparell. No requereix servei de manteniment	2	2,00	Si	2,00	Si
1.4. Valoració de mostra	12,00	12,00	12,00	7,50	7,50
Característiques a valorar					
Adequació a les necessitats assistencials	4	4,00	Adjunt informe de l'Hospital	3,00	Adjunt informe de l'Hospital
Facilitat d'ús	4	4,00	Adjunt informe de l'Hospital	2,50	Adjunt informe de l'Hospital
Ergonomia	4	4,00	Adjunt informe de l'Hospital	2,00	Adjunt informe de l'Hospital

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
Servei tècnic durant el període de garantia	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Característiques a valorar					
Equip de substitució durant reparacions superiors a 48 h	4	4,00	Si	4,00	Si

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	5,00	2,90	2,90	5,00	5,00
Característiques a valorar					
Import anual del contracte de manteniment preventiu (IVA exclòs) (Cal indicar import, no percentatge)	3	1,50	1.650 €	3	677 €
Cost hora/tècnic (€)	1	0,80	190 €	1	145 €
Cost desplaçament (€)	1	0,60	190 €	1	100 €

*L'apartat "1.2. Accessoris" no conté característiques a valorar.

1260140400 Paquímetre portàtil		Puntuació màxima		OFTALMICA INSTRUMENTS, SL		TOPCON ESPAÑA, S.A
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	8,00	Puntuació maximitzada total	REICHERT/IPAC	Puntuació maximitzada total	DGH / PACHETTE 4 DGH 555B
LOT 10			5,00		8,00	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada		Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.1. Característiques tècniques	6,00	3,00	3,00		6,00	6,00
Característiques a valorar						
Mesura del flap	2	0,00		No ho indica	2,00	Sí
Memòria interna de les mesures. Indicar.	2	1,00		Sí, però no indica el nombre	2,00	Sí, 50 mesures
Transmissió de dades de la mesura a PC i/o impressora	2	2,00		Per Bluetooth	2,00	Per Bluetooth

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima					
Servei tècnic durant el període de garantia	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00
Característiques a valorar						
Equip de substitució durant reparacions superiors a 48 h	2,00	2,00		Sí	2	Sí

1260160100	Campímetre	Puntuació màxima		CARL ZEISS MEDITEC IBERIA,S.A.
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	44,00	Puntuació total	ZEISS/HFA3 860
LOT 11			44,00	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.1. Característiques tècniques	8,00	8,00	
Característiques a valorar			
Sistema de seguiment del cap i la mirada del pacient	2,00	2,00	Si
Altres colors d'estímul de fons	1,00	1,00	Blanc, vermell o blau
Millores en les mides de l'estímul de Goldman	1,00	1,00	5 diàmetres, d'I a V escala Goldman
Lent que permeti la càrrega automàtica de la correcció refractiva de cada pacient	4,00	4,00	Si
1.2. Mesures i estudis realitzats	9,00	9,00	
Característiques a valorar			
Màxima concisió dels informes d'anàlisi de progressió de glaucoma	2,00	2,00	Si
Millores en la duració de l'examen	2,00	2,00	Si, SITA Fast y SITA Faster
Generació automàtica d'informes de progressió en un sol full amb gràfiques de tendències	2,00	2,00	Si
Generació d'informes amb pronòstic visual als 5 anys	1,00	1,00	Si
Altres característiques que suposin una millora en els estudis realitzats	2,00	2,00	Informe camp únic amb inclusió de paràmetres molt complet. Resum de tots els camps. Anàlisi GPA™ de progressió de glaucoma amb inclusió de valors basals i diverses gràfiques de progressió.
1.3. Accessoris	3,00	3,00	
Característiques a valorar			
Màxima adaptabilitat de la solució per garantir accés a pacient en cadira de rodes	1,00	1,00	Taula amb elevació elèctrica
Facilitat de lectura i interpretació dels resultats	2,00	2,00	Si
1.4. Integració i connectivitat	4,00	4,00	
Característiques a valorar			
Inclou sistema d'informació departamental que permeti creació d'informes i la gestió de les exploracions resultants	4,00	4,00	Si
1.5. Valoració de mostres	12,00	12,00	
Característiques a valorar			
Adequació funcional a les necessitats assistencials, facilitat d'ús i robustesa	3,00	3,00	S'adjunta informe de l'hospital
Ergonomia i disseny	3,00	3,00	S'adjunta informe de l'hospital
Qualitat de les imatges d'adquisició (resolució, temps adquisició, modes i adquisicions) i paràmetres d'adquisició	3,00	3,00	S'adjunta informe de l'hospital
Modes d'anàlisi dels estudis i processat, estudis i reports de seguiment	3,00	3,00	S'adjunta informe de l'hospital

1260160100	Campímetre	Puntuació màxima	CARL ZEISS MEDITEC IBERIA,S.A.	
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	44,00	Puntuació total	ZEISS/HFA3 860
LOT 11			44,00	

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima			
Servei tècnic durant el període de garantia	2,00	2,00		
Característiques a valorar				
Equip de substitució durant reparacions superiors a 48 h	2,00	2		Sí

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima			
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	6,00	6,00		
Característiques a valorar				
Import anual del contracte de manteniment tot risc (IVA exclòs) (Cal indicar import, no percentatge)	2,00	2,00		2.941 €
Import anual del contracte de manteniment preventiu (IVA exclòs) (Cal indicar import, no percentatge)	2,00	2,00		781 €
Cost hora/tècnic (€)	1,00	1,00		145 €
Cost desplaçament (€)	1,00	1,00		100 €

1260190100	Microscopi especular de comptatge endotelial	Puntuació màxima		AJL OPHTHALMIC, S.A.		OFTALTECH SOLUTIONS S.L.U.
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	42	Puntuació maximitzada total	TOMEY EM-4000 y MESA TT-4060	Puntuació maximitzada total	CSO / PERSEUS
LOT 12			27,00		20,40	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada		Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.1. Característiques tècniques	18,00	8,00			7,00	
Característiques a valorar						
Major mida de la pantalla	4	0,00		La mida de la pantalla no és superior a la demanada	0,00	La mida de la pantalla no és superior a la demanada
Major rang de moviments	3	3,00		Totes direccions	3,00	Totes direccions
Sortida Bluetooth i Wi-Fi	3	0,00		No	0,00	No indica
Captura de la imatge de manera manual	4	4,00		Sí	4,00	Sí
DICOM 3.0	4	1,00		Sí, però no es va assolir a les proves (adjunt informe hospital)	0,00	No, adjunt informe de l'hospital
1.2. Valoració de mostra	12,00	7,00	7,00		7,00	7,00
Característiques a valorar						
Adequació a les necessitats assistencials	4	3,00		Adjunt informe de l'hospital	3,00	Adjunt informe de l'hospital
Qualitat de la imatge	4	2,00		Adjunt informe de l'hospital	2,00	Adjunt informe de l'hospital
Ergonomia	4	2,00		Adjunt informe de l'hospital	2,00	Adjunt informe de l'hospital

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima					
Servei tècnic durant el període de garantia	4,00	4,00	4,00		4,00	4,00
Característiques a valorar						
Equip de substitució durant reparacions superiors a 48 h	4	4,00		Sí	4,00	Sí

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima					
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	8,00	7,00	8,00		2,10	2,40
Característiques a valorar						
Import anual del contracte de manteniment tot risc (IVA exclòs) (Cal indicar import, no percentatge)	3	3,00		669,62 €	0,10	4.800 €
Import anual del contracte de manteniment preventiu (IVA exclòs) (Cal indicar import, no percentatge)	3	2,50		349,80 €	0,30	1.400 €
Cost hora/tècnic (€)	1	0,70		95,55 €	1,00	80 €
Cost desplaçament (€)	1	0,80		60,00 €	0,70	65 €

1260190100	Microscopi especular de comptatge endotelial	Puntuació màxima		TOPCON ESPAÑA, S.A
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	42	Puntuació maximitzada total	TOPCON /SP-1P
LOT 12			37,43	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	
1.1. Característiques tècniques	18,00	14,00		
Característiques a valorar				
Major mida de la pantalla	4	0,00		La mida de la pantalla no és superior a la demanada
Major rang de moviments	3	3,00		Totes direccions
Sortida Bluetooth i Wi-Fi	3	3,00		Sí
Captura de la imatge de manera manual	4	4,00		Sí
DICOM 3.0	4	4,00		Sí
1.2. Valoració de mostra	12,00	12,00	12,00	
Característiques a valorar				
Adequació a les necessitats assistencials	4	4,00		Adjunt Informe de l'Hospital
Qualitat de la imatge	4	4,00		Adjunt Informe de l'Hospital
Ergonomia	4	4,00		Adjunt Informe de l'Hospital

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima			
Servei tècnic durant el període de garantia	4,00	4,00	4,00	
Característiques a valorar				
Equip de substitució durant reparacions superiors a 48 h	4	4,00		Sí

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima			
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	8,00	6,50	7,43	
Característiques a valorar				
Import anual del contracte de manteniment tot risc (IVA exclòs) (Cal indicar import, no percentatge)	3	1,50		1.767 €
Import anual del contracte de manteniment preventiu (IVA exclòs) (Cal indicar import, no percentatge)	3	3,00		263 €
Cost hora/tècnic (€)	1	1,00		80 €
Cost desplaçament (€)	1	1,00		50 €

1260200300	Frontofocòmetre computeritzat	Puntuació màxima		CARL ZEISS MEDITEC IBERIA,S.A.		INDO OPTICAL S.L.U
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	29	Puntuació maximitzada total	ZEISS/VISULENS 550	Puntuació maximitzada total	NIDEK - MODELO LM-7P
LOT 13			26,30		24,70	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.1. Característiques funcionals	18,00	18,00	18,00	17,00	17,00
Característiques a valorar					
Sortida de dades a PC	3	3,00	Si	3,00	Si
Integració amb SAVAC i Senin	4	4,00	Si	4,00	Si
Dimensions de la pantalla	3	3,00	7"	2,00	5,7"
Pantalla tàctil	4	4,00	Si	4,00	Si
Major rang de mesures	4	4,00	Ampli rang de mesures	4,00	Ampli rang de mesures

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
Servei tècnic durant el període de garantia	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00
Característiques a valorar					
Equip de substitució durant reparacions superiors a 48 h	4	4,00	Si	2,00	Si, però no indica el temps

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	7,00	4,30	4,30	5,70	5,70
Característiques a valorar					
Import anual del contracte de manteniment preventiu (IVA exclòs) (Cal indicar import, no percentatge)	3	1,80	335 €	2,80	150 €
Cost hora/tècnic (€)	2	1,10	145 €	1,40	100 €
Cost desplaçament (€)	2	1,40	100 €	1,50	91 €

1260200300	Frontofocòmetre computeritzat	Puntuació màxima		LUNEAU TECHNOLOGY S.A.		OFTALMICA BONET SA
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	29	Puntuació maximitzada total	Visionix / VX36	Puntuació maximitzada total	REXXAM SHIN NIPPON DL-1000
LOT 13			26,20		20,20	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.1. Característiques funcionals	18,00	18,00	18,00	13,00	13,00
Característiques a valorar					
Sortida de dades a PC	3	3,00	Si	3,00	Si
Integració amb SAVAC i Senin	4	4,00	Si	0,00	No indica
Dimensions de la pantalla	3	3,00	7"	2,00	5,7"
Pantalla tàctil	4	4,00	Si	4,00	Si
Major rang de mesures	4	4,00	Ampli rang de mesures	4,00	Ampli rang de mesures

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
Servei tècnic durant el període de garantia	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00
Característiques a valorar					
Equip de substitució durant reparacions superiors a 48 h	4	4,00	Si	2,00	Si, però no especifica condicions.

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	7,00	4,20	4,20	5,20	5,20
Característiques a valorar					
Import anual del contracte de manteniment preventiu (IVA exclòs) (Cal indicar import, no percentatge)	3	0,50	613 €	2,50	200 €
Cost hora/tècnic (€)	2	1,90	82 €	1,70	90 €
Cost desplaçament (€)	2	1,80	60 €	1,00	150 €

1260200300	Frontofocòmetre computeritzat	Puntuació màxima	OFTALMICA INSTRUMENTS, SL		TOPCON ESPAÑA, S.A	
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	29	Puntuació maximitzada total	UNICOS/ULM-900	Puntuació maximitzada total	TOPCON / CL300PL
LOT 13			24,00		28,00	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.1. Característiques funcionals	18,00	14,00	14,00	17,00	17,00
Característiques a valorar					
Sortida de dades a PC	3	3,00	Si	3,00	Si
Integració amb SAVAC i Senin	4	0,00	No indica	4,00	Si
Dimensions de la pantalla	3	3,00	7"	2,00	5,7"
Pantalla tàctil	4	4,00	Si	4,00	Si
Major rang de mesures	4	4,00	Ampli rang de mesures	4,00	Ampli rang de mesures

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
Servei tècnic durant el període de garantia	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Característiques a valorar					
Equip de substitució durant reparacions superiors a 48 h	4	4,00	Si	4,00	Si

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	7,00	6,00	6,00	7,00	7,00
Característiques a valorar					
Import anual del contracte de manteniment preventiu (IVA exclòs) (Cal indicar import, no percentatge)	3	2,00	300 €	3,00	123 €
Cost hora/tècnic (€)	2	2,00	80 €	2,00	80 €
Cost desplaçament (€)	2	2,00	50 €	2,00	50 €

1260230100 Refractoqueratòmetre	Puntuació màxima	CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.		TOPCON ESPAÑA, S.A		
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	35	Puntuació maximitzada total	ZEISS / VISUREF 150	Puntuació maximitzada total	TOPCON / KR800
LOT 14			28,80		33,50	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.1. Característiques funcionals	9,00	8,00	8,00	9,00	9,00
Característiques a valorar					
Dimensions de la pantalla	5	4,00	7"	5,00	8,5"
Pantalla tàctil	4	4,00	Si	4,00	Si
1.2. Connectivitat i integració	4,00	4,00	4,00	2,50	2,50
Característiques a valorar					
Sortides de dades	4	4,00	RS 232C, USB, VGA, LAN	2,50	LAN / RS232C
1.3. Valoració de la mostra	8,00	7,50	7,50	8,00	8,00
Característiques a valorar					
Adequació a les necessitats assistencials	2	2,00	Adjunt informe de l'Hospital	2,00	Adjunt informe de l'Hospital
Facilitat d'ús	4	4,00	Adjunt informe de l'Hospital	4,00	Adjunt informe de l'Hospital
Ergonomia del conjunt	2	1,50	Adjunt informe de l'Hospital	2,00	Adjunt informe de l'Hospital

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
Servei tècnic durant el període de garantia	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Característiques a valorar					
Equip de substitució durant reparacions superiors a 48 h	4	4,00	Si	4,00	Si

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	10,00	5,30	5,30	10,00	10,00
Característiques a valorar					
Import anual del contracte de manteniment preventiu (IVA exclòs) (Cal indicar import, no percentatge)	4	2,00	525 €	4,00	163 €
Cost hora/tècnic (€)	3	1,80	145 €	3,00	80 €
Cost desplaçament (€)	3	1,50	100 €	3,00	50 €

1260260200	Topògraf corneal mitjançant càmera Scheimpflug	Puntuació màxima		OCULUS IBERIA S.L.
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	44	Puntuació total	OCULUS / Pentacam ®
LOT 15			44,00	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	
1.1. Característiques de la imatge i adquisició	10,00	10,00		
Característiques a valorar				
Adquisició centrada en eix visual	2	2,00		Si
Captura automàtica en el punt d'enfocament sense necessitat de que l'operador pressioni el joystick	2	2,00		Si
Disposa de una sola càmera de Scheimpflug per a una adquisició més ràpida	4	4,00		Si
Mínim temps d'adquisició de les imatges.	2	2,00		Si
1.2. Mesures i estudis realitzats	10,00	10,00		
Característiques a valorar				
Millor solució de densitometria (inclou sectorització de la còrnia amb paràmetres per a cada sector). Indicar informes, paràmetres i mesures que subministra	3	3,00		Informe específic de Densitometria Corneal Òptica. Mapa de densitometria en 12 mm
Millor solució de detecció precoç queratocon. Inclou solucions de screening i predicció a partir de tècniques i escales. Indicar-hi quines s'apliquen i l'evidència científica	4	4,00		Mòdul de detecció precoç de queratocon que analitza conjuntament paquimetria i elevació. Inclou solució de screening i predicció a partir de tècniques com ara el càlcul de l'elevació de cara anterior i posterior eliminant els 3mm al voltant del punt de menor paquimetria. Presenta estudis que justifiquen l'evidència científica.
Explicació de paràmetres i índexs inclosa en el propi programari de l'equip	3	3,00		Programari de fàcil ús, tots els valors disposen d'un indicador que explica què és el valor i els seus marges de normalitat.
1.4. Connectivitat i integració*	2,00	2,00		
Característiques a valorar				
Capacitat d'integrar-se amb el sistema d'informació departamental SERIN	2	2,00		Si
1.5. Valoració de mostres	12,00	12,00		
Característiques a valorar				
Adequació funcional a les necessitats assistencials	4	4,00		Adjunt informe de l'hospital
Qualitat de les imatges i adquisició	4	4,00		Adjunt informe de l'hospital
Facilitat d'ús	4	4,00		Adjunt informe de l'hospital

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima			
Servei tècnic durant el període de garantia	2,00	2,00		
Característiques a valorar				
Equip de substitució durant reparacions superiors a 48 h	2	2,00		Si

1260260200	Topògraf corneal mitjançant càmera Scheimpflug	Puntuació màxima		OCULUS IBERIA S.L.
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	44	Puntuació total	OCULUS / Pentacam ®
LOT 15			44,00	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia		Puntuació màxima		
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia		8,00	8,00	
Característiques a valorar				
Import anual del contracte de manteniment tot risc (IVA exclòs) (Cal indicar import, no percentatge)	3	3,00		3.300 €
Import anual del contracte de manteniment preventiu (IVA exclòs) (Cal indicar import, no percentatge)	3	3,00		1.900 €
Cost hora/tècnic (€)	1	1,00		105 €
Cost desplaçament (€)	1	1,00		90 €

*L'apartat "1.3. Accessoris" no conté característiques a valorar.

1261010400	Ecògraf ocular	Puntuació màxima		TOPCON ESPAÑA, S.A
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	44	Puntuació total	DGH / SCAN MATE FLEX
LOT 16			39,00	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.1. Característiques tècniques	10,00	6,00	
Característiques a valorar			
Pes de l'equip	2	2,00	735 g
Connexió a PC	2	2,00	Si
Possibilitat d'incloure una sonda addicional UBM	2	2,00	Si, es pot afegir
Incloure sonda addicional UBM	4	0,00	No la inclou
1.2. Mesures	6,00	6,00	
Característiques a valorar			
Idoneïtat d'incorporar eines de mesura de distàncies i estructures	3	3,00	L'equip disposa de diverses funcions per mesurar distàncies i estructures per a la comparació cronològica de l'evolució de les patologies
Idoneïtat de poder modificar els paràmetres de les imatges un cop capturades per realitzar un millor diagnòstic	3	3,00	Si
1.3. Connectivitat i integració	3,00	3,00	
Característiques a valorar			
Capacitat d'integrar-se amb el sistema d'informació departamental SERIN	3	3,00	Si
1.4. Accessoris	6,00	6,00	
Característiques a valorar			
Maletí de transport	3	3,00	Si
Possibilitat de connexió de teclat, ratolí i sortida USB	3	3,00	Si
1.5. Valoració de mostra	12,00	11,00	
Característiques a valorar			
Adequació a les necessitats assistencials	4	4,00	Adjunt informe de l'Hospital
Fàcil ús	4	3,00	Adjunt informe de l'Hospital
Qualitat de la imatge	4	4,00	Adjunt informe de l'Hospital

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima		
Servei tècnic durant el període de garantia	2,00	2,00	
Característiques a valorar			
Equip de substitució durant reparacions superiors a 48 h	2	2,00	Si

1261010400	Ecògraf ocular	Puntuació màxima		TOPCON ESPAÑA, S.A
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	44	Puntuació total	DGH / SCAN MATE FLEX
LOT 16			39,00	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima			
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	5,00	5,00		
Característiques a valorar				
Import anual del contracte de manteniment preventiu (IVA exclòs) (Cal indicar import, no percentatge)	3	3,00		231,00 €
Cost hora/tècnic (€)	1	1,00		80,00 €
Cost desplaçament (€)	1	1,00		50,00 €

1262010100 Tomògraf de Coherència Òptica (OCT)	Puntuació màxima		CARL ZEISS MEDITEC IBERIA,S.A.		OFTALTECH SOLUTIONS S.L.U.	
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	44	Puntuació maximitzada total	ZEISS/CIRRUS 5000	Puntuació maximitzada total	OPTOPOL / REVO FC
LOT 17			38,76		30,06	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.1. Característiques de la imatge i adquisició	11,00	8,70	8,70	5,80	5,80
Característiques a valorar					
Major angle d'adquisició compatible amb totes les modalitats	2	1,00		1,50	45°
Millors prestacions (freqüència d'escaneig en tots els modes, profunditat, modes d'escaneig, resolució, temps d'adquisició, rangs d'exploració...)	3	2,50		1,00	80.000 scans fins 6 mm de profunditat, no concreten temps d'adquisició i resolució.
Major àrea d'adquisició	3	2,70		2,80	15 mm
Freqüència mínima d'escaneig superior	3	2,50		0,50	80.000 Hz per a totes les captures, amb la qual cosa no es pot regular adequadament.
1.2. Mesures i estudis realitzats	8,00	8,00	8,00	6,00	6,00
Característiques a valorar					
Indicadors i reports de seguiment de pacients amb bases de dades de pacients	4	4,00		2,00	Si, però les estadístiques no són tan completes com les altres dues ofertes
Prestacions de postprocessament i mesures. Automatitzacions de les segmentacions i informes	3	3,00		3,00	Si
OCT de la cambra anterior completa amb una sola captura	0,5	0,50		0,50	Si
Mapa epitelial corneal	0,5	0,50		0,50	Si
1.3. Accessoris	1,00	0,60	0,60	0,90	0,90
Característiques a valorar					
Mides de la pantalla superior a les demanades	1	0,60		0,90	23,8"
1.4. Integració i connectivitat	7,00	7,00	7,00	6,80	6,80
Característiques a valorar					
Inclou sistema d'informació departamental que permeti la creació d'informes i la gestió de les exploracions resultants	3	3,00		3,00	Si
Llicències/Visors inclosos a l'oferta perquè es puguin visualitzar les imatges com a mínim en 5 punts simultàniament	4	4,00		3,80	Si, 8 llicències
1.5. Valoració de mostra	12,00	10,10	10,36	6,20	6,36
Característiques a valorar					
Adequació a les necessitats assistencials	2	1,70		1,20	Adjunt informe de l'Hospital
Qualitat de la imatge d'adquisició	4	3,20		2,00	Adjunt informe de l'Hospital
Modes d'anàlisi dels estudis i processat, estudis i reports de seguiment	3	2,20		1,50	Adjunt informe de l'Hospital
Ergonomia	3	3,00		1,50	Adjunt informe de l'Hospital

1262010100 Tomògraf de Coherència Òptica (OCT)		Puntuació màxima			CARL ZEISS MEDITEC IBERIA,S.A.			OFTALTECH SOLUTIONS S.L.U.
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	44	Puntuació maximitzada total		ZEISS/CIRRUS 5000	Puntuació maximitzada total		OPTOPOL / REVO FC
LOT 17			38,76			30,06		

Servei tècnic durant el període de garantia		Puntuació màxima						
Servei tècnic durant el període de garantia		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	
Característiques a valorar								
Equip de substitució durant reparacions superiors a 48 h		1	1		Sí	1,00		Sí

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia		Puntuació màxima						
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia		4,00	3,10			3,20		
Característiques a valorar								
Import anual del contracte de manteniment tot risc (IVA exclòs) (Cal indicar import, no percentatge)		2	2,00		5.279 €	1,20		9.800 €
Cost hora/tècnic (€)		1	0,50		145 €	1,00		80 €
Cost desplaçament (€)		1	0,60		100 €	1,00		65 €

1262010100 Tomògraf de Coherència Òptica (OCT)	Puntuació màxima		W. M. BLOSS, S.A.
SCS-2022-36 Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	44	Puntuació maximitzada total	DOMAIN
LOT 17		41,50	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.1. Característiques de la imatge i adquisició	11,00	11,00	11,00
Característiques a valorar			
Major angle d'adquisició compatible amb totes les modalitats	2	2,00	55°
Millors prestacions (freqüència d'escaneig en tots els modes, profunditat, modes d'escaneig, resolució, temps d'adquisició, rangs d'exploració...)	3	3,00	85.000 Hz fins a 8 mm, rang d'exploració de 15 a 55° (de 4,5 a 16,5 mm), temps d'adquisició 0,23 s, resolució 3,9 axial i 6 lateral (real 5,7 mm)
Major àrea d'adquisició	3	3,00	16,5 mm
Freqüència mínima d'escaneig superior	3	3,00	De 40.000 a 85.000 Hz.
1.2. Mesures i estudis realitzats	8,00	7,50	7,50
Característiques a valorar			
Indicadors i reports de seguiment de pacients amb bases de dades de pacients	4	4,00	Si, les bases de dades i les anàlisis són molt completes.
Prestacions de postprocessament i mesures. Automatitzacions de les segmentacions i informes	3	3,00	Si
OCT de la cambra anterior completa amb una sola captura	0,5	0,50	Si
Mapa epitelial corneal	0,5	0,00	No
1.3. Accessoris	1,00	1,00	1,00
Característiques a valorar			
Mides de la pantalla superior a les demanades	1	1,00	24"
1.4. Integració i connectivitat	7,00	6,60	6,60
Característiques a valorar			
Inclou sistema d'informació departamental que permeti la creació d'informes i la gestió de les exploracions resultants	3	3,00	Si
Llicències/Visors inclosos a l'oferta perquè es puguin visualitzar les imatges com a mínim en 5 punts simultàniament	4	3,60	Si, 5 llicències
1.5. Valoració de mostra	12,00	11,70	12,00
Característiques a valorar			
Adequació a les necessitats assistencials	2	2,00	Adjunt informe de l'Hospital
Qualitat de la imatge d'adquisició	4	4,00	Adjunt informe de l'Hospital
Modes d'anàlisi dels estudis i processat, estudis i reports de seguiment	3	3,00	Adjunt informe de l'Hospital
Ergonomia	3	2,70	Adjunt informe de l'Hospital

1262010100 Tomògraf de Coherència Òptica (OCT)	Puntuació màxima			W. M. BLOSS, S.A.
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	44	Puntuació maximitzada total	DOMAIN
LOT 17			41,50	

Servei tècnic durant el període de garantia		Puntuació màxima		
Servei tècnic durant el període de garantia		1,00	0,50	0,50
Característiques a valorar				
Equip de substitució durant reparacions superiors a 48 h	1	0,5		No, a partir de 72 h

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia		Puntuació màxima		
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia		4,00	2,90	
Característiques a valorar				
Import anual del contracte de manteniment tot risc (IVA exclòs) (Cal indicar import, no percentatge)	2	1,8		6.500 €
Cost hora/tècnic (€)	1	0,6		126 €
Cost desplaçament (€)	1	0,5		126 €

1530020700	Electrobisturí de baixa potència per a oftalmologia	Puntuació màxima		AJL OPHTHALMIC, S.A.
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	13	Puntuació total	SURTRON 50D
LOT 18			7,00	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.1. Característiques tècniques	11,00	6,00	
Característiques a valorar			
Compatible amb els accessoris d'electrocirurgia habituals del mercat (plaques, mànecs, cables...)	3	2,00	Si
Memòria amb programes predeterminats	2	2,00	Si
Potència superior a la demanada	4	0,00	La potència no és superior a la demanada
Menor pes i dimensions compactes	2	2,00	190x85x239 mm i 2,5 kg

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima		
Servei tècnic durant el període de garantia	2,00	1,00	
Característiques a valorar			
Equip de substitució durant reparacions superiors a 48 h	2	1,00	No, a partir de 72 h

1260010200 Oftalmoscopi senzill directe amb base autocarregable	Puntuació màxima		TOPCON ESPAÑA, S.A
SCS-2022-36 Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	14	Puntuació total	WELLCH ALLYN / OFTALMOSCOPIO
LOT 19		14,00	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.1. Característiques tècniques	10,00	10,00	
Característiques a valorar			
Cal indicar filtres	2	2,00	Filtre blau cobalt, verd (lliure vermell) i negre
Ajustament a l'opacitat	1	1,00	Si
Filtre de densitat neutra	1	1,00	Si
Suport de goma per evitar que es ratllin les ulleres de l'usuari	2	2,00	Si
Durada de la bateria mínima de 110 minuts	2	2,00	Si
Indicador de l'estat de càrrega	2	2,00	Si

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima		
Servei tècnic durant el període de garantia	2,00	2,00	
Característiques a valorar			
Equip de substitució durant reparacions superiors a 48 h	2	2,00	Si

1260010200	Oftalmoscopi senzill directe amb base autocarregable	Puntuació màxima		TOPCON ESPAÑA, S.A
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	14	Puntuació total	WELLCH ALLYN / OFTALMOSCOPIO
LOT 19			14,00	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia		Puntuació màxima		
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia		2,00	2,00	1,10
Característiques a valorar				
Cost hora/tècnic (€)	1	1,00		80 €
Cost desplaçament (€)	1	1,00		50 €

1260010300	Joc d'oftalmoscopi i retinoscopi	Puntuació màxima		TOPCON ESPAÑA, S.A
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	16	Puntuació total	WELCH ALLYN / CONJUNTO OFTALM.Y RETINOSCOPIOA FRANJA
LOT 19			16,00	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	
1.1. Característiques tècniques	10,00	10,00		
Característiques a valorar				
Cal indicar filtres	4	4,00		Filtre polarizant lineal creuat
Major durada de la bateria	2	2,00		30 hores
Indicador de l'estat de càrrega	4	4,00		Si

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima			
Servei tècnic durant el període de garantia	2,00	2,00		
Característiques a valorar				
Equip de substitució durant reparacions superiors a 48h	2	2,00		Si

1260010300	Joc d'oftalmoscopi i retinoscopi	Puntuació màxima		TOPCON ESPAÑA, S.A
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	16	Puntuació total	WELCH ALLYN / CONJUNTO OFTALM.Y RETINOSCOPIOA FRANJA
LOT 19			16,00	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia		Puntuació màxima		
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia		4,00	4,00	
Característiques a valorar				
Cost hora/tècnic (€)	2	2,00		80 €
Cost desplaçament (€)	2	2,00		50 €

1260020100	Oftalmoscopi binocular indirecte	Puntuació màxima		TOPCON ESPAÑA, S.A
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	12	Puntuació total	KEELER / BIO VANTAGE
LOT 19			10,00	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.2. Característiques funcionals*	6,00	4,00	
Característiques a valorar			
Pes del conjunt	2	2,00	640 g
Durada de la bateria igual o superior a 60 minuts quan està a plena potència	2	2,00	11 hores
Interfície USB per a passar al PC les imatges de l'exploració i comandament a distància	2	0,00	No aplica, no es connecta un equip òptic

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima		
Servei tècnic durant el període de garantia	2,00	2,00	
Característiques a valorar			
Equip de substitució durant reparacions superiors a 48h	2	2,00	Sí

1260020100	Oftalmoscopi binocular indirecte	Puntuació màxima		TOPCON ESPAÑA, S.A
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	12	Puntuació total	KEELER / BIO VANTAGE
LOT 19			10,00	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia		Puntuació màxima		
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia		4,00	4,00	
Característiques a valorar				
Cost hora/tècnic (€)	2	2,00		80 €
Cost desplaçament (€)	2	2,00		50 €

*L'apartat "1.1. Característiques tècniques" no conté característiques a valorar.

1260050100	Muntura de proves universal	Puntuació màxima		LUNEAU TECHNOLOGY S.A.
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	3	Puntuació total	CIOM / 120-T
LOT 20			3,00	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	
1.1. Característiques tècniques	3,00	3,00		
Característiques a valorar				
Nombre de lents que es poden acoblar per muntura	3	3,00		5 lents per ull

1260050200	Muntura de proves infantil	Puntuació màxima		LUNEAU TECHNOLOGY S.A.
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	3	Puntuació total	Oculus Iberia SL / UB-4
LOT 20			3,00	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	
1.1. Característiques tècniques	3,00	3,00		
Característiques a valorar				
Nombre de lents que es poden acoblar per muntura	3	3,00		5 lents per ull

1260050300	Muntura de proves nounats	Puntuació màxima		LUNEAU TECHNOLOGY S.A.
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	3	Puntuació total	LUNEAU / Montura Neonatos
LOT 20			3,00	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.1. Característiques tècniques	3,00	3,00	
Característiques a valorar			
Nombre de lents que es poden acoblar per muntura	3	3,00	3 lents per ull

1260060100 Equip per a lents de proves	Puntuació màxima		LUNEAU TECHNOLOGY S.A.
SCS-2022-36 Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	2	Puntuació total	LUNEAU / METALICO 266
LOT 20		2,00	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.1. Característiques tècniques	2,00	2,00	
Característiques a valorar			
Major dotació de lents	2	2,00	S'ofereix una major dotació de lents.

1260060800 Barra de prismes	Puntuació màxima		LUNEAU TECHNOLOGY S.A.
SCS-2022-36 Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	3	Puntuació total	LUNEAU / Barra Prismas
LOT 20		3,00	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.1. Característiques tècniques	3,00	3,00	
Característiques a valorar			
Inclou dos prismes individuals de 30 Dp. i 45 Dp.	3	3,00	Sí

1260061400 Cilindres creuats	Puntuació màxima		LUNEAU TECHNOLOGY S.A.
SCS-2022-36 Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	2	Puntuació total	LUNEAU / C. C. de Jackson
LOT 20		2,00	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.1. Característiques tècniques	2,00	2,00	
Característiques a valorar			
Estoig / maletí per als instruments oferts	2	2,00	Sí

1260090110	Unitat de refracció per a oftalmologia	Puntuació màxima		TOPCON ESPAÑA, S.A		W. M. BLOSS, S.A.
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	10	Puntuació maximitzada total	TOPCON / IS600III	Puntuació maximitzada total	modelo NEWLINE de la marca FRATEMA
LOT 21			10,00		9,20	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	Puntuació tècnica		Puntuació maximitzada	
1.1. Característiques tècniques	6,00	5,00	6,00			4,50	5,40
Característiques a valorar							
Potència i tipus d'il·luminació	1	1,00	LED			1,00	LED
Rang de regulació d'alçada i rotació	3	2,00	De 445 a 615 mm, rotació 360°			3,00	De 925 a 1790 mm, rotació 360°
Pes que suporta el tauler per a instruments	2	2,00	40 kg			0,50	10-12 kg
1.2. Valoració de mostra	4,00	4,00	4,00			3,80	3,80
Característiques a valorar							
Adequació a les necessitats assistencials	2	2,00	Adjunt informe Hospital			1,80	Adjunt informe Hospital
Ergonomia	2	2,00	Adjunt informe Hospital			2,00	Adjunt informe Hospital

1260100100	Llum de fenedura	Puntuació màxima		TOPCON ESPAÑA, S.A		W. M. BLOSS, S.A.
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	16	Puntuació maximitzada total	TOPCON / SL-D701	Puntuació maximitzada total	HUVITZ HS-7000
LOT 21			16,00		12,90	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.1. Característiques tècniques	6,00	6,00	6,00	4,80	4,80
Característiques a valorar					
Indicar distància entre el pacient i el sistema d'oculars del microscopi	2	2,00	90 mm	1,80	80 mm
Indicar filtres	2	2,00	5 filtres	1,80	4 filtres
Indicar potència	2	2,00	10 W	1,20	4,4 W
1.2. Taula	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Característiques a valorar					
Sistema de frenat	1	1,00	Sí	1,00	Sí
1.3. Valoració de mostra	6,00	6,00	6,00	5,40	5,40
Característiques a valorar					
Ergonomia del conjunt	2	2,00	Adjunt informe de l'Hospital	1,70	Adjunt informe de l'Hospital
Adequació funcional a les necessitats assistencials, facilitat d'ús.	2	2,00	Adjunt informe de l'Hospital	1,70	Adjunt informe de l'Hospital
Qualitat de les imatges	2	2,00	Adjunt informe de l'Hospital	2,00	Adjunt informe de l'Hospital

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima				
Servei tècnic durant el període de garantia	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
Característiques a valorar					
Equip de substitució durant reparacions superiors a 48 h	1	1,00	Sí	0,50	No, a partir de 72 h

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima				
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	2,00	2,00	2,00	1,20	1,20
Característiques a valorar					
Import anual del contracte de manteniment preventiu (IVA exclòs) (Cal indicar import, no percentatge)	1	1,00	162 €	0,6	490 €
Cost hora/tècnic (€)	0,5	0,50	80 €	0,3	126 €
Cost desplaçament (€)	0,5	0,50	50 €	0,3	126 €

1260100300 Llum de fenedura digital	Puntuació màxima		TOPCON ESPAÑA, S.A		W. M. BLOSS, S.A.	
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	17	Puntuació maximitzada total	TOPCON / SL-D701	Puntuació maximitzada total	Modelo BQ 900 LED de la marca HAAG-STREIT
LOT 21			17,00		12,80	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.1. Característiques tècniques	8,00	8,00	8,00	5,90	5,90
Característiques a valorar					
Superior precisió i característiques de la càmera i pantalla, visualització i zoom	2	2,00	5 Mpixel, 40x	1,50	1,9 Mpixel, 40x
Rang de l'esclatxa	1	1,00	De 0 a 14 mm	1,00	De 0 a 14 mm
Disparador de la càmera en el joystick	1	1,00	Si	1,00	Si
Rotació de l'eix de llum vertical i horitzontal	1	1,00	180°	0,70	Horitzontal +- 90°, vertical +-20°
Llum infraroja per capturar fotos de les glàndules meibonio	1	1,00	Si	0,00	No
Indicar distància entre el pacient i el sistema d'oculars del microscopi	1	1,00	90 mm	0,90	88 mm
Quantitat de filtres	1	1,00	6	0,80	5
1.3. Valoració de mostres*	6,00	6,00	6,00	5,60	5,60
Característiques a valorar					
Ergonomia del conjunt	2	2,00	Adjunt informe de l'Hospital	1,80	Adjunt informe de l'Hospital
Adequació funcional a les necessitats assistencials, facilitat d'ús.	2	2,00	Adjunt informe de l'Hospital	2,00	Adjunt informe de l'Hospital
Qualitat de les imatges	2	2,00	Adjunt informe de l'Hospital	1,80	Adjunt informe de l'Hospital

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima				
Servei tècnic durant el període de garantia*	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
Característiques a valorar					
Equip de substitució durant reparacions superiors a 48 h	1	1,00	Si	0,50	No, a partir de 72 h

1260100300	Llum de fenedura digital	Puntuació màxima		TOPCON ESPAÑA, S.A		W. M. BLOSS, S.A.
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	17	Puntuació maximitzada total	TOPCON / SL-D701	Puntuació maximitzada total	Modelo BQ 900 LED de la marca HAAG-STREIT
LOT 21			17,00		12,80	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia		Puntuació màxima				
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia		2,00	2,00	2,00	0,80	0,80
Característiques a valorar						
Import anual del contracte de manteniment preventiu (IVA exclòs) (Cal indicar import, no percentatge)	1	1,00	250 €		0,20	1.890 €
Cost hora/tècnic (€)	0,5	0,50	80 €		0,30	126 €
Cost desplaçament (€)	0,5	0,50	50 €		0,30	126 €

*L'apartat "1.2. Integració i connectivitat" no conté característiques a valorar.

1260120600	Tonòmetre d'aplanament de Goldman	Puntuació màxima		TOPCON ESPAÑA, S.A		W. M. BLOSS, S.A.
SCS-2022-36	Aparells mèdics d'oftalmologia per al Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers, l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i el Centre d'Atenció Primària El Pla.	1	Puntuació maximitzada total	KEELER / KAT	Puntuació maximitzada total	Modelos AT900, de la marca HAAG-STREIT DIAGNOSTICS
LOT 21			1,00		1,00	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada		Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.2. Valoració de mostra*	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00
Característiques a valorar						
Es valorarà dintre del conjunt del llum de fenedura	1	1,00		Adjunt informe de l'hospital.	1,00	
						Adjunt informe de l'hospital.

*L'apartat "1.1. Característiques tècniques" no conté característiques a valorar.

Resum de la valoració tècnica

LOT 2:

1260030400 Retinògraf no midriàtic

Les valoracions finals són les següents:

Empresa	TOTAL
TOPCON ESPAÑA, S.A.	44,00

LOT 3:

1260030600 Retinògraf de camp ampli d'alta resolució

Les valoracions finals són les següents:

Empresa	TOTAL
CARL ZEISS MEDITEC IBERIA,S.A.	44,00

LOT 4:

1260040600 Pantalla de projecció de test (LED)

Les valoracions finals són les següents:

Empresa	TOTAL
AJL OPHTHALMIC, S.A.	23,20
INDO OPTICAL S.L.U	24,00
LUNEAU TECHNOLOGY S.A.	21,90
OFTALMICA BONET, SA	23,80
OFTALMICA INSTRUMENTS, SL	25,00
TOPCON ESPAÑA, S.A	26,00

Resum de la valoració tècnica

LOT 5:

1260060300 Joc de lents

Les valoracions finals són les següents:

Empresa	TOTAL
LUNEAU TECHNOLOGY S.A.	8,00
TOPCON ESPAÑA, S.A	4,00

LOT 6:

1260060310 Joc de lents 2

Les valoracions finals són les següents:

Empresa	TOTAL
AJL OPHTHALMIC, S.A.	7,50
LUNEAU TECHNOLOGY S.A.	9,00
OFTALMICA BONET SA	9,00
OFTALTECH SOLUTIONS S.L.U.	7,50
TOPCON ESPAÑA, S.A	5,00

LOT 7:

1260120200 Tonòmetre de rebot

Les valoracions finals són les següents:

Empresa	TOTAL
AJL OPHTHALMIC, S.A.	10,50

Resum de la valoració tècnica

LOT 8:

1260120800 Tonòmetre Perkins

Les valoracions finals són les següents:

Empresa	TOTAL
LUNEAU TECHNOLOGY S.A.	9,00
OFTALMICA BONET SA	9,00

LOT 9:

1260140100 Biòmetre

Les valoracions finals són les següents:

Empresa	TOTAL
ALCON HEALTHCARE, S.A.	40,90
CARL ZEISS MEDITEC IBERIA,S.A.	38,10

LOT 10:

1260140400 Paquímetre portàtil

Les valoracions finals són les següents:

Empresa	TOTAL
OFTALMICA INSTRUMENTS, SL	5,00
TOPCON ESPAÑA, S.A	8,00

LOT 11:

1260160100 Campímetre

Les valoracions finals són les següents:

Empresa	TOTAL
CARL ZEISS MEDITEC IBERIA,S.A.	44,00

Resum de la valoració tècnica

LOT 12:

1260190100 Microscopi especular de comptatge endotelial

Les valoracions finals són les següents:

Empresa	TOTAL
AJL OPHTHALMIC, S.A.	27,00
OFTALTECH SOLUTIONS S.L.U.	20,40
TOPCON ESPAÑA, S.A	37,43

LOT 13:

1260200300 Frontofocòmetre computeritzat

Les valoracions finals són les següents:

Empresa	TOTAL
CARL ZEISS MEDITEC IBERIA,S.A.	26,30
INDO OPTICAL S.L.U	24,70
LUNEAU TECHNOLOGY S.A.	26,20
OFTALMICA BONET SA	20,20
OFTALMICA INSTRUMENTS, SL	24,00
TOPCON ESPAÑA, S.A	28,00

LOT 14:

1260230100 Refractoqueratòmetre

Les valoracions finals són les següents:

Empresa	TOTAL
CARL ZEISS MEDITEC IBERIA,S.A.	28,80
TOPCON ESPAÑA, S.A	33,50

Resum de la valoració tècnica

LOT 15:

1260260200 Topògraf corneal mitjançant càmera Scheimpflug

Les valoracions finals són les següents:

Empresa

TOTAL

OCULUS IBERIA S.L.

44,00

LOT 16:

1261010400 Ecògraf ocular

Les valoracions finals són les següents:

Empresa

TOTAL

TOPCON ESPAÑA, S.A

39,00

LOT 17:

1262010100 Tomògraf de Coherència Òptica (OCT)

Les valoracions finals són les següents:

Empresa

TOTAL

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA,S.A.

38,76

OFTALTECH SOLUTIONS S.L.U.

30,06

W. M. BLOSS, S.A.

41,50

LOT 18:

1530020700 Electrobisturí de baixa potència per a oftalmologia

Les valoracions finals són les següents:

Empresa

TOTAL

AJL OPHTHALMIC, S.A.

7,00

Resum de la valoració tècnica

LOT 19:

OFTALMOSCOPI

Les valoracions finals són les següents:

Empresa	TOTAL
TOPCON ESPAÑA, S.A	40,00

LOT 20:

VARIS

Les valoracions finals són les següents:

Empresa	TOTAL
LUNEAU TECHNOLOGY S.A.	16,00

LOT 21:

LLUM DE FENEDURA

Les valoracions finals són les següents:

Empresa	TOTAL
TOPCON ESPAÑA, S.A	44,00
W. M. BLOSS, S.A.	35,90

Pilar Muñoz Sánchez

Tècnica de la Divisió d'Inversions i Patrimoni