

INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DELS CRITERIS SOTMESOS A JUDICIS DE VALOR

Objecte: ACORD MARC AMB UNA ÚNICA PROVEÏDORA PER AL SUBMINISTRAMENT DE PRÒTESIS DE MALUC, AMB DESTÍ A L'HOSPITAL CLÍNICA DE BARCELONA

Exp. 2022/60

Aquest informe conté la valoració tècnica de les ofertes presentades per les empreses admeses a la licitació de referència en aplicació dels criteris sotmesos a judici de valor previstos a la clàusula sisena del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Les ofertes de les empreses que es valoren són les següents:

- B.BRAUN SURGICAL, S.A. (Lots 2, 3, 4 i 9)
- JOHNSON & JOHNSON S.A. (Lots 2, 3, 4, 5, 8)
- MBA INCORPORADO S.L. (Lots 2, 11 i 12)
- MEDACTA ESPAÑA S.L.U. (Lots 2, 3, 4, 5, 8, 9 i 12)
- MEDCOMTECH, S.A. (Lot 2)
- ORBIMED, S.A. (Lots 2, 3, 5 i 6)
- PALEX MEDICAL, S.A. (Lots 3, 4 i 11)
- SMITH & NEPHEW, S.A.U. (Lots 1, 3, 4, 5, 7 i 9)
- STRYKER IBERIA, S.L. (Lots 3, 4, 5, 9 i 11)
- WALDEMAR LINK, S.A. (Lots 3, 8 i 11)
- ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U. (Lots 2, 3, 7, 8, 9 i 10)

VALORACIONS TÈCNIQUES:

Una vegada revisat el contingut dels sobres B, s'observa que les propostes presentades per l'empresa B.BRAUN SURGICAL, S.A. per al lot 4 i, la presentada per MEDACTA ESPAÑA, S.L.U. per al lot 12, no compleixen els requisits mínims que es requereixen com a obligatoris al Plec de Prescripcions Tècniques, motiu pel qual es proposa la seva exclusió d'acord amb el detall que consta a l'annex i contingut de l'informe de valoració.

D'altra banda, en relació al lot 13, es proposa la seva declaració com a lot "desert" atès que no s'han rebut propostes.

En relació a la resta de propostes presentades, s'ha comprovat i verificat que els productes presentats compleixen efectivament amb els requisits tècnics establerts al Plec de Prescripcions Tècniques. Així mateix, consta efectuada la valoració detallada a l'annex d'aquest informe i les puntuacions obtingues per a cadascuna de les empreses licitadores.

Barcelona, 20 de desembre de 2022

Dr. Jenaro Fernández-Valencia
Cap de Servei de la Secció de maluc

Institut Clínic d'Especialitats
Mèdiques i Quirúrgiques de l'HCB

LICITADORA	LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ ARTICLE	EXCLUSIÓ	MOTIU EXCLUSIÓ	TOTAL VALORACIÓ JUDICI DE VALOR MÀX. 49 punts	1.Ergonomia del material, avantatges en la manipulació, confort i seguretat. Fins a 14 punts	Comentari tècnic:1.Ergonomia del material, avantatges en la manipulació, confort i seguretat.	2.Composició del material, qualitat i comportament del mateix. Fins a 14 punts	Comentari Tècnic: 2. Composició del material, qualitat i comportament del mateix.	3.Majors prestacions sobre les especificacions tècniques inicialment establertes en la descripció de l'article. Fins a 9 punts.	3. Majors prestacions sobre les especificacions tècniques inicialment establertes en la descripció de l'article	4. Programes de formació. Fins a 12 punts	Comentari tècnic: 4.Programes de formació
SMITH & NEPHEW,S.A.U.	1	1 al 2	PROTESIS TOTAL DE CADERA DE SUPERFÍCIE			49	14	Excel·lent ergonomia del material que facilita la implantació i que per tant, repercuteix en confort i seguretat	14	Presenta un material molt adequat en relació a la composició i qualitat tècnica que repercuteix en un excel·lent compartament en el moment de la implantació i versatilitat en resoldre diferents situacions o alteracions específiques del pacient.	9	Possibilitat d'un sistema de Navegació Brainlab, programari que millora i dona suport a la implantació, atès que permet rebre informació addicional durant la cirurgia.	12	Presenta formació als professionals considerada molt avançada: cursos, cadàver lab, masterclass. Congressos i cursos nacionals i internacionals. HCB Centre de referència formatiu. Presenta al web un espai dedicat al pacient
MEDACTA	2	3 al 8	PROTESIS TOTAL DE CADERA CON CABEZA FEMORAL DE CERAMICA 6 METAL CERAMIZADO Y CON VASTAGO CORTO			18	10	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos.	8	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. Elevada qualitat tècnica. El material és fiable, sense reports desfavorables coneguts. En relació a la proposta millor valorada, no aporta opció amb recolzament a calcar. En quant al comportament del material i versatilitat per resoldre diferents situacions, morfologia adaptada a accés anterior però té invasió significativa de diàfisi.	0	El sistema proposat no incorpora majors prestacions tècniques o innovacions respecte al que es requereix inicialment	0	No aporta formació a l'oferta tècnica
B.BRAUN SURGICAL, S.A.	2	3 al 8	PROTESIS TOTAL DE CADERA CON CABEZA FEMORAL DE CERAMICA 6 METAL CERAMIZADO Y CON VASTAGO CORTO			29	10	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos.	9	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. En relació a la fiabilitat del producte, no hi ha evidència de reports desfavorables coneguts. En relació a la proposta millor valorada, no aporta opció amb recolzament a calcar.	0	El sistema proposat no incorpora majors prestacions tècniques o innovacions respecte al que es requereix inicialment	10	Presenta formació als professionals considerada avançada: cursos, cadàver lab, masterclass.Congressos i cursos nacionals i internacionals. Presenta programa de formació als pacients dirigida amb plataforma d'aplicacions digital
ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	2	3 al 8	PROTESIS TOTAL DE CADERA CON CABEZA FEMORAL DE CERAMICA 6 METAL CERAMIZADO Y CON VASTAGO CORTO			31	10	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos.	9	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. correcta qualitat tècnica del material. En casos puntuals, la morfologia de l'implant dificulta una bona estabilitat primària. En relació a la proposta millor valorada, no aporta opció amb recolzament a calcar.	0,00	Actualment no possibilitat d'un sistema robòtic per implantació de protesi de maluc (ROSA),amb complement a l'aparell robòtic amb braç articulat, programari i suport tècnic.	12	Presenta formació als professionals considerada molt avançada: cursos, cadàver lab, masterclass. Congressos i cursos nacionals i internacionals. HCB com a Centre de referència formatiu. Presenta el programa de formació als pacients més complet: Rapid recovery programa complet i amb anys d'experiència. Programa Mymobility, programa APP a l'alta del pacient

JOHNSON & JOHNSON, S.A.	2	3 al 8	PROTESIS TOTAL DE CADERA CON CABEZA FEMORAL DE CERAMICA 6 METAL CERAMIZADO Y CON VASTAGO CORTO			41	12	Markada ergonomia. Sistema versàtil, el material ofereix seguretat, i instrumental adaptat pels diferents accesos.	10	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. correcta qualitat tècnica del material. No obstant, insuficients series clíniques o resultats de registres amb resultats a llarg termini. La morfologia, però, és molt invasiva al canal femoral. Aporta opció amb recolzament a calcar que facilita la inserció i ofereix una elevada adaptació i estabilitat	9	Possibilitat d'un sistema de Navegació Velys, proporciona una millora pel posicionament de components, de forma simplificada, no invasivitat pel pacient (no pins)	10	Presenta formació als professionals considerada avançada: cursos, cadaver lab, masterclass.Congressos i cursos nacionals i internacionals. Presenta programa de formació als pacients dirigida amb multimedia o suport extern.
MBA INCORPORADO S.L.	2	3 al 8	PROTESIS TOTAL DE CADERA CON CABEZA FEMORAL DE CERAMICA 6 METAL CERAMIZADO Y CON VASTAGO CORTO			47	14	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos. La tècnica que facilita la col·locació ben axada al fémur confereix un gran avantatge en la manipulació i la implantació. Excel·lent ergonomia en instrumental. Per tot l'anterior, el sistema és el millor valorat de totes les propostes presentades	14	Excel·lent composició del material i qualitat tècnica amb una suficient evidència de resultats a llarg termini en relacionat amb la fiabilitat del producte. Recobriment extens per osteointegració. Vàstag amb opció de recolzament a calcar que facilita la inserció i ofereix una elevada adaptació i estabilitat	9	Possibilitat d'un sistema de Navegació Naviswiss: proporciona una millora pel posicionament de components, de forma simplificada	10	Presenta formació als professionals considerada avançada: cursos, cadaver lab, masterclass.Congressos i cursos nacionals i internacionals. Presenta proposta de programa de formació als pacients molt complet: Rapid recovery Walkway
ORBIMED S.A.	2	3 al 8	PROTESIS TOTAL DE CADERA CON CABEZA FEMORAL DE CERAMICA 6 METAL CERAMIZADO Y CON VASTAGO CORTO			23	10	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos.	8	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. correcta qualitat tècnica, del material. No obstant, en relació a la fiabilitat del producte, la tecnologia de sinterització per vàstags és nova i tot i que hi ha algun report favorable com J Mater Sci: Mater Med 32, 10 (2021), cal més evidència actualment. En relació a la proposta millor valorada, no aporta opció de vàstag amb recolzament a calcar.	0	El sistema proposat no incorpora majors prestacions tècniques o innovacions respecte al que es requereix inicialment	5	Presenta formació estàndar de l'empresa. No aporta formació per al pacient
MEDCOMTECH, S.A.	2	3 al 8	PROTESIS TOTAL DE CADERA CON CABEZA FEMORAL DE CERAMICA 6 METAL CERAMIZADO Y CON VASTAGO CORTO			21	8	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos.	8	Composició del material adequada per a la tècnica assistència i correcta qualitat tècnica, del material. No obstant, en relació a la fiabilitat del producte, insuficients sèries clíniques o resultats de registres amb resultats a llarg termini. La morfologia implica una significativa invasió de canal femoral i morfologia que pot dificultar introducció en casos Dorr A.	0	El sistema proposat no incorpora majors prestacions tècniques o innovacions respecte al que es requereix inicialment	5	Presenta formació estàndar de l'empresa. No aporta formació per al pacient

ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	3	9 al 16	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA STANDARD, sublot 2			47	14	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos. Ergonomia molt optimitzada	12	Composició del material adequada per a la tècnica assistència i correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, existeixen bones estadístiques de supervivència	9	Possibilitat d'un sistema robòtic per implantació de protesi de maluc (ROSA), amb complement a l'aparell robòtic amb braç articulad, programari i suport tècnic.	12	Presenta formació als professionals considerada molt avançada: cursos, cadaver lab, masterclass. Congresos i cursos nacionals i internacionals. HCB Centre de referència formatiu. Presenta el programa de formació als pacients més complet: Rapid recovery programa complet i amb anys d'experiència. Programa Mymobility, programa APP a l'alta del pacient
JOHNSON & JOHNSON, S.A.	3	9 al 16	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA STANDARD, sublot 1			45	14	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos. Ergonomia molt optimitzada	13	Composició del material adequada per a la tècnica assistència i correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, existeixen bones estadístiques de supervivència. Recobriment extens per osteointegració	8	Possibilitat d'un sistema de Navegació Velys, proporciona una millora pel posicionament de components, de forma simplificada, no invasivitat pel pacient (no pins)	10	Presenta formació als professionals considerada molt avançada: cursos, cadaver lab, masterclass. Congresos i cursos nacionals i internacionals. Presenta programa de formació als pacients dirigida amb multimedia o suport extern.
SMITH & NEPHEW, S.A.U.	3	9 al 16	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA STANDARD, sublot 1			36	9	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos. No obstant, la seva copa no cimentada no permet doble mobilitat modular. Comporta invasivitat per al pacient (pins)	10	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, suficient evidencia de resultats a llarg termini, recobriment extens per osteointegració. a vàstag. Cotila doble movilitat no opció a modularitat amb la cotila no cimentada	5	Possibilitat d'un sistema de Navegació Brainlab, programari que millora i dona suport a la implantació, atès que permet rebre informació addicional durant la cirurgia.	12	Presenta formació als professionals considerada molt avançada: cursos, cadàver lab, masterclass. Congresos i cursos nacionals i internacionals. HCB Centre de referència formatiu. Presenta al web un espai dedicat al pacient
STRYKER IBERIA, SL	3	9 al 16	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA STANDARD, sublot 1			36	10	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos	12	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, bones estadístiques de supervivència	6,00	Possibilitat de sistema robòtic per implantació protesi (MAKO) que és compatible amb els materials oferts	8	Presenta formació als professionals considerada molt avançada: cursos, cadaver lab, masterclass. Congresos i cursos nacionals i internacionals. No presenta formació per al pacient
WALDEMAR LINK ESPAÑA, S.A.	3	9 al 16	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA STANDARD, sublot 1			32	10	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos	11	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. correcta qualitat tècnica, del material. No obstant, en relació a la fiabilitat del producte, són necessaris més estudis de supervivència amb la superfície d'integració (HX), més temps de seguiment, però bons resultats	0	El sistema proposat no incorpora majors prestacions tècniques o innovacions respecte al que es requereix inicialment. Ofereix el Medi CAD per planificació -D preoperatíria. No obstant, l'HCB ja disposa d'un sistema planificació universal	11	Presenta formació als professionals considerada molt avançada: estàndar avançada (linkacademy), HCB Centre de referència formatiu en cirurgia primària, de revisió i infecció. No presenta formació al pacient

B.BRAUN SURGICAL, S.A.	3	9 al 16	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA STANDARD, sublot 1			28	10	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos	8	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. correcta qualitat tècnica, del material. No obstant, en relació a la fiabilitat del producte, Excia stem no té suficients estudis de supervivència	0	El sistema proposat no incorpora majors prestacions tècniques o innovacions respecte al que es requereix inicialment	10	Presenta formació als professionals considerada avançada: cursos, cadaver lab, masterclass. Congressos i cursos nacionals i internacionals. Presenta programa de formació als pacients dirigida amb plataforma d'aplicacions digital
PALEX MEDICAL, S.A.	3	9 al 16	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA STANDARD, sublot 1			30	10	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos	12	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, bones estadístiques de supervivència	0	El sistema proposat no incorpora majors prestacions tècniques o innovacions respecte al que es requereix inicialment	8	Presenta formació als professionals que es considera avançada: cursos, cadaver lab, masterclass. Congressos i cursos nacionals i internacionals. No presenta formació per als pacients
MEDACTA	3	9 al 16	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA STANDARD, sublot 1			22	10	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos	12	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, bones estadístiques de supervivència	0	El sistema proposat no incorpora majors prestacions tècniques o innovacions respecte al que es requereix inicialment	0	No aporta formació a l'oferta tècnica
ORBIMED S.A.	3	9 al 16	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA STANDARD, sublot 1			25	10	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos	10	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, són necessàries més sèries clíniques o resultats de registres amb resultats a llarg termini.	0	El sistema proposat no incorpora majors prestacions tècniques o innovacions respecte al que es requereix inicialment	5	Presenta formació estàndar de l'empresa. No aporta formació per al pacient
ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	3	17 al 24	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA STANDARD, sublot 1			47	14	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos. Ergonomia molt optimitzada	12	Composició del material adequada per a la tècnica assistència i correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, existeixen bones estadístiques de supervivència	9	Possibilitat d'un sistema robotic per implantació de protesi de maluc (ROSA), amb complement a l'aparell robòtic amb braç articulat, programari i suport tècnic.	12	Presenta formació als professionals considerada molt avançada: cursos, cadaver lab, masterclass. Congressos i cursos nacionals i internacionals. HCB Centre de referència formatiu. Presenta el programa de formació als pacients més complet: Rapid recovery programa complet i amb anys d'experiència. Programa Mymobility, programa APP a l'alta del pacient
JOHNSON & JOHNSON, S.A.	3	17 al 24	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA STANDARD, sublot 2			45	14	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos. Ergonomia molt optimitzada	13	Composició del material adequada per a la tècnica assistència i correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, existeixen bones estadístiques de supervivència. Recobriment extens per osteointegració	8	Possibilitat d'un sistema de Navegació Velys, proporciona una millora pel posicionament de components, de forma simplificada, no invasiva pel pacient (no pins)	10	Presenta formació als professionals considerada avançada: cursos, cadaver lab, masterclass. Congressos i cursos nacionals i internacionals. Presenta programa de formació als pacients dirigida amb multimedia o suport extern.

SMITH & NEPHEW, S.A.U.	3	17 al 24	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA STANDARD, sublot 2			36	9	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos. No obstant, la seva copa no cimentada no permet doble mobilitat modular. Comporta invasivitat per al pacient (pins)	10	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. Correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, suficient evidència de resultats a llarg termini, recobriment extens per osteointegració. a vástag. Cotilla doble mobilitat no opció a modularitat amb la cotilla no cimentada	5	Possibilitat d'un sistema de Navegació Brainlab, programari que millora i dona suport a la implantació, atès que permet rebre informació addicional durant la cirurgia.	12	Presenta formació als professionals considerada molt avançada: cursos, cadàver lab, masterclass. Congressos i cursos nacionals i internacionals. HCB Centre de referència formatiu. Presenta al web un espai dedicat al pacient
STRYKER IBERIA, SL	3	17 al 24	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA STANDARD, sublot 2			36	10	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos	12	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, bones estadístiques de supervivència	6	Possibilitat de sistema robòtic per implantació protesi (MAKO) que és compatible amb els materials oferts	8	Presenta formació als professionals considerada avançada: cursos, cadàver lab, masterclass. Congressos i cursos nacionals i internacionals. No presenta formació per al pacient
WALDEMAR LINK ESPAÑA, S.A.	3	17 al 24	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA STANDARD, sublot 2			32	10	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos	11	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. correcta qualitat tècnica, del material. No obstant, en relació a la fiabilitat del producte, són necessaris més estudis de supervivència amb la superfície d'integració (HX), més temps de seguiment, però bons resultats	0	El sistema proposat no incorpora majors prestacions tècniques o innovacions respecte al que es requereix inicialment. Ofereix el Medi CAD per planificació ·D preoperatríria. No obstant, l'HCB ja disposa d'un sistema planificació universal	11	Presenta formació als professionals considerada molt avançada: estàndar avançada (linkacademy), HCB Centre de referència formatiu en cirurgia primària, de revisió i infecció. No presenta formació al pacient
B.BRAUN SURGICAL, S.A.	3	17 al 24	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA STANDARD, sublot 2			28	10	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos	8	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. correcta qualitat tècnica, del material. No obstant, en relació a la fiabilitat del producte, Excia stem no te suficients estudis de supervivència	0	El sistema proposat no incorpora majors prestacions tècniques o innovacions respecte al que es requereix inicialment	10	Presenta formació als professionals considerada avançada: cursos, cadàver lab, masterclass. Congressos i cursos nacionals i internacionals. Presenta programa de formació als pacients dirigit amb plataforma d'aplicacions digital
PALEX MEDICAL, S.A.	3	17 al 24	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA STANDARD, sublot 2			30	10	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos	12	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, bones estadístiques de supervivència	0	El sistema proposat no incorpora majors prestacions tècniques o innovacions respecte al que es requereix inicialment	8	Presenta formació als professionals que es considera avançada: cursos, cadàver lab, masterclass. Congressos i cursos nacionals i internacionals. No presenta formació per als pacients

MEDACTA	3	17 al 24	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA STANDARD, sublot 2			22	10	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos	12	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, bones estadístiques de supervivència	0	El sistema proposat no incorpora majors prestacions tècniques o innovacions respecte al que es requereix inicialment	0	No aporta formació a l'oferta tècnica
ORBIMED S.A.	3	17 al 24	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA STANDARD, sublot 2			25	10	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos	10	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, són necessàries més sèries clíniques o resultats de registres amb resultats a llarg termini.	0	El sistema proposat no incorpora majors prestacions tècniques o innovacions respecte al que es requereix inicialment	5	Presenta formació estàndar de l'empresa. No aporta formació per al pacient
B.BRAUN SURGICAL, S.A.	4	25 al 32	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA HÍBRIDA	Si	Es requereix el vàstag d'acer inoxidable i el present a de Crom cobalt									
MEDACTA	4	25 al 32	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA HÍBRIDA			24	14	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos	10	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, bones estadístiques de supervivència. Ofereix el mateix sistema per cimentades i per no cimentades amb Quadra, però no suposa un avantatge en la valoració	0	El sistema proposat no incorpora majors prestacions tècniques o innovacions respecte al que es requereix inicialment	0	No aporta formació a l'oferta tècnica
SMITH & NEPHEW, S.A.U.	4	25 al 32	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA HÍBRIDA			39	12	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos. No obstant, la seva copa no cimentada no permet doble mobilitat modular. Comporta invasivitat per al pacient (pins)	10	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, bones estadístiques de supervivència. Ofereix el mateix sistema per cimentades i per no cimentades amb Polastem, però no suposa un avantatge en la valoració	5	Possibilitat d'un sistema de Navegació Brainlab, programari que millora i dona suport a la implantació, atès que permet rebre informació addicional durant la cirurgia.	12	Presenta formació als professionals considerada molt avançada: cursos, cadàver lab, masterclass. Congressos i cursos nacionals i internacionals. HCB Centre de referència formatiu. Presenta al web un espai dedicat al pacient
PALEX MEDICAL, S.A.	4	25 al 32	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA HÍBRIDA			32	14	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos	10	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, ofereix bones estadístiques de supervivència	0	El sistema proposat no incorpora majors prestacions tècniques o innovacions respecte al que es requereix inicialment	8	Presenta formació als professionals que es considera avançada: cursos, cadàver lab, masterclass. Congressos i cursos nacionals i internacionals. No presenta formació per als pacients

STRYKER IBERIA, SL	4	25 al 32	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA HIBRIDA			42	14	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos	14	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, ofereix excel·lents estadístiques de supervivència	6	Possibilitat de sistema robòtic per implantació protesi (MAKO) que és compatible amb els materials oferts	8	Presenta formació als professionals considerada avançada: cursos, cadaver lab, masterclass.Congressos i cursos nacionals i internacionals. No presenta formació per al pacient
JOHNSON & JOHNSON, S.A.	4	25 al 32	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA HIBRIDA			42	14	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos	10	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, ofereix bones estadístiques de supervivència	8	Possibilitat d'un sistema de Navegació Velys, proporciona una millora pel posicionament de components, de forma simplificada, no invasivitat pel pacient (no pins)	10	Presenta formació als professionals considerada avançada: cursos, cadaver lab, masterclass.Congressos i cursos nacionals i internacionals. Presenta programa de formació als pacients dirigida amb multimedia o suport extern.
JOHNSON & JOHNSON, S.A.	5	33 al 36	PRÓTESIS PARCIAL DE CADERA BIPOLAR CEMENTADA			34	14	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos	10	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, ofereix bones estadístiques de supervivència	0	El sistema proposat no incorpora majors prestacions tècniques o innovacions respecte al que es requereix inicialment	10	Presenta formació als professionals considerada avançada: cursos, cadaver lab, masterclass.Congressos i cursos nacionals i internacionals. Presenta programa de formació als pacients dirigida amb multimedia o suport extern.
MEDACTA	5	33 al 36	PRÓTESIS PARCIAL DE CADERA BIPOLAR CEMENTADA			24	14	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos	10	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, bones estadístiques de supervivència. Ofereix el mateix sistema per cimentades i per no cimentades amb Quadra, però no suposa un avantatge en la valoració	0	El sistema proposat no incorpora majors prestacions tècniques o innovacions respecte al que es requereix inicialment	0	No aporta formació a l'oferta tècnica
ORBIMED S.A.	5	33 al 36	PRÓTESIS PARCIAL DE CADERA BIPOLAR CEMENTADA			29	14	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos	10	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, bones estadístiques de supervivència. Ofereix el mateix sistema per cimentades i per no cimentades amb Karey, però no implica un avantatge en la valoració	0	El sistema proposat no incorpora majors prestacions tècniques o innovacions respecte al que es requereix inicialment	5	Presenta formació estàndar de l'empresa. No aporta formació per al pacient
SMITH & NEPHEW,S.A.U.	5	33 al 36	PRÓTESIS PARCIAL DE CADERA BIPOLAR CEMENTADA			34	12	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos. No obstant, la seva copa no cimentada no permet doble mobilitat modular.	10	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, bones estadístiques de supervivència. Ofereix el mateix sistema per cimentades i per no cimentades amb Polastem, però no suposa un avantatge en la valoració	0	El sistema proposat no incorpora majors prestacions tècniques o innovacions respecte al que es requereix inicialment	12	Presenta formació als professionals considerada molt avançada: cursos, cadaver lab, masterclass. Congressos i cursos nacionals i internacionals. HCB Centre de referència formatiu. Presenta a la web un espai dedicat al pacient

STRYKER IBERIA, SL	5	33 al 36	PRÓTESIS PARCIAL DE CADERA BIPOLAR CEMENTADA			36	14	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos	14	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, ofereix excel·lents estadístiques de supervivència	0	El sistema proposat no incorpora majors prestacions tècniques o innovacions respecte al que es requereix inicialment	8	Presenta formació als professionals considerada avançada: cursos, cadàver lab, masterclass. Congressos i cursos nacionals i internacionals. No presenta formació per al pacient
ORBIMED S.A.	6	37 al 38	PROTESIS PARCIAL DE CADERA NO CEMENTADA TIPO MOORE, con opciones de vástago estrecho y estándar			No hi ha judicis de valor								
ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	7	39 al 45	PROTESIS NO CEMENTADA DE REVISION CON VASTAGO MONOBLOQUE CONICO ESTRIADO			33	12	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos. Cotilo G7 amb opció a doble mobilitat i sistema constrenyit Freedom. Aquesta doble mobilitat implica més versatilitat i per tant, el sistema és molt complet	9	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, ofereix bones estadístiques de supervivència	0	Per a aquest lot en concret, en l'actualitat no hi ha la possibilitat d'un sistema robòtic per implantació de protesi de maluc (ROSA), amb complement a l'aparell robòtic amb braç articulat, programari i suport tècnic, a diferència d'altres lots	12	Presenta formació als professionals considerada molt avançada: cursos, cadàver lab, masterclass. Congresos i cursos nacionals i internacionals. HCB Centre de referència formatiu. Presenta el programa de formació als pacients més complet: Rapid recovery programa complet i amb anys d'experiència. Programa Mymobility, programa APP a l'alta del pacient
SMITH & NEPHEW, S.A.U.	7	39 al 45	PROTESIS NO CEMENTADA DE REVISION CON VASTAGO MONOBLOQUE CONICO ESTRIADO			41	10	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos. La seva copa permet doble mobilitat o constricció amb cementació i això pot ser un problema en talles petites. Comporta invasivitat per al pacient (pins) si es fa servir el navegador.	10	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. Correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, ofereix suficient evidència de resultats a mig termini. Relacionat amb el comportament del material i la seva versatilitat, incorpora copa amb cargols d'estabilitat angular i es considera un avantatge atès que dona més rigidesa al sistema.	9	Possibilitat d'un sistema de Navegació Brainlab, programari que millora i dona suport a a la implantació, atès que permet rebre informació addicional durant la cirurgia. Superioritat per possible ús de vaina proximal.	12	Presenta formació als professionals considerada molt avançada: cursos, cadàver lab, masterclass. Congresos i cursos nacionals i internacionals. HCB Centre de referència formatiu. Presenta al web un espai dedicat al pacient
MEDACTA	8	46 al 54	PROTESIS NO CEMENTADA DE REVISION CON VASTAGO MODULAR			19	10	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos	9	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, ofereix suficient evidència de resultats a mig termini	0	El sistema proposat no incorpora majors prestacions tècniques o innovacions respecte al que es requereix inicialment	0	No aporta formació a l'oferta tècnica

ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	8	46 al 54	PROTESIS NO CEMENTADA DE REVISION CON VASTAGO MODULAR			35	14	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos. Còtilo G7 amb opció a doble mobilitat i sistema constrenyit Freedom. Aquesta doble mobilitat implica més versatilitat i per tant, el sistema és més complet. Opció a enforrellament distal per grans defectes.	9	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, ofereix suficient evidència de resultats a mig termini	0	Actualment no possibilitat d'un sistema robòtic per implantació de protesi de maluc (ROSA), amb complement a l'aparell robòtic amb braç articulad, programari i suport tècnic.	12	Presenta formació als professionals considerada molt avançada: cursos, cadaver lab, masterclass. Congresos i cursos nacionals i internacionals. HCB Centre de referència formatiu. Presenta el programa de formació als pacients més complet: Rapid recovery programa complet i amb anys d'experiència. Programa Mymobility, programa APP a l'alta del pacient
WALDEMAR LINK ESPAÑA, S.A.	8	46 al 54	PROTESIS NO CEMENTADA DE REVISION CON VASTAGO MODULAR			30	10	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos	9	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, ofereix suficient evidència de resultats a mig termini	0	El sistema proposat no incorpora majors prestacions tècniques o innovacions respecte al que es requereix inicialment. Ofereix el Medi CAD per planificació ·D preoperatria. No obstant, l'HCB ja disposa d'un sistema planificació universal	11	Presenta formació als professionals considerada molt avançada: estàndar avançada (linkcademy), HCB Centre de referència formatiu en cirurgia primària, de revisió i infecció. No presenta formació al pacient
JOHNSON & JOHNSON, S.A.	8	46 al 54	PROTESIS NO CEMENTADA DE REVISION CON VASTAGO MODULAR			37	10	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos	9	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, ofereix suficient evidència de resultats a mig termini	8	Possibilitat d'un sistema de Navegació Velys, proporciona una millora pel posicionament de components, de forma simplificada, no invasivitat pel pacient (no pins)	10	Presenta formació als professionals considerada avançada: cursos, cadaver lab, masterclass.Congresos i cursos nacionals i internacionals. Presenta programa de formació als pacients dirigida amb multimedia o suport extern.
B.BRAUN SURGICAL, S.A.	9	55 al 61	PROTESIS NO CEMENTADA DE REVISION CON VASTAGO MODULAR O MONOBLOQUE / CONSTREÏDA Y/O DOBLE MOVILIDAD			29	10	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos	9	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, ofereix suficient evidència de resultats a mig termini	0	El sistema proposat no incorpora majors prestacions tècniques o innovacions respecte al que es requereix inicialment	10	Presenta formació als professionals considerada avançada: cursos, cadaver lab, masterclass.Congresos i cursos nacionals i internacionals. Presenta programa de formació als pacients dirigida amb plataforma d'aplicacions digital
MEDACTA	9	55 al 61	PROTESIS NO CEMENTADA DE REVISION CON VASTAGO MODULAR O MONOBLOQUE / CONSTREÏDA Y/O DOBLE MOVILIDAD			19	10	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos	9	Composició del material adequada per a la tècnica assistència. correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, ofereix suficient evidència de resultats a mig termini	0	El sistema proposat no incorpora majors prestacions tècniques o innovacions respecte al que es requereix inicialment	0	No aporta formació a l'oferta tècnica

STRYKER IBERIA, SL	9	55 al 61	PROTESIS NO CEMENTADA DE REVISION CON VASTAGO MODULAR O MONOBLOQUE / CONSTREÑIDA Y/O DOBLE MOVILIDAD			36	13	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos. Facilitat per extracció de liner de doble mobilitat, en relació a la facilitat d'ús per la implantació o extracció del material	9	Composició del material adequada per a la tècnica assistencial. Correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, ofereix suficient evidència de resultats a mig termini	6	Possibilitat de sistema robòtic per implantació protesi (MAKO) que és compatible amb els materials oferts	8	Presenta formació als professionals considerada avançada: cursos, cadaver lab, masterclass. Congressos i cursos nacionals i internacionals. No presenta formació per al pacient
SMITH & NEPHEW, S.A.U.	9	55 al 61	PROTESIS NO CEMENTADA DE REVISION CON VASTAGO MODULAR O MONOBLOQUE O CONSTREÑIDA Y/O DOBLE MOVILIDAD			41	10	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos. La seva copa permet doble mobilitat o constricció amb cimentació i això pot ser un problema en talles petites. Comporta invasivitat per al pacient (pins) si es fa servir el navegador.	10	Composició del material adequada per a la tècnica assistencial. Correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, ofereix suficient evidència de resultats a mig termini. Relacionat amb el comportament del material i la seva versatilitat, incorpora copa amb cargols d'estabilitat angular es considera un avantatge ja que dona més rigidesa al sistema.	9	Possibilitat d'un sistema de Navegació Brainlab, programari que millora i dona suport a a la implantació, atès que permet rebre informació adicional durant la cirurgia. Superioritat per possible us de vaina proximal.	12	Presenta formació als professionals considerada molt avançada: cursos, cadàver lab, masterclass. Congressos i cursos nacionals i internacionals. HCB Centre de referència formatiu. Presenta al web un espai dedicat al pacient
ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	9	55 al 61	PROTESIS NO CEMENTADA DE REVISION CON VASTAGO MODULAR O MONOBLOQUE / CONSTREÑIDA Y/O DOBLE MOVILIDAD			34	13	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos. Cotilo G7 amb opció a doble mobilitat i sistema constrenyit Freedom. Aquesta doble mobilitat implica més versatilitat pel fet de no ser cimentada i per tant, el sistema és més complet	9	Composició del material adequada per a la tècnica assistencial. Correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, ofereix suficient evidència de resultats a mig termini	0	Actualment no possibilitat d'un sistema robòtic per implantació de protesi de maluc (ROSA), amb complement a l'aparell robòtic amb braç articulat, programari i suport tècnic.	12	Presenta formació als professionals considerada molt avançada: cursos, cadaver lab, masterclass. Congresos i cursos nacionals i internacionals. HCB Centre de referència formatiu. Presenta el programa de formació als pacients més complet: Rapid recovery programa complet i amb anys d'experiència. Programa Mymobility, programa APP a l'alta del pacient
ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	10	62 al 66	COTILO DE TANTALIO DE REVISION, GRANDES DEFECTOS											
PALEX MEDICAL, S.A.	11	67 al 79	PROTESIS DE REEMPLAZO FEMORAL PARCIAL O TOTAL GRANDES DEFECTOS			30	8	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos, no té sistema anclatge trocanteric	14	Composició del material adequada per a la tècnica assistencial. Correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, ofereix bones estadístiques de supervivència	0	El sistema proposat no incorpora majors prestacions tècniques o innovacions respecte al que es requereix inicialment	8	Presenta formació als professionals que es considera avançada: cursos, cadaver lab, masterclass. Congressos i cursos nacionals i internacionals. No presenta formació per als pacients
STRYKER IBERIA, SL	11	67 al 79	PROTESIS DE REEMPLAZO FEMORAL PARCIAL O TOTAL GRANDES DEFECTOS			34	12	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos i que facilita el treball. Aporta facilitat per extracció de liner de doble mobilitat. Té opció per anclatge trocanteric. Grans opcions per reconstrucció femoral.	14	Composició del material adequada per a la tècnica assistencial. Correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, ofereix bones estadístiques de supervivència	0	El sistema proposat no incorpora majors prestacions tècniques o innovacions respecte al que es requereix inicialment	8	Presenta formació als professionals considerada avançada: cursos, cadaver lab, masterclass. Congressos i cursos nacionals i internacionals. No presenta formació per al pacient

MBA INCORPORADO S.L.	11	67 al 79	PROTESIS DE REEMPLAZO FEMORAL PARCIAL O TOTAL GRANDES DEFECTOS			43	9	Sistema gran versatilitat, el material ofereix molta seguretat, i grans combinacions per reconstrucció femoral. Té opció per anclatge trocanteric.	14	Composició del material adequada per a la tècnica assistencial. Correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, ofereix bones estadístiques de supervivència	10	Possibilitat d'un sistema de Navegació Naviswiss: proporciona una millora pel posicionament de components, de forma simplificada. Opció a pròtesi bany plata, per pacients amb al·lèrgies i amb infeccions resistents.	10	Presenta formació als professionals considerada avançada: cursos, cadaver lab, masterclass. Congressos i cursos nacionals i internacionals. Presenta proposta de programa de formació als pacients molt complet: Rapid recovery Walkway
WALDEMAR LINK ESPAÑA, S.A.	11	67 al 79	PROTESIS DE REEMPLAZO FEMORAL PARCIAL O TOTAL GRANDES DEFECTOS			48	14	Sistema gran versatilitat, el material ofereix molta seguretat, i grans combinacions per reconstrucció femoral. Cotila amb facilitat per recanvi de liner de doble mobilitat.	14	Composició del material adequada per a la tècnica assistencial. Correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, ofereix bones estadístiques de supervivència	9	Opció a pròtesi bany plata, per pacients amb al·lèrgies i amb infeccions resistents.	11	Presenta formació als professionals considerada molt avançada: estàndar avançada (linkacademy), HCB Centre de referència formatiu en cirurgia primària, de revisió i infecció. No presenta formació al pacient
MEDACTA	12	80 al 83	SISTEMA ADAPTATIVO MODULAR DE CABEZA FEMORAL DE REVISION	Si	No compleix els requeriments mínims establerts al PPT ja que no disposa d'un sistema de colls modulars per revisió amb els cons V40, 10/12. 12/14, 14/16									
MBA INCORPORADO S.L.	12	80 al 83	SISTEMA ADAPTATIVO MODULAR DE CABEZA FEMORAL DE REVISION			47	14	Sistema versàtil, el material ofereix seguretat i instrumental adaptat pels diferents accesos i que facilita el treball.	14	Composició del material adequada per a la tècnica assistencial. Correcta qualitat tècnica, del material. En relació a la fiabilitat del producte, ofereix bones estadístiques de supervivència	9	Possibilitat d'un sistema de Navegació Naviswiss: proporciona una millora pel posicionament de components, de forma simplificada	10	Presenta formació als professionals considerada avançada: cursos, cadaver lab, masterclass. Congressos i cursos nacionals i internacionals. Presenta proposta de programa de formació als pacients molt complet: Rapid recovery Walkway
DESERT	13	84	Espaciador de cadera que permita mezcla de cemento en quirófano con antibióticos adaptados al caso del paciente y creación del espaciador durante la cirugía con posibilidad de ajustar tamaño y/o			DESERT								