

DATA REGISTRE	DEF	CECO	DEF	Matrícula	DEF
------------------	-----	------	-----	-----------	-----

MATERIALS - Informe de necessitats

1. Materials que vol adquirir, especificant el nombre d'unitats (150 caràcters)

Stent Pulsar 18 - Biotronik, diversos diàmetres i longituds

2 . Argumenteu les causes que motiven la demanda (300 caràcters)

Material necessari per ús en procediments endovasculars: varietat de longituds (fins 200cm) i diàmetres. Perfil baix, 4Fr.

3. Expliqueu la situació actual i en què millorarà la cartera de serveis (500 caràcters)

Material d'ús habitual actualment no disponible per no estar adjudicat a l'ICS.
Disponible amb longituds fins 200mm, fet que permet utilitzar menys stents en molts pacients. Menys implants, menys zones de solapament i menys despesa econòmica.

4. Concreteu l'edifici, la planta i la sala de treball on s'ubicarà l'equipament (150 caràcters)

Quiròfans generals i urgències, 2a planta Edifici II. Servei d'Angiologia i Cirurgia Vascular

5. Sobre quina població incidirà el nou equip (150 caràcters)

Tota la població de la nostra regió sanitària candidata a una cirurgia endovascular.

6. Argumenteu el caràcter exclusiu del nou equip, si és el cas (200 caràcters)

S'adjunta document amb característiques.

Servei o unitat sol·licitant: Angiologia Cir. Vascular

Signatura electrònica sol·licitant

Signatura electrònica registrador

NURIA TORREGUIT ART MIRADA / num:2504389	Firmado digitalmente por NURIA TORREGUITART MIRADA / num:2504389 Fecha: 2023.01.13 09:06:06 +01'00'	
---	---	--

Càrrec: Cap de Secció



D: Dra. Núria Torreguitart Mirada. Cap de Secció del Servei d' Angiologia i Cirurgia Vascular

A: Direcció Mèdica – Direcció Econòmica Financera

Assumpte: Stent Pulsar 18 - Biotronik

En l'actual Acord marc per al subministrament d'implants endovasculars perifèrics l'stent Pulsar 18 no ha estat adjudicat. És un implant que al nostre hospital estem utilitzant, tenim bons resultats i voldriem seguir utilitzant. L'alternativa, l'stent Xpert Pro – Abbott, no es comparable. Ambdós són stent de nitinol autoexpandibles per guia de 0.018. Però:

- L'XpertPro està indicat pel sector popliti i artèries distals, per això, les longituds disponibles són inferiors a 100mm. El tamany més habitual és de 3 a 6mm, no està disponible amb 7mm. El sistema d'alliberació és pull-back. La seva visualització és irregular, fet que complica la seva alliberació.
- El Pulsar 18 està indicat pel sector femoral, popliti i distal, per aquest motiu les longituds disponibles són fins 200mm. I els diàmetres de 4 a 7mm. El sistema d'alliberació és triaxial, més precís. I la seva visualització és millor.

Esperem que entengueu que no són comparables. De fet, a l'hospital estem utilitzant els dos, perquè la seva indicació és diferent.

Us trameto aquest document com a justificant de la necessitat d'haver utilitzat aquest material.

També és realitza l'informe de necessitats de material.

Atentament,

NÚRIA
TORREGUITART
T MIRADA /
num:2504389

Firmado digitalmente
por NÚRIA
TORREGUITART
MIRADA / num:2504389
Fecha: 2023.01.13
09:13:35 +01'00'

Núria Torreguitart Mirada
Cap de Secció del Servei d'Angiologia i Cirurgia Vascular
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Lleida, divendres 13 de Gener del 2023