

|                  |     |      |     |           |     |
|------------------|-----|------|-----|-----------|-----|
| DATA<br>REGISTRE | DEF | CECO | DEF | Matrícula | DEF |
|------------------|-----|------|-----|-----------|-----|

***MATERIALS - Informe de necessitats***

1. Materials que vol adquirir, especificant el nombre d'unitats ( 150 caràcters)

Equip infusió E.V 300cm portàtil Sapphire MT

Equip infusió anestè-epidural 210cm Sapphire

2 . Argumenteu les causes que motiven la demanda (300 caràcters)

Material necessari per el tractament anestèsic de dolor agut i anestèsia epidural associat als equips Sapphire

3. Expliqueu la situació actual i en què millorarà la cartera de serveis (500 caràcters)

L'actual adjudicatari; ICU Medica, deixa de subministrar aquest fungible i els responsables del servei volen seguir treballant amb aquest material. IZASA ens ofereix aquestes referències.

4. Concreteu l'edifici, la planta i la sala de treball on s'ubicarà l'equipament (150 caràcters)

Area quirúrgica; quiròfan 2 planta i quirofan de la 4rt a planta

5. Sobre quina població incidirà el nou equip (150 caràcters)

Pacients tributaris de tractar dolor agut i epidural

6. Argumenteu el caràcter exclusiu del nou equip, si és el cas (200 caràcters)

Actualment IZASA disposa d'aquestes referències

Servei o unitat sol·licitant: S.Anestèsia

Signatura electrònica sol·licitant

Signatura electrònica registrador

|                                            |                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Jordi Riera<br/>Riu - DNI<br/>(AUT)</b> | Firmado<br>digitalmente por<br>Jordi Riera Riu -<br>(AUT)<br>Fecha: 2023.01.23<br>10:00:34 +01'00' |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Càrrec:

**INFORME VALORACIÓ BOMBES DE PERIDURAL PRESENTADES (SMITHS MEDICAL I SAPPHIRE DE IZASA)**

La seguretat dels pacients és una **condició imprescindible** de la qualitat assistencial i una prioritat des de la creació de la UDA en el nostre hospital, per la qual cosa **proposem continuar amb Sapphire de IZASA per que ens permet :**

- Continuitat amb els protocols establerts, que ens han permès l'estandardització de procediments basats en el millor coneixement per reduir la variabilitat de la pràctica clínica i reduir esdeveniments adversos.
- S'ha aconseguit fomenta un clima de confiança i comunicació entre els diferents professionals implicats en el maneig de pacients que requereixen aquets dispositius, que ens permet desenvolupar un sistema de gestió de risc assistencial que fa èmfasi en sistemes proactius per detectar els problemes abans que succeeixin.
- Treball en equip, donant continuïtat al pla de formació realitzat per al maneig i ús d'aquests dispositius.
- Degut a la infraestructura de l'àrea de parts i quiròfan/hospitalització i els diferents professionals implicats, la principal diferència, presentada com avantatge, de la Smiths Medical, no té aplicació assistencial en els nostres pacients, i el disseny poc compacte, presenta desavantatges .
- La discontinuïtat, en els darrer any, de subministrament del fungible de la bomba de Smiths Medical , que ens informa altres hospitals.

Lleida a 19/01/2023

En representació dels professionals

**Imma Bergua Rivera**

Adjunta de Infermeria Bloc Quirúrgica i Esterilització

Hospital Universitari Arnau de Vilanova Lleida

Salut/Institut Català de la Salut

Av. Rovira Roure, 80 | 25198 Lleida | Tel.647622871 Ext. 84170

[iberqua.lleida.ics@gencat.cat](mailto:iberqua.lleida.ics@gencat.cat) | [www.icslleida.cat](http://www.icslleida.cat) | [twitter.com/harnaulleida](https://twitter.com/harnaulleida) | [instagram.com/harnaulleida/](https://instagram.com/harnaulleida/)