

<i>Núm. d'expedient:</i>	<i>CS/AH02/1101326192/22/PO</i>
<i>Tipus:</i>	<i>Subministrament</i>
<i>Procediment:</i>	<i>Obert</i>
<i>Òrgan gestor:</i>	<i>Hospital Universitari de Bellvitge</i>

Resolució de correcció d'errades

En data 15 de desembre es va signar el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) relatiu a l'expedient CS/AH02/1101326192/22/PO, amb data de publicació a la plataforma de contractació i al DOUE en data 23 de desembre de 2022.

Vist l'informe de data 25 de gener de 2023 i atès que s'han detectat certs punts en els criteris mínims que poden presentar ambigüitat al lot 8, i al lot 4 i 5 un error a un requeriments obligatoris, es PROPOSA, la modificació dels lots citats en el Plec de Prescripcions Tècniques (fitxa tècnica), d'acord amb el informe de data 25 de gener de 2023 elaborat pels tècnics.

Vist el que preveu la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, i la resolució del gerent de l'ICS, de 18 de març de 2010, de delegació de competències en matèria de contractes del sector públic i execució pressupostària en diversos càrrecs directius i personal en funcions de comandament de l'ICS.

Vist el que preveu l'article 109 relatiu a la revocació d'actes i rectificació d'errors, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, on estableix que :

1. Les Administracions Públiques podran revocar, mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció, els seus actes de gravamen o desfavorables, sempre que tal revocació no constitueixi dispensa o exempció no permesa per les lleis, ni sigui contrària al principi d'igualtat, a l'interès públic o a l'ordenament jurídic.
2. Les Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar a qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Resolc

Primer.- Autoritzar les rectificacions en el sentit exposat anteriorment i d'acord amb l'informe de data 25 de gener de 2023.

Segon.- Ampliar el termini de presentació d'ofertes en 10 dies.

Tercer.- Publicar la modificació en el Perfil de contractant de l'Institut Català de la Salut, que es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública (<https://contractaciopublica.gencat.cat>).

L'Hospitalet de Llobregat,

Montserrat Figuerola i Batista
Gerent
Gerència Territorial Metropolitana Sud

ANNEX I. INFORME CORRECCIÓ ERRADES

INFORME CORRECCIÓ ERRADES

EXPEDIENT NÚMERO CS/AH02/1101326192/22/PO RELATIU AL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT ELECTROMÈDIC PER L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE.

En data 15 de desembre es va signar el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) relatiu a l'expedient CS/AH02/1101326192/22/PO, amb data de publicació a la plataforma de contractació i al DOUE en data 23 de desembre de 2022.

S'han detectat certs punts en els criteris mínims que poden presentar ambigüitat al lot 8, i al lot 4 i 5 un error a un requeriments obligatoris .Es té a bé aclarir els punts de les fitxes tècniques que es veuen afectats per les raons prèviament exposades.

Per tot l'esmentat PROPOSO la modificació dels següents apartats:

Al Plec de Prescripcions Tècnics (Fitxa tècnica):

- LOT 4

A requeriment 28, on diu:

"FC mostrada digitalment, amb un error màxim d'1 bpm "

Ha de dir,

"FC (freqüència cardíaca) mostrada digitalment, amb un error màxim d'4 bpm "

- LOT 5

A requeriment 24, on diu:

"FC mostrada digitalment, amb un error màxim d'1 bpm "

Ha de dir,

"FC (freqüència cardíaca) mostrada digitalment, amb un error màxim d'4 bpm "

- Lot 8:

Al requeriment 5, on diu:

"Distància focal de 15 +/- 1mm"

Ha de dir,

"Distància focal de com a mínim 14 mm"

Al requeriment 10, on diu:

“Indicar prestacions especials i modes funcionament i sincronismes amb els altres elements:

- *Control de tots els ajustaments*
- *Balanç blancs*
- *Sortida de vídeo digital: 2 sortides DVI*
- *Sortida USB*
- *Activar gravació*
- *Altres modes o solucions que millorin prestacions o s’adeqüin a especialitats.”*

Ha de dir,

“Indicar prestacions especials i modes funcionament i sincronismes amb els altres elements

- *Control de tots els ajustaments*
- *Balanç blancs*
- *Sortida de vídeo digital: 2 sortides DVI o HDMI*
- *Sortida USB*
- *Activar gravació*
- *Altres modes o solucions que millorin prestacions o s’adeqüin a especialitats.”*

Al requeriment 12, on diu:

“Capacitat de control de la font de llum des del processador”

Ha de dir,

“Capacitat de control de la font de llum des del processador, o qualsevol element connectat al processador que suposi una millora en l’ús de l’equip”

Al requeriment 15, on diu:

“Ha d’incloure cable de xarxa (4m aprox.), cable de vídeo DVI (4m aprox.) sincronisme i teclat de silicona amb touchpad”

Ha de dir,

““Ha d’incloure cable de xarxa (4m aprox.), cable de vídeo DVI o HDMI (4m aprox.) i sincronisme i sistema de teclat de silicona amb touchpad, en cas els aparells no disposin de touchscreen de control.”

Al requeriment 17, on diu:

“Tecnologia LED amb una potència màxima equivalent no inferior a 175 W xenon”

Ha de dir,

"Tecnologia LED. Es valorarà la qualitat i potència d'il·luminació en el punt 'Facilitat d'ús i adequació a les necessitats del servei, maniobrabilitat i ergonomia' dels criteris de valoració del Sobre 2BIS"

Al requeriment 26, on diu:

"Ports d'entrada de vídeo:

- SDI*
- DVI*
- HDMI"*

Ha de dir,

"Com a mínim 2 dels següents tipus de ports d'entrada de vídeo:

- SDI*
- DVI*
- HDMI"*

Al requeriment 27, on diu:

"Carro compacte d'endoscòpia amb un mínim de 3 safates més 1 extraïble per a un teclat i dues braços articulats per a monitors de 32". "

Ha de dir,

"Carro compacte d'endoscòpia amb un mínim de 3 safates més un braç articulat per a monitors de 32", i una safata extraïble addicional en cas de necessitar teclat extern. "

Al requeriment 29, on diu:

"Connectors tipus shuko."

Ha de dir,

"Connector tipus shuko de la torre a la instal·lació de subministrament elèctric."

Francesc
Velarde Cecilia
- DNI (AUT)

Firmado digitalmente
por Francesc Velarde
Cecilia - DNI (AUT)
Fecha: 2023.01.25
08:35:52 +01'00'

Francesc Velarde Cecilia
Director d'Infraestructures i Serveis generals
Hospital Universitari de Bellvitge