

Plec de prescripcions tècniques per al subministrament de 500.000 broquets biodegradables i compostables per a etilòmetres i alcoholímetres per a les àrees regionals de trànsit de la policia de la generalitat –mossos d'esquadra – i per etilòmetres i alcoholímetres cedits pel servei català de trànsit a les policies locals.

1.Objecte

Subministrament de 500.000 broquets biodegradables i compostables per a alcoholímetres i etilòmetres, marca Dräger, models 6810, 6510, 7410 i 7110 i també per als alcoholímetres marca Envitec, model Alcoquant 6020 Plus, de què disposa la Direcció General de la Policia (DGP) a les Àrees Regionals de Trànsit (ART) de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra- i el Servei Català de Trànsit (SCT) per a etilòmetres i alcoholímetres cedits a les policies locals de Catalunya per a l'any 2020. Dels 500.000 broquets, 350.000 unitats es destinarien als equips de la DGP i 150.000 unitats es destinarien als equips que l'SCT cedeix a les policies locals de Catalunya.

2. Requeriments tècnics

Les especificacions generals dels broquets biodegradables i compostables són les següents:

- El broquets, íntegrament, hauran de ser biodegradables i compostables d'acord amb la norma UNE EN 13432
- Els broquets amb vàlvula per a la realització de les proves d'alcoholèmia en els equips de la marca Dräger, models Alcotest 6810, 6510, 7410 i 7110, i també per als alcoholímetres de la marca Envitec, model Alcoquant 6020 Plus, s'han de compondre d'un conjunt de tres peces: un got, una peça de connexió i una vàlvula de retenció.
- La vàlvula s'ha de tancar en la direcció d'aspiració per evitar el retorn d'aire o qualsevol partícula envers el bufador.
- La peça de connexió ha de tenir la part inferior en forma de cilindre, per tal que s'acobli perfectament en el dispositiu d'entrada dels equips Alcotest 7110, 7410, 6810 i 6510 i també per als alcoholímetres model Alcoquant 6020 Plus.
- Ha de portar una brida exterior de limitació que limiti la introducció a la boca i asseguri que la superfície exterior quedi neta de saliva.
- El got ha de tenir en la càmera una prolongació del cilindre de connexió, per tal d'evitar que la saliva o partícules entrin en els equips de medicació.
- L'obertura de la vàlvula, al bufar, ha de permetre que l'aire surti per obertures laterals del fons del got perquè l'alè circuli per la càmera abans de dirigir-se al cilindre de connexió.



Doc. original signat per:
Anna Pintó Piera 05/03/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03WTQURI7XZ7NIXBOBS2JWQQ5KOGBV3E

Data creació còpia:
06/03/2020 10:25:16
Data caducitat còpia:
06/03/2023 00:00:00
Pàgina 1 de 3



- Cada unitat de broquet estarà degudament esterilitzada i haurà de presentar-se en una bossa individual i tancada, també biodegradable i compostable, d'acord amb la norma UNE EN 13432. La bossa individual de cada broquet cal que tingui un sistema mitjançant el qual es faciliti la detecció visual del trencament del precinte i alhora permeti l'obertura ràpida d'aquest.
- Tots els elements que formen part del broquet seran biodegradables i compostables, d'acord amb norma UNE EN 13432

3. Documentació

Les empreses licitadores hauran d'acreditar de forma fefaent tot el que es descriu en l'apartat 2. "Requeriments tècnics".

4. Mostres

Per verificar que els broquets són compatibles amb els alcoholímetres i etilòmetres, marca Dräger, models Alcotests 6810, 6510, 7410 i 7110, i també per als alcoholímetres de la marca Envitec, model Alcoquant 6020 Plus, el licitador haurà de lliurar 30 unitats dels broquets que oferta. Aquests, es lliuraran al Cos de Mossos d'Esquadra perquè facin les proves que considerin pertinents per verificar que els broquets s'adapten i funcionen a la perfecció amb els alcoholímetres i etilòmetres indicats. En cas que els broquets no s'adaptin o no funcionin de forma adequada amb els alcoholímetres i etilòmetres descrits, es demanarà als Mossos d'Esquadra que emetin informe en aquest sentit i l'empresa quedarà exclosa. En qualsevol cas, els Mossos d'Esquadra emetran un informe sobre els broquets testats.

5. Quantitats i lloc de lliurament

Tots els broquets es lliuraran sempre en bosses de màxim 30 unitats i a les adreces que indiqui el Servei Català de Trànsit.

Dels 500.000 broquets, 350.000 unitats es destinarien als equips de la DGP i 150.000 unitats es destinarien als equips que l'SCT cedeix a les policies locals de Catalunya.

6. Termini del contracte i termini de lliurament

El termini d'execució pel subministrament objecte d'aquest contracte serà des de la signatura del contracte fins el 30 d'octubre de 2020.

Dels 350.000 broquets destinats al Cos de Mossos d'Esquadra, l'empresa adjudicatària haurà de lliurar 75.000 unitats, com a màxim, durant els 30 dies posteriors a la signatura del contracte a les adreces que indiqui el Servei Català de Trànsit. L'empresa adjudicatària haurà de lliurar els 275.000 broquets restants abans del 30 d'octubre de 2020. Prèviament,



Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior



Doc.original signat per:
Anna Pintó Piera 05/03/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03WTQURI7XZ7NIXBOBS2JWQQ5KOGBV3E

Data creació còpia:
06/03/2020 10:25:16
Data caducitat còpia:
06/03/2023 00:00:00
Pàgina 2 de 3



servei català de

Trànsit

l'adjudicatari es posarà en contacte amb el Servei Català de Trànsit perquè aquest l'indiqui el o els llocs de lliurament dels esmentats broquets.

Dels 150.000 broquets destinats als Serveis Territorials del Servei Català de Trànsit, l'empresa adjudicatària haurà de lliurar 50.000 unitats, com a màxim, durant els 30 dies posteriors a la signatura del contracte a les adreces que indiqui el Servei Català de Trànsit. Els 100.000 broquets restants l'adjudicatari els lliurarà abans del 30 d'octubre de 2020. Prèviament, l'adjudicatari es posarà en contacte amb el Servei Català de Trànsit perquè aquest l'indiqui el o els llocs de lliurament dels esmentats broquets.

La vigència del contracte serà des de la signatura del contracte fins el 31 de desembre de 2020.

7. Import màxim de licitació:

El pressupost total màxim del contracte és de 75.000,00€ (SETANTA-CINC MIL EUROS), abans de l'IVA, i el valor estimat del contracte es de 375.000€ (TRES CENTS SETANTA-CINC MIL EUROS), abans de l'IVA, ja que el contracte es podrà prorrogar per períodes d'un any, fins un màxim de 4 anys.

8. Forma de pagament

Després de cada lliurament efectuat, l'adjudicatari presentarà la factura corresponent a aquest lliurament, indicant sempre que corresponen als broquets lliurats. Aquesta factura la conformarà la responsable de Gestió i Planificació Seguretat Viària de l'SCT, que serà també la responsable d'aquest contracte.

9. Modificació

No es preveuen modificacions durant el període d'execució d'aquest contracte.

10. Responsable del Contracte

El responsable del contracte, encarregat, entre d'altres treballs, de supervisar el compliment de totes les obligacions i condicions contractuals, canalitzar les comunicacions, instruccions i comprovacions en l'execució del contracte, serà el/la responsable de Gestió i Planificació de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit.

Responsable de Gestió i Planificació Seguretat Viària
Anna Pintó i Piera



Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior



Doc. original signat per:
Anna Pintó Piera 05/03/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03WTQURI7XZ7NIXBOBS2JWQQ5KOGVB3E

Data creació còpia:
06/03/2020 10:25:16
Data caducitat còpia:
06/03/2023 00:00:00
Pàgina 3 de 3