

INFORME DE VALORACIÓ DE L'OFERTA PRESENTADA PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE PLANIFICACIÓ DE TRACTAMENTS ONCENTRA (Ref. Exp. NSP-2020-06)

1. ANTECEDENTS

En data 29 d'abril de 2020, l'Institut Català d'Oncologia va incoar procediment negociat per raons d'exclusivitat tècnica de l'expedient de referència, per tal de donar cobertura al servei de manteniment dels sistemes de planificació de tractaments Oncentra.

En data 8 de maig de 2020 es va cursar invitació a l'empresa ELEKTA MEDICAL SAU (en endavant, ELEKTA) per presentar oferta, procedint a la seva presentació en el termini conferit a l'efecte.

2. REQUERIMENTS TÈCNICS.

Un cop analitzada l'oferta presentada per l'empresa ELEKTA pel servei de manteniment dels sistemes de planificació de tractaments Oncentra de l'Institut Català d'Oncologia, constatem que:

Els serveis i cobertures cobreixen els **requeriments tècnics d'obligat compliment** demanats per l'ICO al PPT, durant el període de 1 d'agost de 2020 a 31 de juliol de 2022:

- S'inclouen els següents equips:
 - Sistema de planificació Oncentra MasterPlan per a braquiteràpia.
 - Sistema de planificació Oncentra Prostate per LDR i HDR en temps real.
 - Sistema estabilitzador per a tractaments de pròstata.
 - Sistemes d'impressió connectats als planificadors o sistemes de braquiteràpia.
 - Monitors connectats als planificadors o sistemes de braquiteràpia.
- Es presten els següents serveis:
 - Manteniment preventiu del següent equipament 1 cop a l'any:
 - Sistema de planificació Oncentra MasterPlan per a braquiteràpia.
 - Sistema de planificació Oncentra Prostate per LDR i HDR en temps real.
 - Sistema estabilitzador per a tractaments de pròstata.
 - Manteniment correctiu, tècnic-legal de tot l'equipament:
 - Sistema de planificació Oncentra MasterPlan per a braquiteràpia.
 - Sistema de planificació Oncentra Prostate per LDR i HDR en temps real.
 - Sistema estabilitzador per a tractaments de pròstata.
 - Sistemes d'impressió connectats als planificadors o sistemes de braquiteràpia.
 - Monitors connectats als planificadors o sistemes de braquiteràpia.
 - Manteniment evolutiu de les següents aplicacions dins del Sistema de planificació Oncentra MasterPlan per braquiteràpia:

- Optimització híbrida de planificació inversa, Oncentra HIPO. (Evolució de l'optimització inversa actual).
 - Algoritme de càlcul "Advanced Collapsed Cone Engine", ACE. (Evolució del càlcul sense heterogenitats actual).
 - Modelat d'aplicadors. (Evolució de la reconstrucció d'aplicadors manual).
 - Llicència de registre d'imatge. (Evolució d'una llicència de definició d'objectiu a una llicència de registre d'imatge).
- Es detallen les actuacions de manteniment preventiu que es realitzaran.
 - S'estipula que el calendari de revisions s'establirà al començament del període de vigència del contracte de mutu acord, amb el Servei de Física Mèdica i Protecció Radiològica i el Servei d'Oncologia Radioteràpica i que, després de cada intervenció preventiva, es lliurarà una còpia del full de treball, especificant si es necessària la verificació d'algun paràmetre per part del Servei de Física Mèdica i Protecció Radiològica.
 - S'inclouen totes les peces de recanvi necessàries per esmenar el problema, la mà d'obra, l'enviament de les peces i tots els costos i despeses que puguin derivar-se del manteniment correctiu.
 - El temps màxim de resposta per peces de recanvi és de 48 h contades en temps laborable per part de l'empresa encarregada del manteniment des de que es detecti la peça defectuosa.
 - L'horari d'atenció per respondre a un avís d'avaría, és de 8.30 a 17.30 de dilluns a divendres, excepte el dies festius.
 - S'accepta la política de penalitzacions incloses al plec tècnic en cas de demora en el temps de substitució de peces defectuoses.

3. VALORACIÓ DE L'OFERTA PRESENTADA.

L'Import de l'oferta presentada per ELEKTA és de 114.000,00 € (IVA exclòs) i d'acord amb els criteris de valoració la valoració serà de 100 punts.

QUADRE RESUM PUNTUACIONS:

Criteris avaluable automàticament	100 punts
TOTAL	100 punts

Es preveu com ASPECTES OBJECTE DE NEGOCIACIÓ el preu ofert pel licitador i el termini d'entrega. El licitador indica que no està en disposició de millorar el preu ofert ni

el termini de lliurament. En aquest sentit s'ha intentat la negociació amb el proveïdor, segons es detalla en acta annexa al present informe de valoració.

QUADRE RESUM PUNTUACIONS:

Valoració econòmica	100 punts
TOTAL	100 punts

4.CONCLUSIÓ

Un cop analitzada i valorada la documentació presentada per l'empresa ELEKTA en relació al **SERVEI DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE PLANIFICACIÓ DE TRACTAMENTS ONCENTRA (Ref. Exp. NSP-2020-06)**, es proposa l'adjudicació del mateix per un import màxim de 137.940,00 € (IVA inclòs al 21%) i d'acord amb els criteris de valoració, la valoració serà de **100 punts**.

Ismael Sancho Kolster
Servei de Física Mèdica i Protecció Radiològica
Institut Català d'Oncologia-L'Hospitalet