

INFORME TÉCNIC PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

Expedient número

20SM0109P - SOLUCIÓ ALCOHOLICA PEL RENTAT DE MANS

Informe que s'emet en relació a les ofertes presentades per les empreses licitadores a l'expedient referenciat.

Vistes les documentacions trameses per la Mesa de Contractació, un cop examinades d'acord amb els criteris d'adjudicació que s'estableixen a la documentació rectora de l'esmentat expedient, aquests Serveis arriben a les següents conclusions.

Lot	Descripció	Empreses presentades					
		Laboratorios Hartmann, S.A.	B.Braun Medical, S.A.	Barna Import Medica, S.A.	Textil Planas Oliveras, S.A.	Lidera Higiene, S.L.	Diversey España, S.L.
AS05	ANTISÉPTICO PARA MANOS	V	V	V	V	V	V



Sra. Mireia Subirana Casacuberta
Direcció d'Infermeria

Sabadell, 18 de setembre de 2020

Expedient número	20SM0109P - SOLUCIÓ ALCOHÒLICA PEL RENTAT DE MANS
Lot	AS05 - ANTISÈPTICO PARA MANOS

Criteris de valoració	Empreses Presentades						Motius, si la puntuació no és la màxima.	
	Lab. Hartmann, S.A.	B. Braun Medical, S.A.	Barna Import Medica, S.A.	Textil Planas Oliveras, S.A.	Lidera Higiene, S.L.	Diversey España, S.L.		
	Puntuació							
Composició del material i el seu comportament (fins a 11 punts)	Informació de la composició tipus i proporció d'etanol i isopropanol, bibliografia sobre l'efectivitat i germens i patògens sobre els que tenen dades d'efectivitat (fins a 3 punts)	2,00	3,00	-	-	-	-	Laboratorios Hartmann S.A. - no presenta cites bibliogràfiques sobre l'efectivitat
	Característiques organolèptiques, olor que no perjudiqui ni molesti a professionals ni usuaris (fins a 4 punts)	3,50	4,00	-	-	-	-	Laboratorios Hartmann S.A. - Alguns professionals han referit olor forta.
	Tolerància a dermatitis i/o alteracions dèrmiques durant la prova (fins a 2 punts)	2,00	1,75	-	-	-	-	B. Braun Medical, S.A. - molesta a les ferides
	Suport en el cas de dermatitis i/o alteracions dèrmiques en l'ús continuat (fins a 2 punts)	0,00	0,00	-	-	-	-	No aplica, no hi ha hagut casos de dermatitis.
Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte (fins a 4 punts)	Disseny de l'envàs de 500ml, es valorarà que mantingui una bona estabilitat en el carro de cures (fins a 2 punts)	2,00	2,00	-	-	-	-	
	Tipus d'obertura, envàs de 500 ml, ha de permetre la dosificació, minimitzant el risc d'esquixades i contaminació de l'envàs (fins a 2 punts)	1,75	2,00	-	-	-	-	Laboratorios Hartmann S.A. - Quan l'envàs està en el dosificador i ple es produeixen esquixades.
	Envàs de 500 ml de fàcil adaptació a la mà, facilitat d'agafar (fins a 2 punts)	2,00	2,00	-	-	-	-	
	De fàcil i ràpida lectura (fins a 2 punts)	2,00	1,50	-	-	-	-	B. Braun Medical, S.A. - La informació de l'envàs de 500ml està repartida entre l'etiqueta frontal i posterior. En tots dos envàsos, de 500ml i 1000ml la lletra és una mica petita i de difícil lectura.
	Etiquetat (fins a 5 punts)	2,00	0,00	-	-	-	-	B. Braun Medical, S.A. - no indica
s i adaptació del producte per part dels professionals (fins a 8 punts)	L'etiqueta indica que compleix la norma EN12791 o equivalent i l'etiqueta incorpora els pictogrames segons la seva composició (1 punt)	1,00	1,00	-	-	-	-	
	Etiqueta o espai que permeti escriure data d'obertura de l'envàs, aquesta etiqueta o espai ha d'anar protegida perquè la data no desaparegui durant l'ús (3 punts)	0,00	0,00	-	-	-	-	Laboratorios Hartmann S.A. i B. Braun Medical, S.A. - no hi ha etiqueta per indicar la data, si que hi ha espai però no està protegit i s'esborra.
	De fàcil dosificació, que no s'encalli ni obturi el dosificador (fins a 3 punts)	3,00	3,00	-	-	-	-	
Característiques de seguretat i salut (fins a 7 punts)	Ergonomia del dosificador àrea quirúrgica - es valorarà que permeti evitar males postures i esquixades (fins a 5 punts)	5,00	5,00	-	-	-	-	
	Es valorarà la perillositat del producte per a la salut i seguretat de professionals i usuaris (fins a 7 punts)	5,00	5,00	-	-	-	-	Laboratorios Hartmann S.A. i B. Braun Medical, S.A. - tots dos productes poden provocar lesions oculars.

Expedient número	20SM0109P - SOLUCIÓ ALCOHOLICA PEL RENTAT DE MANS
Lot	AS05 - ANTISÉPTICO PARA MANOS

Criteris de valoració	Empreses Presentades						Motius, si la puntuació no és la màxima.
	Lab. Hartmann, S.A.	B.Braun Medical, S.A.	Barna Import Medica, S.A.	Textil Planas Oliveras, S.A.	Lidera Higiene, S.L.	Diversey España, S.L.	
Adequació del producte als procediments mèdics o assistencials (fins a 5 punts)							Laboratoris Hartmann S.A.- consistència molt líquida, sensació agradable però una mica enganxifosa en el primer moment tot i que no dificulta la col·locació de guants. B. Braun Medical, S.A.- Stevapora molt ràpid, en alguns casos en el Bloc Quirúrgic no s'arriba a poder mantenir les mans humides el temps que indica l'envàs necessitant dosificacions extres, fet que fa augmentar-ne el consum.
Formació (fins a 5 punts)	4,75	4,00	-	-	-	-	Laboratoris Hartmann S.A.- Compleix els requeriments d'obligat compliment amb una formació online amplia i detallada. Com a millora aporta l'assistència anual per dues persones a unes jornades sobre higiene de mans, plataforma per observació i explotació de dades i formació d'observadors. B. Braun Medical, S.A.- Compleix els requeriments d'obligat compliment tot i que no detalla com serà la formació online. Aporta la col·laboració en la campanya del dia mundial de la higiene de mans.
Valoració Global (màxim 50 punts)							
	41,00	38,25	-	-	-	-	

***Lidera Higiene, S.L.:** La FDS no està adaptada al reglament (CE) n°1272/2008, també nomenat CLP (acrònim de Classification, Labelling and Packaging). Tal i com es sol·licita en el PT, per ser valorat cal que la FDS sigui posterior al 31/05/2015 i d'acord amb el reglament europeu actualitzat de classificació, etiquetat i envasat.
Per aquest motiu es desestima.

***Diversey España, S.L. i Barna Import Médica, S.A.:** No han presentat les mostres requerides dins del plaç establert. Com s'indica en el quadre de característiques tècniques, el proveïdor disposa de 5 dies hàbils per presentar les mostres sol·licitades, en cas de no presentar les mostres dins el període establert el licitador quedarà excòs del procediment. Per aquest motiu es desestimen.

***Textil Planas Oliveras, S.A.:** No disposa de dispensador per poder fer la prova al Bloc Quirúrgic. Per aquest motiu es desestima.