

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE UN
VIDEOPROCESSADOR PER A LA TORRE D'ENDOSCOPIES DIGESTIVES
OLYMPUS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DOCTOR JOSEP
TRUETA**

Plec de
Prescripcions
Tècniques

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT D'UN VIDEOPROCESSADOR
PER A LA TORRE D'ENDOSCOPIES DIGESTIVES OLYMPUS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE
GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE UN
VIDEOPROCESSADOR PER A LA TORRE D'ENDOSCOPIES DIGESTIVES
OLYMPUS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DOCTOR JOSEP
TRUETA**

Plec de
Prescripcions
Tècniques

1. Objecte de la contractació

L'objecte del contracte és el subministrament d'un videoprocessador per a la torre d'endoscòpia digestiva del servei de endoscòpies de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.

2. Àmbit d'actuació

L'àmbit d'actuació serà el servei d'endoscòpies de l'Hospital de Girona Doctor Josep Trueta.

3. Justificació d'exclusivitat

Es requereix adquirir un videoprocessador capaç de treballar conjuntament amb el sistema d'endoscòpis i font de llum de la sala de endoscòpies digestives. Aquest equip recull la imatge dels endoscòpis Olympus de la gama 190 en endavant, la processa i l'envia al software de Olympus ENDOBASE. Sense aquest element la torre d'endoscòpies no pot funcionar.

Com reflexa el document annex: *Hospital Dr. Josep Trueta - Carta de Exclusivitat CV-1500 - 23.10.20*. Olympus, com a fabricant oficial, es l'únic capaç de servir la tecnologia compatible amb la resta d'elements d'aquesta torre d'endoscòpies.

4. Requeriments contractuals obligatoris

4.1. Prevenció de riscos

L'empresa contractada haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals i de tractament de residus sanitaris. Així mateix, quan ho requereixin els serveis de prevenció dels centres, s'aportarà la documentació necessària (Fitxes de Seguretat de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent, certificats de destrucció...etc.).

Compromís de l'adjudicatari gestionar el fi de la vida útil de l'equipament mèdic, sense cost per part de l'Hospital, seguint l'actual llei de gestió de residus i les indicacions de l'ARC (*Agència de Residus de Catalunya*)

4.2. Marcat CE i etiquetat

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat. Obligatorietat de marcat CE i qualsevol altra normativa aplicable.

4.3. Requeriments de subministrament

Entrega de 1 mes de material fungible necessari donat el volum de treball de l'Hospital i les característiques de l'equipament. En cas de no existir registre dins l'ICS, es deure de l'empresa adjudicatària registrar-ho. En cas de no requerir ús de material fungible, aquest punt no te validesa.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE UN VIDEOPROCESSADOR PER A LA TORRE D'ENDOSCOPIES DIGESTIVES OLYMPUS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA	Plec de Prescripcions Tècniques
---	--

L'empresa adjudicatària haurà d'assegurar la disponibilitat i servei de peces i components fins a 10 anys després de la compra de l'equipament. Aquests materials hauran de lliurar-se a l'Hospital i serà aquest últim qui decideixi quin servei tècnic durà a terme l'acció de manteniment.

En el moment del subministrament o de manera anticipada després de l'adjudicació, l'empresa que en resulti adjudicatària haurà de presentar desglossat tot el equipament inventariable amb dades d'identificació i preu.

Pel que fa al lloc de lliurament del material serà al magatzem de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi el centre. La recepció del material s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

El lliurament del material vindrà acompanyat de l'albarà corresponent i tota la documentació tècnica permetent que permeti relacionar cada material amb l'abast d'aquest plec abans de desembalar cap paquet.

El termini de lliurament del material és requereix abans del 31 de desembre de 2020.

4.4. Instal·lació i integració a l'Hospital

A continuació es detallen els requeriments mínims indispensables i instal·lacions que es realitzaran sense cost per a l'Hospital i a càrrec de l'empresa adjudicatària:

1. Desembalatge, muntatge i registre de l'equip a magatzem de l'Hospital
2. Instal·lació, configuració, connexió i posada en marxa incloses que haurà de ser realitzada per personal tècnic qualificat. Inclòs tot el hardware, software, servidors, llicències i medis humans necessari per a la completa integració dels equips al sistema informàtic del Hospital.

4.5. Formació

L'empresa adjudicatària es farà càrrec de la formació continuada del personal tècnic i usuaris de l'equipament i emetrà un certificat acreditant la formació impartida, el nombre d'hores i el col·lectiu destinatari.

Aquesta formació haurà de registrar-se en format paper o digital segons s'indiqui en el moment de la formació.

La formació serà continuada durant tot el període de vida de l'equipament, a requeriment de l'Hospital, i com a mínim cada dos anys.

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE UN
VIDEOPROCESSADOR PER A LA TORRE D'ENDOSCOPIES DIGESTIVES
OLYMPUS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DOCTOR JOSEP
TRUETA**

Plec de
Prescripcions
Tècniques

4.6. Requeriments respecte condicions de garantia

El termini de garantia mínim de l'equipament s'estableix en 24 mesos i comptarà a partir de la data de posada en funcionament, prèvia acceptació per part de l'Hospital.

Durant el període de garantia anirà a càrrec de l'adjudicatari de l'equip (material, mà d'obra i desplaçaments) què inclouen els següents punts:

1. La substitució de l'equip quan aquest presenti vicis o defectes (materials i/o de funcionament).
2. La reparació, o a petició de l'Hospital, la substitució de les parts defectuoses serà a càrrec de l'adjudicatari.
3. Disponibilitat d'equip en préstec en cas d'avaría. Temps de màxim entre comunicació d'incidència i resolució d'incidència o servei de préstec. Màxim 72 hores.
4. Manteniment preventiu de l'equip: l'adjudicatari haurà de garantir el manteniment preventiu que requereixi l'equip pel seu correcte funcionament.
5. Dins de l'oferta tècnica cal incloure el número d'intervencions de manteniment preventiu.
6. Així mateix, cal detallar en l'oferta tècnica el Servei tècnic ofert:
 - Horari d'atenció del servei tècnic en dies laborables/festius així com temps de resposta mínim garantit. Màxim 24 hores presència física.
 - Relació de la ubicació dels serveis tècnics destinat a l'equip adjudicat: adreça, telèfon, nombre de tècnics, etc.

4.7. Requeriments en finalitzar el període de garantia

Mantenir del apartat 4.6 els punts 3 i 6 en matèria de préstec i atenció servei tècnic.

S'inclourà una proposta de contracte de manteniment integral sense exclusions de tots els elements que componen el sistema. Aquesta proposta es farà per elements de forma individualitzada o conjuntament.

S'aportarà una relació detallada i valorada dels elements amb substitució periòdica així com la seva vida estimada i preu.



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE UN
VIDEOPROCESSADOR PER A LA TORRE D'ENDOSCOPIES DIGESTIVES
OLYMPUS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DOCTOR JOSEP
TRUETA**

Plec de
Prescripcions
Tècniques

4.8. Documentació tècnica complementària

Amb el subministrament de l'equip, el proveïdor ha d'incloure la següent documentació redactada en català, i /o castellà, en format digital:

- 2 manuals complets d'instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi preparació, posada en marxa, precaucions i mesures en cas d'avaries.
- 1 manual d'instal·lació, amb totes les instruccions de regulació, incloses les instruccions de muntatge d'accessoris i la seva aplicació.
- 1 manual d'instrucció de manteniment que ha de contenir els següents punts:
- Instruccions de manteniment preventiu, amb esment particular de les instruccions per a la neteja preventiva (compromís revisió anual).
- Plànols i esquemes, amb dimensions.
- Relació de components i recanvis que calgui canviar amb més freqüència.
- Descripció tècnica, que expliqui el muntatge dels accessoris i recanvis.
- Instruccions de manteniment correctiu, que ha d'incloure una relació d'avaries més usuals i llur solució.

5. Import de licitació

El preu màxim de licitació és de **18.970,00 euros** sense IVA, **22.953,70 euros** IVA inclòs.

6. Garantia definitiva

L'adjudicatari haurà de constituir una garantia corresponent al 5 per cent de l'import adjudicat, IVA exclòs, segons allò previst a l'article 107.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Girona, octubre de 2020
Xavier Aldeguer Mante
Cap de servei de Digestiu

