

## **INFORME AVALUACIÓ TÈCNICA**

### **E-806/20 de prestatgeries de reixeta per al pla de contingència COVID per als centres del SISCAT**

#### **Lot 1 Centres diversos 1**

#### **3190100800 Prestatgeria de reixeta**

Es demana oferta a les empreses:

Nedella Medical S.L

DPS Healcare Solutions S.L.

Palex Medical S.A.

Incotron Eymasa S.L.U

S'han presentat les següents empreses:

Nedella Medical S.L amb el model Metro Super Erecta 4 lleixes

DPS Healcare Solutions S.L. amb el model BF20206/200 de Practicima

Palex Medical S.A. amb el model Metro Olimpik Wire Shelving

Incotron Eymasa S.L.U amb el model Ractem

La oferta presentada per l'empresa Incotron Eymasa S.L.U. incompleix els punt 5 dels requeriments tècnics ja que les dimensions de les prestatgeries demanades només suporten 250Kg i es demanada que suportin un pes de 300Kg com a mínim.

Es procedeix a avaluar la resta d'ofertes

Puntuació tècnica:

| <b>Lot 1 Centres diversos 1</b> | <b>Nedella Medical S.L</b> | <b>DPS Healcare Solutions S.L.</b> | <b>Palex Medical S.A.</b> |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Característiques constructives  | 9                          | 8,5                                | 9,5                       |
| <b>Total</b>                    | <b>9</b>                   | <b>8,5</b>                         | <b>9,5</b>                |

Per a la determinació de la puntuació tècnica final s'aplica la següent fórmula:

$$Pop = P \times VTop / VTmv$$

On:

*Pop* = puntuació de l'oferta a puntuar

*P* = puntuació del criteri

*VTop* = valoració tècnica de l'oferta que es puntua

*VTmv* = valoració tècnica de l'oferta millor valorada

## Detall de les puntuacions tècniques

|                                                                                                |                  | Nedella Medical S.L                                         |                   | DPS Healcare Solutions S.L.                         |                   | Palex Medical S.A.                                                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Prestacions tècniques i funcionals                                                             | Puntuació màxima | Característiques específiques                               | Puntuació tècnica | Característiques específiques                       | Puntuació tècnica | Característiques específiques                                        | Puntuació tècnica |
| <b>1.1. Característiques constructives</b>                                                     | <b>14</b>        |                                                             | <b>9</b>          |                                                     | <b>8,5</b>        |                                                                      | <b>9,5</b>        |
| <b>Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits</b> |                  |                                                             |                   |                                                     |                   |                                                                      |                   |
| Mides el més aproximades possibles al que es demana                                            | 3                | Mides totals: 910 x 450 x 1.900 mm                          | 2                 | Mides totals: 910x457x2000 mm                       | 3                 | Mides totals: 914x456x1880 mm                                        | 1,5               |
| Diàmetre dels muntants superior al demanat                                                     | 3                | El diàmetre dels muntants no és superior al demanat         | 0                 | El diàmetre dels muntants no és superior al demanat | 0                 | El diàmetre dels muntants no és superior al demanat                  | 0                 |
| Pes suportat per el prestatge superior al demanat                                              | 4                | Cada prestatge pot suportar 363 Kg                          | 4                 | Cada prestatge pot suportat 315 Kg                  | 3,5               | Cada prestatge pot suportat 363 Kg                                   | 4                 |
| Qualitat del acer                                                                              | 4                | Acer cromat amb protecció a la llum, a la humitat i ignífug | 3                 | Acer cromat d'alta densitat                         | 2                 | Acer al carbó C1008 segons norma ATM A510 inclosa en la documentació | 4                 |

#### Puntuació criteris automàtics

|                                        | Preu unitari<br>ofert sense IVA<br>(50 punts<br>màxim) | Puntuació<br>Preu | Anys de<br>garantia (5<br>punts màxim) | Puntuació<br>garantia | Termini de<br>lliurament<br>(20 punts<br>màxim) dies | Puntuació<br>termini de<br>lliurament | Puntuació<br>automàtica |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Nedella Medical<br/>S.L</b>         | 262,00 €                                               | 29,05             | 5                                      | 3                     | 7                                                    | 20,00                                 | 52,05                   |
| <b>DPS Healthcare<br/>Solutions SL</b> | 182,00 €                                               | 41,81             | 5                                      | 3                     | 42                                                   | 3,33                                  | 48,15                   |
| <b>Palex Medical<br/>S.A.</b>          | 152,20 €                                               | 50,00             | 7                                      | 5                     | 60                                                   | 2,33                                  | 57,33                   |

#### Puntuació Total

|                                        | Puntuació<br>automàtica | Puntuació<br>judici de<br>valor | Puntuació<br>total |
|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
| <b>Nedella Medical<br/>S.L</b>         | 52,05                   | 9,00                            | <b>61,05</b>       |
| <b>DPS Healthcare<br/>Solutions SL</b> | 48,15                   | 8,50                            | <b>56,65</b>       |
| <b>Palex Medical<br/>S.A.</b>          | 57,33                   | 9,50                            | <b>66,83</b>       |

## **Lot 2 Centres diversos 2**

### **3190100800 Prestatgeria de reixeita**

Es demana oferta a les empreses:

Nedella Medical S.L

DPS Healcare Solutions S.L.

Palex Medical S.A.

Incotron Eymasa S.L.U

S'han presentat les següents empreses:

Nedella Medical S.L amb el model Metro Super Erecta 4 lleixes

DPS Healcare Solutions S.L. amb el model BF20206/200 de Practicima

Palex Medical S.A. amb el model Metro Olímpic Wire Shelving

Incotron Eymasa S.L.U amb el model Ractem

La oferta presentada per l'empresa Incotron Eymasa S.L.U. incompleix els punt 5 dels requeriments tècnics, ja que les dimensions de les prestatgeries demanades només suporten 250Kg i es demanada que suportin un pes de 300Kg com a mínim.

Es procedeix a avaluar la resta d'ofertes

Puntuació tècnica:

| <b>Lot 2 Centres diversos 2</b> | <b>Nedella Medical S.L</b> | <b>DPS Healcare Solutions S.L.</b> | <b>Palex Medical S.A.</b> |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Característiques constructives  | 9                          | 8,5                                | 9,5                       |
| <b>Total</b>                    | <b>9</b>                   | <b>8,5</b>                         | <b>9,5</b>                |

Per a la determinació de la puntuació tècnica final s'aplica la següent formula:

$$Pop = P \times VTop / VTmv$$

On:

$Pop$  = puntuació de l'oferta a puntuar

$P$  = puntuació del criteri

$VTop$  = valoració tècnica de l'oferta que es puntua

$VTmv$  = valoració tècnica de l'oferta millor valorada

## Detall de les puntuacions tècniques

|                                                                                                |                  | Nedella Medical S.L                                         |                   | DPS Healcare Solutions S.L.                         |                   | Palex Medical S.A.                                                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Prestacions tècniques i funcionals                                                             | Puntuació màxima | Característiques específiques                               | Puntuació tècnica | Característiques específiques                       | Puntuació tècnica | Característiques específiques                                        | Puntuació tècnica |
| <b>1.1. Característiques constructives</b>                                                     | <b>14</b>        |                                                             | <b>9</b>          |                                                     | <b>8,5</b>        |                                                                      | <b>9,5</b>        |
| <b>Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits</b> |                  |                                                             |                   |                                                     |                   |                                                                      |                   |
| Mides el més aproximades possibles al que es demana                                            | 3                | Mides totals: 910 x 450 x 1.900 mm                          | 2                 | Mides totals: 910x457x2000 mm                       | 3                 | Mides totals: 914x456x1880 mm                                        | 1,5               |
| Diàmetre dels muntants superior al demanat                                                     | 3                | El diàmetre dels muntants no és superior al demanat         | 0                 | El diàmetre dels muntants no és superior al demanat | 0                 | El diàmetre dels muntants no és superior al demanat                  | 0                 |
| Pes suportat per el prestatge superior al demanat                                              | 4                | Cada prestatge pot suportar 363 Kg                          | 4                 | Cada prestatge pot suportat 315 Kg                  | 3,5               | Cada prestatge pot suportat 363 Kg                                   | 4                 |
| Qualitat del acer                                                                              | 4                | Acer cromat amb protecció a la llum, a la humitat i ignífug | 3                 | Acer cromat d'alta densitat                         | 2                 | Acer al carbó C1008 segons norma ATM A510 inclosa en la documentació | 4                 |

#### Puntuació criteris automàtics

|                                        | Preu unitari<br>ofert sense IVA<br>(50 punts<br>màxim) | Puntuació<br>Preu | Anys de<br>garantia (5<br>punts màxim) | Puntuació<br>garantia | Termini de<br>lliurament<br>(20 punts<br>màxim) dies | Puntuació<br>termini de<br>lliurament | Puntuació<br>automàtica |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Nedella Medical<br/>S.L</b>         | 262,00 €                                               | 29,05             | 5                                      | 3                     | 55                                                   | 12,73                                 | 44,77                   |
| <b>DPS Healthcare<br/>Solutions SL</b> | 182,00 €                                               | 41,81             | 5                                      | 3                     | 35                                                   | 20,00                                 | 64,81                   |
| <b>Palex Medical<br/>S.A.</b>          | 152,20 €                                               | 50,00             | 7                                      | 5                     | 60                                                   | 11,67                                 | 66,67                   |

#### Puntuació Total

|                                        | Puntuació<br>automàtica | Puntuació<br>judici de<br>valor | Puntuació<br>total |
|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
| <b>Nedella Medical<br/>S.L</b>         | 44,77                   | 9,00                            | <b>53,77</b>       |
| <b>DPS Healthcare<br/>Solutions SL</b> | 64,81                   | 8,50                            | <b>73,31</b>       |
| <b>Palex Medical<br/>S.A.</b>          | 66,67                   | 9,50                            | <b>76,17</b>       |

### **Lot 3 Centres diversos 3**

#### **3190100800 Prestatgeria de reixeita**

Es demana oferta a les empreses:

Nedella Medical S.L

DPS Healcare Solutions S.L.

Palex Medical S.A.

Incotron Eymasa S.L.U

S'han presentat les següents empreses:

Nedella Medical S.L amb el model Metro Super Erecta 4 lleixes

DPS Healcare Solutions S.L. amb el model BF20206/200 de Practicima

Palex Medical S.A. amb el model Metro Olímpic Wire Shelving

Incotron Eymasa S.L.U amb el model Ractem

La oferta presentada per l'empresa Incotron Eymasa S.L.U. incompleix els punt 5 dels requeriments tècnics, ja que les dimensions de les prestatgeries demanades només suporten 250Kg i es demanada que suportin un pes de 300Kg com a mínim.

Es procedeix a avaluar la resta d'ofertes

Puntuació tècnica:

| <b>Lot 3 Centres diversos 3</b> | <b>Nedella Medical S.L</b> | <b>DPS Healcare Solutions S.L.</b> | <b>Palex Medical S.A.</b> |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Característiques constructives  | 9                          | 8,5                                | 9,5                       |
| <b>Total</b>                    | <b>9</b>                   | <b>8,5</b>                         | <b>9,5</b>                |

Per a la determinació de la puntuació tècnica final s'aplica la següent formula:

$$Pop = P \times VTop / VTmv$$

On:

$Pop$  = puntuació de l'oferta a puntuar

$P$  = puntuació del criteri

$VTop$  = valoració tècnica de l'oferta que es puntua

$VTmv$  = valoració tècnica de l'oferta millor valorada

## Detall de les puntuacions tècniques

|                                                                                                |                  | Nedella Medical S.L                                         |                   | DPS Healcare Solutions S.L.                         |                   | Palex Medical S.A.                                                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Prestacions tècniques i funcionals                                                             | Puntuació màxima | Característiques específiques                               | Puntuació tècnica | Característiques específiques                       | Puntuació tècnica | Característiques específiques                                        | Puntuació tècnica |
| <b>1.1. Característiques constructives</b>                                                     | <b>14</b>        |                                                             | <b>9</b>          |                                                     | <b>8,5</b>        |                                                                      | <b>9,5</b>        |
| <b>Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits</b> |                  |                                                             |                   |                                                     |                   |                                                                      |                   |
| Mides el més aproximades possibles al que es demana                                            | 3                | Mides totals: 910 x 450 x 1.900 mm                          | 2                 | Mides totals: 910x457x2000 mm                       | 3                 | Mides totals: 914x456x1880 mm                                        | 1,5               |
| Diàmetre dels muntants superior al demanat                                                     | 3                | El diàmetre dels muntants no és superior al demanat         | 0                 | El diàmetre dels muntants no és superior al demanat | 0                 | El diàmetre dels muntants no és superior al demanat                  | 0                 |
| Pes suportat per el prestatge superior al demanat                                              | 4                | Cada prestatge pot suportar 363 Kg                          | 4                 | Cada prestatge pot suportat 315 Kg                  | 3,5               | Cada prestatge pot suportat 363 Kg                                   | 4                 |
| Qualitat del acer                                                                              | 4                | Acer cromat amb protecció a la llum, a la humitat i ignífug | 3                 | Acer cromat d'alta densitat                         | 2                 | Acer al carbó C1008 segons norma ATM A510 inclosa en la documentació | 4                 |

#### Puntuació criteris automàtics

|                                        | Preu unitari<br>ofert sense IVA<br>(50 punts<br>màxim) | Puntuació<br>Preu | Anys de<br>garantia (5<br>punts màxim) | Puntuació<br>garantia | Termini de<br>lliurament<br>(20 punts<br>màxim) dies | Puntuació<br>termini de<br>lliurament | Puntuació<br>automàtica |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Nedella Medical<br/>S.L</b>         | 283,00 €                                               | 26,89             | 5                                      | 3                     | 55                                                   | 10,18                                 | 40,07                   |
| <b>DPS Healthcare<br/>Solutions SL</b> | 182,00 €                                               | 41,81             | 5                                      | 3                     | 28                                                   | 20,00                                 | 64,81                   |
| <b>Palex Medical<br/>S.A.</b>          | 152,20 €                                               | 50,00             | 7                                      | 5                     | 60                                                   | 9,33                                  | 64,33                   |

#### Puntuació Total

|                                        | Puntuació<br>automàtica | Puntuació<br>judici de<br>valor | Puntuació<br>total |
|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
| <b>Nedella Medical<br/>S.L</b>         | 40,07                   | 9,00                            | <b>49,07</b>       |
| <b>DPS Healthcare<br/>Solutions SL</b> | 64,81                   | 8,50                            | <b>73,31</b>       |
| <b>Palex Medical<br/>S.A.</b>          | 64,33                   | 9,50                            | <b>73,83</b>       |

Donat que l'empresa que obté la millor puntuació en els tres Lots és la mateixa es proposa com adjudicatari del Lot 1 a l'empresa Palex Medical S.L., com adjudicatari del Lot 2 a l'empresa DPS Healthcare Solutions S.L. i com adjudicatari del Lot 3 a l'empresa Nedella Medical S.L. ja que totes elles en els criteris susceptibles de judici de valor (*Pop*) tenen una puntuació de com a mínim el 85% de la puntuació obtinguda per la primera oferta.

Núria Curriu  
Navarro - DNI  
[REDACTED]  
(TCAT)

Firmado digitalmente por Nùria Curriu  
Navarro - [REDACTED] (TCAT)  
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,  
o=Servei Català de la Salut, 2.5.4.97=VATES-  
S5800006H, ou=Empleat públic de nivell  
mig, sn=Curriu Navarro - [REDACTED]  
givenName=Núria,  
serialNumber=IDCES-[REDACTED] cn=Núria  
Curriu Navarro - [REDACTED] (TCAT)  
Fecha: 2020.09.18 13:31:03 +02'00'

**Núria Curriu Navarro**

Divisió d'Inversions i Patrimoni

Àrea de Recursos Econòmics