

ANNEX 2 PCAP OFERTA ECONÒMICA I ALTRES ASPECTES QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

TÍTOL EXPEDIENT:	3_CSA_2020
NÚMERO D'EXPEDIENT:	Subministrament de material fungible per a bombes d'infusió al Consorci Sanitari de l'Anoia
Nº LOT:	LOT 2 - Subministrament de fungible per bombes de xeringa amb cessió de 32 bombes de xeringa
NOM LICITADOR:	
DOMICILI:	
LOCALITAT:	
TELÈFON:	
CORREU ELECTRÒNIC:	
DADES DEL SIGNANT:	
NOM I COGNOMS:	
DNI:	
CÀRREC:	
SIGNAT I SEGELLAT:	
DATA:	

OFERTA ECONÒMICA														
Lot	Nº	Definició producte	CONSUMS ESTIMATS	Preu unitari de licitació s/iva	IVA	Preu unitari amb IVA	Pressupost TOTAL de licitació sense IVA	Pressupost TOTAL de licitació amb IVA	Referència del producte	PREU UNITARI OFERTAT s/IVA	IVA	PREU UNITARI OFERTAT amb IVA	PRESSUPOST TOTAL DE LICITACIÓ s/IVA	PRESSUPOST TOTAL DE LICITACIÓ amb IVA
2	4720035	Xeringa de 50ml. per bomba de perfusió	3.024	0,556 €	21%	0,67 €	1.681,34 €	2.034,43 €					- €	- €
2	4720026	Xeringa de 20ml. per bomba de perfusió	1.158	0,556 €	21%	0,67 €	643,85 €	779,06 €					- €	- €
2	4720028	Xeringa fotoprotectora de 50ml. per bomba de perfusió	300	0,556 €	21%	0,67 €	166,80 €	201,83 €					- €	- €
2	4720018	Linea de perfusió per bomba de xeringa	11.108	1,88 €	21%	2,27 €	20.883,04 €	25.268,48 €					- €	- €
2	4720046	Linea fotoprotectora de perfusió per bomba de xeringa	303	2,00 €	21%	2,42 €	606,00 €	733,26 €					- €	- €
							23.981,03 €	29.017,05 €						

ALTRES ASPECTES QUATIFICABLES AUTOMÀTICAMENT			
Tipologia producte	CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS	VALOR REQUERIT	VALOR OFERTAT
EQUIPAMENT	1. Connexió diverses bombes - es valorarà que sigui possible la col·locació de varies bombes en un mateix sistema modular, que obtindrà 2 punts, i 0 punts en cas de no tenir-la.	si en disposa o no	
	2. Dimensions de la bomba - Es valorarà que el disseny de la bomba faciliti l'apilament vertical de varies bombes en un mateix suport vertical. S'atorgarà 5 punts la bomba amb menor altura, 3 punts la segona bomba amb menor altura i 1 punt la tercera bomba amb menor altura. 0 punts la resta.	Mesura d'altura en centímetres	
	3. Autonomia de bateria - Es valorarà amb 1 punt la bomba amb autonomia de més de 3'5 hores (210 minuts) durant una dosificació de 100ml/h, i 0 punts aquelles bombes amb autonomia de menys de 210 minuts durant una dosificació de 100 ml/h. (Cal indicar l'autonomia en minuts)	Temps d'autonomia en minuts	
	4. Intensitat del soroll en funcionament - S'atorgarà la màxima puntuació a la bomba més silenciosa. La resta obtindran la puntuació que resulti de la formula inversament proporcional (cal especificar la intensitat en decibels) Puntuació = (millor oferta (en decibels) x 2 punts) / oferta a analitzar)	Intensitat de soroll en decibels	
	5. Luminositat de la pantalla - Es valorarà amb la màxima puntuació la bomba que tingui la possibilitat de baixar la luminositat de la pantalla per afavorir el descans nocturn del pacient, que obtindrà 1 punt, i 0 punts en cas de no tenir-la.	si en disposa o no	
	6. Valor glicèmia - Es valorarà amb la màxima puntuació la bomba que tingui la possibilitat de control de la glicèmia, que obtindrà 5 punts, i 0 punts en cas de no tenir-la.	si en pot disposar o no	
	7. Temps de recarrega - Es valorarà amb 2 punts la bomba que tardi menys de 6 hores en recarregar la seva bateria, 1 punt a la bomba que tardi menys de 8 hores en recarregar la seva bateria i 0 punts en cas de necessitar un temps superior a 8 hores per a recarregar la seva bateria.	Temps de recarrega en hores	
	8. Central de monitorització - Es valorarà amb la màxima puntuació la bomba que tingui, la possibilitat de connectar-se a una central de monitorització,que obtindrà 7 punts, i 0 punts en cas de no tenir-la.	si en pot disposar o no	