

LOT 1. Cirurgia de cataractes amb lent precarregada sense filtre afegit per incissió entre 2,2 i 2,4mm, viscoelàstic, custom pack i fungible compatible amb cessió de 3 facoemulsificadors

Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 23 punts en el total del lot no passaran a la següent fase d'avaluació

		LICITADOR	JJ SURGICAL VISION SPAIN S.L.U.	
Sublot 1.1 Lent intraocular precarregada monofocal hidròfoba sense filtre per incissió entre 2,2 i 2,4mm		REFERÈNCIA	ICB00	
Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada			Observacions	Puntuació
Hàptic a distint pla òptic	SI (4 punts) NO= 0 punts	4	SI	4
Asfericitat negativa	SI (3 punts) NO (0 punts)	3	SI	3
Rang diòptric superior al mínim sol·licitat (+6 a +30D)	Es valorarà amb la màxima puntuació qui tingui major nombre de diòptries, la puntuació de la resta es farà proporcionalment al nombre de diòptries addicionals a les mínimes sol·licitades i obtindrà una puntuació de 0 punts qui no aporti cap variabilitat	3	de +5 a +34D (10 diòptries més)	3
Absència de glistenning	SI (3 punts) NO (0 punts)	3	SI	3
Criteris subjectius a valorar sobre la mostra				
Facilitat tècnica injecció		3	neta i sense dificultats	3
Estabilitat de la lent al sac capsular		3	completament estable	3
Facilitat manipulació i preparació de l'injector		3	sense complicacions	3
Visió intermitja millorada		3	milloria sintomàtica y en la va	3
PUNTUACIÓ SUBLOT 1.1		25		25
Sublot 1.2 Lent intraocular de tres peces per a insercció a sulcus			AR40	
Criteris subjectius a valorar sobre la mostra			Observacions	Puntuació
Estabilitat de la lent al sulcus		1	completament estable	1
PUNTUACIÓ SUBLOT 1.2		1		1
Sublot 1.3 Viscoelàstics (codis 45877,4368 i 45741)			10270012/10270015/10200014	
Criteris subjectius a valorar sobre la mostra			Observacions	Puntuació
Major protecció endotèl		2	evita casos de edema corneal	2
Estabilitat a la càmera anterior durant la cirurgia		2	permet no haver de reinjectar	2
Facilitat d'extracció del viscoelàstic		2	no cal aspirar retrofental	2
PUNTUACIÓ SUBLOT 1.3		6		6
Sublot 1.4 Custom pack i fungible compatible amb cessió de 3 facoemulsificadors			WHITESTAR SIGNATURE PRO	
Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada facoemulsificador			Observacions	Puntuació
Possibilitat d'agulla inferior a 2,4mm	2,0 a 2,2mm (3 punts) 2,2 a 2,4mm (2 punts) major de 2,4mm (0 punts)	3	SI	3
Capacitat de bomba dual amb opció bomba Venturi	SI (2 punts) NO (0 punts)	2	SI	2
Peça de mà ultrasó transversal combinació simultània de moviments longitudinals i transversals	SI (2 punts) NO (0 punts)	2	SI	2
Confirmació per veu	SI (2 punts) NO (0 punts)	2	SI	2
Sistema d'ajuda en pantalla intel·ligent	SI (2 punts) NO (0 punts)	2	SI	2
Pedal bluetooth	SI (2 punts) NO (0 punts)	2	SI	2
PUNTUACIÓ SUBLOT 1.4		13		13
PUNTUACIÓ TOTAL LOT 1		45		45

Dr. Carles Barnes Ruz
Cap del Servei d'Oftalmologia Hospital Transversal

Lot 2. Cirurgia de retina simple i combinada, meticel·lulosa, custom pack i fungible compatible amb cessió 2 d'equips combinats de facoemulsificació i vitrectomia

Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 23 punts en el total del lot no passaran a la següent fase d'avaluació

LICITADOR		DORC ESPAÑA, S.L.	
REFERÈNCIA		MVISC2.4	
Sublot 2.1 Metilcel·lulosa 2%		Observacions	Puntuació
Criteris subjectius a valorar sobre la mostra			
Major protecció endotèli	1	no presència d'edema coriàl	1
Estabilitat a la càmera anterior durant la cirurgia	1	no requereix reinjectar visco	1
Facilitat d'extracció	1	senzilla, no cal aspirar retrolent	1
PUNTUACIÓ TOTAL			3

Sublot 2.2 Custom pack i fungible compatible amb cessió de 2 equips combinats de facoemulsificació i vitrectomia		8000.COM02	
Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada equip combinat de facoemulsificació i vitrectomia		Observacions	Puntuació
Control aspiració mitjançant modus buit (efecte venturi) i flux (electe penstàtic)	SI (10 punts)	SI	10
	NO (0 punts)		
Frequència de tall superior a 5000 CPM	major o igual a 16000cpm (7 punts)	16000 cpm	7
	De 11000 a 15000 cpm (4 punts)		
Vitrectom amb tecnologia TDC (two dimensional cutter)	De 5000 a 10000 cpm (2 punts)	SI	6
	SI (6 punts)		
Sistema il·luminació per font LED	NO (0 punts)	LED	6
	LED (6 punts)		
Pedal inhalàmbre multifunció amb làser integrat	XENON (3 punts)	SI	5
	SI (5 punts)		
Possibilitat d'agulla inferior a 2,4mm	NO (0 punts)	2,0 A 2,2	5
	2,0 a 2,2mm (5 punts)		
Doble infusió	2,2 a 2,4mm (3 punts)	NO	0
	major de 2,4mm (0 punts)		
PUNTUACIÓ TOTAL			39

PUNTUACIÓ TOTAL LOT2	42
----------------------	----

Dr. Carles Barnes Ruz
Cap del Servei d'Oftalmologia Hospital Transversal

PUNTUACIÓ TOTAL LOT2	45
----------------------	----

LOT 3 . Lent intraocular precarregada per incisió 2,2 mm

Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 23 punts en el total del lot no passaran a la següent fase d'avaluació

LICITADOR		CARLS ZEISS MEDITEC IBERIA, SAU	GLOBAL SURGICAL SERVICE, S.L.	JJ SURGICAL VISION SPAIN, SLU
REFERÈNCIA		CT LUCIA 611	HOYA ISERT 254	PCB00
Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada	Asfèricitat negativa	SI (7 punts) NO (0 punts)	7	7
	Rang diòptric superior al mínim sol·licitat (De +6 a +30 (increment en 0,5)	Es valorarà amb la màxima puntuació qui tingui major nombre de diòptries, la puntuació de la resta es farà proporcionalment al nombre de diòptries addicionals a les mínimes sol·licitades i obtindrà una puntuació de 0 punts qui no aporti cap variabilitat	7	5 a 34 en 0,5 (10 diòptries més)
	Absència de glistenning	SI (7 punts) NO (0 punts)	7	7
Criteris subjectius a valorar sobre la mostra				
Facilitat tècnica injecció	Estabilitat lent al sac capsular	sense dificultats	8 senzill però s'enganxa la lent	5 temps d'espera de 10 segons
	Facilitat manipulació i preparació de l'injector	completament estable	8	4 rola fàcilment
		sense dificultats	8 senzill però s'enganxa la lent	5 manipulació de l'injector
PUNTUACIÓ LOT 3		45	28	31,8

Dr. Carles Barnes Ruz
Cap del Servei d'Oftalmologia Hospital Transversal

LOT 4 . Lents tòriques

Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 23 punts en el total del lot no passaran a la següent fase d'avaluació

LICITADOR	REFERÈNCIA	ALCON HEALTHCARE, S.A.		BAUSCH LOMB S.A.		GLOBAL SURGICAL SERVICE, S.L.		JJ SURGICAL VISION SPAIN, SLU	
		SNGAT		MX60TPxxxx		HOYA XY 1A		ZCT	
REFERÈNCIA	REFERÈNCIA	Observacions	Puntuació	Observacions	Puntuació	Observacions	Puntuació	Observacions	Puntuació
	6	?		SI	6			SI	6
	6	SI	6	SI	6			SI	6
	6	6 a 30 en 0,5 i 30 a 34 en 1 (4 diòptrics més)	2,4	6 a 30 en 0,5 (no hi ha variabilitat)	0			5 a 6 i de 30 a 34 en 0,5 (10 diòptrics més)	6
	6	SI	6	SI	6			SI	6
Criteris subjectius a valorar sobre la mostra									
Facilitat tècnica injecció	7	no òptima	5	no presenta dificultats	7			cargado requiere espera de 7 s	4
Estabilitat lent al sac capsular	7	estabilitat media	5	estable	7			estable	5
Facilitat manipulació i preparació de l'injector	7	no òptima	5	sense problemes	7			cargado requiere espera de 7 s	4
PUNTUACIÓ LOT 4	45		29,4		39		0		37

Escriu no complex el rang diòptric mínim sol·licitat

Dr. Juan Jose Escobar Barral
Cap del Servei d'Oftalmologia CSUDM

Dr. Carles Bames Ruz
Cap del Servei d'Oftalmologia Hospital Transversal

Es licitadors que no obtinguin una puntuació de 23 punts en el total del lot no passaran a la següent fase d'avaluació

Sublot 8.1 Lent Intraocular monofocal senza filtro per Incisivo 2.4mm

Sublot 6.1 Lent intraocular monofocal sense a filtre per incisió 2,4mm				URGICAL VISION SPAIN S.	BAUSCH+LOMB, S.A.		
				GCR00	EG1CRYPRE + EYEC1		
Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada			Especificacions del producte ofert per l'licitor (Indicar pàgina tècnica o catàleg a on es troba la informació)	Observadors	Puntuació	Observadors	Puntuació
Injecció amb inyector precarregat	SI (2 punts)	2		SI	2		
	NO (0 punts)						
Hàptica a disjunt pla òptic	SI (1 punt)	1		SI	1		
	NO (0 punts)						
Asfèricitat negativa	SI (1 punt)	1		SI	1		
	NO= 0 punts						
Rang diòptric superior al mínim sol·licitat	Es valorarà amb la màxima puntuació qui tingui major nombre de diòptries, la puntuació de la resta es farà proporcionalment al nombre de diòptries addicionals a les mínimes sol·licitades i obtindrà una puntuació de 0 punts qui no aporti cap variabilitat		1	5 a 34 en 0,5	1		
Criteris subjectius a valorar sobre la mostra							
Facilitat tècnica injecció		2		òptima	2		
Estabilitat de la lent al sac capsular		2		òptima	2		
Facilitat manipulació i preparació		1		òptima	1		
Visió intermitja millorada		1		òptima	1		
Desplegament segur i controlat		1		seguro	1		
PUNTUACIÓ SUBLOT 6.1		12			12		0

Sublot 6.2 Lent intraocular de tres peces per inserció a sulcus

			AR40		D)	
			Observació	Puntuació	Observació	Puntuació
Criteris subjectius a valorar sobre la mostra						
Estabilitat de la font al sulcus		1		1		
PUNTUACIÓ SUBLOT 6.2				1		0

Subplot 5.3 Viscoelastic

CRITERIS D'EVALUACIÓ			10270012		EYE/FILL C	
			Observacions	Puntuació	Observacions	Puntuació
Criteris subjectius a valorar sobre la mostra						
Major protecció endoteal				2		
Estabilitat a la càmera anterior durant la cirurgia				2		
Facilitat d'extracció del viscoelastic				1		
PUNTUACIÓ SUBLOT 6.3.				5		0

Sublot 6.4 Custom pack i fungible compatible amb cessió de 1 factoemulificador

			Observacions	Puntació	Observacions	Puntació
Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada l'acomulificador			SI (Indicar pàgina fíxa tècnica o catàleg a on es troba la informació)	3		
Capacitat de bomba dual, peristàlica amb opció bomba Venaur	SI (3 punts) NO (0 punts)	3	2,2 A 2,4MM	1		
Possibilitat d'egula inferior a 2,4mm	2,0 a 2,2mm (2 punts) 2,2 a 2,4mm (1 punt) major de 2,4mm (0 punts)	2	si	2		
Sistema de control anticolapse i modus ocultat	SI (2 punts) NO (0 punts)	2	SI	1		
Sistema d'anàlisi de dades per la optimització de la durança de la cataracta	SI (1 punt) NO (0 punts)	1	si	1		
Vitreotomia anterior d'alta velocitat fins 2500cpm amb sondes de 20G i 23G	SI (1 punt) NO (0 punts)	1				
Criteris subjectiva a valorar sobre la demo			1, 2, 2	5		
Maneriment òptim de càmera anterior anticolapse en pacients complexos	IFRS (si manté càmera anterior en casos severs 2 punts, si manté casos moderats 1 punt, si no manté 0 punts) CÀMERES ESTRETES (si manté de forma òptima càmeres estretes 2 punts, si no les manté 0 punts) MIDRIASIS DOLENTES (si aporti un control extraordinari de fúll i la durança en casos de midriasis dolents 2 punts, si no ho aconsegueix 0 punts)	6	3	3		
Capacitat de poder operar de forma òptima cataractes de qualsevol duresa (blanca, senill avançada) Es valoren els resultats d'inflamació immediata	Càmera anterior al postoperatori (si no hi ha inflamació 3 punts, si hi ha inflamació 0 punts) Control al postoperatori (si no hi ha edema 3 punts, si hi ha edema 0 punts)	6	3	3		
Facilitat de muntatge per part de l'equip d'intel·lektura		3	3	3		
Facilitat de manipulació per part de l'equip d'intel·lektura		3		22		0
PUNTUACIÓ SUBLOT 6.4						
			27		40	0
PUNTUACIÓ TOTAL LOT 6			46		EXCLUS: Es demana un rang d'ús de la taula de	

La puntuació definitiva d'aquest lot i fins a un màxim de 45 punts s'obindrà com a resultat de la suma de la puntuació obtinguda en cada un dels diferents sublots. La puntuació de cada sublot és el resultat de la part proporcional que li correspon, segons el seu pressupost de licitació, que representa dins del lot:

- Sublot 8.1. Lent intraocular monofocal sense filtre per incisat 2,4mm (12 punts)
- Sublot 8.2. Lent intraocular tres peces per inserció a sulcus (1 punt)
- Sublot 8.3 Viscoelàstic 0,65ml (8 punts)
- Sublot 8.4 Custom pack i fongible compatible amb cessió de 1 facomultificador (27 punts)

EXCLOS: Es demana un rang d'òptic de la taula de $De + 0,0$ a $+30,0$ amb increment en 0,5. B&L oferia en dos referències, un rang d'òptic es de $+1$ a $+30$, però de $+6$ a $+10$ en increments de 1, no complint per aquest rang amb la característica d'obligat compliment d'increments de 0,5.

Dr. Juan Jose Escobar Barranco
Cap del Servei d'Oftalmologia CATOM

Lot 7. Cirurgia de retina simple i combinada amb cataracta per pacients amb retinopatia diabètica, lent pre carregada per incisió 2,2mm, metilcel·lulosa, custom pack i fungible compatible amb cessió de 1 equip combinat de facoemulsificació i vitrectomia

Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 23 punts en el total del lot no passaran a la següent fase d'avaluació

Sublot 7.1 Lent intraocular pre carregada per incisió 2,2mm				GLOBAL SURGICAL SERVICE, SL
Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i la mostra				HOYA ISert 254
			Especificacions del producte ofert pel licitador (indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació)	Puntuació
Disseny de corbatura balancejat per esfèricitat	Óptim (3 punts)	3	Disseny ABC asfèric	3
	No òptim (1 punt)			
Extrems de PMMA als hàpocs	No corbatura (0 punts)	3	si	3
	SI = 3 punts NO= 0 punts			
Angulació de l'hàpoc	4 graus (3 punts)	3	C-loop modificat/ angulat a 8	1
	Un altre angulació (1 punt) Sense angulació (0 punts)			
Facilitat de desplegament		2	òptima	2
Facilitat d'implantació		2	òptima facilidad	2
PUNTUACIÓ SUBLOT 7.1		13		11

Sublot 7.2 Metilcel·lulosa

Criteris subjectius a valorar sobre la mostra			Observacions	Puntuació
Major protecció endotèl·li		1	mayor proteccion	1
Estabilitat a la càmera anterior durant la cirurgia		1	estable	1
PUNTUACIÓ SUBLOT 7.2		2		2

Sublot 7.3 Custom pack i fungible compatible amb cessió de 1 equip combinat de facoemulsificació i vitrectomia

Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada de l'equip combinat de facoemulsificació i vitrectomia			Especificacions del producte ofert pel licitador (indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació)	Puntuació
Freqüència de tall superior a 5000 CPM	major o igual a 16000cpm (5 punts)	5	Fins a 16000cpm	5
	De 11000 a 15000 cpm (3 punts)			
	De 5000 a 10000 cpm (1 punt)			
Port d'aspiració obert durant el 92% del temps obert	SI (5 punts) NO (0 punts)	5	92% del temps obert	5
Control aspiració mitjançant modus buit (efecte venturi) i flux (efecte peristàtic)	SI (5 punts) NO (0 punts)	5	La bomba d'aspiració permet treballar en mode Venturi i Peristàtic	5
Sistema il·luminació per font LED	LED (5 punts) XENON (3 punts)	6	Il·luminació per font d'el·lum LED	4
Pedal inhalàmbic multifunció amb làser integrat	SI (4 punts) NO (0 punts)	4	Disposa de pedal multifunció inalambic	3
Sistema il·luminació proporciona intensitat lumínica fins a 40 lumens	SI (3 punts) NO (0 punts)	3	Intensitat lumínica fins a 40 lm	3
Sistema il·luminació proporciona en 25G i 27G al menys en un 30% més rendiment lumínic addicional	SI (3 punts) NO (0 punts)	3	Augment addicional de la intensitat de la llum en un mínim del 30%	30
PUNTUACIÓ SUBLOT 7.3		30		30

PUNTUACIÓ TOTAL LOT 7**45****43**

La puntuació definitiva d'aquest lot i fins a un màxim de 45 punts s'obté com a resultat de la suma de la puntuació obtinguda en cada un dels diferents sublots. La puntuació de cada sublot és el resultat de la part proporcional que li correspon, segons el seu pressupost de licitació, que representa dintre del lot:

- Sublot 7.1. Lent intraocular pre carregada per incisió 2,2mm (13 punts)
- Sublot 7.2. Metilcel·lulosa (2 punts)
- Sublot 7.3 Custom pack i fungible compatible amb cessió de 1 equip combinat de facoemulsificació i vitrectomia (30 punts)

Dr. Juan Jose Escobar Barranco
Cap del Servei d'Oftalmologia CAIDM