

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE
MATERIAL FUNGIBLE SANITARI PER INCONTINÈNCIA URINÀRIA I PER
URETEROSCÒPIA, AMB CESSIÓ DEL MONITOR DE L'URETEROSCOPI, PEL
SERVEI DE GINECOLOGIA I PEL SERVEI D'UROLOGIA DE L'INSTITUT
D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA. PER LOTS.**

EXP. CONTR/2020/0000000104

PROCEDIMENT OBERT

SUBJECTE REGULACIÓ HARMONITZADA

ÍNDEX

1 ANTECEDENTS	3
2 OBJECTE	3
2.1 PRESSUSPOST BASE DE LICITACIÓ (P.B.L.)	3
2.2 PLA DE NECESSITATS	4
2.3 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (V.E.C.)	5
2.4 DURADA DEL CONCURS	5
3 REQUERIMENTS TÈCNICS DE L'OBJECTE	5
3.1 REQUERIMENTS TÈCNICS GENERALS	5
3.2 REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECÍFICS	6
4 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR	11
4.1 SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA	12
4.2 SOBRE B: DOCUMENTACIÓ TÉCNICA. VALORABLE	12
4.3 SOBRE C: OFERTA ECONÒMICA. VALORABLE	13
5 CRITERIS D'ADJUDICACIÓ	13
5.1 CRITERIS SUBJECTIUS O DE JUDICI DE VALOR. MÀXIM 50 PUNTS	13
5.2 CRITERIS OBJECTIUS O AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT. MÀXIM 50 PUNTS	27
6 CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT	28
7 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ	28
8 DADES DE CONTACTE	29
9 ANNEXES	
9.1 ANNEX 1. OFERTA ECONÒMICA: PROPOSTA I RÀPEL	30

1 ANTECEDENTS

L' **Institut d'Assistència Sanitària (IAS)** és una empresa pública que forma part de la xarxa sanitària i social de cobertura pública de la Generalitat de Catalunya, a través de la concertació amb el Departament de Salut i el Departament de Benestar i Família. Presta al conjunt de la Regió Sanitària de Girona, serveis d'atenció especialitzada, serveis de salut mental, serveis sociosanitaris, socials i de suport i diagnòstic, així com atenció primària. Gestiona l'Edifici Santa Caterina (hospital general bàsic de La Selva interior i part del Gironès) i el Parc Hospitalari Martí i Julià.

2 OBJECTE

L'**OBJECTE** del present expedient és la contractació del subministrament de material fungible sanitari per la incontinència urinària i material fungible sanitari per ureteroscòpia, per portar a terme les necessitats del Servei de Ginecologia i del Servei d'Urologia de l'Hospital Santa Caterina de l'IAS.

El lot 12 correspon al conjunt de material d'ureteroscòpia i està format pel dispositiu ureteroscop d'un sol ús i el fungible necessari per portar a terme l'activitat. Per aquest lot l'adjudicatari ceditrà sense cap cost econòmic el monitor per a la visualització de les imatges endoscòpiques de l'ureteroscop.

En finalitzar el contracte i/o les pròrrogues, l'empresa adjudicatària podrà emportar-se l'aparell cedit. Tanmateix, la instal·lació, la formació, el manteniment, l'assistència tècnica, la reparació i/o el canvi de l'aparell en cas d'averia anirà a càrrec de l'adjudicatari.

La licitació es farà per lots.

2.1 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (P.B.L.)

El pressupost base de licitació (P.B.L.) **pels TRES anys** d'aquest expedient és de:

P.B.L. total sense IVA:	390.132,00 €
Import total amb IVA:	442.320,45 €

DESCRIPCIÓ	IMPORT TOTAL SENSE IVA PER 1 ANUALITAT	IMPORT TOTAL SENSE IVA PER 3 ANUALITATS	TIPUS IVA
MATERIAL FUNGIBLE PER INCONTINÈNCIA URINÀRIA I PER URETEROSCÒPIA PEL SERVEI DE GINECOLOGIA I PEL SERVEI D'UROLOGIA DE L'IAS	130.044,00 €	390.132,00 €	10% 21%

2.2 PLA DE NECESSITATS. IMPORT MÀXIM PER LOTS

LOT / CODI	DESCRIPCIÓ	PREVISIÓ UNITATS CONSUM ANUAL	PREU MÀXIM UNITARI SENSE IVA	IMPORT ANUAL TOTAL SENSE IVA	TIPUS IVA
LOT 1 - INCONTINÈNCIA URINÀRIA D'ESFORÇ SISTEMA TOT PER GINECOLOGIA					
52722	MALLA PER LA CORRECCIÓ DE LA INCONTINÈNCIA URINÀRIA LLEU I MODERADA FEMENINA PER VIA TRANSOBTURADORA TÈCNICA FORA/DINS	10	291,00 €	2.910,00 €	10%
LOT 2 - INCONTINÈNCIA URINÀRIA D'ESFORÇ SISTEMA TOT PER UROLOGIA					
54089	MALLA SISTEMA CABESTRELL TRANSOBTURADOR SUBURETRAL PER TRACTAMENT INCONTINÈNCIA URINÀRIA ESFORÇ. PROCEDIMENT TOT	12	291,00 €	3.492,00 €	10%
LOT 3 - INCONTINÈNCIA URINÀRIA D'ESFORÇ SISTEMA TVT PER GINECOLOGIA					
53085	MALLA SISTEMA CABESTRELL TRANSVAGINAL RETROPÚBIC PER TRACTAMENT INCONTINÈNCIA URINÀRIA ESFORÇ. PROCEDIMENT TVT	2	400,00 €	800,00 €	10%
LOT 4 - INCONTINÈNCIA URINÀRIA ESFORÇ SISTEMA BANDA INCISIÓ ÚNICA AMB ARPONS					
53949	SISTEMA BANDA INCISIÓ ÚNICA PER INCONTINÈNCIA URINÀRIA ESFORÇ FEMENÍ	10	490,00 €	4.900,00 €	10%
LOT 5 - INCONTINÈNCIA URINÀRIA ESFORÇ SISTEMA BANDA INCISIÓ ÚNICA SENSE ARPONS					
53783	MALLA PER LA CORRECCIÓ DE LA INCONTINÈNCIA URINÀRIA LLEU I MODERADA FEMENINA VIA TRANSVAGINAL SEGONS TÈCNICA D'INCISIÓ ÚNICA	10	500,00 €	5.000,00 €	10%
LOT 6 - INCONTINÈNCIA URINÀRIA D'ESFORÇ SISTEMA HIDROGEL					
54081	SISTEMA D'HIDROGEL DE FARCIMENT URETRAL PERMANENT NO REABSORBIBLE PER INCONTINÈNCIA URINÀRIA FEMENINA	35	1.707,20 €	59.752,00 €	10%
LOT 7 - PROLAPSE - COLPOSACROPÈXIA PVDF					
52362	MALLA MONOFILAR DE POLIVINILIDÈ EN (PVDF) PER PROLAPSE COLPOSACROPÈXIA	2	620,00 €	1.240,00 €	10%
LOT 8 - PROLAPSE - COLPOSACROPÈXIA PP					
54099	MALLA MONOFILAR DE POLIPROPILÈ PER PROLAPSE COLPOSACROPÈXIA	5	500,00 €	2.500,00 €	10%
LOT 9 - PROLAPSE V VAGINAL					
52721	SISTEMA SUBJECCIÓ VAGINAL PER POP AMB MALLA	5	650,00 €	3.250,00 €	10%
54100	SISTEMA D'ARPONS PER A FIXACIÓ VAGINAL PER POP SENSE MALLA	10	330,00 €	3.300,00 €	10%
TOTAL LOT 9				6.550,00 €	
LOT 10 - SUSPENSIO LATERAL LAPAROSCÒPICA (LLS)- TÈCNICA DUBUISSON					
54065	MALLA SUSPENSIO LATERAL LAPAROSCÒPICA (LLS) TÈCNICA DUBUISSON	7	425,00 €	2.975,00 €	10%
LOT 11 - INCONTINÈNCIA URINÀRIA D'URGÈNCIA SISTEMA INJECCIÓ BOTOX					
53089	AGULLA D'INJECCIÓ DE SUBSTÀNCIES A L'APARELL URINARI INFERIOR	30	87,50 €	2.625,00 €	21%
LOT 12 - CONJUNT URETEROSCÒPIA					
54105	URETEROSCOP FLEXIBLE UN SOL ÚS	35	805,00 €	28.175,00 €	21%
54116	POTENCIADOR IRRIGACIÓ UN SOL ÚS	35	55,00 €	1.925,00 €	21%
54101	BEINA ACCÉS URETERAL FR10/35CM DONA	12	150,00 €	1.800,00 €	21%
54102	BEINA ACCÉS URETERAL FR12/35CM DONA	12	150,00 €	1.800,00 €	21%
54103	BEINA ACCÉS URETERAL FR10/45CM HOME	12	150,00 €	1.800,00 €	21%
54104	BEINA ACCÉS URETERAL FR12/45CM HOME	12	150,00 €	1.800,00 €	21%
TOTAL LOT 12				37.300,00 €	
TOTAL				130.044,00 €	

2.3 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (V.E.C.)

Pressupost base de licitació: 390.132,00 € (SENSE IVA) (10% IVA / 21% IVA) 3 ANYS.

Pròrrogues: SI. 130.044,00 € + 130.044,00 € = 260.088,00 €.

Possibles opcions eventuais: SI. Modificació 10%= 39.013,20 €.

Import total VEC = 390.132,00 € + 130.044,00 € + 130.044,00 € + 39.013,20 € = 689.233,20 € (SENSE IVA) (10% IVA / 21% IVA).

2.4 DURADA DEL CONCURS:

La durada del concurs **serà de TRES anys prorrogable per DUES anualitats més** en cas d'acord entre les dues parts.

No s'accepten variants.

3 REQUERIMENTS TÈCNICS DE L'OBJECTE

3.1 REQUERIMENTS TÈCNICS GENERALS

En fase d'execució del contracte, l' incompliment de les condicions del subministrament segons els termes del present plec tècnic, comportarà una falta que provocarà les conseqüents penalitzacions segons els articles 192 i 193 de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre) i/o allò que s'estipula al PCAP (Plec de Clàusules Administratives Particulars) de la present licitació.

Els incompliments de les condicions establertes en la documentació d'aquesta licitació i altres, que se'n derivin de la proposta tècnica i econòmica de la licitadora, es consideraran faltes. La seva gravetat es determinarà en funció de les repercussions al servei i d'acord amb els tràmits establerts en l'article 212 apartat 8 de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre).

Durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària té l'obligació de notificar qualsevol canvi que es produeixi tant en la identificació del producte com en qualsevol de les característiques tècniques.

En el cas que es descatalogui alguna de les referències licitades durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària oferirà una alternativa amb la mateixa qualitat i sense incrementar el preu d'adjudicació, la qual serà valorada pel comitè tècnic designat.

En el cas que durant la vigència del contracte l'empresa licitadora desenvolupi alguna innovació que afecti al material de licitació, es podrà incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comporti un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, la qual serà valorada pel comitè tècnic designat.

L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada durant la vigència del contracte, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

MOSTRES

Per la valoració del producte serà **OBLIGATORI** que la licitadora envii UNA unitat de mostra de cada referència licitada, per si la unitat tècnica la requereix. En el cas que la mostra no s'hagi utilitzat es retornarà.

Les mostres hauran de portar tots els components necessaris per fer les proves.

El temps per rebre les mostres estarà comprès entre la data de publicació de l'expedient a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat i MÀXIM la data d'obertura dels sobres B.

Les mostres s'hauran d'enviar a la següent adreça: Hospital Santa Caterina. Magatzem General. C/ Dr. Castany, S/N. 17190 – Salt (Girona).

Serà imprescindible identificar les mostres amb els codis de SAP de l'IAS.

La Unitat Tècnica que valorarà les mostres serà el Dr. Joan Meléndez i la Dra. Alicia Carrera, del Servei de Ginecologia i Obstetrícia i el Dr. Boix del Servei d'Urologia.

NORMATIVA APLICABLE

Els productes oferts hauran de complir la legislació vigent i altres normes tècniques d'aplicació obligada. Cal certificar:

- El marcatge CE (Directiva 93/42/CEE) en la classe i modalitat pertinents, per a tots i cadascun dels productes oferts.
- La declaració conforme tots els productes licitats van etiquetats i aporten la documentació, segons el previst a l'apartat 13 de l'Annex I del RD 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris.

3.2 REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECÍFICS

LOT 1 - INCONTINÈNCIA URINÀRIA ESFORÇ – SISTEMA TOT – PER GINECOLOGIA

52722 MALLA PER LA CORRECCIÓ DE LA INCONTINÈNCIA URINÀRIA LLEU I MODERADA FEMENINA PER VIA TRANSBOTURADORA TÈCNICA FORA/DINS

- Malla no absorbible amb sistema de cabestrell transboturador suburetral.
- Tècnica OUT-IN.
- Composició de polipropilè monofilament no nuada.
- Malla de bores ribetejades.
- Amb agulles de forma helicoidal.
- Mecanisme segur i reversible d'unió entre passador i malla.

- Mida del porus > 1300 µm.
- Pes de la malla < 100g/m².
- Estèril.
- Sense làtex.
- Indicada per: Incontinència urinària d'esforç per procediment TOT.

LOT 2 - INCONTINÈNCIA URINÀRIA ESFORÇ – SISTEMA TOT – PER UROLOGIA**54089 MALLA SISTEMA CABESTRELL TRANSBOTURADOR SUBURETRAL PER TRACTAMENT
INCONTINÈNCIA URINÀRIA ESFORÇ. PROCEDIMENT TOT**

- Malla no absorbible amb sistema de cabestrell transboturador suburetral.
- Composició de polipropilè, monofilament, macroporosa, tricotada, no nuada i amb vores obertes excepte en la seva zona suburetral.
- Malla de color blanc i recoberta amb funda plàstica.
- Amb agulles d'un sol ús, de forma helicoidal.
- Amb sistema d'inserció de mínim trauma mitjançant el foramen obturador.
- Mecanisme segur i reversible d'ancoratge d'agulla de malla.
- Estèril.
- Sense làtex.
- Mesures de la malla: 44,45 cm longitud x 1,1 cm ample x 0,66 mm gruix aprox.
- Mida del porus >1000 µm.
- Ø de la fibra: 0,15mm aprox.
- Gramatge: 100g/m² aprox.
- Indicada per: Incontinència urinària d'esforç per procediment TOT.

LOT 3 - INCONTINÈNCIA URINÀRIA ESFORÇ – SISTEMA TVT – PER GINECOLOGIA**53085 MALLA SISTEMA CABESTRELL TRANSVAGINAL RETROPÚBIC PER TRACTAMENT
INCONTINÈNCIA URINÀRIA ESFORÇ. PROCEDIMENT TVT**

- Malla no absorbible amb sistema de cabestrell transvaginal retropúbic.
- Composició de polipropilè monofilament, macroporosa no nuada, de color fosc.
- Amb agulla retropúbica, de mínim gruix, curvatura anatòmica i d'acer inoxidable.
- Mida del porus >1000 µm
- Gramatge no superior a 100g/m².
- Estèril.
- Sense làtex.
- Indicada per: Incontinència urinària d'esforç per procediment TVT.

LOT 4 - INCONTINÈNCIA URINÀRIA ESFORÇ – SISTEMA BANDA INCISIÓ ÚNICA – AMB ARPONS**53949 SISTEMA BANDA INCISIÓ ÚNICA PER INCONTINÈNCIA URINÀRIA ESFORÇ FEMENÍ**

- Sistema de banda d'incisió única.
- Composició monofilament de polipropilè , macroporo, no nuada.
- Pes de la malla < 100g/m².
- Amb dos tunelitzadors helicoïdals d'acer inoxidable.
- Banda amb dos arpons units als extrems de la malla per a la fixació, un dels quals mòbil per ajustar la tensió.
- Mecanisme segur i reversible d'ancoratge d'agulla de malla.
- Estèril.
- Sense làtex.
- Indicada per: Incontinència urinària d'esforç femenina.

LOT 5 - INCONTINÈNCIA URINÀRIA ESFORÇ – SISTEMA BANDA INCISIÓ ÚNICA – SENSE ARPONS**53783 MALLA PER LA CORRECCIÓ DE LA INCONTINÈNCIA URINÀRIA LLEU I MODERADA FEMENINA VIA TRANSVAGINAL SEGONS TÈCNICA D'INCISIÓ ÚNICA**

- Sistema de banda d'incisió única.
- Composició monofilament de polipropilè, macroporo.
- Densitat < 50g/m².
- Banda amb sistema "d'inserció de butxaca" a cadascun dels extrems de la malla, amb senyalització central per a la correcta col·locació.
- Longitud aproximada 110 mm.
- Estèril.
- Sense làtex.
- Indicada per: incontinència urinària d'esforç femenina.

LOT 6 - INCONTINÈNCIA URINÀRIA ESFORÇ – SISTEMA D'HIDROGEL**54081 SISTEMA D'HIDROGEL DE FARCIMENT URETRAL PERMANENT NO REABSORBIBLE PER INCONTINÈNCIA URINÀRIA FEMENINA**

- Sistema de Kit d'hidrogel permanent injectable, no particulat, no absorbible, no biodegradable i que no migra.
- Composició de 2,5% de poliàcrilamida entrecreuada i 97,5% d'aigua apirògena.
- Amb dues xeringues precarregades amb hidrogel.
- Amb una beina de rotació de 22 CH que ha de tenir un dispositiu d'uns 125 mm aprox. de llarg amb un canal de treball per l'agulla per facilitar la injecció de l'hidrogel.

- Amb dues agulles d'acer inoxidable de 23G x 12cm aprox.
- Estèril.
- Indicada per: Incontinència urinària femenina.

LOT 7 – PROLAPSE - COLPOSACROPÈXIA PVDF**52362 MALLA MONOFILAR DE POLIVINILIDÈ EN (PVDF) PER PROLAPSE COLPOSACROPÈXIA**

- Malla per el tractament quirúrgic del prolapse d'òrgans del sol pelvià per sacrocolpopexia oberta o laparoscòpia.
- Composició monofilament de polivinilidè (PVDF).
- En forma "Y".
- Estèril.
- Pes de la malla < 100g/m².
- Indicada per: reparació de prolapse per colposacropèxia.

LOT 8 – PROLAPSE - COLPOSACROPÈXIA PP**54099 MALLA MONOFILAR DE POLIPROPILÈ PER PROLAPSE COLPOSACROPÈXIA**

- Malla per el tractament quirúrgic del prolapse d'òrgans del sol pelvià per sacrocolpopexia oberta o laparoscòpia amb dispositiu de posicionament vaginal.
- Malla no absorbible de polipropilè.
- Malla en forma "Y".
- Malla amb macroporo >1000mcm.
- Pes malla < 50g/m².
- Indicada per: prolapse per colposacropèxia.

LOT 9 - PROLAPSE V VAGINAL**52721 SISTEMA SUBJECCIÓ VAGINAL PER POP - AMB MALLA**

- Sistema de malla per la subjecció vaginal procediment POP.
- Composició malla de monofilament de polipropilè amb 4 braços.
- Kit d'arpons, aplicador d'arpons PEEK (Polieteretercetona) i fil de sutura monofilament.
- Indicada per: Prolapse vaginal.

54100 SISTEMA D'ARPONS PER A FIXACIÓ VAGINAL PER POP - SENSE MALLA

- Kit per a la fixació vaginal del prolapse d'òrgans pelvians sense malla.
- Kit d'arpons, aplicador d'arpons PEEK (Polieteretercetona) i fil de sutura monofilament.
- Indicada per: Prolapse vaginal.

LOT 10 - SUSPENSÍO LATERAL LAPAROSCÒPIA (LLS) – TÈCNICA DUBUISSON**54065 MALLA SUSPENSÍO LATERAL LAPAROSCÒPIA (LLS) TÈCNICA DUBUISSON**

- Malla per suspensió lateral laparoscòpica per la conservació de l'úter amb tècnica Dubuisson.
- Composició monofilament polipropilè titanitzat amb superfície hidrofílica titanitzada.
- Macroporosa.
- No absorbible.
- Teixida de fibra.
- Estèril.
- Mesures aproximades de la malla: 9 cm x 41,5 cm.
- Densitat < 50 g/m².
- Indicada com alternativa a la colposacropèxia.

LOT 11 – INCONTINÈNCIA URINÀRIA D'URGÈNCIA SISTEMA INJECCIÓ BOTOX**53089 AGULLA PER INJECCIÓ DE SUBSTÀNCIES A L'APARELL URINARI INFERIOR**

- Agulla retràtil d'un sol ús per infiltració de Botox.
- S'ha de poder inserir en citoscop flexible i permetre l'articulació.
- Diàmetre de l'agulla: 27G.
- Estèril.
- Sense làtex.
- Indicada per a incontinència d'orina d'urgència femenina.

LOT 12 – CONJUNT URETEROSCÒPIA**54105 URETEROSCOPI FLEXIBLE UN SOL ÚS**

- Dispositiu digital flexible estèril d'un sol ús.
- Punta bisellada amb xip òptic i llum incorporada.
- Resolució mínima 160 K píxels.
- Capacitat d'angulació.
- Diàmetre extern aprox. 8,7 Fr.
- Longitud de treball 650 mm.
- Canal de treball intern 3,6 Fr.
- Sense làtex.

54116 POTENCIADOR DE LA IRRIGACIÓ UN SOL ÚS

- Sistema d'irrigació d'un sol ús.
- Amb port dual.
- Amb tub per irrigació i càmera d'irrigació de pressió manual.
- Connector giratori de 360°.

54101 BEINA ACCÉS URETERAL FR10/35 DONA UN SOL ÚS

- Amb dos canals de treball intern de 3FR i un catèter dilatador.
- Els canals han d'incloure connexions de bloqueig luer-lock.
- Diàmetre extern 12 Fr, diàmetre intern 10 Fr i longitud: 35 cm. Mesures aproximades.

54102 BEINA ACCÉS URETERAL FR12/35 DONA UN SOL ÚS

- Amb dos canals de treball intern de 3FR i un catèter dilatador.
- Els canals han d'incloure connexions de bloqueig luer-lock.
- Diàmetre extern 14 Fr, diàmetre intern 12 Fr i longitud: 35 cm. Mesures aproximades.

54103 BEINA ACCÉS URETERAL FR10/45 HOME UN SOL ÚS

- Amb dos canals de treball intern de 3FR i un catèter dilatador.
- Els canals han d'incloure connexions de bloqueig luer-lock.
- Diàmetre extern 12 Fr, diàmetre intern 10,8 Fr i longitud: 45 cm. Mesures aproximades.

54104 BEINA ACCÉS URETERAL FR12/45 HOME UN SOL ÚS

- Amb dos canals de treball intern de 3FR i un catèter dilatador.
- Els canals han d'incloure connexions de bloqueig luer-lock.
- Diàmetre extern 14 Fr, diàmetre intern 12 Fr i longitud: 45 cm. Mesures aproximades.

MONITOR PER LA VISUALITZACIÓ DE LES IMATGE DE URETEROSCOPI EN CESSIÓ

- Ha d'oferir la visualització de les imatges endoscòpiques captades durant l'ureteroscòpia.
- Ha de tenir una bona qualitat d'imatge.
- Monitor TFT LCD de 12,1" aprox.
- Disc dur de 8GB aprox.
- Ha de poder emmagatzemar imatges estàtiques i vídeos dinàmics en format MP-4 comprimit.
- Ha de tenir port de sortida USB i AV.
- Ha de ser portàtil.

4 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Segons es descriu en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, l'oferta completa constarà de 3 sobres: A, B i C. La documentació tècnica s'ha d'incorporar en el sobre B i l'oferta econòmica al sobre C.

És molt important la correcta distribució de la documentació en els sobres correctes. Qualsevol error invalida la proposta i l'oferta no es podrà avaluar. En el cas que s'incloguin ofertes econòmiques al Sobre B, la licitadora quedarà exclosa.

Cada licitadora només podrà presentar una sola oferta. Les licitadores podran concórrer a qualsevol lot, tanmateix hauran de concórrer a lot sencer.

4.1 SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

Segons es disposa en el PCAP (Plec de Clàusules Administratives Particulars).

4.2 SOBRE B: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (VALORABLE)

Proposta tècnica

La licitadora ha de presentar al SOBRE B, en català i/o castellà una memòria que detalli el següent:

- **El compliment dels requeriments tècnics establerts al punt 3 – Requeriments Tècnics de l'objecte, del present PPT.**
- **Les fitxes tècniques dels articles licitats.**
- **El certificat del marcatge CE (Directiva 93/42/CEE).**
- **La declaració RD 1591/2009.**
- **La memòria de les característiques que són objecte de valoració del punt 5.1 – Criteris subjectius o de judici de valor. (Valorable).**

L'incompliment d'un requeriment tècnic, serà causa d'exclusió de la licitació. Ateses les diferents característiques dels articles objecte de la licitació, s'indica en els Requeriments tècnics generals (punt 3.1 pàg. 5) i en els Requeriments tècnics específics (punt 3.2 pàg. 6), les característiques que conformen l'objecte contractual.

La documentació tècnica inclosa dins el Sobre B s'ha de presentar en dues versions: en suport de paper i en suport informàtic. Podran desestimar-se les propostes que no aportin l'oferta tècnica en els dos suports, paper i informàtic.

En el supòsit que les empreses licitadores no presentin la documentació tècnica amb la suficient qualitat d'informació, i la forma de presentació no sigui la sol·licitada, no es garanteix que la seva oferta sigui avaluada.

Per tal que la Unitat Tècnica de l'IAS pugui valorar amb objectivitat cada una de les ofertes que presenten les licitadores, és necessari que les ofertes es presentin detallades i que els seus apartats siguin identificables, segons les denominacions i epígrafs, essent la valoració de cada un d'ells el que es

descriu en els criteris d'adjudicació especificats en aquest plec i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Es recomana que les memòries siguin concretes i concises amb la mínima extensió possible que permeti la clara comprensió de la proposta aportada. No s'ha d'incloure documentació o informació comercial genèrica si no aporta valor a l'oferta concreta.

4.3 SOBRE C: OFERTA ECONÒMICA (VALORABLE)

Proposta econòmica.

La licitadora ha de presentar al SOBRE C, en català i/o castellà:

L'oferta econòmica segons el model de l'**ANNEX 1. OFERTA ECONÒMICA (pàg. 30 i s.)**, degudament signada.

Caldrà omplir els següents punts:

- 1. Proposta econòmica (màxim 45 punts)**
- 2. Ràpel (màxim 5 punts)**

Les ofertes s'han de presentar en format paper i informatitzat, de la forma que es detalla a **L'ANNEX 1. OFERTA ECONÒMICA (pàg. 30 i s.)**.

5 CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

5.1 CRITERIS SUBJECTIUS O DE JUDICI DE VALOR: MÀXIM 50 PUNTS.

La valoració dels 50 punts es farà en funció de les mostres rebudes, de la següent manera:

LOT 1 - INCONTINÈNCIA URINÀRIA ESFORÇ – SISTEMA TOT – PER GINECOLOGIA

MALLA PER LA CORRECCIÓ DE LA INCONTINÈNCIA URINÀRIA LLEU I MODERADA FEMENINA PER VIA TRANSOBTURADORA TÈCNICA FORA/DINS

ELASTICITAT DE LA MALLA	
Es valorarà l'elasticitat de la malla com a propietat per a la millor adaptació de la pròtesis dins l'organisme.	MÀXIM 15 PUNTS
DENSITAT DE LA MALLA I MIDA DEL PORUS	
Es valorarà la densitat de la malla i la mida del porus amb l'objectiu de minimitzar la quantitat de material protèsic.	MÀXIM 15 PUNTS
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL DISPOSITIU INTRODUTOR	
Es valorarà el conjunt del sistema del dispositiu introductor, en funció de la curvatura, l'ergonomia del mànec, la punta atraumàtica i la composició del material.	MÀXIM 10 PUNTS
FACILITAT D'ÚS I SEGURETAT EN LA TÈCNICA DE COL·LOCACIÓ	
Es valorarà el conjunt relacionat amb la facilitat d'ús tals com: facilitat de tunelització i dissecció i les prestacions de seguretat del kit per evitar lesions a estructures veïnes.	MÀXIM 10 PUNTS
TOTAL	50 PUNTS

LOT 2 - INCONTINÈNCIA URINÀRIA ESFORÇ – SISTEMA TOT – PER UROLOGIA

MALLA SISTEMA CABESTRELL TRANSOBTURADOR SUBURETRAL PER TRACTAMENT INCONTINÈNCIA URINÀRIA ESFORÇ. PROCEDIMENT TOT

ELASTICITAT DE LA MALLA	MÀXIM 10 PUNTS
Es valorarà l'elasticitat de la malla com a propietat per a la millor adaptació de la pròtesis dins l'organisme.	
DENSITAT DE LA MALLA I MIDA DEL PORUS	MÀXIM 10 PUNTS
Es valorarà la densitat de la malla i la mida del porus amb l'objectiu de minimitzar la quantitat de material protèsic.	
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL DISPOSITIU INTRODUTOR	MÀXIM 10 PUNTS
Es valorarà el conjunt del sistema del dispositiu introductor, en funció de la curvatura, l'ergonomia del mànec, la punta atraumàtica i la composició del material.	
FACILITAT D'ÚS I SEGURETAT EN LA TÈCNICA DE COL·LOCACIÓ	MÀXIM 10 PUNTS
Es valorarà el conjunt relacionat amb la facilitat d'ús tals com: facilitat de tunelització i dissecció i les prestacions de seguretat del kit per evitar lesions a estructures veïnes.	
MARCATGE ZONA SUPORT URETRAL	MÀXIM 10 PUNTS
Es valorarà que la malla tingui un marcatge a la zona de suport uretral per saber a on ha de quedar l'uretra.	
TOTAL	50 PUNTS

LOT 3 - INCONTINÈNCIA URINÀRIA ESFORÇ – SISTEMA TVT – PER GINECOLOGIA

MALLA SISTEMA CABESTRELL TRANSVAGINAL RETROPÚBIC PER TRACTAMENT INCONTINÈNCIA URINÀRIA ESFORÇ. PROCEDIMENT TVT

ELASTICITAT DE LA MALLA	MÀXIM 5 PUNTS
Es valorarà l'elasticitat de la malla com a propietat per a la millor adaptació de la pròtesis dins l'organisme.	
DENSITAT DE LA MALLA I MIDA DEL PORUS	MÀXIM 5 PUNTS
Es valorarà la densitat de la malla i la mida del porus amb l'objectiu de minimitzar la quantitat de material protèsic.	
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL DISPOSITIU INTRODUTOR	MÀXIM 15 PUNTS
Es valorarà el conjunt del sistema del dispositiu introductor, en funció de la curvatura, l'ergonomia del mànec, la punta atraumàtica i la composició del material.	
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL SISTEMA D'ANCORATGE	MÀXIM 15 PUNTS
Es valorarà el sistema d'ancoratge entre la malla i els arpons en funció de l'ajustament i la seguretat.	
FACILITAT D'ÚS EN LA TÈCNICA DE COL·LOCACIÓ	MÀXIM 10 PUNTS
Es valorarà la facilitat d'ús en base a la facilitat de tunelització i dissecció, i les prestacions de seguretat del kit per evitar lesions a estructures veïnes com ara la presència d'un tub insertor.	
TOTAL	50 PUNTS

LOT 4 - INCONTINÈNCIA URINÀRIA ESFORÇ – SISTEMA BANDA INCISIÓ ÚNICA – AMB ARPONS

SISTEMA BANDA INCISIÓ ÚNICA PER INCONTINÈNCIA URINÀRIA ESFORÇ FEMENÍ

ELASTICITAT DE LA MALLA	MÀXIM 5 PUNTS
Es valorarà l'elasticitat de la malla com a propietat per a la millor adaptació de la pròtesis dins l'organisme.	
DENSITAT DE LA MALLA I MIDA DEL PORUS	MÀXIM 15 PUNTS
Es valorarà la densitat de la malla i la mida del porus amb l'objectiu de minimitzar la quantitat de material protèsic.	
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL DISPOSITIU INTRODUTOR	MÀXIM 10 PUNTS
Es valorarà el conjunt del sistema del dispositiu introductor, en funció de la curvatura, l'ergonomia del mànec i la composició del material.	
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL SISTEMA D'ANCORATGE	MÀXIM 10 PUNTS
Es valorarà el conjunt del sistema d'ancoratge entre la malla i els arpons en funció de l'ajustament, la seguretat i la capacitat de la modificació de la tensió un cop s'ha ancorat l'arpó.	
FACILITAT D'ÚS EN LA TÈCNICA DE COL·LOCACIÓ	MÀXIM 10 PUNTS
Es valorarà el conjunt relacionat amb la facilitat d'ús en funció de la facilitat de tunelització i dissecció i les prestacions de seguretat del kit per evitar lesions a estructures veïnes.	
TOTAL	50 PUNTS

LOT 5 - INCONTINÈNCIA URINÀRIA ESFORÇ – SISTEMA BANDA INCISIÓ ÚNICA – SENSE ARPONS

INCONTINÈNCIA URINÀRIA ESFORÇ – SISTEMA BANDA INCISIÓ ÚNICA – SENSE ARPONS

ELASTICITAT DE LA MALLA	MÀXIM 5 PUNTS
Es valorarà l'elasticitat de la malla com a propietat per a la millor adaptació de la pròtesis dins l'organisme.	
DENSITAT DE LA MALLA I MIDA DEL PORUS	MÀXIM 15 PUNTS
Es valorarà la densitat de la malla i la mida del porus amb l'objectiu de minimitzar la quantitat de material protèsic.	
RESISTÈNCIA DE LA MALLA	MÀXIM 15 PUNTS
Es valorarà la força de ruptura de la malla al sotmetre-la a una tensió mantinguda.	
FACILITAT D'ÚS I SEGURETAT EN LA TÈCNICA DE COL·LOCACIÓ	MÀXIM 15 PUNTS
Es valorarà el conjunt relacionat amb la facilitat d'ús tals en funció de la facilitat de tunelització i dissecció, les prestacions de seguretat de la implantació per evitar lesions a estructures veïnes i la senyalització de la part central de la malla.	
TOTAL	50 PUNTS

LOT 6 - INCONTINÈNCIA URINÀRIA ESFORÇ – SISTEMA DE GEL HIDRÒFIL

SISTEMA GEL HIDRÒFIL DE FARCIMENT URETRAL PERMANENT NO REABOSRIBIBLE PER INCONTINÈNCIA URINÀRIA FEMENINA

COMPOSCIÓ DEL GEL URETRAL	
Es valorarà la composició del gel uretral en relació a la homogeneïtat i a la biocompatibilitat.	MÀXIM 15 PUNTS
SEGURETAT DEL KIT	
Es valorarà la seguretat del conjunt en relació a la baixa resposta inflamatòria dels teixits al gel, la no migració del gel i la no reducció del volum de gel injectat amb el temps.	MÀXIM 15 PUNTS
PROPIETATS TÈCNIQUES DEL KIT	
Es valorarà les propietats tècniques del conjunt en relació a les xeringues i les agulles.	MÀXIM 10 PUNTS
FACILITAT D'ÚS DEL KIT	
Es valorarà que el conjunt del kit sigui mínimament invasiu assolint la seva funcionalitat i que repercuteixi simplificant el procés i reduint el temps quirúrgic.	MÀXIM 10 PUNTS
TOTAL	50 PUNTS

LOT 7 – PROLAPSE - COLPOSACROPÈXIA PVDF

MALLA MONOFILAR DE POLIVINILIDÈ EN (PVDF) PER PROLAPSE COLPOSACROPÈXIA

DENSITAT DE LA MALLA	
Es valorarà la densitat de la malla amb l'objectiu de minimitzar la quantitat de material protèsic.	MÀXIM 15 PUNTS
POROSITAT DE LA MALLA	
Es valorarà la porositat de la malla per tal de promoure la integració tissular i la facilitat del pas de l'agulla per suturar.	MÀXIM 15 PUNTS
RESISTÈNCIA DE LA MALLA	
Es valorarà la força de ruptura de la malla al sotmetre-la a una tensió mantinguda.	MÀXIM 10 PUNTS
DEFORMITAT DE LA MALLA	
Es valorarà l'estabilitat de la forma de la malla quan se la sotmet a una tensió.	MÀXIM 10 PUNTS
TOTAL	50 PUNTS

LOT 8 – PROLAPSE - COLPOSACROPÈXIA PP

MALLA MONOFILAR DE POLIPROPILÈ PER PROLAPSE COLPOSACROPÈXIA

DENSITAT DE LA MALLA	
Es valorarà la densitat de la malla amb l'objectiu de minimitzar la quantitat de material protèsic.	MÀXIM 15 PUNTS
POROSITAT DE LA MALLA	
Es valorarà la porositat de la malla per tal de promoure la integració tissular i la facilitat del pas de l'agulla per suturar.	MÀXIM 15 PUNTS
RESISTÈNCIA DE LA MALLA	
Es valorarà la força de ruptura de la malla al sotmetre-la a una tensió mantinguda.	MÀXIM 10 PUNTS
DEFORMITAT DE LA MALLA	
Es valorarà l'estabilitat de la forma de la malla quan se la sotmet a una tensió.	MÀXIM 10 PUNTS
TOTAL	50 PUNTS

LOT 9 - PROLAPASE V VAGINAL

SISTEMA SUBJECCIÓ VAGINAL POP AMB MALLA

COMPOSICIÓ DELS ARPONS I DEL FIL DE SUTURA

Es valorarà la composició dels arpons tenint en compte la capacitat d'integració d'aquests als teixits, la resistència a la tracció i el tipus de fil de sutura.

MÀXIM 10 PUNTS

CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES DELS APLICADORS

Es valorarà el conjunt de característiques tècniques dels aplicadors en funció del disseny de l'aplicador, la seguretat de la fixació de l'arpó a l'aplicador i la facilitat d'alliberació de l'arpó respecte l'aplicador.

MÀXIM 10 PUNTS

DENSITAT DE LA MALLA

Es valorarà la densitat de la malla amb l'objectiu de minimitzar la quantitat de material protèsic.

MÀXIM 10 PUNTS

POROSITAT DE LA MALLA

Es valorarà la porositat de la malla per tal de promoure la integració tissular i la facilitat del pas de l'agulla per suturar.

MÀXIM 10 PUNTS

DEFORMITAT DE LA MALLA

Es valorarà l'estabilitat de la forma de la malla quan se la sotmet a una tensió.

MÀXIM 10 PUNTS

TOTAL

50 PUNTS

SISTEMA D'ARPONS PER A FIXACIÓ VAGINAL PER POP - SENSE MALLA

COMPOSICIÓ DELS ARPONS I DEL FIL DE SUTURA	
Es valorarà la composició dels arpons tenint en compte la capacitat d'integració d'aquests als teixits, la resistència a la tracció i el tipus de fil de sutura.	MÀXIM 15 PUNTS
CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES DELS APLICADORS	
Es valorarà el conjunt de característiques tècniques dels aplicadors en funció del disseny de l'aplicador, la seguretat de la fixació de l'arpó a l'aplicador i la facilitat d'alliberació de l'arpó respecte l'aplicador.	MÀXIM 15 PUNTS
SEGURETAT DEL KIT	
Es valorarà la seguretat del kit per evitar lesions a estructures veïnes.	MÀXIM 10 PUNTS
FACILITAT D'ÚS DEL KIT	
Es valorarà que el conjunt del kit sigui mínimament invasiu assolint la seva funcionalitat i que repercuteixi simplificant el procés i reduint el temps quirúrgic.	MÀXIM 10 PUNTS
TOTAL	50 PUNTS

LOT 10 - SUSPENSÍO LATERAL LAPAROSCÒPIA (LLS) – TÈCNICA DUBUISSON

MALLA SUSPENSÍO LATERAL LAPAROSCÒPIA (LLS) TÈCNICA DUBUISSON

DENSITAT DE LA MALLA	
Es valorarà la densitat de la malla amb l'objectiu de minimitzar la quantitat de material protèsic.	MÀXIM 15 PUNTS
SEGURETAT I MORFOLOGIA DE LA MALLA	
Es valorarà l'acabat atraumàtic de la malla per assegurar una correcta integració, que produeixi la mínima reacció inflamatòria i que tingui la forma original de la malla per tècnica Dubuisson.	MÀXIM 15 PUNTS
POROSITAT DE LA MALLA	
Es valorarà la porositat de la malla per tal de promoure la integració tissular i la facilitat del pas de l'agulla per suturar.	MÀXIM 10 PUNTS
DEFORMITAT DE LA MALLA	
Es valorarà l'estabilitat de la forma de la malla quan se la sotmet a una tensió.	MÀXIM 10 PUNTS
TOTAL	50 PUNTS

LOT 11 – INCONTINENCIA URINÀRIA D'URGÈNCIA SISTEMA INJECCIÓ BOTOX

AGULLA PER INJECCIÓ DE SUBSTÀNCIES A L'APARELL URINARI INFERIOR

COBERTURA PROTECTORA DE L'AGULLA	
Es valorarà el conjunt d'elements de la cobertura protectora de l'agulla que permetin una major vida útil del citoscop flexible.	MÀXIM 15 PUNTS
SECCIÓ PUNXANT DE L'AGULLA	
Es valorarà la longitud de la secció punxant de l'agulla.	MÀXIM 15 PUNTS
CAPACITAT DE DEFLEXIÓ DE L'AGULLA	
Es valorarà la capacitat de curvatura de l'agulla.	MÀXIM 10 PUNTS
SEGURETAT DE L'AGULLA	
Es valorarà la seguretat que ofereix l'agulla per tal de prevenir les perforacions endoscòpiques.	MÀXIM 10 PUNTS
TOTAL	50 PUNTS

LOT 12 – CONJUNT URETEROSCÒPIA

**URETEROSCOPI FLEXIBLE UN SOL ÚS + POTENCIADOR IRRIGACIÓ UN SOL ÚS +
BEINES ACCÉS URETRAL UN SOL ÚS + MONITOR EN CESSIÓ**

URETEROSCOPI FLEXIBLE UN SOL ÚS

Es valorarà el pes del dispositiu i l'ergonomia del conjunt del mànec. **Màxim 10 punts.**

Es valorarà el conjunt de característiques que ofereix el mànec com el control i el bloqueig de l'angulació. **Màxim 10 punts.**

Es valorarà el grau de deflexió del vàsteg del dispositiu. **Màxim 5 punts.**

MÀXIM 25 PUNTS

POTENCIADOR IRRIGACIÓ UN SOL ÚS

Es valorarà la pressió exercida per l'irrigador. **Màxim 5 punts.**

MÀXIM 5 PUNTS

BEINES ACCÉS URETRAL UN SOL ÚS

Es valorarà la visualització que ofereix la beina per mesurar la dilatació de l'urèter i conèixer la ubicació de la punta distal. **Màxim 10 punts.**

Es valorarà la flexibilitat i la resistència de la beina per garantir un accés segur i atraumàtic. **Màxim 5 punts.**

Es valorarà el conjunt de mesures de diàmetre extern i intern que ofereixi la beina. **Màxim 5 punts.**

MÀXIM 20 PUNTS

TOTAL

50 PUNTS

5.2 CRITERIS OBJECTIUS O AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT. MÀXIM 50 PUNTS

Proposta econòmica. Criteris avaluables automàticament màxim 50 punts. (ANNEX 1. OFERTA ECONÒMICA (pàg. 30 i s.).

Criteris de valoració de les ofertes. La valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmica més avantatjosa per a cadascun dels lots objecte de la licitació, es durà a terme per l'aplicació dels següents criteris de valoració:

1. PREU DE L'OBJECTE (FINS A 45 PUNTS)

En aquest concepte es tindrà en compte el preu final a satisfer per l'òrgan de contractació en cas de ser adjudicat, inclosos, si s'escau, els accessoris, formació, treballs d'instal·lació i posta en marxa, permisos, etc. (llevat l'IVA).

L'oferta més econòmica, sempre i quan compleixi els requeriments tècnics mínims indicats al plec de prescripcions tècniques, obtindrà la màxima puntuació: **45 punts**.

Les restants ofertes obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula (inversament proporcional):

$$Px = (Oe/Ox) * 45$$

On:

Px: puntuació oferta valorada

Oe: preu oferta més econòmica (IVA exclòs)

Ox: preu oferta valorada (IVA exclòs)

Les proposicions es qualificaran d'anormalment baixes, quan la consideració global de la proposta d'execució de l'objecte contractual de la licitadora o licitadores, sigui inferior al 20% de la mitjana de proposicions sobre el preu de licitació.

2. RÀPEL (FINS A 5 PUNTS)

La licitadora podrà presentar oferta d'aplicació d'un ràpel al final de cada any natural, sobre el total de la facturació, per aquest concepte, sempre i quan compleixi els requeriment tècnics mínims indicats al plec de prescripcions tècniques. Obtindrà la màxima puntuació de **5 punts** l'oferta amb el ràpel més alt.

Les restants propostes de ràpels obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula (directament proporcional) :

$$Px = (Ox/Oe) * 5$$

On:

Px: puntuació ràpel valorat

Ox: proposta de % ràpel ofert

Oe: proposta de % ràpel més alta

6 CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT

La recepció del material s'haurà de fer al magatzem de Compres Generals, situat a la planta baixa de l'Hospital Santa Caterina, del Parc Hospitalari Martí i Julià, c/ Dr. Castany, s/n, 17190 de Salt (Girona) amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció de material i dins l'horari establert pel centre: 8 h a 14 h.

El lliurament de qualsevol tipus de material haurà de ser cursat per comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda oficial.

El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora.

El centre verificarà la integritat de l'embalatge en el moment de la rebuda del material. En el cas que aquest no arribi en les condicions adequades i establertes per el centre, es retornarà a l'empresa.

L'objecte s'haurà de transportar degudament embalat i protegit. El deteriorament de l'objecte degut a la manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega o instal·lació, serà imputable a l'adjudicatari. L'empresa adjudicatària es compromet a reposar l'objecte malmès en un termini no superior a 48h.

El lliurament del material haurà d'anar amb el corresponent albarà original i còpia. L'original serà pel destinatari (IAS), al proveïdor se li lliurarà la còpia amb el segell.

L'albarà haurà d'anar valorat i s'hi haurà de fer constar les següents dades:

- Número de comanda
- Número d'article de l'IAS
- Número d'expedient
- Número d'albarà

Els albarans hauran d'anar a l'exterior dels paquets.

En cas de lliuraments paletitzats, les mercaderies es lliuraran en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-la (precinte transparent, etc...). Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu. L'alçada del palet i la càrrega no podrà superar en cap cas els 185 cm.

7 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

L'empresa contractista, haurà d'aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant del pagament en termini.

L'empresa contractista, en l'elaboració i presentació de l'objecte del contracte, ha d'incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l'ús del llenguatge i de la imatge.

L'empresa contractista, en relació a l'embalatge de l'objecte (Directiva 94/62/CE) i l'impacte d'aquest al medi ambient, rep les següents recomanacions:

- No fer ús de plàstics que comportin la formació i/o emissió al medi ambient de substàncies tòxiques bioacumulables.
- Utilització de materials reciclats, com el paper o cartró reciclat, així com embalatges reutilitzables.

La licitadora té l'obligació de gestionar aquells embalatges, inclosos a les comandes que rep el centre, que no són reutilitzables, i els farà reciclar per un gestor de residus autoritzat.

8 DADES DE CONTACTE

Per tal de complimentar la informació tècnica que es dona en el present Plec, i per qualsevol dubte, aclariment o visita tècnica, les empreses interessades podran concertar visita contactant amb els Serveis Logístics de l'IAS als telèfons i/o als correus electrònics següents:

607 07 19 45 - logistica@ias.cat

972 18 26 00. Ext. 1082 - susanna.payet@ias.cat

Per qüestions jurídiques: Sra. M^a Jesús Costa, telèfon 972 182 509 - mariajesus.costa@ias.cat

Signat. Vicens Lloret Alba
Cap de Serveis Logístics de l'IAS
Salt, 25 de novembre de 2020

9 ANNEXES**9.1 ANNEX 1. OFERTA ECONÒMICA: PROPOSTA I RÀPEL**

El/la Sr./Sra.....amb residència
a.....al carrer.....número.....i amb
NIF....., declara que, assabentat/da de les condicions i requisits que s'exigeixen
per poder ser l'empresa adjudicatària del contracte....., amb expedient
número....., es compromet (en nom propi/ en nom i presentació de
l'empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per
l'import total (TRES anualitats) de:.....€ (xifra en lletres
i en números), IVA exclòs.

PREU IVA (o exempt)

IMPORT TOTAL IVA INCLÒS:

I un ràpel al final de cada any natural del%.

IMPORT 1 ANUALITAT SENSE IVA:

PREU IVA 1 ANUALITAT:

IMPORT TOTAL 1 ANUALITAT IVA INCLÒS:

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.

LOT / CODI	DESCRIPCIÓ	PREVISIÓ UNITATS CONSUM ANUAL	PREU MÀXIM UNITARI SENSE IVA	IMPORT ANUAL TOTAL SENSE IVA	TIPUS IVA	IMPORT ANUAL TOTAL AMB IVA
LOT 1 - INCONTINÈNCIA URINÀRIA D'ESFORÇ SISTEMA TOT PER GINECOLOGIA						
52722	MALLA PER LA CORRECCIÓ DE LA INCONTINÈNCIA URINÀRIA LLEU I MODERADA FEMENINA PER VIA TRANSOBTURADORA TÈCNICA FORA/DINS	10				
LOT 2 - INCONTINÈNCIA URINÀRIA D'ESFORÇ SISTEMA TOT PER UROLOGIA						
54089	MALLA SISTEMA CABESTRELL TRANSOBTURADOR SUBURETRAL PER TRACTAMENT INCONTINÈNCIA URINÀRIA ESFORÇ. PROCEDIMENT TOT	12				
LOT 3 - INCONTINÈNCIA URINÀRIA D'ESFORÇ SISTEMA TVT PER GINECOLOGIA						
53085	MALLA SISTEMA CABESTRELL TRANSVAGINAL RETROPÚBIC PER TRACTAMENT INCONTINÈNCIA URINÀRIA ESFORÇ. PROCEDIMENT TVT	2				
LOT 4 - INCONTINÈNCIA URINÀRIA ESFORÇ SISTEMA BANDA INCISIÓ ÚNICA AMB ARPONS						
53949	SISTEMA BANDA INCISIÓ ÚNICA PER INCONTINÈNCIA URINÀRIA ESFORÇ FEMENÍ	10				
LOT 5 - INCONTINÈNCIA URINÀRIA ESFORÇ SISTEMA BANDA INCISIÓ ÚNICA SENSE ARPONS						
53783	MALLA PER LA CORRECCIÓ DE LA INCONTINÈNCIA URINÀRIA LLEU I MODERADA FEMENINA VIA TRANSVAGINAL SEGONS TÈCNICA D'INCISIÓ ÚNICA	10				
LOT 6 - INCONTINÈNCIA URINÀRIA D'ESFORÇ SISTEMA HIDROGEL						
54081	SISTEMA D'HIDROGEL DE FARCIMENT URETRAL PERMANENT NO REABOSRIBIBLE PER INCONTINÈNCIA URINÀRIA FEMENINA	35				
LOT 7 – PROLAPSE - COLPOSACROPÈXIA PVDF						
52362	MALLA MONOFILAR DE POLIVINILIDÈ EN (PVDF) PER PROLAPSE COLPOSACROPÈXIA	2				
LOT 8 – PROLAPSE - COLPOSACROPÈXIA PP						
54099	MALLA MONOFILAR DE POLIPROPILE PER PROLAPSE COLPOSACROPÈXIA	5				
LOT 9 - PROLAPSE V VAGINAL						
52721	SISTEMA SUBJECCIÓ VAGINAL PER POP AMB MALLA	5				
54100	SISTEMA D'ARPONS PER A FIXACIÓ VAGINAL PER POP SENSE MALLA	10				
TOTAL LOT 9			0,00 €	0,00 €		0,00 €
LOT 10 - SUSPENSIO LATERAL LAPAROSCÒPICA (LLS)- TÈCNICA DUBUISSON						
54065	MALLA SUSPENSIO LATERAL LAPAROSCÒPICA (LLS) TÈCNICA DUBUISSON	7				
LOT 11 - INCONTINÈNCIA URINÀRIA D'URGÈNCIA SISTEMA INJECCIÓ BOTOX						
53089	AGULLA D'INJECCIÓ DE SUBSTÀNCIES A L'APARELL URINARI INFERIOR	30				
LOT 12 – CONJUNT URETEROSCÒPIA						
54105	URETEROSCOPI FLEXIBLE UN SOL ÚS	35				
54116	POTENCIADOR IRRIGACIÓ UN SOL ÚS	35				
54101	BEINA ACCÉS URETERAL FR10/35CM DONA	12				
54102	BEINA ACCÉS URETERAL FR12/35CM DONA	12				
54103	BEINA ACCÉS URETERAL FR10/45CM HOME	12				
54104	BEINA ACCÉS URETERAL FR12/45CM HOME	12				
TOTAL LOT 12			0,00 €	0,00 €		0,00 €