

ANNEX VALORACIÓ TÈCNICA B1

EXPEDIENT: OBE 20/587 SUBMINISTRAMENT PER UNA CORRECTE REALITZACIÓ DE BIÒPSIA ASSISTIDA PER BUIT

LOT S100463			
CODI HSP	DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	REQUISITS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES	
2003003	Marcador de teixit mamari	Sistema de marcatge intern per a biòpsia de mama, consta d'un aplicador amb 3 coixinets d'àcid polglicòlic, visible per ultrasò de 3-12 setmanes i reabsorbibles en 12 setmanes. • Estèril. • Un sol ús.	
2003041	Agulla biòpsia	Agulla per a biòpsia de 10G amb cistella recol·lectora de mostra per l'equip de biòpsia de mama, sistema d'aspiració al buit. • Punta d'agulla tri còncaua. • Que permeti control i maneig amb pedal extern. • Estèril • Un sol ús.	
2003444	Guia per agulla de biòpsia mamària	Guia per a agulla de biòpsia mamària de 10G per a sistema d'aspiració al buit, policarbonat. • Estèril. • Un sol ús. • Lliure de làtex	
2003449	Cassetes de tubs de buit i eixugat	Cassetes de tubs de buit i eixugat , que ofereix buit i l'opció d'administrar eixugat amb solució salina a la trampa de la mostra durant la biòpsia.	
2019918	Cistella de buit	Cistella amb tubs incorporats, per a biòpsia de mama assistida per buit. • Estèril. • Un sol ús.	
Equipament de cessió			
L'adjudicatari haurà de cedir un sistema destinat a l'obtenció de teixit mamari amb la finalitat de realitzar anàlisi histològic amb l'extirpació parcial de l'anomalia. El sistema ha d'estar compost de: • Carro de transport rodable de: - o Consola amb sistema de buit i irrigació. - o Processador del sistema. - o Pantalla Interface. • Peça de mà de control de l'agulla i sistema de succió. • Sistema d'ancoratge a la taula estereotàxica. - L'empresa haurà de descriure amb tot detall el sistema de buit que oferta. - L'empresa disposarà d'un delegat en la zona, disponible davant qualsevol necessitat de la Unitat de Mama. - L'empresa s'encarregarà de la seva revisió, manteniment i actualització com es detalla en el següent apartat.			
Criteris avaluable mitjançant judicis de valor (B1) Fins a 26 punts.	LICITADOR	BARD DE ESPAÑA	
	COMPLIMENT PPT	El licitador compleix amb els requeriments del Plec de Prescripcions tècniques i, per tant, es procedeix a valorar.	
	Puntuació màxima	Motivació	Puntuació
Equip en cessió: - Simplicitat per col·locar un marcador. - Màneg lleuger. - Versatilitat i comoditat en programació. - Qualitat de les mostres. - Rentat automàtic de les mostres	20	Es puntua amb la màxima puntuació atès que el sistema presentat s'ajusta de forma òptima als criteris valorats. Resulta ergonòmic, eficaç i senzill.	20
Total puntuació	20		20
Formació: - Detall i especificació de la formació continuada al personal de la Unitat de mama en la tècnica de biòpsia assistida al buit. Fins a 6 punts.	6	Es puntua amb la màxima puntuació atès que la proposta s'adapta correctament a les necessitats del centre. La formació és detallada, personalitzada i inclou la possibilitat de realitzar consultes de forma remota.	6
Total puntuació	6		6
TOTAL PUNTUACIÓ B1		BARD DE ESPAÑA	26

Barcelona, a 19 de maig de 2021

Dr. Xavier Borràs
Director Mèdic