

Informe valoratiu del sobre únic de l'expedient de contractació del subministrament de MISEQ REAGENT KITS per el Centre de Genètica Cardiovascular (GENCARDIO) de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI). EXP 202134.

En el marc del que consta en l'expedient administratiu tant en l'informe de la necessitat de contractar com en l'informe d'exclusivitat per raons tècniques i als efectes de continuar amb el Projecte de recerca actual d'investigació en relació a l'adquisició de reactius amb les característiques tècniques idònies per l'equip de seqüenciació MiSEQ, s'informa del següent:

1. OFERTA REBUDA

ILLUMINA PRODUCTOS DE ESPAÑA, S.L.U., amb domicili al Plaza Pablo Ruiz Picasso, Nº1 – Torre Picasso – planta 38 de 28020 MADRID.

2. REQUERIMENTS MÍNIMS del PPT.

OBJECTE

L'objecte del present procediment es el subministrament de forma successiva i per preus unitaris, segons l'article 16.3.a) de la LCSP, de **MISEQ REAGENT KIT V3 (150 cycles) - MS-102-3001**, **MISEQ REAGENT KIT V3 (600 cycles) - MS-102-3003** i **MISEQ REAGENT KIT V2 (300 Cycles) - MS-102-2002**.

El subministrament de reactius és per a l'ús de l'equipament d'ultraseqüenciació MiSEQ (Illumina), segons necessitats de la Unitat d'investigació i diagnòstic de l'IDIBGI (responsable de Gencardio Diagnòstics).

Els reactius objecte de subministrament són:

LOT 1: MISEQ REAGENT KIT V3 (150 cycles) - MS-102-3001.

LOT 2: MISEQ REAGENT KIT V3 (600 Cycles) - MS 102-3003.

LOT 3: MISEQ REAGENT KIT V2 (300 Cycles) - MS-102-2002.

Així doncs, l'entrega de forma successiva es realitzarà segons necessitats de GENCARDIO (IDIBGI), d'acord amb els consums relatius a l'any anterior, l'IDIBGI estima que les necessitats d'aquests reactius, durant l'objecte del present contracte seran previsiblement **d'unes 145**

sense mínim fixat.

3. VALORACIÓ TÈCNICA.

VALORACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES.

El contingut de l'oferta tècnica de ILLUMINA PRODUCTOS DE ESPAÑA, S.L.U, s'ajusta als paràmetres i requeriments tècnics esmentats, atès que acredita el producte adient per al seu ús en la ultra seqüenciació MiSEQ.

La licitadora aporta dossier tècnic amb les especificacions requerides al PPT:

MS-102-3001 - MISEQ REAGENT KIT V.3 (150-cycle) provides kitted reagents for up to 175 cycles of sequencing on the MiSeq System. Includes: Paired:-End Reagent plate (150-cycles), MiSeq Flow Cell, and Wash Buffer.

MS-102-3003 – MISEQ REAGENT KIT V.3 (600-cycle) provides kitted reagents for up to 625 cycles of sequencing on the MiSeq System. Includes: Paired:-End Reagent plate (600-cycles), MiSeq Flow Cell, and Wash Buffer.

MS-102-2002 - MISEQ REAGENT KIT V2 (300-cycle) – MISEQ V2 REAGENT KIT, 300 cycles per kit.

ILLUMINA també aporta el certificat d'exclusivitat on indica que els productes: **MISEQ REAGENT KIT V3 (150 cycles) - MS-102-3001, MISEQ REAGENT KIT V3 (600 cycles) - MS-102-3003 i MISEQ REAGENT KIT V2 (300 Cycles) - MS-102-2002**, són exclusius i n'és la única empresa al món que fabrica aquests reactius compatibles amb el mètode de seqüenciació SBS i en concret el kits objecte de la licitació. ILLUMINA PRODUCTOS DE ESPAÑA, S.L.U es la única empresa a Espanya que promociona i comercialitza aquest kit. L'exclusivitat dels components utilitzats amb la tecnologia de seqüenciació d'ILLUMINA i els mètodes creats per la mateixa estan patentats al registre europeu.

ILLUMINA PRODUCTOS DE ESPAÑA SLU, ha presentat la següent oferta econòmica de:

LOT 1: MISEQ REAGENT KIT V3 (150 cycles) - MS-102-3001:

El preu UNITARI de MISEQ REAGENT KIT V.3 (150 cycles) – MS102-3001 es de **947€**, IVA no inclòs.

LOT 2: MISEQ REAGENT KIT V3 (600 Cycles) – MS 102-3003:

El preu UNITARI de MISEQ REAGENT KIT V3 (600 cycles) - MS-102-3003 es de **1.600€** IVA no inclòs.

LOT 3: MISEQ REAGENT KIT V2 (300 Cycles) - MS-102-2002:

El preu UNITARI de MISEQ REAGENT KIT V2 (300 cycles) - MS-102-2002 es de **1.094€** IVA no inclòs.

El preu màxim per als 3 lots serà de 147.520€ sense IVA en una previsió de número estimat d'unitats compra de 110 unitats per al LOT 1: MISEQ REAGENT KIT V3 (150 cycles) - MS-102-3001, 10 unitats per al LOT 2: MISEQ REAGENT KIT V3 (600 Cycles) - MS 102-3003 i 25 unitats per al LOT 3: MISEQ REAGENT KIT V2 (300 Cycles) - MS-102-2002.


Aquesta unitat tècnica considera que l'oferta econòmica presentada compleix amb la prestació de serveis a remunerar objecte del contracte. Tanmateix i, d'acord amb el que disposa el PCAP, s'ha de negociar l'oferta econòmica amb l'import assenyalat.

Així les coses, aquesta Unitat proposa a l'òrgan de contractació de l'IDIBGI, l'adjudicació de l'expedient de contractació administrativa NR.202134, a la licitadora:

ILLUMINA PRODUCTOS DE ESPAÑA S.L.U, amb l'import que correspongui d'acord amb la negociació de l'oferta econòmica que se'n resulti.



**Institut
d'Investigació
Biomèdica
de Girona
Dr. Josep Trueta**



Dr. Ramon Brugada 10-8-21
Investigador Principal IDIBGI
Centre de Genètica Cardiovascular