

Acord Marc del subministrament de MATERIAL D'EXPLORACIÓ, DIAGNÒSTIC I REGISTRE

Resolució d'esmena de l'expedient

Atès que en data 2 d'agost de 2021 es va aprovar la resolució de l'expedient de contractació **CB FHAG CSC M 3/20** del contracte basat de l'acord marc del subministrament de **MATERIAL D'EXPLORACIÓ, DIAGNÒSTIC I REGISTRE**;

Atès que en data 10 d'agost de 2021 es van enviar les invitacions per participar al contracte basat a les empreses homologades a l'acord marc de referència;

Atès que s'ha detectat un error tipogràfic a la invitació, en concret a l'annex 1, on consten el desgloss del criteri d'adjudicació "característiques i composició dels materials" on per error es va especificar una puntuació màxima per article inferior al que li correspon (25 punts) ;

Atès el que disposa l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques;

RESOLC:

PRIMER.- Rectificar l'annex 1 adjunt a la invitació de la licitació amb número d'expedient CB FHAG CSC M 3/20.

Per l'anteriorment exposat, es realitzen les esmenes següents:

1. Esmenar l'annex 1 adjunt a la invitació tal i com consta a l'annex adjunt a la present resolució.

SEGON.- Ampliar el termini de presentació de les ofertes i, en conseqüència, la data màxima de presentació de les ofertes serà el dia 27 de setembre de 2021, abans de les 14:00 hores.

TERCER.- Ordenar la publicació de les resolucions precedents així com, la publicació del plec de prescripcions tècniques i la base de dades esmenats.

Sr. Rafael Lledó Rodríguez
Director General
FUNDACIÓ HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS

Signat digitalment

Annex 1

802010130 ART. 1912 ELÈCTRODE PROVA ESFORÇ	MÀXIMA PUNTUACIÓ 25 punts
* Connexió de corxet descentrat	6
* Alta conductivitat per qualitat òptima de senyal	6
* Grau adherència durant la seva utilització	5
* No provoca reaccions al·lèrgiques	5
* Presentació quantitat: màxim 50 electrodes	1
* embolcall de facil obertura, informació llegible i que no es trenqui	2

25

802010136 ART. 1918 ELÈCTRODE ESTIMULACIO ADHESIU SENSE PINÇA	MÀXIMA PUNTUACIÓ 25 punts
* Presentació blister quantitat estàndard per prova: 4 electrodes	1
* Cable correctament sellat a l'electrode.	7
* No provoca reaccions al·lèrgiques	7
* no residu a la retirada de l'electrode	8
* embolcall de facil obertura, informació llegible i que no es trenqui	2

25

802010146 ART. 1917 ELECTRODE REBUT DESFIBRIL.LADOR	MÀXIMA PUNTUACIÓ 25 punts
* Connexió adaptable aparell desfibrilació segons descripció tècnica	6
* Cable correctament sellat a l'electrode	6
* Grau adherència durant la seva utilització	6
* No provoca reaccions al·lèrgiques	5
* embolcall de facil obertura, informació llegible i que no es trenqui	2

25

8020101050 ART. 1919 ELÈCTRODE MONITORITZACIÓ PROLONGADA	MÀXIMA PUNTUACIÓ 25 punts
* Connexió de corxet centrat	4
* De material transpirable apte per llarga permanència	4
* Reforç central en làmina plàstica resistent a fluïts	4
* Alta conductivitat per qualitat òptima de senyal	5
* Grau adherència durant la seva utilització	3
* Memoria adhesiva	2
* No provoca reaccions al·lèrgiques	1
* Presentació quantitat: màxim 30 electrodes	1
* embolcall de facil obertura, informació llegible i que no es trenqui	1

25



Hospital General de Granollers

Hospital Universitari

Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

802010155 ART. 15996 ELECTRODE DESFIBRIL.LADOR PEDIÀTRIC	MÀXIMA PUNTUACIÓ 25 punts
*Connexió adaptable aparell desfibrilació segons descripció tècnica	6
* Cable correctament sellat a l'electrode	6
* Grau adherencia durant la seva utilització	6
* No provoca reaccions alèrgiques	5
* embolcall de facil obertura, informació llegible i que no es trenqui	2

25

802010156 ART. 15995 ELECTRODE DESFIBRIL.LADOR ADULT	MÀXIMA PUNTUACIÓ 25 punts
*Connexió adaptable aparell desfibrilació segons descripció tècnica	6
* Cable correctament sellat a l'electrode	6
* Grau adherencia durant la seva utilització	6
* No provoca reaccions alèrgiques	5
* embolcall de facil obertura, informació llegible i que no es trenqui	2

25

802010164 ART. 1913 ELECTRODE DIAGNOSTIC ECG ADULT ENGANXINA	MÀXIMA PUNTUACIÓ 25 punts
* Grafito a la totalita de l'electrode	5
* Llengüeta fàcilment adaptable/manipulable	5
* Alta conductivitat per qualitat òptima de senyal	7
* Grau adherencia durant la seva utilització	3
* No provoca reaccions alèrgiques	3
* Presentació blister quantitat estàndard per prova: 10 electrodes	1
* embolcall de facil obertura, informació llegible i que no es trenqui	1

25

80210167 ART.13806 ELECTRODE MONITORITZACIÓ ESTANDARD	MÀXIMA PUNTUACIÓ 25 punts
* Connexió de corxet centrat	4
* Reforç central en làmina plàstica resistent a fluids	4
* Alta conductivitat per qualitat òptima de senyal	7
* Grau adherencia durant la seva utilització	3
* Memoria adhesiva	3
* No provoca reaccions alèrgiques	2
* Presentació quantitat: màxim 50 electrodes	1
* embolcall de facil obertura, informació llegible i que no es trenqui	1

25

802010170 ART. 1909 ELÈCTRODE MONITORITZACIÓ NEONAT	MÀXIMA PUNTUACIÓ 25 punts
--	------------------------------



Hospital General de Granollers

Hospital Universitari

Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

* Alta conductivitat per qualitat òptima de senyal	5
* Grau adherencia durant la seva utilització	5
* Memoria adhesiva	5
* No provoca reaccions alèrgiques	5
* Presentació blister quantitat estàndard per prova: 3 electrodes	4
* embolcall de facil obertura, informació llegible i que no es trenqui	1

25

8020101073	MÀXIMA
ART. 11856 ELECTRODE REBUT DESFIBRIL.LADOR	PUNTUACIÓ 25 punts
*Connexió adaptable aparell desfibrilació segons descripció tècnica	6
* Cable correctament sellat a l'electrode	6
* Grau adherencia durant la seva utilització	6
* No provoca reaccions alèrgiques	5
* embolcall de facil obertura, informació llegible i que no es trenqui	2

25