

**Expedient de contractació núm. 2021.01**

Acord marc de subministrament d'aparells desfibril·ladors (DEA) i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Neus Roura i Serra, Oficial Major de la Diputació de Lleida i Secretària del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL),

**CERTIFICO:**

Que segons consta a l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària de la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local celebrada el dia 28 de setembre de 2021 i, per tant, a reserva dels termes que resultin de la seva aprovació definitiva, fou aprovat per unanimitat dels seus membres presents, l'acord que transcrit literalment és com segueix:

**"04.- Aprovació, si escau, de la rectificació d'errors materials en el Plec de Prescripcions Tècniques de l'Acord marc de subministrament d'aparells desfibril·ladors (DEA) i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2021.01).**

**ANTECEDENTS DE FET**

El Consorci Català pel Desenvolupament Local, actualment, està portant a terme la licitació de l'Acord marc de subministrament d'aparells desfibril·ladors (DEA) i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient de contractació 2021.01).

En data de 29 de juliol 2021 es va publicar en el perfil de contractant el Plec de Clàusules Administratives Particulars (en endavant, PCAP) i resta de documentació relativa a la dita licitació.

Amb data 5 d'agost de 2021 es va emetre la Resolució de Presidència núm. 42/2021, de correcció d'errors materials, de fet i/o aritmètics detectats en l'Annex 3.1 del PCAP i a la clàusula 3 del Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant, PPT).

Obert el termini de presentació d'ofertes, i ateses les consultes rebudes i la sessió informativa a potencials licitadors celebrada el passat 2 de setembre d'enguany, s'han detectat altres errors materials en el redactat dels plecs tècnics.

Atès aquest fet, en data 8 de setembre d'enguany, s'ha emès la Resolució de Presidència núm. 45/2021, de suspensió del procediment de licitació per tal de rectificar els errors materials detectats.

De conformitat amb la part dispositiva de l'esmentada Resolució 45/2021, s'ha donat trasllat als serveis tècnics encarregats d'aquesta licitació per tal que procedixin a l'anàlisi i subsanació, si escau, dels **errors materials detectats en el PPT**, amb el següent resultat:

**a) Clàusula 1 del PPT (OBJECTE MATERIAL I DIVISIÓ EN LOTS)**

A la clàusula 1 del PPT, al descriure el Lot 6, s'ha detectat que es feia referència a una institució actualment no existent, per la qual cosa es rectifica el redactat incorporant literalment la previsió del Decret 151/2012, de 20 de novembre, sobre les entitats formadores (article 8 del Decret).

Així, on diu:

Servei d'accions formatives: curs inicial.

**Expedient de contractació núm. 2021.01**

Acord marc de subministrament d'aparells desfibril·ladors (DEA) i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya

*Sessió formativa inicial de 6 hores de durada, per a un màxim de 8 persones, amb els contingut del programa oficial establert pel Decret 151/2012 de 20 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits d'utilització i ús de desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari, amb certificat acreditatiu del curs **de l'IES de la Generalitat de Catalunya. Té una vigència de 2 anys.***

*Servei d'accions formatives: curs de reciclatge.*

*Sessió formativa de reciclatge de 1,5 hores de durada, per a un màxim de 8 persones, amb els contingut del programa oficial establert pel Decret 151/2012 de 20 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits d'utilització i ús de desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari, amb certificat acreditatiu del curs **de l'IES de la Generalitat de Catalunya. Té una vigència de 2 anys.***

Ha de dir:

*Servei d'accions formatives: curs inicial.*

*Sessió formativa inicial de 6 hores de durada, per a un màxim de 8 persones, amb els contingut del programa oficial establert pel Decret 151/2012 de 20 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits d'utilització i ús de desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari, amb certificat acreditatiu del curs **emès per l'entitat (pública o privada) que imparteix la formació, degudament autoritzada pel departament competent en matèria de salut. Aquesta formació tindrà una vigència màxima de tres anys.***

*Servei d'accions formatives: curs de reciclatge.*

*Sessió formativa de reciclatge de 1,5 hores de durada, per a un màxim de 8 persones, amb els contingut del programa oficial establert pel Decret 151/2012 de 20 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits d'utilització i ús de desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari, amb certificat acreditatiu del curs **emès per l'entitat (pública o privada) que imparteix la formació, degudament autoritzada pel departament competent en matèria de salut. Aquesta formació tindrà una vigència màxima de tres anys.***

**b) Clàusula 3 del PPT (CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS DESFIBRIL·LADORS)**

Atès que de la lectura i interpretació restrictiva d'alguns apartats, podria entendre's que algun paràmetre establia excessives limitacions a la presentació d'ofertes, es realitzen les següents rectificacions:

Així, on diu:

**Desfibril·lador**

**Característiques físiques**

- ✓ **L'equip ha d'incloure maleta rígida de transport de cobertura total i pes inferior a 2,5 quilos.**

(...)

**Capacitat de l'equip**

- ✓ **Temps de càrrega: Menor de 12 segons a 200 J.**

**Expedient de contractació núm. 2021.01**

Acord marc de subministrament d'aparells desfibril·ladors (DEA) i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya

- ✓ *Temps d'anàlisi i preparació de la descàrrega (incloent el temps de càrrega): Inferior a 30 segons.*

(...)

**Requisits físics i ambientals**

Segellat: Protecció IP21 o superior.

- ✓ *Temperatura: En funcionament / Standby de 0 a 50 °C. Tot esperant 10-43 °C.*
- ✓ *Humitat. Humitat en funcionament: humitat relativa del 0% al 95% (sense condensació). Tot esperant: humitat relativa del 0% al 75% (sense condensació).*
- ✓ *Impactes / caigudes: Ha de resistir caigudes des d'1 metre sobre qualsevol vora, cantonada o superfície.*

(...)

**Accessoris dels DEA inclosos**

**Bateria**

- ✓ *Composta de piles de llarga durada d'un sol ús de diòxid de manganès de liti i de canvi independent de la resta d'elements de manteniment.*
- ✓ *Capacitat: Mínim 200 descàrregues (a 200 J) o 4 hores de temps de funcionament.*
- ✓ *Vida útil d'un mínim de 3 anys de vida en espera des de la posada en marxa.*

(...)

Ha de dir:

**Desfibril·lador**

**Característiques físiques**

- ✓ *L'equip tindrà un pes màxim de 3,5 kg. Aquest pes inclou l'aparell desfibril·lador, els accessoris previstos pel seu ús (bateria i elèctrodes) i una maleta rígida de transport de cobertura total.*

(...)

**Capacitat de l'equip**

- ✓ *Temps de càrrega: Menor de 12 segons a la seva màxima energia.*
- ✓ *Temps d'anàlisi i preparació de la descàrrega (incloent el temps de càrrega): Inferior a 30 segons.*

(...)

**Requisits físics i ambientals**

Segellat: Protecció IP21 o superior.

- ✓ *Temperatura: En funcionament / Standby de 0 a 40 °C. Tot esperant 10-43 °C.*
- ✓ *Humitat. Humitat en funcionament: humitat relativa del 40% al 95% (sense condensació). Tot esperant: humitat relativa del 15% al 75% (sense condensació)*

**Expedient de contractació núm. 2021.01**

Acord marc de subministrament d'aparells desfibril·ladors (DEA) i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya

- ✓ *Impactes / caigudes: Ha de resistir caigudes des d'1 metre sobre qualsevol vora, cantonada o superfície.*

(...)

**Accessoris dels DEA inclosos**

**Bateria**

- ✓ *Composta de piles de llarga durada d'un sol ús de diòxid de manganès de liti i de canvi independent de la resta d'elements de manteniment.*
- ✓ *Capacitat: Mínim **100 descàrregues a màxima energia** o **3 hores** de temps de funcionament.*
- ✓ *Vida útil d'un mínim de 3 anys de vida en espera des de la posada en marxa.*

(...)

**c) Clàusula 6 del PPT (FORMACIÓ)**

Per les mateixes raons que les indicades per la clàusula 1, es procedeix a corregir els errors materials detectats:

Així, on diu:

*El curs de formació base es programarà per un **mínim** de vuit persones. Haurà d'anar a càrrec d'un centre acreditat per donar formació en SVB+DEA, tot complint amb els requisits formatius i docents establerts al Decret 151/2012, pel qual s'estableixen els requisits d'utilització i ús de desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari i per a l'autorització d'entitats formadores en aquests usos.*

Ha de dir:

*El curs de formació base es programarà per un **màxim** de vuit persones. Haurà d'anar a càrrec d'un centre acreditat per donar formació en SVB+DEA, tot complint amb els requisits formatius i docents establerts al Decret 151/2012, pel qual s'estableixen els requisits d'utilització i ús de desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari i per a l'autorització d'entitats formadores en aquests usos.*

Allà on diu:

| <b>CURS INICIAL DE DESFIBRIL·LACIÓ AUTOMÀTICA PER PERSONAL NO MÈDIC</b> | <b>CONTINGUT MÍNIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Objectius</i>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Saber aplicar els protocols de Suport Vital Bàsic</i></li> <li>• <i>Saber utilitzar l'aparell DEA</i></li> </ul>                                                                                                                              |
| <i>Continguts</i>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Causes de l'aturada cardiorrespiratori</i></li> <li>• <i>Importància de la desfibril·lació precoç</i></li> <li>• <b>Serveis mèdics d'emergència</b></li> <li>• <i>Cadena de supervivència</i></li> <li>• <i>Suport Vital Bàsic</i></li> </ul> |

**Expedient de contractació núm. 2021.01**

Acord marc de subministrament d'aparells desfibril·ladors (DEA) i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SVB Instrumentalització de la via aèria</b></li> <li>• <i>Simulació de pràctica integrada</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Utilització DEA</i>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Mort sobtada i significat de la fibril·lació ventricular</i></li> <li>• <b>Desfibril·lador Extern Automàtic: funcionament i manteniment</b></li> <li>• <i>Algoritme de la European Resuscitation Council pel DEA</i></li> <li>• <b>Recollida de dades d'un desfibril·lador extern automàtic</b></li> <li>• <b>Mètode Utstein</b></li> <li>• <b>Problemes ètics</b></li> <li>• <i>Simulació de pràctica integrada</i></li> </ul> |
| <i>Titulació / Acreditació</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Certificat acreditatiu del curs</i></li> <li>• <b>Tramitació de la titulació (carnet de manipulació del DEA) a l'IES de la Generalitat de Catalunya</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |

| <b>CURS RECICLATGE DE DESFIBRIL·LACIÓ AUTOMÀTICA PER PERSONAL NO MÈDIC</b> | <b>CONTINGUT MÍNIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Objectius</i>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Saber aplicar els protocols de Suport Vital Bàsic</i></li> <li>• <i>Saber utilitzar l'aparell DEA</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Continguts</i>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Causes de l'aturada cardiorrespiratori</i></li> <li>• <i>Importància de la desfibril·lació precoç</i></li> <li>• <b>Serveis mèdics d'emergència</b></li> <li>• <i>Cadena de supervivència</i></li> <li>• <i>Suport Vital Bàsic</i></li> <li>• <b>SVB Instrumentalització de la via aèria</b></li> <li>• <i>Simulació de pràctica integrada</i></li> </ul>                                                                       |
| <i>Utilització DEA</i>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Mort sobtada i significat de la fibril·lació ventricular</i></li> <li>• <b>Desfibril·lador Extern Automàtic: funcionament i manteniment</b></li> <li>• <i>Algoritme de la European Resuscitation Council pel DEA</i></li> <li>• <b>Recollida de dades d'un desfibril·lador extern automàtic</b></li> <li>• <b>Mètode Utstein</b></li> <li>• <b>Problemes ètics</b></li> <li>• <i>Simulació de pràctica integrada</i></li> </ul> |
| <i>Titulació / Acreditació</i>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Certificat acreditatiu del curs</i></li> <li>• <b>Tramitació de la titulació (carnet de manipulació del DEA) a l'IES de la Generalitat de Catalunya</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |

Ha de dir:

**Expedient de contractació núm. 2021.01**

Acord marc de subministrament d'aparells desfibril·ladors (DEA) i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya

| <i>CURS INICIAL DE DESFIBRIL·LACIÓ<br/>AUTOMATITZADA PER PERSONAL NO<br/>SANITARI</i> | <i>CONTINGUT MÍNIM</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Objectius</i>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saber aplicar els protocols de Suport Vital Bàsic</li> <li>• Saber utilitzar l'aparell DEA</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| <i>Continguts</i>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Causes de l'aturada cardiorrespiratori</li> <li>• Importància de la desfibril·lació precoç</li> <li>• Cadena de supervivència</li> <li>• Suport Vital Bàsic</li> <li>• Simulació de pràctica integrada</li> </ul>                                     |
| <i>Utilització DEA</i>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mort sobtada i significat de la fibril·lació ventricular</li> <li>• Desfibril·lador Extern <b>Automatitzat: funcionament.</b></li> <li>• Algoritme de la European Resuscitation Council pel DEA</li> <li>• Simulació de pràctica integrada</li> </ul> |
| <i>Titulació / Acreditació</i>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificat acreditatiu del curs</li> <li>• Tramitació de la titulació <b>en el Registre del departament competent en matèria de salut</b></li> </ul>                                                                                                  |

| <i>CURS RECICLATGE DE DESFIBRIL·LACIÓ<br/>AUTOMATITZADA PER PERSONAL NO<br/>SANITARI</i> | <i>CONTINGUT MÍNIM</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Objectius</i>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saber aplicar els protocols de Suport Vital Bàsic</li> <li>• Saber utilitzar l'aparell DEA</li> </ul>                                                                                                                                                |
| <i>Continguts</i>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Causes de l'aturada cardiorrespiratori</li> <li>• Importància de la desfibril·lació precoç</li> <li>• Cadena de supervivència</li> <li>• Suport Vital Bàsic</li> <li>• Simulació de pràctica integrada</li> </ul>                                    |
| <i>Utilització DEA</i>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mort sobtada i significat de la fibril·lació ventricular</li> <li>• Desfibril·lador Extern <b>Automatitzat: funcionament</b></li> <li>• Algoritme de la European Resuscitation Council pel DEA</li> <li>• Simulació de pràctica integrada</li> </ul> |
| <i>Titulació / Acreditació</i>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificat acreditatiu del curs</li> <li>• Tramitació de la titulació <b>en el Registre del departament competent en matèria de salut</b></li> </ul>                                                                                                 |

**d) Clàusula 7 del PPT (SENYALITZACIÓ)**

S'elimina una prestació no prevista entre les prestacions del contracte.

Així, on diu:

**Expedient de contractació núm. 2021.01**

Acord marc de subministrament d'aparells desfibril·ladors (DEA) i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya

*L'adjudicatari realitzarà la instal·lació i posada en funcionament de tot l'equip (desfibril·ladors, instal·lació del dispositiu, **sistema de comunicació al SEM**, software...).*

Ha de dir:

*L'adjudicatari realitzarà la instal·lació i posada en funcionament de tot l'equip (desfibril·ladors, instal·lació del dispositiu, software...).*

**e) Clàusula 9 del PPT (ASSEGURANCES)**

Finalment, s'esmena la clàusula 9 del PPT en els següents termes:

On diu:

*L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'una pòlissa d'assegurança **per actes vandàlics o furt de l'aparell, així com un pòlissa** de responsabilitat civil per a l'ús dels aparells desfibril·ladors*

Ha de dir:

*L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil específica per a l'ús dels aparells desfibril·ladors.*

La rectificació d'aquests errors no suposa l'alteració essencial dels plecs, i respon a errors materials en la transcripció de la versió que hauria d'haver estat definitiva del PPT.

**FONAMENTS DE DRET**

- I. Article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques, relatiu a la rectificació d'errors materials.
- II. Article 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, relatiu a la rectificació d'errors materials en els plecs de prescripcions tècniques de les licitacions.

Atesos els antecedents manifestats, a l'empara de les facultats que té atribuïdes aquesta Presidència, es proposa a aquesta Comissió, l'adopció dels següents,

**ACORDS**

**Primer.-** Aprovar la rectificació dels errors materials, de fet i/o aritmètics relacionats a la part expositiva del present acord detectats al PPT, clàusules 1 (Objecte material i divisió en lots), 3 (Característiques tècniques dels desfibril·ladors) 6 (Formació), 7 (Senyalització) i 9 (Assegurances), en els següents termes:

**CLÀUSULA 1.- OBJECTE MATERIAL I DIVISIÓ EN LOTS.**

(...)

**Expedient de contractació núm. 2021.01**

Acord marc de subministrament d'aparells desfibril·ladors (DEA) i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya

**Lot 6 – Servei d'accions formatives, sensibilització, senyalització i difusió dels DEA.**

*En aquest lot s'inclouen les següents prestacions:*

*Servei d'accions formatives: curs inicial.*

*Sessió formativa inicial de 6 hores de durada, per a un màxim de 8 persones, amb els contingut del programa oficial establert pel Decret 151/2012 de 20 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits d'utilització i ús de desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari, amb certificat acreditatiu del curs emès per l'entitat (pública o privada) que imparteix la formació, degudament autoritzada pel departament competent en matèria de salut. Aquesta formació tindrà una vigència màxima de tres anys.*

*Servei d'accions formatives: curs de reciclatge.*

*Sessió formativa de reciclatge de 1,5 hores de durada, per a un màxim de 8 persones, amb els contingut del programa oficial establert pel Decret 151/2012 de 20 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits d'utilització i ús de desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari, amb certificat acreditatiu del curs emès per l'entitat (pública o privada) que imparteix la formació, degudament autoritzada pel departament competent en matèria de salut. Aquesta formació tindrà una vigència màxima de tres anys.*

(...)

**CLÀUSULA 3.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS DESFIBRIL·LADORS**

(...)

**Desfibril·lador**

**Característiques físiques**

- ✓ *L'equip tindrà un pes màxim de 3,5 kg. Aquest pes inclou l'aparell desfibril·lador, els accessoris previstos pel seu ús (bateria i elèctrodes) i una maleta rígida de transport de cobertura total.*

(...)

**Capacitat de l'equip**

- ✓ *Temps de càrrega: Menor de 12 segons a la seva màxima energia.*
- ✓ *Temps d'anàlisi i preparació de la descàrrega (incloent el temps de càrrega): Inferior a 30 segons.*

(...)

**Requisits físics i ambientals**

*Segellat: Protecció IP21 o superior.*

- ✓ *Temperatura: En funcionament / Standby de 0 a 40 °C. Tot esperant 10-43 °C.*

**Expedient de contractació núm. 2021.01**

Acord marc de subministrament d'aparells desfibril·ladors (DEA) i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya

- ✓ *Humitat. Humitat en funcionament: humitat relativa del **40%** al 95% (sense condensació). Tot esperant: humitat relativa del **15%** al 75% (sense condensació)*
- ✓ *Impactes / caigudes: Ha de resistir caigudes des d'1 metre sobre qualsevol vora, cantonada o superfície.*

(...)

**Accessoris dels DEA inclosos**

**Bateria**

- ✓ *Composta de piles de llarga durada d'un sol ús de diòxid de manganès de liti i de canvi independent de la resta d'elements de manteniment.*
- ✓ *Capacitat: Mínim **100 descàrregues a màxima energia** o **3** hores de temps de funcionament.*
- ✓ *Vida útil d'un mínim de 3 anys de vida en espera des de la posada en marxa.*

(...)

**CLÀUSULA 6.- FORMACIÓ**

(...)

El curs de formació base es programarà per un **màxim** de vuit persones. Haurà d'anar a càrrec d'un centre acreditat per donar formació en SVB+DEA, tot complint amb els requisits formatius i docents establerts al Decret 151/2012, pel qual s'estableixen els requisits d'utilització i ús de desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari i per a l'autorització d'entitats formadores en aquests usos.

(...)

| <b>CURS INICIAL DE DESFIBRIL·LACIÓ AUTOMATITZADA PER PERSONAL NO SANITARI</b> | <b>CONTINGUT MÍNIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Objectius</i>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Saber aplicar els protocols de Suport Vital Bàsic</i></li> <li>• <i>Saber utilitzar l'aparell DEA</i></li> </ul>                                                                                                                                                               |
| <i>Continguts</i>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Causes de l'aturada cardiorrespiratori</i></li> <li>• <i>Importància de la desfibril·lació precoç</i></li> <li>• <i>Cadena de supervivència</i></li> <li>• <i>Suport Vital Bàsic</i></li> <li>• <i>Simulació de pràctica integrada</i></li> </ul>                              |
| <i>Utilització DEA</i>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Mort sobtada i significat de la fibril·lació ventricular</i></li> <li>• <i>Desfibril·lador Extern <b>Automatitzat: funcionament.</b></i></li> <li>• <i>Algoritme de la European Resuscitation Council pel DEA</i></li> <li>• <i>Simulació de pràctica integrada</i></li> </ul> |
| <i>Titulació / Acreditació</i>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Certificat acreditatiu del curs</i></li> <li>• <i>Tramitació de la titulació en el Registre del</i></li> </ul>                                                                                                                                                                 |

**Expedient de contractació núm. 2021.01**

Acord marc de subministrament d'aparells desfibril·ladors (DEA) i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya

|                                                                                 | <b>departament competent en matèria de salut</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CURS RECICLATGE DE DESFIBRIL·LACIÓ AUTOMATIZADA PER PERSONAL NO SANITARI</b> | <b>CONTINGUT MÍNIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Objectius</i>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saber aplicar els protocols de Suport Vital Bàsic</li> <li>• Saber utilitzar l'aparell DEA</li> </ul>                                                                                                                                                |
| <i>Continguts</i>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Causes de l'aturada cardiorrespiratori</li> <li>• Importància de la desfibril·lació precoç</li> <li>• Cadena de supervivència</li> <li>• Suport Vital Bàsic</li> <li>• Simulació de pràctica integrada</li> </ul>                                    |
| <i>Utilització DEA</i>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mort sobtada i significat de la fibril·lació ventricular</li> <li>• Desfibril·lador Extern <b>Automatitzat: funcionament</b></li> <li>• Algoritme de la European Resuscitation Council pel DEA</li> <li>• Simulació de pràctica integrada</li> </ul> |
| <i>Titulació / Acreditació</i>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificat acreditatiu del curs</li> <li>• Tramitació de la titulació <b>en el Registre del departament competent en matèria de salut</b></li> </ul>                                                                                                 |

**CLÀUSULA 7.- SENYALITZACIÓ**

L'adjudicatari realitzarà la instal·lació i posada en funcionament de tot l'equip (desfibril·ladors, instal·lació del dispositiu, software...).

**CLÀUSULA 9.- ASSEGURANCES**

L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil específica per a l'ús dels aparells desfibril·ladors.

**Segon.-** Posar en coneixement general el contingut i abast d'aquest acord mitjançant la publicació de la correcció d'errades en el perfil de contractant del CCDL.

**Tercer.-** Ordenar que es porti a terme la rectificació dels errors materials, de fet i/o aritmètics continguts en les clàusules 1, 3, 6, 7 i 9 del PPT, ens els termes continguts al present acord, als efectes de poder continuar amb la tramitació de l'expedient i procedir a la publicació dels plecs una vegada rectificats.

**Quarta.-** Un cop es procedeixi a la publicació del present acord i del text refós del Plec de Prescripcions Tècniques, aixecar la suspensió acordada en mèrits de la Resolució de Presidència núm. 45/2021, obrint-se un nou termini de presentació d'ofertes de 30 dies, en els termes previstos a l'article 156 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

**Expedient de contractació núm. 2021.01**

Acord marc de subministrament d'aparells desfibril·ladors (DEA) i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya

**Cinquè.-** Donar compte de l'adopció d'aquest acord a l'Assemblea General del CCDL."

I per que així consti, als efectes legals oportuns, expedixo el present certificat per ordre i amb el vist i plau de la Presidència, a Barcelona, a la data de la signatura electrònica.

Vist i plau,

La secretària del CCDL i  
Oficial Major de la Diputació de Lleida

El President

Neus Roura i Serra

Lluís Soler i Panisello