

EXP. 6_CSA_2021 - SUBMINISTRAMENT DE 5 RESPIRADORS PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA								
Valoració sobre B								
	Valoració HOSPITAL HISPANIA	Puntuació	Valoració GENERAL ELECTRIC	Puntuació	Valoració MEDTRONIC	Puntuació	Valoració DRAGER	Puntuació
Programació - Es valorarà que l'ús de l'equip sigui intuïtiu i que s'identifiqui clarament els diferents paràmetres sense dur a confusió (fins a 10 punts)	El software de l'equip és poc intuïtiu ja que és difícil de la identificació de les prestacions que ofereix. Cal moure't per molts menús i pot donar pas a confusió pel professional sanitari.	2,00	El software de l'equip és molt intuïtiu ja que estan definides de forma clara les prestacions que ofereix. Requereix de varis passos per moure't dins el menú i per tant les possibilitats de confusió no són excessives pel professional sanitari.	8,00	El software de l'equip és molt intuïtiu ja que estan definides de forma clara les prestacions que ofereix. Requereix de pocs passos per moure't dins el menú i per tant disminueix les possibilitats de confusió pel professional sanitari.	10,00	El software de l'equip és poc intuïtiu ja que és difícil de la identificació de les prestacions que ofereix. Cal moure't per molts menús i pot donar pas a confusió pel professional sanitari.	2,00
Alarmes - Es valorarà com són els tipus d'alarmes i com es regula la intensitat del volum. (fins a 9 punts)	Ventall de colors molt clar segons la gravetat de l'alarma i és possible regular la intensitat del volum.	9,00	Ventall de colors molt clar segons la gravetat de l'alarma i és possible regular la intensitat del volum.	9,00	Ventall de colors molt clar segons la gravetat de l'alarma i és possible regular la intensitat del volum.	9,00	Ventall de colors molt clar segons la gravetat de l'alarma i és possible regular la intensitat del volum.	9,00
Informació Alarmes - Es valorarà la claredat i precisió dels missatges de les alarmes. (fins a 10 punts)	Accés difícil i poc clar per a identificat com visualitzar de forma ràpida les alarmes. Missatges de les alarmes amb detall suficient d'informació que inclou un històric d'alarmes per a conèixer tot el què ha succeït recentment.	4,00	Accés ràpid i molt clar per a visualitzar de forma ràpida les alarmes. Els missatges de les alarmes són molt precisos, amb molt detall d'informació que inclou un històric d'alarmes per a conèixer tot el què ha succeït recentment.	10,00	Accés ràpid i molt clar per a visualitzar de forma ràpida les alarmes. Els missatges de les alarmes són molt precisos, amb molt detall d'informació que inclou un històric d'alarmes per a conèixer tot el què ha succeït recentment.	10,00	Accés difícil i poc clar per a identificat com visualitzar de forma ràpida les alarmes. Missatges de les alarmes amb detall suficient d'informació que inclou un històric d'alarmes per a conèixer tot el què ha succeït recentment.	4,00
Visualització de paràmetres - Es valorarà el format amb què es mostren els diferents paràmetres i com aquests ofereixen el detall de la informació que se n'extreu. (fins a 10 punts)	Fons de la pantalla amb poc contrast en relació al format dels paràmetres que dificulta la visualització dels mateixos. Paràmetres petits i amb informació poc completa.	2,00	Fons de la pantalla amb contrast amb el format dels paràmetres que ofereix una molt bona visualització dels mateixos. Paràmetres grans i amb informació molt completa que proporciona seguretat als professionals sanitaris.	10,00	Fons de la pantalla amb contrast amb el format dels paràmetres que ofereix una molt bona visualització dels mateixos. Paràmetres grans i amb informació molt completa que proporciona seguretat als professionals sanitaris.	10,00	Fons de la pantalla amb contrast amb el format dels paràmetres que ofereix bona visualització dels mateixos, però els paràmetres són petits encara que la informació és completa.	7,00
Disseny de l'equip - Es valorarà que el disseny de l'equip permeti reduir el nombre de passos necessaris per a col·locar el fungible i com aquest ofereix una millor experiència al personal sanitari durant el seu ús. (fins a 10 punts)	El disseny de l'equip requereix d'un ràpid muntatge de la capnografia, que redueix el nombre de passos i evita possibles errors de confusió. El checking inicial és poc complet i requereix de major temps addicional a dedicar per part d'infermeria, reduint la sensació de seguretat pel personal sanitari durant el seu ús. La col·locació del filtre espiratori és poc segura, ja que queda poc protegit davant un cop accidental, reduint també la sensació de seguretat pel personal sanitari.	5,00	El disseny de l'equip requereix d'un muntatge difícil de la capnografia, que incrementa el nombre de passos i pot donar lloc a possibles errors de confusió. El checking inicial és molt complet i requereix de menys temps a dedicar per part d'infermeria incrementant la sensació de seguretat pel personal sanitari durant el seu ús. La col·locació del filtre espiratori és poc segura, ja que queda poc protegit davant un cop accidental, reduint la sensació de seguretat pel personal sanitari.	3,00	El disseny de l'equip requereix d'un ràpid muntatge de la capnografia, que redueix el nombre de passos i evita possibles errors de confusió. El checking inicial és molt complet i requereix de menys temps a dedicar per part d'infermeria incrementant la sensació de seguretat pel personal sanitari durant el seu ús. La col·locació del filtre espiratori és molt segura ja que queda molt protegit davant d'un cop accidental, incrementant també la sensació de seguretat pel personal sanitari.	10,00	El disseny de l'equip requereix d'un muntatge difícil de la capnografia, que incrementa el nombre de passos i pot donar lloc a possibles errors de confusió. El checking inicial és molt complet i requereix de menys temps a dedicar per part d'infermeria incrementant la sensació de seguretat pel personal sanitari durant el seu ús. La col·locació del filtre espiratori és poc segura, ja que queda poc protegit davant un cop accidental, reduint la sensació de seguretat pel personal sanitari.	3,00
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERIS JUDICI DE VALOR (màxim 49 punts)	EXCLÒS	22,00		40,00		49,00		25,00

En cas que l'oferta no obtingui una puntuació mínima de 25 punts en aquest apartat 1 (valoració criteris judici de valor), serà exclosa i no es procedirà a l'obertura del sobre C.

Responsable: Maria Guixà
Cap el Servei de compres

Rosa Torres
Supervisora de la UCI

EXP. 6_CSA_2021 - SUBMINISTRAMENT DE 5 RESPIRADORS PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA
Valoració ponderada sobre B

		HOSPITAL HISPANIA		GENERAL ELECTRIC		MEDTRONIC		DRAGER	
	Punts màxims	Puntuació	Puntuació Ponderada	Puntuació	Puntuació Ponderada	Puntuació	Puntuació Ponderada	Puntuació	Puntuació Ponderada
Programació - Es valorarà que l'ús de l'equip sigui intuïtiu i que s'identifiqui clarament els diferents paràmetres sense dur a confusió (fins a 10 punts)	10,00	2,00	2,00	8,00	8,00	10,00	10,00	2,00	2,00
Alarmes - Es valorarà com són els tipus d'alarmes i com es regula la intensitat del volum. (fins a 9 punts)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Informació Alarmes - Es valorarà la claredat i precisió dels missatges de les alarmes. (fins a 10 punts)	10,00	4,00	4,00	10,00	10,00	10,00	10,00	4,00	4,00
Visualització de paràmetres - Es valorarà el format amb què es mostren els diferents paràmetres i com aquests ofereixen el detall de la informació que se n'extreu. (fins a 10 punts)	10,00	2,00	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7,00	7,00
Disseny de l'equip - Es valorarà que el disseny de l'equip permeti reduir el nombre de passos necessaris per a col·locar el fungible i com aquest ofereix una millor experiència al personal sanitari durant el seu ús. (fins a 10 punts)	10,00	5,00	5,00	3,00	3,00	10,00	10,00	3,00	3,00
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERIS JUDICI DE VALOR (màxim 49 punts)	49,00	22,00	22,00	40,00	40,00	49,00	49,00	25,00	25,00
		EXCLÒS							

En cas que l'oferta no obtingui una puntuació mínima de 25 punts en aquest apartat 1 (valoració criteris judici de valor), serà excloua i no es procedirà a l'obertura del sobre C.

Responsable: Maria Guixà
 Cap el Servei de compres

Rosa Torres
 Supervisora de la UCI

Data: 04/10/2021