

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA REPARACIÓ DE DOS AUTOCLAUS AMB UN
GENERADOR DE VAPOR INDEPENDENT DEL SERVEI D'ESTERILITZACIÓ DE L'HOSPITAL
UNIVERSITARI DE GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA**

Plec de Prescripcions
Tècniques

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA REPARACIÓ DE DOS AUTOCLAUS AMB UN
GENERADOR DE VAPOR INDEPENDENT DEL SERVEI D'ESTERILITZACIÓ DE L'HOSPITAL
UNIVERSITARI DE GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA REPARACIÓ DE DOS AUTOCLAUS AMB UN GENERADOR DE VAPOR INDEPENDENT DEL SERVEI D'ESTERILITZACIÓ DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETAPlec de Prescripcions
Tècniques**1. Objecte de la contractació**

L'objecte de la contractació és la reparació de dos autoclaus amb un generador de vapor independent del servei d'esterilització de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.

2. Àmbit d'actuació

L'àmbit d'actuació serà el servei d'esterilització de l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta.

3. Justificació

El servei d'esterilització requereix de la reparació de dues màquines autoclaus existents al servei.

4. Requeriments contractuals obligatoris**4.1. Marcat CE, etiquetat i normativa**

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat. Obligatorietat de marcat CE i qualsevol altra normativa aplicable. El generador de vapor és un equip a pressió de categoria II o III en funció del seu volum, d'acord amb la Directiva europea 2014/68/UE sobre equips a pressió (DEP).

Els recipients a pressió i els dispositius de seguretat han d'haver estat dissenyats i construïts segons la normativa tècnica aplicable als equips de pressió, i s'han d'haver sotmès a una prova de pressió hidrostàtica i la inspecció i prova funcional dels dispositius de seguretat. S'han d'haver tingut en compte els requisits de les Normes Europees EN 13445 i EN 14222.

4.2 Prevenció de riscos

L'empresa contractada haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals i de tractament de residus sanitaris. Així mateix, quan ho requereixin els serveis de prevenció dels centres, s'aportarà la documentació necessària (Fitxes de Seguretat de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent, certificats de destrucció...etc.).

4.3 Altres requeriments

El termini de garantia mínim de l'equipament s'estableix en 24 mesos i comptarà a partir de la data de posada en funcionament, prèvia acceptació per part de l'Hospital.

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA REPARACIÓ DE DOS AUTOCLAUS AMB UN
GENERADOR DE VAPOR INDEPENDENT DEL SERVEI D'ESTERILITZACIÓ DE L'HOSPITAL
UNIVERSITARI DE GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA**Plec de Prescripcions
Tècniques

L'adjudicatari haurà de garantir el subministrament de peces de recanvi durant un mínim de 10 anys des de la posada en funcionament de l'equip. En cas contrari l'haurà de substituir per un altre de les mateixes característiques sense cap cost pel centre. Aquests materials hauran de lliurar-se a l'Hospital i serà aquest últim qui decideixi quin servei tècnic durà a terme l'acció de manteniment.

5. Import de licitació

El preu màxim de licitació és de 33.600,00euros sense IVA, 40.656,00euros IVA inclòs.

6. Termini d'execució del contracte

El termini d'execució del contracte serà de 15 dies. Aquests dies són una previsió, el termini real vindrà donat per les necessitats funcionals de l'Hospital.

Girona, 23 de novembre de 2021

Enric Pericot Mozo
Cap Unitat de Manteniment
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta