

INFORME FINAL DE VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS

EXPEDIENT CST 19-05 SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI D'ENDOSCÒPIES

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és el subministrament d'equips per a l'administració de material sanitari d'endoscòpies per al Consorci Sanitari de Terrassa.

2. DEFINICIÓ DEL PRODUCTE

L'adjudicació de la licitació es farà per producte:

Codi	Article	Consum dos anys	Preu màxim licitació unitari (sense IVA)	Import màxim licitació (sense IVA)
A00966	RASPALL TELESCOPAT P/CULTIU 1.8MMX11 CM ENDOSCÒPIA	20	19,63 €	392,60 €
A05950	NANSA DE POLIPECTOMIA RODONA/OVALADA	240	145,00 €	34.800,00 €
A06317	AGULLA ESCLEROSI 23GX240MM 22G	2780	11,00 €	30.580,00 €
A06736	BALÓ DILATADOR 18-20MM	4	220,00 €	880,00 €
A07077	RASPALL NETEJA APERTURES DE CANAL ENDOSCÒPIA	1292	1,43 €	1.847,56 €
A07734	RASPALL CITOLOGIA BILIAR RX CYTOLOGY BRUSH	8	90,00 €	720,00 €
A08287	BALÓ DILATADOR 15-18MM	12	220,00 €	2.640,00 €
A10182	BANDA HEMOSTÀTICA LLIGADURA DE VARIUS ESOFÀGIQUES	108	93,00 €	10.044,00 €
A10411	SONDA DE COAGULACIÓ	4	98,50 €	394,00 €
A10412	BALÓ BILIAR EXTRACTOR DE CÀLCULS 5 Fr 12-15MM	20	95,00 €	1.900,00 €
A10441	BALÓ DILATADOR 8-10MM	16	220,00 €	3.520,00 €
A11818	AGULLA D'ASPIRACIÓ TRANSBRONQUIAL	64	58,00 €	3.712,00 €
A12120	GUIA ACCÉS BILIAR 0,035" i 450 CM DE LONGITUD	24	85,00 €	2.040,00 €
A12238	BALÓ DILATADOR 10-11-12 MM	12	220,00 €	2.640,00 €
A12901	OBREBOQUES ADULT	4	0,90 €	3,60 €
A13182	PRÒTESI PANCREÀTICA 5CM	4	99,32 €	397,28 €
A13621	ESFINTEROTOM	448	200,00 €	89.600,00 €
A13630	PRÒTESI BILIAR PLÀSTICA PREMUNTADA 5CM	6	120,00 €	720,00 €
A13694	HEMOCLIP HEMOSTÀTIC N/AB 11MM DES	840	60,00 €	50.400,00 €
A13816	PRÒTESI PANCREÀTICA 3CM	34	99,32 €	3.376,88 €
A13869	CÀPSULA ENDOSCÒPICA INTESTÍ PRIM	72	537,38 €	38.691,58 €
A13881	CÀPSULA ENDOSCÒPICA INTESTÍ	32	126,17 €	4.037,38 €
A20230	CÀPSULA ENDOSCÒPICA PANENDOSCÒPIA	48	590,00 €	28.320,00 €
A14242	DISPOSITIU DE FIXACIÓ DE LA GUIA DE RX	140	9,00 €	1.260,00 €
A14305	PINÇA BIÒPSIA RADIAL COCODRIL 3.2MMX240CM	6320	6,50 €	41.080,00 €
A14414	PINÇA BIÒPSIA RADIAL COCODRIL 1.8MMX160CM	40	9,00 €	360,00 €
A15263	NANSA AMB XARXA D'EXTRACCIÓ DE MOSTRES/COSSOS ESTRANYS	440	55,00 €	24.200,00 €
A15264	TRAMPA PER A PÒLIPS OPTIMIZER (ENDOSCÒPIA)	4	8,36 €	33,44 €

A15377	BALÓ DE DILATACIÓ 12-15MM	28	220,00 €	6.160,00 €
A15631	RASPALL CITOLOGIA ESTÈRIL PER A BRONCOSCÒPIA	20	30,00 €	600,00 €
A15689	ESFINTEROTOM DE PUNTA PETITA	6	200,00 €	1.200,00 €
A16183	CISTELLA DORMIA PER A EXTRACCIÓ DE CÀLCULS	4	200,00 €	800,00 €
A16372	DISPOSITIU DE LLIGADURA DE POLIPECTOMIES	20	51,00 €	1.020,00 €
A17255	PRÒTESI BILIAR METÀL·LICA AUTOEXPANDIBLE NO COBERTA	6	1.150,00 €	6.900,00 €
A17847	RASPALL NETEJA CANALS	600	2,80 €	1.680,00 €
A17877	PRÒTESI BILIAR PLÀSTICA PREMUNTADA 9CM	4	120,00 €	480,00 €
A17894	NANSA DE POLIPECTOMIA HEXAGONAL	320	18,00 €	5.760,00 €
A17900	PRÒTESI BILIAR PLÀSTICA PREMUNTADA 7CM	38	120,00 €	4.560,00 €
A18128	PRÒTESI ESOFÀGICA METÀL·LICA PARCIALMENT COBERTA	6	1.150,00 €	6.900,00 €
A18237	PINÇA BRONCOSCÒPIA AMB DENTS I SENSE AGULLA	120	9,00 €	1.080,00 €
A18259	NANSA DE POLIPECTOMIA RODONA/ HEXAGONAL	3900	13,00 €	50.700,00 €
A18284	PRÒTESI BILIAR METÀL·LICA AUTOEXPANDIBLE NO COBERTA	4	1.150,00 €	4.600,00 €
A18385	CLIP HEMOSTÀTIC XXL 230CM	160	75,00 €	12.000,00 €
A19108	PINÇA BRONCOSCÒPIA SENSE DENTS I SENSE AGULLA	12	7,50 €	90,00 €
A19127	BALÓ BILIAR EXTRACTOR DE CÀLCULS 5 Fr 9-12MM	384	95,00 €	36.480,00 €
A19605	PRÒTESI BILIAR METÀL·LICA AUTOEXPANDIBLE COBERTA 60MM	4	1.150,00 €	4.600,00 €
A19822	BALÓ DE DILATACIÓ AMB INDICACIÓ BILIAR 8-10MM	12	220,00 €	2.640,00 €
A19823	BALÓ DE DILATACIÓ AMB INDICACIÓ BILIAR 10-12MM	12	220,00 €	2.640,00 €
A19824	BALÓ DE DILATACIÓ AMB INDICACIÓ BILIAR 12-15MM	12	220,00 €	2.640,00 €
A20185	PINÇA BRONCOSCÒPIA AMB DENTS I AMB AGULLA	12	10,00 €	120,00 €
A20204	PRÒTESI BILIAR METÀL·LICA AUTOEXPANDIBLE PARCIALMENT COBERTA	4	1.150,00 €	4.600,00 €
A20229	PRÒTESI BILIAR METÀL·LICA AUTOEXPANDIBLE COBERTA 80MM	4	1.150,00 €	4.600,00 €

IMPORT TOTAL

541.440,16€

3. PROPOSICIONS PRESENTADES

Han presentat proposició les següents empreses:

- ALBYN MEDICAL, S.L.
- BMB HOSPITALARIA, S.L.
- BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
- CARDIOLINK, S.L.
- COOK ESPAÑA, S.A.
- D4 DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS, S.L.
- INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.
- IZASA HOSPITAL, S.L.U
- LELEMAN, S.L.

- MEDICINA TECNICA WERKSTATTE IBERICA, S.L.
- MEDTRONIC IBERICA, S.A.
- MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.
- OLYMPUS IBERIA, S.A.U.
- PALEX MEDICAL, S.A.
- SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.
- SONMEDICA, S.L.

A continuació s'indiquen les ofertes dels licitadors que han quedat exclosos per incompliment dels punts 3 i 5 del Plec Tècnic, corresponents als requisits mínims exigits, o a la falta de presentació de mostres (apartat 8é del quadre de característiques específiques) o per no haver assolit un mínim de 30 punts a la valoració tècnica (apartat 4 del Plec de Prescripcions Tècniques).

A00966:

L'empresa BOSTON, tot i que a l'Annex B1 de requisits mínims informa que compleix amb tots els requisits, s'ha comprovat amb la mostra que no és un raspall adequat per fer microbiologies, les mides no són les indicades per aquest procediment. S'ha revisat la fitxa tècnica proporcionada per BOSTON i no especifica que sigui per a la recollida de mostres per a microbiologia. Per tant, aquest producte queda DESERT.

A05950:

Les empreses IZASA i PALEX, tot i complir amb els requisits mínims exigits, no han presentat mostra per a la seva valoració.

Les empreses MEDICINA TECNICA, OLYMPUS i SISTEMAS TECNICOS no arriben a un mínim de 30 punts a la Valoració Subjectiva exigits al Plec Tècnic.

A06317:

L'empresa INTERSURGICAL no compleix amb el requisit de beina de color ni disseny en forma d'estrella.

L'empresa MEDICINA TECNICA no compleix amb el requisit de beina de color, disseny en forma d'estrella ni mànec rotatori.

PALEX i SONMEDICA, tot i complir amb els requisits mínims exigits, no han presentat mostra per a la seva valoració.

A06736:

L'empresa IZASA no compleix amb el requisit mínim de fabricació amb material Pebax.

L'empresa OLYMPUS no compleix amb el requisit mínim de fabricació amb material Pebax ni amb les dimensions del diàmetre de 18-19-20 mm.

Les empreses ALBYN i SISTEMAS TECNICOS no arriben a un mínim de 30 punts a la valoració subjectiva exigits al Plec Tècnic.

A07077:

PALEX i SISTEMAS TECNICOS, tot i complir amb els requisits mínims exigits, presenten una mostra amb mides desproporcionades. Demanàvem una longitud mínima de 156 mm i no vam indicar-ne la màxima, però les mostres presentades són superiors al metre i no s'adeqüen al procediment de neteja de les apertures dels canals.

L'empresa OLYMPUS no arriba a un mínim de 30 punts a la valoració subjectiva exigida al Plec Tècnic.

A07734:

L'empresa ALBYN, tot i que a l'Annex B1 de requisits mínims informa que compleix amb tots els requisits, no és un raspall de citologia biliar, el canal no té espai per introduir la guia.

L'empresa COOK, tot i que a l'Annex B1 de requisits mínims informa que compleix amb tots els requisits, no compleix amb les característiques del mànec ni amb la indicació per a endoscòpis amb canal de treball de 2,8 mm.

La mostra presentada per IZASA no és un raspall de citologia biliar, el canal no té espai per introduir la guia.

L'empresa SISTEMAS TÉCNICOS no arriba a un mínim de 30 punts a la valoració subjectiva exigida al Plec Tècnic.

A08287:

L'empresa IZASA no compleix amb el requisit mínim de fabricació amb material Pebax.

L'empresa OLYMPUS no compleix amb el requisit mínim de fabricació amb material Pebax ni amb les dimensions del diàmetre de 15-16,5-18 mm.

Les empreses ALBYN i SISTEMAS TECNICOS no arriben a un mínim de 30 punts a la valoració subjectiva exigits al Plec Tècnic.

A10182:

L'empresa COOK no compleix amb el requisit mínim de disseny quadrat de les bandes.

L'empresa SISTEMAS TECNICOS no arriba al mínim de 30 punts a la valoració subjectiva exigits al Plec Tècnic.

A10411:

L'empresa PALEX, tot i complir amb els requisits mínims exigits, no ha presentat mostra per a la seva valoració. Per tant, aquest producte queda DESERT.

A10412:

L'empresa ALBYN no arriba a un mínim de 30 punts a la valoració subjectiva exigits al Plec Tècnic.

L'empresa COOK no compleix amb els requisits mínims de la mida de la punta cònica de 4,5 Fr ni del diàmetre.

L'empresa IZASA no compleix amb els requisits mínims de disseny quadrat, baló amb beina modificable en rigidesa ni clau de pas de 2/3 vies.

L'empresa OLYMPUS no compleix amb els requisits mínims del baló amb disseny quadrat ni diàmetre de 12-15 mm.

L'empresa SISTEMAS TECNICOS no compleix amb el requisit mínim del baló amb disseny quadrat.

L'empresa PALEX, tot i complir amb els requisits mínims exigits, no ha presentat mostra per a la seva valoració.

A10441:

L'empresa IZASA no compleix amb el requisit mínim de fabricació amb material Pebax.

L'empresa OLYMPUS no compleix amb els requisits mínims de fabricació amb material Pebax ni amb les dimensions del diàmetre de 8-9-10 mm.

Les empreses ALBYN i SISTEMAS TECNICOS no arriben a un mínim de 30 punts a la valoració subjectiva exigits al Plec Tècnic. Per tant, queden excloses.

A11818:

Les empreses ALBYN, BOSTON, IZASA, LELEMAN i OLYMPUS, tot i que a l'Annex B1 de requisits mínims informen que compleixen amb tots els requisits mínims, a la fitxa tècnica no consta que tinguin l'agulla tipus H. Wang. Per tant, queden exclosos.

A12120:

L'empresa PALEX, tot i complir amb els requisits mínims exigits, no ha presentat mostra per a la seva valoració.

Les empreses ALBYN i SISTEMAS TECNICOS no arriben a un mínim de 30 punts a la valoració subjectiva exigits al Plec Tècnic.

A12238:

L'empresa IZASA no compleix amb el requisit mínim de fabricació amb material Pebax.

L'empresa OLYMPUS no compleix amb els requisits mínims de fabricació amb material Pebax ni amb les dimensions del diàmetre de 10-11-12 mm.

Les empreses ALBYN i SISTEMAS TECNICOS no arriben a un mínim de 30 punts a la valoració subjectiva exigits al Plec Tècnic.

A12901:

L'empresa SISTEMAS TECNICOS, tot i que a l'Annex B1 de requisits mínims informa que compleix amb tots els requisits, no compleix amb les obertures laterals per a succió.

L'empresa ALBYN MEDICAL no arriba a un mínim de 30 punts a la valoració subjectiva exigits al Plec Tècnic.

A13182:

L'empresa ALBYN no arriba a un mínim de 30 punts a la valoració subjectiva exigits al Plec Tècnic.

L'empresa COOK no compleix amb el requisit mínim de la marca radioopaca a la pròtesi.

A13621:

L'empresa COOK no compleix amb els requisits mínims del sistema de rotació a la punta ni amb un fil de tall de 30 mm.

L'empresa OLYMPUS no compleix amb el requisit mínim de la punta de tungstè.

L'empresa IZASA HOSPITAL, tot i complir amb els requisits mínims exigits, no ha presentat mostra per a la seva valoració.

A13630:

L'empresa BOSTON, tot i complir amb els requisits mínims exigits, no ha presentat mostra per a la seva valoració. Per tant, aquest producte queda DESERT.

A13694:

L'empresa ALBYN, tot i que a l'Annex B1 de requisits mínims informa que compleix amb tots els requisits, no compleix amb la indicació clínica de tancaments de perforacions luminals del tracte gastrointestinal.

L'empresa CARDIOLINK, tot i que a l'Annex B1 de requisits mínims informa que compleix amb l'obertura de les mandíbules, presenta una mostra de 15 mm i en demanàvem fins a 11 mm.

L'empresa MEDICINA TECNICA, tot i que a l'Annex B1 de requisits mínims informa que compleix amb tots els requisits, no compleix amb el diàmetre del canal mínim de 2,8 mm i no té indicació de profilaxis.

L'empresa OLYMPUS no compleix amb el requisit mínim de la longitud de treball mínima de 235 cm, per tant queda exclosa.

Les empreses PALEX i SISTEMAS TECNICOS no arriben a un mínim de 30 punts a la valoració subjectiva exigits al Plec Tècnic.

A13816:

L'empresa ALBYN no arriba a un mínim de 30 punts a la valoració subjectiva exigits al Plec Tècnic.

L'empresa COOK no compleix amb el requisit mínim de la marca radioopaca a la pròtesi.

A14305:

L'empresa PALEX, tot i complir amb els requisits mínims exigits, no ha presentat la mostra corresponent per a la seva valoració. Presenten una pinça sense dents.

L'empresa IZASA, tot i que a l'annex B1 de requisits mínims informa que compleix amb tots els requisits, la mostra presentada no té marques endoscòpiques.

L'empresa OLYMPUS a l'annex B1 de requisits mínims informa que no té marques endoscòpiques.

Les empreses MEDICINA TÉCNICA i SISTEMAS TÉCNICOS no arriben a un mínim de 30 punts a la valoració subjectiva exigits al Plec Tècnic.

A14414:

L'empresa PALEX, tot i que a l'annex B1 de requisits mínims informa que compleix amb tots els requisits, presenten una pinça sense dents.

L'empresa IZASA, tot i complir amb els requisits mínims exigits, no han presentat mostres per a la seva valoració.

L'empresa SISTEMAS TECNICOS, tot i que a l'annex B1 de requisits mínims informa que compleix amb tots els requisits, no té marques endoscòpiques.

A15263:

L'empresa INTERSURGICAL a l'annex B1 de requisits mínims informa que no compleix amb les característiques de la malla ni el color de la beina.

L'empresa SISTEMAS TECNICOS a l'annex B1 de requisits mínims informa que no compleix amb les característiques de la malla.

Les empreses ALBYN, MEDICINA TÉCNICA i PALEX queden excloses perquè no arriben a un mínim de 30 punts a la valoració subjectiva exigits al Plec Tècnic.

A15264:

L'empresa ALBYN tot i que a l'annex B1 de requisits mínims exigits informa que compleix amb tot els requisits, no té les cambres numerades per serigrafia.

BOSTON, PALEX i SISTEMAS TECNICOS queden exclosos perquè no arriben a un mínim de 30 punts a la valoració subjectiva.

Aquest producte queda desert.

A15377:

L'empresa IZASA a l'annex B1 de requisits mínims informa que no té material Pebax.

L'empresa OLYMPUS a l'annex B1 de requisits mínims informa que no té material Pebax ni diàmetre de 12-13,5-15 mm.

Les empreses ALBYN i SISTEMAS TÉCNICOS queden excloses perquè no arriben a un mínim de 30 punts a la valoració subjectiva exigits al Plec Tècnic.

A15689:

L'empresa COOK a l'annex B1 de requisits mínims informa que no compleix amb les característiques del mànec i la mida de les puntes.

OLYMPUS a l'annex B1 de requisits mínims informa que no compleix amb les característiques del mànec.

IZASA, tot i complir amb els requisits mínims exigits, no ha presentat mostra per a la seva valoració.

A16183:

L'empresa BOSTON a l'annex B1 de requisits mínims informa que no és reutilitzable. Per tant, aquest producte queda DESERT.

A17255:

Les empreses BOSTON, COOK, D4, IZASA i SISTEMAS TECNICOS, tot i complir amb els requisits mínims exigits, no han presentat mostra per a la seva valoració.

MERIT queda exclosa perquè no arriba als 30 punts a la valoració subjectiva, mínim exigit al Plec Tècnic.

Per tant, aquest producte queda DESERT.

A17847:

ALBYN, tot i que a l'annex B1 de requisits mínims exigits informa que compleix amb tot els requisits, presenta un raspall amb els extrems de la mateixa mida i demanàvem que fossin de mida diferent.

L'empresa BOSTON, tot i que a l'annex B1 de requisits mínims exigits informa que compleix amb tot els requisits, no compleix amb les mides demanades.

OLYMPUS, tot i que a l'annex B1 de requisits mínims exigits informa que compleix amb tot els requisits, no compleixen amb les mides demanades.

SISTEMAS TECNICOS, tot i que a l'annex B1 de requisits mínims exigits informa que compleix amb tot els requisits, presenta un raspall amb els extrems de la mateixa mida i demanàvem que fossin de mida diferent.

IZASA, presenta un raspall amb els extrems de la mateixa mida i demanàvem a l'annex B1 de requisits mínims que fossin de diferents mides.

Per tant, aquest producte queda DESERT.

A17877:

L'empresa BOSTON no ha presentat mostra per a la seva valoració. Per tant, aquest producte queda DESERT.

A17894:

Les empreses IZASA i MEDICINA TÉCNICA queden excloses perquè no arriben als 30 punts a la valoració subjectiva, mínim exigit al Plec Tècnic.

A17900:

L'empresa BOSTON no ha presentat mostra per a la seva valoració. Per tant, aquest producte queda DESERT.

A18128:

COOK a l'annex B1 de requisits mínims informa que no compleix amb les mides demanades de 18 x 120 mm de longitud i queda exclòs.

ALBYN, D4, IZASA i SISTEMAS TECNICOS també queden exclosos perquè no arriben a 30 punts a la valoració subjectiva.

A18284:

BOSTON, COOK, D4, IZASA i SISTEMAS TECNICOS no han presentat mostra per a la seva valoració.

MERIT queda exclosa perquè no arriba als 30 punts a la valoració subjectiva.

Per tant, aquest producte queda DESERT.

A18259:

IZASA i PALEX no han presentat mostra per a la seva valoració.

ALBYN, MEDICINA TECNICA i SISTEMAS TECNICOS queden excloses perquè no arriben als 30 punts a la valoració subjectiva.

A18385:

L'empresa ALBYN, tot i que a l'annex B1 de requisits mínims informa que compleix amb tots els requisits, no compleix amb la indicació clínica de tancament de perforacions luminals del tracte gastrointestinal.

COOK a l'annex B1 de requisits mínims informa que no està indicat clínicament per al tancament de perforacions luminals del tracte gastrointestinal.

MEDICINA TECNICA, tot i que a l'annex B1 de requisits mínims informa que compleix amb tots els requisits, al revisar la fitxa tècnica es comprova que no compleix amb el diàmetre del canal mínim de 2,8 mm i no té la indicació de profilaxis.

INTERSURGICAL, PALEX i SISTEMAS TÉCNICOS queden exclosos per no arribar als 30 punts a la valoració subjectiva.

A19127:

ALBYN MEDICAL queda exclosa perquè no arriba als 30 punts a la valoració subjectiva.

COOK informa a l'annex B1 de requisits mínims que no disposa de punta cònica de 4,5 Fr ni de la mida del diàmetre demanada.

PALEX, tot i complir amb els requisits mínims exigits, no ha presentat mostra.

L'empresa IZASA a l'annex B1 de requisits mínims informa que no té el baló amb disseny quadrat ni amb beina modificable en rigidesa; ni la clau de pas de 2/3 vies.

OLYMPUS a l'annex B1 informa que no té el baló amb disseny quadrat ni diàmetre de 9-12 mm.

SISTEMAS TECNICOS a l'annex B1 informa que no té el baló amb disseny quadrat.

A19605:

L'empresa CARDIOLINK a l'annex B1 de requisits mínims informa que no compleix amb la codificació de color de l'empaquetatge.

D4, IZASA i SISTEMAS TECNICOS queden excloses perquè no arriben a un mínim de 30 punts a la valoració subjectiva.

A20185:

SISTEMAS TECNICOS queda exclosa perquè no arriba als 30 punts a la valoració subjectiva.

A20204:

BOSTON, COOK, D4, IZASA i SISTEMAS TECNICOS no han presentat mostra per a la seva valoració. Per tant, aquest producte queda DESERT.

A20229:

CARDIOLINK a l'annex B1 de requisits mínims informa que no compleix amb la codificació de color de l'empaquetatge.

D4, IZASA i SISTEMAS TECNICOS queden excloses perquè no arriben als 30 punts a la valoració subjectiva.

4. VALORACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES

A13881

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

Oferta econòmica..... 100 punts

S'aplicarà la següent fórmula:

$$x = O_{ma} * Y / O_c$$

On :

x= Puntuació resultant

O_{ma}=Oferta més avantatjosa

Y= Puntuació màxima de l'apartat

O_c= Oferta comparada

A13869 – A20230

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

1. Nombre d'imatges per segon (fps)..... Fins a 10 punts

Es valorarà amb la màxima puntuació la proposta amb el major nombre d'imatges per segon (mínim 2fps) i la resta segons la següent fórmula:

$$P_x = (A / X_p) * y$$

On :

P_x= Puntuació del licitador

A= Valor més baix

X_p= Valor licitador

y= Puntuació màxima de l'apartat

2. Tècniques de diagnòstic òptic incorporades al programari (Sí/No)..... Fins a 10 punts

3. Incorporació del càlcul directe de l'índex de Lewis al programari, per a pacients amb malaltia de Crohn..... Fins a 15 punts

4. Incorporació de l'històric de dades dels pacients al nou programa, per a comparar estudis (Sí/No)..... Fins a 10 punts

5. Oferta econòmica..... Fins a 55 punts

S'aplicarà la següent fórmula:

$$x = O_{ma} * Y / O_c$$

On :

x= Puntuació resultant

O_{ma}=Oferta més avantatjosa

Y= Puntuació màxima de l'apartat

O_c= Oferta comparada

A15263 – A05950 – A18259 – A17894

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR

1. Diàmetre del llaç..... Fins a 12 punts

2. Capacitat d'extracció i cauterització..... Fins a 12 punts

3. Capacitat de mantenir la forma després de diversos procediments..... Fins a 11 punts

4. Seguretat en el procés de treball..... Fins a 5 punts

5. Comoditat en el procés de treball..... Fins a 5 punts

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

Oferta econòmica..... 55 punts

S'aplicarà la següent fórmula:

$$x = O_{ma} * Y / O_c$$

On :

x= Puntuació resultant

O_{ma}=Oferta més avantatjosa

Y= Puntuació màxima de l'apartat

O_c= Oferta comparada

A14414 – A14305

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR

1. Capacitat de retenció de la mostra..... Fins a 10 punts
2. Facilitat d'obertura, tancament i força de la mossegada..... Fins a 10 punts
3. Mossegada precisa i neta..... Fins a 10 punts
4. Contrast de les marques endoscòpiques..... Fins a 15 punts

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

Oferta econòmica..... 55 punts

S'aplicarà la següent fórmula:

$$x = O_{ma} * Y / O_c$$

On :

x= Puntuació resultant

O_{ma}=Oferta més avantatjosa

Y= Puntuació màxima de l'apartat

O_c= Oferta comparada

A06317

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR

1. Compatibilitat amb endoscòpis estàndards..... Fins a 10 punts
2. Seguretat en el procés de treball..... Fins a 5 punts
3. Contrast del color de la beina..... Fins a 10 punts
4. Facilitat en l'avançament de l'agulla..... Fins a 10 punts
5. Bisellat de l'agulla..... Fins a 10 punts

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

Oferta econòmica..... 55 punts

S'aplicarà la següent fórmula:

$$x = O_{ma} * Y / O_c$$

On :

x= Puntuació resultant

O_{ma}=Oferta més avantatjosa

Y= Puntuació màxima de l'apartat

O_c= Oferta comparada

A10182

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR

1. Capacitat de visualització..... Fins a 9 punts
2. Nombre de bandes..... Fins a 9 punts
3. Intensitat del click indicador d'alliberament de la banda..... Fins a 9 punts
4. Indicador de bandes..... Fins a 9 punts
5. Caputxons amb ajustament universal..... Fins a 9 punts

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

Oferta econòmica..... 55 punts

S'aplicarà la següent fórmula:

$$x = O_{ma} * Y / O_c$$

On :

x= Puntuació resultant

O_{ma}=Oferta més avantatjosa

Y= Puntuació màxima de l'apartat

O_c= Oferta comparada

A13694 – A18385

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Quantitat i qualitat de les obertures i tancaments..... | Fins a 12 punts |
| 2. Precisió de la rotació..... | Fins a 12 punts |
| 3. Qualitat de la visualització fluoroscòpia..... | Fins a 11 punts |
| 4. Seguretat en el procés de treball..... | Fins a 5 punts |
| 5. Comoditat en el procés de treball..... | Fins a 5 punts |

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

Oferta econòmica..... 55 punts

S'aplicarà la següent fórmula:

$$x = O_{ma} * Y / O_c$$

On :

x= Puntuació resultant

O_{ma}=Oferta més avantatjosa

Y= Puntuació màxima de l'apartat

O_c= Oferta comparada

A06736 – A08287 – A10441 – A12238 – A15377

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Compatibilitat amb endoscòpis estàndard..... | Fins a 12 punts |
| 2. Visualització a través del baló dilatador | Fins a 12 punts |
| 3. Taula d'equivalències de pressió/cm..... | Fins a 11 punts |
| 4. Seguretat en el procés de treball..... | Fins a 5 punts |
| 5. Comoditat en el procés de treball..... | Fins a 5 punts |

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

Oferta econòmica..... 55 punts

S'aplicarà la següent fórmula:

$$x = O_{ma} * Y / O_c$$

On :

x= Puntuació resultant

O_{ma}=Oferta més avantatjosa

Y= Puntuació màxima de l'apartat

O_c= Oferta comparada

A13621 – A15689

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR

- | | |
|---|----------------|
| 1. Flexibilitat, sensibilitat i precisió..... | Fins a 9 punts |
| 2. Ergonomia del mànec i fàcil manipulació..... | Fins a 9 punts |
| 3. Facilitat pel "peeling down" de la guia..... | Fins a 9 punts |
| 4. Facilitat d'injecció de contrast..... | Fins a 9 punts |
| 5. Visualització de la guia..... | Fins a 9 punts |

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

Oferta econòmica..... 55 punts

S'aplicarà la següent fórmula:

$$x = O_{ma} * Y / O_c$$

On :

x= Puntuació resultant

O_{ma}=Oferta més avantatjosa

Y= Puntuació màxima de l'apartat

O_c= Oferta comparada

A10412 – A19127

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Intercanvi de guies..... | Fins a 7 punts |
| 2. Visualització fluoroscòpia | Fins a 10 punts |
| 3. Facilitat d'injecció de contrast..... | Fins a 7 punts |
| 4. Flexibilitat del catèter..... | Fins a 7 punts |
| 5. Resistència del baló..... | Fins a 7 punts |
| 6. Sistema de bloqueig..... | Fins a 7 punts |

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

Oferta econòmica..... 55 punts

S'aplicarà la següent fórmula:

$$x = O_{ma} * Y / O_c$$

On :

x= Puntuació resultant

O_{ma}=Oferta més avantatjosa

Y= Puntuació màxima de l'apartat

O_c= Oferta comparada

A12120

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR

- | | |
|--|----------------|
| 1. Visualització fluoroscòpia..... | Fins a 9 punts |
| 2. Torsió i lliscament..... | Fins a 9 punts |
| 3. Marques visibles de colors contrastats..... | Fins a 9 punts |
| 4. Resistència de la guia..... | Fins a 9 punts |
| 5. Accés i intercanvi..... | Fins a 9 punts |

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

Oferta econòmica..... 55 punts

S'aplicarà la següent fórmula:

$$x = O_{ma} * Y / O_c$$

On :

x= Puntuació resultant

O_{ma}=Oferta més avantatjosa

Y= Puntuació màxima de l'apartat

O_c= Oferta comparada

A14242

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Compatibilitat amb endoscopi Olympus..... | Fins a 12 punts |
| 2. Mecanismes antireflux..... | Fins a 12 punts |
| 3. Fixació de la guia..... | Fins a 11 punts |
| 4. Seguretat en el procés de treball..... | Fins a 5 punts |
| 5. Caputxons amb ajustament universal..... | Fins a 5 punts |

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

Oferta econòmica..... 55 punts

S'aplicarà la següent fórmula:

$$x = O_{ma} * Y / O_c$$

On :

x= Puntuació resultant

O_{ma}=Oferta més avantatjosa

Y= Puntuació màxima de l'apartat

O_c= Oferta comparada

A07734

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR

- | | |
|---|----------------|
| 1. Flexibilitat, sensibilitat i precisió..... | Fins a 9 punts |
| 2. Ergonomia del mànec i fàcil manipulació..... | Fins a 9 punts |
| 3. Facilitat pel "peeling down" de la guia..... | Fins a 9 punts |
| 4. Visualització del raspall per RX..... | Fins a 9 punts |
| 5. Visualització de la guia..... | Fins a 9 punts |

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

Oferta econòmica..... 55 punts

S'aplicarà la següent fórmula:

$$x = \text{Oma} * Y / \text{Oc}$$

On :

x= Puntuació resultant

Oma=Oferta més avantatjosa

Y= Puntuació màxima de l'apartat

Oc= Oferta comparada

A17847 – A07077

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Resistència del raspall..... | Fins a 12 punts |
| 2. Flexibilitat del cos..... | Fins a 12 punts |
| 3. Compatible amb els canals de tots el endoscòpis..... | Fins a 11 punts |
| 4. Comoditat en el procés de treball..... | Fins a 5 punts |
| 5. Seguretat en el procés de treball..... | Fins a 5 punts |

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

Oferta econòmica..... 55 punts

S'aplicarà la següent fórmula:

$$x = \text{Oma} * Y / \text{Oc}$$

On :

x= Puntuació resultant

Oma=Oferta més avantatjosa

Y= Puntuació màxima de l'apartat

Oc= Oferta comparada

A19605 – A20229 – A17255 – A18284 – A20204 – A18128 – A13630 – A17877 - A17900 – A13182 – A13816

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Visualització dels marcadors fluoroscòpics..... | Fins a 12 punts |
| 2. Visualització dels marcadors endoscòpics..... | Fins a 12 punts |
| 3. Facilitat de col·locació de la pròtesi..... | Fins a 11 punts |
| 4. Comoditat en el procés de treball..... | Fins a 5 punts |
| 5. Seguretat en el procés de treball..... | Fins a 5 punts |

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

Oferta econòmica..... 55 punts

S'aplicarà la següent fórmula:

$$x = \text{Oma} * Y / \text{Oc}$$

On :

x= Puntuació resultant

Oma=Oferta més avantatjosa

Y= Puntuació màxima de l'apartat

Oc= Oferta comparada

A15264

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR

- | | |
|--|----------------|
| 1. Facilitat en la visualització de la mostra..... | Fins a 9 punts |
| 2. Resistència al receptacle..... | Fins a 9 punts |
| 3. Filtres per recollida de mostres de mida petita (<1mm)..... | Fins a 9 punts |
| 4. Facilitat en l'extracció de la mostra..... | Fins a 9 punts |
| 5. Comoditat en el procés de treball..... | Fins a 9 punts |

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

Oferta econòmica..... 55 punts

S'aplicarà la següent fórmula:

$$x = O_{ma} * Y / O_c$$

On :

x= Puntuació resultant

O_{ma}=Oferta més avantatjosa

Y= Puntuació màxima de l'apartat

O_c= Oferta comparada

A10411

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR

- | | |
|--|----------------|
| 1. Flexibilitat del catèter..... | Fins a 9 punts |
| 2. Resistència del catèter al doblament..... | Fins a 9 punts |
| 3. Resistència de la punta..... | Fins a 9 punts |
| 4. Comoditat en el procés de treball..... | Fins a 9 punts |
| 5. Seguretat en el procés de treball..... | Fins a 9 punts |

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

Oferta econòmica..... 55 punts

S'aplicarà la següent fórmula:

$$x = O_{ma} * Y / O_c$$

On :

x= Puntuació resultant

O_{ma}=Oferta més avantatjosa

Y= Puntuació màxima de l'apartat

O_c= Oferta comparada

A12901

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Ergonomia..... | Fins a 12 punts |
| 2. Comoditat obertures laterals..... | Fins a 12 punts |
| 3. Facilitat valoració coloració de la pell..... | Fins a 11 punts |
| 4. Comoditat en el procés de treball..... | Fins a 5 punts |
| 5. Seguretat en el procés de treball..... | Fins a 5 punts |

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

Oferta econòmica..... 55 punts

S'aplicarà la següent fórmula:

$$x = O_{ma} * Y / O_c$$

On :

x= Puntuació resultant

O_{ma}=Oferta més avantatjosa

Y= Puntuació màxima de l'apartat

O_c= Oferta comparada

A16183

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Suavitat del filferro de la cistella..... | Fins a 11 punts |
| 2. Capacitat de subjecció..... | Fins a 11 punts |
| 3. Facilitat d'intercanvi de guies..... | Fins a 11 punts |
| 4. Precisió en la manipulació..... | Fins a 12 punts |

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

Oferta econòmica..... 55 punts

S'aplicarà la següent fórmula:

$$x = \text{Oma} * Y / \text{Oc}$$

On :

x= Puntuació resultant

Oma=Oferta més avantatjosa

Y= Puntuació màxima de l'apartat

Oc= Oferta comparada

A16372

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR

- | | |
|--|----------------|
| 1. Capacitat de prevenció de sagnat post-polipectomia..... | Fins a 9 punts |
| 2. Facilitat de col·locació..... | Fins a 9 punts |
| 3. Seguretat del procés de treball..... | Fins a 9 punts |
| 4. Lligadura sense deformitats..... | Fins a 9 punts |
| 5. Màneg i llaç incorporats..... | Fins a 9 punts |

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

Oferta econòmica..... 55 punts

S'aplicarà la següent fórmula:

$$x = \text{Oma} * Y / \text{Oc}$$

On :

x= Puntuació resultant

Oma=Oferta més avantatjosa

Y= Puntuació màxima de l'apartat

Oc= Oferta comparada

A11818

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Facilitat d'obertura..... | Fins a 11 punts |
| 2. Seguretat en la retracció..... | Fins a 11 punts |
| 3. Comoditat en el procés de treball..... | Fins a 11 punts |
| 4. Seguretat en el procés de treball..... | Fins a 12 punts |

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

Oferta econòmica..... 55 punts

S'aplicarà la següent fórmula:

$$x = \text{Oma} * Y / \text{Oc}$$

On :

x= Puntuació resultant

Oma=Oferta més avantatjosa

Y= Puntuació màxima de l'apartat

Oc= Oferta comparada

A15631

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Duresa del raspall..... | Fins a 11 punts |
| 2. Suavitat en la manipulació..... | Fins a 11 punts |
| 3. Seguretat en el procés de treball..... | Fins a 11 punts |
| 4. Comoditat en el procés de treball..... | Fins a 12 punts |

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

Oferta econòmica..... 55 punts

S'aplicarà la següent fórmula:

$$x = \text{Oma} * Y / \text{Oc}$$

On :

x= Puntuació resultant

Oma=Oferta més avantatjosa

Y= Puntuació màxima de l'apartat

Oc= Oferta comparada

A00966

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Estanqueïtat de la mostra recollida..... | Fins a 11 punts |
| 2. Suavitat en la manipulació..... | Fins a 11 punts |
| 3. Seguretat en el procés de treball..... | Fins a 11 punts |
| 4. Comoditat en el procés de treball..... | Fins a 12 punts |

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

Oferta econòmica..... 55 punts

S'aplicarà la següent fórmula:

$$x = \text{Oma} * Y / \text{Oc}$$

On :

x= Puntuació resultant

Oma=Oferta més avantatjosa

Y= Puntuació màxima de l'apartat

Oc= Oferta comparada

A19108 – A18237 – A20185

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Capacitat de retenció de la mostra..... | Fins a 12 punts |
| 2. Facilitat d'obertura, tancament i força de la mossegada..... | Fins a 12 punts |
| 3. Mossegada precisa i neta..... | Fins a 11 punts |
| 4. Seguretat en el procés de treball..... | Fins a 5 punts |
| 5. Comoditat en el procés de treball..... | Fins a 5 punts |

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

Oferta econòmica..... 55 punts

S'aplicarà la següent fórmula:

$$x = \text{Oma} * Y / \text{Oc}$$

On :

x= Puntuació resultant

Oma=Oferta més avantatjosa

Y= Puntuació màxima de l'apartat

Oc= Oferta comparada

4.1 CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR

Les valoracions han estat realitzades pel personal especialitzat dels Serveis d'Endoscòpies i Pneumologia del Consorci Sanitari de Terrassa.

A05950 NANSA DE POLIPECTOMIA RODONA/OVALADA

Han presentat oferta i opten les següents empreses:

- BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
- COOK ESPAÑA, S.A.
- MEDICINA TECNICA, S.L.
- OLYMPUS IBERIA, S.A.U.
- SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.

Els resultats obtinguts són els següents:

	BOSTON SCIENTIFIC	COOK ESPAÑA	MEDICINA TECNICA	OLYMPUS IBERIA	SISTEMAS TECNICOS
Diàmetre del llaç	12	10	7	7	7
Capacitat d'extracció i cauterització	12	10	6	6	6
Capacitat de mantenir la forma després de diversos procediments	11	9	6	6	6
Seguretat en el procés de treball	5	4	3	3	3
Comoditat en el procés de treball	5	4	3	3	3
TOTAL	45	37	25	25	25

A *Diàmetre del llaç*, tot i que totes les mostres tenen el diàmetre exigít, a la pràctica no es comporten de la mateixa manera en quant a rigidesa i deformitat. BOSTON obté la màxima puntuació perquè per als nostres professionals és el que presenta una rigidesa apropiada i no es deforma amb facilitat. COOK és similar però no té una ergonomia tan manipulable. El llaç de MEDICINA TÉCNICA, OLYMPUS i SISTEMAS TÉCNICOS es deforma amb més facilitat i no conserva el diàmetre adequat durant l'extracció, allargant el temps del procediment.

BOSTON rep la màxima puntuació al següent ítem perquè l'extracció i cauterització es fa amb agilitat i correctament. Es valora una mica menys COOK perquè en una de les proves s'ha necessitat més temps que BOSTON per extreure el pòlip. MEDICINA TÉCNICA i SISTEMAS TÉCNICOS reben la puntuació més baixa perquè el procediment es va allargar més que el de COOK, degut al tipus de nanses, que són menys manipulables i no s'obren del tot bé. OLYMPUS rep la mateixa puntuació perquè el sistema talla amb dificultat els pòlips en fred.

Respecte el tercer ítem, MEDICINA TÉCNICA, OLYMPUS i SISTEMAS TÉCNICOS es deformen amb més facilitat tot i ser rígides; no mantenen la forma durant tot el procediment i es puntuen baix a *Capacitat de mantenir la forma després de diversos procediments*. COOK es valora millor perquè conserva durant més temps la forma però no tant com la mostra de BOSTON, que rep la màxima puntuació.

Pel que fa a la *Seguretat i Comoditat en el procés de treball* es valora millor BOSTON perquè per les característiques anomenades anteriorment és la que garanteix la major seguretat i comoditat en la manipulació de la nansa durant tot el procés; COOK obté una puntuació lleugerament inferior perquè en comparació amb BOSTON s'ha necessitat més temps en realitzar la tècnica i la resta de mostres no són tan còmodes de manipular i allarguen el temps d'extracció.

A06317 AGULLA ESCLEROSI 23GX240MM 22G

Han presentat oferta i opten les següents empreses:

- ALBYN MEDICAL, S.L.
- BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
- IZASA HOSPITAL, S.L.U.
- SISTEMAS TECNICOS, S.A.

Els resultats obtinguts són els següents:

	ALBYN MEDICAL	BOSTON SCIENTIFIC	IZASA HOSPITAL	SISTEMAS TECNICOS
Compatibilitat amb endoscopis estàndards	10	10	10	10
Seguretat en el procés de treball	1	5	1	1
Contrast del color de la beina	10	10	10	10
Facilitat en l'avançament de l'agulla	4	10	4	4
Bisellat de l'agulla	5	10	5	5
TOTAL	30	45	30	30

Totes les mostres són compatibles amb els endoscopis actuals.

A *Seguretat en el procés de treball* es valora amb la màxima puntuació BOSTON perquè en comparació amb ALBYN, IZASA i SISTEMAS TÉCNICOS el recorregut és més suau i amb un sol moviment queda fixada l'agulla.

Totes les empreses obtenen la mateixa puntuació a *Contrast del color de la beina*; no hi ha diferències significatives entre elles.

A *Facilitat en l'avançament de l'agulla* es valora amb la màxima puntuació BOSTON perquè en comparació amb la resta la seva agulla es desplaça amb molta més suavitat, sense entrebancs. No s'aprecien diferències destacables entre les agulles de les altres tres empreses, simplement es desplacen amb més dificultat que la primera.

A *Bisellat de l'agulla* rep la màxima puntuació BOSTON perquè el personal assistencial considera que té el bisellat adequat per facilitar la injecció. ALBYN, IZASA i SISTEMAS TÉCNICOS també presenten una mostra amb agulla bisellada, però no és tan còmode d'ús.

A06736 BALÓ DILATADOR 18-20MM

A08287 BALÓ DILATADOR 15-18MM

A10441 BALÓ DILATADOR 8-10MM

A15377 BALÓ DILATADOR 12-15MM

A12238 BALÓ DILATADOR 10-11-12MM

Han presentat oferta i opten les següents empreses:

- ALBYN MEDICAL, S.L.
- BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
- SISTEMAS TECNICOS, S.A.

Donat que el baló és el mateix i l'única diferència és la mida, es valora només la presentació de 10-11-12mm i s'extrapola a la resta. ALBYN MEDICAL no presenta oferta a la referència A10441.

Els resultats obtinguts són els següents:

	ALBYN MEDICAL	BOSTON SCIENTIFIC	SISTEMAS TECNICOS
Compatibilitat amb endoscopis estàndards	12	12	12

Visualització a través del baló dilatador	4	12	4
Taula d'equivalències de pressió/cm	11	11	11
Seguretat en el procés de treball	0	5	0
Comoditat en el procés de treball	1	5	2
TOTAL	28	45	29

Totes tres empreses es valoren amb la màxima puntuació a *Compatibilitat amb endoscòpis estàndards* i a *Taula d'equivalències de pressió/cm* perquè compleixen amb el sol·licitat a l'ítem.

A *Visualització a través del baló* es valora millor BOSTON ja que és més transparent que la resta. ALBYN i SISTEMAS TECNICOS són una mica entelats.

ALBYN rep 0 punts a *Seguretat en el procés de treball* perquè el baló no és homogeni quan està inflat; fa forma d'embut i la pressió baixa no es manté. SISTEMAS TECNICOS també rep 0 punts perquè tampoc manté la forma del baló una vegada inflat; es transforma en un embut i provoca acodaments. BOSTON obté la màxima puntuació perquè el baló conserva la forma durant tota la intervenció la qual cosa garanteix la visibilitat i ofereix la seguretat apropiada al professional.

En quant a la *Comoditat en el procés de treball* es valora millor BOSTON perquè és flexible, no provoca acodaments, el baló és més ferm i manté la mida en tota la seva longitud; a més, el dispositiu per fixar la via és amb un clic. SISTEMAS TECNICOS es valora menys perquè, tot i portar també un sistema per fixar la via, és de rodeta i no és tan pràctic com el de BOSTON; el que faci acodaments no ajuda a la correcta manipulació i el desplaçament de la via no es tan suau. ALBYN només es valora amb un punt perquè la guia es desplaça amb suavitat però la pèrdua de pressió complica la manipulació de la guia i del procediment en general.

A07077 RASPALL NETEJA APERTURES DE CANAL ENDOSCÒPIA

Han presentat oferta i opten les següents empreses:

- ALBYN MEDICAL, S.L.
- BMB HOSPITALARIA, S.L.
- BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
- OLYMPUS IBERIA, S.A.U.

Els resultats obtinguts són els següents:

	ALBYN MEDICAL	BMB HOSPITALARIA	BOSTON SCIENTIFIC	OLYMPUS IBERIA
Resistència del raspall	12	12	12	6
Flexibilitat del cos	12	12	5	5
Compatible amb els canals de tots els endoscòpis	11	11	11	0
Comoditat en el procés de treball	5	5	3	3
Seguretat en el procés de treball	5	5	3	3
TOTAL	45	45	34	25

Es valora amb la millor puntuació ALBYN, BMB i BOSTON al primer ítem perquè tenen la rigidesa òptima per a una correcta neteja dels canals d'endoscòpis. OLYMPUS té un raspall gruixut però poc atapeït i es deforma amb facilitat.

La *Flexibilitat* d'ALBYN i BMB és la més apropiada per aconseguir la neteja dels endoscòpis; BOSTON té un mànec més fi, poc flexible i es manipula amb dificultat; OLYMPUS es massa tou i aquesta excessiva flexibilitat tampoc facilita la neteja.

Tots són *Compatibles amb els canals de tots els endoscòpis* menys la mostra d'OLYMPUS, que té un dispositiu rígid annex al raspall que impedeix la introducció al canal.

A *Comoditat en el procés de treball* es valora amb menys puntuació BOSTON perquè presenta una mostra de dues peces i un envàs voluminós; no és còmode l'obertura de l'envàs ni és fàcil extreure el raspall corresponent. A més, el mànec del raspall petit és menys ergonòmic que la presentació d'ALBYN i BMB. OLYMPUS també es valora baix perquè la seva presentació no és ergonòmica; el raspall no es pot manipular bé degut a que és massa tou.

Pels motius exposats anteriorment ALBYN i BMB reben la màxima puntuació a *Seguretat en el procés de treball* perquè, segons el personal assistencial, les característiques del raspall i del mànec garanteixen una correcta neteja del canal. BOSTON i OLYMPUS tenen unes dificultats que no els fan tan precisos.

A07734 RASPALL CITOLOGIA BILIAR RX CYTOLOGY BRUSH

Han presentat oferta i opten les següents empreses:

- BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
- OLYMPUS IBERIA, S.A.U.
- SISTEMAS TECNICOS, S.A.

Els resultats obtinguts són els següents:

	BOSTON SCIENTIFIC	OLYMPUS IBERIA	SISTEMAS TECNICOS
Flexibilitat, sensibilitat i precisió	4	9	1
Ergonomia del mànec i fàcil manipulació	4	9	1
Facilitat pel "peeling down" de la guia	9	9	9
Visualització del raspall per RX	9	9	9
Visualització de la guia	7	9	7
TOTAL	33	45	27

OLYMPUS rep la màxima puntuació al primer ítem perquè en comparació amb la resta es manipula amb més seguretat: la sortida de la guia és per la punta del raspall i aquesta característica permet agafar la mostra amb precisió; a més, té una flexibilitat apropiada que s'adequa correctament durant tot el procediment. BOSTON no és tan manipulable com la mostra d'OLYMPUS i la sensibilitat és inferior; tot plegat fa que la recollida de la mostra no sigui tan precisa. SISTEMAS TECNICOS té la guia més rígida i el raspall no es manté en línia amb la guia, per això obté la puntuació més baixa.

En quant a l'*Ergonomia del mànec i fàcil manipulació* OLYMPUS es valora amb la màxima puntuació perquè és el que millor s'adapta i el més còmode per als nostres professionals. BOSTON té un mànec més fràgil, no tan resistent com el d'OLYMPUS i es valora menys. El mànec de SISTEMAS TECNICOS és poc ergonòmic, té molt recorregut i va molt dur, per tant rep la puntuació més baixa.

L'ítem *Facilitat pel "peeling down" de la guia* no aplica en aquest cas i es dona la mateixa puntuació als tres proveïdors.

La *Visualització dels raspall per RX* es valora amb la màxima puntuació a tots tres ja que es veuen correctament.

A *Visualització de la guia* es valora amb la màxima puntuació OLYMPUS perquè es veu amb més nitidesa a través de la beina; BOSTON i SISTEMAS TECNICOS presenten més dificultat per localitzar-la.

A10182 BANDA HEMOSTÀTICA LLIGADURA DE VARIUS ESOFÀGIQUES

Han presentat oferta i opten les següents empreses:

- BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
- SISTEMAS TECNICOS, S.A.

Els resultats obtinguts són els següents:

	BOSTON SCIENTIFIC	SISTEMAS TECNICOS
Capacitat de visualització	9	6
Nombre de bandes	9	6
Intensitat del clic indicador d'alliberament de la banda	9	4
Indicador de bandes	9	9
Caputxons amb ajustament universal	9	4
TOTAL	45	29

SISTEMAS TÉCNICOS té el caputxó més opac que OLYMPUS; a més, el fil és trenat i no queda ben tensionat, dificultant la visió. El fil de BOSTON és metàl·lic i tensiona correctament i el caputxó és més transparent; per la qual cosa obté la màxima puntuació a la *Capacitat de visualització*.

BOSTON té 7 bandes versus les 6 de SISTEMAS TÉCNICOS, per això té la màxima puntuació a l'ítem de *Nombre de bandes*.

La *Intensitat del clic indicador d'alliberament de la banda* és més rellevant en la mostra de BOSTON. La de SISTEMAS TÉCNICOS no s'escolta tan clarament.

Es valoren amb la mateixa puntuació totes dues empreses a *Indicador de bandes* perquè ho compleixen.

El caputxó de SISTEMAS TÉCNICOS presenta més dificultat d'ajustament al gastroscopi terapèutic en comparació al de BOSTON.

A10412 BALÓ BILIAR EXTRACTOR DE CÀLCULS 5 Fr 12-15MM

A19127 BALÓ BILIAR EXTRACTOR DE CÀLCULS 5 Fr 9-12MM

Han presentat oferta i opten les següents empreses:

- ALBYN MEDICAL, S.L.
- BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.

Donat que el baló és el mateix i l'única diferència és la mida, es valora només la presentació de 12-15 mm i s'extrapola a la de 9-12 mm.

Els resultats obtinguts són els següents:

	ALBYN MEDICAL	BOSTON SCIENTIFIC
Intercanvi de guies	0	7
Visualització fluoroscòpia	7	10
Facilitat d'injecció de contrast	3	7
Flexibilitat del catèter	3	7
Resistència del baló	3	7
Sistema de bloqueig	0	7
TOTAL	16	45

ALBYN rep 0 punts al primer ítem perquè no permet un intercanvi ràpid de guia (peeling down). BOSTON es valora amb la màxima puntuació perquè l'intercanvi de guies és fàcil; té un recorregut adequat i suavitat.

A *Visualització fluoroscòpia* BOSTON té més contrast i es visualitza millor.

ALBYN presenta més dificultat per injectar el contrast; durant la prova ha esquitxat perquè el sistema és més dur.

El catèter de BOSTON es manipula amb més facilitat que el d'ALBYN, que és més rígid, i es puntua millor a *Flexibilitat del catèter*.

La *Resistència del baló* d'ALBYN és baixa, té poca flexibilitat. BOSTON és més resistent i flexible.

El *Sistema de bloqueig* d'ALBYN no s'ha pogut provar perquè disminueix la mida i no sabem fins on arriba el bloqueig. BOSTON té un sistema de bloqueig correcte.

A11818 AGULLA D'ASPIRACIÓ TRANSBRONQUIAL

Ha presentat oferta i opta la següent empresa:

- PALEX MEDICAL, S.A.

Els resultats obtinguts són els següents:

	PALEX MEDICAL
Facilitat d'obertura	11
Seguretat en la retracció	11
Comoditat en el procés de treball	11
Seguretat en el procés de treball	12
TOTAL	45

Es valora amb la màxima puntuació la *Facilitat d'obertura* perquè no presenta cap dificultat ni resistència en obrir l'embolcall.

La *Seguretat en la retracció* es valora positivament perquè quan es fa la retracció de l'agulla per a la recollida de la mostra llisca amb suavitat i la manté amb seguretat durant tota la manipulació.

La seguretat i comoditat en el procés de treball es valoren amb la màxima puntuació perquè el mànec es ergonòmic i de fàcil maneig i garanteix una manipulació segura i còmode.

A12120 GUIA ACCÉS BILIAR 0,035" i 450 CM DE LONGITUD

Han presentat oferta i opten les següents empreses:

- ALBYN MEDICAL, S.L.
- BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
- COOK ESPAÑA, S.A.
- OLYMPUS IBERIA, S.A.U.
- SISTEMAS TECNICOS, S.A.

Els resultats obtinguts són els següents:

	ALBYN MEDICAL	BOSTON SCIENTIFIC	COOK ESPAÑA	OLYMPUS IBERIA	SISTEMAS TECNICOS
Visualització fluoroscòpia	7	9	7	5	7
Torsió i lliscament	3	9	7	7	3
Marques visibles de colors contrastats	7	9	7	7	7
Resistència de la guia	5	9	7	7	5
Accés i intercanvi	3	9	6	6	3
TOTAL	25	45	34	32	25

A *Visualització fluoroscòpia* es valora amb menys puntuació OLYMPUS perquè, en comparació amb la resta, ofereix la visió més deficient. ALBYN, COOK i SISTEMAS TECNICOS es veuen millor però no tant com BOSTON, que és la més nítida.

A *Torsió i lliscament* BOSTON rep la màxima puntuació perquè la guia és la més suau i aquest fet aporta la major seguretat als nostres professionals. COOK i OLYMPUS llisquen correctament però la torsió no és tan suau. ALBYN i SISTEMAS TECNICOS són les més rígides i no llisquen amb suavitat, i es puntuen més baix.

Les *Marques visibles de colors contrastats* són millors les de BOSTON: el contrast està molt accentuat i es veuen clarament. La resta de proveïdors porten marques però no són tan destacables.

La *Resistència de la guia* de BOSTON és la més òptima. COOK i OLYMPUS són menys resistents a l'ús. ALBYN i SISTEMAS TECNICOS, quan es manipulen, queda una marca permanent a la guia i es produeixen acodaments involuntaris.

L'*Accés i intercanvi* de les guies és similar en COOK i OLYMPUS, són correctes, tot i que no ho fan amb la facilitat i suavitat que BOSTON. ALBYN i SISTEMAS TECNICOS tenen una guia rígida que no permet un intercanvi ràpid i còmode, per això es puntuen menys.

A12901 OBREBOQUES ADULT

Han presentat oferta i opten les següents empreses:

- ALBYN MEDICAL, S.L.
- BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
- IZASA HOSPITAL, S.L.U.
- PALEX MEDICAL, S.A.

Els resultats obtinguts són els següents:

	ALBYN MEDICAL	BOSTON SCIENTIFIC	IZASA HOSPITAL	PALEX MEDICAL
Ergonomia	6	8	8	12
Comoditat obertures laterals	8	10	10	12
Facilitat valoració coloració de la pell	8	8	8	11
Comoditat en el procés de treball	3	3	3	5
Seguretat en el procés de treball	3	3	3	5
TOTAL	28	32	32	45

Es valora amb la màxima puntuació PALEX al primer ítem perquè la forma de l'obreboques és la que millor s'adapta a la boca del pacient: la peça per mossegar té com una espècie de goma que fa que sigui més confortable i la cinta de subjecció és correcta i s'adapta còmodament. BOSTON i IZASA tenen unes mides adequades però no són tan anatòmics com la presentació de PALEX. Per últim, l'obreboques d'ALBYN és més petit, no és tan ergonòmic i la seva cinta no s'adapta bé, per la qual cosa rep la puntuació més baixa.

PALEX rep la màxima puntuació a la *Comoditat obertures laterals* perquè té les obertures més amples i pràctiques per col·locar els aspiradors de saliva. BOSTON i IZASA també tenen les obertures grans però no són tan anatòmiques com les de PALEX. ALBYN té les obertures més petites i no són tan còmodes per introduir els aspiradors.

Es puntua millor PALEX a la *Facilitat valoració coloració de la pell* perquè al tenir majors obertures permet visualitzar més quantitat de mucosa labial. La resta es valoren igual perquè la zona que queda a la vista és similar.

Tant a *Comoditat* i *Seguretat en el procés de treball* es valora millor PALEX perquè l'obertura de la boca és la justa, ni massa gran ni massa petita, i per al pacient és més confortable; els espais per a les aspiracions són adequats pel procés de treball. La resta de proveïdors no ofereixen aquesta comoditat ni seguretat.

A13182 PRÒTESI PANCREÀTICA 3CM

A13816 PRÒTESI PANCREÀTICA 5CM

Han presentat oferta i opten les següents empreses:

- ALBYN MEDICAL, S.L.
- BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.

Donat que la pròtesi és la mateixa i l'única diferència és la mida, es valora només la presentació de 3 cm i s'extrapola a la presentació de 5 cm.

Els resultats obtinguts són els següents:

	ALBYN MEDICAL	BOSTON SCIENTIFIC
Visualització dels marcadors fluoroscòpics	8	12
Visualització dels marcadors endoscòpics	4	12
Facilitat de col·locació de la pròtesi	4	11
Comoditat en el procés de treball	1	5

Seguretat en el procés de treball	1	5
TOTAL	18	45

Es valora amb la màxima puntuació a BOSTON a *Visualització dels marcadors fluoroscopis* perquè es veu amb més nitidesa que la presentació d'ALBYN.

Els marcadors endoscòpics de BOSTON estan més marcats i amb un color més destacable que els d'ALBYN.

La pròtesi d'ALBYN és més rígida i menys manipulable que la de BOSTON, el que motiva que aquesta última es col·loqui més fàcilment.

Per les característiques exposades anteriorment es puntua millor BOSTON a *Comoditat i Seguretat en el procés de treball*; ALBYN té uns flaps massa rígids per un pàncrees i es considera que no s'adequa tan bé al procés d'implant.

A13621 ESFINTEROTOM

Donat que l'esfinterotom és el mateix i l'única diferència és la mida de la punta, es valora només la presentació de 4,4 Fr i s'extrapola a la de mida més petita:

A15689 ESFINTEROTOM DE PUNTA PETITA

Ha presentat oferta i opta la següent empresa:

- BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.

Els resultats obtinguts són els següents:

	BOSTON SCIENTIFIC
Capacitat de visualització	9
Nombre de bandes	9
Intensitat del clic indicador d'alliberament de la banda	9
Indicador de bandes	9
Caputxons amb ajustament universal	9
TOTAL	45

BOSTON rep la màxima puntuació a tot els ítems perquè s'adequa als procediments establerts.

A13694 HEMOCLIP HEMOSTÀTIC N/AB 11MM DES

Han presentat oferta i opten les següents empreses:

- BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
- IZASA HOSPITAL, S.L.U.
- PALEX MEDICAL, S.A.
- SISTEMAS TECNICOS, S.A.

Els resultats obtinguts són els següents:

	BOSTON SCIENTIFIC	IZASA HOSPITAL	PALEX MEDICAL	SISTEMAS TECNICOS
Quantitat i qualitat de les obertures i tancaments	12	10	4	4
Precisió de la rotació	12	10	4	10
Qualitat de la visualització fluoroscòpia	11	8	8	8
Seguretat en el procés de treball	5	3	1	1
Comoditat en el procés de treball	5	3	1	1
TOTAL	45	34	18	24

Es valora amb la màxima puntuació BOSTON a la *Quantitat i qualitat de les obertures i tancaments* perquè en comparació a la resta es pot obrir i tancar varies vegades sense que el clip s'alliberi. IZASA té els tancaments molt semblants però rep una puntuació lleugerament inferior perquè té menys força. PALEX i SISTEMAS TÉCNICOS es valoren menys perquè la quantitat i qualitat de les obertures i del tancament és inferior.

En relació a la *Precisió de la rotació* es valora amb la puntuació més baixa PALEX perquè rota amb dificultat i no es pot manipular amb seguretat. SISTEMAS TÉCNICOS i IZASA roten amb facilitat però no són tan precisos com la mostra de BOSTON, que té una rotació suau i precisa i facilita la manipulació i col·locació del clip.

A *Qualitat de la visualització fluoroscòpia* BOSTON rep la puntuació més alta perquè en comparació a la resta es visualitza amb més nitidesa.

A *Seguretat en el procés de treball* PALEX rep una puntuació baixa perquè la rotació no és correcta i es manipula amb inseguretat i sense precisió. SISTEMAS TÉCNICOS també es manipula amb poca seguretat perquè cal fer més força per alliberar el clip i és menys precís. L'alliberació del clip a la mostra d'IZASA és correcta però la de BOSTON és millor en seguretat i precisió, segons els nostres professionals.

BOSTON es puntua millor a la *Comoditat en el procés de treball* perquè és superior a la resta, tant en l'ergonomia, la solidesa de la beina, la rotació i la col·locació del clip. IZASA també és correcta però es valora amb una puntuació una mica inferior perquè no és tan manipulable. PALEX i SISTEMAS TÉCNICOS no són tan còmodes tots el motius explicats en els anteriors ítems.

A14242 DISPOSITIUS DE FIXACIÓ DE LA GUIA DE RX

Han presentat oferta i opten les següents empreses:

- BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
- OLYMPUS IBERIA, S.A.U.

Els resultats obtinguts són els següents:

	BOSTON SCIENTIFIC	OLYMPUS IBERIA
Compatibilitat amb endoscopi Olympus	12	12
Mecanismes antireflux	12	12
Fixació de la guia	11	11
Seguretat en el procés de treball	5	5

Comoditat en el procés de treball	5	5
TOTAL	45	45

BOSTON i OLYMPUS es valoren amb la mateixa puntuació; tenen característiques molts similar que s'adeqüen als procediments establerts.

A14305 PINÇA BIÒPSIA RADIAL COCODRIL 3,2MMX240CM

Han presentat oferta i opten les següents empreses:

- ALBYN MEDICAL, S.L.
- BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
- MEDICINA TECNICA, S.L.
- SISTEMAS TECNICOS, S.A.

Els resultats obtinguts són els següents:

	ALBYN MEDICAL	BOSTON SCIENTIFIC	MEDICINA TECNICA	SISTEMAS TECNICOS
Capacitat de retenció de la mostra	8	10	0	6
Facilitat d'obertura, tancament i força de la mossegada	8	10	4	8
Mossegada precisa i neta	8	10	8	8
Contrast de les marques endoscòpiques	10	15	4	6
TOTAL	34	45	16	28

Es valora amb la màxima puntuació l'empresa BOSTON a *Capacitat de retenció de la mostra* perquè en totes les proves realitzades les pinces han retingut la mostra amb seguretat. Les d'ALBYN també retenen la mostra però durant una de les proves aquesta ha relliscat i per això es valora una mica menys. SISTEMAS TÉCNICOS requereix de més força per retenir la mostra que les anteriors i MEDICINA TÉCNICA no rep puntuació perquè en les tres ocasions que es va fer la prova es va perdre la mostra.

A *Facilitat d'obertura, tancaments i força de la mossegada* es valora amb la puntuació més baixa MEDICINA TÉCNICA perquè en comparació amb la resta és més difícil d'agafar la mostra i no té tanta força. ALBYN i SISTEMAS TÉCNICOS són semblants, tenen facilitat d'obertura però no tanta força i precisió com BOSTON, que és la millor valorada.

La mossegada de la pinça de BOSTON és la més precisa i neta; la resta tenen un comportament similar, menys precís.

En quant al *Contrast de les marques endoscòpiques* per detectar quan sortirà la pinça del carril de la gastroscòpia, BOSTON es la millor valorada ja que les marques es visualitzen amb molta nitidesa en comparació a la resta. ALBYN es veuen correctament però no tan contrastades. Les de SISTEMAS TÉCNICOS no es veuen amb tanta claredat i MEDICINA TÉCNICA té les marques menys visibles de tots quatre.

A14414 PINÇA BIÒPSIA RADIAL COCODRIL 1,8MMX160CM

Ha presentat oferta i opta la següent empresa:

- BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.

Els resultats obtinguts són els següents:

	BOSTON SCIENTIFIC
Capacitat de retenció de la mostra	10
Facilitat d'obertura, tancament i força de la mossegada	10
Mossegada precisa i neta	10
Contrast de les marques endoscòpiques	15
TOTAL	45

BOSTON es valora amb la màxima puntuació perquè és una pinça que reté correctament la mostra i es manipula amb facilitat.

A15263 NANSÀ AMB XARXA D'EXTRACCIÓ DE MOSTRES/COSSOS ESTRANYS

Han presentat oferta i opten les següents empreses:

- ALBYN MEDICAL, S.L.
- BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
- CARDIOLINK, S.L.
- IZASA HOSPITAL, S.L.U.
- MEDICINA TECNICA, S.L.
- PALEX MEDICAL, S.A.

Els resultats obtinguts són els següents:

	ALBYN MEDICAL	BOSTON SCIENTIFIC	CARDIOL.	IZASA HOSPITAL	MEDICINA TECNICA	PALEX MEDICAL
Diàmetre del llaç	8	12	12	8	8	8
Capacitat d'extracció	4	12	10	10	4	4
Capacitat de mantenir la forma després de diversos procediments	4	11	8	8	4	4
Seguretat en el procés de treball	3	5	5	4	3	3
Comoditat en el procés de treball	3	5	5	4	3	3
TOTAL	22	45	40	34	22	22

Es valoren amb la màxima puntuació BOSTON i CARDIOLINK al primer ítem perquè s'ajusten i adapten millor al procés de recollida de la mostra. La resta d'empreses tenen un diàmetre correcte però no tan adequat.

A *Capacitat d'extracció* es valora amb la màxima puntuació BOSTON perquè té una xarxa més estable, manté la forma i té una capacitat d'extracció superior a la resta. CARDIOLINK i IZASA es valoren una mica menys perquè no extrauen amb la mateixa facilitat. ALBYN es puntua baix perquè la xarxa no té gaire força i es trenca amb facilitat. La mostra de MEDICINA TÉCNICA es queda encallat amb l'obstrucció i PALEX tampoc té molta força quan s'acciona la xarxa.

BOSTON és el que més estable i es puntua millor a la *Capacitat de mantenir la forma després de diversos procediments*. CARDIOLINK i IZASA es deformen lleugerament. ALBYN, MEDICINA TÉCNICA i PALEX es deformen amb facilitat després de diversos procediments, per tant reben la puntuació més baixa.

A *Seguretat i Comoditat en el procés de treball* es valoren igual BOSTON i CARDIOLINK perquè tots dos donen seguretat durant la manipulació i l'extracció s'ha fet correctament. IZASA es valora una mica menys perquè en el procés de recollida ha reliscat una mica la mostra. ALBYN, MEDICINA TÉCNICA i PALEX es valoren amb la puntuació més baixa perquè han presentat menys comoditat tant per les característiques de les xarxes (adequació a espais més estrets, deformitat, força en el tancament...) com per la seva manipulació per part del professional.

A15264 TRAMPA PER A PÒLIPS OPTIMIZER (ENDOSCÒPIA)

Han presentat oferta i opten les següents empreses:

- BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
- PALEX MEDICAL, S.A.
- SISTEMAS TECNICOS, S.A.

Els resultats obtinguts són els següents:

	BOSTON SCIENTIFIC	PALEX MEDICAL	SISTEMAS TECNICOS
Facilitat en la visualització de la mostra	4	6	3
Resistència del receptacle	9	9	9
Filtres per recollida de mostres de mida petita (<1mm)	6	4	4
Facilitat en l'extracció de la mostra	2	5	2
Comoditat en el procés de treball	2	2	5
TOTAL	23	26	23

A *Facilitat en la visualització de la mostra* PALEX és la millor valorada perquè la cambra és la més transparent; tot i això, la mida és petita i no rep la màxima puntuació. BOSTON té doble paret i dificulta la visualització i SISTEMAS TECNICOS és translúcid i fa més difícil distingir la mostra en condicions de poca lluminositat.

Tots tres receptacles són resistents i es valoren amb la mateixa puntuació.

Es valora millor el filtre de BOSTON perquè té els forats més petits de totes tres empreses i evita que les mostres recollides es filtrin i es perdin. El fet de tenir doble filtre ocasiona que es col·lapsi més fàcilment quan la neteja del colon no és excel·lent, per això no rep la màxima puntuació. PALEX i SISTEMAS TECNICOS tenen els forats similars, una mica més grans i poden provocar pèrdua de la mostra.

PALEX es puntua més alt a *Facilitat en l'extracció de la mostra* perquè el sistema fixe del receptacle facilita l'extracció de la mateixa; tot i això, no rep la màxima puntuació perquè té les cambres petites. SISTEMAS TECNICOS, al no permetre una visió perfecta, obliga a obrir i tancar repetidament la trampa per saber si s'ha

recuperat la mostra. BOSTON també es valora menys perquè a l'obrir la tapa per agafar les mostres han saltat les cambres. A *Comoditat en el procés de treball* es valoren totes les empreses amb una puntuació baixa perquè no s'acaben d'adaptar al procediment de la manera més eficient i còmode. BOSTON i PALEX no es poden utilitzar tal i com arriben, cal fer servir un connector més el tub per adaptar-lo a la torre. SISTEMAS TÉCNICOS porta dos tubs i sembla que facilita una mica més l'aspiració, però no tenen la flexibilitat idònia.

A15631 RASPALL CITOLOGIA ESTÈRIL PER A BRONCOSCÒPIA

Han presentat oferta i opten les següents empreses:

- ALBYN MEDICAL, S.L.
- BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
- IZASA HOSPITAL, S.L.U.
- PALEX MEDICAL, S.A.

Els resultats obtinguts són els següents:

	ALBYN MEDICAL	BOSTON SCIENTIFIC	IZASA HOSPITAL	PALEX MEDICAL
Duresa del raspall	11	7	9	9
Suavitat en la manipulació	11	9	9	9
Seguretat en el procés de treball	11	11	11	11
Comoditat en el procés de treball	12	9	10	10
TOTAL	45	36	39	39

ALBYN rep la màxima puntuació al primer ítem perquè té la duresa, la superfície de raspall i la separació de filaments més idònia per a la recollida de mostra biològica. Les mostres d'IZASA i PALEX són similars, tenen un raspall amb una fricció correcta però no massa dur. El raspall de BOSTON és massa dur i amb una superfície de fricció molt estreta i resulta el menys valorat.

En quant a la *Suavitat en la manipulació* es valora amb la màxima puntuació ALBYN perquè el catèter és més consistent i el mànec llisca amb suavitat. BOSTON, IZASA i PALEX són una mica menys seus.

A *Seguretat en el procés de treball* tots els proveïdors reben la mateixa puntuació perquè totes les mostres ofereixen seguretat en la manipulació.

El raspall d'ALBYN és el més còmode de fer servir; a més, incorpora unes tisores d'un sol ús que faciliten el procés. IZASA i PALEX són còmodes a l'hora de la recollida de mostres, però no tant com ALBYN. BOSTON es valora amb la puntuació més baixa perquè al ser un raspall amb una superfície més petita i amb més duresa no és tan còmode a l'hora de executar el procés.

A16372 DISPOSITIU DE LLIGADURA DE POLIPECTOMIES

Han presentat oferta i opten les següents empreses:

- ALBYN MEDICAL, S.L.
- OLYMPUS IBERIA, S.A.U.

Els resultats obtinguts són els següents:

	ALBYN MEDICAL	OLYMPUS IBERIA
Capacitat de prevenció de sagnat post-polipectomia	9	9
Facilitat de col·locació	9	9
Seguretat del procés de treball	9	9
Lligadura sense deformitats	9	9
Mànec i llaç incorporats	9	9
TOTAL	45	45

Totes dues empreses reben la mateixa puntuació perquè presenten mostres correctes que es manipulen amb facilitat i generen seguretat en tot el procés de treball. Tenen la capacitat de prevenir el sagnat un cop feta la polipectomia i s'efectua la lligadura sense deformitats. Disposen de mànec i llaç incorporats, per tant reben en tots els ítems la màxima puntuació.

A17255 PRÒTESI BILIAR METÀL·LICA AUTOEXPANDIBLE NO COBERTA 10 X 60 MM

A18284 PRÒTESI BILIAR METÀL·LICA AUTOEXPANSIBLE NO COBERTA 10 X 80MM

Ha presentat oferta i opta la següent empresa:

- MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.

Donat que les pròtesis són les mateixes i només canvia la mida, es fa una única valoració que s'extrapolà a totes referències.

Els resultats obtinguts són els següents:

	MERIT
Visualització dels marcadors fluoroscòpics	12
Visualització dels marcadors endoscòpics	12
Facilitat de col·locació de la pròtesi	3
Comoditat en el procés de treball	1
Seguretat en el procés de treball	1
TOTAL	29

La pròtesi de MERIT té una *Visualització dels marcadors de fluoroscòpia i endoscòpics* correctes i es valoren amb la màxima puntuació però la resta d'ítems es puntuen baix perquè la guia que presenta és massa llarga, el sistema de desplegament de la pròtesi s'ha de fer en dos passos i necessita més fluid. Per tant, ni és fàcil en la seva manipulació ni còmode, i allarga el procediment influint en la seguretat del procés.

A17894 NANSA DE POLIPECTOMIA HEXAGONAL

Han presentat oferta i opten les següents empreses:

- BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.

- COOK ESPAÑA, S.A.
- IZASA HOSPITAL, S.L.U.
- MEDICINA TECNICA, S.L.

Els resultats obtinguts són els següents:

	BOSTON SCIENTIFIC	COOK ESPAÑA	IZASA HOSPITAL	MEDICINA TECNICA
Diàmetre del llaç	12	12	8	8
Capacitat d'extracció i cauterització	12	12	8	8
Capacitat de mantenir la forma després de diversos procediments	11	11	6	6
Seguretat en el procés de treball	5	5	3	3
Comoditat en el procés de treball	5	5	3	3
TOTAL	45	45	28	28

Les empreses BOSTON i COOK es valoren amb la màxima puntuació a tots els ítems perquè s'ajusten a les necessitats i característiques demanades pels nostres professionals. El diàmetre és correcte i la nansa és flexible per poder recollir millor el pòlip, donant seguretat i comoditat en tot el procés.

IZASA i MEDICINA TÉCNICA es puntuen menys. El primer és més rígid, fet que dificulta l'extracció i complica el procés, disminuint la seguretat del mateix. MEDICINA TÉCNICA es deforma massa i a la pràctica implica que els professionals estan més estona per fer l'extracció; generant major inseguretat.

A18128 PRÒTESI ESOFÀGICA METÀL·LICA PARCIALMENT COBERTA

Han presentat oferta i opten les següents empreses:

- ALBYN MEDICAL, S.L.
- BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
- D4 DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS, S.L.
- IZASA HOSPITAL, S.L.U.
- SISTEMAS TECNICOS, S.A.

Els resultats obtinguts són els següents:

	ALBYN MEDICAL	BOSTON SCIENTIFIC	D4	IZASA HOSPITAL	SISTEMAS TECNICOS
Visualització dels marcadors fluoroscòpics	8	12	8	8	0
Visualització dels marcadors endoscòpics	12	12	12	12	8
Facilitat de col·locació de la pròtesi	4	11	4	4	0
Comoditat en el procés de treball	2	5	2	2	0

Seguretat en el procés de treball	2	5	2	2	0
TOTAL	28	45	28	28	8

De SISTEMAS TECNICOS només s'ha valorat la Visualització dels marcadors endoscòpics; es veuen bé, encara que no tan contrastats com les altres mostres. La resta d'ítems no s'han pogut valorar perquè la pròtesi no s'ha obert del tot bé.

Al primer ítem D4, ALBYN i IZASA es puntuen més baix degut a que la imatge es menys contrastada que la de BOSTON .

BOSTON es valora millor a Facilitat de col·locació de la pròtesi perquè es manipula amb precisió i no presenta dificultat en la col·locació. ALBYN, D4 i IZASA no s'adapten tan bé; tenen la guia llarga i surt amb facilitat, són més rígides i conserven l'efecte memòria quan es treuen del seu embolcall.

Pels motius descrits anteriorment es valoren amb menys puntuació ALBYN, D4 i IZASA a la Comoditat i Seguretat en el procés de treball.

A18237 PINÇA BRONCOSCÒPIA AMB DENTS I SENSE AGULLA

Han presentat oferta i opten les següents empreses:

- BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
- IZASA HOSPITAL, S.L.U.
- SISTEMAS TECNICOS, S.A.

Els resultats obtinguts són els següents:

	BOSTON SCIENTIFIC	IZASA HOSPITAL	SISTEMAS TECNICOS
Capacitat de retenció de la mostra	12	12	12
Facilitat d'obertura, tancament i força de la mossegada	8	12	12
Mossegada precisa i neta	8	11	11
Seguretat en el procés de treball	5	5	5
Comoditat en el procés de treball	3	3	5
TOTAL	35	43	45

Al primer ítem tots reben la mateixa puntuació ja que no presenten cap dificultat per retenir la mostra.

IZASA i SISTEMAS TECNICOS es valoren amb la màxima puntuació a *Facilitat d'obertura, tancament i força de mossegada*. El primer té un tipus de mordassa que exerceix més força que la resta i SISTEMAS TECNICOS té el mànec més ergonòmic facilitant el control d'obertura i tancament. BOSTON presenta més dificultat en el procés d'obertura i de tancament i no exerceix tanta força com la resta de proveïdors, per tant rep menys puntuació.

La pinça de BOSTON és una mica menys precisa que la d'IZASA i SISTEMAS TECNICOS; la mordassa es menys ovalada i això dificulta la recollida de la mostra.

Les tres mostres es valoren amb la màxima puntuació a *Seguretat en el procés* perquè, segons els professionals, les diferències entre elles no afecten la seguretat.

La mostra de SISTEMAS TECNICOS és la més còmode de manipular; el personal assistencial ha valorat molt positivament la forma del mànec i la longitud de la beina. BOSTON i IZASA són similars en aquest aspecte.

A18259 NANSA DE POLIPECTOMIA RODONA/HEXAGONAL

Han presentat oferta i opten les següents empreses:

- ALBYN MEDICAL, S.L.
- BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
- MEDICINA TECNICA, S.L.
- OLYMPUS IBERIA, S.A.U.
- SISTEMAS TECNICOS, S.A.

Els resultats obtinguts són els següents:

	ALBYN MEDICAL	BOSTON SCIENTIFIC	MEDICINA TECNICA	OLYMPUS IBERIA	SISTEMAS TECNICOS
Diàmetre del llaç	7	12	7	7	7
Capacitat d'extracció i cauterització	5	12	5	9	7
Capacitat de mantenir la forma després de diversos procediments	9	11	9	11	9
Seguretat en el procés de treball	3	5	3	5	3
Comoditat en el procés de treball	3	5	3	4	3
TOTAL	27	45	27	36	29

Tot i que totes les mostres presentades tenen el mateix diàmetre, a la pràctica les nanses no es comporten igual. La forma rodona del llaç de BOSTON s'adequa millor al procediment de l'extracció, segons les proves realitzades pel Servei d'Endoscòpies.

A *Capacitat d'extracció i cauterització* es valora menys MEDICINA TECNICA i ALBYN perquè no tallen bé en fred i això implica haver de cauteritzar posteriorment; a més, la capacitat d'extracció no és tan precisa ni ferma com la resta. SISTEMAS TECNICOS té una bona capacitat d'extracció però no talla bé en fred. OLYMPUS cauteritza bé però la nansa té una obertura molt justa per fer una correcta extracció. BOSTON és la millor valorada, cauteritza correctament i l'extracció es fa amb seguretat.

BOSTON i OLYMPUS mantenen la *Capacitat de mantenir la forma després de diversos procediments*. La resta de proveïdors es deformen lleugerament, per tant es valoren una mica menys.

A *Seguretat i Comoditat en el procés de treball* es valora amb la màxima puntuació BOSTON: la nansa es manipula amb facilitat, es desplaça amb suavitat, l'extracció es fa de forma segura i la cauterització és correcta evitant sagnats després de la polipectomia. OLYMPUS es valora també amb la màxima puntuació a *Seguretat* perquè, tot i no ser tan còmode de manipulació, a nivell de seguretat és correcte. ALBYN, MEDICINA TECNICA i SISTEMAS TECNICOS es puntuen més baix perquè fan servir més temps en el procediment per la dificultat en la cauterització.

A18385 CLIP HEMOSTÀTIC

Han presentat oferta i opten les següents empreses:

- INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.

- IZASA HOSPITAL, S.L.U.
- PALEX MEDICAL, S.A.
- SISTEMAS TECNICOS, S.A.

Els resultats obtinguts són els següents:

	INTERSURGICAL	IZASA HOSPITAL	PALEX MEDICAL	SISTEMAS TECNICOS
Quantitat i qualitat de les obertures i tancaments	4	10	4	4
Precisió de la rotació	10	10	4	10
Qualitat de la visualització fluoroscòpia	8	8	8	8
Seguretat en el procés de treball	0	3	1	1
Comoditat en el procés de treball	0	3	1	1
TOTAL	22	34	18	24

Es valora millor IZASA a la *Quantitat i qualitat de les obertures i tancaments* perquè en comparació a la resta es pot obrir i tancar més vegades sense que el clip s'alliberi. INTERSURGICAL, PALEX i SISTEMAS TÉCNICOS es comporten similar i reben la mateixa puntuació.

En relació a la *Precisió de la rotació* es valora més baix PALEX perquè no gira suaument i no es pot manipular amb seguretat. INTERSURGICAL, IZASA i SISTEMAS TÉCNICOS es valoren amb la mateixa puntuació perquè roten amb facilitat.

A *Qualitat de la visualització fluoroscòpia* es valoren totes amb la mateixa puntuació perquè la visió és correcta.

A *Seguretat en el procés de treball* no es valora INTERSURGICAL perquè quan s'acciona el sistema d'alliberament el filferro del bloqueig surt del dispositiu i queda visible, i pot provocar punxades als professionals. PALEX i SISTEMAS TÉCNICOS es valoren baix perquè el primer no garanteix la seguretat en el procés ja que la rotació no és correcta ni precisa; SISTEMAS TÉCNICOS requereix de més força per alliberar el clip i tampoc es manipula amb seguretat. IZASA és la millor valorada perquè l'alliberament del clip és correcte.

A *Comoditat en el procés de treball* IZASA rep la màxima puntuació perquè, segons hem comentat amb anterioritat, es manipula amb facilitat i precisió. PALEX i SISTEMAS TÉCNICOS presenten alguna dificultat i INTERSURGICAL no es valora per l'inconvenient del sistema de bloqueig.

A19108 PINÇA BRONCOSCÒPIA SENSE DENTS I SENSE AGULLA

Han presentat oferta i opten les següents empreses:

- ALBYN MEDICAL, S.L.
- IZASA HOSPITAL, S.L.U.
- SISTEMAS TECNICOS, S.A.

Els resultats obtinguts són els següents:

ALBYN MEDICAL	IZASA HOSPITAL	SISTEMAS TECNICOS
---------------	----------------	-------------------

Capacitat de retenció de la mostra	12	12	12
Facilitat d'obertura, tancament i força de la mossegada	8	12	12
Mossegada precisa i neta	11	11	11
Seguretat en el procés de treball	5	5	5
Comoditat en el procés de treball	3	3	5
TOTAL	39	43	45

Al primer ítem tots reben la mateixa puntuació ja que no presenten cap dificultat per retenir la mostra.

IZASA i SISTEMAS TECNICOS es valoren amb la màxima puntuació a *Facilitat d'obertura, tancament i força de mossegada*. El primer té un tipus de mordassa que exerceix més força que la resta i SISTEMAS TECNICOS té el mànec més ergonòmic facilitant el control d'obertura i tancament. ALBYN es puntua més baix perquè la seva mordassa és més arrodonida i aquesta característica, segons el professional, dificulta la recollida de la mostra.

A *Mossegada precisa i neta* es valoren totes tres empreses amb la mateixa puntuació perquè la mossegada és correcta..

Les tres mostres es valoren amb la màxima puntuació a *Seguretat en el procés* perquè, segons els professionals, les diferències entre elles no afecten la seguretat.

La mostra de SISTEMAS TECNICOS és la més còmode de manipular; el personal assistencial ha valorat molt positivament la forma del mànec i la longitud de la beina. ALBYN i IZASA són similars en aquest aspecte.

A19605 PRÒTESI BILIAR METÀL·LICA AUTOEXPANDIBLE COBERTA 60 MM

A20229 PRÒTESI BILIAR METÀL·LICA AUTOEXPANSIBLE COBERTA 80MM

Han presentat oferta i opten les següents empreses:

- BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
- COOK ESPAÑA, S.A.
- D4 DISTRIBUCIONES HOSPIT.
- IZASA HOSPITAL, S.L.U.
- SISTEMAS TECNICOS, S.A.

Donat que la pròtesi és la mateixa i l'única diferència és la mida, la valoració de la mostra de 60 mm s'extrapolarà a la mida de 80 mm.

Els resultats obtinguts són els següents:

	BOSTON SCIENTIFIC	COOK ESPAÑA	D4	IZASA HOSPITAL	SISTEMAS TECNICOS
Visualització dels marcadors fluoroscòpics	12	12	8	8	0
Visualització dels marcadors endoscòpics	12	12	12	12	8
Facilitat de col·locació de la pròtesi	11	11	4	4	0
Comoditat en el procés de treball	5	5	2	2	0
Seguretat en el procés de treball	5	5	2	2	0

TOTAL	45	45	28	28	8
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

De SISTEMAS TECNICOS només s'ha valorat la *Visualització dels marcadors endoscòpics*; es veuen bé, encara que no tan contrastats com les altres mostres. La resta d'ítems no s'han pogut valorar perquè la pròtesi no s'ha obert del tot bé.

Al primer ítem D4 i IZASA es puntuen més baix degut a que la imatge es menys contrastada que les de BOSTON i COOK.

BOSTON i COOK es valoren millor a *Facilitat de col·locació de la pròtesi* perquè es manipulen amb precisió i no presenten dificultat en la col·locació. D4 i IZASA no s'adapten tan bé; tenen la guia llarga i surt amb facilitat, són més rígides i conserven l'efecte memòria quan es treuen del seu embolcall.

Pels motius descrits anteriorment es valoren amb menys puntuació D4 i IZASA a la *Comoditat i Seguretat en el procés de treball*.

A19822 BALÓ DE DILATACIÓ AMB INDICACIÓ BILIAR 8-10MM

A19823 BALÓ DE DILATACIÓ AMB INDICACIÓ BILIAR 10-12MM

A19824 BALÓ DE DILATACIÓ AMB INDICACIÓ BILIAR 12-15MM

Ha presentat oferta i opta la següent empresa:

- BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.

Donat que el baló és el mateix i l'única diferència és la mida, es valora només una presentació i s'extrapola a la resta de referències.

Els resultats obtinguts són els següents:

	BOSTON SCIENTIFIC
Compatibilitat amb endoscopis estàndards	12
Visualització a través del baló dilatador	12
Taula d'equivalències de pressió/cm	11
Seguretat en el procés de treball	5
Comoditat en el procés de treball	5
TOTAL	45

Es valoren amb la màxima puntuació les tres presentacions de BOSTON perquè són compatibles amb els endoscopis estàndards, tenen bona visualització i aporten seguretat i comoditat en el procés de treball.

A20185 PINÇA BRONCOSCÒPIA AMB DENTS I AMB AGULLA

Han presentat oferta i opten les següents empreses:

- BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
- SISTEMAS TECNICOS, S.A.

Els resultats obtinguts són els següents:

	BOSTON SCIENTIFIC	SISTEMAS TECNICOS
Capacitat de retenció de la mostra	12	7
Facilitat d'obertura, tancament i força de la mossegada	12	7
Mossegada precisa i neta	7	7
Seguretat en el procés de treball	5	5
Comoditat en el procés de treball	5	3
TOTAL	41	29

A *Capacitat de retenció de la mostra* es valora millor BOSTON perquè no presenta cap dificultat per retenir la mostra. Amb la mostra de SISTEMAS TECNICOS no s'aprecia la mateixa força en la retenció.

BOSTON es valora amb la màxima puntuació a *Facilitat d'obertura, tancament i força de mossegada* perquè, en comparació a SISTEMAS TECNICOS el mànec es manipula millor i la pinça s'obre i es tanca amb facilitat exercint la força necessària per agafar la mostra.

Es valoren amb la mateixa puntuació BOSTON i SISTEMAS TECNICOS a l'ítem de *Mossegada precisa i neta* perquè totes dues són correctes.

Les dues mostres es valoren amb la màxima puntuació la *Seguretat en el procés*, no es troba cap punt feble en cap de les pinces.

La mostra de BOSTON és la més còmode. Es valora amb la puntuació més alta a *Comoditat en el procés de treball* per la facilitat en la manipulació i extracció de la mostra.

4.2 ANNEX INFORME DE VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS

El CONSORCI SANITARI DE TERRASSA va publicar el 26 de maig de 2021 l'informe de valoració de l'expedient CST 19-05 Subministrament de material sanitari d'endoscòpies.

El mateix dia es va detectar que hi havia hagut un error en l'elaboració de l'informe; en concret, es va redactar amb una versió de l'arxiu: *Full de sol·licitud de mostres a proveïdors* que no era la correcta i que va provocar l'exclusió d'alguns proveïdors per manca de presentació de mostra.

Per corregir aquesta situació, indiquem a continuació els productes que s'han vist afectats i la valoració definitiva.

SITUACIÓ ACTUAL

1- Al Punt 3 – PROPOSICIONS PRESENTADES, als productes A13630 / A17877 / A17900

On diu "BOSTON no ha presentat mostra per a la seva valoració. Per tant, aquest producte queda desert", ha de dir: no s'ha sol·licitat mostra d'aquests productes perquè el Servei d'endoscòpia els coneix perfectament, em tant en quant s'han provat, s'han consumit o es consumeixen actualment al CST.

El quadre de valoració és el següent:

A13630 PRÒTESI BILIAR PLÀSTICA PREMUNTADA 5 CM

A17900 PRÒTESI BILIAR PLÀSTICA PREMUNTADA 7 CM

A17877 PRÒTESI BILIAR PLÀSTICA PREMUNTADA 9 CM

Ha presentat oferta i opta la següent empresa:

- BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.

Donat que les pròtesis són les mateixes i només canvia la mida, es fa una única valoració que s'extrapolarà a totes dues referències.

Els resultats obtinguts són els següents:

	BOSTON SCIENTIFIC
Visualització dels marcadors fluoroscòpics	12
Visualització dels marcadors endoscòpics	12
Facilitat de col·locació de la pròtesi	11
Comoditat en el procés de treball	5
Seguretat en el procés de treball	5
TOTAL	45

BOSTON rep la màxima puntuació a tots els ítems perquè s'adequa als procediments establerts, tenen bona visualització tant dels marcadors fluoroscòpics com dels endoscòpics; són fàcils de manipular i de col·locar i asseguren un procediment còmode i segur.

2- Al punt 3 – PROPOSICIONS PRESENTADES, als productes A17255 / A18284

On diu "BOSTON, COOK, D4 IZASA i SISTEMAS TECNICOS, tot i complir amb els requisits mínims exigits, no han presentat mostra per a la seva valoració. Per tant, aquest producte queda desert", ha de dir: no s'ha sol·licitat mostres d'aquests productes. El Servei d'endoscòpia els coneix en tant en quant s'han provat, s'han consumit o es consumeixen actualment al CST. A més, s'ha comprovat que D4, IZASA i SISTEMAS TÉCNICOS no tenen un sistema amb bloqueig de la guia, tal i com es demanava en el requisits mínims, i queden exclosos.

El quadre de valoració és el següent:

A17255 PRÒTESI BILIAR METÀL·LICA AUTOEXPANDIBLE NO COBERTA 10 X 60 MM

A18284 PRÒTESI BILIAR METÀL·LICA AUTOEXPANSIBLE NO COBERTA 10 X 80MM

Ha presentat oferta i opta la següent empresa:

- BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
- COOK ESPAÑA, S.A.
- MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.

Donat que les pròtesis són les mateixes i només canvia la mida, es fa una única valoració que s'extrapolarà a totes referències.

Els resultats obtinguts són els següents:

	BOSTON	COOK	MERIT
Visualització dels marcadors fluoroscòpics	12	12	12
Visualització dels marcadors endoscòpics	12	12	12
Facilitat de col·locació de la pròtesi	11	11	3
Comoditat en el procés de treball	5	5	1

Seguretat en el procés de treball	5	5	1
TOTAL	45	45	29

Es valoren amb la mateixa puntuació les empreses BOSTON i COOK perquè totes dues tenen bona visualització tant dels marcadors fluoroscòpics com dels endoscòpics; són fàcils de manipular i de col·locar i asseguren un procediment còmode i segur.

La pròtesi de MERIT té una *Visualització dels marcadors de fluoroscòpia i endoscòpics* correctes i es valoren amb la màxima puntuació però la resta d'ítems es puntuen baix perquè la guia que presenta és massa llarga, el sistema de desplegament de la pròtesi s'ha de fer en dos passos i necessita més fluid. Per tant, ni és fàcil en la seva manipulació ni còmode, i allarga el procediment influint en la seguretat del procés.

3- Al punt 3 – PROPOSICIONS PRESENTADES, al producte A20204

On diu “BOSTON, COOK, D4, IZASA i SISTEMAS TÉCNICOS no han presentat mostra per a la seva valoració. Per tant, aquest producte queda DESERT”, ha de dir: . El Servei d'endoscòpia els coneix en tant en quant s'han provat, s'han consumit o es consumeixen actualment al CST. A més, D4, IZASA i SISTEMAS TÉCNICOS no tenen un sistema amb bloqueig de la guia, tal i com es demanava en el requisits mínims, i queden exclosos.

El quadre de la valoració és el següent:

A20204 PRÒTESI BILIAR METÀL·LICA AUTOEXPANSIBLE PARCIALMENT COBERTA

Han presentat oferta i opten les següents empreses:

- BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
- COOK ESPAÑA, S.A.

Els resultats obtinguts són els següents:

	BOSTON	COOK
Visualització dels marcadors fluoroscòpics	12	12
Visualització dels marcadors endoscòpics	12	12
Facilitat de col·locació de la pròtesi	11	11
Comoditat en el procés de treball	5	5
Seguretat en el procés de treball	5	5
TOTAL	45	45

Es valoren amb la mateixa puntuació les empreses BOSTON i COOK perquè totes dues tenen bona visualització tant dels marcadors fluoroscòpics com dels endoscòpics; són fàcils de manipular i de col·locar i asseguren un procediment còmode i segur.

4- Per tal de facilitar la lectura de les puntuacions, adjuntem una taula resum amb tots els productes licitats:

CODI	DESCRIPCIÓ	PROVEÏDOR	Valoració tècnica subjectiva 45 punts
-------------	-------------------	------------------	--

A11818	AGULLA D'ASPIRACIÓ TRANSBRONQUIAL	ALBYN MEDICAL, S.L.	EXCLÒS
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	EXCLÒS
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	EXCLÒS
		LELEMAN, S.L.	EXCLÒS
		OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	EXCLÒS
		PALEX MEDICAL, S.A.	45
A06317	AGULLA ESCLEROSI 23GX240MM 22G	ALBYN MEDICAL, S.L.	30
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	45
		INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	EXCLÒS
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	30
		MEDICINA TECNICA, S.L.	EXCLÒS
		PALEX MEDICAL, S.A.	EXCLÒS
		SISTEMAS TECNICOS , S.A.	30
		SONMEDICA, S.L.	EXCLÒS
A19127	BALÓ BILIAR EXTRACTOR DE CÀLCULS 5 Fr 9-12MM	ALBYN MEDICAL, S.L.	EXCLÒS
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	45
		COOK ESPAÑA, S.A.	EXCLÒS
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	EXCLÒS
		OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	EXCLÒS
		PALEX MEDICAL, S.A.	EXCLÒS
		SISTEMAS TECNICOS , S.A.	EXCLÒS
A10412	BALÓ BILIAR EXTRACTOR DE CÀLCULS 5 Fr 12-15MM	ALBYN MEDICAL, S.L.	EXCLÒS
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	45
		COOK ESPAÑA, S.A.	EXCLÒS
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	EXCLÒS
		OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	EXCLÒS
		PALEX MEDICAL, S.A.	EXCLÒS
		SISTEMAS TECNICOS , S.A.	EXCLÒS
A19823	BALÓ DE DILATACIÓ AMB INDICACIÓ BILIAR 10-12MM	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	45
A19824	BALÓ DE DILATACIÓ AMB INDICACIÓ BILIAR 12-15MM	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	45
A19822	BALÓ DE DILATACIÓ AMB INDICACIÓ BILIAR 8-10MM	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	45
A10441	BALÓ DILATADOR 08-10MM	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	45
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	EXCLÒS
		OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	EXCLÒS
		SISTEMAS TECNICOS , S.A.	EXCLÒS
A12238	BALÓ DILATADOR 10-11-12 MM	ALBYN MEDICAL, S.L.	EXCLÒS
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	45
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	EXCLÒS
		OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	EXCLÒS
		SISTEMAS TECNICOS , S.A.	EXCLÒS
A06736	BALÓ DILATADOR 18-20MM	ALBYN MEDICAL, S.L.	EXCLÒS
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	45
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	EXCLÒS
		OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	EXCLÒS
		SISTEMAS TECNICOS , S.A.	EXCLÒS
A15377	BALÓ DILATADOR 12-15MM	ALBYN MEDICAL, S.L.	EXCLÒS
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	45
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	EXCLÒS
		OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	EXCLÒS
		SISTEMAS TECNICOS , S.A.	EXCLÒS
A08287	BALÓ DILATADOR 15-18MM	ALBYN MEDICAL, S.L.	EXCLÒS
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	45
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	EXCLÒS

		OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	EXCLÒS
		SISTEMAS TECNICOS , S.A.	EXCLÒS
A10182	BANDA HEMOSTÀTICA LLIGADURA DE VARIUS ESOFÀGIQUES	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	45
		COOK ESPAÑA, S.A.	EXCLÒS
		SISTEMAS TECNICOS , S.A.	EXCLÒS
A13881	CÀPSULA ENDOSCÒPICA INTESTÍ	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	
A13869	CÀPSULA ENDOSCÒPICA INTESTÍ PRIM	CARDIOLINK, S.L.	
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	
		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	
A20230	CÀPSULA ENDOSCÒPICA PANENDOSCÒPIA	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	
A16183	CISTELLA DORMIA PER A EXTRACCIÓ DE CÀLCULS	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	EXCLÒS
A13694	CLIP HEMOSTÀTIC N/AB 11MM DES	ALBYN MEDICAL, S.L.	EXCLÒS
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	45
		CARDIOLINK, S.L.	EXCLÒS
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	34
		MEDICINA TECNICA, S.L.	EXCLÒS
		OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	EXCLÒS
		PALEX MEDICAL, S.A.	EXCLÒS
		SISTEMAS TECNICOS , S.A.	EXCLÒS
A18385	CLIP HEMOSTÀTIC XXL 230CM	ALBYN MEDICAL, S.L.	EXCLÒS
		COOK ESPAÑA, S.A.	EXCLÒS
		INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	EXCLÒS
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	34
		MEDICINA TECNICA, S.L.	EXCLÒS
		PALEX MEDICAL, S.A.	EXCLÒS
		SISTEMAS TECNICOS , S.A.	EXCLÒS
A14242	DISPOSITIU DE FIXACIÓ DE LA GUIA DE RX	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	45
		OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	45
A16372	DISPOSITIU DE LLIGADURA DE POLIPECTOMIES	ALBYN MEDICAL, S.L.	45
		OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	45
A15689	ESFINTEROTOM DE PUNTA PETITA	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	45
		COOK ESPAÑA, S.A.	EXCLÒS
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	EXCLÒS
		OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	EXCLÒS
A13621	ESFINTEROTOM	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	45
		COOK ESPAÑA, S.A.	EXCLÒS
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	EXCLÒS
		OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	EXCLÒS
A12120	GUIA ACCÉS BILIAR 0,035" i 450 CM DE LONGITUD	ALBYN MEDICAL, S.L.	EXCLÒS
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	45
		COOK ESPAÑA, S.A.	34
		OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	32
		PALEX MEDICAL, S.A.	EXCLÒS
		SISTEMAS TECNICOS , S.A.	EXCLÒS
A15263	NANSA AMB XARXA D'EXTRACCIÓ DE MOSTRES/COSSOS ESTRANYS	ALBYN MEDICAL, S.L.	EXCLÒS
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	45
		CARDIOLINK, S.L.	40
		INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	EXCLÒS
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	34
		MEDICINA TECNICA, S.L.	EXCLÒS
		PALEX MEDICAL, S.A.	EXCLÒS
		SISTEMAS TECNICOS , S.A.	EXCLÒS
A17894	NANSA DE POLIPECTOMIA HEXAGONAL	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	45
		COOK ESPAÑA, S.A.	45

		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	EXCLÒS
		MEDICINA TECNICA, S.L.	EXCLÒS
A18259	NANSA DE POLIPECTOMIA RODONA/ HEXAGONAL	ALBYN MEDICAL, S.L.	EXCLÒS
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	45
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	EXCLÒS
		MEDICINA TECNICA, S.L.	EXCLÒS
		OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	36
		PALEX MEDICAL, S.A.	EXCLÒS
		SISTEMAS TECNICOS , S.A.	EXCLÒS
A05950	NANSA DE POLIPECTOMIA RODONA/OVALADA	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	45
		COOK ESPAÑA, S.A.	37
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	EXCLÒS
		MEDICINA TECNICA, S.L.	EXCLÒS
		OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	EXCLÒS
		PALEX MEDICAL, S.A.	EXCLÒS
		SISTEMAS TECNICOS , S.A.	EXCLÒS
A12901	OBREBOQUES ADULT	ALBYN MEDICAL, S.L.	EXCLÒS
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	32
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	32
		PALEX MEDICAL, S.A.	45
		SISTEMAS TECNICOS , S.A.	EXCLÒS
A20185	PINÇA BRONCOSCÒPIA AMB DENTS I AMB AGULLA	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	41
		SISTEMAS TECNICOS , S.A.	EXCLÒS
A18237	PINÇA BRONCOSCÒPIA AMB DENTS I SENSE AGULLA	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	35
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	43
		SISTEMAS TECNICOS , S.A.	45
A19108	PINÇA BRONCOSCÒPIA SENSE DENTS I SENSE AGULLA	ALBYN MEDICAL, S.L.	39
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	43
		SISTEMAS TECNICOS , S.A.	45
A14414	PINÇA BIÒPSIA RADIAL COCODRIL 1.8MMX160CM	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	45
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	EXCLÒS
		PALEX MEDICAL, S.A.	EXCLÒS
		SISTEMAS TECNICOS , S.A.	EXCLÒS
A14305	PINÇA BIÒPSIA RADIAL COCODRIL 3.2MMX240CM	ALBYN MEDICAL, S.L.	34
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	45
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	EXCLÒS
		MEDICINA TECNICA, S.L.	EXCLÒS
		OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	EXCLÒS
		PALEX MEDICAL, S.A.	EXCLÒS
		SISTEMAS TECNICOS , S.A.	EXCLÒS
A19605	PRÒTESI BILIAR METÀL·LICA AUTOEXPANDIBLE COBERTA 60MM	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	45
		CARDIOLINK, S.L.	EXCLÒS
		COOK ESPAÑA, S.A.	45
		D4 DISTRIBUCIONES HOSPIT.	EXCLÒS
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	EXCLÒS
		SISTEMAS TECNICOS , S.A.	EXCLÒS
A20229	PRÒTESI BILIAR METÀL·LICA AUTOEXPANDIBLE COBERTA 80MM	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	45
		CARDIOLINK, S.L.	EXCLÒS
		COOK ESPAÑA, S.A.	45
		D4 DISTRIBUCIONES HOSPIT.	EXCLÒS
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	EXCLÒS
		SISTEMAS TECNICOS , S.A.	EXCLÒS
A17255	PRÒTESI BILIAR METÀL·LICA AUTOEXPANDIBLE NO COBERTA	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	45
		COOK ESPAÑA, S.A.	45
		D4 DISTRIBUCIONES HOSPIT.	EXCLÒS

		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	EXCLÒS
		MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.	EXCLÒS
		SISTEMAS TECNICOS , S.A.	EXCLÒS
A18284	PRÒTESI BILIAR METÀL·LICA AUTOEXPANDIBLE NO COBERTA	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	45
		COOK ESPAÑA, S.A.	45
		D4 DISTRIBUCIONES HOSPIT.	EXCLÒS
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	EXCLÒS
		MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.	EXCLÒS
		SISTEMAS TECNICOS , S.A.	EXCLÒS
A20204	PRÒTESI BILIAR METÀL·LICA AUTOEXPANDIBLE PARCIALMENT COBERTA	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	45
		COOK ESPAÑA, S.A.	45
		D4 DISTRIBUCIONES HOSPIT.	EXCLÒS
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	EXCLÒS
		SISTEMAS TECNICOS , S.A.	EXCLÒS
A13630	PRÒTESI BILIAR PLÀSTICA PREMUNTADA 5CM	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	45
A17900	PRÒTESI BILIAR PLÀSTICA PREMUNTADA 7CM	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	45
A17877	PRÒTESI BILIAR PLÀSTICA PREMUNTADA 9CM	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	45
A18128	PRÒTESI ESOFÀGICA METÀL·LICA PARCIALMENT COBERTA	ALBYN MEDICAL, S.L.	EXCLÒS
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	45
		COOK ESPAÑA, S.A.	EXCLÒS
		D4 DISTRIBUCIONES HOSPIT.	EXCLÒS
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	EXCLÒS
		SISTEMAS TECNICOS , S.A.	EXCLÒS
A13816	PRÒTESI PANCREÀTICA 3CM	ALBYN MEDICAL, S.L.	EXCLÒS
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	45
		COOK ESPAÑA, S.A.	EXCLÒS
A13182	PRÒTESI PANCREÀTICA 5CM	ALBYN MEDICAL, S.L.	EXCLÒS
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	45
		COOK ESPAÑA, S.A.	EXCLÒS
A07734	RASPALL CITOLOGIA BILIAR RX CYTOLOGY BRUSH	ALBYN MEDICAL, S.L.	EXCLÒS
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	33
		COOK ESPAÑA, S.A.	EXCLÒS
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	EXCLÒS
		OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	45
		SISTEMAS TECNICOS , S.A.	EXCLÒS
A15631	RASPALL CITOLOGIA ESTÈRIL PER A BRONCOSCÒPIA	ALBYN MEDICAL, S.L.	45
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	36
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	39
		PALEX MEDICAL, S.A.	39
A07077	RASPALL NETEJA APERTURES DE CANAL ENDOSCÒPIA	ALBYN MEDICAL, S.L.	45
		BMB HOSPITALARIA, S.L.	45
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	34
		OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	EXCLÒS
		PALEX MEDICAL, S.A.	EXCLÒS
		SISTEMAS TECNICOS , S.A.	EXCLÒS
A17847	RASPALL NETEJA CANALS	ALBYN MEDICAL, S.L.	EXCLÒS
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	EXCLÒS
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	EXCLÒS
		OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	EXCLÒS
		SISTEMAS TECNICOS , S.A.	EXCLÒS
A00966	RASPALL TELESCOPAT P/CULTIU 1.8MMX11 CM ENDOSCÒPIA	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	EXCLÒS
A10411	SONDA DE COAGULACIÓ	PALEX MEDICAL, S.A.	EXCLÒS
A15264	TRAMPA PER A PÒLIPS OPTIMIZER (ENDOSCÒPIA)	ALBYN MEDICAL, S.L.	EXCLÒS
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	EXCLÒS
		PALEX MEDICAL, S.A.	EXCLÒS

		SISTEMAS TECNICOS , S.A.	EXCLÒS
--	--	--------------------------	--------

4.3 CRITERIS OBJECTIUS O AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

Els resultats obtinguts després de l'obertura del sobre C estan especificats a l'annex econòmic adjunt, on queden reflectides les puntuacions i els imports dels diferents licitadors.

Aspectes a tenir en compte:

- ❖ Aquestes ofertes van ser susceptibles de ser considerades com a desproporcionades o anormals:
 - BOSTON SCIENTIFIC, producte A05950, NANSA DE POLIPECTOMIA RODONA/OVALADA .
 - IZASA HOSPITAL, producte A15263, NANSA AMB XARXA D'EXTRACCIÓ DE MOSTRES/COSSOS ESTRANYS.

Producte A05950. Es va enviar la notificació de baixa temerària a l'empresa BOSTON SCIENTIFIC, però havent-se detectat un error tipogràfic en la publicació del preu unitari. L'oferta no es pot considerar temerària, i per tant, s'accepta l'oferta i la motivació presentada.

Productes A15263. Es va enviar la notificació de baixa temerària a l'empresa IZASA HOSPITAL. Mitjançant resolució de data 2 de novembre, l'Òrgan de Contractació va resoldre acceptar la justificació de la seva oferta.

- ❖ Respecte el producte A17847. L'empresa PALEX MEDICAL, SA no va presentar la fitxa tècnica, tal i com es sol·licitava a l'aparat 4 del Plec de Prescripcions Tècniques així com la resta de la documentació tècnica en el sobre B, per aquesta causa no va ser valorada amb els criteris d'adjudicació susceptibles de judici de valor i tot que va presentar oferta econòmica, no se li valora i queda exclosa.

- ❖ Productes amb valoració tècnica objectiva:

A13869 CÀPSULA ENDOSCÒPICA

A20230 CÀPSULA ENDOSCÒPICA PANENDOSCÒPIA

A13869 CÀPSULA ENDOSCÒPICA

Han presentat oferta i opten les següents empreses:

- MEDTRONIC
- CARDIOLINK
- IZASA

	MEDTRONIC
Nombre d'imatge per segon (fps) (fins a 10 punts)	2-6 fps
Tècniques de diagnòstic òptic incorporades al programari (fins a 10 punts)	SI
Tècniques de diagnòstic òptic incorporades al programari (fins a 15 punts)	SI

Incorporació de l'històric de dades dels pacients al nou programa, per comparar estudis. (fins a 10 punts)	SI
--	----

MEDTRONIC rep la màxima puntuació (45 punts) ja que aporta la documentació per justificar que compleix amb tots els ítems avaluats:

CARDIOLINK i IZASA han presentat també oferta al producte A13869 però una vegada revisades les fitxes tècniques es detecta l'incompliment dels requeriments mínims i queden excloses. En concret, en la documentació aportada no consta el mínim demanat de dues lents. A més, IZASA tampoc compleix amb el mínim objecte detectable que és de 0,5 mm quan es necessitava inferior a 0,1 mm. CARDIOLINK incompleix amb el pes de la càpsula, que supera el 4 g.

A20230 CÀPSULA ENDOSCÒPICA PANENDOSCÒPIA

Han presentat oferta i opten les següents empreses:

- MEDTRONIC

	MEDTRONIC
Nombre d'imatge per segon (fps) (fins a 10 punts)	4-35 frs
Tècniques de diagnòstic òptic incorporades al programari (fins a 10 punts)	SI
Tècniques de diagnòstic òptic incorporades al programari (fins a 15 punts)	SI
Incorporació de l'històric de dades dels pacients al nou programa, per comparar estudis. (fins a 10 punts)	SI

MEDTRONIC rep la màxima puntuació (45 punts) ja que aporta la documentació per justificar que compleix amb tots els ítems avaluats.

5. PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

CODI	DESCRIPCIÓ	PROVEÏDOR
A11818	AGULLA D'ASPIRACIÓ TRANSBRONQUIAL	PALEX MEDICAL, S.A.
A06317	AGULLA ESCLEROSI 23GX240MM 22G	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
A19127	BALÓ BILIAR EXTRACTOR DE CÀLCULS 5 Fr 9-12MM	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
A10412	BALÓ BILIAR EXTRACTOR DE CÀLCULS 5 Fr 12-15MM	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
A19823	BALÓ DE DILATACIÓ AMB INDICACIÓ BILIAR 10-12MM	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
A19824	BALÓ DE DILATACIÓ AMB INDICACIÓ BILIAR 12-15MM	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
A19822	BALÓ DE DILATACIÓ AMB INDICACIÓ BILIAR 8-10MM	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
A10441	BALÓ DILATADOR 08-10MM	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
A12238	BALÓ DILATADOR 10-11-12 MM	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
A06736	BALÓ DILATADOR 18-20MM	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
A15377	BALÓ DILATADOR 12-15MM	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
A08287	BALÓ DILATADOR 15-18MM	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
A10182	BANDA HEMOSTÀTICA LLIGADURA DE VARIUS ESOFÀGIQUES	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
A13881	CÀPSULA ENDOSCÒPICA INTESTÍ	MEDTRONIC IBERICA, S.A.
A13869	CÀPSULA ENDOSCÒPICA INTESTÍ PRIM	MEDTRONIC IBERICA, S.A.
A20230	CÀPSULA ENDOSCÒPICA PANENDOSCÒPIA	MEDTRONIC IBERICA, S.A.
A16183	CISTELLA DORMIA PER A EXTRACCIÓ DE CÀLCULS	DESERT
A13694	CLIP HEMOSTÀTIC N/AB 11MM DES	IZASA HOSPITAL, S.L.U.
A18385	CLIP HEMOSTÀTIC XXL 230CM	IZASA HOSPITAL, S.L.U.

A14242	DISPOSITIU DE FIXACIÓ DE LA GUIA DE RX	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.
A16372	DISPOSITIU DE LLIGADURA DE POLIPECTOMIES	ALBYN MEDICAL, S.L.
A15689	ESFINTEROTOM DE PUNTA PETITA	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
A13621	ESFINTEROTOM	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
A12120	GUIA ACCÉS BILIAR 0,035" i 450 CM DE LONGITUD	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
A15263	NANSA AMB XARXA D'EXTRACCIÓ DE MOSTRES/COSSOS ESTRANYS	IZASA HOSPITAL, S.L.U.
A17894	NANSA DE POLIPECTOMIA HEXAGONAL	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
A18259	NANSA DE POLIPECTOMIA RODONA/ HEXAGONAL	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
A05950	NANSA DE POLIPECTOMIA RODONA/OVALADA	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
A12901	OBREBOQUES ADULT	PALEX MEDICAL, S.A.
A20185	PINÇA BRONCOSCÒPIA AMB DENTS I AMB AGULLA	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
A18237	PINÇA BRONCOSCÒPIA AMB DENTS I SENSE AGULLA	IZASA HOSPITAL, S.L.U.
A19108	PINÇA BRONCOSCÒPIA SENSE DENTS I SENSE AGULLA	SISTEMAS TECNICOS , S.A.
A14414	PINÇA BIÒPSIA RADIAL COCODRIL 1.8MMX160CM	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
A14305	PINÇA BIÒPSIA RADIAL COCODRIL 3.2MMX240CM	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
A19605	PRÒTESI BILIAR METÀL·LICA AUTOEXPANDIBLE COBERTA 60MM	COOK ESPAÑA, S.A.
A20229	PRÒTESI BILIAR METÀL·LICA AUTOEXPANDIBLE COBERTA 80MM	COOK ESPAÑA, S.A.
A17255	PRÒTESI BILIAR METÀL·LICA AUTOEXPANDIBLE NO COBERTA	COOK ESPAÑA, S.A.
A18284	PRÒTESI BILIAR METÀL·LICA AUTOEXPANDIBLE NO COBERTA	COOK ESPAÑA, S.A.
A20204	PRÒTESI BILIAR METÀL·LICA AUTOEXPANDIBLE PARCIALMENT COBERTA	COOK ESPAÑA, S.A.
A13630	PRÒTESI BILIAR PLÀSTICA PREMUNTADA 5CM	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
A17900	PRÒTESI BILIAR PLÀSTICA PREMUNTADA 7CM	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
A17877	PRÒTESI BILIAR PLÀSTICA PREMUNTADA 9CM	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
A18128	PRÒTESI ESOFÀGICA METÀL·LICA PARCIALMENT COBERTA	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
A13816	PRÒTESI PANCREÀTICA 3CM	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
A13182	PRÒTESI PANCREÀTICA 5CM	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
A07734	RASPALL CITOLOGIA BILIAR RX CYTOLOGY BRUSH	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.
A15631	RASPALL CITOLOGIA ESTÈRIL PER A BRONCOSCÒPIA	PALEX MEDICAL, S.A.
A07077	RASPALL NETEJA APERTURES DE CANAL ENDOSCÒPIA	ALBYN MEDICAL, S.L.
A17847	RASPALL NETEJA CANALS	DESERT
A00966	RASPALL TELESCOPAT P/CULTIU 1.8MMX11 CM ENDOSCÒPIA	DESERT
A10411	SONDA DE COAGULACIÓ	DESERT
A15264	TRAMPA PER A PÒLIPS OPTIMIZER (ENDOSCÒPIA)	DESERT

Terrassa, 15 de novembre de 2021

Dr. Jaume Boadas
Cap de Servei Digestiu

M^a del Mar Fernández Contreras
Cap de Compres