

INFORME TÈCNIC PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

Expedient número	21SM0024P - EQUIPS INFUSIÓ ELASTÒMERS
------------------	--

Informe que s'emet en relació a les ofertes presentades per les empreses licitadores a l'expedient referenciat. Vistes les documentacions trameses per la Mesa de Contractació, un cop examinades d'acord amb els criteris d'adjudicació que s'estableixen a la documentació rectora de l'esmentat expedient, aquests Serveis arriben a les següents conclusions.

Lot	Descripció	Empreses presentades		
		Baxter SL	Izasa Hospital SLU	NACIL MEDICA 4 GROUP SL
EB09	BOMBA INFUSIÓN ELASTOMÉRICA	✓	✓	✓

Dra. Mónica Gómez Valent
Direcció del Servei de Farmàcia

Sra. Mireia Subirana Casacuberta
Direcció d'Infermeria

Sabadell, 12 de desembre de 2021

Expedient número	21SM0024P - EQUIPS INFUSIÓ ELASTÒMERS
Lot	EB09 - BOMBA INFUSIÓ ELASTOMÈRICA

	Empreses presentades			
	Baxter SL	Izasa Hospital SLU	NACIL MEDICA 4 GROUP SL	
Criteris de valoració	Puntuació			Motius, si la puntuació no és la màxima.
A. Composició del material i el seu comportament:				
Presentació d'estudis d'estabilitat amb fàrmacs que sigui majors que la mínima demandada a les característiques obligatòries. (fins a 2 punts)	2	-	-	
Seguretat i suavitat en la connexió luer-lock dels elastòmers a les línies de pacient (fins a 1 punt)	1	-	-	
Escala de mesura nítida (fins a 1 punt)	1	-	-	
Disposar d'un marcatge a la carcassa exterior pel seguiment del buidat del globus elastomèric que faciliti la visualització correcta del volum (fins a 2 punts)	2	-	-	
Que no es colzi (fins a 1 punt)	1	-	-	
Es valorarà positivament que incloguin un dispositiu de suport i transport de l'equip (fins a 2 punts)	2	-	-	
Es valorarà positivament disposar d'elastòmers que perfonguin en 3-4 hores (fins a 1 punt)	1	-	-	
Que es disposi de les següents mides al catàleg: 100 ml en 30 minuts, 100 ml en 60 minuts i 250 ml en 24 hores. (fins a 1 punt)	1	-	-	
Estabilitat de fàrmacs per als articles 100001577, 100001591, 100001080, 100001081 i 100002354. Es valorarà positivament informació d'estabilitat amb els següents fàrmacs:				
Ampicil·lina: 1 punt	1	-	-	
Caspofungina: 1 punt	1	-	-	
Ceftarolina: 1 punt	1	-	-	
Ceftolozano-Tazobactam: 1 punt	1	-	-	
Ceftazidima- Avibactam: 1 punt	0	-	-	Baxter SL: no tenen dades al respecte
Anidulafungina: 1 punt	0	-	-	Baxter SL: no tenen dades al respecte
Micafungina: 1 punt	0	-	-	Baxter SL: no tenen dades al respecte
Fluconazol: 1 punt	1	-	-	
Voriconazol: 1 punt	1	-	-	
Isavuconazol: 1 punt	0	-	-	Baxter SL: no tenen dades al respecte
Meropenem: 1 punt	1	-	-	
Imipenem: 1 punt	1	-	-	
Levofloxacino: 1 punt	0	-	-	Baxter SL: no tenen dades al respecte
Teicoplanina: 1 punt	1	-	-	
Tigeciclina: 1 punt	0	-	-	Baxter SL: no tenen dades al respecte
Rifampicina: 1 punt	0	-	-	Baxter SL: no tenen dades al respecte
Linezolid: 1 punt	0	-	-	Baxter SL: no tenen dades al respecte
Tedizolid: 1 punt	0	-	-	Baxter SL: no tenen dades al respecte
B. Tipus d'emballatge i forma de presentació del producte (fins a 3 punts):				
Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força... (fins a 1 punt).	1	-	-	
Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, composició, referència, volum mínim i màxim... (fins a 1 punt).	1	-	-	
Emballatge que hi figuri lliure de làtex (fins a 1 punt).	1	-	-	
C. Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris				
Es valorarà la compatibilitat del producte als procediments del centre, així com també l'absència de possibles efectes adversos al pacient. (fins a 3 punts)	3	-	-	
D. Bomba per omplir els elastòmers (fins a 15 punts):				
Pes de la bomba. Es valorarà positivament que la bomba sigui menys pesada (fins a 2 punts).	2	-	-	
Volum de la bomba. Es valorarà positivament que tingui menys volum (fins a 2 punts)	2	-	-	
Precisió i rapidesa (fins a 5 punts)	4	-	-	Baxter SL: Es descalibra amb facilitat. Cada 10 unitats fetes cal revisar-ho.
Facilitat d'ús (fins a 4 punts)	2	-	-	Baxter SL: Es descalibra amb facilitat. Cada 10 unitats fetes cal revisar-ho.
Possibilitat de programar per més unitats de preparació que les sol·licitades en el plec tècnic, per exemple: mg, g (fins a 2 punts)	0	-	-	Baxter SL: No aporta documentació que ho detalli.
Valoració Global (màxim 50 punts)	36,00	-	-	

* Al document de Quadre de Característiques s'estableix com a imprescindible la presentació de mostres durant el període de presentació d'ofertes, però l'empresa NACIL MEDICA 4 GROUP SL no va presentar mostres durant aquest període.

* Al plec de prescripcions tècniques es demana que la bomba de llenado càpiga en un espai màxim de 30 cm d'alt, 23 cm d'ample i 35 cm de fons, però la que presenta l'empresa Izasa Hospital SLU d'ample fa 28 cm i, per aquest motiu, queda descartada.