



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU I KITS DE RADIO-FREQÜÈNCIA “COOLED” PER AL SERVEI D’ANESTÈSIA DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

L'objecte del contracte correspon a la realització del subministrament successiu i continuat de kits de radio-freqüència “cooled” amb destí al Servei d'Anestèsia del CMPSB, per tal d'usar en determinats procediments de la seva Unitat del Dolor, dels productes que es detallen a continuació:

FLD002	Kit Rizolisis LUMBAR
FLD015	Kit Rizolisis SACROILIACA
FLD016	Kit Rizolisis CERVIC

A més, aquests kits porten associats un generador de radio-freqüència, que l'empresa haurà de cedir al CMPSB mentre sigui vigent la present licitació.

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

La utilització de la Radio- Freqüència (RF) és un mètode habitual en el tractament del dolor, com evidència científica que demostra la seva utilitat.

La RF produeix el seu efecte analgèsic aplicant una corrent alterna de baixa energia i alta freqüència que produeix canvis moleculars en els teixits (sobretot en les proteïnes). Per això es crea un circuit que transmet la corrent des d'un generador a través del pacient, mitjançant un elèctrode i una placa.

Per tant els components d'un equip d'RF són:

- Generador d'RF
- Placa
- Elèctrodes

En funció del lloc anatòmic on es realitza l'RF i del tipus d'RF utilitzada (termocoagulació, polsada, “cooled”), el generador d'RF i els elèctrodes utilitzats poden ser diferents.

L'RF denominada “Cooled” o refredada, s'aplica per la seva major eficàcia (ja que es produeixen lesions més grans però controlades) a les localitzacions següents:

- Articulació sacroilíaca per al dolor crònic de l'esmentada articulació
- Nervis geniculats, com a tractament de la gonartrosis quan no es pot realitzar la col·locació d'una pròtesi de genoll, o si després de la mateixa persisteix el dolor
- Intradiscal, per al dolor lumbar d'origen discogènic que no és tributari d'intervenció quirúrgica

El material específic que es precisa és el següent:

- Generador de radiofreqüència AVANOS Medical
- Kits de radiofreqüència “cooled”:
 - Sinergy probe kit (SIK-17-75-4) per a radiofreqüència sacroilíaca
 - Cooled RF kit (CRK-17-100-4) per a radiofreqüència de geniculats
 - Transdiscal probe kit (TDK2-17-150-6) per a radiofreqüència discal

A l'Annex I es relacionen els articles, amb codis i quantitats estimades.

3. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA:

La informació que s'indica s'haurà de presentar en català i/o castellà:



- Catàleg i foto del producte
- Fitxa descriptiva de les característiques tècniques de cadascun dels productes oferts, i referències amb la definició exacta de la composició, disseny, estructura i elements constituents
- Certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat exigits per la normativa nacional i internacional vigent sobre la matèria i en particular el mercat C.E.
- Descripció d'embalatges i etiquetat

4. CONDICIONS DELS EMBALATGES:

Serà necessari que es compleixin les característiques i requisits que seguidament es detallen per a que la mercaderia no sigui tornada:

- o A la proposta el licitador haurà de fer constar la quantitat i la forma en que aniran envasats els productes oferts.
- o A l'exterior de l'embalatge haurà de poder identificar clarament, mitjançant una etiqueta o imprès sobre els mateixos, la quantitat de producte que conté i el nom del producte.
- o A l'embolcall, tant individual com final, els productes envasats que siguin estèrils, haurà de constar el tipus d'esterilització i la data de caducitat. En canvi, a l'embolcall final també serà necessari que consti el número de lot, de sèrie i la referència de l'article.

5. CONDICIONS D'ENTREGA:

Les entregues es realitzaran segons indicacions establertes pel CMPSB en les diferents comandes.

El lliurament no s'entén realitzat fins el subministrament en el termini i lloc indicat a la comanda. Els embalatges i el cost de transport es consideren inclosos en el preu ofert.

Haurà de complir-se obligatòriament la data d'entrega de la comanda, en cas que no sigui possible s'haurà d'avisar al Servei usuari i al Servei de Logística amb una antelació mínima de 72 hores.

- Lloc, horari i dies de lliurament:

Tot el material haurà d'entregar-se a la direcció consignada a la comanda que podrà ser:

1. Material amb destí a la nostra plataforma logística, magatzem Central CMPSB:

- Coordinació Logística Sanitària (CLS). Tel.93 574 82 30
C/ Creueta s/n, 08130 Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona,

Horari d'entrega de dilluns a divendres de 8 a 14 hores.

2. Material destinat als nostres centres:

- Magatzem Hospital del Mar, Passeig Marítim, 25-29, 08003 Barcelona,
Tel. 93 248 38 54, Fax 93 248 32 56
- Magatzem Hospital de l'Esperança, Mare de Déu de la Salut, 15, 08024 Barcelona,
Tel. 93 367 41 00, Fax 932 190 003
- Magatzem Centre Fòrum, C/ Llull 410, 08019 Barcelona,
Tel. 93 254 13 13 Fax: 933268501
- Magatzem Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López, C/ Prat de la Riba, 171, Recinte Torribera,
08921 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
Tel. 93 462 89 00, Fax: 934 683 742

Horari d'entrega:



- Hivern del 25 de setembre a 23 de juny, de dilluns a dijous de 8 a 14 i els divendres de 8 a 13 hores
- Estiu del 25 de juny al 23 de setembre, de dilluns a dijous de 8 a 13 i els divendres de 8 a 12 hores.

- Albarà d'entrega:

Serà imprescindible per a la recepció del material que cada entrega (parcial o total) vagi acompanyada del corresponent Albarà d'entrega, el qual haurà de ser validat, i on es podrà identificar clarament:

- Número de comanda
- Nom del producte
- Referència de l'article, segons proveïdor
- Referència de l'article, segons CMPSB
- Quantitat: en número d'unitats

Tots els albarans hauran d'anar valorats.

Tota entrega NO acompanyada del corresponent albarà, serà refusada.

- Embalatges:

Les caixes i els paquets hauran de venir preferiblement amb nanses per a facilitar la seva manipulació.

En cas de que determinats articles haguessin d'anar en palets al Magatzem central del CMPSB per a la seva posterior distribució als centres, l'adjudicatària tindran l'obligació que els palets de fusta que s'utilitzin siguin EUR i de qualitat certificada EPAL (Associació Europea de Palets) i hauran de portar gravats els logotips corresponents, i les seves dimensions seran les d'un palet europeu o europalet de 800mm x 1200mm. L'alçada màxima de la càrrega serà de 1,20m.

L'adjudicatari estarà obligat a retirar els materials defectuosos i substituir-los per altres nous en les condicions adequades sense càrrec.

6. ENTREGA DE MOSTRES PER PART DEL LICITADOR:

En el present contracte no es sol·liciten mostres.

7. LOGISTICA:

Tots els ports seran a càrrec de l'adjudicatari sense cap tipus de cost per al CMPSB.

8. INFORMACIÓ DE TRENCAMENT DE STOCK:

L'empresa adjudicatària es compromet a mantenir les existències que garanteixen una adequada continuïtat de l'abastiment.

En cas de que per part de l'empresa adjudicatària es produeixi un desabastiment de l'objecte del contracte:

- Haurà de comunicar-ho al Servei de Logística i al Servei corresponent amb una antelació mínima de 72 hores.
- S'haurà de compensar econòmicament la despesa generada per la compra a altres empreses d'un producte alternatiu o similar.
- En el cas que no hi hagi alternativa de subministrament en el mercat espanyol, l'empresa adjudicatària s'encarregarà de fer les gestions pertinents **en altres mercats** que poguessin subministrar aquest producte sempre en les condicions pactades.



9. DISPOSICIONS GENERALS:

L'adjudicatari queda obligat a prestar l'assessorament tècnic i assistencial necessari per a la utilització dels productes subministrats al personal designat del CMPSB. Impartint els tallers/sessions que siguin necessaris, així como aportar el material docent, si és el cas.

L'adjudicatari té l'obligació de comunicar al CMPSB les modificacions de mesures o longituds que es produeixin en els articles adjudicats (indicant les noves referències amb els codis corresponents) sempre i quan aquestes no suposin una variació de preu, obligant-se a incorporar-los dintre del catàleg de l'hospital i subministrar-los en les mateixes condicions que l'article inicialment adjudicat. Si les noves mesures o longituds no s'adeqüen a les necessitats del CMPSB no hi haurà compromís per la seva part per al consum d'aquest producte.

En cas que l'adjudicatari modifiqui el número de referència o les característiques del producte per causes tècniques o de millora, haurà de comunicar-ho amb la suficient antelació al Servei de Logística i al Servei usuari presentant el document indicant l'antiga i la nova denominació, assumint l'adjudicatari qualsevol cost addicional per a efectuar el canvi, i sense que suposi cap increment en el preu. Si les noves característiques del producte no s'adeqüen a les necessitats del CMPSB no hi haurà compromís per part del mateix per al consum d'aquest producte.

Durant la vigència del contracte, els adjudicataris estaran obligats a proposar substitucions dels productes o materials seleccionats, per altres que incorporin avantatges o innovacions tecnològiques que millorin les prestacions o característiques dels adjudicats, sempre que el seu preu sigui igual o inferior a la inicialment adjudicada i compleixin amb els requisits legals i administratius de la contractació de l'article inicial. Només es podrà excloure l'aplicació d'aquesta millora si el resultat de la seva aplicació és clarament desproporcionada en perjudici de l'adjudicatari, quedant aquesta circumstància degudament acreditada en l'expedient.

En tot cas, l'òrgan de contractació, per pròpia iniciativa i amb la conformitat del proveïdor, o a instància d'aquest, té la facultat d'incloure nous bens del tipus adjudicat o similars quan hi hagi motius d'interès públic o de nova tecnologia o configuració respecte als adjudicats, i que la seva comercialització s'hagi iniciat amb posterioritat a la data límit de presentació d'ofertes, sempre que el seu preu sigui igual o inferior a l'inicialment adjudicat i compleixi els requisits legals i administratius determinats en els plecs que regeixen la citada contractació.

Dr. Fernando Escolano Villen
Cap del Servei d'Anestèsia
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona

Barcelona, 25 de novembre de 2021