

INFORME DE VALORACIÓ TÈCNICA

SCS-2022-15

Subministrament de 4 monitors de saturació venosa i gasto cardíac (sistema PICCO) destinats a l'Hospital Moisès Broggi en resposta a la pandèmia del SARS-CoV-2

LOT 1

1310700100 Monitor de saturació venosa i gasto cardíac

Les empreses següents han presentat oferta tècnica:

GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.

Les propostes tècniques valorades a continuació compleixen els requeriments tècnics demanats en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT):

GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.

1310700100 Monitor de saturació venosa i gasto cardíac		Puntuació màxima	GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.	
SCS-2022-15	Subministrament de 4 monitors de saturació venosa i gasto cardíac (sistema PICCO) destinats a l'Hospital Moisès Broggi en resposta a la pandèmia del SARS-CoV-2	44	Puntuació total	PULSIOFLEX + MODUL PICCO + CARRO
			41,50	

Prestacions tècniques i funcionals		Puntuació màxima		
1.1. Característiques tècniques		10,00	10,00	
Característiques a valorar				
Monitor compacte per estalvi d'espai	4	4	4	Monitor principal de dimensions 21,6 x 17,7 x 12,7 cm al que se li poden afegir mòduls per la mesura d'altres paràmetres
Major mida de la pantalla	4	4	4	8"
Pes del monitor	2	2	2	1,8 Kg
1.2. Connectivitat		8,00	6,50	
Característiques a valorar				
Capacitat d'ampliar mòduls	3	3	3	Permet afegir mòduls per a la mesura de: - oxigenació de la sang - funció hepàtica global - termofilució transpulmonar (Picco) - tendència del gast cardíac
Connexió alàmbrica i inalàmbrica	3	3	1,5	Connexió alàmbrica
Existència prèvia de un driver de connexió con el moxa de Centricity High Acuity de GE	2	2	2	Certifiquen possibilitat de connexió amb Centricity
1.3. Paràmetres i mesures		9,00	8,00	
Característiques a valorar				
Rangs de mesura dels paràmetres demanats	3	3	3	Indica els rangs de mesura dels diferents paràmetres
Altres paràmetres proporcionats pel monitor	2	2	2	El monitor permet mesurar paràmetres addicionals als demanats
Consum oxigen (DO2I)	2	2	1	Sí, amb prèvia introducció manual del valor de saturació d'oxigen, que no proporciona aquest equip
Índex contractilitat ventricular esquerre (dPmx)	2	2	2	El monitor permet la visualització del paràmetre dPmx (Índex de contractilitat ventricular esquerre)
1.4. Accessoris		7,00	7,00	
Característiques a valorar				
Relació de fungibles i preus	4	4	4	S'adjunta una relació dels principals fungibles i preus
Carro original del fabricant	3	3	3	El carro és original del fabricant

Servei tècnic durant el període de garantia		Puntuació màxima		
Servei tècnic durant el període de garantia		4,00	4,00	
Característiques a valorar				
Equip de substitució en cas d'avaría	4	4	4	Es proporciona un equip de substitució en cas de reparació d'avaría superior a 72h

1310700100 Monitor de saturació venosa i gasto cardíac		Puntuació màxima	GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.	
SCS-2022-15	Subministrament de 4 monitors de saturació venosa i gasto cardíac (sistema PICCO) destinats a l'Hospital Moisès Broggi en resposta a la pandèmia del SARS-CoV-2	44	Puntuació total	PULSIOFLEX + MODUL PICCO + CARRO
			41,50	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia		Puntuació màxima		
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia		6,00	6,00	
Característiques a valorar				
Cost anual del manteniment preventiu (material, mà d'obra i desplaçaments exclosos) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge)		3	3	2.400,00 €
Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge)		3	3	4.800,00 €

Resum de la valoració tècnica

Les valoracions finals són les següents:

Empresa	Prestacions tècniques	Servei tècnic	Manteniment	TOTAL
GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.	31,50	4,00	6,00	41,50

Maria del
Pilar Muñoz
Sánchez - DNI
(SIG)

Firmado
digitalmente por
Maria del Pilar
Muñoz Sánchez -
DNI (SIG) Fecha:
2021.12.09 08:05:33
+01'00'