



**CONSORCI SANITARI  
DEL MARESME**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN A LA CONTRACTACIÓ  
MITJANÇANT EL PROCEDIMENT ESTABLERT I PRODUCTE O SERVEI DESCRITS PEL  
CONSORCI SANITARI DEL MARESME**

**PROCEDIMENT: NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT**

**PRODUCTE / SERVEI: MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU (INCLÓS PECES)  
EQUIPS DE RX CANON.**

**EXPEDIENT CSdM PN 7/22SG**



## ÍNDEX

|    |                                                           |   |
|----|-----------------------------------------------------------|---|
| 1. | OBJECTE .....                                             | 3 |
| 2. | INFORMACIÓ GENERAL DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME..... | 3 |
| 3. | ANTECEDENTS.....                                          | 3 |
| 4. | COBERTURES DEL SERVEI OBJECTE DEL CONTRACTE .....         | 4 |
|    | 2.1 Manteniment Preventiu .....                           | 4 |
|    | 2.2 Manteniment Correctiu .....                           | 5 |
| 5. | CALENDARI .....                                           | 5 |
| 6. | TEMPS DE RESPOSTA I HORARI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA .....    | 5 |
| 7. | CONDICIONS DE GARANTIA .....                              | 6 |
| 8. | COORDINACIO D'ACTIVITATS EMPRESARIALS .....               | 6 |



## 1. OBJECTE

L'objecte d'aquest plec es la contractació del servei de manteniment i conservació dels equips mèdics que a continuació es relacionen per encàrrec del Consorci Sanitari del Maresme.

Equipament a mantenir:

| Nº<br>INVENTARI | DESCRIPCIO           | MARCA         | MODEL             | NS         |
|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|------------|
| 10001880        | EQUIP VASCULAR DIVAS | TOSHIBA/CANON | MDX8000A(ULTIMAX) | 99D0862698 |
| 20006232        | TELECOMANDAMENT      | TOSHIBA/CANON | FLUOROSCOPE       | 013/665    |

## 2. INFORMACIÓ GENERAL DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME

El Consorci Sanitari del Maresme, en endavant CSdM, és una entitat en la qual participen el Servei Català de la Salut, el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Mataró.

L'objectiu del Consorci és l'execució d'activitats hospitalàries, assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d'investigació al servei de la població resident en l'àmbit sanitari de la comarca del Maresme i la seva àrea sanitària d'influència.

Són finalitats específiques del Consorci, l'assistència hospitalària integrada, vinculada a la xarxa d'assistència primària i coordinada amb altres nivells sociosanitaris, la prestació de serveis d'atenció primària de salut, la prestació de serveis de salut mental i la prestació de serveis d'atenció sociosanitària i social, la participació en la promoció de campanyes o tasques de medicina preventiva, proporcionar serveis de rehabilitació, la docència relacionada amb la sanitat i, en general, en matèria de salut física i mental.

Es pot complementar la informació descrita en aquest plec des de la pàgina web del CSdM <http://www.csdm.cat>

## 3. ANTECEDENTS

El present document, que formarà part del contracte, té la finalitat de descriure les tasques a desenvolupar per part de l'empresa adjudicatària per tal de que aquesta pugui presentar proposta tècnic-econòmica per la realització dels treballs encarregats.



#### **4. COBERTURES DEL SERVEI OBJECTE DEL CONTRACTE**

Les revisions de manteniment tant correctiu com preventiu les durant a terme personal tècnic especialitzat formats pels fabricants.

Els materials utilitzats pel manteniment dels equips, seran sempre peces originals noves.

Es posarà en contacte amb el Servei de Prevenció de l'Hospital per la Coordinació d'Activitats Empresarial, de forma prèvia a qualsevol intervenció.

Els serveis que s'han d'incloure a la proposta de manteniment són, com a mínim, els següents:

##### **2.1 Manteniment Preventiu**

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran d'acord amb el Protocols de manteniment preventiu que defineix el fabricant, i que llista exhaustivament totes les intervencions necessàries i les concretarà en el temps específicament per cada equip i segons el cicle escaient.

Les dates per portar a terme les visites de manteniment preventiu dels equips seran consensuades amb els serveis d'electromedicina i diagnòstic per la imatge del CSdM. El licitador presentarà una proposta de calendari. Aquestes visites seran realitzades, en qualsevol cas, dintre de l'horari laboral.

Dintre del manteniment preventiu quedarà inclòs, sense càrrec:

- Revisió de seguretat elèctrica i mecànica.
- Ajustaments i calibratges.
- Neteja de l'equip.
- Neteja de filtres.
- Lubricació de components mecànics.
- Comprovació de l'estat de les sondes
- Proves de qualitat d'imatge.
- Proves de funcionament.
- La ma d'obra, desplaçament i dietes.
- Les peces i material necessari per les intervencions.
- 3 Revisions de Manteniment Preventiu anuals per el Telecomandament (Fluoroscope 20)
- 4 Revisions de Manteniment Preventiu anuals per el Equip Multifuncio (Ultimax)



## **2.2 Manteniment Correctiu**

Les operacions de manteniment correctiu sobre l'equip es realitzaran a partir de l'emissió d'una notificació d'avaría, la qual donarà lloc a l'exploració, diagnòsi i correcció de les avaries.

El tècnic de l'empresa adjudicatària es desplaçarà a l'hospital i donarà avis al servei d'Electromedicina de la seva arribada. Un cop feta la intervenció es posarà en contacte amb el servei d'Electromedicina per comunicar l'estat final de l'equip i els hi entregará en paper o format electrònic la fulla d'intervenció, on quedaran reflectides, com a mínim les següents dades:

- Hora d'arribada i sortida.
- Equip intervingut.
- Peces que s'han substituït.
- Tècnic que ha reparat la màquina.
- Estat de l'equip.

Dintre del manteniment correctiu quedarà inclòs, sense càrrec:

- Diagnòstic remot.
- Atenció telefònica
- La ma d'obra,
- El desplaçament i dietes dels tècnics.
- Les peces i material necessari per les intervencions hauran de ser originals.
- El material necessari per les reparacions, inclosos els tubs de RX per l'Ultimax.

## **5. CALENDARI**

Una vegada formalitzat el contracte de manteniment, el calendari de revisions serà establert i acordat entre el servei d'electromedicina i l'empresa adjudicatària.

## **6. TEMPS DE RESPOSTA I HORARI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA**

L'horari mínim de suport telefònic per assistència tècnica serà de 8:30 h a 17:30 h. En dies laborables.

En cas que l'avaría no afecti greument el funcionament de l'equip, el temps màxim de resposta serà de 48 hores laborables.

En cas de parada de l'equip, avaría (impossibilitat de treballar), el temps màxim de resposta serà inferior a 8 hores laborables.



Si la jornada en què venç el termini és no laborable, aquest es prorrogarà fins a la jornada laboral immediatament posterior.

## **7. CONDICIONS DE GARANTIA**

Serà d'obligat compliment, per part dels licitadors, la inclusió de garantia sobre la totalitat de les reparacions efectuades durant la vigència del contracte.

Les condicions de la garantia seran establertes per la legislació vigent que sigui d'aplicació.

## **8. COORDINACIO D'ACTIVITATS EMPRESARIALS**

Prèviament a qualsevol intervenció a les instal·lacions del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM), haurà d'actualitzar la documentació de prevenció de riscos laborals en matèria de coordinació d'activitats empresarials a la plataforma que el CSdM disposa per aquesta gestió:  
<https://www.gestion.iedoce.com>

Per a poder donar d'alta la seva empresa o per resoldre qualsevol dubte, podeu contactar amb:

Servei de Prevenció de Riscos Laborals

Consorci Sanitari del Maresme

Telèfon: 93.741.77.88.

[coordactivitatem@csdm.cat](mailto:coordactivitatem@csdm.cat)

En cas d'haver perdut o no recordar la vostra contrasenya, podeu sol·licitar una actualització enviant un correu a [coordactivitatem@csdm.cat](mailto:coordactivitatem@csdm.cat).