

CENTRAL DE PROCESSAMENT D'ENDOSCOPIS PER AL SERVEI D'ENDOSCOPIA DIGESTIVA IAS
EXP. CONTR/2021/0000000136

Oferida més econòmica	Puntuació: P=11-(Qx2m)/1111111111	9,50 €
Mitjana de totes les ofertes		10,12
Puntuació criteri econòmic (P)		55,00
Import factació (I)		12,00
Valor ponderació (V)		1,55
20 % de la mitjana de les propostes		8,09
Proposta de % ràpel més alta		10

POSSIBLE BAIXA TEMERÀRIA

NO

POSSIBLE BAIXA TEMERÀRIA

NO

POSSIBLE BAIXA TEMERÀRIA

NO

Criteri sobre C		Punts	ST ENDOSCOPICOS		Punts	MATACHANA		Punts	STEELCO		Punts
C1	Preu	85			85,00			85,00			85,00
C2	Ràpel	5			9,50 €			9,50 €			11,29 €
La licitadora podrà presentar oferta d'aplicació d'un ràpel al final de cada any natural, sobre el total de la facturació, per aquest concepte, sempre que compleixi els requeriments tècnics mínims indicats al plec de prescripcions tècniques. Obtindrà la màxima puntuació de 5 punts l'oferta amb el ràpel més alt. Les restants propostes de ràpel obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula (directament proporcional): $P_x = \frac{(Ch/Ce)^5}{10}$ On: Px: puntuació ràpel valorat Cx: proposta de % ràpel ofert Ce: proposta de % ràpel més alta											
C3	Certificacions / acreditacions, relatives a estàndards reconeguts i expedides per entitats o organismes competents. Sistema de qualitat (ISO 9001, ISO 13482 o equivalent): (2 punts) repartit de la següent manera en funció si el certificat es troba des actualitzat al moment present (0,5 punt); En vigor (1 punt); Acreditació ENAC oficial (2 punts) Salut i seguretat (OHSAS 18001, ISO 45001 o equivalent): (2 punts) repartit de la següent manera en funció si el certificat es troba des actualitzat al moment present (0,5 punt); En vigor (1 punt); Acreditació ENAC oficial (2 punts) Gestió ambiental, gestió de residus i/o ACV (anàlisi de ciclo vida i petjada de carboni) (ISO 14001, EMAS, ISO 14040-14067 o equivalent): (3 punts) repartit de la següent manera en funció si el certificat es troba des actualitzat al moment present (1 punt); En vigor (2 punts); Acreditació ENAC oficial (3 punts) RSC (Responsabilitat social corporativa (ISO 26000, SGE 21, SA8000 o equivalent), i emeses per empreses externes o organismes acreditats i de reconegut prestigi: (3 punts) repartit de la següent manera en funció si el certificat es troba des actualitzat al moment present (1 punt); En vigor (2 punts); Acreditació ENAC oficial (3 punts)	10			6			4			6
Disposo de Certificación ISO 9001 acreditada por ENAC. Disposo de Certificación ISO 14001 acreditada por ENAC Fecha de expiración: 2024-12-18 Fecha de expiración: 2024-06-10 ISO 9001:2015 EN ISO 13485:2016 Fecha de Caducidad: 31 Octubre 2024 ISO 14001:2015 Válido desde 2019-11-15 hasta 2022-11-14. ISO 45001:2018 Issued on: 2021 - 08 - 23 Expires on: 2024 - 08 - 23											
Total valoració C		79	Total valoració C		65,00	Total valoració C		60,62	Total valoració C		57,21

Criteri sobre B		Punts	ST ENDOSCOPICOS		Punts	MATACHANA		Punts	STEELCO		Punts
B	Prestacions tècniques i funcionals. Valoració segons qüestionari de qualitat sobre productes presentats	30			17,50			25,50			21,00
Es valorarà temperatura del procés. Especificar en °C i explicar avantatges											
		3	DOCUMENTO 6. MEJORAS (pág. 1) Detergente: 35°C Desinfectante: 40°C		1,50	PÁGINA 31 25°C ±5°C Proceso más delicado. El equipo apenas consume energía eléctrica. El proceso no emite olores procedentes del ácido peracético		3,00	Doc11. CONTR/2021/136. Criterios susceptibles de juicio de valor. Pag 2 ciclo de lavado y desinfección de endoscopios es de 35°C		2,00
Es valorarà que l'equip disposi de cicle d'esterilització validat segons ISO EN14937 o similar de reconegut prestigi											
		1	DOCUMENTO 6. MEJORAS (pág. 1) NO DISPONE		0,00	PÁGINA 31 ISO 14937. Si disposa		1,00	Doc11. CONTR/2021/136. Criterios susceptibles de juicio de valor. Pag 3 ISO 15883 / ISO 14937. Si disposa		1,00
Especificar si l'equip disposa de triple sistema de rentat. Per exemple: irrigació de canals, immersió, breg superior, ...											
		1	DOCUMENTO 6. MEJORAS (pág. 1) Irrigación individual y conjunta de todos los canales, Inmersión y Aspersión		1,00	PÁGINA 31. inmersión, Pulverización y Sistema interno de difusión de fluidos		1,00	Doc11. CONTR/2021/136. Criterios susceptibles de juicio de valor. Pag 4. Irrigación de la parte externa, Irrigación de la parte externa y Irrigación interna de los canales		1,00
Es valorarà sistema comunicació RFID. Explicació del sistema											
		1	DOCUMENTO 6. MEJORAS (pág. 2). NO DISPONE		0,00	PÁGINA 32. sistema RFID que utiliza TAGS. 10 tarjetas TAGS para endoscopios. 5 tarjetas/Pulseras TAGS para usuarios		1,00	Doc11. CONTR/2021/136. Criterios susceptibles de juicio de valor. Pag 5,6,7 sistema de comunicación entre la máquina, usuarios y endoscopios de tipo RFID. Quedando registrado en cada equipo el endoscopio y el usuario		1,00
Especificar durada dels cicles: Alta desinfecció / Rentat i alta desinfecció / Cicle d'autodesinfecció programable per l'usuari											
		3	DOCUMENTO 6. MEJORAS (pág. 2) CICLO 4: desinfección:15 minutos o CICLO 1: lavado + alta desinfección: 16 minutos o CICLO 6: autodesinfección: 40 minutos. 15/16/40		2,00	PÁGINA 32. Sólo ALTA DESINFECCIÓN: 12 minutos LIMPIEZA y ALTA DESINFECCIÓN: 20 minutos CICLO DE AUTODESINFECCIÓN: 20 minutos. 12/20/20		3,00	Doc11. CONTR/2021/136. Criterios susceptibles de juicio de valor. Pag 7,8. Ciclo de autodesinfección 33 minutos. Ciclo de desinfección con ácido peracético intensivo 21 minutos. Ciclo de desinfección estándar: 17 minutos. 17/21/33		1,00
Funcionalitat (Obertura i tancament de la porta haurà de ser automàtica, "sense mans" mitjançant pedal o largeta usuari: 2 punts. Rentadores que permetin la pausa al seu cicle per a la presa de mostres (detecció microbiana), 1 punt. Sistema connector únic, altres) 1 punt											
		4	DOCUMENTO 6. MEJORAS (pág. 4) Obertura mitjançant el golpe; No especifica la resta de criterios: 0,5/0/0		0,50	PÁGINA 33 ni durante la introducción ni durante el cierre de la puerta, el usuario debe utilizar sus manos para esta acción. permitir la apertura de la puerta del equipo y la introducción de las probetas para la recogida de las muestras, bloque de conectores único: només fase de rentat 2/1/0		3,00	Doc11. CONTR/2021/136. Criterios susceptibles de juicio de valor. Pag 8,9. cestas de lavado, cuentan con asas (Obertura i tancament porta manual): 0 punts. Ciclo específico para tomar las muestras de agua: 1 punt. Sistema conector Único. cestas de lavado totalmente extraíbles: 1 punt. 0-1-1		2,00
Ergonomia (Disseny compacte i ergonòmic amb càrrega superior, facilitat de càrrega)											
		4	DOCUMENTO 6. MEJORAS (pág. 4). Diseño compacto y ergonómico con carga superior, facilidad de carga. Connexió des de dalt		4,00	PÁGINA 33 Diseño compacto y ergonómico con carga superior; facilidad de carga. Connexió des de dalt		4,00	Doc11. CONTR/2021/136. Criterios susceptibles de juicio de valor. Pag 9,10. Carga frontal. carga se realiza a 1 metro del suelo. La puerta, al actuar como plataforma de carga/ descarga, hace que la carga del endoscopio se realice de forma superior. Connexió del bloc es fa des del frontal de la màquina introduint la mà		2,00
Funcionament (facilitat d'ús, mida pantalla tàctil, tapa càmera o porta transparent que permeti visualitzar el procés de neteja / desinfecció, referències, Compromís de canvi a Peròxid d'hidrogen)											
		4	DOCUMENTO 6. MEJORAS (pág. 5). mida pantalla tàctil: 0,5 , tapa càmera o porta transparent que permeti visualitzar el procés de neteja / desinfecció: 0, referències: 1, Compromís de canvi a Peròxid d'hidrogen: 0		1,50	PÁGINA 34. mida pantalla tàctil 17". 1 , tapa càmera o porta transparent que permeti visualitzar el procés de neteja / desinfecció: 1 , anexo amb les referències: 1, Compromís de canvi a Peròxid d'hidrogen: 0		3,00	Doc11. CONTR/2021/136. Criterios susceptibles de juicio de valor. Pag 11-16. mida pantalla tàctil 3,5 " 0,5 , tapa càmera o porta transparent que permeti visualitzar el procés de neteja / desinfecció: 1, referències: 0, Compromís de canvi a Peròxid d'hidrogen: 1		2,50
Compromís ampliació amb una 4ª rentadora automàtica si es justifica per augment d'activitat assistencial. Especificar les característiques del model proposat											
		3	DOCUMENTO 6. MEJORAS (pág. 5) Compromiso de 4ª lavadora idéntica		3,00	PÁGINA 35 Compromiso de 4ª lavadora idéntica		3,00	Doc 12. CONTR/2021/136. Compromiso de 4ª lavadora idéntica		3,00
Compromís d'augment capacitat dels armaris d'endoscòpis (A partir de 16 Uds.) si es justifica per augment d'activitat assistencial. Especificar les característiques dels models proposats											
		1,5	DOCUMENTO 6. MEJORAS (pág. 5) 30 endoscopios		1,50	PÁGINA 35. 24 Endoscopis		0,50	Doc 13. CONTR/2021/136. Compromiso de armario adicional 27 endoscopios		1,00
Compromís d'una 3ª estació de prelavat si es justifica per augment d'activitat assistencial. Especificar en què consistirà i les característiques del model proposat											
		1,5	DOCUMENTO 6. MEJORAS (pág. 5) Compromiso estación de prelavado		1,50	PÁGINA 36 Compromiso estación de prelavado		1,50	Doc 14. CONTR/2021/136. Compromiso estación de prelavado		1,50
Compromís d'un 2º carro de transport amb cistelles d'endoscòpis si es justifica per augment d'activitat assistencial. Especificar en què consistirà i les característiques del model proposat											
		1	DOCUMENTO 6. MEJORAS (pág. 5) Compromiso carro de transporte SL-TROLLEY,		1,00	PÁGINA 36. Compromiso carro de transporte bierto, incluyendo las bandejas correspondientes		1,00	Doc 15. CONTR/2021/136. Compromiso carro de transporte 6 bandejas		1,00
S.A.T. assistència amb presència física o resolució en 24 h amb compromís penalització. Especificar en què consistirà aquest compromís (import, altres millores en equipament, ...)											
		1	DOCUMENTO 6. MEJORAS (pág. 6). Abono del importe correspondiente a los ciclos no realizados en los días que la máquina quede parada.		0,00	PÁGINA 36. En caso de no poder restablecer el servicio del equipo afectado en un plazo de 72 horas laborables, Matachana cederá sin cargo un equipo de similares características		0,00	Doc 16. CONTR/2021/136. Compromiso de penalización: Por cada día adicional que no se asista físicamente a la instalación, Steelco se compromete a reducir en la facturación mensual de los ciclos 1 ciclo		1,00
Compromís amb penalització de canvi rentadora en cas d'averia. Especificar nº d'hores a partir del que es farà aquest canvi i tipus de penalització (import, altres millores en equipament, ...)											
		1	DOCUMENTO 6. MEJORAS (pág. 6). sustituir la máquina por una nueva en caso de que la misma esté parada más de 7 días de forma continua.		0,00	PÁGINA 36. En caso de no poder restablecer el servicio del equipo afectado en un plazo de 72 horas laborables, Matachana cederá sin cargo un equipo de similares características		0,50	Doc 17. CONTR/2021/136. Cambio de lavadora por averia. en 48 horas, realizar el cambio de la misma por una nueva		1,00
Total valoració			Total valoració		17,50	Total valoració		25,50	Total valoració		21,00
TOTAL SOBRE B		30,00	ST ENDOSCOPICOS		17,50	MATACHANA		25,50	STEELCO		21,00
TOTAL SOBRE C		70,00	ST ENDOSCOPICOS		65,00	MATACHANA		60,62	STEELCO		57,21
TOTAL OFERTA		100,00	ST ENDOSCOPICOS		82,50	MATACHANA		86,12	STEELCO		78,21

Equip tècnic valoratiu:
Responsable Manteniment Electromedicina

Tècnica Servei d'Endoscòpies

Supervisors servei Bloc Quirúrgic i Endoscòpies

Coordinadora Direcció Infermeria