

INFORME AVALUACIÓ TÈCNICA

SCS-2021-663 Acord Marc per al subministrament de taules quirúrgiques destinades a diversos centres assistencials del SISCAT

Lot 1 Taula quirúrgica per a cirurgia ambulatoria

1511010100 Taula quirúrgica per a cirurgia ambulatoria

S'han presentat 2 ofertes:

GETINGE GROUP SPAIN S.L.U.; marca/model: GETINGE / LYRA

SCHMITZ U SOHNE IBERICA, SL; marca/model: SCHMITZ / OPX mobilis RC30

Les ofertes presentades compleixen amb tots els requeriments tècnics. Procedim a la seva avaluació:

1511010100	Taula quirúrgica per a cirurgia ambulatoria	Puntuació màxima		GETINGE GROUP SPAIN S.L.U.		SCHMITZ U SOHNE IBERICA, SL
SCS-2021-663	Acord Marc per al subministrament de taules quirúrgiques destinades a diversos centres assistencials del SISCAT	22,00	Puntuació total	GETINGE / LYRA	Puntuació total	SCHMITZ / OPX mobilis RC30
			19,90		17,80	
Prestacions tècniques i funcionals		Puntuació màxima				
1.1. Característiques tècniques		19,50	18,50		16,00	
Característiques a valorar						
	Majors angles d'inclinació	4,00	3,50	Tren/antitrendelemburg: 25°/25° Lateral: 15°/15° Respatller +75° / -40°	4,00	Trendelenburg/Anti-Trendelenburg 30°/-30° Inclinació lateral 20°/-20° Respatller +75° / -50°
	Interval d'alçada i alçada mínima	4,00	4,00	Alçada mínima: 60 cm Rang desplaçament: 35cm	3,50	Alçada mínima: 69 cm Rang desplaçament: 36cm
	Pes estàtic suportat per la taula superior al demanat en la posició més extrema	2,00	2,00	360 kg	0,00	No suporta més pes del demanat segons el marcat CE
	Pes dinàmic suportat	2,00	2,00	250 kg	1,50	185 kg
	Temps de càrrega de la bateria	1,50	1,50	5 hores	1,00	8 hores
	Matalàs: material, acabats, tancaments, gruix, sistema de fixació, etc.	2,00	1,50	Matalàs viscoelàstic bicapa de 80 mm de gruix (capa inferior de 20 mm de matèria sintètica MEPD + capa d'escuma viscoelàstica de 60 mm) Sense costures Vàlvules GORETEX Lliure de làtex Sistema de fixació: velcro	2,00	Matalàs viscoelàstic, gruix de 80 mm Sense costures Vàlvules GORETEX Lliure de làtex Subjecció al tauler amb gels d'alta adherència, sense velcro, evita possibles focus d'infecció
	Varietat del catàleg (accessoris)	4,00	4,00	Catàleg extens, complet i variat	4,00	Catàleg extens, complet i variat

1511010100	Taula quirúrgica per a cirurgia ambulatoria	Puntuació màxima		GETINGE GROUP SPAIN S.L.U.		SCHMITZ U SOHNE IBERICA, SL
SCS-2021-663	Acord Marc per al subministrament de taules quirúrgiques destinades a diversos centres assistencials del SISCAT	22,00	Puntuació total	GETINGE / LYRA	Puntuació total	SCHMITZ / OPX mobilis RC30
	Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima				
	Servei tècnic durant el període de garantia	1,00	0,45		0,75	
	Característiques a valorar					
	Horari d'assistència tècnica en dies festius i caps de setmana	0,50	0,00	No disposa d'assistència tècnica en caps de setmana. Només de contestador de registre	0,50	Assistència telefònica 24h/365 dies
	Nombre de tècnics i ubicació del servei tècnic especialitzat per aquesta licitació	0,50	0,45	4 tècnics a Catalunya, no s'especifica ubicació exacta	0,25	2 tècnics a Polinyà
	Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima				
	Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	1,50	0,95		1,05	
	Característiques a valorar					
	Relació qualitat preu del cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge)	0,50	0,20	1.100,00 €	0,50	750,00 €
	Relació qualitat preu del cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge)	0,50	0,50	400,00 €	0,30	550,00 €
	Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge)	0,50	0,25	Indiquen la relació i els imports del recanvis més freqüents però els imports no són comparables, ja que indiquen recanvis diferents	0,25	Indiquen la relació i els imports del recanvis més freqüents però els imports no són comparables, ja que indiquen recanvis diferents

Lot 1 (fins a 22 punts)	GETINGE	SCHMITZ
Característiques tècniques (fins a 19,5 punts)	18,50	16,00
Servei tècnic durant el període de garantia (fins a 1 punts)	0,45	0,75
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia (fins a 1,5 punt)	0,95	1,05
Puntuació total	19,90	17,80

Tal com s'indica al quadre de característiques, podran quedar adjudicades aquelles ofertes que obtinguin, com a mínim, un 60% de la puntuació en l'apartat de *Prestacions tècniques i funcionals* de la fitxa tècnica de la taula quirúrgica que comprèn cada lot. En aquest cas, l'apartat només està format per la puntuació resultant de *Característiques tècniques*, així doncs la puntuació mínima acceptada és 11,70; puntuació que ambdues ofertes superen.

Lot 2 Taula quirúrgica per a cirurgia ambulatoria

1510010100 Taula quirúrgica cirurgia general

1510010102 Carro porta-accessoris per a taules quirúrgiques

S'han presentat 3 ofertes:

GETINGE GROUP SPAIN S.L.U.; marca/model: GETINGE / MEERA + GETINGE / CARRO

SCHMITZ U SOHNE IBERICA, SL; marca/model: SCHMITZ / Diamond 60 BLK Ref. 170.6000.0 + SCHMITZ / 101.02410.0

STERIS IBERIA, S.A.; marca/model: STERIS / CMAX3 + STERIS / TAB750A

Les ofertes presentades compleixen amb tots els requeriments tècnics. Procedim a la seva avaluació:

1510010100 Taula quirúrgica cirurgia general

1510010100	Taula quirúrgica cirurgia general	Puntuació màxima		GETINGE GROUP SPAIN S.L.U.		SCHMITZ U SOHNE IBERICA, SL		STERIS IBERIA, S.A.
SCS-2021-663	Acord Marc per al subministrament de taules quirúrgiques destinades a diversos centres assistencials del SISCAT	40,50	Puntuació total	GETINGE / MEERA	Puntuació total	SCHMITZ / Diamond 60 BLK Ref. 170.6000.0	Puntuació total	STERIS / CMAX3
			27,95		33,10		37,25	
	Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima						
	1.1. Característiques tècniques	38,00	26,75		31,50		35,10	
	Característiques a valorar							
	Major espai disponible per a la col·locació de l'equip de fluoroscòpia sense restriccions de pes (mm)	4,00	3,80	1.630 mm	2,00	1.450 mm	4,00	1.680 mm
	Majors angles d'inclinació	4,00	3,50	Trendelenburg/Anti-Trendelenburg 35°/-35° Inclinació lateral 20°/-20° Inclinació placa del capçal: 84°/60° Inclinació secció superior: 40°/70° Inclinació secció seient: ±35° Inclinació secció inferior: +80°/90°	3,50	Trendelenburg/Anti-Trendelenburg 30°/-30° Inclinació lateral 20°/-20° Inclinació placa del cap - secció superior: -45 a +25° Inclinació secció central: -40 a 70° Inclinació secció inferior: +70° a -110°	4,00	Trendelenburg/Anti-Trendelenburg 45°/30° Inclinació lateral 25°/-25° Inclinació secció central: +30°/-30° Inclinació secció inferior: +30°/-90°
	Interval d'alçada i alçada mínima	4,00	2,50	Alçada mínima: 60 cm Rang desplaçament: 45 cm	3,50	Alçada mínima: 56,5 cm Rang desplaçament: 50 cm	4,00	Alçada mínima: 58 cm Rang desplaçament: 52 cm Alçada mínima posició asseguda: 27 cm Rang desplaçament posició cadira: 83 cm
	Possibilitat de moviment de perneres de forma elèctric independent	4,00	0,00	No disposa de moviment de perneres elèctric de forma independent	4,00	Moviment elèctric de perneres de manera independent	4,00	Moviment elèctric de perneres de manera independent
	Moviments elèctrics addicionals als demanats (indicar quins)	4,00	3,00	Flex-reflex Tren/lateral combinat 30°/20° Opció de motor de transport	4,00	Flex-reflex Inclinació respatller central Inclinació secció perneres independents	3,80	Flex-Reflex Desplaçament del taulell bidireccional a ambdós cantons de la columna. Inclinació secció perneres independents i simultani
	Màxim pes estàtic i dinàmic suportat que no estiguin condicionades per les angulacions de trend/antitrend ni laterilització i sense fer reverse	4,00	2,25	454 Kg en estàtic 250 Kg en moviment en posicions normals i en el punt més extrem	3,20	454 Kg en estàtic 360 Kg en moviment en posicions normals i en el punt més extrem	3,50	500 Kg en estàtic 500 Kg en posicions normals i en moviment 270 Kg en posicions extremes i moviment
	Major duració de la bateria en moviment continu amb càrrega màxima suportada (indicar-la)	1,50	0,20	2,5 hores en funcionament continu però no indica que sigui amb càrrega màxima	0,00	La documentació aportada no permet valorar aquest punt tal i com s'especifica	1,50	12 hores en ús continu de moviments i amb càrrega de pacient de 500 kg.
	Temps de càrrega de la bateria	1,50	1,20	5 hores	1,50	4 hores	0,70	8 horas
	Matalàs: material, acabats, tancaments, gruix, sistema de fixació, etc.	3,00	2,50	Matalàs viscoelàstic bicapa de 80 mm de gruix (capa inferior de 20 mm de matèria sintètica MEPO + capa d'escuma viscoelàstica de 60 mm). Sense costures Vàlvules GORETEX Lliure de làtex Sistema de fixació: velcro	3,00	Matalàs viscoelàstic, gruix de 80 mm, antiescares, d'alta densitat Sense costures Vàlvules GORETEX Lliure de làtex Subjecció al taulell amb gels d'alta adhesió, sense velcro.	2,80	Matalàs viscoelàstic (60%) i polímer electroconductor, gruix de 80 mm, antiescares Sense costures A prova de líquids Lliure de làtex Sistema de fixació: velcro o botons de fixació especials (sense velcro)
	Sistema de fre automàtic en el capçal de moviments d'hiperflexió/hiperextensió, en cas de deixar-se anar de cop	1,00	1,00	Disposa de frens automàtics en cas de deixar-se anar de cop. També disposa de bloqueig de seguretat, de manera que el capçal no pot moure's fins que s'allibera	1,00	Equilibrat de pes integrat: amortidor amb autofre perquè no es deixi anar de cop.	0,80	Disposa d'un sistema d'ancoratge manual mecànic dividit en graus de manera que no pot despenjar-se de cop en cas de fallida o d'accident
	Varietat del catàleg (accessoris)	3,00	3,00	Catàleg extens, complet i variat	3,00	Catàleg extens, complet i variat	3,00	Catàleg extens, complet i variat
	Tipus i nombre de configuracions de posicionament de les funcions preprogramades de la taula i memòries addicionals	4,00	3,80	Posicions preprogramades: Cadira de platja, flex, reflex, esquena horitzontal Disposa de 10 memòries lliures addicionals	2,80	Posicions preprogramades: flex i reflex. Disposa de 9 memòries lliures addicionals	3,00	Posicions preprogramades: cadira de platja, flex, reflex, marxa lenta, pivotar Disposa de 4 memòries lliures addicionals

1510010100	Taula quirúrgica cirurgia general	Puntuació màxima		GETINGE GROUP SPAIN S.L.U.		SCHMITZ U SOHNE IBERICA, SL		STERIS IBERIA, S.A.
SCS-2021-663	Acord Marc per al subministrament de taules quirúrgiques destinades a diversos centres assistencials del SISCAT	40,50	Puntuació total	GETINGE / MEERA	Puntuació total	SCHMITZ / Diamond 60 BLK Ref. 170.6000.0	Puntuació total	STERIS / CMAX3
			27,95		33,10		37,25	
	Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima						
	Servei tècnic durant el període de garantia	1,00	0,25		0,65		1,00	
	Característiques a valorar							
	Horari d'assistència tècnica en dies festius i caps de setmana	0,50	0,00	No disposa d'assistència tècnica en caps de setmana. Només de contestador de registre	0,50	Assistència telefònica 24h/365 dies	0,50	Assistència tècnica 24h/365 dies
	Nombre de tècnics i ubicació del servei tècnic especialitzat per aquesta licitació	0,50	0,25	4 tècnics a Catalunya, no s'especifica ubicació exacta	0,15	2 tècnics a Polinyà	0,50	6 tècnics a Montcada i Reixac
	Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima						
	Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	1,50	0,95		0,95		1,15	
	Característiques a valorar							
	Relació qualitat preu del cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge)	0,50	0,30	1.500,00 l	0,50	1.300,00 l	0,40	1.400,00 l
	Relació qualitat preu del cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge)	0,50	0,40	500,00 l	0,20	750,00 l	0,50	400,00 l
	Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (l) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge)	0,50	0,25	Indiquen la relació i els imports del recanvis més freqüents però els imports no són comparables, ja que indiquen recanvis diferents	0,25	Indiquen la relació i els imports del recanvis més freqüents però els imports no són comparables, ja que indiquen recanvis diferents	0,25	Indiquen la relació i els imports del recanvis més freqüents però els imports no són comparables, ja que indiquen recanvis diferents

1510010102 Carro porta-accessoris per a taules quirúrgiques

1510010102	Carro porta-accessoris per a taules quirúrgiques	Puntuació màxima		GETINGE GROUP SPAIN S.L.U.		SCHMITZ U SOHNE IBERICA, SL		STERIS IBERIA, S.A.
SCS-2021-663	Acord Marc per al subministrament de taules quirúrgiques destinades a diversos centres assistencials del SISCAT	2,50	Puntuació total	GETINGE / CARRO	Puntuació total	SCHMITZ / 101.02410.0	Puntuació total	STERIS / TAB750A
			1,45		1,25		1,42	
	Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima						
	1.1. Característiques constructives	2,50	1,45		1,25		1,42	
	Característiques a valorar							
	Adjuntar certificació dels tractaments anticorrosió i antibacterià dels materials del carro	0,5	0,00	No s'adjunta certificat	0,00	No s'adjunta certificat d'aquesta característica	0,00	No s'adjunta certificat
	Més d'una cistella o receptacle	0,5	0,50	Sí	0,00	No inclou cap cistella addicional	0,50	Sí
	Sistema de fre de les rodes	0,5	0,25	Sí, dues d'elles	0,50	Sí, quatre d'elles	0,12	Sí, pedal de bloqueig en una
	Rodes giratòries 360° amb possibilitat de desplaçament direccional	0,5	0,50	Disposa de rodes giratòries 360° amb possibilitat de desplaçament direccional	0,25	Disposa de rodes giratòries 360 no indica possibilitat de desplaçament direccional	0,50	Disposa de rodes giratòries 360° amb possibilitat de desplaçament direccional
	Major pes suportat	0,5	0,20	100 kg	0,50	210 kg	0,30	140 kg

Lot 2 (fins a 43 punts)	GETINGE	SCHMITZ	STERIS
1510010100 Taula quirúrgica cirurgia general			
Característiques tècniques (fins a 38 punts)	26,75	31,50	35,10
Servei tècnic durant el període de garantia (fins a 1 punts)	0,25	0,65	1,00
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia (fins a 1,5 punts)	0,95	0,95	1,15
1510010102 Carro porta-accessoris per a taules quirúrgiques			
Característiques constructives (fins a 2,5 punts)	1,45	1,25	1,42
Puntuació total	29,40	34,35	38,67

Tal com s'indica al quadre de característiques, podran quedar adjudicades aquelles ofertes que obtinguin, com a mínim, un 60% de la puntuació en l'apartat de *Prestacions tècniques i funcionals* de la fitxa tècnica de la taula quirúrgica que comprèn cada lot. En aquest cas, l'apartat només està format per la puntuació resultant de *Característiques tècniques*, així doncs la puntuació mínima acceptada és 22,80; puntuació que superen totes les ofertes.

Lot 3 Taula quirúrgica per a cirurgia ambulatoria

1510010200 Taula quirúrgica d'altres prestacions

1510010102 Carro porta-accessoris per a taules quirúrgiques

S'han presentat 3 ofertes:

GETINGE GROUP SPAIN S.L.U.; marca/model: GETINGE / ALPHAMAXX + GETINGE / CARRO

SCHMITZ U SOHNE IBERICA, SL; marca/model: SCHMITZ / Diamond 60 BLK Ref. 170.6000.0 + SCHMITZ / 101.02410.0

STERIS IBERIA, S.A.; marca/model: STERIS / CMAX3 + STERIS / TAB750A

L'oferta presentada per l'empresa GETINGE GROUP SPAIN S.L.U. queda exclosa ja que no té la possibilitat d'emmagatzemar en memòria configuracions de posicionament específiques segons cirurgia o procediment quirúrgic, com es demana al punt 27 del plec tècnic.

La resta d'ofertes presentades compleixen amb tots els requeriments tècnics. Procedim a la seva avaluació.

1510010200 Taula quirúrgica d'altres prestacions

1510010200	Taula quirúrgica d'altres prestacions	Puntuació màxima		SCHMITZ U SOHNE IBERICA, SL		STERIS IBERIA, S.A.
SCS-2021-663	Acord Marc per al subministrament de taules quirúrgiques destinades a diversos centres assistencials del SISCAT	41,50	Puntuació total	SCHMITZ / Diamond 60 BLK Ref. 170.6000.0	Puntuació total	STERIS / CMAX3
			34,75		33,85	
	Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima				
	1.1. Característiques tècniques	39,00	33,20		31,60	
	Característiques a valorar					
	Major espai disponible per a la col·locació de l'equip de fluoroscòpia sense restriccions de pes (mm)	4,00	2,00	1.450 mm	4,00	1.680 mm
	Majors angles d'inclinació i modularitat del respall	4,00	3,50	Trendelenburg/Anti-Trendelenburg 30°/-30° Inclinació lateral 20°/-20° Inclinació placa del cap - secció superior: -45 a +25° Inclinació secció central: -40 a 70° Inclinació secció inferior: +70° a -110°	4,00	Trendelenburg/Anti-Trendelenburg 45°/30° Inclinació lateral 25°/-25° Inclinació secció central: +90°/-90° Inclinació secció inferior: +30°/-90°
	Major nombre de moviments de les perneres	4,00	4,00	Perneres de 4 seccions amb 5 moviments (en 4 punts i rotació addicional)	1,50	Moviment motoritzat de manera individual i simultània +30°/-90°
	Moviments elèctrics addicionals als demanats (indicar quins i rangs)	4,00	4,00	Posició Flex-reflex Moviment elèctric de pillé superior -40° a +30° Inclinació secció doble inferior independent per a col·locar qualsevol tipus de perneres i activar elèctricament des del comandament	4,00	Posició flex-reflex La secció de pelvis- cames motoritzada +90°/-90° en posició reverse, permet pujar i baixar en qualsevol moment la posició perineal en cirurgia general, urologia i ginecologia.
	Interval d'alçada i alçada mínima inferior a 620 mm	4,00	3,50	Alçada mínima: 56,5 cm Rang desplaçament: 50 cm	4,00	Alçada mínima: 58 cm Rang desplaçament: 52 cm Alçada mínima posició cadira (assguda): 27 cm Rang desplaçament posició cadira: 83 cm
	Màxim pes estàtic i dinàmic suportat que no estiguin condicionades per les angulacions de trend/antitrend ni laterilització i sense fer reverse	4,00	3,20	454 Kg en estàtic 360 Kg en moviment en posicions normals i en el punt més extrem	3,50	500 Kg en estàtic 500 Kg en posicions normals i en moviment
	Major duració de la bateria en moviment continu amb càrrega màxima suportada (indicar-la)	1,50	0,00	La documentació aportada no permet valorar aquest punt tal i com s'especifica	1,50	270 Kg en posicions extremes i moviment
	Temps de càrrega de la bateria	1,50	1,50	4 horas aprox.	0,70	12 hores en us continu de moviments amb càrrega de pacient de 500 Kg
	Matalàs: material, acabats, tancaments, gruix, sistema de fixació, etc.	3,00	3,00	Matalàs viscoelàstic, gruix de 80 mm, antiescares, d'alta densitat Sense costures Vàlvules GORETEX Lliure de làtex Subjecció al tauler amb gels d'alta adherència, sense velcro	2,80	8 horas Matalàs viscoelàstic (60%) i polímer electroconductiu, gruix de 80 mm, antiescares Sense costures A prova de líquids Lliure de làtex Sistema de fixació: velcro o botons de fixació especials (sense velcro)
	Sistema de fre automàtic en el capçal de moviments d'hiperflexió/hiperextensió, en cas de deixar-se anar de cop	1,00	1,00	Equilibrat de pes integrat: amortidor amb autofre perquè no es deixi anar de cop.	0,80	Disposa d'un sistema d'ancoratge manual mecànic dividit en graus de manera que no pot despenjar-se de cop en cas de fallada o d'accident
	Varietat del catàleg (accessoris)	3,00	3,00	Catàleg extens, complet i variat	3,00	Catàleg extens, complet i variat
	Incloure controls de moviment de pedal	1,00	0,50	Possibilitat de canviar el comandament principal de mà pel comandament de moviment de pedal	0,00	Té la possibilitat però o no l'inclou
	Màxim nombre de configuracions d'emmagatzematge disponibles	4,00	4,00	9 posicions lliures	1,80	4 posicions lliures

1510010200	Taula quirúrgica d'altres prestacions	Puntuació màxima		SCHMITZ U SOHNE IBERICA, SL		STERIS IBERIA, S.A.
SCS-2021-663	Acord Marc per al subministrament de taules quirúrgiques destinades a diversos centres assistencials del SISCAT	41,50	Puntuació total	SCHMITZ / Diamond 60 BLK Ref. 170.6000.0	Puntuació total	STERIS / CMAX3
			34,75		33,85	
	Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima				
	Servei tècnic durant el període de garantia	1,00	0,65		1,00	
	Característiques a valorar					
	Horari d'assistència tècnica en dies festius i caps de setmana	0,50	0,50	Assistència telefònica 24h/365 dies	0,50	Assistència tècnica 24h/365 dies
	Nombre de tècnics i ubicació del servei tècnic especialitzat per aquesta licitació	0,50	0,15	2 tècnics a Polinyà	0,50	6 tècnics a Montcada i Reixac
	Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima				
	Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	1,50	0,90		1,25	
	Característiques a valorar					
	Relació qualitat preu del cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge)	0,50	0,40	1.500,00 €	0,50	1.400,00 €
	Relació qualitat preu del cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge)	0,50	0,25	750,00 €	0,50	400,00 €
	Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge)	0,50	0,25	Indiquen la relació i els imports del recanvis més freqüents però els imports no són comparables, ja que indiquen recanvis diferents	0,25	Indiquen la relació i els imports del recanvis més freqüents però els imports no són comparables, ja que indiquen recanvis diferents

1510010102 Carro porta-accessoris per a taules quirúrgiques

1510010102	Carro porta-accessoris per a taules quirúrgiques	Puntuació màxima		SCHMITZ U SOHNE IBERICA, SL		STERIS IBERIA, S.A.
SCS-2021-663	Acord Marc per al subministrament de taules quirúrgiques destinades a diversos centres assistencials del SISCAT	2,50	Puntuació total	SCHMITZ / 101.02410.0	Puntuació total	STERIS / TAB750A
			1,25		1,42	
	Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima				
	1.1. Característiques constructives	2,50	1,25		1,42	
	Característiques a valorar					
	Adjuntar certificació dels tractaments anticorrosió i antibacterià dels materials del carro	0,5	0,00	No s'adjunta certificat d'aquesta característica	0,00	No s'adjunta certificat
	Més d'una cistella o receptacle	0,5	0,00	No inclou cap cistella addicional	0,50	Sí
	Sistema de fre de les rodes	0,5	0,50	Sí, quatre d'elles	0,12	Sí, pedal de bloqueig en una
	Rodes giratòries 360° amb possibilitat de desplaçament direccional	0,5	0,25	Disposa de rodes giratòries 360 no indica possibilitat de desplaçament direccional	0,50	Disposa de rodes giratòries 360° amb possibilitat de desplaçament direccional
	Major pes suportat	0,5	0,50	210 kg	0,30	140 kg

Lot 3 (fins a 44 punts)	SCHMITZ	STERIS
1510010200 Taula quirúrgica d'altres prestacions		
Característiques tècniques (fins a 39 punts)	33,20	31,60
Servei tècnic durant el període de garantia (fins a 1 punts)	0,65	1,00
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia (fins a 1,5 punts)	0,90	1,25
1510010102 Carro porta-accessoris per a taules quirúrgiques		
Característiques constructives (fins a 2,5 punts)	1,25	1,42
Puntuació total	36,00	35,27

Tal com s'indica al quadre de característiques, podran quedar adjudicades aquelles ofertes que obtinguin, com a mínim, un 60% de la puntuació en l'apartat de *Prestacions tècniques i funcionals* de la fitxa tècnica de la taula quirúrgica que comprèn cada lot. En aquest cas, l'apartat només està format per la puntuació resultant de *Característiques tècniques*, així doncs la puntuació mínima acceptada és 23,40; puntuació que ambdues ofertes superen.