

INFORME TÈCNIC

Expedient CHV 05/23 NH - Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'una torre d'endoscòpia, per l'àrea d'intervencionisme del Consorci Hospitalari de Vic (CHV) per al servei de ginecologia (histeroscòpia) i el servei d'urologia

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR (sobre B)	Ponderació	KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A.		OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	
Qualitat de les imatges (lindar de 7 punts)	10	9,00	La Imagen (4K) ofertada compleix a nivell de definició (molt alt) perfectament amb les necessitats dels Serveis, ara bé no fa cap esment en relació a la versatilitat i la possibilitat d'utilitzar espectre de llum IR o treballar en mode fluorescència	9,00	La imatge ofertada UHD i full HD son lleugerament inferiors a la 4K, ara be, l'equip ofertat permet, amb les optiques adequades, observar a l'espectre IR i el mode fluorescència amb el IR activat
Facilitat d'ús i muntatge dels monitors (lindar de 7 punts)	10	9,00	Monitors d'ús molt intuïtiu amb menus incorporats a la part inferior fàcilment accessibles. El muntatge es fàcil, ràpid i segur.	9,00	Te facilitat de connexió i desconnexió d'equips, amb pantalla tàctil de fàcil gestió, senzill i intuïtiu. El muntatge del monitor es fàcil i segur
Pla de formació del personal assistencial i de manteniment del Centre (tots els torns) mitjançant cursos i documentació tècnica adient, perquè el personal del centre pugui assolir un ús òptim i eficient de l'equipament, els sistemes, els productes i serveis adjudicats durant la vigència del contracte (conforme annex T1) (Lindar 3 punts)	5	4,50	Proposta de Formació completa i detallada pels diferents tipus de professionals amb una dedicació horària major i uns grups mes reduïts	4,00	Proposta de Formació completa i detallada pels diferents tipus de professionals amb una dedicació horària menor i uns grups mes grans, ara bé incorpora formació específica pel personal d'IT
Descripció del SAT, caldrà especificar la ubicació, horari d'assistència, temps de resposta, temps de presència en el centre, temps de subministrament de recanvis, gestió administrativa de reparacions (circuit), etc... (Lindar 3 punts)	5	3,50		4,50	
Subtotal	30	26,00		26,50	

La Cap de Servei de Ginecologia i obstetrícia, emet el següent

INFORME:

Valorats els dos aparells, les seves prestacions són similars, com es pot observar amb la puntuació.

Ribera Casellas, Irene
Cd. 47.191

Vic, ...18 d'abril... de 2023

Dra. Irene Ribera Casellas
Cap de Servei de Ginecologia i obstetrícia