



INFORME TÈCNIC

Expedient CHV 05/23 NH - Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'una torre d'endoscòpia, per l'àrea d'intervencionisme del Consorci Hospitalari de Vic (CHV) per al servei de ginecologia (histeroscòpia) i el servei d'urologia

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR (sobre B)	Ponderació	KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A.	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.
Descripció del SAT, caldrà especificar la ubicació, horari d'assistència, temps de resposta, temps de presència en el centre, temps de subministrament de recanvis, gestió administrativa de reparacions (circuit), etc... (Lindar 3 punts)	5	3,50	4,50
Subtotal	5	4	5

El responsable d'electromedicina, emet el següent

INFORME:

Descripció del SAT:

Karl Storz Endoscopia Iberica S.A. fa una descripció de SAT més genèrica i menys específica de l'equip. Especifica els tècnics però no el nivell de formació dels mateixos. Horari de 8,00 a 18,00. Ubicació servei tècnic Madrid i Barcelona. La distribució dels tècnics a nivell nacional és correcta.

OLYMPUS IBERIA, S.A.U. fa una descripció del SAT més específica al producte ofertat. Especifica els tècnics i el nivell formatiu dels mateixos. Horari de servei de 8,30 a 18,30 assistència urgència de 24 h. Ubicació taller central Barcelona. La distribució dels tècnics a nivell nacional és correcta.

Vic, 16 de març de 2023
Sr. Pep Alvavez Pujol