

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101344243/23/AMUP

**PER A MANOMETRIA, FLUX SANGUINI, PH,
REEDUCACIÓ I BIOFEEDBACK**

1. AVALUACIÓ DE LES OFERTES

- Les ofertes que no s'ajustin a les característiques tècniques obligatòries indicades en els plecs quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.
- Es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.
- També quedaran desestimats les propostes que no compleixen la obligatorietat de presentar oferta a totalitat dels articles d'un lot, detallats a l'ANNEX A – *Característiques de la licitació* i al punt 3 d'aquest document.

2. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

D'acord amb allò establert en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules s'estableix que els criteris d'aquest concurs són els següents:

2.1 Puntuació econòmica

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots.

La valoració del preu es farà per article de la manera següent:

- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació;
- La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació.

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta } x \text{ a valorar}} \times P. \text{ max. assig.}$$

Px .- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la formula de l'invers proporcional.

P. max. assig. .- Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

2.2. Puntuació tècnica

- Per la valoració tècnica es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.
- Com a característiques addicionals, s'aplicaran criteris objectius.
- D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules, els criteris de valoració objectius són els que s'indiquen a continuació:

Desglossament 1

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 60 punts i la puntuació tècnica de 40 punts.

Lot 06 – Sondes perivasculars mesura Flux sanguini

Concepte	Criteri	Puntuació
<u>Criteris objectius</u>	1.- Geometria plana Aquest criteri puntuarà l' adaptació de la sonda al vas sanguini. Haurà d'estar especificat a la Product Data. Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	10
	2.- Evidència científica Es valorarà, el proveïdor que presenti més estudis d'evidència científica sobre mesura del flux sanguini en temps de trànsit (TTFM), publicats en revistes d'impacte científic indexades en quartils Q1/Q2. • Es valorarà amb 20 punts el proveïdor que presenti 2 o més publicacions. • Es valorarà amb 10 punts, el proveïdor que presenti 1 publicació La resta d'ofertes que no presentin evidència científica obtindran una puntuació de 0 punts.	20
	3.- Imatge Aquest criteri puntuarà que la imatge guiada estigui integrada a l'equip de mesura. Haurà d'estar especificat a la Product Data. Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	10

Desglossament 2

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 70 punts i la puntuació tècnica de 30 punts.

Lot 02 – Sondes pHmetria ambulatoria

Lot 03 -- Sondes pH esofàgic

Lot 04 -- Sondes Re-educació Uro-Gine per Electroestimulació i/o biofeedback

Lot 05 -- Sondes manometria rectal/anus rectal

Lot 07 -- Sondes manometria esofàgica/gastrointestinal

Lot 08 -- Sondes doppler mesura Flux sanguini

Lot 10 -- Sonda rectal rehabilitació musculatura esfínter anal i sòl pèlvic

Concepte	Criteri	Puntuació
<u>Criteris objectius</u>	1.- Gamma Es puntuarà amb 10 punts el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a	10

	0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.	
	2.- Compliment de la Norma UNE-EN ISO 13485: 2016 (Productes sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits reglamentaris) Aquest criteri es valorarà quan s'aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat . Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts. Les ofertes que no aportin el certificat emès, per un organisme acreditador, obtindran 0 punts.	10
	3.- Compliment de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) Aquest criteri es valorarà quan s'aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat . Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts. Les ofertes que no aportin el certificat emès, per un organisme acreditador, obtindran 0 punts.	10

Desglossament 3

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 80 punts i la puntuació tècnica de 20 punts.

Lot 01 – Sondes PH-Impedància esofàgic

Lot 09 – Capil·lar, equip per bomba perfusió pneumocapilar

Concepte	Criteri	Puntuació
<u>Criteris objectius</u>	1.- Compliment de la Norma UNE-EN ISO 13485: 2016 (Productes sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits reglamentaris) Aquest criteri es valorarà quan s'aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat . Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts. Les ofertes que no aportin el certificat emès, per un organisme acreditador, obtindran 0 punts.	10
	2.- Compliment de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) Aquest criteri es valorarà quan s'aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat . Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts. Les ofertes que no aportin el certificat emès, per un organisme acreditador, obtindran 0 punts.	10

APLICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ AMB OBLIGATORIETAT DE PRESENTACIÓ D'OFERTA A LA TOTALITAT D'ARTICLES DELS LOTS SEGUENTS:

➤ **Lot 06 – Sondes perivasculars mesura Flux sanguini**

D'acord amb el que s'indica en el punt 3 del Plec de prescripcions tècniques, **és obligatori** presentar oferta a la totalitat dels articles d'aquests lots.

Per tant, en aquest cas, les ofertes s'hauran de presentar per al lot sencer, és a dir, per a tots els articles que s'hi inclouen. No es valoraran les ofertes que es presentin per articles inclosos en el lot però que no ofereixin per la totalitat dels articles que el componen.

Donat que l'adjudicació ha de ser única per les agrupacions indicades, i les avaluacions tècniques i econòmiques són individuals per cadascun dels articles dels lots, s'aplicarà un coeficient que ponderi la puntuació total obtinguda individualment en funció del seu pes econòmic en el lot. Aquest coeficient es calcularà en base als imports de licitació.

Els coeficients per a cada material s'obtindrà del coeficient:

$$C_i = \frac{N_i * P_i}{\sum (N_i * P_i)}$$

C_i: és el coeficient de ponderació que s'aplicarà a la puntuació total del material (puntuació econòmica més puntuació tècnica);

N_i: és la quantitat licitada per material;

P_i: és el preu unitari del material, que s'ha utilitzat per a la confecció de el import total del lot.

L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les valoracions individuals del lot agrupat després d'aplicar la ponderació indicada.