

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CS/CC00/1101343392/23/AMUP

Subministrament agregat d'Agulles i catèters per a
anestèsia i biòpsia

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	9
3.4. Documentació confidencial.....	9
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	10
4.1. Prevenció de riscos laborals	10
4.2. Formació.....	10
4.3. Manual d'usuari.....	10
4.4. Atributs logístics	10
4.5. Condicions logístiques i de subministrament.....	11
4.5.1. Condicions de subministrament.....	11
4.5.2. Garantia de subministrament	12
4.5.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	12
4.5.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	13
4.5.2.3. Termini de lliurament	14
4.5.2.4. Unitats mínimes de comanda	14
4.5.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	14
4.5.3. Sistema EDI.....	14
4.6. Condicions de l'operador logístic	16
4.6.1. Embalatges.....	17

4.6.2.	L'albarà.....	18
4.6.3.	Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	18
4.6.4.	Motius pels quals es pot rebutjar una mercaderia.....	19
4.6.5.	Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE ..	19
4.7.	Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)	21

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació de Subministrament agregat d'Agulles i catèters per a anestèsia i biòpsia per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé a tots els material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran tenir contacte amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti:

- L'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE

- Declaració que tots els productes licitats compleixen el previst a l'apartat 13 de l'Annex I del RD 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, amb l'etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència a les dades proporcionades pel fabricant)

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals

No hi ha requeriments obligatoris addicionals.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

No s'ha de fer cap cessió d'equip.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Documentació a presentar en el sobre 2 bis (Per al Lot 3), s'haurà de presentar:

- Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2 de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits.

Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-300000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C**

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 11012xxxxx_2bis**

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Dta només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

Documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar **(Tots els lots, excepte Lot3)**:

- **Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma:

PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **Llista-resum, Requisits d'Obligat compliment, ANNEX D3**

NO HI HA llista-resum que omplir, l'avaluació d'aquest requisits d'obligat compliment es fan amb mostra.

- **Llista-resum, Criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4**

S'haurà d'omplir aquest full Excel amb les dades que es demanen i aportar la documentació que es requereixi.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data, només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

Per el Lot 3, es demanarà mostres una vegada es faci la valoració tècnica del Sobre 2 BIS, per fer la valoració de criteris de judici de valor.

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres del resta de lots, durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenició de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenició de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Atributs logístics

Les empreses contractistes hauran de mantenir, **obligatòriament**, les dades dels Atributs logístics requerits a l'aplicació del sistema estandarditzat de Fitxa Tècnica Electrònica de qualsevol catàleg GDSN (Global Data Synchronisation Network).

El proveïdor de catàleg GDSN de l'empresa contractista ha de ser l'encarregat de lliurar a l'ICS els atributs logístics dels articles adjudicats a l'expedient, a l'adreça FTP que s'indica al quadre de característiques, en el format que es detalla a l'**ANNEX F – Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics**.

Els atributs obligatoris són els següents:

- Codi SAP
- Núm. d'expedient (l'informat a la capçalera de la fitxa tècnica)
- Dimensions
- Pes
- Temperatura conservació
- GTIN de les diferents agrupacions
- Quantitats de cada agrupació
- Referència
- Marca
- Model
- Traçabilitat
- Imatge del producte
- Tipus de perillositat
- Classe de mercaderia perillosa
- Fitxa de seguretat
- Caducitat de lliurament
- Unitat de mesura de gestió

Abans de la formalització del contracte s'han d'incorporar al sistema indicat les dades dels material adjudicats.

4.5. Condicions logístiques i de subministrament

4.5.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs.

4.5.2. Garantia de subministrament

4.5.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. Quan es sol·liciti un **nou usuari**, l'**administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.5.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.5.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.5.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.5.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.5.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:

- Codi EAN (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.6. Condicions de l'operador logístic


4.6.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.6.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.6.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.6.4. Motius pels quals es pot rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.6.5. Normes de seguretat per als xofers que transiten a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	

3. Carga-descarga de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	 ES OBLIGATORIO PONER CALZOS
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE
	 ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.7. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 - Llista-resum, Requisits d'obligat compliment (No hi ha excel a omplir)

ANNEX D4 - Llista-resum, Criteris addicionals

ANNEX E1 – Presentació de mostres

ANNEX F - Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics – adjudicatari

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101343392/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
1	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus llapis Whitacre	30000089	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 22G (0,7mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
1	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus llapis Whitacre	30003189	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 25G (0,50mm) x 105mm+/-2mm, amb introductor de 30mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent, codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
1	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus llapis Whitacre	30003781	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 24G (0,55mm) x 120mm+/-2mm, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, un sol ús	Lot No Obligatori
1	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus llapis Whitacre	30004697	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 24G (0,55mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
1	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus llapis Whitacre	30004698	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre i obertura lateral de 27G (0,40mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
1	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus llapis Whitacre	30004699	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 25G(0,50mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
1	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus llapis Whitacre	30008742	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 25G (0,50mm) x 120mm+/-2mm, acer inox, introductor de 20G (0,9mm) x 38mm+/-1mm, mandrí obturador, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, 1ús	Lot No Obligatori
1	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus llapis Whitacre	30059865	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis i reduïda de 22G / 27G (0,7mm/0,4mm) x 103mm+/-3mm, introductor de 38mm+/-1mm, d'acer inoxidable, codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
2	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus llapis Sprotte	30000091	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Sprotte de 24G (0,55mm) x 103mm+/-3mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
2	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus llapis Sprotte	30013993	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Sprotte i obertura lateral de 25G (0,50mm) x 35mm+/-1mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101343392/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
2	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus llapis Sprotte	30017869	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Sprotte i obertura lateral de 25G (0,50mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb efecte augment, codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
2	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus llapis Sprotte	30052342	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Sprotte i obertura lateral de 27G (0,40mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb efecte augment, codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
2	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus llapis Sprotte	30003190	Agulla espinal per a bloqueig intradural en pediatria, sense introductor, punta de llapis de 25G (0,5) x 50mm+/-1mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb efecte d'augment, mandrí amb codi de color normalitzat, s/làtex, estèril, un sol ús	Lot No Obligatori
2	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus llapis Sprotte	30003783	Agulla espinal per a bloqueig intradural en pediatria, sense introductor, punta de llapis de 27G (0,4) x 50mm+/-1mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb efecte d'augment, mandrí amb codi de color normalitzat, s/làtex, estèril, un sol ús	Lot No Obligatori
2	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus llapis Sprotte	30012500	Agulla espinal per a bloqueig intradural en pediatria, sense introductor, punta de llapis de 25G (0,5) x 25mm+/-1mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb efecte d'augment, mandrí amb codi de color normalitzat, s/làtex, estèril, un sol ús	Lot No Obligatori
3	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus Quincke	30000076	Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 18G (1,25mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
3	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus Quincke	30000077	Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 19G (1,10mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
3	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus Quincke	30000078	Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 20G (0,90mm) x 40mm+/-1mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
3	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus Quincke	30000079	Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 20G (0,90mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, bisell curt, sense introductor, capçal transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
3	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus Quincke	30000080	Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 20G (0,90mm) x 75mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb efecte d'augment, mandrí amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101343392/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
3	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus Quincke	30000081	Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 22G (0,70mm) x 40mm+/-1mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
3	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus Quincke	30000082	Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 22G (0,70mm) x 65mm+/-1mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
3	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus Quincke	30000083	Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 22G (0,70mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, bisell curt, capçal transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
3	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus Quincke	30000084	Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 22G (0,70mm) x 125mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
3	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus Quincke	30000085	Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 22G (0,70mm) x 175mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
3	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus Quincke	30000086	Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 25G (0,50mm) x 25mm+/-1mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, per a ús pediàtric, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
3	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus Quincke	30000088	Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 25G (0,50mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
3	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus Quincke	30000101	Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 18G (1,25mm) x 150mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
3	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus Quincke	30003784	Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 18G (1,25mm) x 75mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
3	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus Quincke	30004700	Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 20G (0,90mm) x 152mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
4	Agulles punció lumbar/epidural punta tipus Tuohy	30000097	Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy de 18G (1,25mm) x 80mm+/-2mm, d'acer inoxidable, marques d'introducció, aletes desconnectables, capçal de plàstic transparent, amb mandrí amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101343392/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
4	Agulles punció lumbar/epidural punta tipus Tuohy	30000100	Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy (bisell direccional) de 18G (1,27mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, marcatge centimètric, capçal policarbonat amb aleta, codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
4	Agulles punció lumbar/epidural punta tipus Tuohy	30003193	Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy de 18G (1,30mm) x 120mm(4 3/4") +/-2mm, d'acer inoxidable, amb estilet metàl·lic, aletes i marques d'introducció cada 1cm, sense làtex, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
4	Agulles punció lumbar/epidural punta tipus Tuohy	30003191	Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy de 22G (0,7mm) x 50mm+/-1mm, d'acer inoxidable, marques d'introducció cada 0,5cm, capçal connexió luer-lock transparent, mandrí amb codi de color normalitzat, per a pediatria, sense làtex, estèril, un ús	Lot No Obligatori
4	Agulles punció lumbar/epidural punta tipus Tuohy	30003194	Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy de 18G (1,25mm) x 150mm(6") +/-2mm, d'acer inoxidable, amb estilet metàl·lic, aletes i marques d'introducció cada 1cm, sense làtex, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
4	Agulles punció lumbar/epidural punta tipus Tuohy	30008970	Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy de 20G (0,9mm) x 50mm+/-1mm, d'acer inoxidable, marques d'introducció cada 0,5cm, capçal connexió luer-lock transparent, mandrí amb codi de color normalitzat, per a pediatria, sense làtex, estèril, un ús	Lot No Obligatori
4	Agulles punció lumbar/epidural punta tipus Tuohy	30018369	Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy de 18G (1,25mm) x 75mm+/-2mm, d'acer inoxidable, amb aletes, amb marques de profunditat cada cm, capçal connexió luer-lock transparent, mandrí amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, un sol ús	Lot No Obligatori
4	Agulles punció lumbar/epidural punta tipus Tuohy	30060226	Agulla per a administració teràpies biològiques, aplicació matrius extracel·lulars en procediments traumatològics, inoxidable i plàstic, amb estilet metàl·lic i connexió Luer Lock, sense làtex, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
5	Equips per a anestèsia combinada espinal/epidural	30003789	Equip anestèsia combinada espinal/epidural compost: agu/espinal punta llapis 27Gx122mm+/-2mm, agu/epidural Tuohy 18Gx80mm, catè/epidural transp(DI 0,45xDE 0,83mm, 90cm+/-4cm llarg), conn/cat, xeringa baixa resistència, filtre pla 0,2µ, disp/fixació, s/làtex, est, 1ús	Lot No Obligatori
5	Equips per a anestèsia combinada espinal/epidural	30035277	Equip anestèsia combinada espinal/epidural compost: agu/espinal punta llapis 26Gx115mm+/-2mm, agu/epidural Tuohy 18Gx80mm, catè/epidural transp(DI 0,55xDE 1,03mm, 90cm+/-4cm llarg), conn/cat, xeringa baixa resistència, filtre pla 0,2µ, disp/fixació, s/làtex, est, 1ús	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101343392/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
6	Equips per a anestèsia epidural	30033904	Equip per a anestèsia espinal peridural continua,compost:agulla punta de llapis tipus Sprotte 19Gx90mm+/-2mm llarg,catèter epidural 23G x 90cm+/-4cm,extr dist/tancat 3forats laterals amb estilet de metall,adaptador Tuohy,filtr 2µ,estèril,indiv,1ús	Lot No Obligatori
6	Equips per a anestèsia epidural	30035278	Equip anestèsia epidural,compost:agulla Tuohy 18Gx80mm+/-2mm,aletes codi de color;catèter DE 0,83mm transp 95cm+/-5cm,extr dist/tancat a/forats lat,flex;guia cat;filt/0,2µm;conn catèter L-L;mandrí;xeringa baixa resist;disp/fix;eti q ident;s/làtex,est,1ús	Lot No Obligatori
6	Equips per a anestèsia epidural	30035279	Equip anestèsia epidural,pediàtric,compost:agulla Tuohy 19Gx50mm+/-2mm,aletes de color;catèter Ø23Gx65cm+/-3cm transp,extr/distal obert,flex;guia cat;filtr 0,2µm;connector catèter L-L;mandrí;xeringa baixa resist,disp/fix;eti q ident;s/làtex,est,1ús	Lot No Obligatori
6	Equips per a anestèsia epidural	30035280	Equip anestèsia epidural, pediàtric, compost: agulla epidural tipus Tuohy 18G x 50mm+/-2mm, mandrí metàl·lic amb marques profunditat, catèter 20G x 96cm+/-4cm llarg amb orifici distal,connector,xeringa luer 10ml,filtr 0,2 micres i xeringa 3ml,est,1ús	Lot No Obligatori
7	Catèter per a anestèsia epidural/espinal i/o analgèsia	30001195	Catèter anestèsia epidural poliamida (PA) transparent Ø20G (0,85mm) x 100cm+/-5cm,línia radiopaca,marques profunditat entre 5 i 25cm,extrem distal tancat a/orificis laterals,flexible,guia introductora,conn/L-L,etiqueta identificativa,s/làtex,estèril,1 ús	Lot No Obligatori
7	Catèter per a anestèsia epidural/espinal i/o analgèsia	30001532	Catèter anestèsia epidural poliamida (PA) transparent Ø18G (1,25mm)x 91,5cm+/-4cm,línia radiopaca,marques profunditat entre 5 i 20cm,extrem distal tancat a/orificis laterals,flexible,guia inserció,conn/L-L pla,etiqueta identificativa,s/làtex,estèril,1ús	Lot No Obligatori
7	Catèter per a anestèsia epidural/espinal i/o analgèsia	30010893	Catèter anestèsia i analgèsia epidural de poliamida (PA) transparent, Ø20G (0,90mm)x 90cm+/-4cm,radiopac amb marques de profunditat,extrem distal tancat amb orificis laterals, guia introductora,connector luer-lock,etiqueta identificativa,estèril, 1 ús	Lot No Obligatori
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30000102	Agulla per a anestèsia de plexes de 23G (0,65mm)x35mm+/-1mm,amb punta bisellada 17° acer inoxidable,tub d'injecció de llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador,connector luer-lock,estèril,individual,1ús.Compatible neuroestimulador Plexygon o equ	Lot No Obligatori
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30001757	Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 21G (0,8mm) x 100mm+/-2mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, tub d'injecció de llargària 40cm+/-3cm, cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual, 1 ús	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101343392/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30002060	Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 24G (0,55mm) x 25mm+/-1mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, tub d'injecció de llargària 40cm+/-3cm, cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual, 1 ús	Lot No Obligatori
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30003785	Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 20G (0,9mm) x 120mm+/-2mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, tub d'injecció de llargària 40cm+/-3cm, cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual, 1 ús	Lot No Obligatori
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30003786	Agulla per a anestèsia de plexes de 20G(0,90mm)x150mm+/-2mm,amb punta bisellada 17° acer inoxidable,tub d'injecció de llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador,connector luer-lock,estèril,individual,1ús.Compatible neuroestimulador Plexygon o equ	Lot No Obligatori
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30004560	Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 22G (0,7mm) x 50mm+/-1mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, tub d'injecció de llargària 40cm+/-3cm, cable connexió a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual, d'un sol ús	Lot No Obligatori
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30004561	Agulla per a anestèsia de plexes de 21G(0,8mm)x50mm+/-1mm,amb punta bisellada 17° acer inoxidable,tub d'injecció de llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador,connector luer-lock,estèril,individual,1ús.Compatible neuroestimulador Plexygon o equ	Lot No Obligatori
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30004695	Agulla per a anestèsia de plexes de 20G(0,90mm)x120mm+/-2mm,amb punta bisellada 17° acer inoxidable,tub d'injecció de llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador,connector luer-lock,estèril,individual,1ús.Compatible neuroestimulador Plexygon o equ	Lot No Obligatori
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30008243	Agulla per a anestèsia de plexes de 20G (0,9mm) x 150mm+/-2mm,amb punta bisellada 15°,elèctrode a la punta de l'agulla,marques de profunditat,tub d'injecció de llargària 50cm+/-4cm,amb connexió a neuroestimulador,sense làtex,estèril,individual,un sol ús	Lot No Obligatori
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30009675	Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 22G (0,7mm) x 80mm+/-1mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, tub d'injecció de llargària 40cm+/-3cm, cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual,1 ús	Lot No Obligatori
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30011568	Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 20G (0,9mm)x 150mm+/-2mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, tub d'injecció de llargària 40cm+/-3cm, cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril,envàs individual,1 ús	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101343392/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30014554	Agulla per a anestèsia de plexes,ecogènica,sense estimulació de 22G (0,7mm) x 50mm+/-1mm, amb bisell de 20°, d'acer inoxidable, bloqueig sota ecografia per facilitar la búsqueda de nervis, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30016040	Agulla per a anestèsia de plexes de 22G (0,7mm) x 50mm+/-1mm,a/punta bisellada 30° d'acer inoxidable,marques profunditat,línia d'extensió de llarg 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador,estèril,envàs individual,1 ús.Compatible estimulador Stimuplex o equ	Lot No Obligatori
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30016041	Agulla per a anestèsia de plexes de 21G (0,8mm) x 100mm+/-2mm,amb punta bisellada 30°, acer inoxidable,tub d'injecció de llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador,estèril,envàs indiv,1ús.Comp/neuroestimulador Plexygon o equ	Lot No Obligatori
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30017216	Agulla híbrida per anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,punta bisellada 20°, 21G (0,80)x95mm+/-2mm marques profunditat,acer inox,connexió a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	Lot No Obligatori
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30028249	Agulla per a anestèsia de plexes, 22G(0,7mm)x 80mm+/-1mm,a/punta bisellada 30°,ecogènica,d'acer inoxidable,marques reflectores 360° a/patró de seguretat,tub d'injecció llarg 50cm+/-4cm,conn/a neuroestimulador,estèril,1ús.Comp/estimulador Stimuplex o eq	Lot No Obligatori
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30031127	Agulla per a anestèsia de plexes,ecogènica,de 21Gx120mm+/-2mm,a/punta bisellada 30° acer inox,capa (poliamida+microesferes),tub injecció llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador de 56cm+/-4cm,estèril,indiv,1ús.Comp/neuroestimulador Plexygon o equ	Lot No Obligatori
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30031128	Agulla per a anestèsia de plexes,ecogènica,de 23Gx35mm+/-1mm,a/punta bisellada 30° acer inox,capa (poliamida+microesferes),tub injecció llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador de 56cm+/-4cm,estèril,indiv,1ús.Comp/neuroestimulador Plexygon o equ	Lot No Obligatori
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30031129	Agulla per a anestèsia de plexes, ecogènica,de 22Gx50mm+/-1mm,a/punta bisellada 30° acer inox,capa (poliamida+microesferes),tub injecció llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador de 56cm+/-4cm,estèril,indiv,1ús.Comp/neuroestimulador Plexygon o equ	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101343392/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30032534	Agulla híbrida per anestèsia de plexes/bloqueig nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica ecografia p/ultrasó punta bisellada 20°, 22G (0,70mm) x 55mm+/-1mm, marques profunditat, acer inox, connexió neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	Lot No Obligatori
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30041961	Agulla per a anestèsia de plexes sense neuroestimulador,22G (0,7mm) x 50mm+/-1mm, amb punta bisellada 30º d'acer inoxidable, marques reflectores en 360º amb patró de seguretat, línia d'extensió de llarg 50cm +/-4cm, estèril, envàs individual, 1 ús	Lot No Obligatori
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30051650	Agulla per a anestèsia de plexes,ecogènica,de 21Gx85mm+/-2mm,a/punta bisellada 20° acer inox,capa(poliàmida+microesferes),tub injecció llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador de 56cm+/-4cm,estèril,indiv,1ús.Comp/neuroestimula dor Plexygon o equ	Lot No Obligatori
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30061619	Agulla bioecogènica per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,p/bisellada 30°, 21G (0,80)x 50mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	Lot No Obligatori
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30061620	Agulla bioecogènica per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,p/bisellada 30°, 21G (0,80)x 70mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	Lot No Obligatori
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30061621	Agulla bioecogènica per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,p/bisellada 30°, 21G (0,80)x 90mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	Lot No Obligatori
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30061622	Agulla bioecogènica per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,p/bisellada 30°, 21G (0,80)x140mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	Lot No Obligatori
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30061623	Agulla bioecogènica per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,p/bisellada 30°, 22G (0,70)x 50mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101343392/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30061624	Agulla bioecogènica per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,p/bisellada 30°, 22G (0,70)x 70mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	Lot No Obligatori
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30061625	Agulla bioecogènica per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,p/bisellada 30°, 22G (0,70)x 90mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	Lot No Obligatori
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30061675	Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,punta bisellada 30°, 21G (0,80)x50mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	Lot No Obligatori
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30061676	Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,punta bisellada 30°, 21G (0,80)x70mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	Lot No Obligatori
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30061614	Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,punta bisellada 30°, 21G (0,80)x90mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	Lot No Obligatori
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30061615	Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,punta bisellada 30°, 21G (0,80)x140mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/aneuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	Lot No Obligatori
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30061616	Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,punta bisellada 30°, 22G (0,70)x 50mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/aneuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	Lot No Obligatori
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30061617	Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,punta bisellada 30°, 22G (0,70)x 70mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/aneuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101343392/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
8	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30061618	Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,punta bisellada 30°, 22G (0,70)x 90mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/aneuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	Lot No Obligatori
9	Equips per a anestèsia/bloqueig de plexes i accessoris	30005079	Equip bloqueig continu de plexes i control del dolor,compost:agulla bisellada 19Gx 50mm+/-1mm llarg a/cable conn/neuroestimulador;tub injecció 40cm+/-2cm,catèter 20Gx 50cm+/-2cm a/obert/central i estilet estimulador,adap,filtre,sist/fixar cat,estèril,1ús	Lot No Obligatori
9	Equips per a anestèsia/bloqueig de plexes i accessoris	30005097	Equip bloqueig continu de plexes i control del dolor,compost:agulla bisellada 19Gx150mm+/-2mm llarg a/cable conn/neuroestimulador;tub injecció 40cm+/-2cm,catèter 20Gx 50cm+/-2cm a/obert/central i estilet estimulador,adap,filtre,sist/fixar cat,estèril,1ús	Lot No Obligatori
9	Equips per a anestèsia/bloqueig de plexes i accessoris	30008252	Equip bloqueig continu de plexes i control dolor,ecogènic,compost:ag/punta Tuohy 18Gx50mm+/-1mm,cable conn/neuroestimulador i tub injecció 50cm+/-2cm;catèter radiopac 20Gx40cm+/-2cm llarg a/estilet,xerin/5ml,conn/cat i filtre,est.1ús.Comp/Stimuplex o eq	Lot No Obligatori
9	Equips per a anestèsia/bloqueig de plexes i accessoris	30013528	Equip bloqueig de plexes i control del dolor, compost: agulla 18G a/bisell 30°,cànula 35mm+/-1mm llarg,catèter de 9cm+/-1cm llargària,cable elèctric p/connectar a/neuroestimulador Plexygon.Comp/guia metàl·lica premontada Multiplex i equip Multiplex o equ	Lot No Obligatori
9	Equips per a anestèsia/bloqueig de plexes i accessoris	30030882	Equip bloqueig continu de plexes i control del dolor guiat p/neuroestimulador i/o ecografia.Compost:agulla 25Gx19cm+/-1cm bisell 15°,dins catèr radiopac 19Gx19cm+/-2cm,introd/segur,on/catè,filtre i fixació,pro/30cm+/-2cm,no làtex,est.Comp/Stimuplex o eq	Lot No Obligatori
9	Equips per a anestèsia/bloqueig de plexes i accessoris	30054176	Dispositiu per a control de la pressió d'injecció en procediments de bloqueig nerviós perifèric, amb 3 rangs de colors <15psi, 15-20psi i >20psi. estèril, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
9	Equips per a anestèsia/bloqueig de plexes i accessoris	30061678	Equip bloqueig continu de plexes i control del dolor,compost: agulla bisellada 25° 22Gx 70mm+/-2mm llarg,ecogènica,catèter flexible i anellat 19Gx 50mm+/-2mm insertat a agulla,a/aletes de fixació,a/cable conn/neuroestimulador,estèril,1ús	Lot No Obligatori
9	Equips per a anestèsia/bloqueig de plexes i accessoris	30061677	Equip bloqueig continu de plexes i control del dolor,compost: agulla bisellada 25° 22Gx 90mm+/-2mm llarg,ecogènica,catèter flexible i anellat 19Gx 70mm+/-2mm insertat a agulla,a/aletes de fixació,a/cable conn/neuroestimulador,estèril,1ús	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101343392/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
10	Agulles biòpsia tipus Chiba	30000109	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 20G (0,9mm) x 16cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer, amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
10	Agulles biòpsia tipus Chiba	30000111	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 22G (0,7mm) x 16cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer, amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
10	Agulles biòpsia tipus Chiba	30000112	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 22G (0,7mm) x 20cm+/-2cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer, amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
10	Agulles biòpsia tipus Chiba	30000113	Agulla per a biòpsia / accés amb punta tipus Chiba de 18G (1,2mm) x 15cm+/-1cm, d'acer inoxidable, sense latex, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
10	Agulles biòpsia tipus Chiba	30006815	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 22G (0,7mm) x 10cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer, amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
10	Agulles biòpsia tipus Chiba	30039718	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 23G (0,6mm) x 6cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer, amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
10	Agulles biòpsia tipus Chiba	30047589	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 20G (0,9mm) x 20cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer, amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
10	Agulles biòpsia tipus Chiba	30047590	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 22G (0,7mm) x 15cm+/-1cm, d'acer inoxidable, per a aspiració citològica de cèl·lules, connexió luer-lock transparent, marques cada centímetre, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
10	Agulles biòpsia tipus Chiba	30052201	Agulla per a biòpsia tipus Chiba, punta Quincke de 17G x 35cm+/-2cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer, amb marques de profunditat, ecogènica, sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
10	Agulles biòpsia tipus Chiba	30057687	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 18G (1,2mm) x 12cm+/-1cm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic per a con luer, marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
11	Agulles biòpsia i localització mamària	30001760	Agulla biòpsia i localització mamària reposicionable, filament localitzador amb doble filament en forma de cordó i extrem distal format per dos elements de fixació corbes/arpó, calibre cànula de 20G (0,9mm) x 7,7cm+/-0,5cm, acer inox graduada en cm, estèril	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101343392/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
11	Agulles biòpsia i localització mamària	30004744	Agulla/Arpó biòpsia i localització mamària de 20G(0,9mm)x9cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,cànula introductora a/marques de profunditat,guia localitzadora reposicionable metàl·lica,arpó de nitinol amb marques opaques i clip retenció de la guia,estèril,1ús	Lot No Obligatori
11	Agulles biòpsia i localització mamària	30007561	Agulla/Arpó biòpsia i localització de lesions mamàries de 18G (1,2mm) x 12cm+/-0,5cm, d'acer inoxidable,clip marcador de nitinol trenat,marcador compatible amb MRI i RX, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
11	Agulles biòpsia i localització mamària	30012154	Agulla/Arpó biòpsia i localització mamària de 20G(0,9mm)x12cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,cànula introductora a/marques de profunditat,guia localitzadora reposicionable metàl·lica,arpó de nitinol amb marques opaques i clip retenció de la guia,estèril,1ús	Lot No Obligatori
11	Agulles biòpsia i localització mamària	30018575	Agulla/Arpó biòpsia i localització mamària de 20G(0,9mm)x5cm+/-0,3cm,d'acer inoxidable,cànula introductora a/marques de profunditat,guia localitzadora reposicionable metàl·lica,arpó de nitinol amb marques opaques i clip retenció guia,estèril,un sol ús	Lot No Obligatori
11	Agulles biòpsia i localització mamària	30027491	Marcador mamari de gel, hidrogel de polietilè i glicol, part central amb un marcador de titani en forma d'espiral, lliure de col·làgen, polímer biocompatible i reabsorbible, no s'adhereix al teixit, sistema flexible. Compatible amb Mamotom 11G o equiv	Lot No Obligatori
11	Agulles biòpsia i localització mamària	30028946	Marcador mamari de gel, hidrogel de polietilè i glicol, part central amb un marcador de titani en forma d'espiral, lliure de col·làgen, polímer biocompatible i reabsorbible, no s'adhereix al teixit, 15G (1,8mm) x 10,90cm+/-0,5cm,estèril,un sol ús	Lot No Obligatori
11	Agulles biòpsia i localització mamària	30043202	Sistema de marcatge per a biòpsia de mama, per punció directa, marcador de nitinol en forma d'anell "O", amb agulla punta bisell de 17G (1,40mm) x 10cm+/-0,5cm, amb marques de profunditat de 1cm, èmbol de bloqueix, per control ecogràfic	Lot No Obligatori
11	Agulles biòpsia i localització mamària	30043344	Clip premuntat en cànula de punció a/mànc ergonòmic i a/lliscant p/ubicar el marcador-clip,p/marcatge lesions mamàries,de 18G (1,2mm) x 12cm+/-0,5cm,clip marcador de nitinol,marcador compatible i molt visible amb mamografies i MRI,estèril,1ús,individual	Lot No Obligatori
11	Agulles biòpsia i localització mamària	30053070	Guia d'agulla de plàstic de Ø1.2mm, per a agulla 19G(1,1mm) amb ranura per a procediments de biòpsia i col·locació d'arpons en lesions no palpables de mama.estèil,un sol ús	Lot No Obligatori
11	Agulles biòpsia i localització mamària	30053071	Guia d'agulla de plàstic de Ø2,25mm, per a agulla 14G(2,0mm) sense ranura per a procediments de biòpsia i localització d'arpó en lesions no palpables de mama.estèril,un sol ús	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101343392/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
12	Agulles biòpsia i localització mamària sist Suros o equiv	30016754	Agulla per a biòpsia de mama, calibre 9G (3,7mm) x 13cm+/-0,5cm longitud, amb sistema d'aspiració per buit, amb cambra de recolecció de 12mm, de plàstic i acer inoxidable, per a esterotàxia prona i vertical, estèril, un sol ús. Comp/sistema SUROS o equ	Lot Obligatori
12	Agulles biòpsia i localització mamària sist Suros o equiv	30016755	Agulla per a biòpsia de mama, calibre 9G (3,7mm) x 13cm+/-0,5cm longitud, amb sistema d'aspiració per buit, amb cambra de recolecció de 20mm, de plàstic i acer inoxidable, per a esterotàxia prona i vertical, estèril, un sol ús. Comp/sistema SUROS o equ	Lot Obligatori
12	Agulles biòpsia i localització mamària sist Suros o equiv	30016757	Guia per a agulla de biòpsia de mama de 9G, de plàstic, per introduir al suport metàl·lic de l'esterotàxia vertical o taula de biòpsia sistema al buit, Stereoloc, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema SUROS o equivalent	Lot Obligatori
12	Agulles biòpsia i localització mamària sist Suros o equiv	30016761	Recipient amb tapa per a sistema de biòpsia de mama al buit, de plàstic, per a teixits tous, mitjançant ecografia o esterotàxia, mides: diàmetre 13cm+/-0,5cm, alçada 16cm+/-1cm, capacitat 400cc+/-20cc. Comp/sistema aspiració i agulles biòpsia Suros o equ	Lot Obligatori
12	Agulles biòpsia i localització mamària sist Suros o equiv	30016762	Marcador per a punció mamària de titani post biòpsia, amb dispositiu d'ejecció, utilitzat per a l'agulla d'esterotàxia de calibre 9G(3,7mm)-12G x 13cm+/-0,5cm longitud, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema SUROS o equivalent	Lot Obligatori
13	Agulles biòpsia i localització mamària sist SenoRX Encor o equiv	30018661	Agulla per a biòpsia vertical de 10G, amb 2 cistelles recolectores de mostra per l'equip de biòpsia de mama sistema d'aspiració al buit, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema d'esterotàxia i d'ecografia SenoRx Encor o equ	Lot Obligatori
13	Agulles biòpsia i localització mamària sist SenoRX Encor o equiv	30018662	Agulla per a biòpsia vertical de 12G, amb 2 cistelles recolectores de mostra per l'equip de biòpsia de mama sistema d'aspiració al buit, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema d'esterotàxia i d'ecografia SenoRx Encor o equ	Lot Obligatori
13	Agulles biòpsia i localització mamària sist SenoRX Encor o equiv	30018849	Guia per a agulla de biòpsia mamària de 10G per a sistema d'aspiració al buit, policarbonat, sense làtex, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema d'esterotàxia lateral, taula prono Fisher, SenoRx Encor o equivalent	Lot Obligatori
13	Agulles biòpsia i localització mamària sist SenoRX Encor o equiv	30027126	Sistema de marcatge intern per a biòpsia de mama, consta d'un aplicador amb 3 coixinets, un clip cable de titani en forma "O", visible per ultrasò de 3-12 setmanes, calibre 10G. Compatible amb sistema de biòpsia assistida per buit SenoRx Encor o equ	Lot Obligatori
13	Agulles biòpsia i localització mamària sist SenoRX Encor o equiv	30027271	Cistella amb tubs incorporats, per a biòpsia de mama assistida per buit, amb connexió al casset de buit, capacitat 1200ml+/-100ml, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema esterotàxia per a taula prona d'ecografia SenoRx Encor o equivalent	Lot Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101343392/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
13	Agulles biòpsia i localització mamària sist SenoRX Encor o equiv	30038034	Agulla per a biòpsia prona de 7G, amb 2 cistelles recolectores de mostra per l'equip de biòpsia de mama sistema d'aspiració al buit, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema d'esterotàxia i d'ecografia SenoRx Encor o equivalent	Lot Obligatori
13	Agulles biòpsia i localització mamària sist SenoRX Encor o equiv	30043204	Marcador mamari de gel, hidrogel de polietilè i glicol, part central a/marcador titani forma espiral, no col·lagen, polímer biocompatible i reabsorbible, no s'adhereix al teixit, 9G. Compatible sist/biòpsia a/buit Atec, Eviva i EnCor i esterotàxia Emsor o eq	Lot Obligatori
13	Agulles biòpsia i localització mamària sist SenoRX Encor o equiv	30052228	Sistema de marcatge intern per a biòpsia de mama, consta d'aplicador amb: 3 coixinets de PGA, central amb filferro de Titani en forma de cinta i PVA, i bola PEG, visible per ultrasons de 3-12 setmanes, calibre 7G. Comp/sistema de biòpsia per buit Encor o equ	Lot Obligatori
14	Agulles biòpsia i localització mamària sist Sentimag/Magseed o equiv	30047430	Marcador de lesions mamàries per a localització magnètica, anti-migració, mida 1mm x 5mm, amb agulla introductora 18Gx 7cm +/- 0,3cm. Estèril, un sol ús. Compatible equip Sentimag /Magseed o equivalent	Lot Obligatori
14	Agulles biòpsia i localització mamària sist Sentimag/Magseed o equiv	30047431	Marcador de lesions mamàries per a localització magnètica, anti-migració, mida 1mm x 5mm, amb agulla introductora 18Gx12cm +/- 0,5cm. Estèril, un sol ús. Compatible equip Sentimag /Magseed o equivalent	Lot Obligatori
15	Sistema de localització mamària tipus Scout o equivalent	30053782	Sistema reflector amb lliurament d'agulla de 10cm per a localització i extirpació de teixit mamari. Compatible amb sistema guia Scout o equivalent.	Lot Obligatori
15	Sistema de localització mamària tipus Scout o equivalent	30053783	Sistema reflector amb lliurament d'agulla de 7,5cm per a localització i extirpació de teixit mamari. Compatible amb sistema guia Scout o equivalent.	Lot Obligatori
16	Agulla biòpsia mamària amb sist guia compatible sistema EleVation o equivalent	30054248	Agulla biòpsia mamària sonda 14G, longitud 10cm +/- 0,1cm, mida mostra 2cm, compatible amb el sistema de biòpsia mamari Elevation o equivalent. Sense làtex, estèril, un sol ús.	Lot Obligatori
16	Agulla biòpsia mamària amb sist guia compatible sistema EleVation o equivalent	30054462	Agulla biòpsia mamària sonda 10G, longitud 10cm +/- 0,1cm, mida mostra 2cm, compatible amb el sistema de biòpsia mamari Elevation o equivalent. Sense làtex, estèril, un sol ús.	Lot Obligatori
16	Agulla biòpsia mamària amb sist guia compatible sistema EleVation o equivalent	30054463	Agulla biòpsia mamària sonda 12G, longitud 10cm +/- 0,1cm, mida mostra 2cm, compatible amb el sistema de biòpsia mamari Elevation o equivalent. Sense làtex, estèril, un sol ús.	Lot Obligatori
17	Tira adhesiva per a localització de mugró	30031068	Tira acrílica adhesiva elàstica, hipoal·lèrgica per a identificar la localització del mugró i facilitar el diagnòstic de lesions mamàries, sense làtex	Lot No Obligatori
17	Tira adhesiva per a localització de mugró	30031069	Tira acrílica adhesiva elàstica retallable, hipoal·lèrgica per a marcar cicatrius i facilitar el diagnòstic de lesions mamàries, de 327 +/- 10cm de llargària, sense làtex	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101343392/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
17	Tira adhesiva per a localització de mugrò	30031090	Tira acrílica adhesiva elàstica, hipoal·lèrgica per a marcar masses palpables i facilitar el diagnòstic de lesions mamàries, sense làtex	Lot No Obligatori
17	Tira adhesiva per a localització de mugrò	30031091	Tira acrílica adhesiva elàstica, hipoal·lèrgica per a localització de pigues i facilitar el diagnòstic de lesions mamàries, sense làtex	Lot No Obligatori
18	Agulles biòpsia parènquima hepàtic	30000103	Equip per a biòpsia hepàtica percutània per avulsió, consta de cànula 15G (1,8mm)x9cm+/-0,5cm, amb bisell de 45°, acer inox, xeringa d'aspiració amb dispositiu d'interrupció automàtica i connexió luer-lock, bisturí amb mànec i agulla hipodèrmica, estèril, 1 ús	Lot No Obligatori
18	Agulles biòpsia parènquima hepàtic	30035388	Agulla per a biòpsia amb mecanisme semiautomàtic, de 20G (0,9mm) x 15cm+/-1cm, amb punta Menghini amb mandrí tipus trócar, per a biòpsia hepàtica i altres teixits tous, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
18	Agulles biòpsia parènquima hepàtic	30000104	Equip per a biòpsia hepàtica percutània per avulsió, consta de cànula 16G (1,6mm)x9cm+/-0,5cm, amb bisell de 45°, acer inox, xeringa d'aspiració amb dispositiu d'interrupció automàtica i connexió luer-lock, bisturí amb mànec i agulla hipodèrmica, estèril, 1 ús	Lot No Obligatori
19	Agulles per a biòpsia amb mecanisme automàtic compatible amb sistema Magnum o equivalent	30000123	Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm) x 16cm+/-1cm, d'acer inox, punta ecogènica, marques radiopaques a cànula externa, profunditat penetració a 15 i 22mm, lliberació mecanisme amb una mà, no làtex, estèril, 1 ús, indiv. Compatible instrument Magnum o equ	Lot Obligatori
19	Agulles per a biòpsia amb mecanisme automàtic compatible amb sistema Magnum o equivalent	30001581	Agulla per a biòpsia percutània de 14G (2,1mm)x10cm+/-0,5cm, d'acer inox, punta ecogènica, marques radiopaques a cànula externa, profunditat penetració a 15 i 22mm, lliberació mecanisme amb una mà, no làtex, estèril, 1 ús, indiv. Compatible instrument Magnum o equ	Lot Obligatori
19	Agulles per a biòpsia amb mecanisme automàtic compatible amb sistema Magnum o equivalent	30003794	Agulla per a biòpsia percutània de 16G (1,65mm)x10cm+/-0,5cm, d'acer inox, punta ecogènica, marques radiopaques a cànula externa, profunditat penetració a 15 i 22mm, lliberació mecanisme amb una mà, no làtex, estèril, 1 ús, indiv. Compatible instrument Magnum o equ	Lot Obligatori
19	Agulles per a biòpsia amb mecanisme automàtic compatible amb sistema Magnum o equivalent	30003800	Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm)x20cm+/-1cm, d'acer inox, punta ecogènica, marques radiopaques a cànula externa, profunditat penetració a 15 i 22mm, lliberació mecanisme amb una mà, no làtex, estèril, 1 ús, indiv. Compatible instrument Magnum o equ	Lot Obligatori
19	Agulles per a biòpsia amb mecanisme automàtic compatible amb sistema Magnum o equivalent	30004711	Agulla per a biòpsia percutània de 14G (2,1mm)x13cm+/-0,5cm, d'acer inox, punta ecogènica, marques radiopaques a cànula externa, profunditat penetració a 15 i 22mm, lliberació mecanisme amb una mà, no làtex, estèril, 1 ús, indiv. Compatible instrument Magnum o equ	Lot Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101343392/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
19	Agulles per a biòpsia amb mecanisme automàtic compatible amb sistema Magnum o equivalent	30012012	Agulla per a biòpsia percutània de 16G (1,65mm)x16cm+/-1cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	Lot Obligatori
19	Agulles per a biòpsia amb mecanisme automàtic compatible amb sistema Magnum o equivalent	30012152	Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm)x10cm+/-0,5cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	Lot Obligatori
19	Agulles per a biòpsia amb mecanisme automàtic compatible amb sistema Magnum o equivalent	30015641	Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm)x25cm+/-1,5cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	Lot Obligatori
19	Agulles per a biòpsia amb mecanisme automàtic compatible amb sistema Magnum o equivalent	30018172	Agulla per a biòpsia percutània de 16G (1,65mm)x20cm+/-1cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	Lot Obligatori
20	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme automàtic	30002061	Agulla per a biòpsia percutània amb mecanisme automàtic de 16G x 16cm+/-1cm,mostra de 19mm, d'acer inoxidable,punta ecogènica,marques radiopaques, estèril, d'un sol ús, envàs individual. Compatible amb pistola Pro-Mag Ultra i RBG Blue Moller o equivalent	Lot No Obligatori
20	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme automàtic	30007658	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisma automàtic, de 16G (1,65mm) x 15cm+/-1cm, 22mm de profunditat de penetració, per a teixits tous (ronyó,fetge,pulmó, tiroide i mama), estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
20	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme automàtic	30051353	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 16G (1,6mm) x 10cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica,marques radiopàques,22mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individual	Lot No Obligatori
20	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme automàtic	30000118	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 18G (1,25mm) x 15cm+/-1cm, profunditat penetració de 22mm,d'acer inoxidable i plàstic, punta ecogènica,marques de profunditat,estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
20	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme automàtic	30000124	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 18G (1,25mm) x 25cm+/-1,5cm, profunditat penetració de 22mm,d'acer inoxidable i plàstic, punta ecogènica,marques de profunditat,estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101343392/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
20	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme automàtic	30000241	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 16G (1,60mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat penetració de 22mm, d'acer inoxidable, per a teixits tous, con de plàstic, estèril, sense làtex, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
20	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme automàtic	30001583	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 14G (2mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat penetració de 22mm, d'acer inoxidable, per a teixits tous, con de plàstic, estèril, sense làtex, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
20	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme automàtic	30003192	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 14G (2mm) x 16cm+/-1cm, profunditat penetració de 22mm, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
20	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme automàtic	30003795	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 18G (1,25mm) x 20cm+/-1cm, profunditat penetració de 22mm, d'acer inoxidable i plàstic, punta ecogènica, marques de profunditat, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
20	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme automàtic	30007440	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 14G (2mm) x 9cm+/-0,5cm, profunditat penetració de 11mm, identificació calibre per color, sense làtex, estèril, un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
20	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme automàtic	30008002	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 18G (1,2mm) x 20cm+/-1cm, mostra de 22mm, d'acer inoxidable, per a teixits tous, con de plàstic, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
20	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme automàtic	30016972	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 16G (1,6mm) x 16cm+/-1cm, d'acer inoxidable, punta ecogènica, marques radiopàques, 22mm de profunditat de penetració, per a teixits tous, sense làtex, estèril, un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
20	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme automàtic	30003809	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic en parts toves, de 16G (1,60mm) x 10cm+/-0,5cm, tres profunditats de penetració de 13, 23 i 33mm, mostra de 9, 19 i 29mm, sense làtex, estèril, un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
21	Agulles per a biòpsia amb mecanisme automàtic compatible amb sistema BioPince o equivalent	30037830	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic en parts toves, de 18G (1,20mm) x 10cm+/-0,5cm, tres profunditats de penetració de 13, 23 i 33mm, mostra de 9, 19 i 29mm, sense làtex, estèril, un sol ús, envàs individual	Lot Obligatori
21	Agulles per a biòpsia amb mecanisme automàtic compatible amb sistema BioPince o equivalent	30037834	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic en parts toves, de 18G (1,20mm) x 15cm+/-0,5cm, tres profunditats de penetració de 13, 23 i 33mm, mostra de 9, 19 i 29mm, sense làtex, estèril, un sol ús, envàs individual	Lot Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101343392/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
21	Agulles per a biòpsia amb mecanisme automàtic compatible amb sistema BioPince o equivalent	30053813	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic en parts toves, de 16G (1,60mm) x 15cm+/-0,5cm, tres profunditats de penetració de 13, 23 i 33mm, mostra de 9, 19 i 29mm, sense làtex, estèril, un sol ús, envàs individual	Lot Obligatori
22	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme semi-automàtica	30017421	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 14G (2,0mm) x 15cm+/-1cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm, d'acer, punta ecogènica, marques centimetrades, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
22	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme semi-automàtica	30017422	Pistola/agulla de biòpsia de tall semi-automàtica extra lleugera amb punta ecogènica, de 14G (2,0mm) x 9cm+/-0,5cm, avançament en 1-2cm, marques de profunditat, estèril, sense làtex, un sol ús	Lot No Obligatori
22	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme semi-automàtica	30017423	Pistola/agulla de biòpsia de tall semi-automàtica extra lleugera amb punta ecogènica, de 16G (1,6mm) x 9cm+/-0,5cm, avançament en 1-2cm, marques de profunditat, estèril, sense làtex, un sol ús	Lot No Obligatori
22	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme semi-automàtica	30041973	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 14G (2mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm, d'acer, punta ecogènica, marques centimetrades, estèril, un sol ús, individual	Lot No Obligatori
22	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme semi-automàtica	30043661	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, 18G (1,25mm)x16cm+/-0,5cm, profund/doble penetr 10mm-20mm, agulla coaxial 17G (1,4mm)x13,8cm, tròcar int, adapt/profund/tret, pu/ecogènica, marq/centimetrades, est, 1ús, ind	Lot No Obligatori
22	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme semi-automàtica	30043752	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, 18G (1,25mm)x10cm+/-0,5cm, profund/doble penetr 10mm-20mm, agulla coaxial 17G (1,4mm)x 7,8cm, tròcar int, adapt/profund/tret, pu/ecogènica, marq/centimetrades, est, 1ús, ind	Lot No Obligatori
22	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme semi-automàtica	30051044	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, 16G (1,60mm)x10cm+/-0,5cm, profund/doble penetr 10mm-20mm, agulla coaxial 15G (1,8mm)x 7,8cm, tròcar int, adapt/profund/tret, pu/ecogènica, marq/centimetrades, est, 1ús, ind	Lot No Obligatori
22	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme semi-automàtica	30051264	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 16G (1,6mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm, d'acer, punta ecogènica, marques centimetrades, estèril, un sol ús, individual	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101343392/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
22	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme semi-automàtica	30051917	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, 16G (1,60mm)x16cm+/-0,5cm, profund/doble penetr 10mm-20mm, amb agulla coaxial 15G (1,8mm)x13,8cm, tròcar intern, adapt/profund/tret, pu/ecogènica, marq/centimetres, est, 1ús, ind	Lot No Obligatori
22	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme semi-automàtica	30041370	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 18G (1,25mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm, d'acer, punta ecogènica, marques centimetres, estèril, un sol ús, individual	Lot No Obligatori
22	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme semi-automàtica	30017424	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 16G (1,6mm) x 15cm+/-1cm, punta bisell, profunditat doble de penetració a 15mm i a 22mm, per a teixits tous, marques centimetres, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
22	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme semi-automàtica	30030191	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic de 18G (1,2mm) x 20cm+/-1cm, amb agulla coaxial 16G (1,6mm) x 16cm+/-1cm, longitud de recorregut de l'estilet de 20mm (mostra de la biòpsia), estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
22	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme semi-automàtica	30042345	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic de 18G (1,2mm) x 15cm+/-1cm, amb agulla coaxial 16G (1,6mm) x 12cm+/-1cm, longitud de recorregut de l'estilet de 10mm (mostra de la biòpsia), estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
22	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme semi-automàtica	30000105	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió, de 14G (2,1mm)x11cm+/-0,5cm, per a teixits tous (ronyó, fetge, pulmó, tiroide i mama), d'acer inoxidable, cànula i agulla amb cavitat a extrem distal per allotjar la mostra de 20mm, estèril, individual, 1ús	Lot No Obligatori
22	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme semi-automàtica	30000106	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme manual, de 14G (2,1mm)x 16cm+/-1cm, per a teixits tous abdominals, d'acer inoxidable, marques de profunditat i punta ecogènica, mostra de 22mm, estèril, envàs individual, d'un sol ús	Lot No Obligatori
22	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme semi-automàtica	30030087	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió, semiautomàtica, de 18G (1,25mm)x16cm+/-1cm, agulla introductora 17G (1,4mm) x 11,2cm+/-0,5cm, p/teixits tous, p/recta 6 angles oblics, tall p/recol/mostra de 10-20mm, a/marqu/ecogèniques, mar/profund/cm, con luer, est	Lot No Obligatori
22	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme semi-automàtica	30030088	Agulla biòpsia percutània per avulsió, semiautomàtica, de 14G (1,89mm) x 12cm+/-0,5cm, agulla introduct 13G (2,27mm) x 6,9cm+/-0,5cm, p/teixits tous, pu/recta 6 angles oblics, tall p/recol/mostra 10mm i 20mm, a/marqu/ecogèniques, mar/profund/cm, con luer, est	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101343392/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
22	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme semi-automàtica	30030188	Agulla biòpsia percutània per avulsió, semiautomàtica, de 20G (0,9mm) x 16cm+/-1cm, agulla introduct 19G (1,1mm) x 11,4cm+/-0,5cm, p/teixits tous, pu/recta 6 angles oblics, tall p/recol/mostra 10mm-20mm, a/marqu/ecogèniques, mar/profund/cm, con luer, est	Lot No Obligatori
22	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme semi-automàtica	30030260	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 18G (1,27mm) x 15cm+/-1cm, punta bisell, profunditat doble de penetració a 15mm i a 22mm, per a teixits tous, marques centimetrades, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
22	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme semi-automàtica	30034106	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 16G (1,6mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm, d'acer, punta ecogènica, marques centimetrades, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
23	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme automàtic i semi-automàtica	30004712	Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic, de 14G (2,0mm) x 7,5cm+/-0,5cm, d'acer inoxidable, punta ecogènica, marques radiopàques, 22mm de profunditat de penetració, per a teixits tous, sense làtex, estèril, un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
23	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme automàtic i semi-automàtica	30004722	Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic de 16G (1,65mm) x 11,5cm+/-0,5cm, 22mm de profunditat de penetració, per a teixits tous (ronyó, fetge, pulmó, tiroide i mama), estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
23	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme automàtic i semi-automàtica	30007441	Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic, de 18G (1,2mm) x 7,5cm+/-0,5cm, d'acer inoxidable, punta ecogènica, marques radiopàques, 11mm de profunditat de penetració, per a teixits tous, sense làtex, estèril, un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
23	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme automàtic i semi-automàtica	30007442	Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic, de 18G (1,2mm) x 7,5cm+/-0,5cm, d'acer inoxidable, punta ecogènica, marques radiopàques, 22mm de profunditat de penetració, per a teixits tous, sense làtex, estèril, un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
23	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme automàtic i semi-automàtica	30016003	Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic, de 16G (1,6mm) x 7,5cm+/-0,5cm, d'acer inoxidable, punta ecogènica, marques radiopàques, 11mm de profunditat de penetració, per a teixits tous, sense làtex, estèril, un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
23	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme automàtic i semi-automàtica	30016004	Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic, de 16G (1,6mm) x 7,5cm+/-0,5cm, d'acer inoxidable, punta ecogènica, marques radiopàques, 22mm de profunditat de penetració, per a teixits tous, sense làtex, estèril, un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101343392/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
23	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme automàtic i semi-automàtica	30047413	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió de 12G (2,8mm)x 10+/-0,5cm, profunditat penetració de 18mm o 25mm, per a teixits tous, amb mecanisme automàtic alliberació amb una mà, punta ecogènica, estèril, 1ús, envàs indiv	Lot No Obligatori
23	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme automàtic i semi-automàtica	30047414	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió de 14G (2,1mm) x 10cm, profunditat penetració de 18mm o 25mm, per a teixits tous (ronyó, fetge, pulmó, tiroide i mama) amb mecanisme automàtic alliberació amb una mà, punta ecogènica, estèril, 1ús, envàs indiv	Lot No Obligatori
23	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme automàtic i semi-automàtica	30053854	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 11G (3,0mm) x 7,5cm+/-0,5cm, d'acer inoxidable, punta ecogènica, marques radiopàques, 22mm de profunditat de penetració, per a teixits tous, sense làtex, estèril, un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
23	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme automàtic i semi-automàtica	30047346	Agulla p/biòp/percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic, 14G(2mm)x13cm+/-0,5cm, teix/tous(pròstata), profund/penetra/variable 18-25mm(seleccionar), marq/radiopaq/càn/exter, pu/agul/ecogènica, acer inox i plàstic sist/segur est 1ús	Lot No Obligatori
23	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme automàtic i semi-automàtica	30051296	Agulla p/biòp/percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic, 18G(1,25mm)x25cm+/-1cm, teix/tous(prostata), profund/penetra/variable 18-25mm(seleccionar), marq/radiopaq/càn/exter, pu/agul/ecogènica, acer inox i plàstic sist/segur est 1ús	Lot No Obligatori
23	Agulles compactes per a biòpsia percutània amb mecanisme automàtic i semi-automàtica	30051748	Agulla p/biòp/percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic, 14G(2mm)x10cm+/-0,5cm, teix/tous(pròstata), profund/penetra/variable 18-25mm(seleccionar), marq/radiopaq/càn/exter, pu/agul/ecogènica, acer inox i plàstic sist/segur est 1ús	Lot No Obligatori
24	Pistola/agulla compacta per a biòpsia prostàtica	30053077	Pistola/agulla compacta per a biòpsia pròstata transrectal, de 18G(1,25mm)x 20cm+/-1cm, d'acer inoxidable i plàstic. Estèril. un sol ús.	Lot Obligatori
24	Pistola/agulla compacta per a biòpsia prostàtica	30053078	Pistola/agulla compacta per a biòpsia pròstata transperineal, de 18G(1,25mm)x 25cm+/-1cm, d'acer inoxidable i plàstic. Estèril. un sol ús.	Lot Obligatori
25	Agulles biòpsia coaxial	30004724	Agulla/guia coaxial per a biòpsia de 13G (2,4mm)x7,8cm+/-0,5cm, consta: cànula acer inox a/marques radiopàques cada cm, selector profunditat penetració, estilet a/con L-L mascle, codi color, est, 1ús, indiv. Comp/instr-pistola automà biòp Monopty 14Gx10cm o eq	Lot No Obligatori
25	Agulles biòpsia coaxial	30015563	Agulla coaxial per a biòpsia automàtica de 14G (2,1mm) x 7,5cm+/-0,5cm, d'acer inox, punta tribisellada, profunditat de penetració de 22mm, marques de profunditat en cm, con luer-lock transparent, estèril, indiv, 1 ús. Comp/agulla biòpsia ACECUT o equivalent	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101343392/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
25	Agulles biòpsia coaxial	30017413	Agulla coaxial introductora per a biòpsia de tall, de 13G (2,3mm) x 10cm+/-0,5cm, marques i adaptador de profunditat, estèril, d'un sol ús, individual. Compatible per a pistola automàtica i semi-automàtica de 14G DSGBL o equivalent	Lot No Obligatori
25	Agulles biòpsia coaxial	30017433	Agulla coaxial introductora de biòpsia de tall per a pistola semi-automàtica, de 13G (2,3mm) x 3,9cm+/-0,3cm, d'acer, centimetrada amb punta ecogènica, estèril, d'un sol ús. Compatible amb pistola Super-Core 16G o equivalent	Lot No Obligatori
25	Agulles biòpsia coaxial	30013501	Agulla/guia coaxial per a biòpsia de 17G (1,4mm)x13cm+/-0,5cm, consta: cànula acer inox a/marques radiopaques cada cm, estilet a/con L-L mascle, selector profunditat de penetració, codi color, est, 1ús, indiv. Comp/instrument/pist automà biòp Magnum/Biopty o eq	Lot No Obligatori
25	Agulles biòpsia coaxial	30017866	Agulla coaxial introductora per a biòpsia de tall, de 14G (2,1mm) x 10cm+/-0,5cm, marques i adaptador de profunditat, estèril, d'un sol ús, individual. Compatible amb pistola automàtica i semi-automàtica de 16G DSGBL o equivalent	Lot No Obligatori
25	Agulles biòpsia coaxial	30038881	Agulla coaxial per a biòpsia de tall semi-automàtica de 14G (2,1mm) x 11,6cm+/-0,5cm, calibre de la cànula de tall de 16G (1,6mm) x 15cm+/-1cm, amb longitud de recorregut de l'estilet interior de 20mm (mostra de la biòpsia), estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
25	Agulles biòpsia coaxial	30042015	Agulla coaxial introductora de biòpsia, de 17G (1,4mm) x 6,8cm+/-0,5cm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb pistola Biopince 18G o equivalent	Lot No Obligatori
25	Agulles biòpsia coaxial	30042016	Agulla coaxial introductora de biòpsia, de 17G (1,4mm) x 11,8cm+/-0,5cm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb pistola Biopince 18G o equivalent	Lot No Obligatori
25	Agulles biòpsia coaxial	30059942	Agulla/guia coaxial per a biòpsia, de 15G (1,8mm) x 6,8cm+/-0,5cm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb pistola Biopince o equivalent	Lot No Obligatori
25	Agulles biòpsia coaxial	30042939	Agulla/guia coaxial per a biòpsia de 13G (2,4mm)x 7cm+/-0,5cm, consta: cànula acer inox a/marques radiopaques cada cm, estilet a/con L-L mascle, selector profunditat de penetració, codi color, est, 1ús, indiv. Comp/instrument/pist automà biòp Magnum/Biopty o eq	Lot No Obligatori
26	Agulles per a biòpsia òssia	30000121	Agulla per a biòpsia / aspiració òssia de 13G (2,5mm) x 10cm+/-0,3cm, d'acer inoxidable, mandrí punta tròcar, cànula molt fina, estilet per extreure la mostra, empunyadura de plàstic per manipulació, connexió Luer-Lock, estèril, un sol ús, individual	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101343392/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
26	Agulles per a biòpsia òssia	30000122	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia de 16G (1,6mm) x 5cm+/-0,3cm, d'acer inoxidable, punta tròcar molt fina, mandrí metàl·lic amb bloqueig d'estilet, empunyadura de plàstic per a la seva manipulació, connexió Luer-Lock, estèril, un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
26	Agulles per a biòpsia òssia	30000126	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia esternal i de cresta ilíaca de 15G (1,8mm) x 0mm- 20mm +/- 2mm, longitud ajustable, acer inoxidable, punta bisell, mànec ergonòmic de plàstic amb ales extraïbles, long total 42mm, con Luer-lock, sense làtex, estèril, un ús, ind	Lot No Obligatori
26	Agulles per a biòpsia òssia	30003793	Agulla pediàtrica per a biòpsia òssia i teràpia intraòssia de 18G (1,2mm) x 3,5cm+/-0,3cm d'acer amb estilet, punta tròcar, connexió luer lock, per a pediatria, èsteril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
26	Agulles per a biòpsia òssia	30003797	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia de cresta ilíaca, de 13G (2,4mm) x 10cm+/-0,3cm, consta: cànula, estilet de punta bisell, extractor i l'agulla, d'acer inoxidable, connexió Luer-Lock, mànec ergonòmic, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
26	Agulles per a biòpsia òssia	30003798	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia de cresta ilíaca, de 13G (2,4mm) x 15cm+/-1cm, consta: cànula, estilet de punta bisell, extractor i l'agulla, d'acer inoxidable, connexió Luer-Lock, mànec ergonòmic, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
26	Agulles per a biòpsia òssia	30019080	Dispositiu de biòpsia òssia amb èmbol i punta de tall cònica angulada, amb marcadors de sortida i tres marcadors de posició en increments d' 1cm. Estèril, un sol ús.	Lot No Obligatori
26	Agulles per a biòpsia òssia	30030730	Agulla per a biòpsia medul·la òssia, de 11G x 15cm+/-1cm amb punta bisellada/diamant d'acer, captador segur de mostra, amb mandrí metàl·lic i empunyadura de plàstic per a la seva manipulació, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
26	Agulles per a biòpsia òssia	30038069	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia de cresta ilíaca, de 11G (3mm) x 15cm+/-1cm, consta: cànula, estilet de punta bisell, extractor i l'agulla, d'acer inoxidable, connexió Luer-Lock, mànec ergonòmic, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
26	Agulles per a biòpsia òssia	30040745	Agulla per a biòpsia medul·la òssia de 8G (4mm) x 15,0cm+/-1cm, d'acer inoxidable, cànula, captador segur de mostra, tap de seguretat amb mandril metàl·lic i empunyadura de plàstic per a la seva manipulació, estèril, d'un sol ús.	Lot No Obligatori
26	Agulles per a biòpsia òssia	30051520	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia de cresta ilíaca, de 11G (3mm) x 10cm+/-0,3cm, consta: cànula, estilet de punta bisell, extractor i l'agulla, d'acer inoxidable, connexió Luer-Lock, mànec ergonòmic, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101343392/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
26	Agulles per a biòpsia òssia	30051559	Agulla per a biòpsia/aspiració medul·la òssia tipus Jamshidi, punta piramidal de 8G (2,8mm) x 15,0cm+/-1cm, tròcar amb punta de boca de peix, d'acer inoxidable, captador segur mostra, amb mandrí metàl·lic i empunyadura de plàstic, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
26	Agulles per a biòpsia òssia	30004742	Agulla per a biòpsia medul·lar per aspiració de 14G (2,1mm) x 5,5cm+/-0,5cm, d'acer inoxidable, connexió luer-lock, escala graduada per a la seguretat de la penetració, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
26	Agulles per a biòpsia òssia	30007041	Agulla per a biòpsia medul·la òssia de cresta ilíaca, de 11G (3,04mm) x 10cm+/-0,3cm, d'acer inoxidable, captador segur de mostra, amb mandrí metàl·lic i empunyadura de plàstic per a la seva manipulació, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
26	Agulles per a biòpsia òssia	30060248	Agulla per a biòpsia medul·la òssia amb punta tipus diamant de 11G (3,04mm) x 10cm+/-0,3cm i forats secundaris, cànula i estilet d'acer inox, mànec ergonòmic, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
26	Agulles per a biòpsia òssia	30015681	Agulla per a biòpsia medul·la òssia de cresta ilíaca, de 8G (2,8mm) x 10cm+/-0,5cm, d'acer inoxidable, captador segur de mostra, amb mandrí metàl·lic i empunyadura de plàstic per a la seva manipulació, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
27	Equips i agulles per a biòpsia òssia	30018120	Equip d'accés i biòpsia òssia per a os dur, compost: cànula de tall 11Gx100+/-10mm, estilet p/tròcar 2,4x140+/-10mm, estilet ríg 2,3x250+/-10mm, perf 13Gx137mm, ag/biòpsia 2,35x200+/-10mm, estilet extr/mostra 1,7x234mm+/-20mm, sist/bloq/mostra, estèril, 1 sol ús	Lot No Obligatori
27	Equips i agulles per a biòpsia òssia	30018121	Equip d'accés i biòpsia òssia per a os dur, compost: cànula de tall 11Gx150+/-10mm, estilet p/tròcar 2,4x190+/-10mm, estilet ríg 2,3x300+/-10mm, perf 13Gx187mm, agu/biòpsia 2,35x240+/-10mm, estilet extr/mostra 1,7x274mm+/-10mm, sist/bloq/mostra, estèril, 1 sol ús	Lot No Obligatori
27	Equips i agulles per a biòpsia òssia	30031095	Equip d'agulles per a biòpsia òssia, consta: agulla 11G (3mm)x10cm+/-0,3cm amb guia de profunditat d'acer inoxidable, guia alineació, estilet d'extracció i connector amb funda d'agulla a motor i talla, estèril, un sol ús. Compatible a/motor OnControl o eq	Lot No Obligatori
27	Equips i agulles per a biòpsia òssia	30035747	Equip d'accés manual per a biòpsia d'os dur, de 12G (2,80mm) x 10cm+/-0,5cm, per a accedir a través de l'os cortical i crear una via per a l'extracció de mostra òssia, estèril, envàs individual, estèril. Compatible amb equip de biòpsia òssia Bonoptoy o equiv	Lot No Obligatori
27	Equips i agulles per a biòpsia òssia	30035748	Equip d'extracció de mostra de biòpsia d'os dur, de 13G (2,41mm) x 16,5cm+/-1cm, per a utilitzar amb l'equip d'accés manual, envàs individual, estèril. Compatible amb equip d'accés de biòpsia òssia Bonoptoy o equivalent	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101343392/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
27	Equips i agulles per a biòpsia òssia	30040191	Equip d'agulles i cànules per a biòpsia òssia, consta: agulla d'accés 10G(3,50mm)x10cm+/-0,3cm, cànula biòpsia coaxial 12G(2,80mm)x14,5cm+/-0,3cm, extractor, mànec, transfer, i talla. no làtex, estèril, 1 ús. Compatible amb la unitat motoritzada OnControl o equiv	Lot No Obligatori
27	Equips i agulles per a biòpsia òssia	30051766	Equip penetració os dur i biòpsia òssia p/os dur, en 2 safates independ p/cada tècnica, compost: cànula treball pu/trocar a/mànec de 11G(3,04mm)x85mm+/-2mm, agulla biòpsia a/punta tallant de 13G(2,40mm) i estilet p/retirar mostra, sist/bloqueig mostra, est, 1ús	Lot No Obligatori
27	Equips i agulles per a biòpsia òssia	30053597	Equip penetració os dur i biòpsia òssia p/os dur, en 2 safates independ p/cada tècnica, compost: cànula treball pu/trocar a/mànec de 13G x 90mm+/-2mm, agulla biòpsia a/punta tallant de 15G i estilet p/retirar mostra, sist/bloqueig mostra, est, 1ús	Lot No Obligatori
28	Agulles per a biòpsia pulmonar	30047576	Agulla / Tròcar de Boutin, punta amb obertura bisellada, per a biòpsia i punció pleural, amb dos mandrils: 1 amb punta roma i 1 amb punta angulada, amb clau de 3 vies, diàmetre 2mm x 7,8cm+/-0,3cm de llargària, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
28	Agulles per a biòpsia pulmonar	30047577	Agulla / Tròcar de Boutin, punta amb obertura bisellada, per a biòpsia i punció pleural, amb dos mandrils: 1 amb punta roma i 1 amb punta angulada, amb clau de 3 vies, diàmetre 3mm x 7,8cm+/-0,3cm de llargària, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
29	Equips punció biòpsia	30008032	Equip per a biòpsia, consta de: agulla de 16G (1,65mm) x 15cm+/-1cm, amb punta tipus trocar, cànula amb bisell especial per a tall i xeringa amb bloqueig, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
29	Equips punció biòpsia	30043203	Equip per a biòpsia de tall, consta: Pistola dues opcions, automàtica i semi-automàtica, de 14G(2mm)x10cm+/-0,5cm, selecció profunditat de 18mm o 25mm i agulla coaxial incorporada a/trocar de 13G (2,40mm) x 6,9cm+/-0,5cm, guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús	Lot No Obligatori
30	Equips punció biòpsia Super Core o equiv	30033778	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 18G (1,25mm) x 9cm+/-0,5cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 17G(1,40mm)x3,9cm+/-0,3cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	Lot Obligatori
30	Equips punció biòpsia Super Core o equiv	30033779	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 18G(1,25mm)x15cm+/-1cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 17G (1,40mm) x 9,9cm+/-0,5cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	Lot Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101343392/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
30	Equips punció biòpsia Super Core o equiv	30043791	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 14G(2,0mm)x 9cm+/- 0,5cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 13G (2,40mm)x 3,9cm+/-0,3cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	Lot Obligatori
30	Equips punció biòpsia Super Core o equiv	30043792	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 14G (2,0mm)x15cm+/- 1cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 13G(2,40mm)x 9,9cm+/-0,5cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	Lot Obligatori
30	Equips punció biòpsia Super Core o equiv	30043793	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 20G(0,90mm)x15cm+/- 1cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 19G(1,0mm)x 10,2cm+/-0,5cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	Lot Obligatori
30	Equips punció biòpsia Super Core o equiv	30043794	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 20G(0,90mm)x 9cm+/- 0,5cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 19G (1,0mm)x 4,2cm+/-0,3cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	Lot Obligatori
30	Equips punció biòpsia Super Core o equiv	30043795	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/pistola semi-automàtica de 16G(1,60mm)x15cm+/- 1cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 15G(1,80mm)x 9,9cm+/-0,5cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	Lot Obligatori
30	Equips punció biòpsia Super Core o equiv	30043796	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 16G(1,60mm)x 9cm+/- 0,5cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 15G(1,80mm)x 3,9cm+/-0,3cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	Lot Obligatori
30	Equips punció biòpsia Super Core o equiv	30050532	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 18G(1,25mm)x 20cm+/- 1cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 17G(1,40mm)x 14,9cm+/-0,5cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	Lot Obligatori
31	Guies d'agulles endocavitàries	30009783	Guia d'agulla per a biòpsia de transductor transvaginal ecogràfic, accepta accessoris de 16G i 18G, agulla de polímer, estèril, d'un sol ús. Compatible amb ecògrafs: Siemens EC-9-4 i Thosiba (diferents models) o equivalent	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101343392/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
31	Guies d'agulles endocavitàries	30013630	Guia d'agulla per a biòpsia de transductor transvaginal ecogràfic, guia ajustable de 3,2cm a 1,9cmx32cm, a/funda làtex de 3,5cmx20cm, accepta accessoris de 16G i 18G, agulla polímer, estèril, 1ús. Comp/ecògrafs: Siemens EC-9-4 i Thosiba (diferents models) o equ	Lot No Obligatori
31	Guies d'agulles endocavitàries	30028144	Guia d'agulla per a biòpsia de transductor transvaginal ecogràfic, guia de 2cm x 20cm+/-1cm, amb funda de làtex de 3,5cm x 20cm+/-1cm, accepta accessoris de 16G i 18G, guia de polímer, estèril, 1ús. Compatible amb ecògrafs: Siemens EC-9-4 i EV9-4 o equivalent	Lot No Obligatori
31	Guies d'agulles endocavitàries	30040261	Guia d'agulla per a biòpsia de transductor transvaginal ecogràfic, guia de 13,9cm+/-0,5cm, accepta accessoris de 16G i 18G, guia de polímer, estèril, d'un sol ús. Compatible amb ecògrafs: Esaote EC1123, SE3123 & SE3133, Siemens EC1123 o equivalent	Lot No Obligatori
31	Guies d'agulles endocavitàries	30053798	Guia d'agulla per a biòpsia de transductor transvaginal ecogràfic, guia de 13cm+/-0,5cm, amb cobertor de sonda, estèril, 1ús. Compatible amb ecògrafs: SonoSite ICT-ICTe-ICTx-ICTxp o equivalent	Lot No Obligatori
31	Guies d'agulles endocavitàries	30042794	Guia d'agulla per a biòpsia per a sondes endocavitàries, Ø intern 2mm x 16cm+/-1cm longitud, p/utilitzar a/agulles de 16G a 19G, estèril, 1 ús. Compatible amb sondes endocavitàries de Hitachi (models: EUP-V53W, EUP-CC531, EUP-CC531S, C41V1 i CC41R) o equ	Lot No Obligatori
31	Guies d'agulles endocavitàries	30043077	Guia d'agulla per a biòpsia per a sondes endocavitàries, angle 1°, accepta accessoris de 16G i 18G, cànula de la guia 10,7cm(4,2") +/-0,5cm, guia de polímer, estèril, d'un sol ús. Compatible amb ecògrafs: Toshiba PVT-781VT i PVU-781VT o equivalent	Lot No Obligatori
31	Guies d'agulles endocavitàries	30053618	Guia d'agulla per a biòpsia endocavitària amb funda de làtex de 3,5cm(1,4")x20cm(7,9") +/-1cm, cànula guia d'agulla 19cm +/-1cm, accepta accesoris de 16 i 18G, estèril, un ús. Comp/a/transductor GE RIC5-9-D, RIC6-12-D, RIC5-9W-RS i Samsung Medison V5-9 o equ	Lot No Obligatori
31	Guies d'agulles endocavitàries	30016310	Guia d'agulla per a biòpsia de pròstata, mides de 11cm+/-0,5cm x 4cm+/-0,3cm x 2,8cm+/-0,3cm, per a agulles de 16-18G, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb transductor ecogràfic BK Medical 8808 o equivalent	Lot No Obligatori
31	Guies d'agulles endocavitàries	30034961	Guia d'agulla per a biòpsia de pròstata, de punció biplana simultània, mides de 14cm+/-0,5cm x 6cm+/-0,3cm x 2,8cm+/-0,2cm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb transductor ecogràfic BK Medical 8808e, 8818 i 9018 o quivalent	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101343392/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
32	Altres equips i agulles de biòpsia i accessoris	30011154	Agulla per a biòpsia cerebral de 15G x 6" (1,8mm) x 15cm+/-1cm, d'acer inoxidable, precalibrada esterotàctica sense marc, tall de finestra 10 mm, per a neurocirurgia en neuronavegació amb marcadors guiats per navegació, estèril, envàs individual, 1 ús	Lot No Obligatori
32	Altres equips i agulles de biòpsia i accessoris	30014166	Equip per a guia d'agulla per a biòpsia, consta de: guia que accepta diferents gauges de 8,5Fr i de 14G a 23G (excepte 19G), funda estèril, gel conductor, estèril, d'un sol ús. Compatible amb transductor ecogràfic i agulla Ultra-Pro II o equivalent	Lot No Obligatori
32	Altres equips i agulles de biòpsia i accessoris	30026463	Guia d'agulla per a biòpsia de diàmetre variable entre 0,6mm a 2,1mm, d'acer, reutilitzable. Compatible amb transductor ecogràfic BK Medical 8802,8820e,8830 i9040 o equivalent	Lot No Obligatori
32	Altres equips i agulles de biòpsia i accessoris	30029275	Agulla de punció inicial, 17,5G (1,3mm) x 20cm, d'acer inoxidable, tancament luer f	Lot No Obligatori
32	Altres equips i agulles de biòpsia i accessoris	30029582	Equip catèter intraespinal per a bomba infusió, consta: catèter de silicona radioopaca a/introduc, llarg 100cm+/-5cm a/marques prof entre 10-50cm; filtre: agu Tuohy 14G; conn/femella; conn/catèter i bomba; Conn/titani; aleta fix i regla. Comp/bombes infus. IT o equi	Lot No Obligatori
32	Altres equips i agulles de biòpsia i accessoris	30040262	Equip per a guia d'agulla per a biòpsia, amb pestanya gran, consta: guia que accepta diferents gauges de 8,5Fr i de 14G a 23G (excepte 19G), funda estèril 14x91,5cm+/-10cm, gel conductor, i gom/elàst, estèril, 1ús. Comp/transd/ecograf i agulla Ultra-Pro II o equi	Lot No Obligatori
32	Altres equips i agulles de biòpsia i accessoris	30053469	Guia d'agulla per a biòpsia de transductor, diàmetre 120x11mm, longitud 55mm, de plàstic, per agulles 10-20G. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb transductor Burr Hole 8863/9063 o equivalent	Lot No Obligatori
32	Altres equips i agulles de biòpsia i accessoris	30053579	Agulla per a anestèsia paracervical, diàmetre 20G i 270mm+/-10mm de llargària. Un sol ús. sense làtex	Lot No Obligatori
32	Altres equips i agulles de biòpsia i accessoris	30060266	Casset de buit a/tubs incorporats, per biòpsia de mama assistida per buit, connexió amb cistella de residus fisiològics i connexió a l'agulla de biòpsia, connectors a pressió. Compatible amb sistema d'esterotàxia i d'ecografia SenoRx Encor o equiv	Lot No Obligatori
32	Altres equips i agulles de biòpsia i accessoris	30017244	Guia per a agulla biòpsia mamària amb punta tancada, per a agulles de 20G a 22G (0,7mm a 0,9mm). Compatible amb l'equip d'esterotàxia Stereo Loc Lorad o equivalent	Lot No Obligatori

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30000076

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 18G (1,25mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparen t amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30000077

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 19G (1,10mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparen t amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30000078

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 20G (0,90mm) x 40mm+/-1mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparen t amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30000079

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 20G (0,90mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, bisell curt, sense introduct or, capçal transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30000080

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 20G(0,90mm) x 75mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb efecte d'augment,mandrí amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30000081

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 22G (0,70mm) x 40mm+/-1mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparen t amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30000082

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 22G (0,70mm) x 65mm+/-1mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparen t amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30000083

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 22G (0,70mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, bisell curt, capçal transpar ent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30000084

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 22G (0,70mm) x 125mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30000085

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 22G (0,70mm) x 175mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30000086

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 25G (0,50mm) x 25mm+/-1mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, per a ús pediàtric, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30000088

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 25G (0,50mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30000089

Descripció llarga:

Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 22G (0,7mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30000091

Descripció llarga:

Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Sprotte de 24G (0,55mm) x 103mm+/-3mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30000097

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy de 18G (1,25mm) x 80mm+/-2mm, d'acer inoxidable, marques d'introducció, aletes desnectedables, capçal de plàstic transparent, amb mandrí amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30000100

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy (bisell direccional) de 18G (1,27mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, marcatge centi mètric, capçal policarbonat amb aleta, codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30000101

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 18G (1,25mm) x 150mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30000102

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia de plexes de 23G (0,65mm)x35mm+/-1mm, amb punta bisellada 17° acer inoxidable, tub d'injecció de llargària 50cm +/-4cm, connexió a neuroestimulador, connector luer-lock, estèril, individual, lús. Compatible neuroestimulador Plexygon o equ

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30000103

Descripció llarga:

Equip per a biòpsia hepàtica percutània per avulsió, consta de cànula 15G (1,8mm)x9cm+/-0,5cm, amb bisell de 45°, acer inox, xeringa d'a spiració amb dispositiu d'interrupció automàtica i connexió luer-lock, bisturí amb mànec i agulla hipodèrmica, estèril, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30000104

Descripció llarga:

Equip per a biòpsia hepàtica percutània per avulsió, consta de cànula 16G(1,6mm)x9cm+/-0,5cm, amb bisell de 45°, acer inox, xeringa d'aspiració amb dispositiu d'interrupció automàtica i connexió luer-lock, bisturí amb mànec i agulla hipodèrmica, estèril, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30000105

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia percutània per avulsió, de 14G (2,1mm)x11cm+/-0,5cm, per a teixits tous (ronyó, fetge, pulmó, tiroide i mama), d'acer inoxidable, cànula i agulla amb cavitat a extrem distal per allotjar la mostra de 20mm, estèril, individual, lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30000106

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme manual, de 14G(2,1mm)x16cm+/-1cm, per a teixits tous abdominals, d'acer inoxidable, marque de profunditat i punta ecogènica, mostra de 22mm, estèril, envàs individual, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30000109

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 20G (0,9mm) x 16cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer, amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30000111

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 22G (0,7mm) x 16cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer, amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30000112

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 22G (0,7mm) x 20cm+/-2cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer, amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30000113

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia / accés amb punta tipus Chiba de 18G (1,2mm) x 15cm+/-1cm, d'acer inoxidable, sense latex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30000118

Descripció llarga:

Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 18G (1,25mm) x 15cm+/-1cm, profunditat penetració d e 22mm ,d'acer inoxidable i plàstic, punta ecogènica,marques de profunditat,estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30000121

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia / aspiració òssia de 13G (2,5mm) x 10cm+/-0,3cm, d'acer inoxidable, mandrí punta tròcar, cànula molt fina, esti let per extreure la mostra, empunyadura de plàstic per manipulació, connexió Luer-Lock, estèril, un sol ús, individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30000122

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia /aspiració òssia de 16G (1,6mm) x 5cm+/-0,3cm, d'acer inoxidable, punta tròcar molt fina,mandrí metàl·lic amb b loqueig d'estilet, empunyadura de plàstic per a la seva manipulació,connexió Luer-Lock,estèril,un sol ús,envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30000123

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm) x 16cm+/-1cm,d'acer inox ,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex ,estèril,lús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30000124

Descripció llarga:

Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 18G (1,25mm) x 25cm+/-1,5cm, profunditat penetració de 22mm ,d'acer inoxidable i plàstic, punta ecogènica,marques de profunditat ,estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30000126

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia/aspiració òssia esternal i de cresta ilíaca de 15G (1 ,8mm) x 0mm- 20mm +/-2mm,longitud ajustable,acer inoxidable,punta bisell,màneg ergonòmic de plàstic amb ales extraïbles,long total 42mm,con Luer-lock,sense làtex,estèril,un ús,ind

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30000241

Descripció llarga:

Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 16G (1,60mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat penetració de 22mm ,d'acer inoxidable, per a teixits tous, con de plàstic, estèril,sense làtex,d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30001195

Descripció llarga:

Catèter anestèsia epidural poliamida (PA) transparent Ø20G (0,85mm) x 100cm+/-5cm,línia radiopaca,marques profunditat entre 5 i 25cm ,extrem distal tancat a/orificis laterals,flexible,guia introductora,conn/L-L ,etiqueta identificativa,s/làtex,estèril,1 ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30001532

Descripció llarga:

Catèter anestèsia epidural poliamida (PA) transparent Ø18G (1,25mm)x 91 ,5cm+/-4cm,línia radiopaca,marques profunditat entre 5 i 20cm ,extrem distal tancat a/orificis laterals,flexible,guia inserció,conn/L-L pla,etiqueta identificativa,s/làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30001581

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia percutània de 14G (2,1mm)x10cm+/-0,5cm,d'acer inox ,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profund itat penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex ,estèril,lús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30001583

Descripció llarga:

Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 14G (2mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat penetració de 22mm ,d'acer inoxidable, per a teixits tous, con de plàstic,estèril,sense làtex, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30001757

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 21G (0,8mm) x 100mm+/-2mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, tub d' injecció de llargària 40cm+/-3cm, cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30001760

Descripció llarga:

Agulla biòpsia i localització mamària reposicionable, filament localitzador amb doble filament en forma de cordó i extrem distal for mat per dos elements de fixació corbes/arpó,calibre cànula de 20G (0,9mm) x 7,7cm+/-0,5cm,acer inox graduada en cm,estèril

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30002060

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 24G (0,55mm) x 25mm+/-1mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, tub d 'injecció de llargària 40cm+/-3cm, cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30002061

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia percutània amb mecanisme automàtic de 16G x 16cm+/-1cm,mostra de 19mm, d'acer inoxidable,punta ecogènica,marque s radiopaques, estèril, d'un sol ús, envàs individual. Compatible amb pistola Pro-Mag Ultra i RBG Blue Moller o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30003189

Descripció llarga:

Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 25G (0,50mm) x 105mm+/-2mm, amb introductor de 30mm,d'acer inoxida ble,capçal de plàstic transparent, codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30003190

Descripció llarga:

Agulla espinal per a bloqueig intradural en pediatria,sense introductor ,punta de llapis de 25G (0,5) x 50mm+/-1mm,d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb efecte d'augment,mandrí amb codi de color normalitzat,s/làtex,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30003191

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy de 22G (0,7mm) x 50mm+/-1mm, d'acer inoxidable, marques d'introducció cada 0,5cm, ca pçal connexió luer-lock transparent, mandrí amb codi de color normalitzat, per a pediatria, sense làtex, estèril, un ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30003192

Descripció llarga:

Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 14G (2mm) x 16cm+/-1cm, profunditat penetració de 2 2mm, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30003193

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy de 18G (1,30mm) x 120mm(4 3/4")+/-2mm, d'acer inoxidable, amb estilet metàl·lic, ale tes i marques d'introducció cada 1cm, sense làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30003194

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy de 18G (1,25mm) x 150mm(6")+/-2mm, d'acer inoxidable, amb estilet metàl·lic, aletes i marques d' introducció cada 1cm, sense làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30003781

Descripció llarga:

Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 24G (0,55mm) x 120mm+/-2mm, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30003783

Descripció llarga:

Agulla espinal per a bloqueig intradural en pediatria,sense introductor ,punta de llapis de 27G (0,4) x 50mm+/-1mm,d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb efecte d'augment,mandrí amb codi de color normalitzat,s/làtex,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30003784

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 18G (1,25mm) x 75mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparen t amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30003785

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 20G (0,9mm) x 120mm+/-2mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, tub d' injecció de llargària 40cm+/-3cm, cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30003786

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia de plexes de 20G(0,90mm)x150mm+/-2mm,amb punta bisellada 17° acer inoxidable,tub d'injecció de llargària 50cm +/-4cm ,connexió a neuroestimulador,connector luer-lock,estèril,individual,lús.Compatible neuroestimulador Plexygon o equ

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30003789

Descripció llarga:

Equip anestèsia combinada espinal/epidural compost:agu/espinal punta llapis 27Gx122mm+/-2mm,agu/epidural Tuohy 18Gx80mm,catè/epidura l transp(DI 0,45xDE 0,83mm,90cm+/-4cm llarg),conn/cat,xeringa baixa resistèn ,filtre pla 0,2µ,disp/fixació,s/làtex,est,lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30003793

Descripció llarga:

Agulla pediàtrica per a biòpsia òssia i teràpia intraòssia de 18G (1,2mm) x 3,5cm+/-0,3cm d'acer amb estilet, punta tròcar,connexió luer lock, per a pediatria, èsteril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30003794

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia percutània de 16G (1,65mm)x10cm+/-0,5cm,d'acer inox ,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex ,estèril,lús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30003795

Descripció llarga:

Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 18G (1,25mm) x 20cm+/-1cm, profunditat penetració d e 22mm ,d'acer inoxidable i plàstic, punta ecogènica,marques de profunditat,estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30003797

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia/aspiració òssia de cresta ilíaca, de 13G (2,4mm) x 10cm+/-0,3cm, consta: cànula, estilet de punta bisell, extracto r i l'agulla , d'acer inoxidable, connexió Luer-Lock, mànec ergonòmic, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30003798

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia/aspiració òssia de cresta ilíaca, de 13G (2,4mm) x 15cm+/-1cm, consta: cànula, estilet de punta bisell, extractor i l'agulla , d'acer inoxidable, connexió Luer-Lock, mànec ergonòmic, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30003800

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm)x20cm+/-1cm, d'acer inox , punta ecogènica, marques radiopaques a cànula externa, profunditat penetració a 15 i 22mm, lliberació mecanisme amb una mà, no làtex , estèril, l'ús, indiv. Compatible instrument Magnum o equ

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 30003809

Descripció llarga:

Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic en parts toves, de 16G (1,60mm) x 10cm+/-0,5cm, tres profunditats de penetració de 13, 23 i 33mm, mostra de 9, 19 i 29mm, sense làtex, estèril, un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 30004560

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 22G (0,7mm) x 50mm+/-1mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, tub d'injecció de llargària 40cm+/-3cm, cable connexió a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 30004561

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia de plexes de 21G(0,8mm)x50mm+/-1mm, amb punta bisellada 17° acer inoxidable, tub d'injecció de llargària 50cm+/-4cm , connexió a neuroestimulador, connector luer-lock, estèril, individual, l'ús. Compatible neuroestimulador Plexygon o equ

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 30004695

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia de plexes de 20G(0,90mm)x120mm+/-2mm, amb punta bisellada 17° acer inoxidable, tub d'injecció de llargària 50cm +/-4cm , connexió a neuroestimulador, connector luer-lock, estèril, individual, l'ús. Compatible neuroestimulador Plexygon o equ

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 30004697

Descripció llarga:

Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 24G (0,55mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 30004698

Descripció llarga:

Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre i obertura lateral de 27G (0,40mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 30004699

Descripció llarga:

Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 25G(0,50mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 30004700

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 20G (0,90mm) x 152mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 30004711

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia percutània de 14G (2,1mm)x13cm+/-0,5cm,d'acer inox ,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex ,estèril,lús,indivi.Compatible instrument Magnum o equ

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 30004712

Descripció llarga:

Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic,de 14G (2,0mm)x7,5cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica ,marques radiopaques,22mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 30004722

Descripció llarga:

Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic de 16G (1,65mm) x 11,5cm+/-0,5cm, 22mm de profunditat de penetració, per a teixits tous (ronyó,fetge,pulmó, tiroide i mama) , estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 30004724

Descripció llarga:

Agulla/guia coaxial per a biòpsia de 13G (2,4mm)x7,8cm+/-0,5cm, consta: cànula acer inox a/marques radiopaques cada cm,selector profunditat penetració,estilet a/con L-L mascla,codi color,est,lús,indiv. Comp/instr-pistola automà biòp Monopty 14Gx10cm o eq

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 30004742

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia medul·lar per aspiració de 14G (2,1mm) x 5,5cm+/-0,5cm, d'acer inoxidable, connexió luer-lock, escala graduada per a la seguretat de la penetració, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 30004744

Descripció llarga:

Agulla/Arpó biòpsia i localització mamària de 20G(0,9mm)x9cm+/-0,5cm, d'acer inoxidable, cànula introductora a/marques de profunditat, guia localitzadora reposicionable metàl·lica, arpó de nitinol amb marques opaques i clip retenció de la guia, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 30005079

Descripció llarga:

Equip bloqueig continu de plexes i control del dolor, compost: agulla bisellada 19Gx 50mm+/-1mm llarg a/cable conn/neuroestimulador; tu b injecció 40cm+/-2cm, catèter 20Gx 50cm+/-2cm a/obert/central i estilet estimulator, adap, filtre, sist/fixar cat, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 30005097

Descripció llarga:

Equip bloqueig continu de plexes i control del dolor, compost: agulla bisellada 19Gx150mm+/-2mm llarg a/cable conn/neuroestimulador; tu b injecció 40cm+/-2cm, catèter 20Gx 50cm+/-2cm a/obert/central i estilet estimulator, adap, filtre, sist/fixar cat, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 30006815

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 22G (0,7mm) x 10cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer, amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 30007041

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia medul·la òssia de cresta ilíaca, de 11G (3,04mm) x 10cm+/-0,3cm, d'acer inoxidable, captador segur de mostra, amb mandrí metàl·lic i empenyadura de plàstic per a la seva manipulació, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 30007440

Descripció llarga:

Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 14G (2mm) x 9cm+/-0,5cm, profunditat penetració de 11mm, identificació calibre per color, sense làtex, estèril, un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 30007441

Descripció llarga:

Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic, de 18G (1,2mm)x7,5cm+/-0,5cm, d'acer inoxidable, punta ecogènica, marques radiopàques, 11mm de profunditat de penetració, per a teixits tous, sense làtex, estèril, un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 30007442

Descripció llarga:

Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic,de 18G (1,2mm)x7,5cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica ,marques radiopàques,22mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 30007561

Descripció llarga:

Agulla/Arpó biòpsia i localització de lesions mamàries de 18G (1,2mm) x 12cm+/-0,5cm, d'acer inoxidable,clip marcador de nitinol tre nat,marcador compatible amb MRI i RX, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 30007658

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisma automàtic, de 16G (1,65mm) x 15cm+/-1cm, 22mm de profunditat de penetració , per a teixits tous (ronyó,fetge,pulmó, tiroide i mama), estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 30008002

Descripció llarga:

Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 18G (1,2mm) x 20cm+/-1cm, mostra de 22mm, d'acer inoxidable, per a teixits tous, con de plàstic, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 30008032

Descripció llarga:

Equip per a biòpsia, consta de: agulla de 16G (1,65mm) x 15cm+/-1cm, amb punta tipus trocar, cànula amb bisell especial per a tall i xeringa amb bloqueig, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 30008243

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia de plexes de 20G (0,9mm) x 150mm+/-2mm,amb punta bisellada 15°,elèctrode a la punta de l'agulla,marques de profunditat,tub d'injecció de llargària 50cm+/-4cm,amb connexió a neuroestimulador,sense làtex,estèril,individual,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 30008252

Descripció llarga:

Equip bloqueig continu de plexes i control dolor,ecogènic,compost:ag/punta Tuohy 18Gx50mm+/-1mm,cable conn/neuroestimulador i tub i njecció 50cm+/-2cm;catèter radiopac 20Gx40cm+/-2cm llarg a/estilet,xerin/5ml,conn/cat i filtre,est,lús.Comp/Stimuplex o eq

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 30008742

Descripció llarga:

Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 25G (0,50mm) x 120mm+/-2mm, acer inox, introductor de 20G (0,9mm) x 38mm+/-1mm, mandrí obturador, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 30008970

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy de 20G (0,9mm) x 50mm+/-1mm, d'acer inoxidable, marques d'introducció cada 0,5cm, ca pçal connexió luer-lock transparent, mandrí amb codi de color normalitzat, per a pediatria, sense làtex, estèril, un ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 30009675

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 22G (0,7mm) x 80mm+/-1mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, tub d'in jecció de llargària 40cm+/-3cm, cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual,1 ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 30009783

Descripció llarga:

Guia d'agulla per a biòpsia de transductor transvaginal ecogràfic, accepta accessoris de 16G i 18G, agulla de polímer, estèril, d'un sol ús. Compatible amb ecògrafs: Siemens EC-9-4 i Thosiba (diferents models) o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 30010893

Descripció llarga:

Catèter anestèsia i analgèsia epidural de poliamida (PA) transparent, Ø20G (0,90mm)x 90cm+/-4cm,radiopac amb marques de profunditat ,extrem distal tancat amb orificis laterals, guia introductora,connector luer-lock ,etiqueta identificativa,estèril, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 30011154

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia cerebral de 15G x 6" (1,8mm) x 15cm+/-1cm, d'acer inoxidable, precalibrada esterotàctica sense marc, tall de fi nostra 10 mm, per a neurocirurgia en neuronavegació amb marcadors guiats per navegació, estèril, envàs individual, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 30011568

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 20G (0,9mm)x 150mm+/-2mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, tub d'in jecció de llargària 40cm+/-3cm, cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril,envàs individual,1 ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 30012012

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia percutània de 16G (1,65mm)x16cm+/-1cm,d'acer inox ,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profundi tat penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex ,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 30012152

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm)x10cm+/-0,5cm,d'acer inox ,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profun ditat penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex ,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 30012154

Descripció llarga:

Agulla/Arpó biòpsia i localització mamària de 20G(0,9mm)x12cm+/-0,5cm ,d'acer inoxidable,cànula introductora a/marques de profunditat ,guia localitzadora reposicionable metàl·lica,arpó de nitinol amb marques opaques i clip retenció de la guia,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 30012500

Descripció llarga:

Agulla espinal per a bloqueig intradural en pediatria,sense introductor ,punta de llapis de 25G (0,5) x 25mm+/-1mm,d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb efecte d'augment,mandrí amb codi de color normalitzat,s/làtex,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 30013501

Descripció llarga:

Agulla/guia coaxial per a biòpsia de 17G (1,4mm)x13cm+/-0,5cm,CONSTA: cànula acer inox a/marques radiopaques cada cm,estilet a/con L -L mascle ,selector profunditat de penetració,codi color,est,lús,indiv. Comp/instrument/pist automà biòp Magnum/Biopty o eq

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 30013528

Descripció llarga:

Equip bloqueig de plexes i control del dolor, compost: agulla 18G a/bisell 30°,cànula 35mm+/-1mm llarg,catèter de 9cm+/-1cm llargàri a,cable elèctric p/connectar a/neuroestimulador Plexygon.Comp/guia metàl·lica premontada Multiplex i equip Multiplex o equ

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 30013630

Descripció llarga:

Guia d'agulla per a biòpsia de transductor transvaginal ecogràfic,guia ajustable de 3,2cm a 1,9cmx32cm,a/funda làtex de 3,5cmx20cm,a ccepta accessoris de 16G i 18G,agulla polímer,estèril,lús.Comp/ecògrafs:Siemens EC-9-4 i Thosiba (diferents models) o equ

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 30013993

Descripció llarga:

Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Sprotte i obertura lateral de 25G (0,50mm) x 35mm+/-1mm, d'acer inoxidable, ca pçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 30014166

Descripció llarga:

Equip per a guia d'agulla per a biòpsia, consta de: guia que accepta diferents gauges de 8,5Fr i de 14G a 23G (excepte 19G), funda e stèril, gel conductor, estèril, d'un sol ús. Compatible amb transductor ecogràfic i agulla Ultra-Pro II o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 30014554

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia de plexes,ecogènica,sense estimulació de 22G (0 ,7mm) x 50mm+/-1mm, amb bisell de 20°, d'acer inoxidable, bloq ueig sota ecografia per facilitar la búsqueda de nervis, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 30015563

Descripció llarga:

Agulla coaxial per a biòpsia automàtica de 14G (2,1mm) x 7,5cm+/-0,5cm ,d'acer inox,punta tribisellada,profunditat de penetració de 2 2mm,marques de profunditat en cm,con luer-lock transparent, estèril, indiv, 1 ús. Comp/agulla biopsia ACECUT o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 30015641

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm)x25cm+/-1,5cm,d'acer inox ,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat de penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex ,estèril,lús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 30015681

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia medul·la òssia de cresta ilíaca, de 8G (2,8mm) x 10cm+/-0,5cm, d'acer inoxidable, capturador segur de mostra, a mb mandrí metàl·lic i empunyadura de plàstic per a la seva manipulació, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1070 MATERIAL: 30016003

Descripció llarga:

Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic, de 16G (1,6mm) x 7,5cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,punta ecogèn ica,marques radiopàques,11mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individua

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 30016004

Descripció llarga:

Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic, de 16G (1,6mm) x 7,5cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,punta ecogèn ica,marques radiopàques,22mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individua

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 30016040

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia de plexes de 22G (0,7mm) x 50mm+/-1mm,a/punta bisellada 30° d'acer inoxidable,marques profunditat,línia d'ext ensió de llarg 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador,estèril,envàs individual,1 ús.Compatible estimulador Stimuplex o equ

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1100 MATERIAL: 30016041

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia de plexes de 21G (0,8mm) x 100mm+/-2mm,amb punta bisellada 30°, acer inoxidable,tub d'injecció de llargària 5 0cm+/-4cm ,connexió a neuroestimulador,estèril,envàs indiv,lús.Comp/neuroestimulador Plexygon o equ

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1110 MATERIAL: 30016310

Descripció llarga:

Guia d'agulla per a biòpsia de pròstata, mides de 11cm+/-0,5cm x 4cm+/-0 ,3cm x 2,8cm+/-0,3cm, per a agulles de 16-18G, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb transductor ecogràfic BK Medical 8808 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1120 MATERIAL: 30016754

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia de mama, calibre 9G (3,7mm) x 13cm+/-0,5cm longitud ,amb sistema d'aspiració per buit, amb cambra de recolecció d e 12mm, de plàstic i acer inoxidable, per a esterotàxia prona i vertical, estèril, un sol ús. Comp/sistema SUROS o equ

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1130 MATERIAL: 30016755

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia de mama, calibre 9G (3,7mm) x 13cm+/-0,5cm longitud ,amb sistema d'aspiració per buit, amb cambra de recolecció d e 20mm, de plàstic i acer inoxidable, per a esterotàxia prona i vertical, estèril, un sol ús. Comp/sistema SUROS o equ

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1140 MATERIAL: 30016757

Descripció llarga:

Guia per a agulla de biòpsia de mama de 9G, de plàstic, per introduir al suport metàl·lic de l'esterotàxia vertical o taula de biòps ia sistema al buit, Stereoloc, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema SUROS o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1150 MATERIAL: 30016761

Descripció llarga:

Recipient amb tapa per a sistema de biòpsia de mama al buit, de plàstic, per a teixits tous, mitjançant ecografia o esterotàxia, mide s: diàmetre 13cm+/-0,5cm, alçada 16cm+/-1cm, capacitat 400cc+/-20cc. Comp/sistema aspiració i agulles biòpsia Suros o equ

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1160 MATERIAL: 30016762

Descripció llarga:

Marcador per a punció mamària de titani post biòpsia, amb dispositiu d'ejecció, utilitzat per a l'agulla d'esterotaxia de calibre 9G (3,7mm)-12G x 13cm+/-0,5cm longitud, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema SUROS o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1170 MATERIAL: 30016972

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 16G (1,6mm) x 16cm+/-1cm, d'acer inoxidable, punta ecogènica, m arque s radiopàques, 22mm de profunditat de penetració, per a teixits tous, sense làtex, estèril, un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1180 MATERIAL: 30017216

Descripció llarga:

Agulla híbrida per anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó , punta bisellada 20°, 21G (0,80)x95mm+/-2mm marques profunditat, acer inox ,connexió a neuroestimulador, no làtex, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1190 MATERIAL: 30017244

Descripció llarga:

Guia per a agulla biòpsia mamària amb punta tancada, per a agulles de 20G a 22G (0,7mm a 0,9mm). Compatible amb l'equip d'esterotaxia Stereo Loc Lorad o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1200 MATERIAL: 30017413

Descripció llarga:

Agulla coaxial introductora per a biòpsia de tall, de 13G (2,3mm) x 10cm+/-0,5cm,marques i adaptador de profunditat, estèril, d'un sol ús, individual. Compatible per a pistola automàtica i semi-automàtica de 14G DSGBL o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1210 MATERIAL: 30017421

Descripció llarga:

Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 14G (2,0mm) x 15cm+/-1cm, profunditat d oble de penetració a 10mm i a 20mm,d'acer,punta ecogènica, marques centimetrades, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1220 MATERIAL: 30017422

Descripció llarga:

Pistola/agulla de biòpsia de tall semi-automàtica extra lleugera amb punta ecogènica, de 14G (2,0mm) x 9cm+/-0,5cm, avançament en 1- 2cm,marques de profunditat, estèril, sense làtex,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1230 MATERIAL: 30017423

Descripció llarga:

Pistola/agulla de biòpsia de tall semi-automàtica extra lleugera amb punta ecogènica, de 16G (1,6mm) x 9cm+/-0,5cm, avançament en 1- 2cm,marques de profunditat, estèril, sense làtex,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1240 MATERIAL: 30017424

Descripció llarga:

Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 16G (1,6mm) x 15cm+/-1cm,punta bisell, profundi tat doble de penetració a 15mm i a 22mm,per a teixits tous, marques centimetrades, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1250 MATERIAL: 30017433

Descripció llarga:

Agulla coaxial introductora de biòpsia de tall per a pistola semi-automàtica, de 13G (2,3mm) x 3,9cm+/-0,3cm, d'acer, centimetrada a mb punta ecogènica, estèril, d'un sol ús. Compatible amb pistola Super-Core 16G o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1260 MATERIAL: 30017866

Descripció llarga:

Agulla coaxial introductora per a biòpsia de tall, de 14G (2,1mm) x 10cm+/-0,5cm,marques i adaptador de profunditat, estèril, d'un sol ús, individual. Compatible amb pistola automàtica i semi-automàtica de 16G DSGBL o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1270 MATERIAL: 30017869

Descripció llarga:

Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Sprotte i obertura lateral de 25G (0,50mm) x 90mm+/-2mm,d'acer inoxidable, cap çal de plàstic transparent amb efecte augment, codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1280 MATERIAL: 30018120

Descripció llarga:

Equip d'accés i biòpsia òssia per a os dur,compost:cànula de tall 11Gx100+/-10mm,estilet p/tròcar 2,4x140+/-10mm,estilet ríg 2,3x250 +/-10mm ,perf 13Gx137mm,ag/biòpsia 2,35x200+/-10mm,estilet extr/mostra 1 ,7x234mm+/-20mm.sist/bloq/mostra,estèril,1sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1290 MATERIAL: 30018121

Descripció llarga:

Equip d'accés i biòpsia òssia per a os dur,compost:cànula de tall 11Gx150+/-10mm,estilet p/tròcar 2,4x190+/-10mm,estilet ríg 2,3x300 +/-10mm ,perf 13Gx187mm,agu/biòpsia 2,35x240+/-10mm,estilet extr/mostra 1 ,7x274mm+/-10mm.sist/bloq/mostra,estèril,1 sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1300 MATERIAL: 30018172

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia percutània de 16G (1,65mm)x20cm+/-1cm,d'acer inox ,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profundi tat penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex ,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1310 MATERIAL: 30018369

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy de 18G (1,25mm) x 75mm+/-2mm, d'acer inoxidable, amb aletes, amb marques de profunditat cada cm, capçal connexió luer-lock transparent, mandrí amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1320 MATERIAL: 30018575

Descripció llarga:

Agulla/Arpó biòpsia i localització mamària de 20G(0,9mm)x5cm+/-0,3cm ,d'acer inoxidable,cànula introductora a/marques de profunditat, guia localitzadora reposicionable metàl·lica,arpó de nitinol amb marques opaques i clip retenció guia,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1330 MATERIAL: 30018661

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia vertical de 10G, amb 2 cistelles recolectores de mostra per l'equip de biòpsia de mama sistema d'aspiració al buit, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema d'esterotàxia i d'ecografia SenoRx Encor o equ

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1340 MATERIAL: 30018662

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia vertical de 12G, amb 2 cistelles recolectores de mostra per l'equip de biòpsia de mama sistema d'aspiració al buit, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema d'esterotàxia i d'ecografia SenoRx Encor o equ

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1350 MATERIAL: 30018849

Descripció llarga:

Guia per a agulla de biòpsia mamària de 10G per a sistema d'aspiració al buit, policarbonat, sense làtex, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema d'esterotàxia lateral, taula prono Fisher, SenoRx Encor o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1360 MATERIAL: 30019080

Descripció llarga:

Dispositiu de biòpsia òssia amb èmbol i punta de tall cònica angulada, amb marcadors de sortida i tres marcadors de posició en increments d' 1cm. Estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1370 MATERIAL: 30026463

Descripció llarga:

Guia d'agulla per a biòpsia de diàmetre variable entre 0,6mm a 2,1mm ,d'acer, reutilitzable. Compatible amb transductor ecogràfic BK Medical 8802,8820e,8830 i9040 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1380 MATERIAL: 30027126

Descripció llarga:

Sistema de marcatge intern per a biòpsia de mama, consta d'un aplicador amb 3 coixinets, un clip cable de titani en forma "O", visible per ultrasò de 3-12 setmanes, calibre 10G. Compatible amb sistema de biòpsia assistida per buit SenoRx Encor o equ

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1390 MATERIAL: 30027271

Descripció llarga:

Cistella amb tubs incorporats, per a biòpsia de mama assistida per buit, amb connexió al casset de buit, capacitat 1200ml+/-100ml, e stèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema esterotàxia per a taula prona d'ecografia SenoRx Encor o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1400 MATERIAL: 30027491

Descripció llarga:

Marcador mamari de gel, hidrogel de polietilè i glicol, part central amb un marcador de titani en forma d'espiral, lliure de col·làg en, polímer biocompatible i reabsorbible, no s'adhereix al teixit, sistema flexible. Compatible amb Mamotom 11G o equiv

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1410 MATERIAL: 30028144

Descripció llarga:

Guia d'agulla per a biòpsia de transductor transvaginal ecogràfic,guia de 2cm x 20cm+/-1cm,amb funda de làtex de 3,5cm x 20cm+/-1cm, accepta accessoris de 16G i 18G,guia de polímer,estèril,1ús.Compatible amb ecògrafs: Siemens EC-9-4 i EV9-4 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1420 MATERIAL: 30028249

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia de plexes, 22G(0,7mm)x 80mm+/-1mm,a/punta bisellada 30°,ecogènica,d'acer inoxidable,marques reflectores 360° a/patró de seguretat,tub d'injecció llarg 50cm+/-4cm,conn/a neuroestimulador,estèril ,1ús.Comp/estimulador Stimuplex o eq

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1430 MATERIAL: 30028946

Descripció llarga:

Marcador mamari de gel, hidrogel de polietilè i glicol, part central amb un marcador de titani en forma d'espiral, lliure de col·làg en, polímer biocompatible i reabsorbible, no s'adhereix al teixit, 15G (1,8mm) x 10 ,90cm+/-0,5cm,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1440 MATERIAL: 30029275

Descripció llarga:

Agulla de punció inicial, 17,5G (1,3mm) x 20cm,d'acer inoxidable,tancament luer f

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1450 MATERIAL: 30029582

Descripció llarga:

Equip catèter intraespinal per a bomba infusió, consta: catèter de silicona radioopaca a/introduc, llarg 100cm+/-5cm a/marques prof ent re 10-50cm; filtre: agu Tuohy 14G; conn/femella; conn/catèter i bomba; Conn/titani; aleta fix i regla.Comp/bombes infus IT o equ

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1460 MATERIAL: 30030087

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia percutànea per avulsió, semiautomàtica, de 18G (1,25mm)x16cm+/-1cm, agulla introductora 17G (1,4mm) x 11,2cm+/-0,5 cm, p/teixits tous, p/recta 6 angles oblics, tall p/recol/mostra de 10-20mm, a/marqu/ecogèniques, mar/profund/cm, con luer, est

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1470 MATERIAL: 30030088

Descripció llarga:

Agulla biòpsia percutànea per avulsió, semiautomàtica, de 14G (1,89mm) x 12cm+/-0,5cm, agulla introduct 13G (2,27mm) x6,9cm+/-0,5cm, p/t eixits tous , pu/recta 6 angles oblics, tall p/recol/mostra 10mm i 20mm , a/marqu/ecogèniques, mar/profund/cm, con luer, est

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1480 MATERIAL: 30030188

Descripció llarga:

Agulla biòpsia percutània per avulsió, semiautomàtica, de 20G (0,9mm) x 16cm+/-1cm, agulla introduct 19G (1,1mm) x 11,4cm+/-0,5cm, p/tei xits tous , pu/recta 6 angles oblics, tall p/recol/mostra 10mm-20mm, a/marqu/ecogèniques, mar/profund/cm, con luer, est

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1490 MATERIAL: 30030191

Descripció llarga:

Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic de 18G (1,2mm) x 20cm+/-1cm, amb agulla coax ial 16G (1,6mm) x 16cm+/-1cm, longitud de recorregut de l'estilet de 20mm(mostra de la biòpsia), estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1500 MATERIAL: 30030260

Descripció llarga:

Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 18G (1,27mm) x 15cm+/-1cm, punta bisell, profund itat doble de penetració a 15mm i a 22mm, per a teixits tous, marques centimetrades, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1510 MATERIAL: 30030730

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia medul·la òssia, de 11G x 15cm+/-1cm amb punta bisellada/diamant d'acer, capturador segur de mostra, amb mandrí metàl·lic i empunyadura de plàstic per a la seva manipulació, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1520 MATERIAL: 30030882

Descripció llarga:

Equip bloqueig continu de plexes i control del dolor guiat p/neuroestimulador i/o ecografia.Compost:agulla 25Gx19cm+/-1cm bisell 15° ,dins catèr radiopac 19Gx19cm+/-2cm,introd/segur,on/catè,filtre i fixció ,pro/30cm+/-2cm,no làtex,est.Comp/Stimuplex o eq

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1530 MATERIAL: 30031068

Descripció llarga:

Tira acrílica adhesiva elàstica, hipoal·lèrgica per a identificar la localització del mugró i facilitar el diagnòstic de lesions mamàries, sense làtex

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1540 MATERIAL: 30031069

Descripció llarga:

Tira acrílica adhesiva elàstica retallable, hipoal·lèrgica per a marcar cicatrius i facilitar el diagnòstic de lesions mamàries, de 327+/-10cm de llargària,sense làtex

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1550 MATERIAL: 30031090

Descripció llarga:

Tira acrílica adhesiva elàstica, hipoal·lèrgica per a marcar masses palpables i facilitar el diagnòstic de lesions mamàries, sense làtex

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1560 MATERIAL: 30031091

Descripció llarga:

Tira acrílica adhesiva elàstica, hipoal·lèrgica per a localització de pigues i facilitar el diagnòstic de lesions mamàries, sense làtex

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1570 MATERIAL: 30031095

Descripció llarga:

Equip d'agulles per a biòpsia òssia,consta:agulla 11G (3mm)x10cm+/-0,3cm amb guia de profunditat d'acer inoxidable,guia alineació,es tilet d'extracció i connector amb funda d'agulla a motor i talla,estèril,un sol ús.Compatible a/motor OnControl o eq

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1580 MATERIAL: 30031127

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia de plexes,ecogènica,de 21Gx120mm+/-2mm,a/punta bisellada 30° acer inox,capa (poliamida+microesferes),tub injecció llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador de 56cm+/-4cm,estèril ,indiv,lús.Comp/neuroestimulador Plexygon o equ

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1590 MATERIAL: 30031128

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia de plexes,ecogènica,de 23Gx35mm+/-1mm,a/punta bisellada 30° acer inox,capa (poliamida+microesferes),tub injecció llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador de 56cm+/-4cm,estèril ,indiv,lús.Comp/neuroestimulador Plexygon o equ

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1600 MATERIAL: 30031129

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia de plexes, ecogènica, de 22Gx50mm+/-1mm, a/punta bisellada 30° acer inox, capa (poliamida+microesferes), tub inje cció llargària 50cm+/-4cm, connexió a neuroestimulador de 56cm+/-4cm, estèril, indiv, lús. Comp/neuroestimulador Plexygon o equ

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1610 MATERIAL: 30032534

Descripció llarga:

Agulla híbrida per anestèsia de plexes/bloqueig nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica ecografia p/ultrasó punt a bisellada 20°, 22G (0,70mm) x 55mm+/-1mm, marques profunditat, acer inox, connexió neuroestimulador, no làtex, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1620 MATERIAL: 30033778

Descripció llarga:

Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 18G (1,25mm) x 9cm+/-0,5cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 17G (1,40mm) x 3,9cm+/-0,3cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, lús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equ

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1630 MATERIAL: 30033779

Descripció llarga:

Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 18G (1,25mm) x 15cm+/-1cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 17G (1,40mm) x 9,9cm+/-0,5cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, lús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1640 MATERIAL: 30033904

Descripció llarga:

Equip per a anestèsia espinal peridural continua, compost: agulla punta de llapis tipus Sprotte 19Gx90mm+/-2mm llarg, catèter epidural 23G x 90cm+/-4cm, extr dist/tancat 3 forats laterals amb estilet de metall, adaptador Tuohy, filtre 2µ, estèril, indiv, lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1650 MATERIAL: 30034106

Descripció llarga:

Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 16G (1,6mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm, d'acer, punta ecogènica, marques centimetrades, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1660 MATERIAL: 30034961

Descripció llarga:

Guia d'agulla per a biòpsia de pròstata, de punció biplana simultània, mides de 14cm+/-0,5cm x 6cm+/-0,3cm x 2,8cm+/-0,2cm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb transductor ecogràfic BK Medical 8808e, 8818 i 9018 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1670 MATERIAL: 30035277

Descripció llarga:

Equip anestèsia combinada espinal/epidural compost: agu/espinal punta llapis 26Gx115mm+/-2mm, agu/epidural Tuohy 18Gx80mm, catè/epidura 1 transp (DI 0,55xDE 1,03mm, 90cm+/-4cm llarg), conn/cat, xeringa baixa resistència, filtre pla 0,2µ, disp/fixació, s/làtex, est, lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1680 MATERIAL: 30035278

Descripció llarga:

Equip anestèsia epidural,compost:agulla Tuohy 18Gx80mm+/-2mm,aletes codi de color;catèter DE 0,83mm transp 95cm+/-5cm,extr dist/tanc at a/forats lat,flex;guia cat;filt/0,2µm;conn catèter L-L;mandrí;xeringa baixa resist;disp/fix;eti q ident;s/làtex,est,lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1690 MATERIAL: 30035279

Descripció llarga:

Equip anestèsia epidural,pediàtric,compost:agulla Tuohy 19Gx50mm+/-2mm ,aletes de color;catèter Ø23Gx65cm+/-3cm transp,extr/distal ob ert,flex;guia cat;filtre 0,2µm;connector catèter L-L;mandrí;xeringa baixa resist,disp/fix;eti q ident;s/làtex,est,lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1700 MATERIAL: 30035280

Descripció llarga:

Equip anestèsia epidural, pediàtric, compost: agulla epidural tipus Tuohy 18G x 50mm+/-2mm, mandrí metàl·lic amb marques profundita t, catèter 20G 96cm+/-4cm llarg amb orifici distal,connector,xeringa luer 10ml,filtre 0,2 micres i xeringa 3ml,est,lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1710 MATERIAL: 30035388

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia amb mecanisme semiautomàtic, de 20G (0,9mm) x 15cm+/-1cm, amb punta Menghini amb mandrí tipus tròcar, per a biòpsia hepàtica i altres teixits tous, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1720 MATERIAL: 30035747

Descripció llarga:

Equip d'accés manual per a biòpsia d'os dur,de 12G (2,80mm) x 10cm+/-0 ,5cm,per a accedir a través de l'os cortical i crear una via p er a l'extracció de mostra òssia, estèril, envàs individual, estèril.Compatible amb equip de biòpsia òssia Bonopty o equiv

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1730 MATERIAL: 30035748

Descripció llarga:

Equip d'extracció de mostra de biòpsia d'os dur, de 13G (2,41mm) x 16 ,5cm+/-1cm, per a utilitzar amb l'equip d'accés manual, envàs i ndividual, estèril. Compatible amb equip d'accès de biòpsia òssia Bonopty o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1740 MATERIAL: 30037830

Descripció llarga:

Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic en parts toves, de 18G (1,20mm) x 10cm+/-0,5cm, tres pr ofunditats de penetració de 13, 23 i 33mm, mostra de 9, 19 i 29mm, sense làtex, estèril, un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1750 MATERIAL: 30037834

Descripció llarga:

Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic en parts toves, de 18G (1,20mm) x 15cm+/-0,5cm, tres pr ofunditats de penetració de 13, 23 i 33mm, mostra de 9, 19 i 29mm, sense làtex, estèril, un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1760 MATERIAL: 30038034

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia prona de 7G, amb 2 cistelles recolectores de mostra per l'equip de biòpsia de mama sistema d'aspiració al buit, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema d'esterotàxia i d'ecografia SenoRx Encor o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1770 MATERIAL: 30038069

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia/aspiració òssia de cresta ilíaca, de 11G (3mm) x 15cm+/-1cm, consta: cànula, estilet de punta bisell, extractor i l'agulla, d'acer inoxidable, connexió Luer-Lock, mànec ergonòmic, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1780 MATERIAL: 30038881

Descripció llarga:

Agulla coaxial per a biòpsia de tall semi-automàtica de 14G (2,1mm) x 11,6cm+/-0,5cm, calibre de la cànula de tall de 16G (1,6mm) x 15cm+/-1cm, amb longitud de recorregut de l'estilet interior de 20mm (mostra de la biòpsia), estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1790 MATERIAL: 30039718

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 23G (0,6mm) x 6cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer, amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1800 MATERIAL: 30040191

Descripció llarga:

Equip d'agulles i cànules per a biòpsia òssia, consta: agulla d'accés 10G(3,50mm)x10cm+/-0,3cm, cànula biòpsia coaxial 12G(2,80mm)x14,5 cm+/-0,3cm, extractor, mànec, transfer, i talla.no làtex, estèril, 1 ús. Compatible amb la unitat motoritzada OnControl o equiv

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1810 MATERIAL: 30040261

Descripció llarga:

Guia d'agulla per a biòpsia de transductor transvaginal ecogràfic, guia de 13,9cm+/-0,5cm, accepta accessoris de 16G i 18G, guia de p olímer, estèril, d'un sol ús. Compatible amb ecògrafs: Esaote EC1123, SE3123 & SE3133, Siemens EC1123 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1820 MATERIAL: 30040262

Descripció llarga:

Equip per a guia d'agulla per a biòpsia, amb pestanya gran, consta: guia que accepta diferents gauges de 8,5Fr i de 14G a 23G(excepte 1 9G), funda estèril 14x91,5cm+/-10cm, gel conductor, i gom/elàst, estèril, 1 ús. Comp/transd/ecograf i agulla Ultra-Pro II o equ

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1830 MATERIAL: 30040745

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia medul·la òssia de 8G (4mm) x 15,0cm+/-1cm, d'acer inoxidable, cànula, captador segur de mostra, tap de seguretat amb mandril metàl·lic i empunyadura de plàstic per a la seva manipulació, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1840 MATERIAL: 30041370

Descripció llarga:

Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 18G (1,25mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm, d'acer, punta ecogènica, marques centimetrades, estèril, un sol ús, individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1850 MATERIAL: 30041961

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia de plexes sense neuroestimulador, 22G (0,7mm) x 50mm+/-1mm, amb punta bisellada 30° d'acer inoxidable, marques reflectores en 360° amb patró de seguretat, línia d'extensió de llarg 50cm +/-4cm, estèril, envàs individual, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1860 MATERIAL: 30041973

Descripció llarga:

Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 14G (2mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm, d'acer, punta ecogènica, marques centimetrades, estèril, un sol ús, individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1870 MATERIAL: 30042015

Descripció llarga:

Agulla coaxial introductora de biòpsia, de 17G (1,4mm) x 6,8cm+/-0,5cm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb pistola Biopince 18G o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1880 MATERIAL: 30042016

Descripció llarga:

Agulla coaxial introductora de biòpsia, de 17G (1,4mm) x 11,8cm+/-0,5cm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb pistola Biopince 18G o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1890 MATERIAL: 30042345

Descripció llarga:

Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic de 18G (1,2mm) x 15cm+/-1cm, amb agulla coaxial 16G (1,6mm) x 12cm+/-1cm, longitud de recorregut de l'estilet de 10mm (mostra de la biòpsia), estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1900 MATERIAL: 30042794

Descripció llarga:

Guia d'agulla per a biòpsia per a sondes endocavitàries, Ø intern 2mm x 16cm+/-1cm longitud, per utilitzar a/agulles de 16G a 19G, estèril, 1 ús. Compatible amb sondes endocavitàries de Hitachi (models: EUP-V53W, EUP-CC531, EUP-CC531S, C41V1 i CC41R) o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1910 MATERIAL: 30042939

Descripció llarga:

Agulla/guia coaxial per a biòpsia de 13G (2,4mm) x 7cm+/-0,5cm, consta: cànula acer inox a/marques radiopaques cada cm, estilet a/con L -L mascle, selector profunditat de penetració, codi color, est, 1 ús, indiv. Comp/instrument/pist automà biòp Magnum/Biopty o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1920 MATERIAL: 30043077

Descripció llarga:

Guia d'agulla per a biòpsia per a sondes endocavitàries, angle 1°, accepta accessoris de 16G i 18G, cànula de la guia 10,7cm(4,2") +/- 0,5cm, guia de polímer, estèril, d'un sol ús. Compatible amb ecògrafs: Toshiba PVT-781VT i PVU-781VT o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1930 MATERIAL: 30043202

Descripció llarga:

Sistema de marcatge per a biòpsia de mama, per punció directa, marcador de nitinol en forma d'anell "O", amb agulla punta bisell de 17G (1,40mm) x 10cm +/- 0,5cm, amb marques de profunditat de 1cm, èmbol de bloqueix, per control ecogràfc

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1940 MATERIAL: 30043203

Descripció llarga:

Equip per a biòpsia de tall, consta: Pistola dues opcions, automàtica i semi-automàtica, de 14G(2mm)x10cm +/- 0,5cm, selecció profunditat d e 18mm o 25mm i agulla coaxial incorporada a/trocar de 13G (2,40mm) x 6,9cm +/- 0,5cm, guiada p/ecografia, estèril, indiv, lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1950 MATERIAL: 30043204

Descripció llarga:

Marcador mamari de gel, hidrogel de polietilè i glicol, part central a/marcador titani forma espiral, no col·lagen, polímer biocompatibl e i reabsorbible, no s'adhereix al teixit, 9G. Compatible sist/biòpsia a/buit Atec, Eviva i EnCor i esterotàxia Emsor o eq

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1960 MATERIAL: 30043344

Descripció llarga:

Clip premuntat en cànula de punció a/màneg ergonòmic i a/lliscant p/ubicar el marcador-clip, p/marcatge lesions mamàries, de 18G (1,2m m) x 12cm +/- 0,5cm, clip marcador de nitinol, marcador compatible i molt visible amb mamografies i MRI, estèril, lús, individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1970 MATERIAL: 30043661

Descripció llarga:

Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, 18G (1,25mm)x16cm +/- 0,5cm, profund/doble pen etr 10mm-20mm , agulla coaxial 17G (1,4mm)x13,8cm, tròcar int , adapt/profund/tret, pu/ecogènica, marq/centimetrades, est, lús, ind

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1980 MATERIAL: 30043752

Descripció llarga:

Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, 18G (1,25mm)x10cm +/- 0,5cm, profund/doble pen etr 10mm-20mm , agulla coaxial 17G (1,4mm)x 7,8cm, tròcar int , adapt/profund/tret, pu/ecogènica, marq/centimetrades, est, lús, ind

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 1990 MATERIAL: 30043791

Descripció llarga:

Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 14G(2 ,0mm)x 9cm +/- 0,5cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 13 G (2,40mm)x 3,9cm +/- 0,3cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, lús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2000 MATERIAL: 30043792

Descripció llarga:

Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 14G (2,0mm)x15cm+/-1cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 13G (2,40mm)x 9,9cm+/-0,5cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, lús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2010 MATERIAL: 30043793

Descripció llarga:

Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 20G(0,90mm)x15cm+/-1cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 19G (1,0mm)x 10,2cm+/-0,5cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, lús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2020 MATERIAL: 30043794

Descripció llarga:

Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 20G(0,90mm)x 9cm+/-0,5cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 19G (1,0mm)x 4,2cm+/-0,3cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, lús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2030 MATERIAL: 30043795

Descripció llarga:

Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/pistola semi-automàtica de 16G(1,60mm)x15cm+/-1cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 15G(1,80mm)x 9,9cm+/-0,5cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, lús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2040 MATERIAL: 30043796

Descripció llarga:

Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 16G(1,60mm)x 9cm+/-0,5cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 15G(1,80mm)x 3,9cm+/-0,3cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, lús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2050 MATERIAL: 30047346

Descripció llarga:

Agulla p/biòp/percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic, 14G(2mm)x13cm+/-0,5cm, teix/tous (pròstata), profund/penetra/variabl e 18-25mm (seleccionar), marq/radiopaq/càn/exter, pu/agul/ecogènica, acer inox i plàstic, sist/segur, est, lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2060 MATERIAL: 30047413

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia percutània per avulsió de 12G (2,8mm)x 10+/-0,5cm, profunditat penetració de 18mm o 25mm, per a teixits tous, amb mecanisme automàtic alliberació amb una mà, punta ecogènica, estèril, lús, envàs indiv

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2070 MATERIAL: 30047414

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia percutània per avulsió de 14G (2,1mm) x 10cm, profunditat penetració de 18mm o 25mm, per a teixits tous (ronyó, fetge, pulmó, tiroide i mama) amb mecanisme automàtic alliberació amb una mà, punta ecogènica, estèril, lús, envàs indiv

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2080 MATERIAL: 30047430

Descripció llarga:

Marcador de lesions mamàries per a localització magnètica, anti-migració, mida 1mm x 5mm, amb agulla introductora 18Gx 7cm +/- 0,3cm . Estèril, un sol ús. Compatible equip Sentimag /Magseed o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2090 MATERIAL: 30047431

Descripció llarga:

Marcador de lesions mamàries per a localització magnètica, anti-migració, mida 1mm x 5mm, amb agulla introductora 18Gx12cm+/-0,5cm. Estèril, un sol ús. Compatible equip Sentimag /Magseed o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2100 MATERIAL: 30047576

Descripció llarga:

Agulla / Tròcar de Boutin, punta amb obertura bisellada, per a biòpsia i punció pleural, amb dos mandrils: 1 amb punta roma i 1 amb punta angulada, amb clau de 3 vies, diàmetre 2mm x 7,8cm+/-0,3cm de llargària, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2110 MATERIAL: 30047577

Descripció llarga:

Agulla / Tròcar de Boutin, punta amb obertura bisellada, per a biòpsia i punció pleural, amb dos mandrils: 1 amb punta roma i 1 amb punta angulada, amb clau de 3 vies, diàmetre 3mm x 7,8cm+/-0,3cm de llargària, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2120 MATERIAL: 30047589

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 20G (0,9mm) x 20cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer, amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2130 MATERIAL: 30047590

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 22G (0,7mm) x 15cm+/-1cm, d'acer inoxidable, per a aspiració citològica de cèl·lules, conn exió luer-lock transparent, marques cada centímetre, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2140 MATERIAL: 30050532

Descripció llarga:

Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 18G(1 ,25mm)x 20cm+/-1cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 17 G(1,40mm)x 14,9cm+/-0,5cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, lús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2150 MATERIAL: 30051044

Descripció llarga:

Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, 16G (1,60mm)x10cm+/-0,5cm, profund/doble pen etr 10mm-20mm , agulla coaxial 15G (1,8mm)x 7,8cm, tròcar int , adapt/profund/tret, pu/ecogènica, marq/centimetrades, est, lús, ind

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2160 MATERIAL: 30051264

Descripció llarga:

Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 16G (1,6mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat doble d e penetració a 10mm i a 20mm,d'acxer, punta ecogènica, marques centimetrades, estèril, un sol ús, individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2170 MATERIAL: 30051296

Descripció llarga:

Agulla p/biòp/percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic,18G(1 ,25mm)x25cm+/-1cm,teix/tous(prostata),profund/penetra/variab le 18-25mm(seleccionar),marq/radiopaq/càn/exter,pu/agul/ecogènica,acer inox i plàstic,sist/segur,est,lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2180 MATERIAL: 30051353

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 16G (1,6mm) x 10cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica ,marques radiopàques,22mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2190 MATERIAL: 30051520

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia/aspiració òssia de cresta ilíaca, de 11G (3mm) x 10cm+/-0,3cm,CONSTA: cànula,estilet de punta bisell,extractor i l'agulla ,d'acer inoxidable, connexió Luer-Lock,màneg ergonòmic,sense làtex,estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2200 MATERIAL: 30051559

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia/aspiració medul·la òssia tipus Jamshidi,punta piramidal de 8G (2,8mm) x 15,0cm+/-1cm,tròcar amb punta de boca de peix, d'acer inoxidable, captador segur mostra, amb mandrí metàl·lic i empunyadura de plàstic, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2210 MATERIAL: 30051650

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia de plexes,ecogènica,de 21Gx85mm+/-2mm,a/punta bisellada 20° acer inox,capa(poliamida+microesferes),tub injecc ió llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador de 56cm+/-4cm,estèril ,indiv,lús.Comp/neuroestimulador Plexygon o equ

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2220 MATERIAL: 30051748

Descripció llarga:

Agulla p/biòp/percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic ,14G(2mm)x10cm+/-0,5cm,teix/tous(pròstata),profund/penetra/variabl e 18-25mm(seleccionar),marq/radiopaq/càn/exter,pu/agul/ecogènica,acer inox i plàstic,sist/segur,est,lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2230 MATERIAL: 30051766

Descripció llarga:

Equip penetració os dur i biòpsia òssia p/os dur,en 2 safates independ p/cada tècnica,compost:cànula treball pu/trocar a/màneg de 11 G(3 ,04mm)x85mm+/-2mm,agulla biòpsia a/punta tallant de 13G(2,40mm) i estilet p/retirar mostra,sist/bloqueig mostra,est,lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2240 MATERIAL: 30051917

Descripció llarga:

Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic,16G (1,60mm)x16cm+/-0,5cm,profund/doble penetr 10mm -20mm ,amb agulla coaxial 15G (1,8mm)x13,8cm,tròcar intern,adapt/profund/tret,pu/ecogènica,marq/centimetrades,est,lús,ind

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2250 MATERIAL: 30052201

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia tipus Chiba, punta Quincke de 17G x 35cm+/-2cm,d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat,ecogènica,sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2260 MATERIAL: 30052228

Descripció llarga:

Sistema de marcatge intern per a biòpsia de mama,consta d'aplicador amb:3 coixinets de PGA,central amb filferro de Titani en forma d e cinta i PVA,i bola PEG,visible per ultrasons de 3-12 setmanes,calibre 7G. Comp/sistema de biòpsia per buit Encor o equ

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2270 MATERIAL: 30052342

Descripció llarga:

Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Sprotte i obertura lateral de 27G (0,40mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, c apçal de plàstic transparent amb efecte augment, codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2280 MATERIAL: 30053070

Descripció llarga:

Guia d'agulla de plàstic de Ø1.2mm, per a agulla 19G(1,1mm) amb ranura per a procediments de biòpsia i col.locació d'arpons en lesi ons no palpable de mama.estèil,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2290 MATERIAL: 30053071

Descripció llarga:

Guia d'agulla de plàstic de Ø2,25mm, per a agulla 14G(2,0mm) sense ranura per a procediments de biòpsia i localització d'arpó en le sions no palpables de mama.estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2300 MATERIAL: 30053077

Descripció llarga:

Pistola/agulla compacta per a biòpsia pròstata transrectal,de 18G(1,25mm)x 20cm+/-1cm,d'acer inoxidable i plàstic. Estèril.un sol ús .

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2310 MATERIAL: 30053078

Descripció llarga:

Pistola/agulla compacta per a biòpsia pròstata transperineal,de 18G(1 ,25mm)x 25cm+/-1cm,d'acer inoxidable i plàstic. Estèril.un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2320 MATERIAL: 30053469

Descripció llarga:

Guia d'agulla per a biòpsia de transductor, diàmetre 120x11mm, longitud 55mm,de plàstic,per agulles 10-20G. Estèril, d'un sol ús. Co mpatible amb transductor Burr Hole 8863/9063 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2330 MATERIAL: 30053579

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia paracervical, diàmetre 20G i 270mm+/-10mm de llargària. Un sol ús.sense làtex

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2340 MATERIAL: 30053597

Descripció llarga:

Equip penetració os dur i biòpsia òssia p/os dur,en 2 safates independ p/cada tècnica,compost:cànula treball pu/trocar a/mànec de 13 G x 90mm+/-2mm,agulla biòpsia a/punta tallant de 15G i estilet p/retirar mostra,sist/bloqueig mostra,est,lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2350 MATERIAL: 30053618

Descripció llarga:

Guia d'agulla per a biòpsia endocavitària amb funda de làtex de 3,5cm(1 ,4")x20cm(7,9")+/-1cm,cànula guia d'agulla 19cm +/-1cm,accept a accesoris de 16 i 18G,estèril,un ús.Comp/a/transductor GE RIC5-9-D ,RIC6-12-D,RIC5-9W-RS i Samsung Medison V5-9 o equ

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2360 MATERIAL: 30053782

Descripció llarga:

Sistema reflector amb lliurament d'agulla de 10cm per a localització i extirpació de teixit mamari. Compatible amb sistema guia Scou t o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2370 MATERIAL: 30053783

Descripció llarga:

Sistema reflector amb lliurament d'agulla de 7,5cm per a localització i extirpació de teixit mamari. Compatible amb sistema guia Sco ut o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2380 MATERIAL: 30053798

Descripció llarga:

Guia d'agulla per a biòpsia de transductor transvaginal ecogràfic, guia de 13cm+/-0,5cm, amb cobertor de sonda, estèril, lús. Compat ible amb ecògrafs: SonoSite ICT-ICTe-ICTx-ICTxp o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2390 MATERIAL: 30053813

Descripció llarga:

Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic en parts toves, de 16G (1,60mm) x 15cm+/-0,5cm, tres pr ofunditats de penetració de 13, 23 i 33mm, mostra de 9, 19 i 29mm, sense làtex, estèril, un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2400 MATERIAL: 30053854

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 11G (3,0mm) x 7,5cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,punta ecogènic a,marques radiopàques,22mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individual

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2410 MATERIAL: 30054176

Descripció llarga:

Dispositiu per a control de la pressió d'injecció en procediments de bloqueig nerviós perifèric, amb 3 rangs de colors <15psi, 15-20 psi i >20psi. estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2420 MATERIAL: 30054248

Descripció llarga:

Agulla biòpsia mamària sonda 14G, longitud 10cm+/-0,1cm,mida mostra 2cm, compatible amb el sistema de biòpsia mamari Elevation o equivalent.Sense làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2430 MATERIAL: 30054462

Descripció llarga:

Agulla biòpsia mamària sonda 10G, longitud 10cm+/-0,1cm,mida mostra 2cm, compatible amb el sistema de biòpsia mamari Elevation o equivalent.Sense làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2440 MATERIAL: 30054463

Descripció llarga:

Agulla biòpsia mamària sonda 12G, longitud 10cm+/-0,1cm,mida mostra 2cm, compatible amb el sistema de biòpsia mamari Elevation o equivalent.Sense làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2450 MATERIAL: 30057687

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 18G (1,2mm) x 12cm+/-1cm, d'acer inoxidable,capçal de plàstic per a con luer, marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2460 MATERIAL: 30059865

Descripció llarga:

Agulla espinal amb introductor, punta de llapis i reduïda de 22G / 27G (0,7mm/0,4mm) x 103mm+/-3mm, introductor de 38mm+/-1mm, d'acer inoxidable, codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2470 MATERIAL: 30059942

Descripció llarga:

Agulla/guia coaxial per a biòpsia, de 15G (1,8mm) x 6,8cm+/-0,5cm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb pistola Biopince o equivalent

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2480 MATERIAL: 30060226

Descripció llarga:

Agulla per a administració teràpies biològiques,aplicaciómatrius extracel·lulars en procediments traumatològics,inoxidable i plàstic, amb estilet metàl·lic i connexió Luer Lock, sense làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2490 MATERIAL: 30060248

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia medul·la òssia amb punta tipus diamant de 11G (3 ,04mm) x 10cm+/-0,3cm i forats secundaris, cànula i estilet d'acer inox, mànec ergonòmic, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2500 MATERIAL: 30060266

Descripció llarga:

Casset de buit a/tubs incorporats,per biòpsia de mama assistida per buit, connexió amb cistella de residus fisiològics i connexió a l'agulla de biòpsia, connectors a pressió. Compatible amb sistema d'esterotàxia i d'ecografia SenoRx Encor o equiv

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2510 MATERIAL: 30061614

Descripció llarga:

Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultra só,punta bisellada 30°, 21G (0,80)x90mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2520 MATERIAL: 30061615

Descripció llarga:

Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultra só,punta bisellada 30°, 21G (0,80)x140mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox ,conn/aneuroestimulador,no làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2530 MATERIAL: 30061616

Descripció llarga:

Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultra só,punta bisellada 30°, 22G (0,70)x 50mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox ,conn/aneuroestimulador,no làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2540 MATERIAL: 30061617

Descripció llarga:

Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultra só,punta bisellada 30°, 22G (0,70)x 70mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox ,conn/aneuroestimulador,no làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2550 MATERIAL: 30061618

Descripció llarga:

Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultra só,punta bisellada 30°, 22G (0,70)x 90mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox ,conn/aneuroestimulador,no làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2560 MATERIAL: 30061619

Descripció llarga:

Agulla bioecogènica per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,p/bisellada 30°, 21G (0,80)x 50mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2570 MATERIAL: 30061620

Descripció llarga:

Agulla bioecogènica per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,p/bisellada 30°, 21G (0,80)x 70mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2580 MATERIAL: 30061621

Descripció llarga:

Agulla bioecogènica per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,p/bisellada 30°, 21G (0,80)x 90mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2590 MATERIAL: 30061622

Descripció llarga:

Agulla bioecogènica per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,p/bisellada 30°, 21G (0,80)x140mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2600 MATERIAL: 30061623

Descripció llarga:

Agulla bioecogènica per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,p/bisellada 30°, 22G (0,70)x 50mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2610 MATERIAL: 30061624

Descripció llarga:

Agulla bioecogènica per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,p/bisellada 30°, 22G (0,70)x 70mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2620 MATERIAL: 30061625

Descripció llarga:

Agulla bioecogènica per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,p/bisellada 30°, 22G (0,70)x 90mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2630 MATERIAL: 30061675

Descripció llarga:

Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultra só,punta bisellada 30°, 21G (0,80)x50mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2640 MATERIAL: 30061676

Descripció llarga:

Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultra só,punta bisellada 30°, 21G (0,80)x70mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2650 MATERIAL: 30061677

Descripció llarga:

Equip bloqueig continu de plexes i control del dolor,compost: agulla bisellada 25° 22Gx 90mm+/-2mm llarg,ecogènica,catèter flexible i anellat 19Gx 70mm+/-2mm insertat a agulla,a/aletes de fixació,a/cable conn/neuroestimulador,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101343392 POSICIÓ: 2660 MATERIAL: 30061678

Descripció llarga:

Equip bloqueig continu de plexes i control del dolor,compost: agulla bisellada 25° 22Gx 70mm+/-2mm llarg,ecogènica,catèter flexible i anellat 19Gx 50mm+/-2mm insertat a agulla,a/aletes de fixació,a/cable conn/neuroestimulador,estèril,lús

ANNEX C – Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Veure Excel de Licitació 1101343392_2bis

ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública

S'ha d'omplir el excel Licitació 11012xxxxx 2bis.

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar 'intro'** en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

Aquesta oferta és per a tipus de codi SAP i codi AGRUPADOR i només s'ha omplir la pestanya **Oferta**.

1. Pestanya Oferta

[illegible]

La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya **Oferta**

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya **Oferta**

Capçalera	Empresa	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Pestanya Oferta	<u>Per a ofertes de codi SAP:</u> Informar la referència <u>Per a ofertes de codi agrupador:</u> Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador	Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Obligatori
Model	Indicar el model del producte ofert.		Obligatori
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l'agrupador NO en té (SOBRE 2) Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02),		No Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Oferta presentada	En aquest camp marcar una X i informar OBLIGATORIAMENT els camps Referència marca i model si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.		Obligatori quan es presenta oferta

ANEXO D1

Ficha técnica electrónica individual de producto

Modelos y Guía de la ficha técnica electrónica individual del producto, página 1 y 2

Guía informativa de la ficha de la oferta técnica

Tal como se indica en el pliego, en el apartado 10.1.1, en este anexo se detalla la información de la ficha técnica electrónica individual del producto.

A continuació se detalla cada uno de los campos de la ficha individual del producto con el significado de cada uno de ellos y, en algunos casos, se hacen indicaciones más específicas. Los datos con los que se deben completar estos campos se deben obtener del documento de oferta económica Licitacion1100XXXXXX.xls que se anexa en el anuncio de la licitación de la Plataforma Pública de Contratación electrónica de la Generalitat de Catalunya, en el apartado documentación, dentro de la **Documentación** que hay en **1100XXXXXX MODELO OFERTA TÉCNICAS Y ECON.zip**

Muestra de la oferta económica

Num. Exp.:				CS/CC00/1100656471/18/AMUP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Ficha técnica individual del producto, página1

En principio, está previsto que sólo haya una sola página para cada ficha técnica individual pero para aquellos productos que requieren más espacio del destinado para describir el material que se propone, se ha creado una segunda hoja para descripciones extra largas.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO		
Área <i>DATOS DE LA LICITACIÓN</i>		
Esta área contiene: - Datos de identificación de la licitación - Datos de cada artículo detallado en el ANEXO D. SE LA CABECERA DE LAS DOS PÁGINAS		
Nombre del campo	casuística	Origen del dato
Núm. de expediente	Código numérico de la licitación	Estos datos se obtienen de la oferta económica.
Descripción expediente	Título de la licitación que describe la naturaleza del material que se presenta	
Código SAP	Código del material, cuando la licitación se presenta detallando este código	
Código Agrupador	Código que se utiliza cuando la licitación se presenta agrupando los materiales en un código, en lugar del código detalle del material	

(Continuación)

Nombre del campo	casuística	Origen del dato
Descripción código SAP o código Agrupador	Detalle de la descripción del código que se haya utilizado en la licitación: la del código SAP para la licitación que se presenta por código detalle, o la del código agrupador para licitaciones con este tipo de código	Estos datos se obtienen de la oferta económica.
Lote	Informa el lote del material	
Tipo oferta	Indica el tipo de oferta de la ficha presentada: B = oferta base V = oferta variante	Cuando se aceptan ofertas variantes, a la oferta específica

FITXA TÉCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient		Codi SAP
Descripció codi SAP o codi Agrupador			Codi Agrupador
			LOT
			Tipus oferta

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (Continuación)

Área DATOS DEL LICITADOR

En este apartado, se deben informar los datos de la empresa licitadora y los datos *Descripción breve y ampliada del producto* que propone el proveedor para el MATERIAL que se ofrece a la solicitud del ICS.

Los datos de este apartado tienen que mostrar la descripción de **su** producto y de **sus** datos técnicos, argumentada con el máximo detalle (product data).

Datos específicos de identificación de la empresa

NIF de la empresa

Nombre de la empresa

Datos del producto específicos

Marca comercial / Modelo Informar la marca comercial del material ofertado

referencia distribuidor Indicar la referencia que el material tiene para la empresa licitadora

referencia fabricante Informar la referencia del fabricante

Especificaciones técnicas

Material de fabricación Detallar el material en el que está fabricado el material ofertado. En el caso que haya más de un componente con diferentes materiales de fabricación, indicar cada elemento y su composición, separando un elemento del otro.
ejemplo:
Catéter: PUR, recubrimiento hidrófilo // Balón: marcadoras radiopacos de Plata + iridio, recubierto hidrófilo

medidas Se debe indicar las medidas del material. Si hay más de un elemento, indicar las medidas de la misma forma que la composición, separando un elemento del otro.
ejemplo:
Catéter: 9mmx6cm, diam. // Introductor 6F // Introductor 0,035 "/ 0,89mm
EN NINGÚN CASO, informar en este apartado las medidas del embalaje del material ofertado. Este dato se informará a la ficha de Atributos Logísticos, que sólo deben presentar los proveedores adjudicatarios

Método de esterilización En caso de que el material sea estéril, indicar el método de esterilización.
Si no es estéril el material, indicar NO APLICA

Especificaciones técnicas (continuación)

Envasado del material ofertado	Se trata de indicar si el material va envasado individualmente, en cajas de 10 unidades, o blíster de 25 unidades, o simplemente individual
Descripción breve del producto	Es la denominación breve que la empresa tenga por el producto
Descripción ampliada del producto	Es la descripción completa de todas las características del producto
Imagen de la referencia	Fotografía del producto en concreto. Deberá mostrar una imagen de la referencia en concreto que permita apreciar sus características
Datos de acreditaciones	
En este apartado se recogen todas las normativas que se puedan acreditar del material ofertado	
Marcado CE / Tipo de clase	Marcado CE = SI Cuando el material tiene Marcado CE, informar el número de la Directiva europea que acredita el marcado. Ejemplo: Directiva europea 93/42 / CEE Marcado CE = NO Cuando el material NO tiene Marcado CE, DEJAR EN BLANCO ESTE CAMPO <u>Lo que se informa en este campo, se deberá informar en el documento Anexo B2 Lista Resumen.</u> Tipo de clase: Indicar el tipo de clase que la Directiva ha determinado para el material
Cumplimiento Apartado 13 Anexo 1 RD 1591/2009 regulación prod sanitarios	Indicar con SI / NO el cumplimiento de esta norma
Otras acreditaciones y / o auto certificación	Indicar otras acreditaciones que pueda tener el material ofertado. En este caso, indicar nombre de la AGENCIA ACREDITADORA y el número de certificación

2. Ficha técnica individual del producto, página 2

En esta ficha hay los mismos datos que en la página 1, excepto que la imagen de la referencia no está y en su lugar hay un solo campo para la descripción ampliada del producto.

Si es cree necesario, utilizar este espacio para facilitar información técnica ampliada

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

Dades de la licitació

Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP
CS/CC00/1101343392/23/AMUP	Subministrament agregat d'Agulles i catèters per a anestèsia i biopsia	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador
		LOT
		Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF Nom Fabricant (SI / NO) Distribuïdor (SI / NO)

Dades del producte específic	Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització *
Referència distribuïdor	Material de fabricació *	
Referència fabricant	Mides del material ofertat *	

Descripció breu del producte

* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material

Descripció ampliada del producte	Imatge de la referència

Dades d'acreditacions	Logo de l'empresa
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC	
Marcat CE/Tipus de classe	
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	
Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material	
Altres acreditacions i/o auto certificació	

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient	Descripció expedient
CS/CC00/1101343392/23/AMUP	Subministrament agregat d'Agulles i catèters per a anestèsia i biopsia

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT	Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF		Nom		Fabricant		Fabricant		(SI / NO)	Distribuïdor		(SI / NO)
-----	--	-----	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--------------	--	-----------

Dades del producte específic	Especificacions tècniques de la referència ofertada
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *
Referència distribuïdor	Material de fabricació *
Referència fabricant	Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient	
----------------	--

Descripció expedient	
-----------------------------	--

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom	
-----	--

[illegible]

ANNEX - D3 - Fitxa Requisits Obligat compliment

No hi ha

ANNEX – D4 - Fitxa Criteris Addicionals

ANNEX D4 -Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l’aplicació dels criteris objectius

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Fabricant / Distribuïdor

Tots els Lots (excepte Lot 3)

NOTA: LA TAULA ES NOMBRARÀ COM TAULA-ANNEX D4.

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	Criteris puntuables
			Compliment UNE-EN ISO 14001:2015. OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO) En aquet mateix Annex D4 es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS. Si es presenta certificat es nombrarà el fitxer com : Annex D4+NUM LOT + CODI SAP+A (Exemple: Annex D4_Lot 1_30000089_A)
1	30000089	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 22G (0,7mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	
1	30003189	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 25G (0,50mm) x 105mm+/-2mm, amb introductor de 30mm,d'acer inoxidable,capçal de plàstic transparent, codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	
1	30003781	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 24G (0,55mm) x 120mm+/-2mm, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, un sol ús	
1	30004697	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 24G (0,55mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	
1	30004698	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre i obertura lateral de 27G (0,40mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	
1	30004699	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 25G(0,50mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	
1	30008742	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 25G (0,50mm) x 120mm+/-2mm, acer inox, introductor de 20G (0,9mm) x 38mm+/-1mm, mandrí obturador, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, 1ús	
1	30059865	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis i reduïda de 22G / 27G (0,7mm/0,4mm) x 103mm+/-3mm, introductor de 38mm+/-1mm, d'acer inoxidable, codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	
2	30000091	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Sprotte de 24G (0,55mm) x 103mm+/-3mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	
2	30013993	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Sprotte i obertura lateral de 25G (0,50mm) x 35mm+/-1mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	
2	30017869	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Sprotte i obertura lateral de 25G (0,50mm) x 90mm+/-2mm,d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb efecte augment, codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	
2	30052342	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Sprotte i obertura lateral de 27G (0,40mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb efecte augment, codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	
2	30003190	Agulla espinal per a bloqueig intradural en pediatria,sense introductor,punta de llapis de 25G (0,5) x 50mm+/-1mm,d'acer inoxidable,capçal de plàstic transparent amb efecte d'augment,mandrí amb codi de color normalitzat,s/làtex,estèril,un sol ús	
2	30003783	Agulla espinal per a bloqueig intradural en pediatria,sense introductor,punta de llapis de 27G (0,4) x 50mm+/-1mm,d'acer inoxidable,capçal de plàstic transparent amb efecte d'augment,mandrí amb codi de color normalitzat,s/làtex,estèril,un sol ús	
2	30012500	Agulla espinal per a bloqueig intradural en pediatria,sense introductor,punta de llapis de 25G (0,5) x 25mm+/-1mm,d'acer inoxidable,capçal de plàstic transparent amb efecte d'augment,mandrí amb codi de color normalitzat,s/làtex,estèril,un sol ús	
4	30000097	Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy de 18G (1,25mm) x 80mm+/-2mm, d'acer inoxidable, marques d'introducció,aletes desconnectables, capçal de plàstic transparent,amb mandrí amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	

			Críteris puntuables
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	Compliment UNE-EN ISO 14001:2015.
			OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)
			En aquest mateix Annex D4 es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.
			Si es presenta certificat es nomenarà el fitxer com : Annex D4+NUM LOT + CODI SAP+A (Exemple: Annex D4_Lot 1_30000089_A)
4	30000100	Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy (bisell direccional) de 18G (1,27mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, marcatge centimètric, capçal policarbonat amb aleta, codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	
4	30003193	Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy de 18G (1,30mm) x 120mm(4 3/4")+/-2mm, d'acer inoxidable, amb estilet metàl·lic, aletes i marques d'introducció cada 1cm, sense làtex, estèril, d'un sol ús	
4	30003191	Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy de 22G (0,7mm) x 50mm+/-1mm, d'acer inoxidable, marques d'introducció cada 0,5cm, capçal connexió luer-lock transparent, mandrí amb codi de color normalitzat, per a pediatria, sense làtex, estèril, un ús	
4	30003194	Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy de 18G (1,25mm) x 150mm(6")+/-2mm, d'acer inoxidable, amb estilet metàl·lic, aletes i marques d'introducció cada 1cm, sense làtex, estèril, d'un sol ús	
4	30008970	Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy de 20G (0,9mm) x 50mm+/-1mm, d'acer inoxidable, marques d'introducció cada 0,5cm, capçal connexió luer-lock transparent, mandrí amb codi de color normalitzat, per a pediatria, sense làtex, estèril, un ús	
4	30018369	Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy de 18G (1,25mm) x 75mm+/-2mm, d'acer inoxidable, amb aletes, amb marques de profunditat cada cm, capçal connexió luer-lock transparent, mandrí amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, un sol ús	
4	30060226	Agulla per a administració teràpies biològiques, aplicació a matrius extracel·lulars en procediments traumatològics, inoxidable i plàstic, amb estilet metàl·lic i connexió Luer Lock, sense làtex, estèril, d'un sol ús	
5	30003789	Equip anestèsia combinada espinal/epidural compost: agu/espinal punta llapis 27Gx122mm+/-2mm, agu/epidural Tuohy 18Gx80mm, catè/epidural trans(DI 0,45xDE 0,83mm, 90cm+/-4cm llarg), conn/cat, xeringa baixa resistència, filtre pla 0,2µ, disp/fixació, s/làtex, est, 1ús	
5	30035277	Equip anestèsia combinada espinal/epidural compost: agu/espinal punta llapis 26Gx115mm+/-2mm, agu/epidural Tuohy 18Gx80mm, catè/epidural trans(DI 0,55xDE 1,03mm, 90cm+/-4cm llarg), conn/cat, xeringa baixa resistència, filtre pla 0,2µ, disp/fixació, s/làtex, est, 1ús	
6	30033904	Equip per a anestèsia espinal peridural continua, compost: agulla punta de llapis tipus Sprotte 19Gx90mm+/-2mm llarg, catèter epidural 23G x 90cm+/-4cm, extr dist/tancat 3 forats laterals amb estilet de metall, adaptador Tuohy, filtre 2µ, estèril, indiv, 1ús	
6	30035278	Equip anestèsia epidural, compost: agulla Tuohy 18Gx80mm+/-2mm, aletes codi de color; catèter DE 0,83mm transp 95cm+/-5cm, extr dist/tancat a/forats lat, flex; guia cat; filt/0,2µm; conn catèter L-L; mandrí; xeringa baixa resistència; disp/fix; etiq ident; s/làtex, est, 1ús	
6	30035279	Equip anestèsia epidural, pediàtric, compost: agulla Tuohy 19Gx50mm+/-2mm, aletes de color; catèter Ø23Gx65cm+/-3cm transp, extr/distal obert, flex; guia cat; filtre 0,2µm; connector catèter L-L; mandrí; xeringa baixa resistència; disp/fix; etiq ident; s/làtex, est, 1ús	
6	30035280	Equip anestèsia epidural, pediàtric, compost: agulla epidural tipus Tuohy 18G x 50mm+/-2mm, mandrí metàl·lic amb marques profunditat, catèter 20G x 96cm+/-4cm llarg amb orifici distal, connector, xeringa luer 10ml, filtre 0,2 micres i xeringa 3ml, est, 1ús	
7	30001195	Catèter anestèsia epidural poliamida (PA) transparent Ø20G (0,85mm) x 100cm+/-5cm, línia radiopaca, marques profunditat entre 5 i 25cm, extrem distal tancat a/orificis laterals, flexible, guia introductora, conn/L-L, etiqueta identificativa, s/làtex, estèril, 1 ús	
7	30001532	Catèter anestèsia epidural poliamida (PA) transparent Ø18G (1,25mm)x 91,5cm+/-4cm, línia radiopaca, marques profunditat entre 5 i 20cm, extrem distal tancat a/orificis laterals, flexible, guia inserció, conn/L-L pla, etiqueta identificativa, s/làtex, estèril, 1ús	
7	30010893	Catèter anestèsia i analgèsia epidural de poliamida (PA) transparent, Ø20G (0,90mm)x 90cm+/-4cm, radiopac amb marques de profunditat, extrem distal tancat amb orificis laterals, guia introductora, connector luer-lock, etiqueta identificativa, estèril, 1 ús	
8	30000102	Agulla per a anestèsia de plexes de 23G (0,65mm)x35mm+/-1mm, amb punta bisellada 17° acer inoxidable, tub d'injecció de llargària 50cm+/-4cm, connexió a neuroestimulador, connector luer-lock, estèril, individual, 1ús. Compatible neuroestimulador Plexygon o equ	

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	Criteris puntuables
			Compliment UNE-EN ISO 14001:2015.
			OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)
			En aquest mateix Annex D4 es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.
Si es presenta certificat es nombrarà el fitxer com : Annex D4+NUM LOT + CODI SAP+A (Exemple: Annex D4_Lot 1_30000089_A)			
8	30001757	Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 21G (0,8mm) x 100mm+/-2mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, tub d'injecció de llargària 40cm+/-3cm, cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual, 1 ús	
8	30002060	Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 24G (0,55mm) x 25mm+/-1mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, tub d'injecció de llargària 40cm+/-3cm, cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual, 1 ús	
8	30003785	Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 20G (0,9mm) x 120mm+/-2mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, tub d'injecció de llargària 40cm+/-3cm, cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual, 1 ús	
8	30003786	Agulla per a anestèsia de plexes de 20G(0,90mm)x150mm+/-2mm,amb punta bisellada 17° acer inoxidable,tub d'injecció de llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador,connector luer-lock,estèril,individual,1ús.Compatible neuroestimulador Plexygon o equ	
8	30004560	Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 22G (0,7mm) x 50mm+/-1mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, tub d'injecció de llargària 40cm+/-3cm, cable connexió a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual, d'un sol ús	
8	30004561	Agulla per a anestèsia de plexes de 21G(0,8mm)x50mm+/-1mm,amb punta bisellada 17° acer inoxidable,tub d'injecció de llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador,connector luer-lock,estèril,individual,1ús.Compatible neuroestimulador Plexygon o equ	
8	30004695	Agulla per a anestèsia de plexes de 20G(0,90mm)x120mm+/-2mm,amb punta bisellada 17° acer inoxidable,tub d'injecció de llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador,connector luer-lock,estèril,individual,1ús.Compatible neuroestimulador Plexygon o equ	
8	30008243	Agulla per a anestèsia de plexes de 20G (0,9mm) x 150mm+/-2mm,amb punta bisellada 15°,elèctrode a la punta de l'agulla,marques de profunditat,tub d'injecció de llargària 50cm+/-4cm,amb connexió a neuroestimulador,sense làtex,estèril,individual,un sol ús	
8	30009675	Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 22G (0,7mm) x 80mm+/-1mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, tub d'injecció de llargària 40cm+/-3cm, cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual,1 ús	
8	30011568	Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 20G (0,9mm)x 150mm+/-2mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, tub d'injecció de llargària 40cm+/-3cm, cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril,envàs individual,1 ús	
8	30014554	Agulla per a anestèsia de plexes,ecogènica,sense estimulació de 22G (0,7mm) x 50mm+/-1mm, amb bisell de 20°, d'acer inoxidable, bloqueig sota ecografia per facilitar la búsqueda de nervis, estèril, d'un sol ús	
8	30016040	Agulla per a anestèsia de plexes de 22G (0,7mm) x 50mm+/-1mm,a/punta bisellada 30° d'acer inoxidable,marques profunditat,línia d'extensió de llarg 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador,estèril,envàs individual,1 ús.Compatible estimulador Stimuplex o equ	
8	30016041	Agulla per a anestèsia de plexes de 21G (0,8mm) x 100mm+/-2mm,amb punta bisellada 30°, acer inoxidable,tub d'injecció de llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador,estèril,envàs indiv,1ús.Comp/neuroestimulador Plexygon o equ	
8	30017216	Agulla híbrida per anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,punta bisellada 20°, 21G (0,80)x95mm+/-2mm marques profunditat,acer inox,connexió a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	
8	30028249	Agulla per a anestèsia de plexes, 22G(0,7mm)x 80mm+/-1mm,a/punta bisellada 30°,ecogènica,d'acer inoxidable,marques reflectores 360° a/patró de seguretat,tub d'injecció llarg 50cm+/-4cm,conn/a neuroestimulador,estèril,1ús.Comp/estimulador Stimuplex o eq	
8	30031127	Agulla per a anestèsia de plexes,ecogènica,de 21Gx120mm+/-2mm,a/punta bisellada 30° acer inox,capa (poliamida+microesferes),tub injecció llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador de 56cm+/-4cm,estèril,indiv,1ús.Comp/neuroestimulador Plexygon o equ	

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	Críteris puntuables
			Compliment UNE-EN ISO 14001:2015. OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO) En aquest mateix Annex D4 es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS. Si es presenta certificat es nombrarà el fitxer com : Annex D4+NUM LOT + CODI SAP+A (Exemple: Annex D4_Lot 1_30000089_A)
8	30031128	Agulla per a anestèsia de plexes,ecogènica,de 23Gx35mm+/-1mm,a/punta bisellada 30° acer inox,capa (poliamida+microesferes),tub injecció llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador de 56cm+/-4cm,estèril,indiv,1ús.Comp/neuroestimulador Plexygon o equ	
8	30031129	Agulla per a anestèsia de plexes, ecogènica,de 22Gx50mm+/-1mm,a/punta bisellada 30° acer inox,capa (poliamida+microesferes),tub injecció llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador de 56cm+/-4cm,estèril,indiv,1ús.Comp/neuroestimulador Plexygon o equ	
8	30032534	Agulla híbrida per anestèsia de plexes/bloqueig nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica ecografia p/ultrasó punta bisellada 20°, 22G (0,70mm) x 55mm+/-1mm, marques profunditat, acer inox, connexió neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	
8	30041961	Agulla per a anestèsia de plexes sense neuroestimulador,22G (0,7mm) x 50mm+/-1mm, amb punta bisellada 30º d'acer inoxidable, marques reflectores en 360º amb patró de seguretat, línia d'extensió de llarg 50cm +/-4cm, estèril, envàs individual, 1 ús	
8	30051650	Agulla per a anestèsia de plexes,ecogènica,de 21Gx85mm+/-2mm,a/punta bisellada 20° acer inox,capa(poliamida+microesferes),tub injecció llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador de 56cm+/4cm,estèril,indiv,1ús.Comp/neuroestimulador Plexygon o equ	
8	30061619	Agulla bioecogènica per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,p/bisellada 30°, 21G (0,80)x 50mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	
8	30061620	Agulla bioecogènica per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,p/bisellada 30°, 21G (0,80)x 70mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	
8	30061621	Agulla bioecogènica per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,p/bisellada 30°, 21G (0,80)x 90mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	
8	30061622	Agulla bioecogènica per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,p/bisellada 30°, 21G (0,80)x140mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	
8	30061623	Agulla bioecogènica per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,p/bisellada 30°, 22G (0,70)x 50mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	
8	30061624	Agulla bioecogènica per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,p/bisellada 30°, 22G (0,70)x 70mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	
8	30061625	Agulla bioecogènica per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,p/bisellada 30°, 22G (0,70)x 90mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	
8	30061675	Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,punta bisellada 30°, 21G (0,80)x50mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	
8	30061676	Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,punta bisellada 30°, 21G (0,80)x70mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	
8	30061614	Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,punta bisellada 30°, 21G (0,80)x90mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	
8	30061615	Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,punta bisellada 30°, 21G (0,80)x140mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/aneuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	

			Críteris puntuables
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	Compliment UNE-EN ISO 14001:2015.
			OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO) En aquest mateix Annex D4 es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS. Si es presenta certificat es nomenarà el fitxer com : Annex D4+NUM LOT + CODI SAP+A (Exemple: Annex D4_Lot 1_30000089_A)
8	30061616	Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,punta bisellada 30°, 22G (0,70)x 50mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/aneuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	
8	30061617	Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,punta bisellada 30°, 22G (0,70)x 70mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/aneuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	
8	30061618	Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,punta bisellada 30°, 22G (0,70)x 90mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/aneuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	
9	30005079	Equip bloqueig continu de plexes i control del dolor,compost:agulla bisellada 19Gx 50mm+/-1mm llarg a/cable conn/neuroestimulador;tub injecció 40cm+/-2cm,catèter 20Gx 50cm+/-2cm a/obert/central i estilet estimulador,adap,filtre,sist/fixar cat,estèril,1ús	
9	30005097	Equip bloqueig continu de plexes i control del dolor,compost:agulla bisellada 19Gx150mm+/-2mm llarg a/cable conn/neuroestimulador;tub injecció 40cm+/-2cm,catèter 20Gx 50cm+/-2cm a/obert/central i estilet estimulador,adap,filtre,sist/fixar cat,estèril,1ús	
9	30008252	Equip bloqueig continu de plexes i control dolor,ecogènic,compost:ag/punta Tuohy 18Gx50mm+/-1mm,cable conn/neuroestimulador i tub injecció 50cm+/-2cm;catèter radiopac 20Gx40cm+/-2cm llarg a/estilet,xerin/5ml,conn/cat i filtre,est,1ús.Comp/Stimuplex o eq	
9	30013528	Equip bloqueig de plexes i control del dolor, compost: agulla 18G a/bisell 30°,cànula 35mm+/-1mm llarg,catèter de 9cm+/-1cm llargària,cable elèctric p/connectar a/neuroestimulador Plexygon.Comp/guia metàl·lica premontada Multiplex i equip Multiplex o equ	
9	30030882	Equip bloqueig continu de plexes i control del dolor guiat p/neuroestimulador i/o ecografia.Compost:agulla 25Gx19cm+/-1cm bisell 15°,dins catè radiopac 19Gx19cm+/-2cm,introd/segur,on/catè,filtre i fixció,pro/30cm+/-2cm,no làtex,est.Comp/Stimuplex o eq	
9	30054176	Dispositiu per a control de la pressió d'injecció en procediments de bloqueig nerviós perifèric, amb 3 rangs de colors <15psi, 15-20psi i >20psi. estèril, d'un sol ús.	
9	30061678	Equip bloqueig continu de plexes i control del dolor,compost: agulla bisellada 25° 22Gx 70mm+/-2mm llarg,ecogènica,catèter flexible i anellat 19Gx 50mm+/-2mm insertat a agulla,a/aletes de fixació,a/cable conn/neuroestimulador,estèril,1ús	
9	30061677	Equip bloqueig continu de plexes i control del dolor,compost: agulla bisellada 25° 22Gx 90mm+/-2mm llarg,ecogènica,catèter flexible i anellat 19Gx 70mm+/-2mm insertat a agulla,a/aletes de fixació,a/cable conn/neuroestimulador,estèril,1ús	
10	30000109	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 20G (0,9mm) x 16cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	
10	30000111	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 22G (0,7mm) x 16cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	
10	30000112	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 22G (0,7mm) x 20cm+/-2cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	
10	30000113	Agulla per a biòpsia / accés amb punta tipus Chiba de 18G (1,2mm) x 15cm+/-1cm, d'acer inoxidable, sense latex, estèril, d'un sol ús	
10	30006815	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 22G (0,7mm) x 10cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	
10	30039718	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 23G (0,6mm) x 6cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	
10	30047589	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 20G (0,9mm) x 20cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	
10	30047590	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 22G (0,7mm) x 15cm+/-1cm, d'acer inoxidable, per a aspiració citològica de cèl·lules, connexió luer-lock transparent, marques cada centímetre, estèril, d'un sol ús	

			Críteris puntuables
			Compliment UNE-EN ISO 14001:2015.
			OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)
			En aquest mateix Annex D4 es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.
			Si es presenta certificat es nombrarà el fitxer com : Annex D4+NUM LOT + CODI SAP+A (Exemple: Annex D4_Lot 1_30000089_A)
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	
10	30052201	Agulla per a biòpsia tipus Chiba, punta Quincke de 17G x 35cm+/-2cm,d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat,ecogènica,sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	
10	30057687	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 18G (1,2mm) x 12cm+/-1cm, d'acer inoxidable,capçal de plàstic per a con luer, marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	
11	30001760	Agulla biòpsia i localització mamària reposicionable, filament localitzador amb doble filament en forma de cordó i extrem distal format per dos elements de fixació corbes/arpó,calibre cànula de 20G (0,9mm) x 7,7cm+/-0,5cm,acer inox graduada en cm,estèril	
11	30004744	Agulla/Arpó biòpsia i localització mamària de 20G(0,9mm)x9cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,cànula introductora a/marques de profunditat,guia localitzadora reposicionable metàl·lica,arpó de nitinol amb marques opaques i clip retenció de la guia,estèril,1ús	
11	30007561	Agulla/Arpó biòpsia i localització de lesions mamàries de 18G (1,2mm) x 12cm+/-0,5cm, d'acer inoxidable,clip marcador de nitinol trenat,marcador compatible amb MRI i RX, estèril, d'un sol ús, envàs individual	
11	30012154	Agulla/Arpó biòpsia i localització mamària de 20G(0,9mm)x12cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,cànula introductora a/marques de profunditat,guia localitzadora reposicionable metàl·lica,arpó de nitinol amb marques opaques i clip retenció de la guia,estèril,1ús	
11	30018575	Agulla/Arpó biòpsia i localització mamària de 20G(0,9mm)x5cm+/-0,3cm,d'acer inoxidable,cànula introductora a/marques de profunditat,guia localitzadora reposicionable metàl·lica,arpó de nitinol amb marques opaques i clip retenció guia,estèril,un sol ús	
11	30027491	Marcador mamari de gel, hidrogel de polietilè i glicol, part central amb un marcador de titani en forma d'espiral, lliure de col·làgen, polímer biocompatible i reabsorbible, no s'adhereix al teixit, sistema flexible. Compatible amb Mamotom 11G o equiv	
11	30028946	Marcador mamari de gel, hidrogel de polietilè i glicol, part central amb un marcador de titani en forma d'espiral, lliure de col·làgen, polímer biocompatible i reabsorbible, no s'adhereix al teixit, 15G (1,8mm) x 10,90cm+/-0,5cm,estèril,un sol ús	
11	30043202	Sistema de marcatge per a biòpsia de mama, per punció directa, marcador de nitinol en forma d'anell "O", amb agulla punta bisell de 17G (1,40mm) x 10cm+/-0,5cm, amb marques de profunditat de 1cm, èmbol de bloqueix, per control ecogràfc	
11	30043344	Clip premuntat en cànula de punció a/mànec ergonòmic i a/liiscant p/ubicar el marcador-clip,p/marcatge lesions mamàries,de 18G (1,2mm) x 12cm+/-0,5cm,clip marcador de nitinol,marcador compatible i molt visible amb mamografies i MRI,estèril,1ús,individual	
11	30053070	Guia d'agulla de plàstic de Ø1.2mm, per a agulla 19G(1,1mm) amb ranura per a procediments de biòpsia i col.locació d'arpons en lesions no palpables de mama.estèil,un sol ús	
11	30053071	Guia d'agulla de plàstic de Ø2,25mm, per a agulla 14G(2,0mm) sense ranura per a procediments de biòpsia i localització d'arpó en lesions no palpables de mama.estèril,un sol ús	
12	30016754	Agulla per a biòpsia de mama,calibre 9G (3,7mm) x 13cm+/-0,5cm longitud,amb sistema d'aspiració per buit,amb cambra de recolecció de 12mm,de plàstic i acer inoxidable,per a esterotàxia prona i vertical,estèril,un sol ús.Comp/sistema SUROS o equ	
12	30016755	Agulla per a biòpsia de mama,calibre 9G (3,7mm) x 13cm+/-0,5cm longitud,amb sistema d'aspiració per buit,amb cambra de recolecció de 20mm,de plàstic i acer inoxidable,per a esterotàxia prona i vertical,estèril,un sol ús.Comp/sistema SUROS o equ	
12	30016757	Guia per a agulla de biòpsia de mama de 9G, de plàstic, per introduir al suport metàl·lic de l'esterotàxia vertical o taula de biòpsia sistema al buit, Stereoloc, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema SUROS o equivalent	
12	30016761	Recipient amb tapa per a sistema de biòpsia de mama al buit, de plàstic, per a teixits tous, mitjançant ecogafia o esterotàxia, mides: diàmetre 13cm+/-0,5cm, alçada16cm+/-1cm, capacitat 400cc+/-20cc. Comp/sistema aspiració i agulles biòpsia Suros o equ	
12	30016762	Marcador per a punció mamària de titani post biòpsia, amb dispositiu d'ejecció, utilitzat per a l'agulla d'esterotaxia de calibre 9G(3,7mm)-12G x 13cm+/-0,5cm longitud, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema SUROS o equivalent	

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	Críteris puntuables
			Compliment UNE-EN ISO 14001:2015. OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO) En aquest mateix Annex D4 es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS. Si es presenta certificat es nombrarà el fitxer com : Annex D4+NUM LOT + CODI SAP+A (Exemple: Annex D4_Lot 1_30000089_A)
13	30018661	Agulla per a biòpsia vertical de 10G, amb 2 cistelles recolectores de mostra per l'equip de biòpsia de mama sistema d'aspiració al buit, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema d'esterotàxia i d'ecografia SenoRx Encor o equ	
13	30018662	Agulla per a biòpsia vertical de 12G, amb 2 cistelles recolectores de mostra per l'equip de biòpsia de mama sistema d'aspiració al buit, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema d'esterotàxia i d'ecografia SenoRx Encor o equ	
13	30018849	Guia per a agulla de biòpsia mamària de 10G per a sistema d'aspiració al buit, policarbonat, sense làtex, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema d'esterotàxia lateral, taula pronó Fisher, SenoRx Encor o equivalent	
13	30027126	Sistema de marcatge intern per a biòpsia de mama, consta d'un aplicador amb 3 coixinets, un clip cable de titani en forma "O", visible per ultrasò de 3-12 setmanes, calibre 10G. Compatible amb sistema de biòpsia assistida per buit SenoRx Encor o equ	
13	30027271	Cistella amb tubs incorporats, per a biòpsia de mama assistida per buit, amb connexió al casset de buit, capacitat 1200ml+/-100ml, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema esterotàxia per a taula prona d'ecografia SenoRx Encor o equivalent	
13	30038034	Agulla per a biòpsia prona de 7G, amb 2 cistelles recolectores de mostra per l'equip de biòpsia de mama sistema d'aspiració al buit, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema d'esterotàxia i d'ecografia SenoRx Encor o equivalent	
13	30043204	Marcador mamari de gel,hidrogel de polietilè i glicol,part central a/marcador titani forma espiral,no col-lagen,polímer biocompatible i reabsorbible,no s'adhereix al teixit, 9G.Compatible sist/biòpsia a/buit Atec,Eviva i EnCor i esterotàxia Emsor o eq	
13	30052228	Sistema de marcatge intern per a biòpsia de mama, consta d'aplicador amb:3 coixinets de PGA,central amb filferro de Titani en forma de cinta i PVA,i bola PEG,visible per ultrasons de 3-12 setmanes,calibre 7G. Comp/sistema de biòpsia per buit Encor o equ	
14	30047430	Marcador de lesions mamàries per a localització magnètica, anti-migració, mida 1mm x 5mm, amb agulla introductora 18Gx 7cm +/- 0,3cm. Estèril, un sol ús. Compatible equip Sentimag /Magseed o equivalent	
14	30047431	Marcador de lesions mamàries per a localització magnètica, anti-migració, mida 1mm x 5mm, amb agulla introductora 18Gx12cm+/-0,5cm. Estèril, un sol ús. Compatible equip Sentimag /Magseed o equivalent	
15	30053782	Sistema reflector amb lliurament d'agulla de 10cm per a localització i extirpació de teixit mamari. Compatible amb sistema guia Scout o equivalent.	
15	30053783	Sistema reflector amb lliurament d'agulla de 7,5cm per a localització i extirpació de teixit mamari. Compatible amb sistema guia Scout o equivalent.	
16	30054248	Agulla biòpsia mamària sonda 14G, longitud 10cm+/- 0,1cm,mida mostra 2cm, compatible amb el sistema de biòpsia mamari Elevation o equivalent.Sense làtex, estèril, un sol ús.	
16	30054462	Agulla biòpsia mamària sonda 10G, longitud 10cm+/- 0,1cm,mida mostra 2cm, compatible amb el sistema de biòpsia mamari Elevation o equivalent.Sense làtex, estèril, un sol ús.	
16	30054463	Agulla biòpsia mamària sonda 12G, longitud 10cm+/- 0,1cm,mida mostra 2cm, compatible amb el sistema de biòpsia mamari Elevation o equivalent.Sense làtex, estèril, un sol ús.	
17	30031068	Tira acrílica adhesiva elàstica, hipoal·lèrgica per a identificar la localització del mugró i facilitar el diagnòstic de lesions mamàries, sense làtex	
17	30031069	Tira acrílica adhesiva elàstica retallable, hipoal·lèrgica per a marcar cicatrius i facilitar el diagnòstic de lesions mamàries, de 327+/-10cm de llargària,sense làtex	
17	30031090	Tira acrílica adhesiva elàstica, hipoal·lèrgica per a marcar masses palpables i facilitar el diagnòstic de lesions mamàries, sense làtex	
17	30031091	Tira acrílica adhesiva elàstica, hipoal·lèrgica per a localització de pigues i facilitar el diagnòstic de lesions mamàries, sense làtex	
18	30000103	Equip per a biòpsia hepàtica percutània per avulsió,consta de cànula 15G (1,8mm)x9cm+/-0,5cm,amb bisell de 45°,acer inox,xeringa d'aspiració amb dispositiu d'interrupció automàtica i connexió luer-lock,bisturí amb mànec i agulla hipodèrmica,estèril, 1 ús	
18	30035388	Agulla per a biòpsia amb mecanisme semiautomàtic, de 20G (0,9mm) x 15cm+/-1cm, amb punta Menghini amb mandrí tipus tròcar, per a biòpsia hepàtica i altres teixits tous, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	Criteris puntuables
			Compliment UNE-EN ISO 14001:2015. OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO) En aquest mateix Annex D4 es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS. Si es presenta certificat es nombrarà el fitxer com : Annex D4+NUM LOT + CODI SAP+A (Exemple: Annex D4_Lot 1_30000089_A)
18	30000104	Equip per a biòpsia hepàtica percutània per avulsió, consta de cànula 16G (1,6mm)x9cm+/-0,5cm, amb bisell de 45°, acer inox, xeringa d'aspiració amb dispositiu d'interrupció automàtica i connexió luer-lock, bisturí amb mànec i agulla hipodèrmica, estèril, 1 ús	
19	30000123	Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm) x 16cm+/-1cm, d'acer inox, punta ecogènica, marques radiopaques a cànula externa, profunditat penetració a 15 i 22mm, lliberació mecanisme amb una mà, no làtex, estèril, 1ús, indiv. Compatible instrument Magnum o equ	
19	30001581	Agulla per a biòpsia percutània de 14G (2,1mm)x10cm+/-0,5cm, d'acer inox, punta ecogènica, marques radiopaques a cànula externa, profunditat penetració a 15 i 22mm, lliberació mecanisme amb una mà, no làtex, estèril, 1ús, indiv. Compatible instrument Magnum o equ	
19	30003794	Agulla per a biòpsia percutània de 16G (1,65mm)x10cm+/-0,5cm, d'acer inox, punta ecogènica, marques radiopaques a cànula externa, profunditat penetració a 15 i 22mm, lliberació mecanisme amb una mà, no làtex, estèril, 1ús, indiv. Compatible instrument Magnum o equ	
19	30003800	Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm)x20cm+/-1cm, d'acer inox, punta ecogènica, marques radiopaques a cànula externa, profunditat penetració a 15 i 22mm, lliberació mecanisme amb una mà, no làtex, estèril, 1ús, indiv. Compatible instrument Magnum o equ	
19	30004711	Agulla per a biòpsia percutània de 14G (2,1mm)x13cm+/-0,5cm, d'acer inox, punta ecogènica, marques radiopaques a cànula externa, profunditat penetració a 15 i 22mm, lliberació mecanisme amb una mà, no làtex, estèril, 1ús, indiv. Compatible instrument Magnum o equ	
19	30012012	Agulla per a biòpsia percutània de 16G (1,65mm)x16cm+/-1cm, d'acer inox, punta ecogènica, marques radiopaques a cànula externa, profunditat penetració a 15 i 22mm, lliberació mecanisme amb una mà, no làtex, estèril, 1ús, indiv. Compatible instrument Magnum o equ	
19	30012152	Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm)x10cm+/-0,5cm, d'acer inox, punta ecogènica, marques radiopaques a cànula externa, profunditat penetració a 15 i 22mm, lliberació mecanisme amb una mà, no làtex, estèril, 1ús, indiv. Compatible instrument Magnum o equ	
19	30015641	Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm)x25cm+/-1,5cm, d'acer inox, punta ecogènica, marques radiopaques a cànula externa, profunditat penetració a 15 i 22mm, lliberació mecanisme amb una mà, no làtex, estèril, 1ús, indiv. Compatible instrument Magnum o equ	
19	30018172	Agulla per a biòpsia percutània de 16G (1,65mm)x20cm+/-1cm, d'acer inox, punta ecogènica, marques radiopaques a cànula externa, profunditat penetració a 15 i 22mm, lliberació mecanisme amb una mà, no làtex, estèril, 1ús, indiv. Compatible instrument Magnum o equ	
20	30002061	Agulla per a biòpsia percutània amb mecanisme automàtic de 16G x 16cm+/-1cm, mostra de 19mm, d'acer inoxidable, punta ecogènica, marques radiopaques, estèril, d'un sol ús, envàs individual. Compatible amb pistola Pro-Mag Ultra i RBG Blue Moller o equivalent	
20	30007658	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisma automàtic, de 16G (1,65mm) x 15cm+/-1cm, 22mm de profunditat de penetració, per a teixits tous (ronyó, fetge, pulmó, tiroide i mama), estèril, d'un sol ús, envàs individual	
20	30051353	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 16G (1,6mm) x 10cm+/-0,5cm, d'acer inoxidable, punta ecogènica, marques radiopàques, 22mm de profunditat de penetració, per a teixits tous, sense làtex, estèril, un sol ús, envàs individual	
20	30000118	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 18G (1,25mm) x 15cm+/-1cm, profunditat penetració de 22mm, d'acer inoxidable i plàstic, punta ecogènica, marques de profunditat, estèril, d'un sol ús, envàs individual	
20	30000124	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 18G (1,25mm) x 25cm+/-1,5cm, profunditat penetració de 22mm, d'acer inoxidable i plàstic, punta ecogènica, marques de profunditat, estèril, d'un sol ús, envàs individual	

			Criteris puntuables
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	Compliment UNE-EN ISO 14001:2015.
			OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)
			En aquest mateix Annex D4 es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.
			Si es presenta certificat es nomenarà el fitxer com : Annex D4+NUM LOT + CODI SAP+A (Exemple: Annex D4_Lot 1_30000089_A)
20	30000241	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 16G (1,60mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat penetració de 22mm,d'acer inoxidable, per a teixits tous, con de plàstic, estèril,sense làtex,d'un sol ús, envàs individual	
20	30001583	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 14G (2mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat penetració de 22mm,d'acer inoxidable, per a teixits tous, con de plàstic,estèril,sense làtex, d'un sol ús, envàs individual	
20	30003192	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 14G (2mm) x 16cm+/-1cm, profunditat penetració de 22mm, estèril, d'un sol ús, envàs individual	
20	30003795	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 18G (1,25mm) x 20cm+/-1cm, profunditat penetració de 22mm,d'acer inoxidable i plàstic, punta ecogènica,marques de profunditat,estèril, d'un sol ús, envàs individual	
20	30007440	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 14G (2mm) x 9cm+/-0,5cm, profunditat penetració de 11mm,identificació calibre per color, sense làtex, estèril, un sol ús, envàs individual	
20	30008002	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 18G (1,2mm) x 20cm+/-1cm, mostra de 22mm, d'acer inoxidable, per a teixits tous, con de plàstic, estèril, d'un sol ús, envàs individual	
20	30016972	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 16G (1,6mm) x 16cm+/-1cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica,marques radiopàques,22mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individual	
20	30003809	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic en parts toves, de 16G (1,60mm) x 10cm+/-0,5cm, tres profunditats de penetració de 13, 23 i 33mm, mostra de 9, 19 i 29mm, sense làtex, estèril, un sol ús, envàs individual	
21	30037830	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic en parts toves, de 18G (1,20mm) x 10cm+/-0,5cm, tres profunditats de penetració de 13, 23 i 33mm, mostra de 9, 19 i 29mm, sense làtex, estèril, un sol ús, envàs individual	
21	30037834	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic en parts toves, de 18G (1,20mm) x 15cm+/-0,5cm, tres profunditats de penetració de 13, 23 i 33mm, mostra de 9, 19 i 29mm, sense làtex, estèril, un sol ús, envàs individual	
21	30053813	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic en parts toves, de 16G (1,60mm) x 15cm+/-0,5cm, tres profunditats de penetració de 13, 23 i 33mm, mostra de 9, 19 i 29mm, sense làtex, estèril, un sol ús, envàs individual	
22	30017421	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 14G (2,0mm) x 15cm+/-1cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm,d'acer,punta ecogènica, marques centimetrades, estèril, d'un sol ús, envàs individual	
22	30017422	Pistola/agulla de biòpsia de tall semi-automàtica extra lleugera amb punta ecogènica, de 14G (2,0mm) x 9cm+/-0,5cm, avançament en 1-2cm,marques de profunditat, estèril, sense làtex,un sol ús	
22	30017423	Pistola/agulla de biòpsia de tall semi-automàtica extra lleugera amb punta ecogènica, de 16G (1,6mm) x 9cm+/-0,5cm, avançament en 1-2cm,marques de profunditat, estèril, sense làtex,un sol ús	
22	30041973	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 14G (2mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm,d'axcer, punta ecogènica, marques centimetrades, estèril, un sol ús, individual	
22	30043661	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic,18G (1,25mm)x16cm+/-0,5cm,profund/doble penetr 10mm-20mm,agulla coaxial 17G (1,4mm)x13,8cm,tròcar int,adapt/profund/tret,pu/ecogènica,marq/centimetrades,est,1ús,ind	
22	30043752	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic,18G (1,25mm)x10cm+/-0,5cm,profund/doble penetr 10mm-20mm,agulla coaxial 17G (1,4mm)x 7,8cm,tròcar int,adapt/profund/tret,pu/ecogènica,marq/centimetrades,est,1ús,ind	

			Críteris puntuables
			Compliment UNE-EN ISO 14001:2015.
			OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)
			En aquest mateix Annex D4 es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.
			Si es presenta certificat es nombrarà el fitxer com : Annex D4+NUM LOT + CODI SAP+A (Exemple: Annex D4_Lot 1_30000089_A)
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	
22	30051044	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic,16G (1,60mm)x10cm+/-0,5cm,profund/doble penetr 10mm-20mm,agulla coaxial 15G (1,8mm)x 7,8cm,tròcar int,adapt/profund/tret,pu/ecogènica,marq/centimetrades,est,1ús,ind	
22	30051264	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 16G (1,6mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm,d'acer, punta ecogènica, marques centimetrades, estèril, un sol ús, individual	
22	30051917	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic,16G (1,60mm)x16cm+/-0,5cm,profund/doble penetr 10mm-20mm,amb agulla coaxial 15G (1,8mm)x13,8cm,tròcar intern,adapt/profund/tret,pu/ecogènica,marq/centimetrades ,est,1ús,ind	
22	30041370	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 18G (1,25mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm, d'acer,punta ecogènica,marques centimetrades, estèril, un sol ús, individual	
22	30017424	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 16G (1,6mm) x 15cm+/-1cm,punta bisell, profunditat doble de penetració a 15mm i a 22mm,per a teixits tous, marques centimetrades, estèril, d'un sol ús, envàs individual	
22	30030191	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic de 18G (1,2mm) x 20cm+/-1cm,amb agulla coaxial 16G (1,6mm) x 16cm+/-1cm,longitud de recorregut de l'estilet de 20mm(mostra de la biòpsia),estèril,d'un sol ús	
22	30042345	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic de 18G (1,2mm) x 15cm+/-1cm,amb agulla coaxial 16G (1,6mm) x 12cm+/-1cm,longitud de recorregut de l'estilet de 10mm(mostra de la biòpsia),estèril,d'un sol ús	
22	30000105	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió,de 14G (2,1mm)x11cm+/-0,5cm,per a teixits tous(ronyó,fetge,pulmó,tiroide i mama),d'acer inoxidable,cànula i agulla amb cavitat a extrem distal per allotjar la mostra de 20mm, estèril, individual, 1ús	
22	30000106	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme manual,de 14G(2,1mm)x 16cm+/-1cm,per a teixits tous abdominals,d'acer inoxidable,marques de profunditat i punta ecogènica,mostra de 22mm, estèril, envàs individual, d'un sol ús	
22	30030087	Agulla per a biòpsia percutànea per avulsió,semiautomàtica,de 18G (1,25mm)x16cm+/-1cm,agulla introductora 17G (1,4mm) x 11,2cm+/-0,5cm,p/teixits tous,p/recta 6 angles oblics,tall p/recol/mostra de 10-20mm,a/marqu/ecogèniques,mar/profund/cm,con luer,est	
22	30030088	Agulla biòpsia percutànea per avulsió,semiautomàtica,de 14G (1,89mm) x 12cm+/-0,5cm,agulla introduct 13G (2,27mm) x6,9cm+/-0,5cm,p/teixits tous,pu/recta 6 angles oblics,tall p/recol/mostra 10mm i 20mm,a/marqu/ecogèniques,mar/profund/cm,con luer,est	
22	30030188	Agulla biòpsia percutània per avulsió,semiautomàtica,de 20G (0,9mm) x 16cm+/-1cm,agulla introduct 19G (1,1mm) x 11,4cm+/-0,5cm,p/teixits tous,pu/recta 6angles oblics,tall p/recol/mostra 10mm-20mm,a/marqu/ecogèniques,mar/profund/cm,con luer,est	
22	30030260	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 18G (1,27mm) x 15cm+/-1cm,punta bisell, profunditat doble de penetració a 15mm i a 22mm,per a teixits tous, marques centimetrades, estèril, d'un sol ús, envàs individual	
22	30034106	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 16G (1,6mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm,d'acer, punta ecogènica,marques centimetrades, estèril, d'un sol ús, envàs individual	
23	30004712	Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic,de 14G (2,0mm)x7,5cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica,marques radiopàques,22mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individual	

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	Críteris puntuables
			Compliment UNE-EN ISO 14001:2015. OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO) En aquest mateix Annex D4 es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS. Si es presenta certificat es nombrarà el fitxer com : Annex D4+NUM LOT + CODI SAP+A (Exemple: Annex D4_Lot 1_30000089_A)
23	30004722	Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic de 16G (1,65mm) x 11,5cm+/-0,5cm, 22mm de profunditat de penetració, per a teixits tous (ronyó,fetge,pulmó, tiroide i mama) , estèril, d'un sol ús, envàs individual	
23	30007441	Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic, de 18G (1,2mm)x7,5cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica,marques radiopàques,11mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individual	
23	30007442	Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic,de 18G (1,2mm)x7,5cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica,marques radiopàques,22mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individual	
23	30016003	Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic, de 16G (1,6mm) x 7,5cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica,marques radiopàques,11mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individua	
23	30016004	Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic, de 16G (1,6mm) x 7,5cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica,marques radiopàques,22mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individua	
23	30047413	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió de 12G (2,8mm)x 10+/-0,5cm, profunditat penetració de 18mm o 25mm, per a teixits tous,amb mecanisme automàtic alliberació amb una mà, punta ecogènica,estèril,1ús, envàs indiv	
23	30047414	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió de 14G (2,1mm) x 10cm, profunditat penetració de 18mm o 25mm, per a teixits tous (ronyó,fetge,pulmó,tiroide i mama) amb mecanisme automàtic alliberació amb una mà, punta ecogènica,estèril,1ús, envàs indiv	
23	30053854	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 11G (3,0mm) x 7,5cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica,marques radiopàques,22mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individual	
23	30047346	Agulla p/biòp/percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic,14G(2mm)x13cm+/-0,5cm,teix/tous(pròstata),profund/penetra/variable 18-25mm(seleccionar),marq/radiopaq/càn/exter,pu/agul/ecogènica,acer inox i plàstic,sist/segur,est,1ús	
23	30051296	Agulla p/biòp/percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic,18G(1,25mm)x25cm+/-1cm,teix/tous(prostata),profund/penetra/variable 18-25mm(seleccionar),marq/radiopaq/càn/exter,pu/agul/ecogènica,acer inox i plàstic,sist/segur,est,1ús	
23	30051748	Agulla p/biòp/percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic,14G(2mm)x10cm+/-0,5cm,teix/tous(pròstata),profund/penetra/variable 18-25mm(seleccionar),marq/radiopaq/càn/exter,pu/agul/ecogènica,acer inox i plàstic,sist/segur,est,1ús	
24	30053077	Pistola/agulla compacta per a biòpsia pròstata transrectal,de 18G(1,25mm)x 20cm+/-1cm,d'acer inoxidable i plàstic. Estèril.un sol ús.	
24	30053078	Pistola/agulla compacta per a biòpsia pròstata transperineal,de 18G(1,25mm)x 25cm+/-1cm,d'acer inoxidable i plàstic. Estèril.un sol ús.	
25	30004724	Agulla/guia coaxial per a biòpsia de 13G (2,4mm)x7,8cm+/-0,5cm, consta: cànula acer inox a/marques radiopaques cada cm,selector profunditat penetració,estilet a/con L-L mascle,codi color,est,1ús,indiv. Comp/instr-pistola automà biòp Monopty 14Gx10cm o eq	
25	30015563	Agulla coaxial per a biòpsia automàtica de 14G (2,1mm) x 7,5cm+/-0,5cm,d'acer inox,punta tribisellada,profunditat de penetració de 22mm,marques de profunditat en cm,con luer-lock transparent, estèril, indiv, 1 ús. Comp/agulla biòpsia ACECUT o equivalent	
25	30017413	Agulla coaxial introductora per a biòpsia de tall, de 13G (2,3mm) x 10cm+/-0,5cm,marques i adaptador de profunditat, estèril, d'un sol ús, individual. Compatible per a pistola automàtica i semi-automàtica de 14G DSGBL o equivalent	
25	30017433	Agulla coaxial introductora de biòpsia de tall per a pistola semi-automàtica, de 13G (2,3mm) x 3,9cm+/-0,3cm, d'acer, centimetrada amb punta ecogènica, estèril, d'un sol ús. Compatible amb pistola Super-Core 16G o equivalent	

			Críteris puntuables
			Compliment UNE-EN ISO 14001:2015.
			OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)
			En aquest mateix Annex D4 es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.
			Si es presenta certificat es nombrarà el fitxer com : Annex D4+NUM LOT + CODI SAP+A (Exemple: Annex D4_Lot 1_30000089_A)
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	
25	30013501	Agulla/guia coaxial per a biòpsia de 17G (1,4mm)x13cm+/-0,5cm, consta: cànula acer inox a/marques radiopaques cada cm, estilet a/con L-L mascle, selector profunditat de penetració, codi color, est, 1 ús, indiv. Comp/instrument/pist automà biòp Magnum/Biopty o eq	
25	30017866	Agulla coaxial introductora per a biòpsia de tall, de 14G (2,1mm) x 10cm+/-0,5cm, marques i adaptador de profunditat, estèril, d'un sol ús, individual. Compatible amb pistola automàtica i semi-automàtica de 16G DSGBL o equivalent	
25	30038881	Agulla coaxial per a biòpsia de tall semi-automàtica de 14G (2,1mm) x 11,6cm+/-0,5cm, calibre de la cànula de tall de 16G (1,6mm) x 15cm+/-1cm, amb longitud de recorregut de l'estilet interior de 20mm (mostra de la biòpsia), estèril, d'un sol ús	
25	30042015	Agulla coaxial introductora de biòpsia, de 17G (1,4mm) x 6,8cm+/-0,5cm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb pistola Biopince 18G o equivalent	
25	30042016	Agulla coaxial introductora de biòpsia, de 17G (1,4mm) x 11,8cm+/-0,5cm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb pistola Biopince 18G o equivalent	
25	30059942	Agulla/guia coaxial per a biòpsia, de 15G (1,8mm) x 6,8cm+/-0,5cm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb pistola Biopince o equivalent	
25	30042939	Agulla/guia coaxial per a biòpsia de 13G (2,4mm)x 7cm+/-0,5cm, consta: cànula acer inox a/marques radiopaques cada cm, estilet a/con L-L mascle, selector profunditat de penetració, codi color, est, 1 ús, indiv. Comp/instrument/pist automà biòp Magnum/Biopty o eq	
26	30000121	Agulla per a biòpsia / aspiració òssia de 13G (2,5mm) x 10cm+/-0,3cm, d'acer inoxidable, mandrí punta tròcar, cànula molt fina, estilet per extreure la mostra, empunyadura de plàstic per manipulació, connexió Luer-Lock, estèril, un sol ús, individual	
26	30000122	Agulla per a biòpsia /aspiració òssia de 16G (1,6mm) x 5cm+/-0,3cm, d'acer inoxidable, punta tròcar molt fina, mandrí metàl·lic amb bloqueig d'estilet, empunyadura de plàstic per a la seva manipulació, connexió Luer-Lock, estèril, un sol ús, envàs individual	
26	30000126	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia esternal i de cresta ilíaca de 15G (1,8mm) x 0mm- 20mm +/-2mm, longitud ajustable, acer inoxidable, punta bisell, mànec ergonòmic de plàstic amb ales extraïbles, long total 42mm, con Luer-lock, sense làtex, estèril, un ús, ind	
26	30003793	Agulla pediàtrica per a biòpsia òssia i teràpia intraòssia de 18G (1,2mm) x 3,5cm+/-0,3cm d'acer amb estilet, punta tròcar, connexió luer lock, per a pediatria, èsteril, d'un sol ús, envàs individual	
26	30003797	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia de cresta ilíaca, de 13G (2,4mm) x 10cm+/-0,3cm, consta: cànula, estilet de punta bisell, extractor i l'agulla, d'acer inoxidable, connexió Luer-Lock, mànec ergonòmic, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	
26	30003798	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia de cresta ilíaca, de 13G (2,4mm) x 15cm+/-1cm, consta: cànula, estilet de punta bisell, extractor i l'agulla, d'acer inoxidable, connexió Luer-Lock, mànec ergonòmic, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	
26	30019080	Dispositiu de biòpsia òssia amb èmbol i punta de tall cònica angulada, amb marcadors de sortida i tres marcadors de posició en increments d' 1cm. Estèril, un sol ús.	
26	30030730	Agulla per a biòpsia medul·la òssia, de 11G x 15cm+/-1cm amb punta bisellada/diamant d'acer, captador segur de mostra, amb mandrí metàl·lic i empunyadura de plàstic per a la seva manipulació, estèril, d'un sol ús	
26	30038069	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia de cresta ilíaca, de 11G (3mm) x 15cm+/-1cm, consta: cànula, estilet de punta bisell, extractor i l'agulla, d'acer inoxidable, connexió Luer-Lock, mànec ergonòmic, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	
26	30040745	Agulla per a biòpsia medul·la òssia de 8G (4mm) x 15,0cm+/-1cm, d'acer inoxidable, cànula, captador segur de mostra, tap de seguretat amb mandril metàl·lic i empunyadura de plàstic per a la seva manipulació, estèril, d'un sol ús.	
26	30051520	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia de cresta ilíaca, de 11G (3mm) x 10cm+/-0,3cm, consta: cànula, estilet de punta bisell, extractor i l'agulla, d'acer inoxidable, connexió Luer-Lock, mànec ergonòmic, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	
26	30051559	Agulla per a biòpsia/aspiració medul·la òssia tipus Jamshidi, punta piramidal de 8G (2,8mm) x 15,0cm+/-1cm, tròcar amb punta de boca de peix, d'acer inoxidable, captador segur mostra, amb mandrí metàl·lic i empunyadura de plàstic, estèril, d'un sol ús	

			Críteris puntuables
			Compliment UNE-EN ISO 14001:2015.
			OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)
			En aquest mateix Annex D4 es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.
			Si es presenta certificat es nomenarà el fitxer com : Annex D4+NUM LOT + CODI SAP+A (Exemple: Annex D4_Lot 1_30000089_A)
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	
26	30004742	Agulla per a biòpsia medul·lar per aspiració de 14G (2,1mm) x 5,5cm+/-0,5cm, d'acer inoxidable, connexió luer-lock, escala graduada per a la seguretat de la penetració, estèril, d'un sol ús	
26	30007041	Agulla per a biòpsia medul·lar òssia de cresta ilíaca, de 11G (3,04mm) x 10cm+/-0,3cm, d'acer inoxidable, captador segur de mostra, amb mandrí metàl·lic i empunyadura de plàstic per a la seva manipulació, estèril, d'un sol ús	
26	30060248	Agulla per a biòpsia medul·lar òssia amb punta tipus diamant de 11G (3,04mm) x 10cm+/-0,3cm i forats secundaris, cànula i estilet d'acer inox, mànec ergonòmic, estèril, d'un sol ús	
26	30015681	Agulla per a biòpsia medul·lar òssia de cresta ilíaca, de 8G (2,8mm) x 10cm+/-0,5cm, d'acer inoxidable, captador segur de mostra, amb mandrí metàl·lic i empunyadura de plàstic per a la seva manipulació, estèril, d'un sol ús	
27	30018120	Equip d'accés i biòpsia òssia per a os dur,compost:cànula de tall 11Gx100+/-10mm,estilet p/tròcar 2,4x140+/-10mm,estilet rígid 2,3x250+/-10mm,perf 13Gx137mm,ag/biòpsia 2,35x200+/-10mm,estilet extr/mostra 1,7x234mm+/-20mm.sist/bloq/mostra,estèril,1sol ús	
27	30018121	Equip d'accés i biòpsia òssia per a os dur,compost:cànula de tall 11Gx150+/-10mm,estilet p/tròcar 2,4x190+/-10mm,estilet rígid 2,3x300+/-10mm,perf 13Gx187mm,agu/biòpsia 2,35x240+/-10mm,estilet extr/mostra 1,7x274mm+/-10mm.sist/bloq/mostra,estèril,1 sol ús	
27	30031095	Equip d'agulles per a biòpsia òssia, consta: agulla 11G (3mm)x10cm+/-0,3cm amb guia de profunditat d'acer inoxidable, guia alineació, estilet d'extracció i connector amb funda d'agulla a motor i talla, estèril, un sol ús. Compatible a/motor OnControl o eq	
27	30035747	Equip d'accés manual per a biòpsia d'os dur, de 12G (2,80mm) x 10cm+/-0,5cm, per a accedir a través de l'os cortical i crear una via per a l'extracció de mostra òssia, estèril, envàs individual, estèril. Compatible amb equip de biòpsia òssia Bonopto o equiv	
27	30035748	Equip d'extracció de mostra de biòpsia d'os dur, de 13G (2,41mm) x 16,5cm+/-1cm, per a utilitzar amb l'equip d'accés manual, envàs individual, estèril. Compatible amb equip d'accés de biòpsia òssia Bonopto o equivalent	
27	30040191	Equip d'agulles i cànules per a biòpsia òssia, consta: agulla d'accés 10G(3,50mm)x10cm+/-0,3cm, cànula biòpsia coaxial 12G(2,80mm)x14,5cm+/-0,3cm, extractor, mànec, transfer, i talla. no làtex, estèril, 1 ús. Compatible amb la unitat motoritzada OnControl o equiv	
27	30051766	Equip penetració os dur i biòpsia òssia p/os dur, en 2 safates independ p/cada tècnica, compost: cànula treball pu/trocar a/mànec de 11G(3,04mm)x85mm+/-2mm, agulla biòpsia a/punta tallant de 13G(2,40mm) i estilet p/retirar mostra, sist/bloqueig mostra, est, 1 ús	
27	30053597	Equip penetració os dur i biòpsia òssia p/os dur, en 2 safates independ p/cada tècnica, compost: cànula treball pu/trocar a/mànec de 13G x 90mm+/-2mm, agulla biòpsia a/punta tallant de 15G i estilet p/retirar mostra, sist/bloqueig mostra, est, 1 ús	
28	30047576	Agulla / Tròcar de Boutin, punta amb obertura bisellada, per a biòpsia i punició pleural, amb dos mandrils: 1 amb punta roma i 1 amb punta angulada, amb clau de 3 vies, diàmetre 2mm x 7,8cm+/-0,3cm de llargària, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús	
28	30047577	Agulla / Tròcar de Boutin, punta amb obertura bisellada, per a biòpsia i punició pleural, amb dos mandrils: 1 amb punta roma i 1 amb punta angulada, amb clau de 3 vies, diàmetre 3mm x 7,8cm+/-0,3cm de llargària, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús	
29	30008032	Equip per a biòpsia, consta de: agulla de 16G (1,65mm) x 15cm+/-1cm, amb punta tipus trocar, cànula amb bisell especial per a tall i xeringa amb bloqueig, estèril, d'un sol ús	
29	30043203	Equip per a biòpsia de tall, consta: Pistola dues opcions, automàtica i semi-automàtica, de 14G(2mm)x10cm+/-0,5cm, selecció profunditat de 18mm o 25mm i agulla coaxial incorporada a/trocar de 13G (2,40mm) x 6,9cm+/-0,5cm, guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1 ús	
30	30033778	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 18G (1,25mm) x 9cm+/-0,5cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 17G(1,40mm)x3,9cm+/-0,3cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1 ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equ	

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	Críteris puntuables
			Compliment UNE-EN ISO 14001:2015. OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO) En aquest mateix Annex D4 es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS. Si es presenta certificat es nombrarà el fitxer com : Annex D4+NUM LOT + CODI SAP+A (Exemple: Annex D4_Lot 1_30000089_A)
30	30033779	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 18G(1,25mm)x15cm+/-1cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 17G (1,40mm) x 9,9cm+/-0,5cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	
30	30043791	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 14G(2,0mm)x 9cm+/-0,5cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 13G (2,40mm)x 3,9cm+/-0,3cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	
30	30043792	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 14G (2,0mm)x15cm+/-1cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 13G(2,40mm)x 9,9cm+/-0,5cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	
30	30043793	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 20G(0,90mm)x15cm+/-1cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 19G(1,0mm)x 10,2cm+/-0,5cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	
30	30043794	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 20G(0,90mm)x 9cm+/-0,5cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 19G (1,0mm)x 4,2cm+/-0,3cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	
30	30043795	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/pistola semi-automàtica de 16G(1,60mm)x15cm+/-1cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 15G(1,80mm)x 9,9cm+/-0,5cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	
30	30043796	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 16G(1,60mm)x 9cm+/-0,5cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 15G(1,80mm)x 3,9cm+/-0,3cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	
30	30050532	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 18G(1,25mm)x 20cm+/-1cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 17G(1,40mm)x 14,9cm+/-0,5cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	
31	30009783	Guia d'agulla per a biòpsia de transductor transvaginal ecogràfic, accepta accessoris de 16G i 18G, agulla de polímer, estèril, d'un sol ús. Compatible amb ecògrafs: Siemens EC-9-4 i Thosiba (diferents models) o equivalent	
31	30013630	Guia d'agulla per a biòpsia de transductor transvaginal ecogràfic, guia ajustable de 3,2cm a 1,9cmx32cm, a/funda làtex de 3,5cmx20cm, accepta accessoris de 16G i 18G, agulla polímer, estèril, 1ús. Comp/ecògrafs: Siemens EC-9-4 i Thosiba (diferents models) o equi	
31	30028144	Guia d'agulla per a biòpsia de transductor transvaginal ecogràfic, guia de 2cm x 20cm+/-1cm, amb funda de làtex de 3,5cm x 20cm+/-1cm, accepta accessoris de 16G i 18G, guia de polímer, estèril, 1ús. Compatible amb ecògrafs: Siemens EC-9-4 i EV9-4 o equivalent	
31	30040261	Guia d'agulla per a biòpsia de transductor transvaginal ecogràfic, guia de 13,9cm+/-0,5cm, accepta accessoris de 16G i 18G, guia de polímer, estèril, d'un sol ús. Compatible amb ecògrafs: Esaote EC1123, SE3123 & SE3133, Siemens EC1123 o equivalent	
31	30053798	Guia d'agulla per a biòpsia de transductor transvaginal ecogràfic, guia de 13cm+/-0,5cm, amb cobertor de sonda, estèril, 1ús. Compatible amb ecògrafs: SonoSite ICT-ICTe-ICTx-ICTxp o equivalent	
31	30042794	Guia d'agulla per a biòpsia per a sondes endocavitàries, Ø intern 2mm x 16cm+/-1cm longitud, p/utilitzar a/agulles de 16G a 19G, estèril, 1 ús. Compatible amb sondes endocavitàries de Hitachi (models: EUP-V53W, EUP-CC531, EUP-CC531S, C41V1 i CC41R) o equi	
31	30043077	Guia d'agulla per a biòpsia per a sondes endocavitàries, angle 1°, accepta accessoris de 16G i 18G, cànula de la guia 10,7cm(4,2") +/-0,5cm, guia de polímer, estèril, d'un sol ús. Compatible amb ecògrafs: Toshiba PVT-781VT i PVU-781VT o equivalent	
31	30053618	Guia d'agulla per a biòpsia endocavitària amb funda de làtex de 3,5cm(1,4")x20cm(7,9") +/-1cm, cànula guia d'agulla 19cm +/-1cm, accepta accesoris de 16 i 18G, estèril, un ús. Comp/a/transductor GE RIC5-9-D, RIC6-12-D, RIC5-9W-RS i Samsung Medison V5-9 o equi	

			Críteris puntuables
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	Compliment UNE-EN ISO 14001:2015.
			OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)
			En aquest mateix Annex D4 es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.
			Si es presenta certificat es nombrarà el fitxer com : Annex D4+NUM LOT + CODI SAP+A (Exemple: Annex D4_Lot 1_30000089_A)
31	30016310	Guia d'agulla per a biòpsia de pròstata, mides de 11cm+/-0,5cm x 4cm+/-0,3cm x 2,8cm+/-0,3cm, per a agulles de 16-18G, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb transductor ecogràfic BK Medical 8808 o equivalent	
31	30034961	Guia d'agulla per a biòpsia de pròstata, de punció biplana simultània, mides de 14cm+/-0,5cm x 6cm+/-0,3cm x 2,8cm+/-0,2cm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb transductor ecogràfic BK Medical 8808e, 8818 i 9018 o equivalent	
32	30011154	Agulla per a biòpsia cerebral de 15G x 6" (1,8mm) x 15cm+/-1cm, d'acer inoxidable, precalibrada esterotàctica sense marc, tall de finestra 10 mm, per a neurocirurgia en neuronavegació amb marcadors guiats per navegació, estèril, envàs individual, 1 ús	
32	30014166	Equip per a guia d'agulla per a biòpsia, consta de: guia que accepta diferents gauges de 8,5Fr i de 14G a 23G (excepte 19G), funda estèril, gel conductor, estèril, d'un sol ús. Compatible amb transductor ecogràfic i agulla Ultra-Pro II o equivalent	
32	30026463	Guia d'agulla per a biòpsia de diàmetre variable entre 0,6mm a 2,1mm, d'acer, reutilitzable. Compatible amb transductor ecogràfic BK Medical 8802, 8820e, 8830 i 9040 o equivalent	
32	30029275	Agulla de punció inicial, 17,5G (1,3mm) x 20cm, d'acer inoxidable, tancament luer f	
32	30029582	Equip catèter intraespinal per a bomba infusió, consta: catèter de silicona radioopaca a/introduc, llarg 100cm+/-5cm a/marques prof entre 10-50cm; filtre: agu Tuohy 14G; conn/femella; conn/catèter i bomba; Conn/titani; aleta fix i regla. Comp/bombes infus IT o equ	
32	30040262	Equip per a guia d'agulla per a biòpsia, amb pestanya gran, consta: guia que accepta diferents gauges de 8,5Fr i de 14G a 23G (excepte 19G), funda estèril 14x91,5cm+/-10cm, gel conductor, i gom/elàst, estèril, 1 ús. Comp/transd/ecograf i agulla Ultra-Pro II o equ	
32	30053469	Guia d'agulla per a biòpsia de transductor, diàmetre 120x11mm, longitud 55mm, de plàstic, per agulles 10-20G. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb transductor Burr Hole 8863/9063 o equivalent	
32	30053579	Agulla per a anestèsia paracervical, diàmetre 20G i 270mm+/-10mm de llargària. Un sol ús. sense làtex	
32	30060266	Casset de buit a/tubs incorporats, per biòpsia de mama assistida per buit, connexió amb cistella de residus fisiològics i connexió a l'agulla de biòpsia, connectors a pressió. Compatible amb sistema d'esterotàxia i d'ecografia SenoRx Encor o equiv	
32	30017244	Guia per a agulla biòpsia mamària amb punta tancada, per a agulles de 20G a 22G (0,7mm a 0,9mm). Compatible amb l'equip d'esterotàxia Stereo Loc Lorad o equivalent	

ANNEX E1 - Presentació de mostres

(Es demanarà mostres via Mail per el Lot 3 una vegada es faci la valoració tècnica del Sobre 2 Bis)

ANNEX F - Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics - adjudicatari

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
GS1Spain_HealthcareFileNumber	Número de expediente para el que el que el artículo ha sido adjudicatario (cuando se informe para el GLN del ICS)	D	Obligatorio para adjudicatarios	Base Unit	Yes	No	
GS1Spain_HealthcareRecipientClassificationNu	Código SAP asignado por el ICS (cuando se informe para el GLN del ICS)	D	Obligatorio para adjudicatarios	Base Unit	Yes	No	
gtin	Código EAN (GTIN)	M	Es el código del producto (antes conocido como EAN 13). Es necesario escribir un código de catorce posiciones donde el primer número será un 0	All			
additionalTradeltemIdentification si additionalTradeltemIdentificationTypeCode ="SUPPLIER_ASSIGNED"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Referencia interna del proveedor	Base Unit			
additionalTradeltemIdentification si additionalTradeltemIdentificationTypeCode ="MODEL_NUMBER"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Modelo	Base Unit			
additionalTradeltemIdentification si additionalTradeltemIdentificationTypeCode ="INDUSTRY_ASSIGNED"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Codigo nacional para productos farmaceuticos	Base Unit			
targetMarketCountryCode	Mercado Objetivo (País)	M	Código que identifica una subdivisión de país, como un estado o una provincia. Para detallar esta información se utiliza el códigon numérico ISO3166.	All			724 - España 276 - Alemania 056 - Bélgica 840 - Estados Unidos 250 - Francia 528 - Holanda 380 - Italia 620 - Portugal 826 - Reino Unido 756 - Suiza 442 - Luxemburgo 040 - Austria 208 - Dinamarca
InformationProvider/GLN	Proveedor de la información (GLN)	M	Punto Operacional(GLN) del proveedor de la información.	All			
additionalPartyIdentification si additionalPartyIdentificationTypeCode ="EU_VAT_IDENTIFICATION_NUMBER"	Tipo de código adicional de proveedor NIF	M	NIF de la empresa	All			
InformationProvider/partyName	Proveedor de la información (Nombre)	M	Nombre del proveedor de la información en texto claro.	All			
tradeltemUnitDescriptorCode	Descripción codificada del artículo	M	Descripción codificada del artículo que indica que tipo de artículo estamos definiendo.	All			BASE_UNIT_OR_EACH - Unidad base CASE - Caja DISPLAY_SHIPPER - Expositor MIXED_MODULE - Módulo mixto MULTIPACK - Pack PACK_OR_INNER_PACK - Embalaje o embalaje no comercializable PALLET - Pallet PREPACK - Preempaquetado PREPACK_ASSORTMENT - Surtido preempaquetado SETPACK - Kit
isTradeltemABaseUnit	¿Es unidad base?	M	Indicado de si el artículo es unidad base(Y) o no (N).	All			

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
isTradItemAConsumerUnit	¿Es unidad de consumo?	M	Indicado de si el artículo es unidad de consumo(Y) o no (N). Una unidad de consumo es aquella unidad que puede pasar por el TPV de una tienda.	All			
isTradItemADespatchUnit	¿Es unidad de expedición?	M	Indicador de si el artículo es unidad de expedición(Y) o no (N). Una unidad de expedición es aquella unidad preparada para ser manipulada durante el proceso de envío, transporte y almacenamiento.	All			
isTradItemAnInvoiceUnit	¿Es unidad de facturación?	M	Indicado de si el artículo es unidad de facturación(Y) o no (N). El artículo es unidad de facturación si se detallará el mismo en la factura.	All			
isTradItemAnOrderableUnit	¿Es unidad de pedido?	M	Indicador de si el artículo es unidad de pedido(Y) o no(N). Una unidad de pedido es aquella unidad jerárquica sobre la que el proveedor aceptará pedidos de sus clientes.	All			
isTradItemAVariableUnit	¿Es artículo de medida variable?	M	Indicador de si el artículo es unidad variable(Y) o no(N).	All			
Descriptions must been written in the Language from the Market we are publissing for	Idioma para todas las descripciones = ES	M		All			ES - Español DE - Alemán EN - Inglés FR - Francés IT - Italiano NL - Holandés PT - Portugués EU - Euskera CA - Catalán GL - Gallego DA - Danés
brandName	Marca	M	Nombre de la marca del artículo.	All			
functionalName	Nombre funcional	M	Describe el uso de un producto o servicio por parte del consumidor. Debería ayudar a clarificar la clasificación de producto asociada al GTIN.	All			
tradItemDescription	Descripción	M	Descripción del artículo indicado en formato libre.	All			
depth	Profundidad (con embalaje)	M	Profundidad del artículo incluyendo el embalaje.	All			
height	Alto (con embalaje)	M	El alto del artículo incluyendo el embalaje.	All			
width	Ancho (con embalaje)	M	Ancho del artículo incluyendo el embalaje.	All			
grossWeight	Peso Bruto	M	Peso del artículo incluyendo el embalaje. En el caso de la paleta, el peso bruto incluyen también el peso de la misma. El peso bruto es obligatorio cuando se detalla como "Unidad de pedido"	All			
minimumTemperature with temperatureQualifierCode=STORAGE_HANDLING	Mínima temperatura de almacenamiento	D	Temperatura mínima permitida para el artículo durante el proceso de almacenamiento	Base Unit			
maximumTemperature with temperatureQualifierCode=STORAGE_HANDLING	Máxima temperatura de almacenamiento	D	Temperatura máxima permitida para el artículo durante el proceso de almacenamiento	Base Unit			
isPackagingMarkedReturnable	Embalaje marcado como retornable(s/n)	M		All			

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
hasBatchNumber	Tiene número de lote(s/n)	D	Marca para indicar si el artículo base tiene asignado y marcada el número de lote. Un número de lote es un código asignado por el fabricante para indicar aquellos artículos que pertenecen a un mismo lote de fabricación. Se diferencia del número de serie ya que el número de serie identifica de forma única a cada artículo.	Base Unit			
serialNumberLocationCode	Número de serie del producto o del embalaje	D	Valor numérico o alfanumérico individual de un producto o embalaje	Base Unit			MARKED_ON_PACKAGING - Número de Serie en el embalaje MARKED_ON_PACKAGING_INSERT - Número de Serie en el interior del embalaje MARKED_ON_TRADE_ITEM - Número de Serie en el producto NOT_MARKED - Sin Número de Serie UNKNOWN - Número de Serie desconocido
gpcCategoryCode	Brick de la Global Product Classification	M	Código de la clasificación global de producto GS1. Código del Brick conforme a la GPC.	All			
orderingUnitOfMeasure	Unidad de medida de pedido	D		Base Unit			
effectiveDateTime	Fecha efectiva	M	Fecha en la que la información contenida en los datos maestros es válida. Esta fecha efectiva puede utilizarse en una oferta inicial o para marcar un cambio en la información.	All			
publicationDateTime	Fecha de publicación	M	Fecha en la que los datos asociados al producto están disponibles para ser consultados y sincronizados.	All			
startAvailabilityDateTime	Fecha de inicio de disponibilidad	M	Fecha en la que el artículo está disponible para el comprador, incluyendo los productos y servicios estacionales y temporales.	All			
minimumTradeItemLifespanFromTimeOfArrival	Período de vida en fecha de entrega	D	Fecha mínima con la que se garantiza la entrega de cualquier producto	Base Unit			
classOfDangerousGoods	Clase de mercancía peligrosa	D		Base Unit			1 - Materias y objetos explosivos 2 - Gases 3 - Líquidos inflamables 4.1 - Materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y materias explosivas desensibilizadas sólidas 4.2 - Materias que pueden experimentar inflamación espontánea 4.3 - Materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables 5.1 - Materias comburentes 5.2 - Peróxidos orgánicos 6.1 - Materias tóxicas 6.2 - Materias infecciosas 7 - Materias radioactivas 8 - Materias corrosivas 9 - Materias y objetos que presentan peligros diversos
unitedNationsDangerousGoodsNumber	Número de mercancía peligrosa según la ONU	D		Base Unit			
orderQuantityMinimum	Cantidad mínima de pedido	D	Representa una cantidad mínima de pedido acordada. Este dato se aplica a cada uno de los pedidos, puede ser un valor fijo para cada mercado objetivo.	Base Unit			
NextLowerLevelTradeItemInformation-gtin	Código EAN (GTIN) contenido1	M	Código GTIN de la unidad jerárquica directamente inferior	Case and Pallet			
NextLowerLevelTradeItemInformation-quantityOfNextLowerLevelTradeItem	Cantidad contenida		Cantidad contenida de la unidad jerárquica directamente inferior				

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=DOCUMENT	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=PRODUCT_IMAGE	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=SAFETY_DATA_SHEET	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
discontinuedDate	Fecha de discontinuidad por fin de producción	D	Fecha en la que el artículo deja de estar disponible para el comprador, incluyendo los productos y servicios estacionales y temporales.	All			
firstOrderDateTime	Primera fecha de pedido	D		All			
lastOrderDateTime	Última fecha de pedido	D		All			
GS1Spain_isSafetyDataSheetRequired	Ficha de datos de seguridad	D		Base Unit	No	No	
GS1Spain_dangerousnessCode	Indicador de peligrosidad1	O		Base Unit	No	Yes	EX - explosivo CB - comburente I - irritable INF - inflamable T - tóxico CR - corrosivo N - nocivo C - contaminante SR - sin riesgo PMA - Para-Metoxianfetamina IN - Infeccioso CA - Cancerígeno