

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE PER LA CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE
MATERIAL FUNGIBLE D'ESTERILITZACIÓ PER ALS HOSPITALS GESTIONATS PER LA FUNDACIÓ
JOSEP FINESTRES**

Expedient 2023/11

Índex

1. Objecte del contracte	p. 1
2. Lloc d'entrega dels subministraments	p. 1
3. Funcionament del servei	p. 1
4. Descripció dels lots	p. 2
5. Obligacions de l'adjudicatari	p. 6
6. Càlcul de necessitats	p. 6
7. Control i supervisió del servei	p. 6
8. Especificitats	p. 7
9. Facturació	p. 8
10. Execució del contracte	p. 9

1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és proveir el subministrament de material fungible per a usos clínics de l'Hospital Odontològic Universitat de Barcelona i l'Hospital Podològic Universitat de Barcelona gestionats per la Fundació Josep Finestres.

La relació d'aquest material previst a demanda es recull i classifica als següents lots a concurs:

Lot 1. Control d'esterilització

Lot 2. Bosses d'esterilització

Lot 3. Marcadors

2. Lloc d'entrega dels subministraments

L'abastament es realitzarà majoritàriament a les adreces que s'indiquen a continuació, no obstant, no s'exclou que es puguin afegir d'altres. L'entrega s'efectuarà al magatzem corresponent al centre que marqui la comanda.

Magatzem de l'Hospital Odontològic Universitat de Barcelona

Ubicat a la Planta Baixa de l'Hospital Odontològic de la Universitat de Barcelona.

Antiga Escola d'Infermeria del Recinte Hospitalari de Bellvitge.

Carrer de la Feixa Llarga s/n

(08907) L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

3. Funcionament

Es tracta de subministrar als Hospitals i clíniques de la Universitat de Barcelona de totes les partides de materials fungibles, petits equipaments, peces, etc. necessaris per a la realització de tècniques clíniques de les diferents activitats sanitàries que s'apliquen als centres. Aquests centres són: l'Hospital Odontològic Universitat de Barcelona i l'Hospital Podològic Universitat de Barcelona. A més, s'inclouran totes aquelles noves instal·lacions que es poguessin crear durant la vigència d'aquest concurs.

- **Terminis d'entrega i condicions del subministrament del material**

Un cop formalitzat el contracte s'entregarà segons comanda en funció de les demandes dels Hospitals que gestiona la Fundació.

Els materials fungibles, reposicions o equipaments se subministraran cada dia de la setmana, de dilluns a divendres en l'horari fixat al quadre de característiques.

Les despeses de transport queden incloses en el preu presentat a concurs.

L'entrega ha de materialitzar-se en un termini màxim de 72 hores.

- Servei postvenda

Aquest servei ha d'incloure obligatòriament:

- ✓ Transport i devolucions sense càrrec de tots els productes.
- ✓ Assistència post-comanda i responsabilitat sobre incidències.

4. Descripció dels lots

Els productes se subministraran segons les necessitats dels Hospitals que conformen la Fundació. A continuació, es relaciona de forma enunciativa, no exhaustiva el detall dels productes més usuals a oferir, classificats per lots segons la seva naturalesa; juntament amb el preu màxim del concurs (P.M.C).

Lot 2. Control d'esterilització

Nom producte	Descripció	P.M.C	Consum estimat
Stick indicador	Stick indicador vapor autoclau. Indicador químic d'esterilització per 121 (20min)-135°C (3min) del tipus multivariable (categoria i4) fabricat sota la normativa UNE EN ISO 11140-1. Ha d'estar pel·liculat per la cara davantera, per evitar la migració de les tintes a la carga i tenir canvi de color per senyalar el control. 500 unitats	6,25	1200
Indicador BT20	Indicador Biològic autocontingut per a processos d'esterilització, amb incubació de 24h per vapor de classe 1. Per a 121-134°C. Fet amb tub de copolímetre aleatori de polipropilè, 44mm d'alt i 8.5mm de diàmetre extern. 0.5 de grossor; tapa de polipropilè 13.0 mm d'alt, 10.5 mm de diàmetre extern, Paret de 1.0 mm de grossor; Ampolla de vidre: 35.0 a 38.0 mm d'alt, Diàmetre extern: 6.5 mm., Paret de 0.2 – 0.3 mm de grossor. i mitjà de cultiu 0.5 – 0.7 ml, color púrpura. Filtre de la tapa: paper grau	125,00	23

	medico 60 g/m ² , 16.0 mm de diàmetre. Paper de filtre de 8.0 mm de diàmetre i 160 g/m ² . 105 o 106 espores de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 per vial. Incubació a 60° C por 24h (màxim). Ha de tenir un indicador de canvi de color i ser compatible amb la major part de les incubadores. Fabricat sota ISO 11138-1:2006 i ISO 11138-3:2006; IRAM 37102-1:1999 i IRAM 37102-3:1999. Capsa de 100 unitats		
Test diàri	Proves de funcionament per la comprovació diària de l'eficàcia en l'extracció de l'aire de la càmera i la penetració del Vapor d'aigua a aquesta. Test de penetració conforme ISO 11140-1 i 4. Capsa de 20 unitats	40,00	66
Filtre paper	Filtres de paper de grau mèdic provistes d'un indicador químic per a processos de vapor conforme amb l' ISO 11140-1 de Tipo e1 . Ha de tenir una indicador amb dades bàsiques de seguretat i estar fabricats sota les normes ISO 11607-1 i EN 868-2. Mides: 23x11,5cm. Capsa 1000Unitats	40,00	26
Precintes per a contenidors	Precinte-etiqueta universal per a contenidors amb control de procés de vapor (indicador químic de procés tipus 1 conforme a la ISO 11140-1) de 134°C als 2 min. i 121°C als 10min .20/70RH +301c/-5°C . Han d'estar fabricats amb material de resistència i adaptabilitat per a ser manipulables fàcilment. A més, ha d'estar fabricats en doble suport adhesiu, per permetre transferir l'etiqueta al part de quiròfan o a la història després del seu ús. per últim, ha de tenir un espai per identificar les dades rellevants del cicle. 1000 unitats	65,00	22
Paper crepat	Paper de grau mèdic crepat per esterilitzar, de 50x50mm amb 60GmGm2. Tipus1 *15°C/-25°C. Ha de ser flexible i adaptable a les superfícies i dispositius. Ha d'estar fabricat conforme a les normes ISO 11607-1 i EN 868-2. 750 Unitats	44,25	34
Cinta vapor	Cinta adhesiva indicadores de vapor per a bosses. Adequades per indicar el Vapor d'aigua a les bobines. Aptes per a tot tipus de material. Mides: 19 mmx50m. 134°C als 3 min. i 121°C als 15min. Capsa 48 Unitats	2,10	192

* El P.M.C. és IVA exclòs.

Lot 3. Bosses d'esterilització

Nom producte	Descripció	P.M.C	Consum estimat
--------------	------------	-------	----------------

Bossa nº1	Bosses estèrils 80x150mm d'ampli grossor. Les bosses han de ser mixtes preparades per a l'esterilització. Han de ser de paper de grau mèdic de 60-70 gr./m2 i de film de polièster/polipropilè d'alta resistència mecànica. Ha de tenir alta pelabilitat (obertura sense desprendiments ni ruptures) i ser impresos amb indicadors químics. Ha de ser de Tipus E1. De color indiferent. 10-30°C Rh.30-60%. Fabricat en Classe I sota la ISCO 11607-1 EN 868-5. 4800 Unitats	50,40	46
Bossa nº2	Bosses estèrils 150x200mm d'ampli grossor. Les bosses han de ser mixtes preparades per a l'esterilització. Han de ser de paper de grau mèdic de 60-70 gr./m2 i de film de polièster/polipropilè d'alta resistència mecànica. Ha de tenir alta pelabilitat (obertura sense desprendiments ni ruptures) i ser impresos amb indicadors químics. Ha de ser de Tipus E1. De color indiferent. 10-30°C Rh.30-60%. Fabricat en Classe I sota la ISCO 11607-1 EN 868-5. 1000 Unitats	26,00	126
Bossa nº3	Bosses estèrils 100x200mm d'ampli grossor. Les bosses han de ser mixtes preparades per a l'esterilització. Han de ser de paper de grau mèdic de 60-70 gr./m2 i de film de polièster/polipropilè d'alta resistència mecànica. Ha de tenir alta pelabilitat (obertura sense desprendiments ni ruptures) i ser impresos amb indicadors químics. Ha de ser de Tipus E1. De color indiferent. 10-30°C Rh.30-60%. Fabricat en Classe I sota la ISCO 11607-1 EN 868-5. 2000 Unitats	35,00	69
Bossa nº4	Bosses estèrils 80x250mm d'ampli grossor. Les bosses han de ser mixtes preparades per a l'esterilització. Han de ser de paper de grau mèdic de 60-70 gr./m2 i de film de polièster/polipropilè d'alta resistència mecànica. Ha de tenir alta pelabilitat (obertura sense desprendiments ni ruptures) i ser impresos amb indicadors químics. Ha de ser de Tipus E1. De color indiferent. 10-30°C Rh.30-60%. Fabricat en Classe I sota la ISCO 11607-1 EN 868-5. 4000 Unitats	60,00	75
Bossa nº5	Bosses estèrils 100x300mm d'ampli grossor. Les bosses han de ser mixtes preparades per a l'esterilització. Han de ser de paper de grau mèdic de 60-70 gr./m2 i de film de polièster/polipropilè d'alta resistència mecànica. Ha de tenir alta pelabilitat (obertura sense desprendiments ni ruptures) i ser impresos amb indicadors químics. Ha de ser de Tipus E1. De color indiferent. 10-30°C Rh.30-60%. Fabricat en Classe I sota la ISCO 11607-1 EN 868-5. 1000 Unitats	25,00	573
Bossa nº6	Bosses estèrils 150x320mm d'ampli grossor. Les bosses han de ser mixtes preparades per a l'esterilització. Han de ser de paper de grau mèdic de 60-70 gr./m2 i de film de polièster/polipropilè d'alta resistència mecànica. Ha de tenir alta pelabilitat (obertura sense desprendiments ni ruptures) i ser impresos amb indicadors químics. Ha de ser de Tipus E1. De color indiferent. 10-30°C	36,40	178

	Rh.30-60%. Fabricat en Classe I sota la ISCO 11607-1 EN 868-5. 1000 Unitats		
Bossa nº7	Bosses estèrils 250x420mm d'ampli grossor. Les bosses han de ser mixtes preparades per a l'esterilització. Han de ser de paper de grau mèdic de 60-70 gr./m2 i de film de polièster/polipropilè d'alta resistència mecànica. Ha de tenir alta pelabilitat (obertura sense desprendiments ni ruptures) i ser impresos amb indicadors químics. Ha de ser de Tipus E1. De color indiferent. 10-30°C Rh.30-60%. Fabricat en Classe I sota la ISCO 11607-1 EN 868-5. 1000 Unitats	78,50	40
Bossa nº8	Bosses estèrils 160x450mm d'ampli grossor. Les bosses han de ser mixtes preparades per a l'esterilització. Han de ser de paper de grau mèdic de 60-70 gr./m2 i de film de polièster/polipropilè d'alta resistència mecànica. Ha de tenir alta pelabilitat (obertura sense desprendiments ni ruptures) i ser impresos amb indicadors químics. Ha de ser de Tipus E1. De color indiferent. 10-30°C Rh.30-60%. Fabricat en Classe I sota la ISCO 11607-1 EN 868-5. 1200 Unitats	63,00	13
Bossa nº9	Bosses estèrils 320x550mm d'ampli grossor. Les bosses han de ser mixtes preparades per a l'esterilització. Han de ser de paper de grau mèdic de 60-70 gr./m2 i de film de polièster/polipropilè d'alta resistència mecànica. Ha de tenir alta pelabilitat (obertura sense desprendiments ni ruptures) i ser impresos amb indicadors químics. Ha de ser de Tipus E1. De color indiferent. 10-30°C Rh.30-60%. Fabricat en Classe I sota la ISCO 11607-1 EN 868-5. 400 Unitats	54,80	11

* El P.M.C. és IVA exclòs.

Lot 4. Marcadors

Nom producte	Descripció	P.M.C	Consum estimat
Marcador verd	Rodet de marcar. Codi de colors. Verd. Mides: 6,35mm 6,4m	16,00	15
Marcador blanc	Rodet de marcar. Codi de colors. Verd. Mides: 6,35mm 6,4m	16,00	18
Marcador blau	Rodet de marcar. Codi de colors. Verd. Mides: 6,35mm 6,4m	16,00	24
Marcador taronja	Rodet de marcar. Codi de colors. Verd. Mides: 6,35mm 6,4m	16,00	12
Marcador marró	Rodet de marcar. Codi de colors. Verd. Mides: 6,35mm 6,4m	16,00	10
Marcador violeta	Rodet de marcar. Codi de colors. Verd. Mides: 6,35mm 6,4m	16,00	27
Marcador negre	Rodet de marcar. Codi de colors. Verd. Mides: 6,35mm 6,4m	16,00	20
Marcador groc	Rodet de marcar. Codi de colors. Verd. Mides: 6,35mm 6,4m	16,00	24

Marcador vermell	Rodet de marcar. Codi de colors. Verd. Mides: 6,35mm 6,4m	16,00	14
------------------	---	-------	----

* El P.M.C. és IVA exclòs.

5. Obligacions de l'adjudicatari

A més de les establertes al Plec de Clàusules Administratives, el contractista estarà obligat a:

- Realitzar el subministrament dels diferents productes a comanda per orde de la responsable de compres de la Fundació.
- Mantenir les qualitats dels productes oferts durant la vigència del contracte.
- Respectar les disposicions normatives que siguin d'obligat compliment en matèria de venda de la diferent tipologia de productes que serveixi.

6. Càlcul de necessitats

Aquestes quantitats de consum i pressupost corresponen a les previsions anuals per a cada article i han estat extretes a partir dels consums històrics amb adequació a les previsions del 2021 de cada centre. Aquestes quantitats es podran modificar a l'alça o a la baixa en funció de les necessitats reals de cada centre, en funció de la seva activitat assistencial en cada moment.

Els contractes que derivin de l'expedient de licitació són de subministraments de tracte successiu. En cas de variació de quantitats, les empreses adjudicatàries no tindran dret a percebre cap indemnització per la variació.

7. Control i supervisió del servei

Cal recordar que els licitadors han de mantenir el compromís de complir rigorosament el Reial Decret 1591/2009 de Regulació dels Productes Sanitaris i les possibles modificacions que hi puguin sorgir durant el contracte. És per això que els productes proposats i els subministrats han de portar, ineludiblement, el marcat CE i la resta d'etiquetatge pertinent i acreditatiu. En la mateixa línia, és imprescindible la identificació plena i completa del fabricant i la resta d'informació necessària per a la utilització dels productes amb plena seguretat per als pacients i professionals.

L'empresa adjudicatària ha de supervisar el desenvolupament del contracte i dels productes prestats, així com confirmar tots els albarans d'entrega i la facturació relativa a aquests. Semestralment, en dates pactades per les parts, les empreses adjudicatàries hauran de remetre informació detallada de la facturació realitzada per lots i relativa als productes subministrats, per centre si escau.

8. Especificitats

L'oferta econòmica ha de ser presentada en el mateix ordre i amb la mateixa enumeració de lots i articles, afegint si escau al final del llistat del lot els productes extra per ordre alfabètic.

Juntament amb aquesta oferta s'haurà de presentar la fitxa tècnica per tal de confirmar que el producte compleix amb la definició del concurs.

Les fitxes tècniques han de tenir el contingut mínim següent:

- Fotografia del producte
- Descripció bàsica del producte i destinació d'ús
- Descripció d'embalatge i etiquetat

Les empreses que no presentin la fitxa tècnica amb el contingut mínim que es requereix quedaran excloses de la licitació.

- Requisits mínims dels productes

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que no compleixin amb els requeriments mínims que consten a les descripcions de cadascun dels productes o amb els requeriments mínims que es troben descrits al punt 4 del present plec.

- Informació de trencament d'estoc

En cas que, per part de l'empresa adjudicatària es produeixi un desabastiment haurà de compensar econòmicament la despesa generada per la compra a altres empreses d'aquell producte. En el cas que no hi hagi, alternativa de subministrament al mercat, l'empresa

adjudicatària s'encarregarà de fer les gestions pertinents per poder subministrar aquell producte als centres. En qualsevol cas, el trencament d'estoc no serà una causa que justifiqui un incompliment dels terminis d'entrega.

- **Retorn de productes**

El material de la present licitació retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.

El material desembalat però no fets servir i en correcte estat, es retornaran al proveïdor, i aquests no seran facturats.

- **Formació**

Les empreses adjudicatàries de la present licitació, així com dels contractes que se'n derivin, hauran de formar de manera continuada al personal clínic per al correcte ús dels productes sense cap càrrec addicional, en cas que la Fundació ho estimi.

- **Manual d'usuari**

El proveïdor haurà de lliurar un manual d'usuari o protocol d'utilització del material en alguna de les llengües oficials del territori.

9. Facturació i pagament

La facturació dels subministraments es realitzaran a partir de les comandes realitzades.

El pagament es realitzarà a 60 dies de la data de la factura, on s'inclouran les dades necessàries per a complir amb les disposicions tributàries vigents i la descripció completa dels béns subministrats per a la seva identificació i catalogació homologada. El pagament sempre quedarà condicionat a la recepció i conformitat dels subministres.

L'adjudicatari/ària ha d'emetre una amb periodicitat mensual, per mesos vençuts, i per a cada lot.

La factura ha d'anar acompanyada de l'albarà d'entrega confirmat pel departament de compres del centre.

La no assistència comportarà la disminució equivalent en la factura.

10. Execució del contracte

L'adjudicació dels contractes derivats es durà a terme d'acord al procediment establert al quadre de característiques del plec de clàusules administratives.

Només es poden formalitzar contractes que es basin en aquest concurs.

La Fundació es podrà posar en contacte amb els licitadors per demanar informació relativa al concurs.

L'Hospitalet de Llobregat,

Sr. Jordi Gonzalo Ruiz

Director general
de la Fundació Josep Finestres

Sra. Cristina Fernández Estaran

Directora econòmica
de la Fundació Josep Finestres