

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI DE
MANTENIMENT ESPECIALITZAT PEL SISTEMA AUTOMÀTIC
DE DISPENSACIÓ DE METADONA “DDM-2” DE L'IAS**

EXP. CONTR/2023/0000000066

ÍNDEX:

1. OBJECTE DEL CONTRACTE	3
2. IMPORT BASE DE LICITACIÓ	3
3. TERMINI DEL CONTRACTE	4
4. REQUISITS MÍNIMS	4
5. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR	5
6. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ	6
7. PREGUNTES AL PLEC	7

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'Institut d'Assistència Sanitària disposa d'una màquina automàtica de dispensació de metadona "DDM-2" al servei de farmàcia de l'Hospital Santa Caterina al Parc Hospitalari Martí i Julià de l'IAS.

Aquesta màquina ha d'estar ben mantinguda per un servei de manteniment especialitzat, que garanteixi un perfecte estat pel seu ús diari, tot garantint el seu bon funcionament i fiabilitat de la màquina.

2. IMPORT BASE DE LICITACIÓ

S'entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que, en virtut del contracte pot comprometre l'òrgan de contractació, inclòs l'Impost del Valor Afegit.

El càlcul d'aquest import es fa a la TAULA PER A LA DETERMINACIÓ DEL PREU DE LICITACIÓ, adjunta a l'expedient de contractació.

-Servei de Manteniment preventiu anual per a la màquina automàtica de dispensació de metadona "DDM-2" de l'IAS (valoració econòmica anual).....	1.800 €
- Estimació previsió de necessitats de materials per correctiu imprevist. (IMPORT VARIABLE MÀXIM ANUAL) prèvia aprovació per part de l'IAS.....	1.000 €
IMPORT Total per dues anualitats.....	2.800 x 2= 5.600 €

Total pressupost base de licitació IVA exclòs:.....5.600 €

IVA (21%): 1.176 €

3. TERMINI DEL CONTRACTE

El termini o durada del contracte serà de DUES ANUALITATS CONTRACTUALS, PRORROGABLE, PER DUES ANUALITATS MÉS DE CONTRACTE.

4. REQUISITS MÍNIMS

Necessitats a satisfer:

Cal aportar el certificat d'exclusivitat del fabricant per a la manipulació pel manteniment especialitzat, amb accés a parametritzacions de l'equip i utilització dels recanvis originals.

Es requereix un servei de **manteniment especialitzat** per a la màquina automàtica de dispensació de metadona "DDM-2", que garanteixi un manteniment especialitzat de la màquina que permeti optimitzar el seu funcionament i es mantingui en un perfecte estat pel seu ús diari, tot garantint el seu bon funcionament i fiabilitat amb un manteniment preventiu i correctiu eficient:

Manteniment tècnic especialitzat

Manteniment preventiu anual:

Consta de 2 revisions anuals:

Les principals operacions a realitzar són:

- Inspecció, revisió , neteja i posta a punt.
- Canvi del circuit de dispensació i filtre.

Manteniment Correctiu:

- Assistència tècnica abans de 24 h, amb reposició d'un equip de substitució durant la reparació de l'equip avariats.
- Ajustos de calibració i parametrització.
- Software:

-Assistència Tècnica via telefònica abans de 24h, per solucionar dubtes, errades o mal funcionaments de l'aplicació.

-Accedir per via internet, per solucionar qualsevol problema de l'aplicació.

-Actualització de totes les millores i perfeccionaments de l'aplicació del software.

En el cas que es produís una avaria produïda per accidents, manipulacions inadequades, mals tractes o per causes alienes al normal funcionament de l'equip o fi de vida útil de components el mantenidor presentarà un pressupost per a la resolució de l'avaría, que l'IAS haurà d'aprovar si ho creu oportú com a cost imprevist.

5. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: SOBRE ÚNIC DIGITAL

Contingut del SOBRE ÚNIC DIGITAL:

- Annex 1 del PCAP.
- Certificat d'exclusivitat del fabricant per a la manipulació, manteniment i utilització dels recanvis originals.
- Memòria tècnica conforme als requeriments mínims del servei objecte del present contracte, amb la que es verificarà el compliment dels requisits mínims
- Oferta econòmica (omplir Annex 2. Oferta econòmica)
- Proposta % de descompte a aplicar als preus de materials del correctiu (omplir Annex 2. Oferta econòmica).
- Proposta de preu hora a aplicar als correctius (omplir Annex 2. Oferta econòmica).

6. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

La valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmica més avantatjosa es durà a terme per l'aplicació dels següents criteris de valoració:

Criteris objectius: (100 punts)

6.1.Oferta econòmica

El preu. La fórmula a aplicar per determinar la valoració, és la que s'estableix a la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica. (Fins a 80 punts).

El càlcul de la puntuació es farà de la següent manera:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar
 P = Punts criteri econòmic
 O_m = Oferta Millor
 O_v = Oferta a Valorar
 IL = Import de Licitació
 VP = Valor de ponderació =1,80

6.2.- Proposta de preu hora a aplicar als correctius (fins a 10 punts)

La fórmula d'aplicació serà:

$$Po = 10 \times (OE / Oo)$$

Essent:

Po = Puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses.

Oo = Preu de l'oferta econòmica de cadascuna de les empreses.

OE = Preu de l'oferta més econòmica.

6.3.- Proposta, % de descompte a aplicar als preus de materials del correctiu (fins a 10 punts).

La fórmula d'aplicació serà:

$$Po = 10 \times (Do / Da)$$

Essent:

Po = Puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses.

Do = % descompte de cadascuna de les empreses.

Da = % descompte més avantatjós.

7. **PREGUNTES AL PLEC**

Per a qüestions tècniques:

Sr. Josep Torrent Formiga Tel. 972189006 (10 a 15 h) Mail:
josep.torrent@ias.cat

Per a qüestions jurídiques i administratives:

Sra. Maria Jesús Costa Serra. Tel. 972182509 (11 a 15 h) Mail:
mariajesus.costa@ias.cat

Salt, 13 d'abril 2023

Signat. Josep Torrent Formiga.

Cap d'Infraestructures i Manteniment de l'IAS