



Consorci Sanitari
Alt Penedès-Garraf

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I
TRÀMIT ORDINARI, DEL SUBMINISTRAMENT DE
SISTEMA DE TRANSFERÈNCIA DE PACIENTS PER AL BLOC
QUIRÚRGIC DEL CONSORCI SANITARI DE**

L'ALT Penedès I GARRAF

Exp: CSAPG 2023/19

ÍNDEX

1. OBJECTE DEL CONTRACTE.....	3
2. ABAST DEL SUBMINISTRAMENT I UBICACIÓ DELS LOTS.....	3
3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	3
4. FASE DE VALORACIÓ DE MOSTRES EN DEMO	5
5. CONDICIONS I TERMINI DE SUBMINISTRAMENT	5
6. GARANTIA	7
7. FORMACIÓ	7
8. COMANDES I PRESENTACIÓ DE FACTURES	7
9. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.....	8
10. CONTROL DE QUALITAT	8
11. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR	8

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT CONCURS PER PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI, DEL SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA DE TRANSFERÈNCIA DE PACIENTS PER AL BLOC QUIRÚRGIC DE L'HOSPITAL RESIDÈNCIA SANT CAMIL DEL CONSORCI SANITARI DE L'ALT PENEDE'S I GARRAF.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte de la contractació és **el subministrament d'un sistema de transferència de pacients**, en endavant Transfer, per al bloc quirúrgic de l'Hospital Residència Sant Camil, en endavant HRSC del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf, en endavant CSAPG. D'acord amb les característiques tècniques i condicions definides al present document.

*** El subministrament ha de complir amb tots els requeriments legals vigents en el moment de la seva contractació.

2. ABAST DEL SUBMINISTRAMENT I UBICACIÓ DELS LOTS

Es subministrarà l'equipament al bloc quirúrgic de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès:

- **Hospital Residència Sant Camil**

Ronda Sant Camil S/N

08810 – Sant Pere de Ribes

El CSAPG podrà sol·licitar que s'entregui el material en qualsevol altre centre o ubicació del CSAPG.

Concepte	Quantitat
Carro transfer amb alçada fixa	12
Carro transfer hidràulic	2
Plataforma transfer lliscant amb matalasset	12

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Les característiques tècniques mínimes de l'equipament a subministrar consten a l'Annex 1 del present Plec de Prescripcions Tècniques.

NOTA IMPORTANT: Caldrà complir amb totes les característiques detallades a l'Annex 1, per tant l'incompliment de qualsevol dels requeriments indicats en els referits annexes, **serà causa d'exclusió** de l'oferta del licitador.

La falta d'informació, absència de fulles de dades del producte o dels seus components o resposta a les qüestions tècniques plantejades que no puguin ser degudament contrastades, podrà ser motiu de que l'oferta no sigui valorada.

En prova del compromís d'aquest requisits, els licitadors aportaran el certificat de compromís que s'incorpora com a **Annex 2** al present document, degudament complimentat i signat dintre del sobre B de la seva proposta.

En el supòsit que alguna de les característiques establertes determinés una marca o model exclusiu, aquestes seran preses únicament com a guia o orientació, sense que el fet de no ajustar-se exactament sigui causa d'exclusió.

A part de les característiques establertes a l'**Annex 1** d'aquest document, caldrà tenir en compte:

- Els sistemes de transferència hauran de ser d'última generació així com de nova fabricació en totes les seves parts. S'exigirà la presentació de la certificació del Marcat CE de tots els elements d'aplicació i del conjunt del sistema i la certificació de l'acreditació de la instal·lació per una entitat de Certificació i Acreditació autoritzada pel Ministeri d'Indústria. Haurà de seguir les normes del Reglament (UE) 2017/745 sobre productes sanitaris. L'absència d'aquest requisit serà motiu d'exclusió.
- El subministrament inclourà la posada en marxa del sistema de transferència així com la formació als professionals assistencials i tècnics de manteniment del CSAPG.
- L'ofertant disposarà i facilitarà una carta de compromís del fabricant de mantenir els elements ofertats disponibles en el mercat durant un període mínim de 5 anys i dels components i recanvis durant un període de 10 anys, comproment-se a que passat aquest període facilitarà la venda al CSAPG d'aquells recanvis que fossin necessaris per a la perfecta conservació del sistema. En el suposat de que per alguna raó el contractista no pogués complir aquest compromís quan fos requerit per l'Òrgan de Contractació per al subministrament dels recanvis iguals als subministrats, o components dels mateixos abans de la finalització dels terminis indicats, haurà d'acceptar subministrar la quantitat sol·licitada d'elements alternatius i de qualitat equivalent a la dels originals a judici de l'Òrgan de Contractació al preu que s'estaven comprant fins aquell moment, i amb un descompte del 50% com a indemnització del contratemps causat al CSAPG, per la interrupció del subministrament.
- L'empresa que resulti adjudicatària haurà de:
 - Lliurar en el termini establert a la seva oferta el sistema adjudicat amb tots els sistemes addicionals, dispositius i accessoris necessaris per a un total i correcte funcionament.
- S'ha d'incloure en la oferta el llistat valorat i codificat segons llista de preus oficial, de tots els accessoris del sistema originals que utilitza i requereix el sistema, inclosos els de llarga durada, així com la freqüència de reposició (per cada X hores d'ús, per cada setmana, etc, inclosos els costos hora de ma d'obra amb desplaçament inclòs).

- Totes les dades relatives a accessoris opcionals, possibles ampliacions, i altres elements no inclosos hauran d'identificar-se clarament com element no inclòs a la oferta. En cas contrari, l'òrgan de contractació podrà exigir la seva entrega com a part integrant de la oferta.

4. FASE DE VALORACIÓ DE MOSTRES EN DEMO

Cada licitador haurà de realitzar una sessió demostrativa de l'equip proposat, amb les mateixes característiques que l'ofert. Aquesta sessió haurà de tenir una durada aproximada d'una hora. El CSAPG citarà a tots els proveïdors.

Els licitadors admesos a participar en el concurs hauran de presentar les següents mostres:

Breu descripció	Unitats de mostra
Carro transfer amb alçada fixa	1
Carro transfer hidràulic	1
Plataforma transfer lliscant amb matalasset	1

Els equips objecte de demostració s'hauran de deixar durant un període d'una (1) setmana per tal que els professionals puguin fer les valoracions sota criteris de judici de valor corresponents, indicades a l'**apartat H** del quadre de característiques específiques del contracte.

Arribat el moment de la seva valoració, el CSAPG indicarà a les empreses licitadores la data i lloc per a la sessió i el seu lliurament, a través de l'adreça de correu electrònic que indiquin en l'Annex 2 del present PPT.

Tots els costos derivats del lliurament i recollida dels equips aniran a càrrec de l'empresa licitadora.

A més de ser un dels criteris d'avaluació sotmès a judici de valor, la fase de demostració és condició essencial del present contracte. La no assistència de les empreses licitadores en aquesta fase, suposarà la seva exclusió del procediment de licitació.

En cas de necessitat, el CSAPG podrà ampliar el termini de les demostracions.

5. CONDICIONS I TERMINI DE SUBMINISTRAMENT

L'empresa adjudicatària del present procediment de licitació haurà de garantir el compliment de les següents condicions de subministrament, que estaran incloses en l'import final d'adjudicació del contracte i no suposarà cap tipus de contraprestació econòmica a favor de l'adjudicatari. Per tant, l'adjudicatari haurà de:

- Subministrar l'equip (inclosos els accessoris imprescindibles pel seu funcionament) en el termini de sis (6) setmanes a comptar des de la data de cada comanda.
- Embalar els equips convenientment per tal que arribin en perfectes condicions. El cost de les gestions necessàries per garantir que es subministra en perfectes condicions, així com el cost dels desperfectes ocasionats als equips durant el seu transport fins al lloc de subministrament, els assumirà l'empresa adjudicatària.
- Realitzar la retirada de l'embalatge.
- Muntatge en cas de ser necessari.
- Realitzar la neteja de tots els residus i brutícia produïts per les tasques de desembalatge, recepció, trasllat i muntatge dels equips, per tal de deixar l'espai on s'han realitzat aquestes tasques en les mateixes condicions que es trobava.
- L'empresa adjudicatària haurà de presentar un manual amb les indicacions per a la neteja i desinfecció de l'aparell, tot indicant els productes aptes.
- La instal·lació i posada en marxa es realitzarà de forma coordinada amb l'hospital i amb presència del personal del servei a qui va dirigit.
- Els transfers hauran de ser guardats per l'adjudicatari i s'aniran entregant i instal·lant en la seva ubicació final al bloc quirúrgic segons Planning consensuat amb el departament de compres i logística del CSAPG.
- Els horaris d'entrega seran definits junt al CSAPG segons necessitats del Bloc Quirúrgic, tant en horari de tarda, nits o festius. Els transfer s'entregaran completament instal·lats i amb les proves exigides pel fabricant dels sistemes ofertats. Qualsevol dificultat o impediment haurà de ser solucionat per l'adjudicatari. S'inclourà la retirada d'elements d'embalatge o qualsevol altre residu que es produeixi en el muntatge, així com en el desmuntatge i retirada dels sistemes objecte de substitució. Abans de la retirada definitiva de l'equipament a substituir, el servei de manteniment del CSAPG podrà retirar aquelles peces que cregui oportú per als correctius d'altres sistemes similars existents al CSAPG. L'adjudicatari serà responsable de la reparació dels desperfectes que es poguessin produir en el CSAPG durant l'entrega dels transfer i el seu trasllat.
- L'adjudicatari haurà d'entregar transfer nous i amb tots els accessoris per a la seva correcta utilització. La data de fabricació del sistema entregat, en cap cas serà anterior a 24 mesos comptats des de l'entrega dels transfer al CSAPG. En cas de no complir aquesta condició no s'acceptarà el material. S'acreditarà mitjançant certificat del fabricant.
- Serà responsabilitat de l'adjudicatari, a l'hora de l'entrega, solucionar qualsevol eventualitat no prevista, que no hagi sigut especificada a la oferta presentada, i que impedeixi el seu adequat funcionament.
- S'haurà d'informar al departament de compres cinc (5) dies hàbils abans que s'efectuï l'entrega.

Un cop instal·lats els Transfers, l'empresa realitzarà una prova de funcionament en presència del personal tècnic d'electromedicina, així com de la supervisora o cap de servei del bloc quirúrgic, i realitzada la prova amb resultats satisfactoris es signarà l'acta de recepció de l'equip, des del punt de vista tècnic i assistencial. Aquestes tasques s'hauran de realitzar com a màxim en 10 dies després de la posta en marxa.

L'empresa adjudicatària ha d'estar capacitada per portar a terme els serveis de transport, lliurament i muntatge de tots els seus productes amb personal propi. En el cas que, alguns d'aquests serveis es subcontractin, l'empresa adjudicatària precisarà la seva aprovació, per el que ho haurà de comunicar prèviament per escrit a CSAPG.

6. GARANTIA

El termini de garantia de l'equip haurà de ser, com a mínim, de dos (2) anys i començarà a comptar a partir de la data de l'acta de recepció.

Durant la garantia el proveïdor es farà càrrec de:

- Qualsevol reparació de defectes i substitució de l'equip o peces per avaries provocades per un mal funcionament del mateix.
- Manteniment preventiu: Inspecció, calibratge i substitució de peces.
- Manteniment correctiu: reparacions il·limitades, peces, ma d'obra i desplaçaments inclosos.

Aquesta garantia **inclourà** la resolució de totes les anomalies i possibles vicis ocults dels recanvis, com a mínim durant el període de garantia de l'equip.

El subministrament ha de complir en tot moment, amb els requeriments legals vigents en la matèria en el moment de la seva contractació

Aquest contracte per tant es considerarà extingit un cop s'hagi esgotat el període de garantia dels esmentats equips.

7. FORMACIÓ

L'empresa adjudicatària ha de realitzar formació completa sobre les característiques tècniques, prestacions i maneig de l'equip al personal tècnic de manteniment, electromedicina i assistencial del CSAPG. L'objectiu de la formació és que el personal adquireixi els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per un adequat i òptim ús de l'equip, tant a nivell operatiu com funcional.

Quan es produeixi qualsevol modificació, actualització de l'equip o així ho requereixi el CSPAG, l'empresa adjudicatària haurà de realitzar la formació del personal del CSAPG, en els mateixos termes senyalats més amunt.

8. COMANDES I PRESENTACIÓ DE FACTURES

La plataforma e.FACT és el punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic (Acord GOV/151/2014, d'11 de Novembre). Als efectes

de la factura electrònica, s'informa que la unitat tramitadora és (A09006563), l'òrgan gestor és (A09006563) i l'oficina comptable (A09006563).

El seguiment de l'estat de les factures es podrà consultar a la web del Departament de la Vicepresidència d'Economia i Hisenda a l'apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de l'Estat de les factures i pagaments de documents), a partir de l'endemà del registre de la factura.

És d'obligat compliment indicar en les factures el número de comanda i l'expedient contractual de referència. Sense aquestes dades la comanda pot ser retornada.

9. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'empresa o empreses adjudicatàries i els seus empleats resten obligats a complir en tot moment, amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, conforme el Reial Decret de 30 de gener pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats; adoptant les mesures oportunes a tal efecte i durant l'execució del subministrament, seguint les directius especificades pel Consorci Sanitari de l'Alt Penedès Garraf.

10. CONTROL DE QUALITAT

L'Òrgan de Contractació, d'acord amb l'establert en l'article 295 del Reial Decret Legislatiu 3/2001, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, té el dret d'inspeccionar i de ser informat del procés de fabricació o elaboració del producte que hagi de ser subministrat com a conseqüència del contracte, i podrà ordenar o realitzar, per ella mateixa, anàlisis, assajos i proves dels materials que es fan servir, establint sistemes de control de qualitat i dictar disposicions que consideri oportunes per l'estricta compliment dels temes acordats.

11. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

SOBRE A

- Documentació que sigui requerida als Plecs de Clàusules Administratives del contracte.

SOBRE B

- Annex 1 Característiques Mímines Tècniques del present Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant PPT), degudament signat.
- Annex 2 Certificat de compromís del PPT, degudament complimentat i signat.

SOBRE C

- Annex 2 al Plec de Clàusules Administratives del contracte, que inclourà l'import de l'oferta econòmica i els criteris tècnics de valoració automàtica.

ANNEX 1 - CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES TÈCNIQUES

Característiques comunes als tres elements
Llitera mòbil per a l'ús i desplaçament de pacients en els transfers
Tots els models de lliteres presentades han d'encaixar entre si. Compatibilitat total dels diferents elements
Estructura completa del sistema de transferències d'acer inoxidable en la seva totalitat
Càrrega mínima de 230kg aproximadament
L'estructura de la llitera no ha de disposar de cap element que dificulti fer la transferència del pacient d'una llitera a una altra (transferència 0)
Posició de trendelenburg
Baranes laterals senceres amb tancament de seguretat en la posició alçada. Plegables o escamotejables per sota de la superfície de descans
Alçada mínima (amb el matalasset incorporat) 70cm
Elements de protecció elàstics, situats perímetre. Evitant el deteriorament dels paraments verticals i esmorteixin els impactes
Pedals de fre i desplaçament a la capçalera i peus
Dispositiu de rodament format per 4 rodes amb un diàmetre mínim de 20cm
Acoblament d'accessoris al bastidor, en qualsevol dels costats: pal per a ampolles de sèrum, baranes, suport per a ampolles d'oxigen, etc
Cada transfer haurà d'incloure un pal de sèrum a la pròpia llitera
Sistema de fixació dels accessoris ràpid i sense caragols
Sistema hidràulic
Estructura completa del sistema de transferències d'acer inoxidable en la seva totalitat
Llitera mòbil amb alçada variable per a ús i desplaçament de pacients en els transfer hidràulic
Pedals de regulació d'alçada i de trendelenburg i antitrendelenburg en els dos laterals
Alçada mínima en la seva posició més alta 90cm

Plataforma transfer lliscant amb matalasset
Estructura completa del sistema de transferències d'acer inoxidable en la seva totalitat
Matalàs de material viscoelàstic o similar exent de làtex amb un gruix mínim de 6 cm, d'un sol cos, antimicrobià, resistent a l'aigua, ignífug i permeable a l'aire
Superfície de descans amb el respatller articulats amb accionament i regulació del respatller mitjançant dispositiu manual
Dimensions mínimes de la superfície de descans del pacient 190cm x 70cm (apte per pacient bariàtric)
Haurà d'incloure el recolza-caps de material viscoelàstic o similar exent de làtex.
Grau d'inclinació del tronc, mínim 75º

ANNEX 2 – CERTIFICAT DE COMPROMÍS

El Sr/a. _____, major d'edat, amb domicili al carrer _____ número _____ de _____ i amb DNI _____, en nom i representació de l'empresa _____ en qualitat de _____ amb domicili al carrer _____ número _____ de _____ i amb NIF número _____,

DECLARA

Que l'entitat a la que representa es compromet al compliment dels requisits i característiques exigits en els Plec de Prescripcions tècniques, consistents en:

Requisits
Equips de nova fabricació (fabricats 2022-2023) i última generació.
Segell de la Comunitat Europea (CE) acreditatiu del compliment de la normativa comunitària.
Compliment de la normativa vigent per aquest equipament.
Garantia de subministrament de peces de recanvi durant com a mínim 10 anys.
Garantia mínima de 2 anys .
En cas d'avaría durant el període de garantia, la licitadora haurà de proporcionar un equip de les mateixes característiques o superior en un termini de 48 hores com a màxim.
Temps de resposta màxim de 24 hores presència física.
Temps de resolució de l'avaría no superior a 72 hores.
Temps de resposta telefònica inferior a 1 hora.

Les empreses licitadores admeses a participar en la licitació hauran de dur a terme una sessió demostrativa de l'equip ofert un cop realitzada l'obertura del sobre B.

L'adreça de correu electrònic on notificar data i lloc de la sessió és:

-

I per que així consti, signa el present certificat de compromís,

(data, signatura i segell de l'empresa)