

Acta de la reunió de valoració dels sobres B de l'expedient

Identificació de la reunió

Dia: 5 de maig de 2023

Hora: 12:00 hores

Lloc: Dependències del Consorci Sanitari Integral

Contractació Subministrament de material fungible amb cessió d'equipament per a tractaments quirúrgics en urologia per al Consorci Sanitari Integral, mitjançant procediment obert no harmonitzat i tràmit ordinari.

Òrgan de Contractació: Director General del Consorci Sanitari Integral

Assistents Mesa de contractació

Presidenta: Meritxell Serra Garreta, Directora del departament de Logística del CSI,

Secretària: Mireia Labarta, Responsable de Materials del CSI

Vocal: Sergio Oleaga, Director economicofinancer del CSI

Vocal: Marta Coca, Tècnica del departament de logística del CSI

Vocal: Juan Miguel Arellano, Tècnic del departament de logística del CSI

Vocal: Ana Grau, assessora jurídica del servei agregat de contractacions administratives del Consorci de Salut i Social de Catalunya

En aquesta sessió es constitueix la mesa de contractació amb l'objectiu d'analitzar les propostes presentades al **sobre B (documentació tècnica i criteris susceptibles de judici de valor)**

Abans de procedir a puntuar les propostes es comprova que les empreses següents no compleixen amb els requisits tècnics exigits, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i el quadre de característiques:

EXCLOSOS LOT 3 Material morcel·lació prostàtica amb cessió de 1 equip morcel·lació

LICITADORS	MOTIU EXCLUSIÓ
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA	Requeriment d'obligat compliment: Ganiveta o cojunt de ganivetes de morcel·lació d'un sol us Article licitador: No en té, son reutilitzables. Requeriment d'obligat compliment: 2 mànecs motoritzats per accionar les ganivetes. Article licitador: Només en té 1

EXCLOSOS LOT 4 Ureterorenoscòpis flexibles d'un sol us amb cessió d'equipament de visualització d'imatges

LICITADORS	MOTIU EXCLUSIÓ
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA	Requeriment d'obligat compliment Resolució mínima 160.000 pixels. Article licitador: No compleix el requeriment. No aporta documentació ni s'especifica a la fitxa tècnica. Declara en l'annex tècnic que no té 160.000 pixels
IZASA HOSPITAL SLU	Requeriment d'obligat compliment ha de portar carro suport del sistema Article licitador: No compleix el requeriment, no aporta carro pel sistema
PRESURGY SL	Requeriment d'obligat compliment, Monitor LCD o tàctil i ha de portar carro suport del sistema Article licitador: No compleix els requeriments, no té monitor LCD ni tàctil i no aporta carro pel sistema
PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL	Requeriment d'obligat compliment, Monitor LCD o tàctil i ha de portar carro suport del sistema Article licitador: No compleix els requeriments, no té monitor LCD ni tàctil i no aporta carro pel sistema

EXCLOSOS LOT 5 Vaina d'accés ureteral

LICITADORS	MOTIU EXCLUSIÓ
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA	Requeriment d'obligat compliment Diferents diàmetres (rang mínim entre 10 i 12 Fr) i longituds (rang mínim entre 28 i 45 cm) Article licitador: Els diàmetres de la vaina van desde 11 a 13 Fr

EXCLOSOS LOT 6 Guia ureteral

LICITADORS	MOTIU EXCLUSIÓ
COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A	Requeriment d'obligat compliment Revestiment del cos en PTFE Article licitador: Revestiment del cos de poliuretà
GRIFOLS MOVACO SA	Requeriment d'obligat compliment Revestiment del cos en PTFE Article licitador: Revestiment del cos de poliuretà

EXCLOSOS LOT 10 Set cateter ureteral Doble J

LICITADORS	MOTIU EXCLUSIÓ
GRIFOLS MOVACO SA	Requeriment d'obligat compliment revestiment hidrofílic Article licitador: Revestiment de material PTFE Requeriment d'obligat compliment guia amb punta recta hidrofílica Article licitador: Guia d'hacer inoxidable recoberta de PTFE

EXCLOSOS LOT 11 Kit de cateter baló de dilatació ureteral amb inflador	
LICITADORS	MOTIU EXCLUSIÓ
COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A	Requeriment d'obligat compliment recobriment lubricat del cateter. Article licitador: NO té recobriment lubricat el cateter
PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL	Requeriment d'obligat compliment recobriment lubricat del cateter. Article licitador: NO té recobriment lubricat el cateter

Atès que el Plec de Clàusules Administratives, el Plec de Prescripcions Tècniques i el Quadre de Característiques Específiques estableixen els requeriments mínims exigits i l'obligació de complir les característiques mínimes especificades;

Vist l'incompliment del Plec de Clàusules Administratives, el Plec de Prescripcions Tècniques i el Quadre de Característiques Específiques i en aplicació de la reiterada jurisprudència en matèria de contractació pública, donat que aquestes empreses han aportat una proposta que varia substancialment del model establert en els plecs, es decideix excloure-les de la licitació en aplicació de l'article 84 del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Seguidament, tal i com consta a l'informe de valoració de data 5 de maig de 2023 emès per la Responsable de RRMM del CSI hi ha empreses que no han obtingut en la valoració tècnica la puntuació mínima exigida del lot que van ofertar.

Atès el que s'estableix en el document "e1 Annex 3 criteris subjectius CSI2022089 v2" d'aquesta contractació: ***"No serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima exigida a cada lot sobre el màxim de punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya."***, s'acorda excloure les propostes presentades per aquests licitadors, per no haver assolit la puntuació tècnica mínima exigida:

EXCLOSOS LOT 5 Vaina d'accés ureteral	
LICITADORS	MOTIU EXCLUSIÓ
Iberian Care 2016 S.L	No arriba a la puntuació mínima de 16 punts en l'annex de criteris subjectius. N'obté 12.

PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL	No arriba a la puntuació mínima de 16 punts en l'annex de criteris subjectius. N'obté 8.
---	--

EXCLOSOS LOT 6 Guia ureteral	
LICITADORS	MOTIU EXCLUSIÓ
Iberian Care 2016 S.L	No arriba a la puntuació mínima de 16 punts en l'annex de criteris subjectius. N'obté 13.
PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL	No arriba a la puntuació mínima de 16 punts en l'annex de criteris subjectius. N'obté 13.

EXCLOSOS LOT 7 Cistella de retirada de càlculs accés lateral	
LICITADORS	MOTIU EXCLUSIÓ
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA	No arriba a la puntuació mínima de 16 punts en l'annex de criteris subjectius. N'obté 15.
Iberian Care 2016 S.L	No arriba a la puntuació mínima de 16 punts en l'annex de criteris subjectius. N'obté 14.

EXCLOSOS LOT 8 Cistella de retirada de càlculs accés frontal	
LICITADORS	MOTIU EXCLUSIÓ
Medicina Analítica Consumibles MAC, S.A	No arriba a la puntuació mínima de 16 punts en l'annex de criteris subjectius. N'obté 13.
PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL	No arriba a la puntuació mínima de 16 punts en l'annex de criteris subjectius. N'obté 9.

EXCLOSOS LOT 10 Set cateter ureteral Doble J	
LICITADORS	MOTIU EXCLUSIÓ
Iberian Care 2016 S.L	No arriba a la puntuació mínima de 16 punts en l'annex de criteris subjectius. N'obté 6.

EXCLOSOS LOT 11 Kit de cateter baló de dilatació ureteral amb inflador	
LICITADORS	MOTIU EXCLUSIÓ

**BOSTON SCIENTIFIC
IBERICA**

No arriba a la puntuació mínima de 16 punts en l'annex de criteris subjectius. N'obté 10.

Sense cap altre qüestió a considerar, sent les 12:30 hores, l'Òrgan de Contractació dóna per acabada la reunió i perquè en quedi constància del que s'ha tractat i de les determinacions adoptades, s'estén la present Acta.

Fecha:
2023.05.11
10:52:51 +02'00'

La Presidenta
Merixell Serra

MIREIA
LABARTA
TOMAS -
DNI
W (AUT)

Firmado digitalmente por MIREIA LABARTA TOMAS - DNI [REDACTED] en el momento [REDACTED] CSOJ 2.5.4.37-WATES. Certificado por el [REDACTED] de nivel 40 de autenticación. www.iberica.com

La Secretària
Mireia Labarta