

CS2022089 SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT PER A TRACTAMENTS QUIRÚRGICS EN UROLOGIA PER AL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

LOT 1. Fibres làser per a litotricia i enucleació pròstata amb cessió de 2 làsers holmió

| Criteris subjectius (32 punts) | PUNTUACIÓ MÀXIMA | COUPLER MEDICAL | | OLYMPUS IBERIA SAU | | BOSTON SCIENTIFIC IBERICA | |
|--|------------------|-----------------|---|--------------------|--|---------------------------|---|
| | | | | | | | |
| Facilitat d'ús del làser. Es valoraran específicament aspectes relacionats amb la facilitat d'ús del làser, el seu ús intuïtiu i la claredat de la informació aportada en pantalla respecte a la fibra i els paràmetres d'energia utilitzats en el procediment. La finalitat última és l'aprofitament al màxim del temps quirúrgic com a resultat de la suma d'aquests factors. | 8 punts | 8 | Pantalla molt intuïtiva, molt visual a mode de velocímetre que permet controlar els paràmetres d'energia amb facilitat | 6 | Pantalla menys intuïtiva que d'altres mostres, tot i que permet controlar els paràmetres molt bé. | 6 | Pantalla menys intuïtiva que d'altres mostres, tot i que permet controlar els paràmetres molt bé. |
| Adequació a la cirurgia i millora de la tècnica de litotricia. Es valoraran aquells aspectes relacionats amb la possibilitat de regulació òptima dels paràmetres de la energia subministrada i altres millores que permetin una màxima eficàcia i seguretat en els procediments de litotries. | 8 punts | 8 | Disposa de tecnologia avançada per un major control de la retropulsió. Bones configuracions pel que es refereix a energia i freqüència que permeten màxima eficàcia i seguretat en els procediments de litotries. | 6 | No disposa de tecnologia avançada per un major control de la retropulsió en els procediments de litotries. | 8 | Disposa de tecnologia avançada per un major control de la retropulsió. Bones configuracions pel que es refereix a energia i freqüència que permeten màxima eficàcia i seguretat en els procediments de litotries. |
| Adequació a la cirurgia i millora de la tècnica d'enucleació de pròstata. Es valoraran aquells aspectes relacionats amb la possibilitat de regulació òptima dels paràmetres de la energia subministrada i altres millores que permetin una màxima eficàcia i seguretat en els procediments d'enucleació del pròstata. | 8 punts | 8 | Disposa de tecnologia avançada per un major control de la retropulsió. Bones configuracions pel que es refereix a energia i freqüència que permeten màxima eficàcia i seguretat en els procediments d'enucleació de pròstata. | 6 | No disposa de tecnologia avançada per un major control de la retropulsió en els procediments d'enucleació de pròstata. | 8 | Disposa de tecnologia avançada per un major control de la retropulsió. Bones configuracions pel que es refereix a energia i freqüència que permeten màxima eficàcia i seguretat en els procediments d'enucleació de pròstata. |
| Ergonomia en l'ús de les fibres. Es valoraran aquells aspectes que facilitin un ús ergonòmic de les fibres, a través de sistemes automàtics de connexió o accessoris que millorin la seva manipulació i protecció evitant riscos d'accidents en la seva manipulació. | 8 punts | 8 | La manipulació de les òptiques així com l'ergonomia d'aquestes son òptimes i faciliten el seu ús | 8 | La manipulació de les òptiques així com l'ergonomia d'aquestes son òptimes i faciliten el seu ús | 8 | La manipulació de les òptiques així com l'ergonomia d'aquestes son òptimes i faciliten el seu ús |
| | | 32 | | 26 | | 30 | |

No serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 24 punts sobre el màxim de 32 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya

MIREIA LABARTA TOMAS
- DNI [REDACTED] (AUT)

Mireia Labarta
Responsable de RRM del CSI (representant comissió avaluadora)

CS202202089 SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT PER A TRACTAMENTS QUIRÚRGICS EN UROLOGIA PER AL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

LOT 2. Fibres làser per a vaporització prostàtica amb cessió de 1 làser verd

| Criteris subjectius (30 punts) | PUNTUACIÓ MÀXIMA | BOSTON SCIENTIFIC IBERICA | |
|--|------------------|---------------------------|---|
| | | | |
| Facilitat d'ús del làser. Es valoraran específicament aspectes relacionats amb la facilitat d'ús del làser, el seu ús intuïtiu i la claredat de la informació aportada en pantalla respecte a la fibra i els paràmetres d'energia utilitzats en el procediment. La finalitat última és l'aprofitament al màxim del temps quirúrgic com a resultat de la suma d'aquests factors. | 10 punts | 10 | Facilitat d'ús addient, pantalla intuïtiva que permet regular els paràmetres d'energia amb facilitat |
| Ergonomia en l'ús de les fibres . Es valoraran aquells aspectes que facilitin un ús ergonòmic de les fibres, a través de sistemes automàtics de connexió o accessoris que millorin la seva manipulació i protecció evitant riscos d'accidents en la seva manipulació. | 10 punts | 10 | La manipulació de les òptiques així com l'ergonomia d'aquestes son òptimes i faciliten el seu ús |
| Adequació a la cirurgia i millora de la tècnica de vaporització de pròstata. Es valoraran aquells aspectes relacionats amb la possibilitat de regulació òptima dels paràmetres de la energia subministrada i altres millores que permetin una màxima eficàcia i seguretat en els procediments de vaporització del pròstata | 10 punts | 10 | Regulació òptima dels paràmetres |
| | | 30 | |

No serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 23 punts sobre el màxim de 30 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

**MIREIA LABARTA
TOMAS - DNI
[REDACTED] (AUT)**

Mireia Labarta
Responsable de RRMM del CSI (representant comissió avaluadora)

CSI2022089 SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT PER A TRACTAMENTS QUIRÚRGICS EN UROLOGIA PER AL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

LOT 3 Material morcel·lació prostàtica amb cessió de 1 equip morcel·lació

| Criteris subjectius (20 punts) | PUNTUACIÓ MÀXIMA | BOSTON SCIENTIFIC IBERICA | PALEX MEDICAL SA |
|---|------------------|--|---|
| <p>Facilitat d'ús del morcel·lador. Es valoraran específicament aspectes relacionats amb la facilitat d'ús del morcel·lador en totes les seves funcions (posada en marxa, aturada, buidatge, morcel·lació i aspiració).</p> | 10 punts | <p>EXCLÒS: Requeriment d'obligat compliment: Ganiveta o conjunt de ganivetes de morcel·lació d'un sol ús Article licitador: No en té, son reutilitzables. Requeriment d'obligat compliment: 2 mànecs motoritzats per accionar les ganivetes. Article licitador: Només en té 1</p> | <p>La posada en marxa, l'aturada, el buidatge, la morcel·lació i l'aspiració son de fàcil ús. S'adapta a les necessitats del centre</p> |
| <p>Adequació a la cirurgia i millora de la tècnica de morcel·lació. Es valoraran aquells aspectes relacionats amb la morcel·lació i succió que representin una millora respecte a la velocitat i seguretat d'aquest procés quirúrgic. La finalitat és afavorir la productivitat quirúrgica i la seguretat del pacient.</p> | 10 punts | | <p>La productivitat quirúrgica i la seguretat del pacient estan assegurades</p> |
| | | | |
| | | 20 | |

No serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 16 punts sobre el màxim de 20 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

MIREIA LABARTA TOMAS
- DNI [REDACTED] (AUT)

Mireia Labarta
 Responsable de RRRMM del CSI (representant comissió avaluadora)

PER A TRACTAMENTS QUIRURGICS EN UROLOGIA PER AL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

LOT 4 Ureterorenoscopies flexibles d'un sol us amb cessió d'equipament de visualització d'imatges

| Criteris subjectius (20 punts) | PUNTUACIÓ MÀXIMA | BOSTON SCIENTIFIC IBERICA | IZASA HOSPITAL SLU | PALEX MEDICAL SA | PRESURGY SL | PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNACIONAL |
|---|------------------|---|--|--|--|--|
| Facilitat d'ús i ergonomia. Es valoraran específicament aspectes relacionats amb la facilitat d'ús i la ergonomia en el seu maneig com la lleugeresa, el disseny del mànec i disposició del canal/canals de treball. | 10 punts | EXCLÒS: Requeriment d'obligat compliment Resolució mínima 160.000 píxels. Article licitador: No compleix el requeriment | EXCLÒS: Requeriment d'obligat compliment ha de portar carro suport del sistema Article licitador: No compleix el requeriment, no aporta carro pel sistema | És fàcil d'utilitzar i lleuger en el maneig. El disseny del mànec i la disposició dels canals són els adients. | EXCLÒS: Requeriment d'obligat compliment. Monitor LCD o tàctil i ha de portar carro suport del sistema Article licitador: No compleix els requeriments, no té monitor LCD ni tàctil i no aporta carro pel sistema | EXCLÒS: Requeriment d'obligat compliment. Monitor LCD o tàctil i ha de portar carro suport del sistema Article licitador: No compleix els requeriments, no té monitor LCD ni tàctil i no aporta carro pel sistema |
| | 10 punts | | | La qualitat d'imatge és l'òtima per als procediments requerits | | |
| 20 | | | | | | |

No serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 16 punts sobre el màxim de 20 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

**MIREIA LABARTA
TOMAS - DNI [REDACTED] (AUT)**

Mireia Labarta
Responsable de RRMM del CSI (representant comissió avaluadora)

CSI/2020/08 SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT PER A TRACTAMENTS QUIRURGICS EN UROLOGIA PER AL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

LOT 5 Vaina d'accés uretral

| Criteris subjectius (20 punts) | PUNTAUACIÓ MÀXIMA | BOSTON SCIENTIFIC IBERICA | COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A | | Beilan Care 2016 S.L | | OLYMPIUS IBERIA SAU | | Pallex Medical S.A | | PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL | |
|---|-------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------------------|---|---|---|
| | | | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| Inserció i dilatació traumàtica | 8 punts | EXCLUS: Requeriment d'obligat compliment. Diferents diàmetres (rang mínim entre 10 i 15 Fr) i longituds (rang mínim entre 28 i 45 cm) Article licitador: Els diàmetres de la vaina van desde 11 a 13 Fr | Complex amb les necessitats del centre. Permet desplegar la vaina i la guia de seguretat de forma segura, amb la guia que no s'ha de fer servir una segona guia | Vaina molt rígida i oburador molt dur | Inserció i dilatació òptimes tot i que no permet desplegar la vaina i la guia de seguretat en un sol pas | Inserció i dilatació òptimes tot i que no permet desplegar la vaina i la guia de seguretat en un sol pas | Inserció i dilatació òptimes tot i que no permet desplegar la vaina i la guia de seguretat en un sol pas | La progressió de la punta no és uniforme, canvi bruscamen el calibre i és traumàtica a la inserció i dilatació | | | | |
| Òptim grau de recobriment hidrofílic que faciliti la navegació amb l'ultrasonoscopi | 8 punts | | El recobriment hidrofílic no és l'adequat | El recobriment hidrofílic és l'adequat | El recobriment hidrofílic és l'adequat | El recobriment hidrofílic és l'adequat | El recobriment hidrofílic és l'adequat | El recobriment hidrofílic no és l'adequat | | | | |
| Marca radiopaca per a una correcta visualització de la vaina. Sl. 4 punts, No, 0 punts | 4 punts | 4 | Té marca radiopaca | 4 | Té marca radiopaca | 4 | Té marca radiopaca | 4 | Té marca radiopaca | 4 | Té marca radiopaca | |
| | | 20 | | 12 | EXCLUS: No arriba a la puntuació mínima de 16 punts. Nota: 12. | 17 | 17 | 4 | 17 | 8 | EXCLUS: No arriba a la puntuació mínima de 10 punts. Nota: 8. | |

No serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 16 punts sobre el màxim de 20 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

MIREIA LABARTA
TOMAS - DNI [REDACTED] (AUT)
Responsible de RRMM del CSI (representant comissió avaluadora)

CS2022089 SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT PER A TRACTAMENTS QUIRÚRGICS EN UROLOGIA PER AL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

LOT 6 Guia ureteral

| Criteris subjectius (20 punts) | PUNTUACIÓ MÀXIMA | BOSTON SCIENTIFIC IBERICA | COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A | GRIFOLS MOYACO SA | Iberian Care 2016 S.L | | Medicina Analítica Consumibles MAC, S.A | | OL YMPUS IBERIA SAU | | PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL | |
|---|------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | 5 | 8 | 8 | 10 | 5 | 8 | | |
| Optim grau de flexibilitat en relació a la manipulació de la guia en els procediments quirúrgics urològics del centre | 10 punts | Optim grau de flexibilitat | EXCLUS: Requeriment d'obligat compliment Revestiment de cos de polietilè (PEE) Article licitador: Revestiment del cos de polietilè | EXCLUS: Requeriment d'obligat compliment Revestiment de cos de polietilè (PEE) Article licitador: Revestiment del cos de polietilè | No compleix amb el grau de flexibilitat demanat. Molt rígida | Optim grau de flexibilitat, tot i que més que d'altres mostres | Optim grau de flexibilitat | No compleix amb el grau de flexibilitat demanat. Molt rígida | Optim grau de flexibilitat | 5 | 8 | |
| Optim grau de lliscament en relació a la manipulació de la guia en els procediments quirúrgics urològics | 10 punts | Optim grau de lliscament. Inclou guia extra pel port d'entrada del ureteroscopi | EXCLUS: Requeriment d'obligat compliment Revestiment de cos de polietilè (PEE) Article licitador: Revestiment del cos de polietilè | EXCLUS: Requeriment d'obligat compliment Revestiment de cos de polietilè (PEE) Article licitador: Revestiment del cos de polietilè | Optim grau de lliscament però no inclou guia extra pel port d'entrada del ureteroscopi | Optim grau de lliscament però no inclou guia extra pel port d'entrada del ureteroscopi | Optim grau de lliscament però no inclou guia extra pel port d'entrada del ureteroscopi | Optim grau de lliscament però no inclou guia extra pel port d'entrada del ureteroscopi | Optim grau de lliscament però no inclou guia extra pel port d'entrada del ureteroscopi | 8 | 10 | 13 |
| | | 20 | | | 13 | 16 | 20 | 13 | 20 | | | EXCLUS: No arriba a la puntuació mínima de 16 punts. Noble 13. |

No serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 16 punts sobre el màxim de 20 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

MIREIA LABARTA
TOMAS - DNI [REDACTED] (AUT)
Responsable de RRMM del CSI (representant comissió avaluadora)

CSI2022089 SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT PER A TRACTAMENTS QUIRÚRGICS EN UROLOGIA PER AL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

LOT 7 Cistella de retirada de càlculs accés lateral

| Criteris subjectius (20 punts) | PUNTAUACIÓ MAXIMA | BOSTON SCIENTIFIC IBERICA | | COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A | | Iberian Care 2016 S.L | | Medicina Analitica Consumibles MAC, S.A | | OLYMPUS IBERIA SAU | |
|--|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| Facilitat d'introducció de la cistella | 5 punts | No té un sistema de seguretat que permet alliberar la cistella en cas d'embús de litiasi amb cistella | Facil d'introduir. Té un sistema de seguretat que permet alliberar la cistella en cas d'embús de litiasi amb cistella però no té guia extra pel port d'entrada del ureteroscopi | Facil d'introduir. Té un sistema de seguretat que permet alliberar la cistella en cas d'embús de litiasi amb cistella i inclou guia extra pel port d'entrada del ureteroscopi | Facil d'introduir. Té un sistema de seguretat que permet alliberar la cistella en cas d'embús de litiasi amb cistella però no té guia extra pel port d'entrada del ureteroscopi | Facil d'introduir. Té un sistema de seguretat que permet alliberar la cistella en cas d'embús de litiasi amb cistella però no té guia extra pel port d'entrada del ureteroscopi | Facil d'introduir. Té un sistema de seguretat que permet alliberar la cistella en cas d'embús de litiasi amb cistella però no té guia extra pel port d'entrada del ureteroscopi | Facil d'introduir. Té un sistema de seguretat que permet alliberar la cistella en cas d'embús de litiasi amb cistella però no té guia extra pel port d'entrada del ureteroscopi | Facil d'introduir. Té un sistema de seguretat que permet alliberar la cistella en cas d'embús de litiasi amb cistella però no té guia extra pel port d'entrada del ureteroscopi | Facil d'introduir. Té un sistema de seguretat que permet alliberar la cistella en cas d'embús de litiasi amb cistella però no té guia extra pel port d'entrada del ureteroscopi | Facil d'introduir. Té un sistema de seguretat que permet alliberar la cistella en cas d'embús de litiasi amb cistella però no té guia extra pel port d'entrada del ureteroscopi |
| Ergonomia del mànec en el procés d'obertura i tancament de la cistella. Adaptació a mà del cirurgià | 5 punts | Mànec menys ergonòmic | Mànec ergonòmic i bona adaptabilitat a la mà del cirurgià | Mànec menys ergonòmic, en forma de tisora que s'adapta pitjor a la mà del cirurgià | Mànec menys ergonòmic, en forma de tisora que s'adapta pitjor a la mà del cirurgià | Mànec menys ergonòmic, que s'adapta pitjor a la mà del cirurgià | Mànec menys ergonòmic, que s'adapta pitjor a la mà del cirurgià | Mànec menys ergonòmic, que s'adapta pitjor a la mà del cirurgià | Mànec menys ergonòmic, que s'adapta pitjor a la mà del cirurgià | Mànec ergonòmic i bona adaptabilitat a la mà del cirurgià | Mànec ergonòmic i bona adaptabilitat a la mà del cirurgià |
| Seguretat i fiabilitat percebuda en el sistema d'obertura i tancament per a la captura del càlcul | 5 punts | Segur i fiable. No inclou adaptador per evitar la retropulsió de l'aigua | Segur i fiable. Inclou un adaptador per fixar la posició dels materials introduïts i evita la retropulsió de l'aigua. | Segur i fiable. Inclou un adaptador per fixar la posició dels materials introduïts i evita la retropulsió de l'aigua. | Segur i fiable. Inclou un adaptador per fixar la posició dels materials introduïts i evita la retropulsió de l'aigua. | Segur i fiable. No inclou adaptador per evitar la retropulsió de l'aigua | Segur i fiable. No inclou adaptador per evitar la retropulsió de l'aigua | Segur i fiable. No inclou adaptador per evitar la retropulsió de l'aigua | Segur i fiable. No inclou adaptador per evitar la retropulsió de l'aigua | Segur i fiable. No inclou adaptador per evitar la retropulsió de l'aigua | Segur i fiable. No inclou adaptador per evitar la retropulsió de l'aigua |
| Es valorarà la no presència d'elements que sobresortin del cos de la cistella un cop oberta i que puguin lesionar la mucosa ureteral | 5 punts | No sobresurt cap element de la cistella | No sobresurt cap element de la cistella | No sobresurt cap element de la cistella | No sobresurt cap element de la cistella | No sobresurt cap element de la cistella | No sobresurt cap element de la cistella | No sobresurt cap element de la cistella | No sobresurt cap element de la cistella | No sobresurt cap element de la cistella | No sobresurt cap element de la cistella |
| | | 15 | 20 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

No serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 16 punts sobre el màxim de 20 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

MIREIA LABARTA
TOMAS - DNI [REDACTED] (AUT)
Mireia Labarta
Responsable de RRM del CSI (representant comissió avaluadora)

**D'EQUIPAMENT PER A TRACTAMENTS QUIRÚRGICS EN UROLOGIA PER AL
CONSORCI SANITARI INTEGRAL**

LOT 8 Cistella de retirada de càlculs accés frontal

| Criteris subjectius (20 punts) | PUNTAJÓ MÀXIMA | BOSTON SCIENTIFIC IBERICA | COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A | | Medicina Anallitica Consumibles MAC, S.A | | PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNACIONAL | |
|--|-------------------|--|----------------------------------|---|--|---|---|--|
| | | | | | | | | |
| Facilitat d'introducció de la cistella | 5 punts | És fàcil d'introduir però no té sistema de seguretat que permet alliberar la cistella en cas d'embús de litiasi amb cistella | 5 | Facil d'introduir. Té un sistema de seguretat que permet alliberar la cistella en cas d'embús de litiasi amb cistella i inclou guia extra pel port d'entrada del ureteroscopi | 5 | Facil d'introduir. Té un sistema de seguretat que permet alliberar la cistella en cas d'embús de litiasi amb cistella i inclou guia extra pel port d'entrada del ureteroscopi | 3 | Facil d'introduir. Té un sistema de seguretat que permet alliberar la cistella en cas d'embús de litiasi amb cistella i no inclou guia extra pel port d'entrada del ureteroscopi |
| Ergonomia del mànec en el procés d'obertura i tancament de la cistella. Adaptació a mà del cirurgià | 5 punts | Mànec ergonòmic i bona adaptabilitat a la mà del cirurgià | 5 | Mànec ergonòmic i bona adaptabilitat a la mà del cirurgià | 5 | Mànec ergonòmic i bona adaptabilitat a la mà del cirurgià | 3 | Mànec menys ergonòmic, que s'adapta pitjor a la mà del cirurgià |
| Seguretat i fiabilitat percebuda en el sistema d'obertura i tancament per a la captura del càlcul | 5 punts | Segur i fiable. No inclou adaptador per evitar la retropulsió de l'aigua | 5 | Segur i fiable. Inclou un adaptador per fixar la posició dels materials introduïts i evita la retropulsió de l'aigua. | 3 | Segur i fiable. No inclou adaptador per evitar la retropulsió de l'aigua | 3 | LA obertura no es tan progressiva |
| Sistema de sobre-obertura més enllà de la obertura nominal de la cistella. Si, 5 punts, No, 0 punts | 5 punts | Sistema de sobre-obertura | 3 | Sistema sobre-obertura menor que d'altres | 0 | No té sistema de sobre-obertura | 0 | No té sistema de sobre-obertura |
| | 16 | | 18 | | 13 | | 9 | EXCLÓS: No arriba a la puntuació mínima de 16 punts. Noble 9. |

No serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 16 punts sobre el màxim de 20 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

MIREIA LABARTA
TOMAS - DNI [REDACTED] (AUT)

Mireia Labarta
Responsable de RRRM del CSI (representant
comissió avaluadora)

**D'EQUIPAMENT PER A TRACTAMENTS QUIRÚRGICS EN UROLOGIA PER AL
CONSORCI SANITARI INTEGRAL**

LOT 9 Sistema d'irrigació per a ureteroscopies

| Criteris subjectius (20 punts) | PUNTUACIÓ MÀXIMA | BOSTON SCIENTIFIC IBERICA | OLYMPIUS IBERIA SAU |
|---|------------------|---|---|
| Facilitat a l'hora de realitzar les connexions corresponents | 10 punts | 10 Fàcil de realitzar les connexions | 10 Fàcil de realitzar les connexions |
| Facilitat i fiabilitat a l'hora d'accionar la xeringa i exercir la sobrepressió en el sistema d'irrigació | 10 punts | 10 Fàcil i fiable a l'hora d'accionar la xeringa i exercir la sobrepressió en el sistema d'irrigació | 10 Fàcil i fiable a l'hora d'accionar la xeringa i exercir la sobrepressió en el sistema d'irrigació |
| | | 20 | 20 |

No serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 16 punts sobre el màxim de 20 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de formules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

**MIREIA LABARTA
TOMAS - DNI [REDACTED] (AUT)**

Mireia Labarta
Responsable de RRMM del CSI (representant comissió avaluadora)

**D'EQUIPAMENT PER A TRACTAMENTS QUIRÚRGICS EN UROLOGIA PER AL
CONSORCI SANITARI INTEGRAL**

LOT 10 Set cateter ureteral Doble J

| Criteris subjectius (20 punts) | PUNTA CIÓ MÀXIMA | BOSTON SCIENTIFIC IBERICA | | COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A | | GRIFOLS MOVACO SA | Iberian Care 2016 S.L | | Medicina Analítica Consumibles MAC, S.A | |
|--|------------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | | | | | | |
| Facilitat d'inserció i col·locació | 10 punts | 6 | El cateter llisca amb dificultat | 10 | Fàcil d'inserir i col·locar | EXCLOS: Requeriment d'obligat compliment revestiment hidrofílic material PTFE Requeriment d'obligat compliment amb punta recta hidrofílica Article licitador: Guia d'hacer inoxidable recoberta de PTFE | 3 | No inclou cateter recte i el doble J és molt rígid | 6 | El cateter llisca amb dificultat |
| Qualitat i composició dels materials que formen part del set | 10 punts | 10 | La qualitat i composició dels materials son els adequats | 10 | La qualitat i composició dels materials son els adequats | Article licitador: Guia d'hacer inoxidable recoberta de PTFE | 3 | Tots els components van en el mateix embolcall i dificulta la tria d'aquests | 10 | La qualitat i composició dels materials son els adequats |
| | | 16 | | 20 | | | 6 | EXCLOS: No arriba a la puntuació mínima de 16 punts. N'obté 6. | 16 | |

No serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 16 punts sobre el màxim de 20 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

MIREIA LABARTA
TOMAS - DNI [REDACTED] (AUT)

Mireia Labarta

Responsable de RRRM del CSI (representant comissió avaluadora)

CSI2022089 SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT PER A TRACTAMENTS QUIRÚRGICS EN UROLOGIA PER AL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

LOT 11 Kit de cateter: bató de dilatació ureteral amb inflador

| Críteris subjectius (20 punts) | PUNTUACIÓ MÀXIMA | BOSTON SCIENTIFIC IBERICA | COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A | PALEX MEDICAL SA | PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL |
|---|------------------|---------------------------|--|---|--|
| Facilitat d'inserció i col·locació | 10 punts | 5 | EXCLÓS: Requeriment d'obligat compliment recobriment lubrificat del cateter. Article licitador: NO té recobriment lubrificat el cateter | Fàcil d'inserir i col·locar. S'adapta a els necessitats dels centres | EXCLÓS: Requeriment d'obligat compliment recobriment lubrificat del cateter. Article licitador: NO té recobriment lubrificat el cateter |
| Màxima capacitat de dilatació en ATM. Resistència fins a 30 ATM, 10 punts, resistència fins a 20 ATM, 5 punts, resistència inferior a 10 ATM, 0 punts | 10 punts | 5 | Resistència fins a 20 ATM. Provat amb la mostra | Resistència fins a 30 ATM. Provat amb la mostra | |
| | | 10 | EXCLÓS: No arriba a la puntuació mínima de 16 punts. N'obté 10. | | |

No serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 16 punts sobre el màxim de 20 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

MIREIA LABARTA
TOMAS - DNI [REDACTED] (AUT)

Mireia Labarta

Responsable de RRRM del CSI (representant comissió avaluadora)