

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101346953/23/AMUP

NUTRICIÓ ENTERAL: MATERIAL COMPLEMENTARI

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació.....	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris.....	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals.....	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit.....	7
3. Com presentar la oferta.....	7
3.1. Oferta tècnica	7
3.2. Model d'oferta tècnica.....	8
3.3. Presentació de mostres.....	9
3.4. Documentació confidencial.....	10
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	10
4.1. Prevenció de riscos laborals.....	10
4.2. Formació.....	11
4.3. Manual d'usuari.....	11
4.4. Atributs logístics	11
4.5. Condicions logístiques i de subministrament	12
4.5.1. Condicions de subministrament.....	12
4.5.2. Garantia de subministrament	12
4.5.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	12
4.5.2.2. Garanties durant l'execució del contracte	13
4.5.2.3. Termini de lliurament	14
4.5.2.4. Unitats mínimes de comanda	14
4.5.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	14
4.6. Condicions de l'operador logístic.....	17
4.6.1. Embalatges	17
4.6.2. L'albarà.....	18

4.6.3.	Sistema EDI	14
4.6.4.	Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.	18
4.6.5.	Motius pels quals es rebutjar una mercaderia	19
4.6.6.	Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE.....	19

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material de nutrició enteral: material complementari per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Pels codis agrupadors dels lots 19-20-21, les empreses licitadores només podran presentar una oferta per cada referència/gama de l'agrupador al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants. S'entén per gamma els articles amb característiques tècniques que només es diferencien per la mida.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2, l'empresa licitadora presenti:

- L'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE
- Declaració que tots els productes licitats compleixen el previst a l'apartat 13 de l'Annex I del RD 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, amb l'etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència a les dades proporcionades pel fabricant)

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

Materials amb connexions ENFit

Els proveïdors que presentin oferta a materials amb connexió ENFit, hauran de presentar acreditació del compliment de la normativa ISO 80369-3, que regula, de forma específica, els connectors de nutrició enteral. **El no compliment d'aquest requeriment obligatori serà motiu d'exclusió de les ofertes per a la totalitat de cadascun dels lots.**

Lots 16-17-18

Els proveïdors que presentin oferta als lots 16-17-18, hauran de complir els requisits tècnics obligatoris de les màquines a cedir (veure ANNEX G).

Serà obligatori presentar oferta a la totalitat dels lots 16-17-18. És a dir, s'hauran de presentar oferta als 3 lots obligatòriament.

El no compliment d'algun dels requeriments tècnics obligatoris serà motiu d'exclusió de la oferta per a la totalitat dels lots.

Lots 19-20-21

Els proveïdors que presentin oferta als lots 19-20, hauran de presentar, obligatòriament, oferta al lot 21. **El no compliment d'aquest requeriment obligatori serà motiu d'exclusió de les ofertes per a la totalitat de cadascun dels lots.**

El proveïdor que presenti oferta al **lot 19 (codi agrupador 999300402)** haurà de complir els següents requisits obligatoris:

- ✓ Graduació en centímetres (cm) impresa en la sonda.
- ✓ Dos ports d'entrada amb connexió ENFit per alimentació i descompensació gàstrica i/o administració de medicació.
- ✓ Banda radioopaca.
- ✓ Lliures de DEHP i Làtex.

- ✓ Tots els materials amb connexió ENFit hauran de presentar el compliment de la normativa ISO 80369-3, que regula, de forma específica, els connectors de nutrició enteral.

El no compliment d'algun dels requeriments tècnics obligatoris serà motiu d'exclusió de la oferta per a la totalitat dels lots.

El proveïdor que presenti oferta al **lot 19 (codi agrupador 999300408)** haurà de complir els següents requisits obligatoris:

- ✓ Sonda de gastrostomia baix perfil.
- ✓ Joc d'extensió per a alimentació continua connexió ENFit.
- ✓ Joc d'extensió per a alimentació per bolus connexió ENFit.
- ✓ Xeringues ENFit i luer lliures de DEHP i Làtex.
- ✓ Tots els materials amb connexió ENFit hauran de presentar el compliment de la normativa ISO 80369-3, que regula, de forma específica, els connectors de nutrició enteral.

El no compliment d'algun dels requeriments tècnics obligatoris serà motiu d'exclusió de la oferta per a la totalitat dels lots.

El proveïdor que presenti oferta al **lot 20 (codi agrupador 999302496)** haurà de complir els següents requisits obligatoris:

- ✓ Sonda PEG baix perfil amb línia radioopaca.
- ✓ Guia Seldinger.
- ✓ Introducitor.
- ✓ Xeringues ENFit i luer.
- ✓ Allargadora recta ENFit.
- ✓ Allargadora angular ENFit.
- ✓ Lliure de DEHP i làtex.
- ✓ Tots els materials amb connexió ENFit hauran de presentar el compliment de la normativa ISO 80369-3, que regula, de forma específica, els connectors de nutrició enteral.

El no compliment d'algun dels requeriments tècnics obligatoris serà motiu d'exclusió de la oferta per a la totalitat dels lots.

El proveïdor que presenti oferta al **lot 21** haurà de complir els següents requisits obligatoris:

- ✓ Lliure de DEHP i làtex.
- ✓ Tots els materials amb connexió ENFit hauran de presentar el compliment de la normativa ISO 80369-3, que regula, de forma específica, els connectors de nutrició enteral.

El no compliment d'algun dels requeriments tècnics obligatoris serà motiu d'exclusió de la oferta per a la totalitat dels lots.

Lot 22

El proveïdor que presenti oferta al **lot 22** haurà de complir els següents requisits obligatoris:

- ✓ Sistema radioopac.

- ✓ Lliure de DEHP i làtex.

El no acompliment d'algun dels requeriments tècnics obligatoris serà motiu d'exclusió de la oferta per a la totalitat dels lots.

Lots 23-27

Els proveïdors que presentin oferta als **lots 23-27** hauran de complir els següents requisits obligatoris:

- ✓ Lliure de DEHP i làtex.

El no acompliment d'algun dels requeriments tècnics obligatoris serà motiu d'exclusió de la oferta per a la totalitat dels lots.

Lots 24-25

Els proveïdors que presentin oferta als **lots 24-25** hauran de complir els següents requisits obligatoris:

- ✓ Lliure de DEHP i làtex.
- ✓ Tots els materials amb connexió ENFit hauran de presentar el compliment de la normativa ISO 80369-3, que regula, de forma específica, els connectors de nutrició enteral.

El no acompliment d'aquests requeriments obligatoris serà motiu d'exclusió de la oferta per a la totalitat dels lots.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 9 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual** del producte, **ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-300000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **ANNEX D3 - Fitxa Criteris Addicionals Objectius**, aquest model no permet fer cap modificació al fitxer, només caldrà emplenar les dades següents:
 - Nom
 - NIF
 - Dades Generals i específiques de cada producte (referència distribuïdor, referència del producte i marca)
 - Característiques addicionals a especificar (cal tenir en compte que per omplir les cel·les, és necessari seleccionar una de les opcions del desplegable de cada criteri). La puntuació total és una cel·la protegida que no es pot modificar.

El fitxer amb les dades requerides s'ha d'anomenar Criteris addicionals lot XX.xls o .xlsx. S'ha de fer un fitxer per cada grup de lots definits a cada pestanya de l'Excel.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'èina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Atributs logístics

Les empreses contractistes hauran de mantenir, **obligatòriament**, les dades dels Atributs logístics requerits a l'aplicació del sistema estandarditzat de Fitxa Tècnica Electrònica de qualsevol catàleg GDSN (Global Data Synchronisation Network).

El proveïdor de catàleg GDSN de l'empresa contractista ha de ser l'encarregat de lliurar a l'ICS els atributs logístic dels articles adjudicats a l'expedient, a l'adreça FTP que s'indica al quadre de característiques, en el format que es detalla a l'**ANNEX F – Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics**.

Els atributs obligatoris són els següents:

- Codi SAP
- Núm. d'expedient (l'informat a la capçalera de la fitxa tècnica)
- Dimensions
- Pes
- Temperatura conservació
- GTIN de les diferents agrupacions
- Quantitats de cada agrupació
- Referència
- Marca
- Model
- Traçabilitat
- Imatge del producte
- Tipus de perillositat
- Classe de mercaderia perillosa
- Fitxa de seguretat
- Caducitat de lliurament
- Unitat de mesura de gestió

Abans de la formalització del contracte s'han d'incorporar al sistema indicat les dades dels material adjudicats.

4.5. Condicions logístiques i de subministrament

4.5.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs.

4.5.2. Garantia de subministrament

4.5.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres** (GIC). El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.5.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de

preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.5.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.5.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.5.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.5.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN (GTIN)

- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.6. Condicions de l'operador logístic


4.6.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.6.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.6.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.6.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

- 4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.6.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d' emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.7. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 – Llista-Resum de criteris addicionals d'adjudicació

ANNEX E - Presentació de mostres (no hi ha)

ANNEX F - Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics – adjudicatari

ANNEX G:

Annex G1 - Característiques tècniques obligatòries

Annex G2 – Relació de bombes a cedir

ANNEXOS

AL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE

MATERIAL

CS/CC00/1101346953/23/AMUP

NUTRICIÓ ENTERAL: MATERIAL
COMPLEMENTARI

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A_CARACTERÍSTIQUES LICITACIÓ

CS/CC00/1101346953/23/AMUP

LOT	Descripció LOT	LOTS OBLIGATORIS	CRITERIS ADJUDICACIÓ	CESSIÓ EQUIPS	MOSTRES
001	Sonda Jejunal per a nutrició enteral adults pediàtrica, adolescents i nounats amb connexió seguretat ENFit	NO	OBJECTIUS	NO	NO
002	Sonda Jejunal per a nutrició enteral adults pediàtrica, adolescents i nounats sense connexió seguretat ENFit	NO		NO	
003	SNG/Sonda nutrició enteral adults pediàtrica, adolescents i nounats amb connexió seguretat ENFit	NO		NO	
004	SNG/Sonda nasogàstrica nutrició enteral adults pediàtrica, adolescents i nounats sense connexió seguretat ENFit	NO		NO	
005	SNG/Sonda nasogàstrica amb fiador per a administració de nutrició enteral prematurs/nounats/nens petits sistema seguretat i/o ENFit	SI		NO	
006	SNG/Sonda nasogàstrica sense lastre ni fiador per a administració de nutrició enteral prematurs/nounats/nens petits sistema seguretat i/o ENFit	NO		NO	
007	Bossa-Contenidor per a Nutrició Enteral administració per a bomba d'evacuació o gravetat	NO		SI	
008	Línia d'infusió per a Nutrició Enteral administració per Bomba peristàltica tipus Flocare Infinity o equivalent	NO		SI	
009	Material de Nutrició Enteral administració per Bomba peristàltica tipus FreeGo o equivalent	SI		SI	
010	Línia d'infusió per a Nutrició Enteral administració per Bomba peristàltica tipus Infosumat Space o equivalent	NO		SI	
011	Equip per a Nutrició Enteral administració per Bomba peristàltica tipus KangarooTM o equivalent	NO		SI	
012	Línia d'infusió per a Nutrició Enteral administració per Bomba peristàltica tipus COMPAT ELLA o equivalent	NO		SI	
013	Material de Nutrició Enteral administració per Bomba peristàltica tipus Amika o equivalent	SI		SI	
014	Material de Nutrició Enteral administració per gravetat: Línies i equips	NO		NO	
015	Material de Nutrició Enteral administració per gravetat: Bosses i allargadores	NO		NO	
016	Xeringues per a administració de nutrició enteral prematurs/nounats/nens petits sistema seguretat i/o ENFit	SI		SI	
017	Sonda nasogàstrica per a l'administració de nutrició enteral en prematurs/nounats/nens petits sistema seguretat i/o ENFit	SI		SI	
018	Allargadores, cànules, taps i connectors per a administració de nutrició enteral prematurs/nounats/nens petits sistema seguretat i/o ENFit	SI		SI	
019	Sonda PEG amb baló per a administració de nutrició enteral amb connexions seguretat ENFit	SI		NO	
020	Sonda PEG, tècnica seldinger, amb baló per a administració de nutrició enteral amb connexions seguretat ENFit	NO		NO	
021	Extensions de sonda gastrostomia per a administració de nutrició enteral amb connexions seguretat ENFit	NO		NO	
022	Sonda PEG sense connexió seguretat ENFit	NO		NO	
023	Equips col·locació PEG per gastropèxia	NO		NO	

LOT	Descripció LOT	LOTS OBLIGATORIS	CRITERIS ADJUDICACIÓ	CESSIÓ EQUIPS	MOSTRES
024	Xeringues per a Nutrició Enteral i administració de fàrmacs via oral amb sistema seguretat ENFit	SI		NO	
025	Connectors de transició per a sondes nutrició enteral amb connexió ENFit	NO		NO	
026	Mesurador d'estoma i adaptador de sonda per a PEG	NO		NO	
027	Equip inicial per col·locació PEG amb suport de retenció interna colapsable	NO		NO	
028	Materials per a disfàgia/deglució per nutrició enteral o per sonda PEG	SI		NO	
029	Material complementari per a administració de nutrició enteral	NO		NO	
030	Equip gastrostomia connexió ENFit amb extracció per endoscopi	NO		NO	
031	Sistemes de retenció per sonda nasogàstrica/nasointestinal	NO		NO	

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30000508

Descripció llarga:

Equip gastrostomia (PEG) endoscòpica percutània compost per:sonda silicona Ø24F (Øintern 5,5mm),marques profunditat,guia 150cm+/-5cm ,adaptador sond universal i per a bolus,2agulles,talla,xeringa,pinça hemostàtica i tisores, estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30000891

Descripció llarga:

Sonda gàstrica per a alimentació enteral policlorur de vinil (PVC) CH-6x40cm+/-5cm,marques penetració,punta cilíndrica tancada amb o rificis laterals,extrem proximal connexió universal+tap tancament,lliure làtex DEHP,estèril,1ús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30000893

Descripció llarga:

Sonda gàstrica per a alimentació enteral, policlorur vinil (PVC), extrem distal tancat amb orificis laterals,línia radiopaca, calibr e: CH-10x50cm+/-2cm,connexió universal i caputxó per al tancament,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30000896

Descripció llarga:

Sonda gàstrica per a alimentació enteral,policlorur vinil (PVC) CH-5x40cm+/-2cm,línia radiopaca,marques profunditat cm, extrem dista l tancat atraumàtic,orificis laterals, extrem proximal amb taponament i connexió universal,codi color,estèril,1 ús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30000897

Descripció llarga:

Sonda gàstrica per a alimentació enteral policlorur de vinil (PVC) CH-5 ,llargària 90cm+/-5cm,línia radiopaca,extrem distal tancat am b orificis laterals,extrem proximal amb connexió ENFit i caputxó per al tancament,estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30000900

Descripció llarga:

Sonda gàstrica per a alimentació enteral, policlorur vinil (PVC) CH-8x50cm+/-2cm,marques penetració,línia radiopaca,extrem distal ta ncat amb orificis laterals,connexió universal i caputxó per al tancament ,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30000901

Descripció llarga:

Sonda gàstrica per a alimentació enteral, policlorur vinil (PVC),extrem distal tancat amb orificis laterals,amb línia radiopaca,CH-8 x105cm+/-5 ,connexió ENFit i caputxó per al tancament,lliure làtex i DEHP,estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30000902

Descripció llarga:

Sonda gàstrica per a alimentació enteral,policlorur vinil (PVC),extrem distal tancat amb orificis laterals,amb línia radiopaca,CH-10 x105cm+/-5 ,connexió ENFit i caputxó per al tancament,lliure làtex i DEHP,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30000908

Descripció llarga:

Sonda gàstrica per a alimentació enteral, poliuretà (PUR) ,CH-8x110cm+/-5cm, radiopac, transparent, extrem proximal connexió ENfit i tap, extrem distal punta semi-esfèrica sense obertura a/4orificis laterals, guia/fiador metàl poliamida atraum, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30000909

Descripció llarga:

Sonda gàstrica per a alimentació enteral, poliuretà (PUR) ,CH-12x110cm+/-5cm, radiopac, transparent, extrem proximal connexió ENfit i tap, extrem distal punta semi-esfèrica sense obertura a/4orificis laterals, guia/fiador metàl poliamida atraum, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30000910

Descripció llarga:

Sonda nasogàstrica SNG, nasoduodenal i/o nasojejunal NE poliuretà (PUR) ,CH-12x110cm+/-5cm, radiopac, marqu profund, punta semiesfèrica sense obertura distal a/orificis laterals, sense guia/fiador, connexió prox Y ENFit+tap, no làtex, DEHP, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30000912

Descripció llarga:

Sonda gàstrica SNG per a nutrició enteral, CH-12x120cm+/-5cm, PUR transp grau mèdic, línies radiopaq, marques prof, amb fiador, sense llas tre, extrem distal arrodonit, connexió ENFi, tireta subjecció nasal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30000979

Descripció llarga:

Sonda gàstrica p/alim enteral, poliuretà (PUR), 6F, llarg 56cm+/-2cm , radiopaca, amb fiador, marques profund, recob hidrofílic intern i a l a punta, 1 orifici sortida, tap tanc, connexió ENFit, lliure làtex, DEHP i Bisfenol A; comp a/MRI (sense el fiador), estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30001506

Descripció llarga:

Sonda gàstrica per a alimentació enteral, poliuretà (PUR) ,CH-14x110cm+/-5cm, radiopac, transparent, extrem proximal connexió ENfit i tap, extrem distal punta semi-esfèrica sense obertura a/4orificis laterals, sense guia/fiador, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30001574

Descripció llarga:

Sonda gàstrica per a alimentació enteral, poliuretà (PUR), radiopac ,CH-10F, llargària 91cm+/-5cm, amb guia/fiador, marques profunditat, 1 orifici sortida, connexió Y ENFit silicona, tap tancament, lliure de làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30004961

Descripció llarga:

Sonda nasoduodenojejunal per a nutrició enteral, CH-10xllargària 145cm+/-5cm amb mandrí/fiador metàl·lic, extrem distal en espiral i d oble hèlix entre 22cm-24cm, extrem proximal amb connexió ENFit, lliue làtex , estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30005381

Descripció llarga:

Equip gastrostomia (PEG) endoscòpica percutània compost per: sonda silicona Ø20F (Øintern 4,47mm),marques profunditat,guia 150cm+/-5 cm ,adaptador sonda universal i per a bolus,2agulles,talla,xeringa,pinça hemostàtica i tisoires,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30005414

Descripció llarga:

Sonda gàstrica per a alimentació enteral,poliuretà (PUR),8F,1llargària 91cm+/-2cm,radiopaca,amb fiador,marques profunditat,1 orifici sortida,tap tancament,connexió ENFit Y,silicona,lliure de làtex,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30005430

Descripció llarga:

Sonda nasoentèrica,nasojejunal tres llums per a nutrició enteral, aspiració i descompressió gàstrica poliuretà (PUR) CH-9/16x150cm+/-5cm ,bandes radiop,marques profunditat,fiador,orificis distals,con prox:1cònic/1ENFit,guia recol,estèril,n/làtex,PVC,DEHP

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30005433

Descripció llarga:

Sonda gàstrica per a alimentació enteral, policlorur vini (PVC),pedi/neo CH-3,5,1llargària 30cm+/-2c,línia radiopaca,sense lastre ni fiador,marques profunditat d'1cm,extrem distal tancat,punta atraumàtica a/orificis laterals,connexió ENFit,lliure làtex i

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30006882

Descripció llarga:

Connector de transició per a nutrició enteral ENFit amb tap,entre sonda nasogàstrica i equip nutrició amb connector ENFit mascle i c onector universal esglaonat,longitud total ±5cm,lliure làtex,DEHP,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30007133

Descripció llarga:

Sonda jejunal endoscòpica transgàstrica,22F,1llarg jejunal 45cm+/-5cm ,silicona,ports entrada codificats aliment jejunal i descompressió gàstr,baló retenció interna i anell fixació exter,múltipl orificis sortida,línia tungstè a tota la sonda,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30007177

Descripció llarga:

Sonda gàstrica pediàtrica per a alimentació enteral,PVC,CH-5,1llargària 50cm+/-2cm,línia radiopaca extrem distal tancat atraumàtic a/ orificis laterals,marcat profunditat,extrem prox connexió univ i caputxó per al tanc,s/làtex,sense DEHP,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30007449

Descripció llarga:

Sonda gàstrica p/alim enteral,poliuretà (PUR),8F,1llarg 56cm+/-2cm ,radiopaca,amb fiador,marques profund,recob hidrofílic intern i a l a punta,1 orifici sortida,tap tanc,connexió ENFit,lliure làtex,DEHP i Bisfenol A;comp a/MRI(sense el fiador),estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30007450

Descripció llarga:

Sonda gàstrica SNG per a nutrició enteral PUR,transparent grau mèdic CH-10x120cm+/-5cm,línies radiopaques,marques profunditat,amb fi ador,sense llastre,extrem distal arrodonit,connexió ENFit ,tireta subjecció nasal,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30007451

Descripció llarga:

Sonda gàstrica per a alimentació enteral, poliuretà (PUR),radiopac ,CH-12F,llargària 109cm+/-5cm,amb guia/fiador,marques profunditat, 1 orifici sortida,connexió Y ENFit silicona,tap tancament,lliure de làtex,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30009060

Descripció llarga:

Connector de transició per a nutrició enteral, entre sonda nasogàstrica i equip nutrició amb connector ENFit mascle i conector unive rsal esglaonat ,longitud total ±4cm,lliure làtex,DEHP,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30009116

Descripció llarga:

Sonda gastrostomia endoscòpica percutània,3llums (1port medicació),slicona translúcida,16F,baló retenció volum recomenat 20ml,línea radiopaca,capçal extern ajustable forma disc a/quatre orificis sutura,taps preconnectats,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30011858

Descripció llarga:

Sonda nasojejunal endoscòpica per a nutrició enteral, CH-8,llargària 240cm+/-5cm,radiopaca,marques profunditat cm,guia amb punta fle xible 0 ,035"x 260cm+/-5cm,orificis laterals i terminal a extrem distal,connexió universal amb tap de tancament,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30011931

Descripció llarga:

Sonda gàstrica per a alimentació enteral,poliuretà (PUR),6F,llargària 91cm+/-2cm,radiopaca,amb fiador,marques profunditat,1 orifici sortida,tap tancament,connexió ENFit Y,silicona,lliure de làtex,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30012546

Descripció llarga:

Sonda gàstrica per a alimentació enteral,CH6x100cm+/-5cm,amb línea radiopaca,marcas c/cm, extrem distal amb orificis laterals,extrem proximal amb connexió (codi de colors) luer per a xeringues,caputxó per al tancament,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30013982

Descripció llarga:

Sonda jejunostomia quirúrgica, silicona,Ø14F,llargària 30,5cm+/-2cm,línia radiopaca,aletes de silicona i maneguet,adaptador mascle c ompatible amb tubs d'infusió estàndars i tap luer femella,per a alimentació enteral directa a jejú,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30015725

Descripció llarga:

Sonda PEG silic transp,rx,14Fx80cm+/-5cm,grad cm,línia rx,suport retenció interna colaps rx,anell extern pla,port alim+port medic EN Fit;a/eq comp:nansa polip;bisturí reb;ag fitre;ag 25G,ag introd;talla fen;xer;cable guia;clamp;gasses;fil,n/làtex,DEHP,est

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30017016

Descripció llarga:

Xeringa 3cossos 60ml nutrició enteral,concèntrica rosca,silicon,connexió 100% segura No Luer,cos cilíndric transp a/escala impresa i nesborrable ,tija a/codi color,èmbol n/làtex,DEHP,per a sist enteral Nutrisafe2,neonatal o equiv i/o con ENFit estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30017017

Descripció llarga:

Xeringa 3cossos 10ml nutrició enteral,excèntrica rosca,silicon,connexió 100% segura No Luer,cos cilíndric transp a/escala impresa in esborrable ,tija a/codi color,èmbol n/làtex,DEHP,per a sist enteral Nutrisafe2,neonatal o equiv i/o con ENFit estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30017018

Descripció llarga:

Xeringa 3cossos 5ml nutrició enteral,excèntrica rosca,silicon,connexió 100% segura No Luer,cos cilíndric transp a/escala impresa ine sborrable ,tija a/codi color,èmbol n/làtex,DEHP,per a sist enteral Nutrisafe2,neonatal o equiv i/o con ENFit estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30017019

Descripció llarga:

Xeringa 3cossos 20ml nutrició enteral,excèntrica rosca,silicon,connexió 100% segura No Luer,cos cilíndric transp a/escala impresa 0, 5ml inesborr ,tija a/codi color,èmbol n/làtex,DEHP,per a sist enteral Nutrisafe2,neonatal o equiv i/o con ENFit estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30017052

Descripció llarga:

Allargadora per a sonda nasogàstrica de nutrició enteral amb connexió 100% segura No Luer,PVC,Øestàndard (1,5x2,5mm)xlongitud 150cm+ /-5cm ,codificació color,compatible amb sistema Nutrisafe2 i/o ENFit o equivalent,neonat/pediatría,no làtex DEHP

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30017053

Descripció llarga:

Sonda nasogàstrica per a nutrició enteral PVC CH-5x40cm+/-2cm,con 100% segur N/Luer,punta roma tanc a/orif laterals,marcat centimètr inesborrable ,radiopac,codi color,comp a/sist enteral Nutrisafe2 i/o ENFit o equiv,neonat/ped,estèril,lús,n/làtexDEHP

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30017054

Descripció llarga:

Sonda nasogàstrica per a nutrició enteral PVC CH-4x40cm+/-2cm,con 100% segur N/Luer,punta roma tanc a/orif laterals,marcat centimètr inesborrable ,radiopac,codi color,comp a/sist enteral Nutrisafe2 i/o ENFit o equiv,neonat/ped,estèril,lús,n/làtexDEHP

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30017055

Descripció llarga:

Sonda nasogàstrica per a nutrició enteral PVC CH-6x40cm+/-2cm,con 100% segur N/Luer,punta roma tanc a/orif laterals,marcat centimèt inesborrable ,radiopac,codi color,comp a/sist enteral Nutrisafe2 i/o ENFit o equiv,neonat/ped,estèril,lús,n/làtexDEHP

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30017291

Descripció llarga:

Mesurador d'estoma per a gastrostomia endoscòpica percutània,amb baló de retenció,silicona,compatible amb guia 0,038",estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30017440

Descripció llarga:

Equip introductor complet p/col·locació inicial p/gastropexia via endoscop sondes baix perfil 14F a/baló:joc ancloratge gastrointest inal ,dilatador,pinza hemost,agulla introd sist segur,guia,bisturí,xeringa,mesurador estoma,no làtex,DEHP,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30017441

Descripció llarga:

Equip introductor complet p/col·locació inicial per gastropexia via endoscop sondes baix perfil 16F a/baló:joc ancloratge gastrointe stinal ,dilatador,pinza hemost,agulla introd sist segur,guia,bisturí,xeringa,mesurador estoma,lliure làtex,DEHP,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30017600

Descripció llarga:

Xeringa 3cossos 1ml nutrició enteral,excèntrica rosca,silicon,connexió 100% segura No Luer,cos cilindric transp a/escala impresa ine sborrable ,tija a/codi color,èmbol n/làtex,DEHP,per a sist enteral Nutrisafe2,neonatal o equiv i/o con ENFit estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30017654

Descripció llarga:

Cànula per a extracció llet i/o medicaments Ø2,0mmx5cm+/-1cm codificació color,compatible xeringa,connex100%seguretat No Luer,sistem nutrició enteral Nutrisafe2 i/o ENfit o equivalent,neonat/pediatría,lliure làtex i DEHP,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30026486

Descripció llarga:

Sonda nasogàstrica per a nutrició enteral PVC CH-4x50cm+/-2cm,con 100% segur N/Luer,punta roma tanc a/orif laterals,marcat centimèt inesborrable ,radiopac,codi color,comp a/sist enteral Nutrisafe2 i/o ENFit o equiv,neonat/ped,estèril,lús,n/làtexDEHP

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30026714

Descripció llarga:

Sonda nasogàstrica per a nutrició enteral PVC CH-5x50cm+/-2cm,con 100% segur N/Luer,punta roma tanc a/orif laterals,marcat centimèt inesborrable ,radiopac,codi color,comp a/sist enteral Nutrisafe2 i/o ENFit o equiv,neonat/ped,estèril,lús,n/làtexDEHP

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30026715

Descripció llarga:

Sonda nasogàstrica per a nutrició enteral PVC CH-6x50cm+/-2cm,con 100% segur N/Luer,punta roma tanc a/orif laterals,marcat centimèt inesborrable ,radiopac,codi color,comp a/sist enteral Nutrisafe2 i/o ENFit o equiv,neonat/ped,estèril,lús,n/làtexDEHP

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30026716

Descripció llarga:

Sonda nasogàstrica per a nutrició enteral PVC CH-8x50cm+/-2cm,con 100% segur N/Luer,punta roma tanc a/orif laterals,marcat centimèt inesborrable ,radiopac,codi color,comp a/sist enteral Nutrisafe2 i/o ENFit o equiv,neonat/ped,estèril,lús,n/làtexDEHP

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30027129

Descripció llarga:

Connector/adaptador seguretat femella,PVC,per a connectar tubuladura de bomba nutrició enteral a sonda nasogàstrica,connexió incompa tible a/via endovenosa,compatible a/sistema tipus Nutrisafe2 i/o ENFit o equivalent ,lliure làtex,DEHP,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30030336

Descripció llarga:

Tap obturador amb codificació color p/xeringa a/connexió 100% seguretat No Luer,compatible a/sistema nutrició enteral Nutrisafe2 i/o ENFit o equiva ,neonat/pediat codis sap 30017600,30017017,30017019,30017018 i 30017016,n/làtex i DEHP,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30030420

Descripció llarga:

Sonda nasojejunal per a nutrició jejunal (PUR) Ø8F,longitud 270cm+/-5cm ,marques profunditat,radiopaca a bandes i extrem gàstric-jeju nal,4 forats distals,connexió ENFit,catèter PVC p/redirreccionar sonda,2 amp lubricants,estèril,1 ús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30031617

Descripció llarga:

Bossa-contenidor per a nutrició enteral,1000ml capacitat, graduada,buida ,semirígida,per a bomba d'evacuació o de gravetat,sense equi p d'infusió,amb tanca hermética i nansa per a penjar,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30031618

Descripció llarga:

Línia d'infusió p/nutrició enteral 240cm+/-5cm,adm p/bomba:capçal adapt univ,cambra degoteig,port medicació ENFit ENLock,connexió EN Fit,comp a/sist admin multicompatible a/connectors ENPLus,penj ampolles/làtex ,DEHP,estèril.Comp bomba FlocaresInfinity o eq

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30031621

Descripció llarga:

Línia infusió PVC p/nutrició enteral,gravetat,longitud 178cm+/-5cm,adaptad univ p/amp,cambra degoteig,regulad flux,punt Y i tap a an ell subj,con ENPlus i ENFit+con transic ENFit p/sondes+con transic ENFit p/xering,codi color,n/làtex,DEHP,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30031628

Descripció llarga:

Línia infusió p/nutrició enteral,p/bomba,100% incom via ev:adapt univ ENPlus comp a/con rosca Ø40mm i contenid tipus bossa,filtre ai re,con a sonda ENFit,clau mèdic/rentat comp a/xer con ENfit i/o oral/enter ,estèril,n/DEHP,làtex.Comp bomba FreeGo o equiv

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30031629

Descripció llarga:

Eq p/nutrició enteral,administr p/bomba:bossa 1500ml,sistema línia a/connexió rosca Ø40mm adapt a/amp i/o cont rígid,filtre aire int egrat ,connexió a sonda 100% incomp a/via ev ENFit a/tanca segur,estè,lús(24h),n/DEHP,làtex.Comp a/bomba FreeGo ENFit o eq

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30031630

Descripció llarga:

Línia d'infusió per a nutrició enteral,administració per bomba,PVC,long 250cm+/-5cm,amb:capçal compatible qualsevol envàs,cambra deg oteig,clau 3 vies,clamp,connexió ENFit,no làtex,no DEHP,estèril.Compat bomba Amika o equival

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 30031631

Descripció llarga:

Línia infusió nutrició enteral,adminis p/gravetat,a/rosca univ 40mm ,entrada tanca hermèt,cambra degoteig,regulador de flux-rodet,c lau entrada aigua-medicació 100% incomp a/via endovenos connexió ENFit a sonda alimentació,estèril,lliure DEHP i làtex,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 30031633

Descripció llarga:

Línia d'infusió per a nutrició enteral,administració bomba,320cm ,amb:capçal a flascó/punxó-bossa,filtre 15µ,cambra degoteig flex,vàl vula segur,con distal ENPlus,con prox ENFit,clau3pas EnFit,clamp,no PVC,n/làtex,DEHP,estèril.Comp b/Infosumat Space o equi

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 30031634

Descripció llarga:

Equip de nutrició enteral gravetat a/bossa 1500ml i línia d'infusió;bossa EVA,graduada,orifici entrada a/tanca hermètica i línia inf usió PVC 218cm+/-5cm,a/cambra degoteig,regulad flux,con ENFit,clau 3vies,n/làtex, DEHP,estèril,lús.Adaptador ENFit incorp

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 30031708

Descripció llarga:

Sonda jejunal gastroentèrica,26F,silicona,ports entrada codificats p/alimentació jejunal i descompressió gàstrica simultània,baló re tenció interna volum recomanat ompliment 20ml,anell fixació exter,múltipl orificis sortida,connexió Enfit, estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 30033149

Descripció llarga:

Sonda jejunal endosc transgàstrica,16Fx1,5cm,llarg jejunal 30cm+/-2cm ,silicon,marq prof,ports codificats alim jejunal i descompr gàs tr,baló retenció interna,múltip orific sortida,línia tungstè final sonda,cànula,joc ext,xerin,connexió ENFit,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 30033692

Descripció llarga:

Connector de seguretat incompatible a/VE tipus ENFit p/sondes nutrició enteral, poliuretà (PUR) grau mèdic, CH-18, tap de tancament i connexió a xeringues ENFit o línies d'infusió ENFit, codi color, lliure làtex i DEHP, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 30033776

Descripció llarga:

Equip per a nutrició enteral i hidratació, administració per bomba, compost: connexió 3 en 1 ENPlus, bossa PVC 1000ml, línia infusió inco rporada PVC, conneió ENFit, volum purgat 18ml, n/làtex, DEHP, estèril. Compatible bomba KangarooTM o JoeyTM o equiv

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 30033826

Descripció llarga:

Sonda jejunal endosc transgàstrica, 16Fx2,3cm, llarg jejunal 30cm+/-2cm, silicon, marq prof, ports codificats alim jejunal i descompr gas tr, baló retenció interna, múltip orific sortida, línia tungstè final sonda, cànula, joc ext, xerin, connexió EnFit, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 30035488

Descripció llarga:

Sonda nasojejunal de doble llum per nutrició enteral/descompressió gàstrica, poliuretà (PUR), elements radiopacs, 9/18Fx165/120cm+/-5cm, marques profunditat, orificis entrada, fiador lubricat, connectors "Y" ENFit, lliure de PVC, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 30036116

Descripció llarga:

Connector de material plàstic tipus policarbonat (PC), diàmetre intern 0,5 cm # extern 0,7 cm+/-0,2mm, longitud 4,5cm+/-0,5cm, per a a daptar xeringa sobre l'extremitat de sonda gàstrica, amb connexió cònica mascle i connexió luer-lock femella, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 30039724

Descripció llarga:

Xeringa 3cossos 60ml nutrició enteral, concènt, silic, cos cilíndric transp a/escala graduació impresaml inesborrab, tija a/codi color, tap inclòs, no làtex, DEHP, comp a/sist adm enteral segur adult/pedi ENFit i SNG, NI, sondes subst i PEGS con ENFIT, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 30040250

Descripció llarga:

Xeringa 3cossos 1ml nutrició enteral/fàrmacs orals, concènt, silic, cos cilíndric transp, escala grad 0,01ml impresa inesborrable, tija a /codi color, tap inclòs, èmbol n/làtex, DEHP, p/sondes i diposit a/con mascle tipus Nutrifit o equiv i/o con ENFIT, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 30040251

Descripció llarga:

Xeringa 3cossos 5ml nutrició enteral/fàrmacs orals, concènt, silic, cos cilíndric transp, escala grad 0,2ml impresa inesborrable, tija a/ codi color, tap inclòs, èmbol n/làtex, DEHP, p/sondes i diposit a/con mascle tipus Nutrifit o equiv i/o con ENFIT, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 30040252

Descripció llarga:

Xeringa 3cossos 10ml nutrició enteral/fàrmacs orals,concènt,silic,cos cilíndric transp,escala grad 0,5ml impresa inesborrable,tija a /codi color ,tap inclòs,èmbol n/làtex,DEHP,p/sondes i diposit a/con mascle tipus Nutrifit o equiv i/o con ENFIT,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 30040253

Descripció llarga:

Xeringa 3cossos 20ml nutrició enteral/fàrmacs orals,concènt,silic,cos cilíndric transp,escala grad 0,5ml impresa inesborrable,tija a /codi color ,tap inclòs,èmbol n/làtex,DEHP,p/sondes i diposit a/con mascle tipus Nutrifit o equiv i/o con ENFIT,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 30040737

Descripció llarga:

Sonda jejunal gastroentèrica, 24F,silicona, ports entrada codificats per alimentació jejunal i descompressió gàstrica simultània, ba ló retenció interna volum recomanat 20ml,anell fixa extern,múltiples orificis sortida ,p/distal tungstè. Estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 30040975

Descripció llarga:

Connector/adaptador de seguretat,multimida,incompatible a/VE,per a connectar l'equip d'alimentació ENFIT a sondes nutrició enteral d e conus ample,poliuretà (PUR) grau mèdic,sense tap de tancament,no estèril,un sol ús,lliure làtex,DEHP,PVC i BPA

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 30041422

Descripció llarga:

Línia administ NE p/gravetat 190cm;càmera degoteig tova;capçal ENPlus p/tots envasos NE;con ENFIT+adapt pre-muntat p/con ENFit ENLoc k i còniques;entrada administ H2O+medicació a/clau 3pas p/connexions ENFit;bossa subj contenid vidre;no DEHP,làtex,estèril

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 30041464

Descripció llarga:

Tap obturador mascle amb codificació color per a xeringues enterals de baix volum a/connexió seguretat ENFit, lliure làtex i DEHP, e stèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 30041539

Descripció llarga:

Sonda gàstrica NE CH8x110cm+/-5cm PUR transp a/línies radiop i marq penetr c/2cm,extr distal a/3 orific:1distal i 2later,extr prox c on ENFit mascle a/tap;fiador metàl siliconat 107,5cm +/-1cm a/extr distal rodó i con prox ENFit,n/làtex,DEHP,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 30041540

Descripció llarga:

Sonda gàstrica NE CH12x110cm+/-5cm PUR transp a/línies radiop i marq penetr c/2cm,extr distal a/3 orific:1distal i 2later,extr prox con ENFit mascle a/tap;fiador metàl siliconat 107,5cm +/-1cm a/extr distal rodó i con prox ENFit,n/làtex,DEHP,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 30041781

Descripció llarga:

Connector/adapt amb tap incompatible a/VE per administració nutrició enteral a bolus,PUR,per adaptar una connexió ENFit femella a un a connexió cònica femella,compatible amb connexions ENLock,cònica i sonda,no estèril,un sol ús,lliure làtex,DEHP,PVC i BPA

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 30042793

Descripció llarga:

Sonda jejun endosc transg baix perf,16Fx1,7cm,llarg jejunal 30cm+/-2cm ,silicona,marq prof,ports codificats alim jejunal i descompres sió gàstr,baló retenció interna,múltip orificis sortida,línia tungstè final sonda,cànula,joc extensions,xerin ,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 30042819

Descripció llarga:

Línia p/ad enteral bomba,PVC,230+/-5cm,ENFit,ENLock,ENPlus;capçal univ a/filtre aire+port ENPlus;port medic 3v ENFit+ad ENLock+tap;e xtr dist ENFit+ad ENLock+tap;p/xerin ENFit,ENLock,Oral,luer,bossa p/flasco </= 500ml,n/DEHP,làtex.P/bomba COMPAT ELLA o eq

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 30043332

Descripció llarga:

Sonda jejunal endoscòpica transgàstrica,16F,llarg jejunal 30cm+/-2cm ,silico,ports entrada codificats alimentació jejunal i descompre ssió gàstrica,baló retenció interna silicona i anell fixació ext, orificis sort,línia tungstè a tota la sonda, estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 30043333

Descripció llarga:

Sonda jejunal endoscòpica transgàstrica,18F,llarg jejunal 45cm+/-5cm ,silico,ports entrada codificats alimentació jejunal i descompre ssió gàstrica,baló retenció interna silicona i anell fixació ext, orificis sort,línia tungstè a tota la sonda, estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 30043334

Descripció llarga:

Sonda jejuna end transg,baix perf,18Fx2cm,llarg jejun 45cm+/-5cm,silic ,marq prof,ports codif alime jejun i descomp gàstr,baló retenció inter múltip orifi sorti,línia tungstè final sonda,cànula,joc extensió aliment contínua+bolus,xeringa ,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 30043350

Descripció llarga:

Sonda jejun end transg,baix perf,18Fx1,7cm,llarg jejun 45cm+/-5cm,silic ,marq prof,ports codif alime jejun i descomp gàstr,baló reten ció inter múltip orifi sorti,línia tungstè final sonda,cànula,joc extensió aliment contínua+bolus,xerin,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 30043413

Descripció llarga:

Equip introductor complet p/col·locació inicial per gastropexia via endoscop sondes baix perfil 18F a/baló:joc ancloratge gastrointe stinal, dilatador,pinza hemost,agulla introd sist segur,guia,bisturi,xeringa ,mesurador estoma,lliure làtex,DEHP,estèr,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 30043809

Descripció llarga:

Línia admin nutri enteral gravetat PVC,Ø4mm/5mm,long 180mm+/-5mm,adap univer recipient coll ample,cambra degoteig,regulador flux,por t med ENfit ,con transició ENFit per sondes+con transició ENFit per xerin,lliure làtex i DEHP,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 30047607

Descripció llarga:

Tap amb rosca per a flascons de administració oral/enteral Ø28mm ambcodificació color p/xeringa a/connexió 100% seguretat No Luer ,compatible a/sistema nutrició enteral Nutrisafe2 . Lliure de làtex i DEPH.estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 30047608

Descripció llarga:

Connector/adaptador seguretat Nutrisafe2 a ENfit, espai mort 0,10 ml ,PVC,Lliure de làtex i DEHP, estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 30048561

Descripció llarga:

Bossa de 50 (+/-5)mL per a trituració i preparació de medicació amb tancament tipus zip, de polipropilè/polietilè/polietilè tereftal at (PP+PE+PET) de 7,62 (+/-1)cm x 13.33 (+/-1)cm. Connexió ENFit.

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 30048818

Descripció llarga:

Sonda gastrojejunal 16F, llarg jej 45cm+/-2cm i guia silic,grad cm ,líniaradiop,ports aliment jejunal i descomp gàstrica,baló retenció int silicvolum recom ompl 7-10ml i anell retenció ext,múltipl orific sort,línia tungstè al final sonda,2xer,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 30049027

Descripció llarga:

Sonda gàstrica NE CH6x110cm+/-5cm PUR transp a/línies radiop i marq penetr c/2cm,extr distal a/3 orific:1distal i 2later,extr prox c on ENFit mascle a/tap;fiador metàl siliconat 107,5cm +/-1cm a/extr distal rodó i con prox ENFit,n/làtex,DEHP,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 30050731

Descripció llarga:

Allargadora/prolongadora PVC Ø1,5mmx2,5mm,longitud 100cm+/-5cm per a sistema nutrició enteral NutriFit o equivalent amb connexió EN Fit ,codificació de color,tap integrat,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 30051097

Descripció llarga:

Tap ventilat amb filtre antibacterià 15um,codificació color p/xeringa a/connexió 100% segur No Luer 20ml sap 30017019 i 60ml sap 300 39724 ,p/sist nutrició enteral Nutrisafe2 i/o ENFit o equiv,neonat/pediat,administr p/gravetat,n/làtex i DEHP,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 30051191

Descripció llarga:

Sonda gastrojejunal baix perfil silicona,Ø16Fx1,5cmx45cm long jejunal;lcànula,1joc extensió p/alimentació contínua 30,5cm ENFit,1ada ptador p/alimentació bolus 30,5cm ENFit,1xeringa luer +/- 6ml,1xeringa ENFit +/-35ml,gasses,noDEHP,làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 30051439

Descripció llarga:

Agent escumant per produir escumes airejades, barreja de emulsionant lecitina de soja i maltodextrina per a la producció d'escumes a irejades, en pols de color blanc groguenc, sabor neutre, envàs monodosi. Compatible amb Air SeneoPro o equivalent

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 30051440

Descripció llarga:

Aparell per produir escumes airejades, consta: bomba de membrana, 2 tubde silicona de 75cm, 5 paquets monodosi d'agent escumant, 5 p ipetes goter microperforades, manual d'instruccions. Compatible amb Air SeneoPro oequivalent

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 30051441

Descripció llarga:

Pipetes goter tipus Pasteur per produir escumes airejades, perforades, de polietilè, transparent, de 3ml. Compatible amb Air SeneoP ro o equivalent

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 30051810

Descripció llarga:

Tap ABS amb connexó femella,sense ventilació,per a tancament bosses i xeringues amb connexió ENFit,compatible amb bossa de 50 (+/-5) ml per a trituració i preparació de medicació,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 30052699

Descripció llarga:

Tap obturador mascle amb rosca de 17-20,5mm per a flascó, amb codificació color per a nutrició enteral a/connexió seguretat ENFit, 1 liure làtex i DEHP, estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 30052855

Descripció llarga:

Equip introductor complet p/col·locació inicial per gastropexia via endoscop sondes baix perfil 20F a/baló:joc ancloratge gastrointe stinal, dilatador,pinza hemost,agulla introd sist segur,guia,bisturi,xeringa ,mesurador estoma,lliure làtex,DEHP,estèr,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 30053019

Descripció llarga:

Adaptador d'alimentació per sonda PEG,silicona grau mèdic,Ø14F,longitud 8cm+/-2cm,2ports d'entrada en Y amb tap i connexió ENFit,no estèril,lliure làtex,DEHP,DBP i BBP,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 30053355

Descripció llarga:

Sonda jejunal endosc transgàstrica,16F, llarg jejunal 45cm+/-2cm,silicon ,marq prof,ports codificats alim jejunal i descompr gàstr,bal ó retenció interna,múltip orific sortida,línia tungstè final sonda ,cànula,jocext,xerin,connexió EnFit,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 30053424

Descripció llarga:

Equip gastrostomia endoscòpica percutània compost per: sonda poliuretà transparent Ø15F(Øintern 3,6mm Øextern 4,8mm)x35cm longitud,g uia,placa externa de fixació,cànula,bisturí,1fil de guia-abraçadora,connexió ENFit ,lliure de DEHP, PVC y Bp A,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 1070 MATERIAL: 30053804

Descripció llarga:

Adaptador d'ampolla universal,escalonat,PVC tou color púrpura,tap amb tira de subjecció femella EnFit i,connector mascle ENFit ABS,p er conservació extracció de medicaments embotellats,lliure DEHP,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 30053869

Descripció llarga:

Sonda Sonda jejunal MIC,gastroenterica,18FrX57,9cm ENFIT.Balon intern 7-10cc.Radiopaca.2 punts entrada alimentac i descompresió.Punt a tungstè.Diferents sortides

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 30053894

Descripció llarga:

Línia infusió per NE, per bomba,PVC,lliure làtex,long 250cm,cambra degoteig tova,clau de 3 v x aigua,Enfit, estèril, no làtex, no DE PH, compatible amb bomba AMIKA o equivalent

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 1100 MATERIAL: 30053953

Descripció llarga:

Sonda PEG silic transp,rx,20Fx80cm+/-5cm,grad cm,suport intern colaps ,anell extern pla,port alim+port medic ENFit;a/eq comp:nansa po lip;bisturí reb;ag fitre;ag 25G,ag introd;talla fen;xer;bisturí,cable guia;clamp;gasses;fil sutura,n/làtex ni DEHP,est,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 1110 MATERIAL: 30054532

Descripció llarga:

Eq inicial PEG:sonda silic 20F,port Y ENFit,disp fix int,2 capçals fix ext ,lag tròcar,lag seldinger,llaç recup p/endosc canal trebal l >/=2mm ,guia,introd,talla quir,pinça hemost corba,pinça en C,bisturí,tisores,gasses,configuració tipus "pull",estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 1120 MATERIAL: 30054533

Descripció llarga:

Eq inicial PEG:sonda silic 24F,port Y ENFit,disp fix int,2 capçals fix ext ,lag tròcar,lag seldinger,llaç recup p/endosc canal trebal l >/=2mm ,guia,introd,talla quir,pinça hemost corba,pinça en C,bisturí,tisores,gasses,configuració tipus "pull",estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 1130 MATERIAL: 30058658

Descripció llarga:

Sonda gastrojejunal baix perfil silicona,Ø16Fx1,0cmx10cm long jejunal;1cànula,1joc extensió p/alimentació contínua 30,5cm ENFit,1ada ptador p/alimentació bolus 30,5cm ENFit,1xeringa luer +/- 6ml,1xeringa ENFit +/-35ml,gasses,noDEHP,làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 1140 MATERIAL: 30058720

Descripció llarga:

Sonda gastrojejunal baix perfil silicona,Ø16Fx1,5cmx22cm long jejunal;1cànula,1joc extensió p/alimentació contínua 30,5cm ENFit,1ada ptador p/alimentació bolus 30,5cm ENFit,1xeringa luer +/- 6ml,1xeringa ENFit +/-35ml,gasses,noDEHP,làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 1150 MATERIAL: 30061016

Descripció llarga:

Sonda gàstrica per a alimentació enteral,poliuretà (PUR),6F,1llargària 38cm+/-2cm,radiopaca,amb fiador,marques profunditat,1 orifici sortida ,taptancament,connexió ENFit Y,silicona,lliure de làtex,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 1160 MATERIAL: 30062094

Descripció llarga:

Sistema de retenció per a sondes d'alimentació enteral per a sondes de 12F compost: 2 catèters amb marques de profunditat en cm, cla mp amb indicado de FR, cinta de polièster, i Clamp con indicador de Fr, ungl a de plàstic per a obertura clamp,s/là t,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 1170 MATERIAL: 30062095

Descripció llarga:

Sistema de retenció per a sondes d'alimentació enteral per a sondes de 10F compost: 2 catèters amb marques de profunditat en cm, cla mp amb indicado de FR, cinta de polièster, i Clamp con indicador de Fr, ungl a de plàstic per a obertura clamp,s/là t,lús

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 1180 MATERIAL: 999300402

Descripció llarga:

A - Sonda gastrostomia amb baló per a nutrició enteral i descompressió gàstrica a llarg termini, connexió ENFit,diverses mides

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 1190 MATERIAL: 999300408

Descripció llarga:

A - Sonda gastrostomia de baix perfil amb baló per a nutrició enteral i descompressió gàstrica a llarg termini, connexió ENFit,diver ses mides

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 1200 MATERIAL: 999300409

Descripció llarga:

A - Extensió sonda gastrostomia per a nutrició enteral a llarg termini ,connexió ENFit,diversos models i mides

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 47878067W

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 08.05.2023
HORA: 14:37:08
PÀGINA: 16 / 16

SOL.COMANDA: 1101346953 POSICIÓ: 1210 MATERIAL: 999302496

Descripció llarga:

A - Sonda gastrostomia tècnica seldinger de baix perfil amb baló per a nutrició enteral i descompressió gàstrica a llarg termini, co nnexió ENFit, diverses mides

ANNEX C – Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Veure Excel de Licitació 11013xxxxx_2bis

NO APLICA

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
		Codi Agrupador	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)

Àrea DADES DEL LICITADOR

En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades *Descripció breu i ampliada del producte* que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.

Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del **seu** producte i de les **seves** dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).

Dades específiques d'identificació de la empresa

NIF de l'empresa

Nom de l'empresa

Dades del producte específics

Marca comercial/Model Informar la marca comercial del material ofertat

Referència distribuïdor Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora

Referència fabricant Informar la referència del fabricant

Especificacions tècniques

Material de fabricació Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil

Mides S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm
EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris

Mètode d'esterilització En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització.

Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge</u>. Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització *

Material de fabricació *

Mides del material ofertat *

Descripció breu del producte

* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material

Descripció ampliada del producte

Imatge de la referència

Dades d'acreditacions

Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC

Marcat CE/Tipus de classe

(SI/NO)

Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris

Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material

Altres acreditacions i/o auto certificació

Logo de l'empresa

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient	Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT	Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF		Nom		Fabricant		Fabricant		(SI / NO)	Distribuïdor		(SI / NO)
-----	----------------------	-----	----------------------	-----------	----------------------	-----------	----------------------	-----------	--------------	----------------------	-----------

Dades del producte específic

Marca comercial/Model
Referència distribuïdor
Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització
Material de fabricació *	
Mides del material ofertat *	

Descripció ampliada del producte

ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

--

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

[illegible]

ANNEX D3

Llista-Resum de criteris addicionals d'adjudicació

22-27

[illegible]

ES OBLIGATORI EL SEU COMPLIMENT

Identificació de l'empresa

--

--

2-4-14-17

[illegible]

LOT	2-4-14-17
-----	-----------

[illegible]

ANNEX D3 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius (DESGLOSSAMENT 2)

ES OBLIGATORI EL SEU COMPLIMENT

Identificació de l'empresa

--

--	--

2-4-14-17

[illegible]

ANNEX D3 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius (DESGLOSSAMENT 3)

ES OBLIGATORI EL SEU COMPLIMENT

Identificació de l'empresa	
Nom	
NIF	
Fabricant / Distribuïdor	

--

--

3-5-29

[illegible]

ANNEX D3 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius (DESGLOSSAMENT 3)

ES OBLIGATORI EL SEU COMPLIMENT

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Fabricant / Distribuïdor

LOT

3-5-29

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE			CRITERIS OBJECTIUS									
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC			Marcar amb el desplegable SI compleix o NO el criteri									
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	MARCA/MODEL	Lliure de DEHP (5 punts)	Lliure de PVC (5 punts)	Punta roma (5 punts)	UNE-EN ISO 13485:2016 (5 punts)	UNE-EN ISO 9001:2015 (5 punts)	UNE-EN ISO 14001:2015 (5 punts)	Fiador (20 punts)	Gamma (20 punts)		
005	30000979	Sonda gàstrica p/alim enteral, poliuretà (PUR), 6F, llarg 56cm +/- 2cm, radiopaca, amb fiador, marques profund, recob hidrofílic intern i a la punta, 1 orifici sortida, tap tanc, connexió ENFit, lliure làtex, DEHP i Bisfenol A; comp a/MRI (sense el fiador), estèril, 1 ús											NO OMLIR		0
005	30007449	Sonda gàstrica p/alim enteral, poliuretà (PUR), 8F, llarg 56cm +/- 2cm, radiopaca, amb fiador, marques profund, recob hidrofílic intern i a la punta, 1 orifici sortida, tap tanc, connexió ENFit, lliure làtex, DEHP i Bisfenol A; comp a/MRI (sense el fiador), estèril, 1 ús											NO OMLIR		0
005	30061016	Sonda gàstrica per a alimentació enteral, poliuretà (PUR), 6F, llargària 38cm +/- 2cm, radiopaca, amb fiador, marques profunditat, 1 orifici sortida, taptancament, connexió ENFit Y, silicona, lliure de làtex, estèril, un sol ús											NO OMLIR		0
029	30051810	Tap ABS amb connexó femella, sense ventilació, per a tancament bosses i xeringues amb connexió ENFit, compatible amb bossa de 50 (+/-5)ml per a trituració i preparació de medicació, un sol ús											NO OMLIR		0
029	30052699	Tap obturador mascle amb rosca de 17-20,5mm per a flascó, amb codificació color per a nutrició enteral a/connexió seguretat ENFit, lliure làtex i DEHP, estèril, 1 ús											NO OMLIR		0
029	30053804	Adaptador d'ampolla universal, escalonat, PVC tou color púrpura, tap amb tira de subjecció femella EnFit i, connector mascle ENFit ABS, per conservació i extracció de medicaments embotellats, lliure DEHP, estèril, un sol ús											NO OMLIR		0

ANNEX D3 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius (DESGLOSSAMENT 4)

ES OBLIGATORI EL SEU COMPLIMENT

Identificació de l'empresa

--

1-8-9-10-11-12-13-19-20

[illegible]

ES OBLIGATORI EL SEU COMPLIMENT

Identificació de l'empresa

Nom	
Prénom	

Fabricant / Distribuidor	
--------------------------	--

LOT	1-8-9-10-11-12-13-19-20
-----	-------------------------

[illegible]

ES OBLIGATORI EL SEU COMPLIMENT

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Fabricant / Distribuïdor

LOT

1-8-9-10-11-12-13-19-20

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE			CRITERIS OBJECTIUS											
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC			Marcar amb el desplegable SI compleix o NO el criteri											
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	MARCA/MODEL	Lliure de DEHP (5 punts)	Lliure de PVC (5 punts)	Filtre antibacterià (10 punts)	Reglament (UE) nº10/2011 (20 punts)	Anell de retenció (5 punts)	Volum (5 punts)	Punta cònica (5 punts)	Punta recoberta (5 punts)	Lliure de BPA (10 punts)	Gamma (20 punts)		
020	999302496	A - Sonda gastrostomia tècnica seldinger de baix perfil amb baló per a nutrició enteral i descompressió gàstrica a llarg termini, connexió ENFit, diverses mides													NO OMLIR		0

ES OBLIGATORI EL SEU COMPLIMENT

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Fabricant / Distribuïdor

LOT

6-21-25-30

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE			CRITERIS OBJECTIUS									
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC			Marcar amb el desplegable SI compleix o NO el criteri									
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	MARCA/MODEL	UNE-EN ISO 13485:2016 (5 punts)	UNE-EN ISO 9001:2015 (5 punts)	UNE-EN ISO 14001:2015 (5 punts)	Lliure de BPA (10 punts)	Lliure de BPA (5 punts) LOT 21	Lliure de BBP (5 punts)	Lliure de DBP (5 punts)	Connector (5 punts)		
						SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	TOTAL
006	30005433	Sonda gàstrica per a alimentació enteral, policlorur vini (PVC), pedi/neo CH-3,5, llargària 30cm+/-2c, línia radiopaca, sense lastre ni fiador, marques profunditat d'1cm, extrem distal tancat, punta atraumàtica a/orificis laterals, connexió ENFit, lliure làtex i								NO OMLIR					0
21	999300409	A - Extensió sonda gastrostomia per a nutrició enteral a llarg termini, connexió ENFit, diversos models i mides							NO OMLIR						0
025	30006882	Connector de transició per a nutrició enteral ENFit amb tap, entre sonda nasogàstrica i equip nutrició amb connector ENFit mascle i conector universal esglaonat, longitud total ±5cm, lliure làtex, DEHP, estèril, un sol ús								NO OMLIR					0
025	30009060	Connector de transició per a nutrició enteral, entre sonda nasogàstrica i equip nutrició amb connector ENFit mascle i conector universal esglaonat, longitud total ±4cm, lliure làtex, DEHP, estèril, un sol ús								NO OMLIR					0
025	30033692	Connector de seguretat incompatible a/VE tipus ENFit p/sondes nutrició enteral, poliuretà (PUR) grau mèdic, CH-18, tap de tancament i connexió a xeringues ENFit o línies d'infusió ENFit, codi color, lliure làtex i DEHP, estèril, un sol ús.								NO OMLIR					0
025	30036116	Connector de material plàstic tipus policarbonat (PC), diàmetre intern 0,5 cm – extern 0,7 cm+/-0,2mm, longitud 4,5cm+/-0,5cm, per a adaptar xeringa sobre l'extremitat de sonda gàstrica, amb connexió cònica mascle i connexió luer-lock femella, estèril, 1ús								NO OMLIR					0
025	30040975	Connector/adaptador de seguretat, multímida, incompatible a/VE, per a connectar l'equip d'alimentació ENFit a sondes nutrició enteral de conus ample, poliuretà (PUR) grau mèdic, sense tap de tancament, no estèril, un sol ús, lliure làtex, DEHP, PVC i BPA								NO OMLIR					0
025	30041781	Connector/adapt amb tap incompatible a/VE per administració nutrició enteral a bolus, PUR, per adaptar una connexió ENFit femella a una connexió cònica femella, compatible amb connexions ENLock, cònica i sonda, no estèril, un sol ús, lliure làtex, DEHP, PVC i BPA								NO OMLIR					0
030	30053424	Equip gastrostomia endoscòpica percutània compost per: sonda poliuretà transparent Ø15F(Øintern 3,6mm Øextern 4,8mm)x35cm longitud, guia, placa externa de fixació, cànula, bisturi, 1fil de guia-abracadora, connexió ENFit, lliure de DEHP, PVC i Bp A, estèril, 1ús								NO OMLIR					0

ANNEX D3 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius (DESGLOSSAMENT 6)

ES OBLIGATORI EL SEU COMPLIMENT

Identificació de l'empresa

[illegible]

7-15-16-18-19-20-23-24

[illegible]

ES OBLIGATORI EL SEU COMPLIMENT

Identificació de l'empresa

--

7-15-16-18-19-20-23-24

[illegible]

ES OBLIGATORI EL SEU COMPLIMENT

Identificació de l'empresa

--

--

7-15-16-18-19-20-23-24

[illegible]

ANNEX D3 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius (DESGLOSSAMENT 7)

ES OBLIGATORI EL SEU COMPLIMENT

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Fabricant / Distribuïdor

LOT

26-28-31

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE			CRITERIS OBJECTIUS			
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC			Marcar amb el desplegable SI compleix o NO el criteri			
LOT	CODI SAP/ CODI AGRUPADOR	DESCRIPCIÓ CODI SAP/AGRUPADOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	MARCA/MODEL	UNE-EN ISO 13485:2016 (5 punts)	UNE-EN ISO 9001:2015 (5 punts)	UNE-EN ISO 14001:2015 (5 punts)	TOTAL
						SI/NO	SI/NO	SI/NO	
26	30017291	Mesurador d'estoma per a gastrostomia endoscòpica percutània, amb baló de retenció, silicona, compatible amb guia 0,038", estèril, un sol ús							0
26	30053019	Adaptador d'alimentació per sonda PEG, silicona grau mèdic, Ø14F, longitud 8cm+/-2cm, 2 ports d'entrada en Y amb tap i connexió ENFit, no estèril, lliure làtex, DEHP, DBP i BBP, un sol ús							0
28	30051439	Agent escumant per produir escumes airejades, barreja de emulsionant lecitina de soja i maltodextrina per a la producció d'escumes airejades, en pols de color blanc groguenc, sabor neutre, envàs monodosi. Compatible amb Air SeneoPro o equivalent							0
28	30051441	Pipetes goter tipus Pasteur per produir escumes airejades, perforades, de polietilè, transparent, de 3ml. Compatible amb Air SeneoPro o equivalent							0
28	30051440	Aparell per produir escumes airejades, consta: bomba de membrana, 2 tubde silicona de 75cm, 5 paquets monodosi d'agent escumant, 5 pipetes goter microperforades, manual d'instruccions. Compatible amb Air SeneoPro o equivalent							0
31	30062094	Sistema de retenció per a sondes d'alimentació enteral per a sondes de 12F compost: 2 catèters amb marques de profunditat en cm, clamp amb indicador de FR, cinta de polièster, i Clamp con indicador de Fr, ungla de plàstic per a obertura clamp.s/làt.1ús							0
31	30062095	Sistema de retenció per a sondes d'alimentació enteral per a sondes de 10F compost: 2 catèters amb marques de profunditat en cm, clamp amb indicador de FR, cinta de polièster, i Clamp con indicador de Fr, ungla de plàstic per a obertura clamp.s/làt.1ús							0

ANNEX F

Fitxa d'atributs logístics de materials

Especificacions tècniques dels camps obligatoris a informar

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
GS1Spain_HealthcareFileNumber	Número de expediente para el que el que el artículo ha sido adjudicatario (cuando se informe para el GLN del ICS)	D	Obligatorio para adjudicatarios	Base Unit	Yes	No	
GS1Spain_HealthcareRecipientClassificationNu	Código SAP asignado por el ICS (cuando se informe para el GLN del ICS)	D	Obligatorio para adjudicatarios	Base Unit	Yes	No	
gtin	Código EAN (GTIN)	M	Es el código del producto (antes conocido como EAN 13). Es necesario escribir un código de catorce posiciones donde el primer número será un 0	All			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode ="SUPPLIER_ASSIGNED"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Referencia interna del proveedor	Base Unit			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode ="MODEL_NUMBER"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Modelo	Base Unit			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode ="INDUSTRY_ASSIGNED"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Código nacional para productos farmacéuticos	Base Unit			
targetMarketCountryCode	Mercado Objetivo (País)	M	Código que identifica una subdivisión de país, como un estado o una provincia. Para detallar esta información se utiliza el código numérico ISO3166.	All			724 - España 276 - Alemania 056 - Bélgica 840 - Estados Unidos 250 - Francia 528 - Holanda 380 - Italia 620 - Portugal 826 - Reino Unido 756 - Suiza 442 - Luxemburgo 040 - Austria 208 - Dinamarca
InformationProvider/GLN	Proveedor de la información (GLN)	M	Punto Operacional(GLN) del proveedor de la información.	All			
additionalPartyIdentification si additionalPartyIdentificationTypeCode ="EU_VAT_IDENTIFICATION_NUMBER"	Tipo de código adicional de proveedor NIF	M	NIF de la empresa	All			
InformationProvider/partyName	Proveedor de la información (Nombre)	M	Nombre del proveedor de la información en texto claro.	All			
tradeItemUnitDescriptorCode	Descripción codificada del artículo	M	Descripción codificada del artículo que indica que tipo de artículo estamos definiendo.	All			BASE_UNIT_OR_EACH - Unidad base CASE - Caja DISPLAY_SHIPPER - Expositor MIXED_MODULE - Módulo mixto MULTIPACK - Pack PACK_OR_INNER_PACK - Embalaje o embalaje no comercializable PALLET - Pallet PREPACK - Preempaquetado PREPACK_ASSORTMENT - Surtido preempaquetado SETPACK - Kit
isTradeItemABaseUnit	¿Es unidad base?	M	Indicado de si el artículo es unidad base(Y) o no (N).	All			

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
isTradelItemAConsumerUnit	¿Es unidad de consumo?	M	Indicado de si el artículo es unidad de consumo(Y) o no (N). Una unidad de consumo es aquella unidad que puede pasar por el TPV de una tienda.	All			
isTradelItemADespatchUnit	¿Es unidad de expedición?	M	Indicador de si el artículo es unidad de expedición(Y) o no (N). Una unidad de expedición es aquella unidad preparada para ser manipulada durante el proceso de envío, transporte y almacenamiento.	All			
isTradelItemAnInvoiceUnit	¿Es unidad de facturación?	M	Indicado de si el artículo es unidad de facturación(Y) o no (N). El artículo es unidad de facturación si se detallará el mismo en la factura.	All			
isTradelItemAnOrderableUnit	¿Es unidad de pedido?	M	Indicador de si el artículo es unidad de pedido(Y) o no(N). Una unidad de pedido es aquella unidad jerárquica sobre la que el proveedor aceptará pedidos de sus clientes.	All			
isTradelItemAVariableUnit	¿Es artículo de medida variable?	M	Indicador de si el artículo es unidad variable(Y) o no(N).	All			
Descriptions must be written in the Language from the Market we are publissing for	Idioma para todas las descripciones = ES	M		All			ES - Español DE - Alemán EN - Inglés FR - Francés IT - Italiano NL - Holandés PT - Portugués EU - Euskera CA - Catalán GL - Gallego DA - Danés
brandName	Marca	M	Nombre de la marca del artículo.	All			
functionalName	Nombre funcional	M	Describe el uso de un producto o servicio por parte del consumidor. Debería ayudar a clarificar la clasificación de producto asociada al GTIN.	All			
tradelItemDescription	Descripción	M	Descripción del artículo indicado en formato libre.	All			
depth	Profundidad (con embalaje)	M	Profundidad del artículo incluyendo el embalaje.	All			
height	Alto (con embalaje)	M	El alto del artículo incluyendo el embalaje.	All			
width	Ancho (con embalaje)	M	Ancho del artículo incluyendo el embalaje.	All			
grossWeight	Peso Bruto	M	Peso del artículo incluyendo el embalaje. En el caso de la paleta, el peso bruto incluyen también el peso de la misma. El peso bruto es obligatorio cuando se detalla como "Unidad de pedido"	All			
minimumTemperature with temperatureQualifierCode=STORAGE_HANDLING	Mínima temperatura de almacenamiento	D	Temperatura mínima permitida para el artículo durante el proceso de almacenamiento	Base Unit			
maximumTemperature with temperatureQualifierCode=STORAGE_HANDLING	Máxima temperatura de almacenamiento	D	Temperatura máxima permitida para el artículo durante el proceso de almacenamiento	Base Unit			
isPackagingMarkedReturnable	Embalaje marcado como retornable(s/n)	M		All			

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
hasBatchNumber	Tiene número de lote(s/n)	D	Marca para indicar si el artículo base tiene asignado y marcada el número de lote. Un número de lote es un código asignado por el fabricante para indicar aquellos artículos que pertenecen a un mismo lote de fabricación. Se diferencia del número de serie ya que el número de serie identifica de forma única a cada artículo.	Base Unit			
serialNumberLocationCode	Número de serie del producto o del embalaje	D	Valor numérico o alfanumérico individual de un producto o embalaje	Base Unit			MARKED_ON_PACKAGING - Número de Serie en el embalaje MARKED_ON_PACKAGING_INSERT - Número de Serie en el interior del embalaje MARKED_ON_TRADE_ITEM - Número de Serie en el producto NOT_MARKED - Sin Número de Serie UNKNOWN - Número de Serie desconocido
gpcCategoryCode	Brick de la Global Product Classification	M	Código de la clasificación global de producto GS1. Código del Brick conforme a la GPC.	All			
orderingUnitOfMeasure	Unidad de medida de pedido	D		Base Unit			
effectiveDateTime	Fecha efectiva	M	Fecha en la que la información contenida en los datos maestros es válida. Esta fecha efectiva puede utilizarse en una oferta inicial o para marcar un cambio en la información.	All			
publicationDateTime	Fecha de publicación	M	Fecha en la que los datos asociados al producto están disponibles para ser consultados y sincronizados.	All			
startAvailabilityDateTime	Fecha de inicio de disponibilidad	M	Fecha en la que el artículo está disponible para el comprador, incluyendo los productos y servicios estacionales y temporales.	All			
minimumTradeItemLifespanFromTimeOfArrival	Período de vida en fecha de entrega	D	Fecha mínima con la que se garantiza la entrega de cualquier producto	Base Unit			
classOfDangerousGoods	Clase de mercancía peligrosa	D		Base Unit			1 - Materias y objetos explosivos 2 - Gases 3 - Líquidos inflamables 4.1 - Materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y materias explosivas desensibilizadas sólidas 4.2 - Materias que pueden experimentar inflamación espontánea 4.3 - Materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables 5.1 - Materias comburentes 5.2 - Peróxidos orgánicos 6.1 - Materias tóxicas 6.2 - Materias infecciosas 7 - Materias radioactivas 8 - Materias corrosivas 9 - Materias y objetos que presentan peligros diversos
unitedNationsDangerousGoodsNumber	Número de mercancía peligrosa según la ONU	D		Base Unit			
orderQuantityMinimum	Cantidad mínima de pedido	D	Representa una cantidad mínima de pedido acordada. Este dato se aplica a cada uno de los pedidos, puede ser un valor fijo para cada mercado objetivo.	Base Unit			
NextLowerLevelTradeItemInformation-gtin	Código EAN (GTIN) contenido1	M	Código GTIN de la unidad jerárquica directamente inferior	Case and Pallet			
NextLowerLevelTradeItemInformation-quantityOfNextLowerLevelTradeItem	Cantidad contenida		Cantidad contenida de la unidad jerárquica directamente inferior				

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=DOCUMENT	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=PRODUCT_IMAGE	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=SAFETY_DATA_SHEET	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
discontinuedDate	Fecha de discontinuidad por fin de producción	D	Fecha en la que el artículo deja de estar disponible para el comprador, incluyendo los productos y servicios estacionales y temporales.	All			
firstOrderDateTime	Primera fecha de pedido	D		All			
lastOrderDateTime	Última fecha de pedido	D		All			
GS1Spain_isSafetyDataSheetRequired	Ficha de datos de seguridad	D		Base Unit	No	No	
GS1Spain_dangerousnessCode	Indicador de peligrosidad1	O		Base Unit	No	Yes	EX - explosivo CB - comburente I - irritable INF - inflamable T - tóxico CR - corrosivo N - nocivo C - contaminante SR - sin riesgo PMA - Para-Metoxianfetamina IN - Infeccioso CA - Cancerígeno

ANNEX G

Característiques tècniques obligatòries i relació de bombes a cedir

ANNEX G.1: CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PER LES BOMBES VOLUMÈTRIQUES DE XERINGA PER A NUTRICIÓ ENTERAL NEONATOLOGIA (LOT 16-17-18):

OBLIGAT
Bomba volumètrica de xeringa ús UNICAMENT en administració de NUTRICIÓ ENTERAL
Codificació de color diferenciadora de bombes xeringa per administració parenteral (EV)
<u>Pantalla:</u> Retroil·luminació Angle de visualització mínima de $\pm 35^\circ$ desde cada costat
<u>Flux d'infusió:</u> Xeringues de 5ml: de 0,1 a 150ml/h Xeringues de 10-20-30 i 50: de 0,1 a 200ml/h Exactitud del flux: $\pm 2\%$ a 25ml/h segons norma IEC 60601-2-24
<u>Interval de volum a infondre (VAI):</u> de 0,1 a 1000ml: de 1 minut a 24h
Volum infós: de 0,0 a 9990ml
Flux de bolus: Xeringa de 5ml: de 10 a 150ml/h Xeringa de 10 20 30 i 50ml: de 10 a 200ml/h
<u>Bateria:</u> recarregable i substituïble Durada de la bateria: 6h com mínim a 5ml/h
<u>Dimensions:</u> 315mm amplada x 120mm alçada x 200ml fons $\pm 5\%$ 2,5kg $\pm 5\%$ incloent bateria i pinça subjecció al pal de goter integrada
<u>Ajustaments de so i il·luminació:</u> Ajustament de Volum de so (baix, mitjà, alt), mode silenciós i mode nocturn automàtic.
Topall de flux (de 0,1 a 200 ml / h).
Activació / desactivació de reconeixement de mides i marques.
Connectivitat de la bomba als sistemes de gestió de dades de pacients i d'informació clínica.

A més el sistema de nutrició per a neonatologia ha de complir:

- Alta seguretat
 - Que no suposi cap risc d'error de connexió amb dispositius destinats a altres aplicacions (intravenós)
 - Que permeti la connexió dels diferents elements de manera fiable i segura (sense fugues, ni fissures...).
 - Impossibilitat de desconnexió

- Precisió
 - Que disposi d' un volum mort intern respecte al connector de les xeringues inferior a 0,1ml
 - Que generi un desplaçament de fluid inferior a 0,05ml durant la connexió de connectores mascle/femella

ANNEX G.2 - RELACIÓ DE BOMBES A CEDIR

INVENTARI BOMBES CENTRES									
TIPUS DE BOMBES	AH01- Hospital Vall d'Hebron	AH02-Hospital de Bellvitge	AH03-Hospital Germans Trias	AH04-Hospital Josep Trueta	AH05- Hospital Joan XXIII	AH07-Hospital Verge de la Cinta	AH06-Hospital Arnau Vilanova	AH08- Hospital Viladecans	TOTAL
BOMBES PERISTÀLTQUES	521	250	103	25	61	63	49	6	1078
BOMBES VOLUMÈTRIQUES DE XERINGA PER NUTRICIÓ ENTERAL	50			20	10	8	8		96

*Aquestes dades són estimatives i en cap cas limitatives i dependran de cada centre