

Plec de Prescripcions tècniques per a la contractació del subministrament lliteres i butaques per al nou Servei d'Urgències de l'Hospital de Berga – Salut Catalunya Central (SCC)

Descripció del contracte	Subministrament de lliteres i butaques per al nou Servei d'Urgències de l'Hospital de Berga
Núm. Expedient	07-SCC-2023
Divisió en lots	Sí
Pressupost base de licitació	57.800,00 € (IVA exclòs)
Valor estimat del contracte	69.938,00 € (IVA inclòs)
Tipificació contracte	Subministrament
Procediment de contractació	Obert simplificat
Àrea de l'entitat vinculada	Àrea Assistencial
Durada del contracte	6 setmanes
Data	Maig de 2023

Índex

1.	<u>OBJECTE DEL CONTRACTE</u>	3
2.	<u>ÀMBIT D'ACTUACIÓ</u>	3
3.	<u>CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES</u>	4
4.	<u>CONDICIONS I TERMINI DE SUBMINISTRAMENT</u>	5
5.	<u>INSTAL·LACIÓ DELS EQUIPS. PLA D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS</u>	5
6.	<u>GARANTIA</u>	6
7.	<u>FORMACIÓ</u>	6
8.	<u>PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</u>	6

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte de la contractació és el subministrament de lliteres i butaques per al nou Servei d'Urgències de Salut Catalunya Central - Hospital de Berga (en endavant SCC), d'acord amb les característiques tècniques definides en el present plec de prescripcions tècniques i els seus annexes.

Els equips i nombre d'unitats a subministrar, distribuïts en lots, són els següents:

Lot 1. Lliteres

Unitats	Equip
5	Lliteres d'exploració articulada amb alçada variable (hidràulica)
1	Llitera ginecològica convertible d'alçada variable
3	Lliteres de reanimació amb alçada variable

Lot 2. Butaques

Unitats	Equip
3	Butaques per a tractament

A l'Annex 1_PPT_SCC_Fitxa Tècnica_LLITERES (Lot 1) i l'Annex 2_PPT_SCC_Fitxa Tècnica_BUTAQUES (Lot 2) del present Plec de Prescripcions tècniques es defineixen les prestacions tècniques i funcionals que hauran de complir obligatòriament els productes a subministrar.

Així mateix, a les fitxes de referència s'estableixen els criteris sotmesos a valoració.

**** Els equips subministrats hauran de complir obligatòriament amb tots els requeriments legals i vigents a la data de formalització del contracte.**

2. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Els treballs i la instal·lació dels equips s'haurà d'efectuar a:

Hospital de Berga
Servei d'Urgències (4a planta)
Carretera de Ribes s/n. 08600 Berga

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Els equips ofertats per les empreses licitadores hauran de comptar obligatòriament amb totes les característiques tècniques especificades, per a cada Lot, als annexos 1 i 2 d'aquest plec:

- **ANNEX 1 – PPT_SCC_Fitxa Tècnica_LLITERES (LOT 1)** (Criteris mínims)
- **ANNEX 2 – PPT_SCC_Fitxa Tècnica_BUTAQUES (LOT 2)** (Criteris mínims)

En cas contrari, l'oferta quedarà automàticament desestimada i el licitador exclòs del procediment.

Totes les dades dels equips especificades en aquests plecs i els seus annexes hauran de tenir el **suport documental original del fabricant**.

A l'efecte, per a poder valorar les propostes, els licitadors presentaran les seves ofertes acompanyades de la següent documentació:

- a) **Fitxa_Quadre de Característiques Tècniques degudament complementat** (ANNEX 1 – PPT_Lliteres (Lot 1) i ANNEX 2 – PPT_Butaques (Lot 2), fent referència explícita a l'índex documental de referència d'acord amb la documentació de suport presentada.
- b) **Documentació del fabricant de l'equip.**
- c) **Qualsevol altra documentació** que les empreses licitadores considerin adequada i necessària per a la valoració de les proposicions per part de SCC.

En tot cas, els licitadors hauran d'incloure la fitxa d'especificacions tècniques (s'adjunta en format excel a la documentació de l'expedient de licitació), indicant el nom del document i la pàgina justificativa del compliment de les característiques tècniques mínimes exigides per a cada equip.

La falta d'informació i/o resposta a les qüestions tècniques dels equips (incloses a les fitxes tècniques a completar) que no puguin ser degudament contrastades per SCC a partir de la referència a l'Índex documental serà motiu d'exclusió de l'oferta.

No obstant, prèviament a l'exclusió dels licitadors, SCC podrà sol·licitar als licitadors les precisions i/o aclariments necessaris que permetin valorar degudament les proposicions presentades, sempre que això no suposi una modificació dels elements fonamentals de l'oferta o de la licitació pública, d'acord amb la LCSP.

Així mateix, a més de les característiques tècniques dels equips establertes a l'Annex 1 i 2 d'aquest plec, els licitadors hauran de complir amb els següents requisits:

- d) Els **equips** hauran de ser **d'última generació**, així com de **nova fabricació** en totes les seves parts.
- e) Presentació de la certificació del **marcat CE** de tots els elements d'aplicació i del conjunt de l'equip.

L'incompliment d'aquests requisits serà motiu d'exclusió del licitador.

4. CONDICIONS I TERMINI DE SUBMINISTRAMENT

Les condicions del subministrament a complir per part de l'empresa adjudicatària són les següents:

- Subministrar i instal·lar l'equipament en el termini màxim de **6 setmanes** a comptar des de la data de la signatura del contracte.
- Instal·lació i muntatge complert dels productes, incloses totes les actuacions i gestions que puguin ser necessàries a fi de deixar els seus productes en perfecte estat de funcionament i completament integrats amb la resta de l'equipament del centre.
- La instal·lació es farà en tot moment seguint les indicacions del Departament d'Infraestructures de SCC.
- Embalar els equips convenientment per tal que arribin en perfectes condicions. El cost de les gestions necessàries per garantir que es subministra en perfectes condicions, així com el cost dels desperfectes ocasionats en l'equip durant el seu transport fins al lloc de subministrament l'ha d'assumir l'empresa adjudicatària.
- Realitzar la retirada de l'embalatge.
- Realitzar la neteja de tots els residus i brutícia produïts per les tasques de desembalatge, recepció, trasllat i muntatge de l'equip, per tal de deixar l'espai on s'han realitzat aquestes tasques en les mateixes condicions que es trobava abans de l'arribada de l'aparell.
- L'empresa adjudicatària haurà de presentar un manual amb les indicacions per la neteja i desinfecció de l'aparell, tot indicant els productes aptes.
- L'empresa adjudicatària ha d'estar capacitada per portar a terme els serveis de transport, lliurament i muntatge de tots els seus productes amb personal propi. Si algun o alguns d'aquests serveis fossin subcontractats, l'empresa adjudicatària ho haurà de comunicar a SCC per escrit, als efectes de la seva acceptació prèvia. En tot cas, la responsabilitat íntegra per la subcontractació dels serveis de transport, lliurament i/o muntatge dels equips correspondrà íntegrament a l'empresa adjudicatària.
- Procedir a la formació dels professionals pel seu ús i maneig.

Havent complert amb totes i cadascuna de les condicions d'instal·lació, muntatge i posada en marxa dels subministraments, es procedirà a realitzar l'acta de recepció dels equips, des del punt de vista tècnic i assistencial.

5. INSTAL·LACIÓ DELS EQUIPS.

SCC informará dels accessos i circuits habilitats per a la descàrrega i transport fins a les sales de destinació dels equips i l'adjudicatari ho adaptarà al seu pla d'execució de la instal·lació.

L'empresa adjudicatària es compromet tots els productes a subministrar en el termini màxim de 6 setmanes, a comptar des de la data de la formalització del contracte .

Els equips es deixaran totalment instal·lats, provats i en perfecte estat de funcionament (acta de recepció).

L'empresa adjudicatària es compromet a l'execució de tots els treballs que siguin necessaris perquè sigui possible l'adequada implementació dels nous equips als espais de destinació per al seu perfecte ús; comprovant els elements existents i la seva idoneïtat i fent les modificacions necessàries perquè les característiques del seu equip no perjudiquin als usuaris, professionals i instal·lacions.

Totes les despeses derivades del transport fins al punt de lliurament, càrrega i descàrrega, muntatge, instal·lació i posada en funcionament correran per part de l'adjudicatari i hauran d'anar inclosos en l'oferta presentada.

6. GARANTIA

El termini de garantia de l'equip haurà de ser, com a mínim, de dos (2) anys i començarà a comptar a partir de la data de l'acta de recepció dels equips.

Durant la garantia el proveïdor es farà càrrec de:

- Correcció de tots els defectes ocults i/o substitució dels elements defectuosos.

En cas de que durant el període de garantia es produeixin incidències per defectes de fàbrica, l'empresa adjudicatària hi donarà solució satisfactòria, determinant-se de manera expressa la substitució completa de l'equip en cas d'inoperància i/o ineficàcia de l'equip subministrat.

7. FORMACIÓ

Si s'escau, l'empresa adjudicatària haurà de realitzar formació completa sobre les característiques tècniques, prestacions i maneig de l'equip al personal clínic/assistencial, tècnics de manteniment de l'hospital. L'objectiu de la formació és que el personal adquireixi els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per un adequat i òptim ús de l'equip, tant a nivell operatiu com funcional. Aquesta formació s'haurà de dur a terme a l'inici del contracte, una vegada subministrats els equips.

8. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'empresa contractista està obligada a complir la normativa de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball en tot allò que li sigui d'aplicació. Així, a fi de garantir el deure de coordinació preventiva que imposa el Real Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials, SCC lliurarà a l'empresa contractista, si s'escau, la informació sobre riscos generals de les instal·lacions que puguin afectar el personal de l'empresa contractista, les normes de prevenció de riscos laborals generals del centre i les instruccions d'actuació en cas d'emergència, i l'empresa contractista les posarà en

coneixement dels seus treballadors que realitzaran tasques a l'edifici de SCC, i haurà de vetllar pel seu compliment.

Qualsevol incompliment de les obligacions de l'empresa contractista en matèria de prevenció de riscos laborals podrà ser motiu de resolució del contracte.

Durant el desenvolupament del contracte es podran executar controls en matèria de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball.