

ANNEX - 9

Condicions específiques (cessions, accessoris, complements, etc).

9.1 Cessió d'equips

9.1.1. Condicions de la cessió

Licitació **Lot 005** "Mascaretes, cànules i gorres de nCPAP per a nadó prematur_3", Actualment l'adjudicatari d'aquest fungible cedeix, sense cap cost per als Centres, l'equip que es detalla en el punt 9.1.2. d'aquest document.

El nombre aproximat d'unitats que actualment es troben cedits als Centres de l'ICS es detalla en el punt 9.1.3. d'aquest document.

Cas que en el procés d'adjudicació aquest material fos adjudicat a un proveïdor diferent de l'actual, el nou adjudicatari haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats existents als Centres per altres amb les mateixes característiques i funcionalitats bàsiques que garanteixin la continuïtat i funcionament de l'actual sistema instal·lat.

L'empresa adjudicatària d'aquest article també serà la responsable del manteniment dels equips instal·lats en els centres, així com la seva actualització i substitució en cas d'avaría, sense cap cost per als Centres de l'ICS.

La empresa adjudicatària haurà d'entregar més equips segons les noves necessitats dels centres. Si es retira un equip per reparació haurà d'entregar-ne un altre de substitució en un temps de resposta de 24 hores, de dilluns a divendres. Les incidències derivades del no compliment d'aquest requisit en el temps indicat serà responsabilitat de l'empresa. La formació per part de l'empresa haurà de ser a disposició de les necessitats i horaris dels centres.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació. L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

9.1.2. Característiques bàsiques de l'equip

Humidificador en Calent

Aplicacions

- Reanimació, cures intensives, anestèsia
- Adult, pediàtric, neonatal
- Ventilació, PPC, oxigeno teràpia

Descripció

Humidificador en calent que ofereix dos modes d'escalfament: un per a teràpies invasives (pacient intubat o traqueostomitzat) i un per a teràpies no invasives (VNI o oxigeno teràpia amb mascareta).

Permet la utilització de circuits escalfats rebutjables o reutilitzables.

Un microprocessador ajusta la temperatura a nivell de la cambra d'humidificació i del pacient per assegurar un nivell d'humitat constant fins i tot en variacions de flux.

Monitorització constant de la temperatura del gas.

Característiques de Funcionament

Temps d'escalfament	Menys de 30 min.
Mode en pausa	Limitació de la temperatura de la placa escalfadora a 60°C

Ajustaments (>v. 7,14)

Mode invasiu	
En sortida de cambra	37°C a 42°C
En peça en « Y »	40°C
Mode no invasiu	
En sortida de cambra	31°C a 36°C
En peça « Y »	34°C

Alarmes

Detecció de càmera d'humidificació buida	
Sonda de temperatura	Desconnexió, mala connexió, defectuosa
Adaptador elèctric	Desconnexió, mala connexió, defectuós
Alarma de temperatura elevada	Alarma si la temperatura arriba als 41°C o si en el circuit pacient supera els 43°C
Alarma d'humitat en mode invasiu	Alarma després de 10 min. a 29,4°C Alarma després de 60 min. a 34,4°C
Nivell de sonoritat	Les alarmes superen 50 dB a 1m

9.1.3. Inventari equipament

EQUIPAMENT ASSOCIAT A FUNGIBLE CREDIT ALS CENTRES									
Descripció Equipament	AH01	AH02	AH03	AH04	AH05	AH06	AH07	AH08	Totals
Humidificador actiu MR850ALU (Fisher&Paykel) o equivalent	82	62	67	0	0	0	0	0	211