

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

CS/CC00/1101351953/23/PNSP

**Subministrament agregat d'Elèctrodes de
monitorització ECG, desfibril·lació i, elèctrodes
monitorització fetal_Desert**

La Direcció General de Contractació Pública ha establert, mitjançant la Directriu 1/2020, un model de càlcul de puntuació d'ofertes, que com a regla general, es farà servir a totes les licitacions de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Per a l'adjudicació d'aquest contracte s'utilitzen una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat preu, d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.

Al tractar-se d'una licitació d'aprovisionament de materials, composta per una pluralitat de béns els quals es subministraran de manera successiva i per preu unitari, s'ha decidit de manera excepcional no aplicar la fórmula prevista a l'esmentada Directriu, considerant que els criteris d'adjudicació estan formulats de tal manera que permeten conèixer la proposició amb una millor relació qualitat preu.

- Les ofertes que no s'ajustin a les característiques tècniques obligatòries indicades en els plecs quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.

- Els preus son de referència, no limiten el preu de les ofertes.

- La valoració del preu es farà per article de la manera següent i per tots els lots:

- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
- La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació, d'acord amb la següent formula:

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta } x \text{ a valorar}} \times P. \text{ max. assig.}$$

Px .- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la formula de l'invers proporcional.
P. max. assig. .- Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

- Per la valoració tècnica es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

- Els criteris de valoració de les ofertes son els que s'indiquen a continuació.

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ OBJECTIUS

D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules, els criteris objectius de valoració són els que s'indiquen a continuació:

Lot 1- Elèctrodes monitorització ECG adult – 80 econòmica i 20 tècnica.

- Si a la Product Data del proveïdor ve especificada que compleix amb la norma ANSI/AAMI EC 12:2000 obtindrà **5 punts**, la resta d'ofertes obtindrà 0 punts.
- Si a la Product Data del proveïdor ve especificada que compleix la EN ISO 10993 obtindrà **5 punts**, la resta d'ofertes obtindrà 0 punts.
- Si a la Product Data del proveïdor especifica que la presentació dels elèctrodes és en blister de 10 unitats, obtindrà **5 punts**, la resta d'ofertes obtindrà 0 punts.
- Amplitud de gamma. Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de **5 punts**.
La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació directament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.

Lot 2- Elèctrodes desfibril·lació – 80 econòmica i 20 tècnica.

- Si a la Product Data del proveïdor ve especificada que compleix amb la norma ANSI/AAMI EC 12:2000 obtindrà **5 punts**, la resta d'ofertes obtindrà 0 punts.
- Si a la Product Data del proveïdor ve especificada que compleix la EN ISO 10993 obtindrà **5 punts**, la resta d'ofertes obtindrà 0 punts.
- Si a la Product data del proveïdor ve especificada que compleix amb la norma ANSI/AAMI EC53:2013 obtindrà **5 punts**, la resta d'ofertes obtindrà 0 punts.
- Si a la Product Data del proveïdor ve especificada, que compleix normativa IEC 60601-2-4 article 201.11 obtindrà **5 punts**, la resta d'ofertes obtindrà 0 punts.

Lot 3- Elèctrode fetal – 80 econòmica i 20 tècnica.

- UNE-EN ISO 14001:2015. Si a la Product Data del proveïdor be especificada o aporta la acreditació del compliment obtindrà **10 punts**, la resta d'ofertes obtindrà 0 punts.
- Amplitud de gamma. Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de **10 punts**.
La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació directament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.

Lot 4- Altres accessoris elèctrodes ECG – 80 econòmica i 20 tècnica.

- UNE-EN ISO 14001:2015. Si a la Product Data del proveïdor be especificada o aporta la acreditació del compliment obtindrà **10 punts**, la resta d'ofertes obtindrà 0 punts.
- Amplitud de gamma. Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de **10 punts**.
La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació directament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.

Lot 5- Armilles monitorització ECG – 90 econòmica i 10 tècnica.

- Si a la Product Data del proveïdor ve especificada, que la composició de la armilla/Peto és de polièster, poliamida i elàstic obtindrà una puntuació de **5 punts**, per a la resta d'ofertes obtindrà 0 punts.
- Si a la Product Data del proveïdor ve especificada, que es rentable a 30º obtindrà una puntuació de **5 punts**, per a la resta d'ofertes obtindrà 0 punts.

La puntuació de la gamma s'obtindrà de la següent manera:

$$\begin{array}{l} \text{PUNTUACIÓ} \\ \text{CRITERI} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Rang de mides a valorar} \\ \text{(número de referències} \\ \text{ofertades)} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Rang de mides mes ample presentant} \\ \text{(número de referències} \\ \text{mes ample ofert)} \end{array}} * \begin{array}{l} \text{Puntuació total} \\ \text{criteri} \end{array}$$

APLICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ AMB OBLIGATORIETAT DE PRESENTACIÓ D'OFERTA A LA TOTALITAT D'ARTICLES

D'acord amb el que s'indica en el punt 3 del Plec de prescripcions tècniques, **és obligatori** presentar oferta a la totalitat dels articles dels lot 5.

Per tant, en aquest cas, les ofertes s'hauran de presentar per al lot sencer, és a dir, per a tots els articles que s'hi inclouen. No es valoraran les ofertes que es presentin per articles inclosos en el lot però que no ofereixin per la totalitat dels articles que el componen.

Donat que l'adjudicació ha de ser única per les agrupacions indicades, i les avaluacions tècniques i econòmiques són individuals per cadascun dels articles dels lots, s'aplicarà un coeficient que ponderi

la puntuació total obtinguda individualment en funció del seu pes econòmic en el lot. Aquest coeficient es calcularà en base als imports de licitació.

Els coeficients per a cada material s'obtidrà del coeficient:

$$C_i = \frac{N_i * P_i}{\sum(N_i * P_i)}$$

CI: és el coeficient de ponderació que s'aplicarà a la puntuació total del material (puntuació econòmica més puntuació tècnica);

Ni: és la quantitat licitada per material;

Pi: és el preu unitari del material, que s'ha utilitzat per a la confecció de el import total del lot.

L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les valoracions individuals dels lots agrupats després d'aplicar la ponderació indicada.