

ANNEX I. Criteris valorables

4 Videolaringoscòpis amb sistema de visualització de vies respiratòries			
		EMPRESA:	
		NIF:	
		Correu electrònic:	
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.			
Definició			
4 Videolaringoscòpis amb sistema de visualització de vies respiratòries i arbre bronquial, cadascun format per monitor i carro, amb pales dels tipus següents: - 2 Videolaringoscòpis amb pales reutilitzables. - 2 Videolaringoscòpis amb pales rebutjables o d'un sol ús.			
Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Resum breu de característiques	Índex documental
1 Característiques tècniques	15,5		
Característiques a valorar			
<u>Monitor</u>			
37 Es valoraran propostes que ofereixin monitors de mida superior a 8 polzades. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que proporcioni la pantalla més gran la que rebi la puntuació màxima.	1		
38 Es valoraran propostes que ofereixin monitors amb resolució superior a 1280 x 800 píxels. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que proporcioni la pantalla amb una resolució major la que rebi la puntuació màxima.	0,5		
39 Es valoraran propostes que ofereixin monitors amb un pes inferior a 1,5 kg. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que proporcioni el monitor més lleuger la que rebi la puntuació màxima.	0,25		
40 Es valorarà que el videolaringoscopi pugui mostrar en pantalla imatges superposades en directe, permetent visualitzar simultàniament les imatges proporcionades per un videolaringoscopi i un broncoscopi.	1		
41 Es valoraran propostes que ofereixin monitors amb bateria d'autonomia superior a 100 minuts. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que proporcioni un monitor amb major autonomia de bateria la que rebi la puntuació màxima.	1		
42 Es valorarà que es pugui canviar l'instrument connectat al monitor sense necessitat d'apagar la pantalla.	0,75		
43 Es valoraran propostes que ofereixin monitors amb una memòria de capacitat d'emmagatzematge superior a 4 GB. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que proporcioni un monitor amb major capacitat la que rebi la puntuació màxima.	1		
44 Es valorarà que el monitor funcioni amb tecnologia plug-and-play, de manera que es detecti automàticament s'ha connectat una pala de videolaringoscopi o un broncoscopi.	0,5		
45 Es valorarà que es pugui establir una contrassenya d'accés a la configuració del monitor i a la galeria d'imatges, vídeos i anotacions.	0,75		
46 Es valoraran propostes que ofereixin monitors amb més d'1 port USB. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que proporcioni el monitor amb major nombre de ports USB la que rebi la puntuació màxima.	0,5		
47 Es valorarà que amb la pantalla del videolaringoscopi s'inclouï un pulsioxímetre compatible que mesuri la freqüència cardíaca i la saturació d'oxigen (SpO2) del pacient.	1,25		
<u>Pales</u>			
48 Es valorarà que les pales reutilitzables siguin de titani.	1,25		
49 Sistema que garanteixi la perfecta visió, evitant que la pala pugui quedar entelada durant el procediment	1,25		
50 Incorporació d'un sistema d'optimització de qualitat d'imatge que asseguri la mateixa quantitat de llum en totes les parts de la boca evitant la visualització de possibles llampades.	1,25		

52	Disseny de curvatura igual o superior als 60° per millorar la visualització durant l'exploració. <u>Carro de transport</u> Es valoraran propostes que ofereixin carros de transport amb una capacitat de càrrega superior a 30 kg. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que proporcioni el carro que suporti una càrrega major la que rebi la puntuació màxima.	1,25		
53	Es valorarà que el carro estigui equipat amb un braç ajustable a la part superior, per la col·locació i ajustament del monitor. Hauria de ser articulat i ser fàcil de situar sobre un pacient estirat en llit.	0,25		
54		1,75		
4 Servei tècnic durant el període de garantia		3		
Característiques a valorar				
55	Equip de substitució en cas d'avaría.	2,5		
56	Temps de resposta en cas d'avaría (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta).	0,5		
5 Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia		1,5		
Característiques a valorar				
57	Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional)	0,5		
58	Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional)	0,5		
59	Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional)	0,5		
		20		