

***PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'OBLIGAT CUMPLIMENT PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT FUNGILBE PER AL
CRIBRATGE AUDITIU EN NOUNATS (amb cessió d'equips) -
EXPEDIENT 23SM0119P***

1. Fungible:

Kit per l'examen auditiu bilateral a nounats.

Composició mínima kit:

- 3 elèctrodes

- 1 par orelles

Kit d'un sol ús, lliure de làtex i de PVC

Durant la vigència del contracte, el proveïdor adjudicatari cedirà al CCSPT 1 equip, sonda i impressora compatible amb el kit que ofereix.

Tots els elements que conformen la cessió (equip, sonda i impressora) han de ser nous, no s'acceptaran elements de segona mà ni de demostració.

2. Característiques de l'equip:

- Bilateral, ha de permetre l'exploració sense canvi de fungible.
- Potencials evocats auditius automàtics.
- Sistema de rebuig d'artefactes.
- Temps previst per la prova efectiva, màxim 5 minuts.
- Tàctil i resistent.

3. Mostres:

Cada proveïdor aportarà un equip i el fungible necessari per fer una prova a 15 nounats.

Les mostres es sol·licitaran via correu electrònic un cop oberts els sobres B i prèvia comprovació del compliment dels requeriments d'obligat compliment.

Durant el període de prova el proveïdor tindrà un tècnic per donar el suport necessari a les persones que habitualment duen a terme aquest tipus de prova.

Es desestimaràn els proveïdors que durant la prova presentin un d'aquests dos problemes, o ambdós:

- Si els errors de les proves auditives, per fallada de l'equip, és superior al 25% el proveïdor quedarà desestimat.
- Es desestimarà el proveïdor que presenti un fungible que no sigui respectuós amb la pell del nouat.

Els proveïdors que superin la prova passaran a ser valorats tenint en compte els Criteris de Valoració depenent d'un judici de valor, ANNEX IV.

4. Manteniment:

- El proveïdor adjudicatari serà el responsable, durant la vigència del contracte, del Manteniment Normatiu, Preventiu i Correctiu dels equips, revisions i reparacions.
- El manteniment serà preventiu, mínim una revisió anual de tots els elements cedits.
- En cas d'averia, la reposició s'haurà de dur a terme en les 24 hores següents a la notificació. El nou element haurà de mantenir la mateixa configuració que l'element retirat.
- Serà a càrrec del proveïdor adjudicatari qualsevol despesa generada del manteniment, siguin recanvis, transport, personal, etc.
- El proveïdor adjudicatari ha de tenir una persona de referència que tingui la capacitat de donar resposta i solucions ràpides i concretes a les incidències tècniques que puguin sorgir durant la vigència del contracte.
- Es obligatori presentar el circuit de manteniment i reparació que l'empresa tingui previst dur a terme en cas de ser adjudicatari.
- Serà a càrrec de l'adjudicatari qualsevol fungible que sigui necessari per l'equip (etiquetes, ribbon, tòners,...) per poder dur a terme els tests.

5. Formació:

- La formació de l'ús de l'equip als assistencials s'haurà de fer de forma intensiva i continuada en el temps, en tots els torns i departaments que tinguin l'equipament i que així es requereixi.

- Tots els proveïdors que licitin en aquest procediment han de presentar obligatòriament un pla de formació.

6. Penalitzacions:

El fet de no poder dur a terme el cribratge auditiu als nounats abans de l'alta implica donar-los una nova cita per poder dur a terme la prova, un augment d'hores de feina en uns dies concrets per part de la tcia i una incomoditat per a la família del nounat.

En el cas que sigui necessària la reposició de l'aparell, sonda i/o impressora i que aquest canvi es dugui a terme en un temps superior a les 24 hores (temps màxim que s'indica en el punt 4 d'aquest plec tècnic) s'aplicarà la següent penalització:

Es penalitzarà al proveïdor adjudicatari amb el cost diari que el centre haurà d'assumir per reatrapar el número de proves aplaçades.