

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE PRÒTESIS PER CIRURGIA CARDÍACA DE LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
EXP. OBE 23/368

Elements tècnics del contracte

Objecte del contracte:

Subministrament de pròtesis per cirurgia cardíaca amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant, HSP).

L'objecte del contracte es classifica i divideix en els següents lots:

PROTESIS AORTIQUES (Lot 1 a 8.1)		
PROTESIS AORTIQUES MECÀNIQUES (Lot 1 a 3)		
LOT 1- PC11.1120	PROTESIS VÀLVULA AÒRTICA MECÀNICA PER A ANELL AÒRTIC NO HIPOPLÀSIC	Vàlvula aòrtica mecànica per a anell aòrtic no hipoplàsic amb anell anatòmic i suport extés. Mides: gamma disponible diferents tamanys, per cobertura de 19 a 29 mm
LOT 2- PC11.1130	PRÒTESI VÀLVULA AÒRTICA MECÀNICA PER A ANELL AÒRTIC HIPOPLÀSIC	Vàlvula aòrtica mecànica per anell aòrtic hipoplàsic. Mides: gamma disponible diferents tamanys, per cobertura de 17 a 29 mm
LOT 3- PC12.1140	CONDUCTE VALVULAT AÒRTIC MECÀNIC	Conducte valvular aòrtic mecànic. Mides: gamma disponible diferents tamanys, per cobertura mínima de 19 a 29 mm
PROTESIS AORTIQUES BIOLÒGIQUES SUPORTADES (Lot 4 a 6)		
LOT 4- PC02.1211	PRÒTESI VÀLVULA AÒRTICA BIOLÒGICA SUPORTADA DE PERICARDI BOVI	Vàlvula aòrtica pericardi boví per posició aòrtica. Mides: gamma disponible diferents tamanys, per cobertura de 19 a 29 mm
LOT 5- PC02.1212	PRÒTESI AÒRTICA BIOLÒGICA SUPORTADA DE PERICARDI BOVI ALTA DURABILITAT	Vàlvula aòrtica pericardi boví per posició aòrtica i alta durabilitat. Mides: gamma disponible diferents tamanys, per cobertura de 19 a 29 mm
LOT 6 -PC02.1213	PRÒTESI AÒRTICA BIOLÒGICA SUPORTADA PORCINA	Vàlvula aòrtica porcina per posició aòrtica. Mides: gamma disponible diferents tamanys, per cobertura de 19 a 29 mm



ALTRES PRÒTESIS AÒRTIQUES BIOLÒGIQUES (Lot 7 , 8. i 8.1)		
LOT 7- PC02.1221	PRÒTESI VÀLVULA AÒRTICA BIOLÒGICA SENSE SUPORT	Vàlvula aòrtica biològica sense suport. Mides: gamma disponible diferents tamanyes, per cobertura mínima de 19 a 27 mm
LOT 8- PC02.1230	PRÒTESI VÀLVULA AÒRTICA BIOLÒGICA SENSE SUTURA	Vàlvula aòrtica biològica sense sutura. Mides: gamma disponible diferents tamanyes, per cobertura mínima de 19 a 27 mm
LOT 8.1- PC09004	PRÒTESI VÀLVULA AÒRTICA BIOLÒGICA PER A IMPLANT TRANSCATETER	Vàlvula aòrtica biològica autoexpandible per a implant transcater. Mides: gamma disponible diferents tamanyes, per cobertura mínima de 21 a 27 mm

PROTESIS MITRALS (Lot 9 a 11)		
PROTESIS MITRALS MECÀNIQUES (Lot 9 i 10)		
LOT 9- PC11.2120	PRÒTESI VÀLVULA MITRAL MECÀNICA PER A PACIENTS AMB VENTRICLE ESQUERRE DILATAT	Vàlvula mitral mecànica per a ventricle esquerre dilatat. Mides: gamma disponible diferents tamanyes, per cobertura mínima de 23 a 33 mm
LOT 10- PC11.2130	PRÒTESI VÀLVULA MITRAL MECÀNICA PER A RECANVI MITRAL AMB VENTRICLE ESQUERRE NO DILATAT	Vàlvula mitral mecànica per a ventricle esquerre no dilatat. Mides: gamma disponible diferents tamanyes, per cobertura mínima de 25 a 33 mm
PROTESIS MITRALS BIOLÒGIQUES (Lot 11)		
LOT 11- PC02.2210	PRÒTESI VÀLVULA MITRAL BIOLÒGICA PORCINA	Vàlvula mitral porcina amb suport i tractament anticalcificat. Mides: gamma disponible diferents tamanyes, per cobertura mínima de 25 a 33 mm

ANELLS PER A REPARACIÓ VALVULAR (Lot 12 a 15.1)		
ANELLS PER A REPARACIÓ VALVULAR MITRAL DEGENERATIVA (Lot 12 a 12.1)		
LOT 12- PC03.3110	ANELL MITRAL TANCAT PER A REPARACIÓ VALVULAR DEGENERATIVA: MIDES PETITES	Anell mitral tancat per reparació mitral de 26 a 38mm. Mides: gamma disponible diferents tamanyes, per cobertura mínima de 26 a 38 mm
LOT 12.1- PC03.3110.1	ANELL MITRAL TANCAT PER A REPARACIÓ VALVULAR DEGENERATIVA: MIDES GRANS	Anell mitral tancat per reparació mitral de 38 a 42 mm. Mides: gamma disponible diferents tamanyes, per cobertura mínima de 38 a 42 mm
ANELLS PER A REPARACIÓ VALVULAR MITRAL (Lot 13 a 14)		
LOT 13- PC03.3120	ANELL MITRAL TANCAT PER A INSUFICIÈNCIA VALVULAR ISQUÈMICA IIB	Anell mitral tancat reparació valvular isquèmica. Mides: gamma disponible diferents tamanyes, per cobertura mínima de 24 a 40 mm



LOT 14- PC03.3121	ANELL MITRAL TANCAT PER A INSUFICIÈNCIA VALVULAR FUNCIONAL	Anell mitral tancat reparació valvular funcional. Mides: gamma disponible diferents tamanyes, per cobertura mínima de 24 a 40 mm
ANELLS PER A REPARACIO VALVULAR TRICUSPIDE (Lot 15)		
LOT 15- PC03.3200	ANELL PER A REPARACIO VALVULAR TRICUSPIDE RIGID	Anell reparació valvular tricúspide rígid. Mides: gamma disponible diferents tamanyes, per cobertura mínima de 26 a 36 mm
ANELLS PER A REPARACIO VALVULAR AÒRTICA (Lot 15.1)		
LOT 15.1 -PC03.3201	ANELL PER A REPARACIO VALVULAR AÒRTICA	Anell reparació valvular aòrtica rígid. Mides: gamma disponible diferents tamanyes, per cobertura mínima de 19 a 25 mm

PRÒTESI HÍBRIDA PER A REPARACIÓ OBERTA DE L'ARC AÒRTIC (Lot 15.2)		
LOT 15.2- PC11.2131	PROTESIS HÍBRIDA PER A REPARACIÓ DE L'ARC AÒRTIC	Pròtesi híbrida per a reparació de l'arc aòrtic. Diferent mides del segment vascular i del stent. Diferents conformacions per a l'abordatge dels troncs supraaòrtics. Configuració recta, configuració ramificada, configuració trifurcada

PEGATS PERICARDI BOVÍ.DIFERENTS MIDES (Lot 15.3)		
LOT 15.3- PF06.001	CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
	3006612	Pegat pericardi boví tamany gran
	3024700	Pegat pericardi boví tamany petit

ALTRES PROTESIS (Lot 16)		
LOT 16- PE15.001	CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
	3023581	Kit assistència ventricular esquerra de llarga durada



Equipament de cessió

Amb la finalitat de disposar de la tecnologia adequada per als procediments de cirurgia cardíaca:

1.L'empresa adjudicatària del lot 8 haurà de cedir l'ús sense cost el següent equipament:

Sistema de monitorització de perfusió per objectius

Característiques:

- Sistema per a la perfusió guiada per objectius amb visualització de 6 paràmetres metabòlics clau del pacient durant el bypass amb càlcul en temps real per a dos quiròfans
- Sistema de guarda i gestió de les dades de perfusió
- 2 Hardware amb pantalla tàctil i diferents formats de gràfic i taules. Permet afegir comentaris i informació. Mòdul Interface S5 i connect Recorder (Datapad III). Creació d'enllaços amb altres dispositius externs. Permet afegir comentaris i altres informacions.
- Software d'administració de dades i accés directe en qualsevol moment. Permet la impressió o exportació d'informes amb l'eina estadística integrada.
- 2 lectors de targetes RFID per activació del monitor (perfusió guiada per objectius) i suports dels lectors
- 2 capnògrafs amb els elements d'inici d'activitat
- Inclou la instal·lació, manual d'usuari en castellà, i programa de formació

Material per l'ús del sistema monitorització de perfusió per objectius:

Per oferir la millor tècnica assistencial als pacients, i reduir l'estància hospitalària i en UCI, així com la reducció de la fallada renal després del procediment cardio-pulmonar, s'inclou en aquest lot, les targetes RFID com el material imprescindible que habiliten la implementació de la perfusió guiada per objectius mitjançant la visualització de 6 paràmetres avançat en circulació extracorpòrea: DO_{2i}, VO_{2i}, VCO_{2i}, VO_{2i}/VDO_{2i}, VCO_{2i}/VO_{2i} i DO_{2i}/VCO_{2i} per a perfundir al pacient segons els seus requeriments metabòlics.

L'adjudicatari haurà d'indicar expressament al quadre complementari de l'Annex de complementació obligatòria d'oferta tècnica, la descripció i referència i l'aportació de la documentació tècnica corresponent.



L'adquisició d'aquest material es determinarà en funció de les necessitats reals que es donin en cada moment i cada servei i es destinarà una quantia econòmica anual màxima especificada a l'Annex de complementació obligatòria oferta econòmica.

Adjudicada la licitació es crearà un codi HSP per referència.

2. L'empresa adjudicatària del lot 16 haurà de cedir l'ús sense cost el següent equipament:

Mesurador de fluxe i diagnòstic quirúrgic de vasos i anastomosis.

Característiques:

- Pataforma mesurador de fluxe en temps de trànsit (TTFM)
- Assistent de procediments guiats per l'establiment/evaluació de nous protocols clínics
- Càlculs avançats i gestió de dades
- Identificador (ID) y especificació de hardware/software d'aplicació clínica per cirurgia cardíaca
- Configuració de canals independents de mesura: 2 flux, 1 pressió i 1 auxiliar addicional
- Configuració addicional de canals de mesura: 2 flux, 1 pressió i 1 auxiliar addicional
- Mòdul d'impressió i impressora en color
- Assistent de guiat quirúrgic intraoperatori i mòdul de registre i gestió d'informació per satisfer els requisits legals, auditoria i documental de les intervencions quirúrgiques
- Integració de dades DICOM
- Suport de connectivitat DICOM
- Cable AUX/ECG 9 pin: connexió a Universal Jack 6,35mm
- Inclou la instal·lació i acceptació del sistema, proves funcionals, manual d'usuari en castellà, i programa de formació



Condicions de cessió d'equipament

Les proves funcionals i el manteniment preventiu i correctiu de tots els equips en cessió correrà a càrrec de l'adjudicatari.

Els adjudicataris hauran de cedir l'equipament compatible amb els components ofertats per a la seva utilització, incloent peces de mà, pinces, pedals, accessoris, cables i tot aquells, inclòs el material fungible necessari per al funcionament dels bens en cessió.

Quan es produeixi un trencament o altra avaria que afecti a aquests equips, es posarà en comunicació de l'adjudicatari perquè procedeixi a la seva reparació o substitució en un termini no superior a 24h amb l'objectiu de garantir la seva disponibilitat màxima.

En relació als equips ofertats, l'oferta haurà d'indicar clarament la relació d'equips, especificant la marca, model i descripció de les principals característiques tècniques així com **la valoració econòmica de l'equipament en cessió**.

Amb l'entrega de l'equipament en cessió s'haurà d'adjuntar albarà sense valorar amb el model i número de sèrie.

Formació

L'adjudicatari de cada contracte, per tal de garantir l'ús correcte i eficient de tot el material i equipament descrit, ha de comprometre's a proporcionar la formació teòrica i pràctica i suport tècnic per tal de garantir l'ús correcte i eficient de tot el material i equipament tecnològic descrit anteriorment en cas que es requereixi.

Requeriments tècnics específics

Els requeriments tècnics específics i d'obligat compliment de cada material objecte de la licitació són els exposats a **l'Annex de complimentació obligatòria d'oferta tècnica**.

Els licitadors ompliran l'Annex de complimentació obligatòria tècnica i l'adjuntaran dins de l'oferta tècnica en format digital (PDF i EXCEL).

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents ni més d'una referència per a cada article licitat.



En el cas d'incongruència entre la documentació tècnica presentada i l'establert en el contingut de l'Annex, prevaldrà la documentació tècnica i, per tant, només es tindrà en compte el contingut d'aquesta.

Requeriments tècnics generals

L'acreditació de la documentació tècnica s'ha de presentar en català i/o castellà, en format digital on han de constar els següents documents:

- Fitxa tècnica del producte, indicant el codi del material de FGS (en cas de no constar en aquest plec, indicar el número de lot), i les següents dades:
 - ✓ Foto/dibuix del producte.
 - ✓ Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte.
 - ✓ Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor / licitador identifica el producte.
 - ✓ Marca comercial de l'article.
 - ✓ Descripció de les característiques bàsiques del producte.
 - ✓ Descripció de la composició del producte.
 - ✓ Mesures: indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc.
 - ✓ Certificació de lliure de làtex.
 - ✓ Certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat exigits per la normativa nacional i internacional vigent sobre la matèria, en particular el marcat CE.
- En el cas de que hi hagi equips associats o altre material fungible associat, no codificat, s'haurà de facilitar la fitxa tècnica o facilitar enllaç pàgina web on es pugui trobar aquesta.
- Resum d'articles licitats segons Annex de complimentació obligatòria d'oferta tècnica.
- La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació en un altre idioma podrà ser motiu de desistiment de la oferta.
- Fitxes tècniques de seguretat, si s'escau.
- Per als productes estèrils: en tots els productes haurà d'aparèixer a l'envàs la data de caducitat, número de lot, procediment d'esterilització, referència, simbologia adequada, quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es disposa del mateix. En tot cas s'haurà d'indicar aquesta característica.



- Tot i que en les descripcions tècniques d'alguns materials d'aquest expedient puguin incloure referències específiques de productes, es podran presentar ofertes amb referències equivalents, sempre i quan tinguin la mateixa funcionalitat i acompleixin les descripcions tècniques indicades en el present plec.
- En cas que el fungible objecte de la licitació tingui equips associats en règim de cessió, l'adjudicatari serà responsable del manteniment complert garantint el perfecte estat de funcionament, així com la substitució immediata de l'equip en cas de parada, per qualsevol causa. No s'acceptarà cap cost addicional per aquests conceptes. Si al llarg de la vigència del contracte, el material adjudicat sofreix evolució tecnològica, millores, variació o substitució en els seus components, aquests seran subministrats en les mateixes condicions econòmiques del contracte.
- En cas que durant la vigència del concurs, hi hagués canvis de les característiques tècniques orientades a augmentar la seguretat del pacient, el proveïdor s'ha de comprometre a incorporar-les sense cap cost addicional per l'FGS.
- L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.
- Si l'adjudicatari hagués d'aportar al seu càrrec equipament informàtic de caràcter estàndard, les característiques, marca i model seran necessàriament les determinades per l'FGS a fi d'homogeneïtzar aquest tipus d'equipament.
- Les caducitats dels productes no seran inferiors en cap cas al 50% de la vida útil del producte, ni inferiors als 60 dies. En aquells productes on la vida útil dels quals sigui inferior als 60 dies no es lliuraran productes amb caducitats inferiors al 75% de la vida útil.
- L'adjudicatari proporcionarà, sense càrrec, l'instrumental necessari per a la implantació del producte de manera fàcil i precisa.
- El licitador haurà de complir amb els preceptes de la normativa vigent aplicable a aquest material.
- En tot cas, si la normativa aplicable es modifiqués en el període de vigència del contracte, l'empresa adjudicatària restarà obligada a



l'adequació dels béns adjudicats a la normativa que, si escau, fos de nova aplicació.

Denominació i descripció de condicions o característiques complementaries que s'exigeixen

- Els licitadors han de presentar l'oferta per lots, menys el LOT 15.3-Pegats pericardi boví. Diferents mides, que es pot licitar per article
- Les quantitats que figuren al present expedient són merament estimatives del consum de l'Hospital en el període que es contracta, podent ser objecte de modificació a l'alça o a la baixa, en funció de les necessitats del centre. Les empreses adjudicatàries hauran de subministrar d'acord amb les programacions que estableixi el Departament de Compres.
- L'inici del subministrament haurà d'efectuar-se un cop formalitzat el contracte en el termini estipulat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
- Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel comitè tècnic designat. Inclou l'actualització permanent dels equips a les innovacions que vagin sorgint al llarg de la vida del contracte.
- L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats i l'equipament en cessió d'ús.
- L'adjudicatari està obligat a aportar valoració econòmica de l'equipament en cessió, si s'escau
- A més, en el cas de contractació de subministrament d'implants:
 - L'instrumental necessari i específic per a la implantació de les pròtesis serà subministrat i mantingut per l'adjudicatari sense cap càrrec per la FGS. L'adjudicatari garantirà l'existència suficient en funció de l'activitat assistencial, i ha d'assegurar l'aportació i/o reposició de l'instrumental en un temps inferior a 24 hores. El manteniment de l'instrumental anirà a càrrec de l'adjudicatari.



- Tot el material de la present licitació estarà **en règim de dipòsit** fins a la seva implantació, exceptuant que els serveis mèdics usuaris indiquin el contrari i es sol·liciti per a intervencions puntuals. En règim de dipòsit, a l'inici de la vigència del contracte l'adjudicatari aportarà els materials necessaris, de manera que el dimensionament dels dipòsits estarà d'acord amb el volum d'activitat assistencial.

El proveïdor assegurarà la reposició en un temps inferior a les a les 48 hores. El material haurà d'estar sempre actualitzat per que fa a la seva data de caducitat. A la finalització del contracte, l'adjudicatari retirarà els materials en dipòsit no consumits.

- En referència a la traçabilitat dels productes i per tal d'assegurar el compliment de la norma (RD 634/1993 i RD 414/1996), l'adjudicatari, sota la seva responsabilitat, assegurarà la correcta (i idèntica) identificació de cadascun dels productes als envasos i a l'albarà, i portaran la corresponent targeta d'implantació del producte a l'envàs. Les caixes vindran etiquetades amb etiquetes on s'identificarà almenys el número de lot i la caducitat

Termini i lloc de lliurament

- El lliurament de material es realitzarà en la data i lloc que s'indiqui a la comanda.
- En cas de desviament tant en data com en quantitat respecte a la comanda rebuda, el subministrador ho comunicarà amb el màxim d'antelació possible al Departament de Logística. Els incompliments dels lliuraments, totals o parcials, seran registrats i penalitzats conforme la Llei i allò que estipulen les bases de la licitació.
- El centre logístic de lliurament, excepte que a la comanda indiqui altra adreça, és:

Recepció de mercaderies del Nou Hospital: Entrada per C/ Sant Antoni M^a Claret / Independència – Moll de descàrrega.

L'horari de recepció de material és de 08:00 a 15:00 hores de dilluns a dijous i de 08:00 a 14:00 hores els divendres. No s'acceptaran lliuraments a la Recepció de Mercaderies fora d'aquest horari, en el cas de peticions URGENTS, el lliurament es realitzarà informant al personal de Seguretat de l'Hospital que donarà accés al Bloc quirúrgic.



En el cas d'implants que calgui esterilitzar, el lliurament es farà al Servei d'esterilització, planta -2 del bloc A del Nou Hospital, l'horari de lliurament i recollida serà preferentment de 8:00 a 15:00 hores.

- El lliurament de qualsevol tipus de material o medicament haurà de ser atenent a una comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s'acceptarà el lliurament de més unitats de les sol·licitades a la comanda.
- La empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec
- El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora. Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.
- El lliurament no s'entén realitzat fins el subministrament en el termini i lloc indicat a la comanda. Els embalatges i el cost de transport es consideren inclosos en el preu ofert.
- La comanda mínima serà d'una unitat de l'embalatge mínim adjudicat.
- El lliurament del material haurà d'anar amb el corresponent albarà original i còpia. L'original serà pel centre logístic destinatari, als proveïdors se li lliurarà la còpia amb el segell "CONFORME SALVO EXAMEN" i data de lliurament.

L'albarà haurà d'anar valorat i s'haurà de fer constar les següents dades:

- Número de comanda.
- Número d'article HSP.
- Número d'expedient
- Número d'albarà.

No s'acceptaran albarans i factures que no s'ajustin a allò especificat.

Els albarans hauran d'anar a l'exterior dels paquets.

- En cas de ser paletitzades, les mercaderies es lliuraran en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-les (precinte transparent, etc.) Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu. L'alçada del palet i la càrrega no podrà superar en cap cas els 185 cms.



- Les devolucions es notificaran via fax i els materials hauran de ser retirats al nostre Magatzem General en un termini màxim de 8 dies, en cas contrari, les despeses ocasionades aniran per compte i podran ésser carregades contra el saldo del proveïdor amb FGS.

Mostres i/o demostracions

- No és necessari aportar mostres i/o demostracions del material ofert en el moment de la presentació de l'oferta. L'òrgan de contractació es reserva el dret a sol·licitar mostres i/o demostracions de la seva oferta, a qualsevol dels licitadors durant el període d'avaluació d'ofertes, si ho considera oportú.
- Les mostres i/o demostracions hauran de ser iguals als articles indicats a la oferta i a subministrar en cas de ser adjudicatari.
- El/s licitador/s hauran de lliurar les mostres i/o realitzar les demostracions sol·licitades al lloc que es determini prèviament dins del termini establert i informat al licitador.
- La recepció de les mostres per part de la FGS, no implica el compliment de l'entrega, entenent que aquest acte només conforma el número de paquets entregats i la data. La FGS es reserva la verificació del contingut real de l'entrega.
- S'entendrà degudament entregada la mostra quan es verifiqui per el responsable de la recepció de mostres, el seu contingut i d'acord amb els requisits de forma i quantitats indicats a la Memòria i al document de sol·licitud. Es comprovarà que les dades consignades en el document siguin certes i, en cas de conformitat, es donaran per degudament entregades.
- No obstant, la conformitat no serà absoluta fins la posterior verificació a detall per part de la FGS.
- En cas de disconformitat deixarà constància expressa de la mateixa en la còpia de l' albarà.
- Amb les mostres presentades, l'òrgan de contractació es reserva el dret de fer-ne l'ús que s'estimi convenient.
- Les mostres s'hauran de presentar en unitats mínimes complertes per a cadascun dels productes oferts i expressament sol·licitats.



- Les mostres aniran identificades amb el nom de l'empresa i codi de producte HSP, així com el número de lot al que correspon i acompanyades d'un albarà de lliurament.
- Les mostres hauran de ser obligatòriament de materials no caducats i usables.
- Totes les despeses que es puguin produir pel lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del licitador.
- Si fos necessari augmentar el nombre de mostres i/o demostracions a realitzar per discrepàncies entre els diferents professionals, es podria demanar algunes mostres addicionals i d'alguns materials concrets així com alguna demostració concreta.

Barcelona, a 29 de març de 2023

Vist i plau

Dr. Alfons Torrego

Director Mèdic

NOTA 1: El present document es troba incorporat a l'expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per la persona competent.

NOTA 2: A tots els efectes, es considera que la data d'aquest document és la que figura al final del mateix.

NOTA 3: Amb la signatura del present document, el/s la sotasignat/s declara/en que no existeix conflicte d'interès en la pròpia actuació professional. Així mateix, declara que coneix les seves obligacions, segons el que consta al Protocol en relació als Conflictes d'interès aprovat per la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.



SANT PAU