PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101348854/23/AMUP

COBERTURA QUIRÚRGICA

Document signat digitalment per:
Olga Santamaria Herrero (30/06/2023 11:02 CEST)

INDEX

1. Condicions generals 4
1.1. Objecte de la contractació 4
1.2. Característiques de la contractació 4
1.3. Tècnics 4
2. Requeriments obligatoris 4
2.1. Normativa aplicable 4
2.2. Especificacions tècniques generals 5
2.3. Requisits obligatoris addicionals: 5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit 13
2.4.1. Cessió d'equips 13
2.4.2. Material en dipòsit 13
3. Com presentar la oferta 13
3.1. Oferta tècnica 13
3.2. Oferta logística 13
3.3. Model d'oferta tècnica 214
3.4. Presentació de mostres 22
3.5. Documentació confidencial 23
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista 244
4.1. Prevenció de riscos laborals 244
4.2. Formació 244
4.3. Manual d'usuari 244
4.4. Condicions logístiques i de subministrament 244
4.4.1. Condicions de subministrament 255
4.4.2. Garantia de subministrament 255
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC) 255
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte 266
4.4.2.3. Termini de lliurament 277
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda 277
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes 277
4.4.3. Sistema EDI 27
4.5. Condicions de l'operador logístic 29
4.5.1. Embalatges 30
4.5.2. L'albarà 30

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE. 31
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia..... 31
4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE 32
4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 34

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material cobertura quirúrgica per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que composen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que composen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'ANNEX A el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti:

- L'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE
- Declaració que tots els productes licitats compleixen el previst al Reglament (UE) 2017/745 del Parlament Europeu i del Consell, sobre los productes sanitaris, de 5 d´abril

de 2017, a l´apartat pel qual es regulen els productes sanitaris, amb l'etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència a les dades proporcionades pel fabricant)

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient.**

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

Tots els requisits tècnics addicionals que s´especifiquin a aquest apartat hauran d´informar-se mitjançant la presentació de l´**ANNEX D3 - Llista-resum, Requeriments obligatoris**, degudament complimentat, que haurà d´incloure un enllaç (*https://... (link)*) que redirigeixi a l'òrgan de contractació a la documentació tècnica que els acreditarà, en el fons i forma especificats a aquest apartat, per lot i material licitat.

No presentar els requeriments tècnics per lot que es detallen en aquest punt suposarà la desestimació directa de les ofertes presentades.

La normativa requerida serà la següent i haurà d´acreditar-se mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d´assajos segons la norma, i serà d´aplicació al material que enumera i inclou:

- UNE-EN 13795-1:2020.
- UNE-EN ISO 11810:2015.
- UNE-EN 29073-1:1993.
- UNE-EN ISO 14001:2015.

Tots els certificats i informes que acreditin les normes requerides s'hauran de presentar en català o castellà.

Els requisits tècnics obligatoris per lot son:

- Lot 1 – Bates quirúrgiques de protecció estàndard
  - Gramatge mínim serà de 35 grams/m^2, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data,* ANNEX D4.
  - Costures de les bates segellades sense cosir uniformement, com a mínim, a la totalitat de la zona crítica de la bata i mànigues, acreditat mitjançant certificat d'empresa o assaig clínic.
  - Quant a les bates, les mides hauran de situar-se dins dels marges següents:

Talla	Llargària (cm)	Ample pit (cm)	Perímetre (cm)
S	110 – 115	51 – 63	129 – 134
M	115 – 120	51 – 69	148 – 150
L, L-L	119 – 134	55 – 74	150 – 157
XL, XL-L	129 – 150	60 – 74	165 – 170
XXL, XXL-L	155 – 160	61 – 77	163 – 184

- Targeta de transferència a la bata, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data,* ANNEX D4.
- Prestació estàndard segons la norma UNE-EN 13795-1:2020, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d´assajos segons la norma, actualitzat i vigent (pàg. 13, taula 1, de *Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a bates quirúrgiques*, de la mateixa norma).

- Lot 2 – Bates quirúrgiques d´alta protecció

- Gramatge mínim serà de 60 grams/m^2, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data,* ANNEX D4.
- Part del reforç frontal i màniga de la bata segellada, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data,* ANNEX D4.
- Costures de les bates segellades sense cosir uniformement, com a mínim, a la totalitat de la zona crítica de la bata i mànigues, acreditat mitjançant certificat d'empresa o assaig clínic.
- Quant a les bates, les mides hauran de situar-se dins dels marges següents:

Talla	Llargària (cm)	Ample pit (cm)	Perímetre (cm)
S	110 – 120	51 – 63	129 – 135
M	127 – 130	69 – 70	152 – 158
L, L-L	140 – 147	70 – 74	170 – 172
XL, XL-L	150 – 155	70 – 77	170 – 180
XXL, XXL-L	170 – 177	70 – 77	175 – 180

- Targeta de transferència a la bata, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data,* ANNEX D4.
- Prestació alta segons la norma UNE-EN 13795-1:2020, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d´assajos segons la norma, actualitzat i vigent (pàg. 13, taula 1, de *Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a bates quirúrgiques*, de la mateixa norma).

- Lot 3 – Bates quirúrgiques d´alta protecció reforçada

  - Gramatge mínim serà de 35 grams/m2 i de 78 grams/m2 a la part reforçada, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data,* ANNEX D4.
  - Costures de les bates segellades sense cosir uniformement, com a mínim, a la totalitat de la zona crítica de la bata i mànigues, acreditat mitjançant certificat d'empresa o assaig clínic.
  - Quant a les bates, les mides hauran de situar-se dins dels marges següents:

Talla	Llargària (cm)	Ample pit (cm)	Perímetre (cm)
S	115 – 120	45 – 63	140 – 144
M	115 – 122	46 – 66	145 – 148
L, L-L	119 – 134	55 – 76	150 – 158
XL, XL-L	129 – 150	60 – 82	160 – 170
XXL, XXL-L	130 – 170	61 – 82	180 – 184

  - Targeta de transferència a la bata, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data,* ANNEX D4.
  - Part del reforç frontal i màniga de la bata segellada, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data,* ANNEX D4.
  - Prestació alta segons la norma UNE-EN 13795-1:2020, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d´assajos segons la norma, actualitzat i vigent (pàg. 13, taula 1, de *Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a bates quirúrgiques*, de la mateixa norma).

- Lot 4 – Talles quirúrgiques

  - Gramatge mínim serà de 40 grams/m2, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data,* ANNEX D4.
  - Prestació estàndard segons la norma UNE-EN 13795-1:2020, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d´assajos segons la norma, actualitzat i vigent (pàg. 14, taula 2, de *Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a panys quirúrgics*, de la mateixa norma).

- Lot 5 – Llençols quirúrgics

  - Gramatge mínim serà de 40 grams/m2, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data,* ANNEX D4.

- Zona del camp quirúrgica reforçada a llençol bi-laminat o equivalent, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data,* ANNEX D4.

- **Prestació alta segons la norma UNE-EN 13795-1:2020**, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d´assajos segons la norma, actualitzat i vigent (pàg. 14, taula 2, de *Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a panys quirúrgics*, de la mateixa norma).

- Lot 6 – Cobertors quirúrgic

  - **Prestació estàndard segons la norma UNE-EN 13795-1:2020**, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d´assajos segons la norma, actualitzat i vigent (pàg. 14, taula 2, de *Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a panys quirúrgics*, de la mateixa norma).

- Lot 7 – Camps quirúrgics

  - **Prestació alta segons la norma UNE-EN 13795-1:2020**, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d´assajos segons la norma, actualitzat i vigent (pàg. 14, taula 2, de *Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a panys quirúrgics*, de la mateixa norma).

  - Tota la superfície dels vorells del camp d´incisió hauran d´estar coberts d´adhesiu. L´element adhesiu haurà de ser resistent a líquids, hipoal·lèrgenic i deurà estar protegit amb paper de mides superiors a la seva totalitat per facilitar-ne la seva extracció, acreditat tot mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data,* ANNEX D4

- Lot 8 – Camps d´incisió adhesius

  - Marcat de conformitat CE – Classe III, per als codis de material 30008157, 30008159, 30016893 i 30038047, acreditat mitjançant declaració UE de conformitat del producte segons el seu r*eglament*, emès per organisme notificador acreditat.

  - Registre Nacional com a antimicrobià per l´AEMyPS, per als codis de material 30008157, 30008159, 30016893 i 30038047, acreditat mitjançant declaració UE de conformitat del producte segons el seu r*eglament*, emès per organisme notificador acreditat.

  - Tota la superfície dels vorells del camp d´incisió hauran d´estar coberts d´adhesiu. L´element adhesiu haurà de ser resistent a líquids, hipoal·lèrgenic i deurà estar

protegit amb paper de mides superiors a la seva totalitat per facilitar-ne la seva extracció, acreditat tot mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data,* ANNEX D4.

- Lots 9 – Bosses i cintes quirúrgiques

  - Característiques tècniques que s´enumeren al llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient,** acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data,* ANNEX D4.

- Lot 10 – Funda quirúrgica per a camal i braçal
- Lot 11 – Funda quirúrgica per a endoscòpia
- Lot 12 – Funda quirúrgica per a intensificador d´imatge
- Lot 13 – Funda quirúrgica per a microscopi
- Lot 14 – Funda per a altres equips quirúrgics
- Lot 15 – Funda quirúrgica per a sonda ecògraf
- Lot 16 – Funda per a llum quirúrgic

  - Característiques tècniques que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient,** acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data,* ANNEX D4.

- Lot 17 – Equips per a cures:
- Lot 18 – Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura universals
- Lot 19 – Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura varis centres
- Lot 22 – Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U.BELLVITGE (HUB)
- Lot 23 – Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U.GERMANS TRIAS Y PUJOL (HUGTP)
- Lot 24 – Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U.JOSEP TRUETA (HUJT)
- Lot 25 – Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U.JOAN XXIII (HUJXXIII)
- Lot 26 – Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U.VERGE DE LA CINTA (HUVC)
- Lot 27 – Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U.VALL D´HEBRÓ (HUVH)

  - **D´aplicació als components inclosos als lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 (materials-components)** d´aquests apartat 2.3 de *Requisits obligatoris addicionals*, **compliment dels requisits enumerats per a cada lot**, per als material inclosos als

equips, acreditats mitjançant la documentació descrita i indicada a cada un dels lots individuals del materials-components.

- D´aplicació als components descrits com a *GRUP 1* (*GRUP 1: bata, bossa d´instrumental, bossa quirúrgica; bossa recol·lectora de fluids corporals, camp quirúrgic adhesiu, cobertor, llençol, fundes Mayo, talla, apòsit, bena, compresa, gasa, tovallola eixugamans i tovallola eixuga camps)*, acompliment dels següents condicionants tècnics, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data,* ANNEX D4:
    - Seran admeses les ofertes que presentin mides en longitud i amplada iguals o similars de les que s´indica a la descripció de l´equip, ANNEX B, en el benentès que les mides han de ser adients per cada procediment quirúrgic descrit, mínimes requerides.
    - Seran admeses les ofertes que presentin un nombre d'unitats igual o superior a la que s´indica a la descripció de l´equip, ANNEX B, mínima requerida.
    - Seran admeses les ofertes d'articles de colors diferents als descrits, excepte el color blanc que no serà admès.
    - Seran admeses les ofertes que presentin components de la marca descrita o una altre d´equivalent.

- D´aplicació als components descrits com a *GRUP 2* (*GRUP 2: agulla, bisturí, bisturí elèctric, cànula d´aspiració, sonda vesical, catèter, connector, introductor, tub d´aspiració, tub de drenatge, equip de drenatge, equip d´infusió, equip d´irrigació, línia d´injecció, cinta adhesiva, cinta de velcro i terminal d´elèctrode)*, acompliment dels següents condicionants tècnics, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data,* ANNEX D4:
    - Seran admeses les ofertes que presentin mides de longitud iguals o diferents fins un +/- 10%, de les que s´indica a la descripció de l´equip, ANNEX B, mínimes requerides.
    - Seran admeses les ofertes que presentin un nombre d'unitats igual o superior a la que s´indica a la descripció de l´equip, ANNEX B, mínima requerida.
    - Seran admeses les ofertes d'articles de colors diferents als descrits, excepte el color blanc que no serà admès.
    - Seran admeses les ofertes que presentin components de la marca descrita o una altre d´equivalent.

- D´aplicació als components descrits com a *GRUP 3* (*GRUP 3: filtre, full de bisturí, guant, sutura i xeringa)*, acompliment dels següents condicionants tècnics, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data,* ANNEX D4:

- Seran admeses les ofertes que presentin un nombre d'unitats igual o superior a la que s´indica a la descripció de l´equip, ANNEX B, mínima requerida.
- Seran admeses les ofertes d'articles de colors diferents als descrits, excepte el color blanc que no serà admès.
- Seran admeses les ofertes que presentin components de la marca descrita o una altre d´equivalent.

▪ D´aplicació als components descrits com a ***GRUP 4*** (*GRUP 4: batea, càpsula, cassoleta, cubilet i safata)*, acompliment dels següents **condicionants tècnics**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data,* ANNEX D4:

- Seran admeses les ofertes que presentin mides de longitud, amplada, alçada i volum iguals o diferents fins un +/- 10%, de les que s´indica a la descripció de l´equip, ANNEX B, mínimes requerides.
- Seran admeses les ofertes que presentin un nombre d'unitats igual o superior a la que s´indica a la descripció de l´equip, ANNEX B, mínima requerida.
- Seran admeses les ofertes d'articles de colors diferents als descrits, excepte el color blanc que no serà admès.
- Seran admeses les ofertes que presentin components de la marca descrita o una altre d´equivalent.

- Lot 20 – Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U.ARNAU DE VILANOVA (ARN)
- Lot 21 – Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura GESTIIÓ SERVEIS SANITARIS (GSS)

▪ **Termini d´implantació i posada en marxa no superior a tres mesos,** del *programa per a la gestió de la cobertura quirúrgica i els sistemes per al subministrament, emmagatzematge, control d'existències i reposició del material*, a partir de la data de formalització del contracte.

▪ **D´aplicació als components inclosos als lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 (materials-components)** d´aquests apartat 2.3 de *Requisits obligatoris addicionals*, **compliment dels requisits enumerats per a cada lot**, per als material inclosos als equips, acreditats mitjançant la documentació descrita i indicada a cada un dels lots individuals del materials-components.

▪ **D´aplicació als components descrits com a *GRUP 1*** (*GRUP 1: bata, bossa d´instrumental, bossa quirúrgica; bossa recol·lectora de fluids corporals, camp quirúrgic adhesiu, cobertor, llençol, fundes Mayo, talla, apòsit, bena, compresa, gasa, tovallola eixugamans i tovallola eixuga camps)*, acompliment dels següents

condicionants tècnics, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data,* ANNEX D4:

- Seran admeses les ofertes que presentin mides en longitud i amplada iguals o similars de les que s´indica a la descripció de l´equip, ANNEX B, en el benentès que les mides han de ser adients per cada procediment quirúrgic descrit, mínimes requerides.
- Seran admeses les ofertes que presentin un nombre d'unitats igual o superior a la que s´indica a la descripció de l´equip, ANNEX B, mínima requerida.
- Seran admeses les ofertes d'articles de colors diferents als descrits, excepte el color blanc que no serà admès.
- Seran admeses les ofertes que presentin components de la marca descrita o una altre d´equivalent.

- D´aplicació als components descrits com a *GRUP 2* (*GRUP 2: agulla, bisturí, bisturí elèctric, cànula d´aspiració, sonda vesical, catèter, connector, introductor, tub d´aspiració, tub de drenatge, equip de drenatge, equip d´infusió, equip d´irrigació, línia d´injecció, cinta adhesiva, cinta de velcro i terminal d´elèctrode)*, acompliment dels següents condicionants tècnics, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data,* ANNEX D4:
  - Seran admeses les ofertes que presentin mides de longitud iguals o diferents fins un +/- 10%, de les que s´indica a la descripció de l´equip, ANNEX B, mínimes requerides.
  - Seran admeses les ofertes que presentin un nombre d'unitats igual o superior a la que s´indica a la descripció de l´equip, ANNEX B, mínima requerida.
  - Seran admeses les ofertes d'articles de colors diferents als descrits, excepte el color blanc que no serà admès.
  - Seran admeses les ofertes que presentin components de la marca descrita o una altre d´equivalent.

- D´aplicació als components descrits com a *GRUP 3* (*GRUP 3: filtre, full de bisturí, guant, sutura i xeringa)*, acompliment dels següents condicionants tècnics, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data,* ANNEX D4:
  - Seran admeses les ofertes que presentin un nombre d'unitats igual o superior a la que s´indica a la descripció de l´equip, ANNEX B, mínima requerida.
  - Seran admeses les ofertes d'articles de colors diferents als descrits, excepte el color blanc que no serà admès.

- Seran admeses les ofertes que presentin components de la marca descrita o una altre d´equivalent.

- D´aplicació als components descrits com a ***GRUP 4*** (*GRUP 4: batea, càpsula, cassoleta, cubilet i safata)*, acompliment dels següents **condicionants tècnics**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data,* ANNEX D4:

  - Seran admeses les ofertes que presentin mides de longitud, amplada, alçada i volum iguals o diferents fins un +/- 10%, de les que s´indica a la descripció de l´equip, ANNEX B, mínimes requerides.
  - Seran admeses les ofertes que presentin un nombre d'unitats igual o superior a la que s´indica a la descripció de l´equip, ANNEX B, mínima requerida.
  - Seran admeses les ofertes d'articles de colors diferents als descrits, excepte el color blanc que no serà admès.
  - Seran admeses les ofertes que presentin components de la marca descrita o una altre d´equivalent.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

2.4.1 Cessió d'equips

Les empreses adjudicatàries del material de cobertura quirúrgica licitat hauran de cedir sense cap cost econòmic tot aquell material, suport, aparells i de més elements compatibles necessaris per la utilització clínica d'aquest material en els nostres centres.

2.4.2. Material en dipòsit

En cas que hi hagi material en dipòsit, el centre i l'empresa adjudicatària acordaran el contingut i els terminis de caducitat acceptable del dipòsit.

L'empresa adjudicatària es compromet a reposar el material utilitzat, segons l'acord establert.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Oferta logística

Única i exclusivament per als materials inclosos a l´agrupació de lots 12ª, lots 20 i 21, d´equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U. ARNAU DE VILANOVA (ARN) i GESTIÓ SERVEIS SANITARIS (GSS) respectivament, el licitador haurà de presentar un *PROJECTE TÈCNIC D´ASSISTÈNCIA LOGISTICA I POSTVENDA* on es recolliran tots els aspectes relatius a la gestió, freqüència de reposició i garantia del subministrament del material de cobertura quirúrgica i dels mitjans e infraestructures que es posaran a disposició de l'Hospital, i que es valoraran Per mitjà de criteris d´adjudicació addicionals objectius quantificats al document CA-AMUP-S-39-23. Aquest projecte haurà de contemplar:

3.2.1. Subministrament

El subministrament, emmagatzematge, control d'existències i reposició del material s'efectuarà íntegrament a càrrec de l'adjudicatari amb la freqüència necessària per assegurar la disponibilitat d'estoc a l'hospital, utilitzant un sistema de reposició automatitzat que no necessiti participació de recursos humans per part de l'hospital.

El personal de centre hospitalari únicament s´haurà d´encarregar de retirar el producte, i automàticament, el sistema haurà de descomptar l'estoc. En tot moment, l´hospital haurà de disposar de la informació referent a consums i estoc, al servidor informàtic del proveïdor, tant com del registre de consums que permetrà fer el seguiment de la despesa per automatitzar la facturació.

El sistema de reposició automatitzat haurà de dotar al centre hospitalari dels següents components, mínimament:

- **Sistema de prestatgeries volumètriques o armaris modulars**

  Sistema intel·ligent d'emmagatzematge modular adaptat a espais reduïts, capaç de mesurar la quantitat d'estoc que hi ha a cada ubicació en temps real.

  L'etiquetatge d'identificació dels productes a les prestatgeries anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

  Les dimensions de les prestatgeries volumètriques o armaris modulars anirà en funció de l´estoc.

L´empresa adjudicatària haurà d´instal·lar les prestatgeries volumètriques o els armaris modulars en les ubicacions que l'hospital de l´ICS indiqui, tant en magatzems d'esterilització com dins del bloc quirúrgic, si fos necessari.

L´empresa adjudicatària haurà de garantir el subministrament a les diferents àrees quirúrgiques per tal d'assegurar la disponibilitat dels productes necessaris per a cada tipologia d'intervenció, i evitar-ne el sobre emmagatzematge.

L´empresa adjudicatària haurà de posar a disposició del centre hospitalari la modalitat del subministrament i els mecanismes de control d'estoc.

L´empresa adjudicatària, conjuntament amb el centre hospitalari ICS, haurà de definir els estocs mínims de producte. Serà l'empresa adjudicatària qui s'encarregarà d'aprovisionar automàticament el material, amb una freqüència d'entrega que garanteixi la disponibilitat contínua de producte.

- Gestió automatitzada del control d´estocs del magatzem

  Sistema de gestió dels estocs i la traçabilitat dels equips personalitzats que conviurà conjuntament amb el sistema de prestatgeries volumètriques o armaris modulars. L´empresa adjudicatària haurà de tenir en compte que aquest sistema de gestió haurà de ser compatible amb el programa informàtic de l'hospital per garantir la traçabilitat a pacient.

  El sistema haurà de permetrà, a més:

  - Gestionar el magatzem de cobertura i caducitats
  - Gestionar traçabilitat completa
  - Consultar informació del producte en trànsit
  - Possibilitat d'integració amb el sistema de l'hospital.

  L'adjudicatari es farà càrrec de totes les despeses que origini la connexió, el programari i els equips necessaris per al funcionament.

- Programa de gestió per a l'anàlisi de consum

  El licitador haurà de presentar un programa informàtic per a la gestió i visualització dels estocs a consigna.

  L'hospital haurà de poder obtenir informació acurada i anàlisi de qualitat sobre el consum, llistat de les existències i llistats mensuals que enregistrin, per productes, les vegades que es baixa de l'estoc mínim definit i els trencaments d'estocs. El licitador es farà càrrec de totes les despeses que origini la connexió, el programa i els equips necessaris per al seu funcionament (Sistema RFID, armaris intel·ligents...)

3.2.1.1. Disponibilitat dels productes

L´empresa adjudicatària haurà de garantir i assegurar la disponibilitat de subministrament dels materials necessaris per a cada tipologia d'intervenció, a les diferents àrees quirúrgiques i evitar el sobre emmagatzematge.

L´empresa adjudicatària haurà de descriure la modalitat del subministrament i els mecanismes de control d'estoc que haurà de posar a disposició de l'Hospital i definir conjuntament amb el centre, els estocs mínims de producte.

L'empresa adjudicatària s´haurà d´encarregar de fer l´aprovisionament automàtic amb la freqüència d'entrega necessària per tal de garantir que sempre hi hagi producte disponible.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir el subministrament amb continuïtat absoluta durant tota la vigència del contracte, inclosos els períodes de vacances.

3.2.1.2. Gestió logística del subministrament

Durant el període de vigència del contracte, l'hospital podrà sol·licitar l'adaptació de tots els equips de procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura quirúrgica que consideri ja no s´ajustaran a l'ús clínic i assistencial per al qual van ser adjudicats, actualitzant el nombre de components, forma de presentació, característiques tècniques dels components. L´actualització tècnica de l´equip, o per motiu d´innovació tecnològica, anirà a càrrec del l´empresa adjudicatària.

S'hauran d'elaborar uns estocs màxims i mínims de seguretat per a cadascun dels codis de material adjudicats que asseguraran el subministrament necessari per a l'activitat quirúrgica ordinària i extraordinària del centre.

L´empresa adjudicatària efectuarà el subministrament, emmagatzematge, control d'existències i reposició del material, de forma íntegra, i assumirà la responsabilitat total de l'organització, la gestió i el control dels dipòsits dels materials.

La reposició del material es farà directament al *Servei* assignat pel centre. L´empresa adjudicatària haurà d´encarregar-se del desembalatge, la col·locació del material i la retirada del cartró d'embalatge, tot respectant les mesures d'asèpsia corresponents (bata, gorra, calces i higiene de mans) i circulació del material.

Així mateix, l'empresa adjudicatària serà responsable de la correcta col·locació del material subministrat, i haurà de revisar de forma periòdica les caducitats dels equips emmagatzemats a l'hospital. Serà indispensable que l'empresa adjudicatària indiqui les accions que es duran a terme perquè el material no caduqui.

L'empresa adjudicatària es serà responsable del manteniment dels estocs acordats amb el centre hospitalari, per a cada codi de material, mitjançant les reposicions necessàries i en funció del consum en temps real que serà reportat a través de l'equipament/programa/suport informàtic instal·lat amb aquesta finalitat.

En cap moment s'haurà de produir un trencament d'estoc, que afectaria a les intervencions programades i les urgents. La reposició s´haurà de realitzar en l'horari establert pel centre hospitalari per tal d´assegurar el proveïment i la qualitat assistencial i alterar mínimament l´activitat assistencial dels professionals del centre.

En cas de trencament d'estoc, l´empresa adjudicatària haurà de proporcionar un nou material de característiques tècniques similars per tal que no s´interrompi l'activitat quirúrgica, en un termini no superior a 24 hores. Aquesta substitució de producte no suposarà cap cost econòmic pel centre hospitalari de l´ICS.

Durant tot el temps d'execució del contracte, l´empresa adjudicatària restarà obligada a informar i proposar substitucions dels material adjudicats per altres que incorporin avantatges o innovacions tecnològiques que millorin les prestacions assistencials o característiques tècniques inicialment adjudicades.

El centre haurà de poder disposar en les prestatgeries volumètriques o armaris modulars dels elements solts que configuren els equips personalitzats i codificats amb un codi de material, que es relacionen a continuació:

STOCK DE COBERTURA QUIRÚRGICA FORA DELS EQUIPS PERSONALITZATS	CONSUM ANUAL PREVIST (+/- 5%)
Bata quirúrgica estàndard talla L	200
Bates quirúrgiques estàndard talla XL	100
Bates quirúrgiques estàndard talla XXL	40
Bata quirúrgica reforçada talla L	100
Bates quirúrgiques reforçada talla XL	70
Bates quirúrgiques reforçada talla X XL	20
Cobertor de taula 100x150cm abs.75 x 150 cm.	50
Cobertor de taula de 150 x 190 cm.abs,75x190	50
Cobertor de taula75x90cm reforçat	100
Funda mesa de Mayo 80X145CM abs.65x85	100

Llençol amb adhesiu de 240x 150 cm reforçat	100
Llençol amb adhesiu de 150 x 175 cm reforçat	100
Llençol amb adhesiu de 175 x 175 cm reforçat	100
Talla adhesiva de 75 x 90 cm.	100
Talla adhesiva de 75 x 75 cm.	100
Cobertor fenestrat Adh.75cm x 90cm.	50
Cobertor fenestrat Adh.150x120	50
Leggings de 75 x 140 cm. 1pcs	75
Tovalloles eixuga camp 33 x 30 cm.	100
Cinta velcro adhesiva 2x23cm.	100
Cinta adhesiva de 10 x 50 cm.	100
Bossa d'instruments amb adhesiu i dos compartiments 46x40	100
Stockinette de 32x120cm.	50
Stokinette de 25 x 80 cm	80

Les quantitats previstes de la taula aniran a càrrec de l'adjudicatari, que assumirà un marge de maniobra màxim del 5% de la quantitat especificada. El centre hospitalari assumirà la despesa que sobrepassi aquesta marge.

En cas de necessitat d'algun altre element solt no descrit en la taula, el centre hospitalari haurà d'acordar amb el proveïdor adjudicatari la quantitat anual que haurà d'anar al seu càrrec, atenent la previsió de quantitat anual de consum de l'equip personalitzat.

Els equips de procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura quirúrgica han d'estar disponibles en un període màxim de 3 mesos des de la formalització del contracte.

3.2.2. Formació

L'empresa adjudicatària aportarà un pla de formació que arreplegui els punts que es detallen a continuació:

1. L'empresa adjudicatària serà la responsable de la formació del personal de *l'Hospital* en tot allò relatiu a la utilització del material de cobertura quirúrgica, així com al funcionament del sistema de gestió ofert pel proveïdor.

2. Durant la fase d'implantació sistema de gestió logística ofert pel proveïdor, l´empresa adjudicatària haurà de garantir la presència física a l'àrea quirúrgica de personal propi, amb àmplia experiència i formació acreditada, per a l'assistència i la formació del personal del bloc quirúrgic de l´hospital, en la utilització correcta dels sistemes logístics implementats. S´haurà de garantir aquesta assistència tècnica durant tot el temps que sigui necessari.
3. L'empresa adjudicatària haurà d´aportar un pla formatiu del projecte tècnic

3.2.3. Embalatge i etiquetat dels productes oferts

El centre hospitalari de l´ICS haurà d´estar informat i haurà d´autoritzar qualsevol modificació que es faci respecte de l'embalatge del material.

Els codis de material estèrils adjudicats en aquesta licitació hauran de tenir una tipologia d'embalatge que garanteixi una barrera eficaç contra la pols i la humitat.

Es defineix com a "*triple nivell d'embalatge*" el que consisteix en una caixa de cartró externa per al transport, un segon embalatge mitjançant bossa de polietilè o caixa dispensadora per al seu emmagatzematge al quiròfan i un envàs unitari estèril, de fàcil obertura i que garanteixi la no contaminació.

L´etiquetatge haurà de ser perfectament llegible en espanyol o mitjançant ús de simbologia internacional harmonitzada.

Cada equip quirúrgic haurà de disposar d'un sistema de plegat que garanteixi la utilització correcta segons les normes d'asèpsia.

Cada envàs unitari de producte haurà de contenir obligatòriament les informacions expressades en espanyol (o que l'inclogui si l'envàs és multilingüe):

- EAN (codi del producte). Embalatge primari amb etiqueta autoadhesiva removible amb codi de barres de traçabilitat on s'especifiqui referència, lot i data de caducitat
- Denominació de l´article o equip, talla i mesures si escau
- Relació de tots els seus components, mides i unitats, en text o en pictogrames
- Marcat CE
- Referència i lot
- Indicació de producte d'un sol ús
- Indicació d'esterilitat i mètode d'esterilització utilitzat
- Producte lliure de làtex
- Data de caducitat

- Nom del fabricant i distribuïdor
- Embalatge primari amb etiqueta autoadhesiva re-movible amb codi de barres de traçabilitat on s'especifiqui referència lot i data de caducitat
- Els equips estaran etiquetats segons normativa GTIN 128

3.2.4. Implementació del sistema logístic

Serà requeriment obligatori per al licitador que el programa per a la gestió de la cobertura quirúrgica i els sistemes per al subministrament, emmagatzematge, control d'existències i reposició del material estigui implementat i preparat per utilitzar-lo, al centre hospitalari, en el termini màxim de tres mesos a partir de la data de formalització del contracte.

3.2.5. Manteniment, averies, terminis i resolucions

L'empresa licitadora haurà de presentar un pla de contingència tant de manteniment com de reparació de les prestatgeries o armaris volumètrics i sistemes informàtics, tot indicant el temps de resposta i temps de resolució que garanteixi el subministrament de material i la continuïtat de l´activitat assistencials, als centres ICS.

3.2.6. Innovació tecnològica i millores del projecte tècnic d'assistència logística i postvenda

Es consideraran millores tècniques valorables addicionalment dels projectes tècnics de gestió del subministrament de la cobertura quirúrgica i assistència post-venda que presentin les empreses licitadores:

a) Identificació per etiquetes de colors
Identificació dels equips per etiquetes de colors i la nomenclatura de l'equip abreujada, tenint l'equip de cada especialitat un color diferent. Aquest sistema d'etiquetatge per colors segons l'especialitat haurà de disposar d'una paleta de més de 10 colors disponibles per diferenciar sense problemes els equips de les diferents especialitats. Aquesta identificació ha d'anar en un dels laterals de l'equip, per identificar-les durant el seu emmagatzematge i amb la mida adequada per a la visualització correcta amb la denominació de l'equip.

b) Prestatgeries volumètriques
Les prestatgeries volumètriques metàl·liques i de tipus reixeta obertes, per evitar l'acumulació de pols. L'empresa adjudicatària ha de poder oferir almenys dues mides diferents d'aquestes prestatgeries, les mesures de les quals hauran d'estar compreses entre les mesures estàndards de mercat: entre 450mm i 600mm de fons, per 1200mm i 1500mm d'amplada.

c) Etiqueta RFID

Identificació dels equips adjudicats per mitjà d´etiquetats que integrin xip unívoc de tecnologia RFID, per a la gestió de la traçabilitat del pacient, de lectura possible amb qualsevol dispositiu i compatible amb sistema informàtic del centre.

3.3. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C
  S'ha d'omplir l'Excel Licitació 1101348854_2bis

- *Annex D5* - Fitxa Criteris Addicionals Judici de Valor

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D1 de les fitxes presentades a la licitació.
  A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

  El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: Resum

  Exemple: D1-Resum.xls o .xlsx

- Fitxes tècniques resum requeriments obligatoris, ANNEX D2, detallats en aquest document núm. PPT-AMUP-S-48-22, punt 2.3.

  Exemple: D2-Requeriment..xls o .xlsx

- Fitxes tècniques resum criteris addicionals d´adjudicació, ANNEX D3, detallats al document CA-AMUP-S-29-22.

  Exemple: D3-Criteris.xls o .xlsx

- Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o *Product Data*, ANNEX D4.

  La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (***Product data***), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

  Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP**

  Exemple codi SAP: D4-PD-Lot1-30000001

  La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de l´ANNEX D4 en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta presentada.

  Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: ***ProductData***

  Per a la seva traçabilitat, cada fitxa haurà d'anar etiquetada/enumerada/identificada amb les dades següents:

  - Núm. expedient **CS/CC00/1101348854/23/AMUP**
  - NIF i nom de l'empresa
  - Lot
  - Codi de material ICS
  - Referència

  La presentació de la *Product Data* indegudament etiquetada/enumerada/identificada amb les dades anteriorment descrites podrà ser motiu d'exclusió.

  En el cas que la ***Product data*** no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Les ofertes que no presentin la informació tècnica en aquest model ANNEX D4 no seran valorades.

3.4. Presentació de mostres

Per a aquesta licitació no cal presentar mostres.

En cas que en el quadre de característiques s'indiqui l'obligació de presentar mostres, aquestes s'hauran de lliurar en les condicions i quantitats establertes a **l'ANNEX E1 – Presentació de mostres.**

L'òrgan de contractació es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes si ho considera oportú per a completar la valoració tècnica del l´oferta presentada.

Cada mostres haurà d'anar etiquetada amb les dades següents:

- Núm. expedient CS/CC00/1101348854/23/AMUP
- NIF i nom de l'empresa
- Lot
- Codi de material ICS
- Referència

Les mostres es lliuraran a la *Sra. Vanesa García Barriocanal*, a l'adreça següent:

Institut Català de la Salut
Gerència de Compres (2ª planta)
Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 BARCELONA

Les mostres seran avaluades en diferents centres ICS, per tant, caldrà presentar tants jocs de mostres com centres i especialistes de producte avaluadors.

Cada paquet haurà de contenir, per cada referència presentada, el nombre de mostres que s'indiquen en l'ANNEX E1 – Presentació de mostres. Relació de codis SAP afectats.

Cada paquet haurà de identificar els seu contingut per mitjà de l´ANNEX E2 – Fitxa-empaquetatge de la mostra

En el supòsit que no es presentin les mostres sol·licitades l'oferta presentada no serà avaluada i, per tant, serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.5. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu

tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.2. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.3. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.4. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.5. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres** (GIC). El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
  - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
  - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
  - Discontinuïtats o obsolescències
  - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats

- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari,** la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'**.** El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF **i exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal** la **validació** d'una **alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha *l'Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuals d'usuari proveïdor* i *l'Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema EDI com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu

- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005

- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:

  - NIF del proveïdor
  - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
  - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
  - La referència i el codi EAN (GTIN).
  - La descripció del producte
  - El número de lot i la caducitat
  - La quantitat per referència
  - El preu unitari
  - Import total
  - Temperatura de conservació

- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	**Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:**
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)

- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa
ICS pròtesis y fungibles: https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa
Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web http://comedinet.ediversa.net, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@evidersa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic

4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER**.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència.*

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:

    - NIF del proveïdor
    - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
    - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic

- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agencia de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas què l'agencia de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. **Identifiqueu-vos** quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de **10 km/h**, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	

3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el **vehicle totalment immobilitzat**. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle**. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.** b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà **d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.** c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'**emergència:** Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	

8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de **10 km/h**, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	 
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas **d'emergència**: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació
ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
ANNEX D1 - Llista-resum, Model i Guia
ANNEX D2 - Llista-resum, Requeriments obligatoris
ANNEX D3 - Llista-resum, Criteris addicionals
ANNEX D4 - Product data material ofert
ANNEX D5 - Llista-resum, Criteris judici de valor
ANNEX E1- Presentació de mostres
ANNEX E2- Fitxa-empaquetat de mostres
ANNEX F - Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics - adjudicatari

Relació d'annexes específics plec de clàusules administratives

ANNEX 1 - Centres destinataris i centres adherits, si escau
ANNEX 2 - Pressupost per lots centres ICS i centres adherits, si escau.
ANNEX 3 - Criteris que s'aplicaran en cas de limitació de lots a adjudicar.
ANNEX 4 - Desglossament dels criteris d'adjudicació
ANNEX 5 - Document europeu únic de contractació (DEUC)
ANNEX 6 - Model d'oferta tècnica i detall de mostres, si escau
ANNEX 7 - Model d'oferta econòmica
ANNEX 8 - Condicions essencials d'execució
ANNEX 9 - Condicions específiques (cessions, accessoris, complements, etc).
ANNEX 10 - Règim d'incompliments i penalitats.
ANNEX 11 - Condicions específiques operador logístic.
ANNEX 12 - Compromís garanties en el tractament de dades.
ANNEX 13 - Identificació de l'òrgan administratiu amb competència amb matèria de comptabilitat pública que ha de constar en la factura corresponent.
ANNEX 14 – Prohibicions de contractar.

Institut Català de la Salut

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101348854/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Condició lot
1	Bates quirúrgiques de protecció estàndard	Tancat - Obligatori
2	Bates quirúrgiques d´alta protecció	Tancat - Obligatori
3	Bates quirúrgiques d´alta protecció reforçada	Tancat - Obligatori
4	Talles quirúrgiques	Obert - No obligatori
5	Llençols quirúrgics	Obert - No obligatori
6	Cobertors quirúrgics	Obert - No obligatori
7	Camps quirúrgics	Obert - No obligatori
8	Camps d´incisió adhesius	Obert - No obligatori
9	Bosses i cintes quirúrgiques	Obert - No obligatori
10	Funda quirúrgica per a camal i braçal	Obert - No obligatori
11	Funda quirúrgica per a endoscòpia	Obert - No obligatori
12	Funda quirúrgica per a intensificador d´imatges	Obert - No obligatori
13	Funda quirúrgica per a microscopi	Obert - No obligatori
14	Funda quirúrgica per a altres equips	Obert - No obligatori
15	Funda quirúrgica per a sonda ecògraf	Obert - No obligatori
16	Funda per a llum quirúrgic	Obert - No obligatori
17	Equips per a cures	Obert - No obligatori
18	Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura universals	Obert - No obligatori
19	Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura varis centres	Obert - No obligatori
20	Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U. ARNAU DE VILANOVA (ARN)	Obert - No obligatori
21	Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura GESTIÓ SERVEIS SANITARIS (GSS)	Obert - No obligatori
22	Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U. BELLVITGE (HUB)	Obert - No obligatori
23	Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U. GERMANS TRIAS Y PUJOL (HUGTP)	Obert - No obligatori
24	Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U. JOSEP TRUETA (HUJT)	Obert - No obligatori
25	Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U. JOAN XXIII (HUJXXIII)	Obert - No obligatori
26	Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U.VERGE DE LA CINTA (HUVC)	Obert - No obligatori
27	Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U.VALL D´HEBRÓ (HUVH)	Obert - No obligatori

Institut Català de la Salut

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30000317

Descripció llarga:

Camp incisió quirúrgic poliurietà transp,adhesiu hipoalèrgic, adapt, impe rmeab,transp,elàstic, resistent a tracció, amb suport de f àcil aplicació .Mides total 30x26cm ±2cm,àrea incisió 30x20cm ±2cm. Lliure de làtex i cel·lulosa, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Camp incisió quirúrgic poliurietà transp,adhesiu hipoalèrgic, adapt, im pe rmeab,transp,elàstic, resistent a tracció, amb suport de fàcil aplica ció .Mides total 30x26cm ±2cm,àrea incisió 30x20cm ±2cm. Lliure de làte x i cel·lulosa, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30000319

Descripció llarga:

Camp d'incisió quirúrgicpoliurietà transparent,adhesiu hipoalèrgic ,adaptable,impermeable,transpirable,elàstic,resistent a tracció amb suport i fàcil aplicació.Mides 45x55±5cm,àrea d'incisió 45x49cm.Lliure de làtex i cel· lulosa,estèril,un sol ús.

Descripció tècnica:

Camp d'incisió quirúrgic de poliurietà transparent, adhesiu hipoalèrgi c, adaptable, impermeable, transpirable, elàstic i resistent a la tracci ó, amb suport de fàcil aplicació.Mides 45x55cm ±5cm,àrea d'incisió 45x49 cm. Lliure de làtex i cel· lulosa, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30000320

Descripció llarga:

Camp d'incisió quirúrgic de polietilè transparent,adhesiu hipoalèrgic ,adaptable impermeab,transpirable,elàstic,resistent tracció am b suport fàcil aplicació.Mides: 35x60cm ±5cm,àrea incisió 35x35cm ±2cm. Lliure de làtex,cel·lulosa,estèril,un sol ús.

Descripció tècnica:

Camp d'incisió quirúrgic de polietilè transparent,adhesiu hipoalèrgic,ad aptable impermeab,transpirable,elàstic,resistent tracció amb suport fàc il aplicació.Mides: 35x60cm ±5cm,àrea incisió 35x35cm ±2cm. Lliure de là tex,cel·lulosa,estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30000321

Descripció llarga:

Camp d'incisió quirúrgic de poliurietà transparent,adhesiu hipoalèrgic, a daptable impermeable,transp,elàstic,resistent tracció,amb suport de fàc il aplicació.Mides 56x80cm ±5cm,àrea incisió 56x74cm±2cm. Lliure de làt ex i cel·lulosa,estèril,1sol ús.

Descripció tècnica:

Camp d'incisió quirúrgic de poliurietà transparent,adhesiu hipoalèrgic , a daptable impermeable,transp,elàstic,resistent tracció,amb suport de fàc il aplicació.Mides 56x80cm ±5cm,àrea incisió 56x74cm±2cm. Lliure de làt ex i cel·lulosa, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30000323

Descripció llarga:

Camp d'incisió de polietilè transparent, impermeable, resistent, adhesiu hipoal·lèrgic,transpirable, elàstic i resistent a la tracci ó. Mides 90x85cm ±5cm,àrea incisió 58x83cm ±2cm. Lliure de làtex i cel·lulosa, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Camp d'incisió de polietilè transparent, impermeable, resistent, adhesiu hipoal·lèrgic,transpirable, elàstic i resistent a la tracció. Mides 90x 85cm ±5cm,àrea incisió 58x83cm ±2cm. Lliure de làtex i cel·lulosa, estèr il, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30000325

Descripció llarga:

Camp quirúrgic amb obertura en U de polietilè transparent,impermeable ,resistent amb obertura U.Mides: 120x130±2cm,vora adhesiva 16x5 0cm ±2cm.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Camp quirúrgic amb obertura en U, de polietilè transparent,impermeable, resistent amb obertura U.Mides: 120x130±2cm,vora adhesiva 16x50cm ±2cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30000326

Descripció llarga:

Camp quirúrgic oftalmologia polietilè transparent,impermeable,resistent amb fenestració oval i bossa col·lectora fluids.Mides:48x41c m ± 2cm ,superfície adhesiva incisió oval 3,5x6cm±2cm,dues tires adhesives 5x 5cm.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.

Descripció tècnica:

Camp quirúrgic per a oftalmologia de polietilè transparent,impermeable,r esistent amb fenestració oval i bossa col·lectora fluids.Mides:48x41cm ± 2cm,superfície adhesiva incisió oval 3,5x6cm±2cm,dues tires adhesives 5 x 5cm.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30000327

Descripció llarga:

Camp quirúrgic de polietilè transparent, impermeable, resistent, amb obe rtura rodona Ø6cm±2cm,vora adhesiva 13x13cm. Mides: 40x40c m ±2cm.Lliu re de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Camp quirúrgic de polietilè transparent, impermeable, resistent, amb obe rtura rodona Ø6cm±2cm,vora adhesiva 13x13cm. Mides: 40x40cm ±2cm.Lliur e de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30000328

Descripció llarga:

Camp quirúrgic de polietilè transparent,mate,resistent, amb fenestració adhesiva 8x11cm±2cm.Mides:83x129cm±2cm.Lliure de làtex, estè ril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Camp quirúrgic de polietilè transparent,mate,resistent, amb fenestració adhesiva 8x11cm±2cm.Mides:83x129cm±2cm.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30000331

Descripció llarga:

Bossa d'aïllament d'òrgans de etilmetilacrilat,biocompat,transparent, impermeab,resistent,adapt,tanca amb doble tira ajusta polièste r.Evita adherències teixits, mínim desprend partícules.Mides:49x49 cm ±2cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Bossa quirúrgica d'aïllament d'òrgans d' etil-metacrilat , bio-compatible, transparent, impermeable, resistent, adaptable, tancament amb doble tira d'ajustament de polièster. Evita adherències de contacte amb els teixits, mínim despreniment de partícules. Mides: 49x49 cm±2cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30000332

Descripció llarga:

Bossa quirúrgica d'aïllament hepàtic de plàstic transparent, amb superfície adhesiva per tancament.Mida: total 61x64cm±2cm. Lliure d e làtex, estèril, un sol ús

Descripció tècnica:

Bossa quirúrgica d'aïllament hepàtic de plàstic transparent, amb superfície adhesiva per tancament. Mida: total 61x64cm±2cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30000333

Descripció llarga:

Bossa quirúrgica per recollida de líquids de plàstic transparent amb recollida de fluids i filtre. Mida: total 56x90 cm±2cm, superfí cie adhesiva 90x6,5cm ±2cm.Port tamís de malla, 70x0,8cm amv Vareta flexible i fina.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Bossa quirúrgica per recollida de líquids de plàstic transparent amb re collida de fluids i filtre. Mida: total 56x90 cm±2cm, superfície adhesiv a 90x6,5cm ±2cm.Port tamís de malla, 70x0,8cm amv Vareta flexible i fina .Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30000402

Descripció llarga:

Talla quirúrgic de teixit sense teixir, impermeable, resistent, baix desprendiment de partícules amb obertura adhesiva d'incisio de 6x8cm ±2cm.Mides: 50x60cm±5cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Talla quirúrgic de teixit sense teixir, impermeable, resistent, baix des prendiment de partícules amb obertura adhesiva d'incisio de 6x8cm ±2cm.M ides: 50x60cm±5cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30000403

Descripció llarga:

Llençol quirúrgic de teixit sense teixir, impermeable, resistent, amb obertura en forma d'U amb vora adhesiva 6cmx70cm ±2cm. Mida to tal: 150cmx200cm ±2cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Llençol quirúrgic de teixit sense teixir, impermeable, resistent, amb ob ertura en forma d'U amb vora adhesiva 6cmx70cm ±2cm. Mida total: 150cmx200cm ±2cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30000405

Descripció llarga:

Llençol quir artroscòpia genoll,TST,impermeable,resistent,obertura central Ø 6cm ±2cm membr elàstic,bossa recollida fluïds a/conn a aspiració,zona reforç superabsorbent 66x107cm±2cm,3 tires per tubs.Mides:234cmx302cm±2cm.Lliure de làtex,estèril,sol ús.

Descripció tècnica:

Llençol quirúrgic artroscòpia de genoll de TST,impermeable,resistent, ob ertura central Ø 6cm ±2cm membrana elàstica,bossa recollida fluïds a/connector a aspiració, zona reforç superabsorbent 66x107cm±2cm,3 tires per tubs. Mides:234cmx302cm±2cm.Lliure de làtex,estèril,sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30000406

Descripció llarga:

Llençol quirúrgic Craneotomía reforçat a/absorbent 50x85cm±2cm i film d'incisió a/bossa recollida fluïds,espita i tapó, filtres i si stema subjectatubs,230x300cm±5cm.Lliure de làtex, estèril,1 sol ús.

Descripció tècnica:

Llençol quirúrgic per a neurocirurgia (Craneotomía)de teixit sense teixi r,impermeable ,resistent,baix despreniment partícules,reforçada absorbent aprox 50x85cm±2cm amb film d'incisió ,bossa recollida fluïds amb espit a i tapó, filtres i sistema subjectatubs.Mides: 230x300cm±5cm.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30000407

Descripció llarga:

Bossa quirúrgica per a accessoris de plàstic transparent amb superfície adhesiva a la part superior. Mida total 40x35cm±2cm, amb due s butxaques.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Bossa quirúrgica per a accessoris de plàstic transparent amb superfície adhesiva a la part superior. Mida total 40x35cm ±2cm, amb dues butxaques. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30000408

Descripció llarga:

Cinta quirúrgica adhesiva de teixit sense teixir. Mida total 10cm x 50cm±2cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Cinta quirúrgica adhesiva de teixit sense teixir. Mida total 10cm x 50cm±2cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30000409

Descripció llarga:

Camp quirúrgic de polietilè transparent i mate antireflectant, impermeable, antiestàtic, resistent a la tracció. Mides:90x90cm±2cm, amb fenestració rodona flexible diàmetre 23cm±2cm,tires adhesives.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.

Descripció tècnica:

Camp quirúrgic de polietilè transparent i mate antireflectant, impermeab le, antiestàtic, resistent a la tracció. Mides:90x90cm±2cm, amb fenestra ció rodona flexible diàmetre 23cm±2cm,tires adhesives.Lliure de làtex,es tèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30000411

Descripció llarga:

Talla quirúrgica de teixit sense teixir fenestrada amb adhesiu termoactiu, impermeable, absorbent. Mides: 50 x 60 cm ±2cm, obertura Ø 7cm, 55 g m2, Lliure de làtex , estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Talla quirúrgica de teixit sense teixir fenestrada amb adhesiu termoacti u, impermeable, absorbent. Mides: 50 x 60 cm ±2cm, obertura Ø 7cm, 55 g m2, Lliure de làtex , estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30000414

Descripció llarga:

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè transparent. Mides: 117 x 163 cm diàmetre de la lent 65mm, amb tires de s ubjecció i tancament ajustable a òptiques, tipus Zeiss OPMI . Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè transparent. Mides: 117 x 163 cm diàmetre de la lent 65mm, amb tires de subjecció i t ancament ajustable a òptiques, tipus Zeiss OPMI . Lliure de làtex, es tèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30000415

Descripció llarga:

Funda quirúrgica per a càmera de laparoscòpia de polietilè transparent, punta elàstica fenestrada, ajustable, amb tires de fixació als dos extrems,plegada telescòpicament. Mida: 18x250cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda quirúrgica per a càmera de laparoscòpia de polietilè transparent , punta elàstica fenestrada, ajustable, amb tires de fixació als dos ext rems,plegada telescòpicament. Mida: 18x250cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30000446

Descripció llarga:

Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjecc davant,creuada darrera,màniga llarga,punys tricot,sist subjec coll.Costures segella sense cosí,zona critica.Mida M,llarg 115cm,2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.

Descripció tècnica:

Bata alta protecció per cirurgia, TST, totalment resistència a la penetració líquids i transpirable, subjecció davantera creuada darrera, màniga llarga, punys tricot i sistema subjecció al coll. Costures segellades sense cosí, zona critica. Mida(M)L, llarg 115cm, 2 eixugamans. Lliure làtex,estèril,1ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30000447

Descripció llarga:

Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjecc davant, creuada darrera,màniga llarga,puny s tricot,sist subjec coll.Costures segella s/cosí,zona critica.Mida L.L,llarg 142cm, 2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.

Descripció tècnica:

Bata alta protecció per cirurgia,TST, totalment resistència a la penetra ció líquids i transpirable,subjecció davantera creuada darrera,màniga ll arga,punys tricot i sistema subjecció al coll.Costures segellades sense cosí,zona critica.Mida L.L,llarg 142cm, 2 eixugamans.Lliure làtex,estèri l,1ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30000465

Descripció llarga:

Cobertor per a taula quirúrgica (instrumental) de teixit sense teixir impermeable, resistent, absorbent. Mides:120 x 140 ±5cm, gram atge mínim 30gr TST, capa de polietilè minim 50µ. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Cobertor per a taula quirúrgica (instrumental) de teixit sense teixir im permeable, resistent, absorbent. Mides:120 x 140 ±5cm, gramatge mínim 3 0gr TST, capa de polietilè minim 50µ. Lliure de làtex, estèril, un sol ú s.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30000466

Descripció llarga:

Talla quirúrgica de teixit sense teixir amb adhesiu lateral, impermeable, absorbent.Mides: 50 x 50 cm ±2cm. Lliure de làtex, estèril , un sol ús.

Descripció tècnica:

Talla quirúrgica de teixit sense teixir amb adhesiu lateral, impermeable , absorbent.Mides: 50 x 50 cm ±2cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30000503

Descripció llarga:

Equip per a cures més instrumental plàstic. Lliure de làtex, estèril, un sol ús,compost de 13 elements

Descripció tècnica:

Equip per a cures més instrumental plàstic. Lliure de làtex, estèril, un sol ús,compost de 13 elements:
1 talla TST 38x45±5cm
5 gases de TST,7,5x7,5cm,4 plecs 5 apòsits TST
1 forceps recte,polímer reforçat, 12,5cm 1 pinça sense dents,polímer reforçat, 12,5cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30000505

Descripció llarga:

Equip sondatge vesical. Lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 7 elements

Descripció tècnica:

Equip sondatge vesical.Lliure de làtex, estèril, un sol ús,compost per 7 elements:
1 sobre gel lubricant
1 xeringa 20ml 1 ampolla 20ml aigua destil·lada
5 gases TST 30gr/m² 7,5x7,5cm 1 pinça Kocher plàstic
1 talla impermeable TST 50gr/m² 75x90cm 1 talla fenestrada TST 50gr/m² 75x90cm Ø10cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30001408

Descripció llarga:

Bata alta protecció cirurgia,de TST,reforçada,alta resistència penetra líquids,transpira,subjec davant,creuada darrera,màniga llarga ergonòmica ,punys tricot,sist subjec al coll.Costures segellades sense cosí,zona critica.Mida XL.Lliure làtex,estèril,1ús.

Descripció tècnica:

Bata alta protecció per cirurgia,de TST,reforçada,alta resistència penet ració líquids,transpirable,subjecció davant creuada darrera,màniga llarg a ergonòmica,punys tricot i sistema subjecció al coll.Costures segellade s sense cosí,zona critica.Mida XL,llarg 129cm,perímetre 170cm i 61 d'amp lada .Lliure làtex,estèril,1ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30001414

Descripció llarga:

Camp incisió quirúrgic polietilè transp,adhesiu hipoalèrgic,adaptable ,impermea, transpirable, elàstic,resistent tracció amb suport d e fàcil aplicació.Mides 38x41cm±5cm i àrea incisió 28x41cm ±2cm.Lliure de làtex i cel·lulosa, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Camp incisió quirúrgic polietilè transp,adhesiu hipoalèrgic,adaptable,im permea, transpirable, elàstic,resistent tracció amb suport de fàcil apli cació.Mides 38x41cm±5cm i àrea incisió 28x41cm ±2cm.Lliure de làtex i c el·lulosa, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30001456

Descripció llarga:

Camp quirúrg uro polietilè transp,mate,impermeable,resistent a/ob Ø5cm ,tira adh part sup i 1dedil neoprè a/zona adh fixar zona anal. Mida total 60 x90+/-2cm.S/ làtex, estèril,1 sol ús

Descripció tècnica:

Camp quirúrgic per a urologia de polietilè transparent,mate,impermeable, res istent, amb obertura Ø5cm,tira adhesiva a la part superior i 1dedil de neoprè amb zona adhesiva per fixar a la zona anal.Mida total aprox 6 0 x90+/-2cm.Lliure de làtex, estèril,d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30001463

Descripció llarga:

Funda camal quirúrgica per a protecció d'extremitat inferior, de teixit sense teixir, impermeable, i absorbent. Mides:75x120cm,llarg ±5cm.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:
Funda camal quirúrgica per a protecció d'extremitat inferior, de teixit sense teixir, impermeable, i absorbent. Mides:75x120cm,llarg ±5cm.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30001464

Descripció llarga:
Talla quirúrgica adhesiva,teixit sense teixir (TST) bilaminat amb una capa absorbent i una làmina impermeable.Mides:75x90cm±2cm,gram atge 55gm2.Lliure de làtex,estèril,un sol ús

Descripció tècnica:
Talla quirúrgica adhesiva, teixit sense teixir (TST) bilaminat amb una capa absorbent i una làmina impermeable.Mides:75x90cm±2cm,gramatge 55gm2.Lliure de làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30001465

Descripció llarga:
Talla quirúrgica de teixit sense teixir impermeable, absorbent. Mides: 75 x 90cm ±2cm, 55g m2 , Lliure de làtex , estèril, un sol ú s.

Descripció tècnica:
Talla quirúrgica de teixit sense teixir impermeable, absorbent. Mides: 7 5 x 90cm ±2cm, 55g m2 , Lliure de làtex , estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30001466

Descripció llarga:
Llençol quirúrgic de teixit sense teixir, impermeable, resistent, amb adhesiu lateral.Mides: 175x175cm ±5cm, adhesiu lateral 86x5,5 cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:
Llençol quirúrgic de teixit sense teixir, impermeable, resistent, amb ad hesiu lateral.Mides: 175x175cm ±5cm, adhesiu lateral 86x5,5cm. Lliure d e làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30001468

Descripció llarga:
Funda per a intensificador d'imatges, de polietilè transparent, composta de dues bosses de 65 x 75 cm i arc de 30 x 150 cm ±5cm. Lli ure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:
Funda per a intensificador d'imatges, de polietilè transparent, composta de dues bosses de 65 x 75 cm i arc de 30 x 150 cm ±5cm. Lliure de làtex , estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30001513

Descripció llarga:
Funda camal quirúrgica per a protecció d'extremitat inferior,impermeable, consta de dues capes, material no teixit laminat amb pel.l ícula de polietilè (PE), gramatge 70 g/m2, 25x80±2cm.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda camal quirúrgica per a protecció d'extremitat inferior,impermeable , consta de dues capes, material no teixit laminat amb pel.lícula de pol ietilè (PE), gramatge 70 g/m2, 25x80±2cm.Lliure de làtex, estèril, un so l ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30001518

Descripció llarga:

Llençol quirúrgic de teixit sense teixir, impermeable, resistent, amb adhesiu lateral.Mides: 180x150cm ±5cm. adhesiu lateral 85x5cm . Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Llençol quirúrgic de teixit sense teixir, impermeable, resistent, amb ad hesiu lateral.Mides: 180x150cm ±5cm. adhesiu lateral 85x5cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30001519

Descripció llarga:

Cobertor per a taula quirúrgica (instrumental) de teixit sense teixir impermeable, resistent, absorbent. Mides: 74cm x 190 cm ±5cm ,zona absorbent 65x190cm ±2cm, gramatge mínim 27g/m2,capa de polietilè mínim 40µ.Lliure de làtex,estèril,1ús

Descripció tècnica:

Cobertor per a taula quirúrgica (instrumental) de teixit sense teixir impermeable, resistent, absorbent. Mides: 74cm x 190 cm ±5cm,zona absorbent 65x190cm ±2cm, gramatge mínim 27g/m2,capa de polietilè mínim 40µ.Lliure de làtex,estèril,1ús

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30001520

Descripció llarga:

Cobertor per a taula quirúrgica (instrumental) de Mayo de teixit sense teixir impermeable, resistent, absorbent. Mides: 80 cm x 142 cm ±5cm, gramatge mínim 30gr TST,capa de polietilè minim 50µ. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Cobertor per a taula quirúrgica (instrumental) de Mayo de teixit sense t eixir impermeable, resistent, absorbent. Mides: 80 cm x 142 cm ±5cm, g ramatge mínim 30gr TST,capa de polietilè minim 50µ. Lliure de làtex, est èril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30001522

Descripció llarga:

Talla quirúrgica de teixit sense teixir (polpa de cel·lulosa) i PE, impermeable, absorbent. Mides: 60 x 100cm ±2cm,gramatge total 55 gr/m2.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Talla quirúrgica de teixit sense teixir (polpa de cel·lulosa) i PE, impe rmeable, absorbent. Mides: 60 x 100cm ±2cm,gramatge total 55gr/m2.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30001777

Descripció llarga:

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic tipus WILD de polietilè transparent, mida 137 x 267 cm, diàmetre de la lent 68mm, amb t ires de subjecció i tancament ajustable a òptiques. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic tipus WILD de polietilè tra nsparent, mida 137 x 267 cm, diàmetre de la lent 68mm, amb tires de subj ecció i tancament ajustable a òptiques. Lliure de làtex, estèril, un so l ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30001835

Descripció llarga:

Bata alta protecció cirurgia TST,reforçada,alta resistència penetra líquids,transpira,subjec davant,creuada darrera,màniga llarga er gonòmica ,punys tricot,sist subjec al coll.Costures segella sense cosí,zona critica.Mida XXL-XL.Lliure làtex,estèril,1ús.

Descripció tècnica:

Bata alta protecció per cirurgia,de TST,reforçada,alta resistència penet ració líquids,transpirable,subjecció davant creuada darrera,màniga llarg a ergonòmica,punys tricot i sistema subjecció al coll.Costures segellade s sense cosí,zona critica.Mida XXL-XL ,llarg 157cm,184 perímetre i 65 d' amplada.Lliure làtex,estèril,1ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30002043

Descripció llarga:

Funda camal quirúrgic per a protecció d'extremitats, de polietilè i teixit sense teixir, impermeable, resistent, cara interna(TST).M ides: 32x120 cm ±2cm.Lliure de làtex, estèril, un sol ús. Amb 2 tires adhesives estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda camal quirúrgic per a protecció d'extremitats, de polietilè i teix it sense teixir, impermeable, resistent, cara interna(TST).Mides: 32x120 cm ±2cm.Lliure de làtex, estèril, un sol ús. Amb 2 tires adhesives estè ril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30002044

Descripció llarga:

Llençol quirúrgic de teixit sense teixir, impermeable, resistent, amb adhesiu lateral.Mides: 240x150cm,±5cm, adhesiu lateral 86x5,5c m. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Llençol quirúrgic de teixit sense teixir, impermeable, resistent, amb ad hesiu lateral.Mides: 240x150cm,±5cm, adhesiu lateral 86x5,5cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30002056

Descripció llarga:

Equip per a parts de TST, impermeable, resistent, absorbent Lliure de làtex,un1 sol ús,compost per 5 elements

Descripció tècnica:

Equip per a parts de TST, impermeable, resistent, absorbent.Lliure de làtex,1 sol ús,compost per 5 elements:
1 cobretaula reforçat de 100x150±10cm
1 talla adhesiva lateral 75x90±5cm 2 camals 75x120±5cm
1 talla de 75x90±5cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30002215

Descripció llarga:

Equip per a cirurgia universal de TST,impermeable,reforçat,d'alta resistència Lliure de làtex,estèril,un1 sol ús,compost per 9 eleme nts

Descripció tècnica:

Equip per a cirurgia universal de TST,impermeable,reforçat,d'alta resistència .Lliure de làtex,estèril,1 sol ús,compost per 9 elements:
1 cobertor 140x190±5cm
2 talles 95x110 ±5cm a/reforç 30x67cm 1 llençol de 200x200cms a/reforç 30x67cm
1 llençol de 170 x260±5cm a/reforç 25x67cm 2 eixuga camp cel·lulosa 30x20±5cm
2 cinta adhesiva 9x50±3cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30002216

Descripció llarga:

Llençol quiru laparoscopia de TST,imperm,resistent,absorbent,pantalla anestèsia,obertura central adhesiva 25x28cm±2cm,reforç 53x56cm ,camals a/plec central i 3 tisistema subjecció tubs tipus Velcro.Mida aprox 196x269x303cm±5cm.Lliure de làtex,estèril,1ús

Descripció tècnica:

Llençol quirúrgic laparoscòpia de TST,impermeable,resistent,absorbent,pa ntalla anestèsia,obertura central adhesiva 25x28cm±2cm,camals amb plec c entral i sistema subjecció tubs tipus Velcro.Mida total aprox 196x269x30 3cm±5cm.Lliure de làtex,estèril,1ús

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30002321

Descripció llarga:

HVH - Equip per a cirurgia de trasplantament hepàtic de teixit sense teixir,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 43 element s

Descripció tècnica:

HVH - Equip per a cirurgia de trasplantament hepàtic de teixit sense teixir,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 43 elements:
1 Cobertor taula quirúrgic reforçat 150x200±10cm
1 Bata quirúrgica reforçada XL + 2 Tovalloles cel·lulosa 30x34±3cm 4 Cobertor taula quirúrgic reforçat 150x200±10cm
1 Cobreix taula quirúrgic reforçat 150x240±10cm 6 Tovallola cel·lulosa 30x34±3cm
10 Cinta adhesiva 9x51±3cm 4 Gases TST cosida 10 x 20cm 4C
1 Neteja puntes bisturí 5x5cm 2 Càpsula circular 120ml transparent
1 Càpsula circular 250ml blau 1 tapadora transparent per a càpsula de 250ml
1 Càpsula circular 500ml transparent 3 Tira adherent adhesiva 23x2,5cm
1 Bossa instrumental 40x50cm 4 Talla quirúrgica amb adhesiu (IS) 75x75±5cm
1 Llençol quirúrgic amb adhesiu (IS) 240x150±10cm 1 Camp quirúrgic amb camp d´incisió i bossa 260/200x305±10cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30002637

Descripció llarga:

Funda per a transductor de l'ecògraf o sonda intraabdominal, de polietil è transparent (41 micres).Mida:13 x 244 cm, 2 tires adhesiv es de fixació i 2 elàstiques i gel. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda per a transductor de l'ecògraf o sonda intraabdominal, de polietil è transparent (41 micres).Mida:13 x 244 cm, 2 tires adhesives de fixació i 2 elàstiques i gel. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30002640

Descripció llarga:

Equip per a resecció transuretral (RTU)de TST,impermeable,resistent, ,lliure de làtex, estèril, un1 sol ús compost per 5 elements

Descripció tècnica:

Equip per a resecció transuretral (RTU)de TST,impermeable,resistent.lliure de làtex, estèril, 1 sol ús compost per 5 elements:
2 tovalloles de cel·lulosa 30x20±3cm
1 cinta adhesiva de 9x50±3cm 1 llençol urologia 290/175x242±310cm, amb obertura supra púbica (a/adhesiu
de 8 cm) amb camals integrats,obertura genital(autoadhesiva de 5 cm) ,didals i bossa col·lectora de fluids 95x50cm,làmina mal·leable integrada i cinta adhesiva
1 cobertor de taula reforçat 140x190±5cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30003002

Descripció llarga:

Llençol quirúrgic per angiografia femoral, de TST, impermeable, resistent, absorbent, a/laterals transparents i 2 obertures de 7x10c m ±2cm amb reforç extrabsorbent en la zona d'incisió 70x70cm. Mides: 240x370cm±5cm.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Llençol quirúrgic per angiografia femoral, de TST, impermeable, resisten t, absorbent, a/laterals transparents i 2 obertures de 7x10cm ±2cm amb r eforç extrabsorbent en la zona d'incisió 70x70cm. Mides: 240x370cm±5cm.L liure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30003091

Descripció llarga:

Equip bàsic per a cirurgia de cap a/turbant, ORL-CMF,TST, impermeable, resistent, absorbent Lliure làtex i viscosa, estèril, un1 so l ús,compost per 6 elements

Descripció tècnica:

Equip bàsic en cirurgia de cap a/turbant, ORL-CMF,TST, impermeable, resistent, absorbent. Lliure làtex i viscosa, estèril, 1 sol ús,compost per 6 elements:
1 Funda Mayo reforçada 80x142±5cm 1 Cobertor taula reforçat de 190x140±10cm
1 Llençol adhesiu en U 198x280±10cm 1 llençol de cap 110x85±10cm amb turbant de 63x95 adhesiu
2 tovalloles eixugamans absorbents 30x20±5cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30003096

Descripció llarga:

Equip per a cirurgia laparoscòpia ginecològica amb camals, de teixit sen se teixir, impermeable, resistent, absorbentLliure de làtex , estèril, un ús,compost per 6 elements

Descripció tècnica:

Equip per a cirurgia laparoscòpia ginecològica amb camals, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, absorbent.Lliure de làtex, estèril,1 sol ús,compost per 6 elements:
1 cobertor de taula 150x190±5cm,abs75x190cm 2 eixugamans cel·lulosa 18x25±5cm
1 cinta adhesiva 9x49±3cm 1 talla adhesiva 75x75±5cm
1 llençol Laparoscopia 250/270x270±10cm fenestració adhesiva abdominal 26x20cm i fenestració perineal 9x13cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30003824

Descripció llarga:

Funda per a mànec de llum de quiròfan, de polietilè (color), adaptable universal.Mides: diàmetre del mànec 32mm ± 0,2mm, 9 cm llarga da. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda per a mànec de llum de quiròfan, de polietilè (color), adaptable u niversal.Mides: diàmetre del mànec 32mm ± 0,2mm, 9 cm llargada. Lliure d e làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30003825

Descripció llarga:

Funda quirúrgica/intraoperatòria de poliuretá flexible transparent(55 micres) protectora per a sondes en cirurgia abdominal, cardíac a i vascular.Mida:13x244cmllarg ±10cm, plegada telescòpicament, tires de fixació elàstiques i gel. Lliure de làtex, estèri

Descripció tècnica:

Funda quirúrgica/intraoperatòria de poliuretá flexible transparent(55 mi cres) protectora per a sondes en cirurgia abdominal, cardíaca i vascular .Mida:13x244cmllarg ±10cm, plegada telescòpicament, tires de fixació elà stiques i gel. Lliure de làtex, estèril, un sol ú

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30003827

Descripció llarga:

Funda borsa protectora d'instruments quirúrgics de polietilè transparent, ajustable tira elàstica. Mida: diàmetre plàstic 123cm, obe rtura elongada 108cm, obertura sense elongar 37,5cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda borsa protectora d'instruments quirúrgics de polietilè transparent , ajustable tira elàstica. Mida: diàmetre plàstic 123cm, obertura elonga da 108cm, obertura sense elongar 37,5cm. Lliure de làtex, estèril, un so l ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30003828

Descripció llarga:

Funda per a intensificador d'imatges arc en C, de polietilè,267cmx152±2cm, ajustat amb tires adhesives elàstiques. Lliure de làtex, estèril, un so ús.

Descripció tècnica:

Funda per a intensificador d'imatges arc en C, de polietilè,267cmx152±2c m, ajustat amb tires adhesives elàstiques. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30003829

Descripció llarga:

Funda per a intensificador d'imatges circular, de polietilè antiestàtic transparent i ajustable amb obertura elàstica. Mides: 127x64 cm ±5cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda per a intensificador d'imatges circular, de polietilè antiestàtic transparent i ajustable amb obertura elàstica. Mides: 127x64cm ±5cm. Lli ure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 30003831

Descripció llarga:

Funda quirúrgica transductor de polisoprè per a transductor d'aparell d'urodinàmica, mida 30x5cm llarg ±5cm, enrotllada. Lliure de l àtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda quirúrgica transductor de polisoprè per a transductor d'aparell d' urodinàmica, mida 30x5cm llarg ±5cm, enrotllada. Lliure de làtex, estèri l, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 30003832

Descripció llarga:

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè, antiestàtic transparent amb lent ovalada antienlluernament. Mida 137x267 cm,tipus Leica model M690/MS-1,Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè, antiestàtic transparent (45 micres) amb lent ovalada antienlluernament. Mida 137x267 cm,tires de subjecció i tancament ajustable a òptiques,tipus Leica mod el M690/MS-1,Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 30003916

Descripció llarga:

Bata de protecció estàndard cirurgia,TST,repel·lent líquids,transp ,subjecció davant, creuada darrera,màniga llarga,punys tricot,sist subjecció coll.Costures segellades sense cosí,zona critica.Mida L,llarg 125cm,2 eixugamans. Lliure làtex,estèril,1ús.

Descripció tècnica:

Bata de protecció estàndard per cirurgia,de TST,repel·lent a líquids,tra nspirable,subjecció davantera creuada per darrera,màniga llarga,punys tr icot i sistema subjecció al coll.Costures segellades sense cosí,zona cri tica.Mida L,llarg 125cm, 2 eixugamans. Lliure làtex,estèril,1ús

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 30003917

Descripció llarga:

Bata de protecció estàndard cirurgia,TST,repel·lent líquids,transp ,subjecció davant, creuada darrera,mànigа llarga,punys tricot,sist subjecció coll.Costures segellades sense cosí,zona critica.Mida M,llarg 115cm,2 eixugamans.Lliure làtex,estèril,1ús.

Descripció tècnica:

Bata de protecció estàndard per cirurgia,de TST,repel·lent a líquids,tra nspirable,subjecció davantera creuada per darrera,mànigа llarga,punys tricot i sistema subjecció al coll.Costures segellades sense cosí,zona cri tica.color tipologia.Mida M,llarg 115cm, 2 eixugamans. Lliure làtex,estèril,1ús

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 30003918

Descripció llarga:

Bata de protecció estàndard cirurgia,TST,repel·lent líquids,transp ,subjecció davant, creuada darrera,mànigа llarga,punys tricot,sist subjecció coll.Costures segellades sense cosí,zona critica.Mida XL,llarg 140cm,2 eixugamans. Lliure làtex,estèril,1ús.

Descripció tècnica:

Bata de protecció estàndard per cirurgia,de TST,repel·lent a líquids,tra nspirable,subjecció davantera creuada per darrera,mànigа llarga,punys tricot i sistema subjecció al coll.Costures segellades sense cosí,zona cri tica.color tipologia.Mida XL,llarg 140cm, 2 eixugamans. Lliure làtex,estèril,1ús

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 30003922

Descripció llarga:

Llençol quirúrgic de TST, impermeable, resistent, per a extremitats amb fenestració oval elàstica de polietilè de 5x7cm ±2cm amb ref orç extrabsorbenten la zona d'incisió. Mides: 230x318cm ±5cm.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Llençol quirúrgic de teixit sense teixir,impermeable,resistent, per a ex tremitats amb fenestració oval elàstica de polietilè de 5x7cm ±2cm amb r eforç extrabsorbenten la zona d'incisió. Mides: 230x318cm ± 5cm.Lliure d e làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 30003923

Descripció llarga:

Funda braçal per avantbraç de teixit sense teixir impermeable, resistent, amb puny elàstic. Mida: longitud 50cm, ample extrem proxim al 50cm, ample puny distal 30cm ±5cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda braçal per avantbraç de teixit sense teixir impermeable, resistent, amb puny elàstic. Mida: longitud 50cm, ample extrem proximal 50cm, ample puny distal 30cm ±5cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 30003924

Descripció llarga:

Talla quirúrgica de teixit sense teixir fenestrada amb adhesiu, impermeable, absorbent. Mides: 75 x 90 cm ±2cm,obertura Ø 7cm. Lliur e de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Talla quirúrgica de teixit sense teixir fenestrada amb adhesiu, impermea ble, absorbent. Mides: 75 x 90 cm ±2cm,obertura Ø 7cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 30003926

Descripció llarga:

Talla quirúrgica de teixit sense teixir impermeable, absorbent, gramatge 25gr/m². Mides: 50 x 75cm ±2cm.Lliure de làtex i viscosa, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Talla quirúrgica de teixit sense teixir impermeable, absorbent, gramatge 25gr/m². Mides: 50 x 75cm ±2cm.Lliure de làtex i viscosa, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 30004316

Descripció llarga:

Davantal plàstic p/cirurgia urològica a/sistema de subjecció al coll i camals de taula quirúrgica,cistella/filtre de plàstic per a l a recollida de mostres i tub de plàstic de 150 cm aprox p/drenatge de fluids en resseccions ureterals (RTU),estèril,1ús

Descripció tècnica:

Davantal de plàstic per a cirurgia urològica amb sistema de subjecció al coll i als camals de la taula quirúrgica, amb cistella/filtre de plàstic per a la recollida de mostres i tub de plàstic de 150 cm aproximats per a drenatge de fluids en resseccions ureterals (RTU), estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 30004318

Descripció llarga:

Equip cirurgia d'extremitats amb funda taula Mayo de TST, impermeable, resistent,absorbent, estèril, lliure de làtex, un1 sol ús,com post per 11 elements

Descripció tècnica:

Equip cirurgiad'extremitats,TST,impermeable,resistent,absorbent, estèril.Lliure de làtex, 1 sol ús,compost per 11 elements
1 funda taula Mayo,80x145±5cm
1 cobretaula reforçada 140x190±10cm 1 botina reforçada, extrem elàstic tancament adhesiu,320x245±5cm,obertura Ø10x5cm,zona reforçada150x105cm 1 talla aproximació 150x175±10cm
1 pernera 35x80±5cm 2 cintes adhesives 10x50±3cm
4 tovalloles cel·lulosa 33x33±3cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 30004319

Descripció llarga:

Equip per a cirurgia d'extremitats de TST, impermeable, resistent, compost per 11 elements, estèril, lliure de làtex, un1 sol ús

Descripció tècnica:

Equip per a cirurgia d'extremitats de TST, impermeable, resistent, estèril.Lliure de làtex, 1 sol ús, compost per 11 elements:
2 cobertor taula de 200x150±10cm
1 camal ortopèdic de 40x75±5cm 1 llençol fenestrat 228x300±10cm
1 llençol 114x150±10cm 2 tires adhesives

4 tovalloles eixugamans de 40x40±5cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 30004320

Descripció llarga:

Equip cirurgia de maluc,de TST,impermeable,resistent,absorbent,lliure de làtex, est,11 sol ús,compost per 11 elements

Descripció tècnica:

Equip cirurgia maluc,TST,impermeable,resistent,absorbent.Lliure de làtex, estèril,1 sol ús,compost per 11 elements:
1 cobertor taula reforçat 140x190±10cm
1 llençol adhesiu a/obertura en U 7x95cm, mida 200x260±5cm 1 llençol adhesiu de 160x260±10cm
1 llençol adhesiu de 175x175±10cm 1 camal de 30x122±5cm
2 cintes adhesives de 9x50±3cm 4 tovalloles eixugamans 30x39±3cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 30004321

Descripció llarga:

Equip per a cirurgia de maluc amb funda de Mayo de teixit sense teixir ,impermeable,resistent,absorbent.Lliure de làtex,estèril,un so l
ús,compost per 12 elements.

Descripció tècnica:

Equip per a cirurgia de maluc amb funda de Mayo de teixit sense teixir, impermeable,resistent,absorbent,lliure de làtex,estèril,un sol ús
compost per 12 elements: 1 cobertor de taula reforçat 150x190±10cm
1 Funda Mayo,80x145±10cm(plegada telescòpica) 1 llençol adhesiu reforçat 170x300±10cm(adhesiva 90cm)
1 llençol adhesiu reforçat amb obertura 245x280±10cm (obertura 10x95cm zona reforçada 150x160cm)
1 llençol adhesiu reforçat 150x200±10cm 1 Talla 75x90±5cm
1 Funda 35x120±2cm 2 Cinta adhesiva 10x50±2cm
4 Tovalloles cel#luloses 33x33±5cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 30004324

Descripció llarga:

Equip per a cirurgia oftàlmica, TST, impermeable, resistent, baix despreniment de partícules, lliure làtex, estèril,un1 sol ús Compo st per
3 elements

Descripció tècnica:

Equip per a cirurgia oftàlmica, TST, impermeable, resistent, baix despreniment de partícules, lliure làtex, estèril,1 sol ús Compost per 3
elements:
1 cobretaula 150x190cm amb absorbent de 75x19±10cm 1 llençol oftàlmic de TST impermeable amb 2 bosses laterals, adaptador a
pont nasal 150x300±10cm i camp d'incisió transparent 8x10±3cm 1 eixuga camp 18x25±5cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 30004325

Descripció llarga:

Llençol quirúrgic oftalmologia TST,impermeable,resistent,baix despren partíc,zona adhesiva 30x20cm, àrea incisió 11x13cm fenestra 6x 3cm reforç
zona incisió,2 bosses recollid fluïds 21x32cm,totes mides ±2cm. Mides:165x178cm+/5.Lliure làtex,estèril,1ús.

Descripció tècnica:

Llençol quirúrgic oftalmologia TST,impermeable,resistent,baix despren pa rtíc,zona adhesiva 30x20cm, àrea incisió 11x13cm fenestra 6x3cm reforç z ona incisió,2 bosses recollid fluïds 21x32cm,totes mides ±2cm. Mides:165 x178cm.Lliure de làtex,estèril,sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 30004878

Descripció llarga:

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè transparent.Mides: 117x267 cm, diàmetre de la lent 65mm, amb tires de sub jecció i tancament ajustable a òptiques,tipus Zeiss OPMI. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè transparent.M ides: 117x267 cm, diàmetre de la lent 65mm, amb tires de subjecció i tan cament ajustable a òptiques,tipus Zeiss OPMI. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 30004909

Descripció llarga:

Equip per a artroscòpia de genoll de TST, impermeable, resistent, compost:1 llençol de 234x302cm amb reforç i fenestració elàstica d e Ø 6cm, amb bossa col#lectora fluids,3 anells fixa tubs.Lliure de làtex, estèril, un sol ús

Descripció tècnica:

Equip per a artroscòpia de genoll de teixit sense teixir, impermeable, r esistent, compost:1 llençol de 234x302cm amb reforç i fenestració elàsti ca de Ø 6cm, amb bossa col#lectora fluids,3 anells fixa tubs.Lliure de l àtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 30004918

Descripció llarga:

Funda protectora de forma circular de polietilè transparent, diàmetre 90±2cm, amb tires de fixació. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda protectora de forma circular de polietilè transparent, diàmetre 90 ±2cm, amb tires de fixació. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 30004926

Descripció llarga:

Funda ecògraf intraoperatori, de isosilk amb punta recta de polisoprè i gel.Mida:12x244cm,llarg ±10cm, plegada telescòpicament, tir es de fixació elàstiques i gel. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda ecògraf intraoperatori, de isosilk amb punta recta de polisoprè i gel.Mida:12x244cm,llarg ±10cm, plegada telescòpicament, tires de fixaci ó elàstiques i gel. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 30004947

Descripció llarga:

Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids ,transpira,subjecc davant,creuada darrera,màniga llarga,punys t ricot,sist subjec coll.Costures segella sense cosí,zona critica.Mida XXL,llarg 167cm,2 eixugamans.Lliure làtex,estèril,1ú

Descripció tècnica:

Bata alta protecció per cirurgia,TST, totalment resistència a la penetra ció líquids i transpirable,subjecció davantera creuada darrera,màniga ll arga,punys tricot i sistema subjecció al coll.Costures segellades sense cosí,zona critica.Mida XXL.L,llarg 167cm, 2 eixugamans.Lliure làtex,estè ril,1ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 30004995

Descripció llarga:

Talla quirúrgica de teixit sense teixir impermeable, absorbent, bilamina t polippropile+ polietile. Mides: 50x 50cm ±2cm.Lliure de l àtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Talla quirúrgica de teixit sense teixir impermeable, absorbent, bilamina t polippropile+ polietile. Mides: 50x 50cm ±2cm.Lliure de làtex, estèri l, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 30005523

Descripció llarga:

HVH - Equip general per a vitrectomia posterior de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 18 elements

Descripció tècnica:

HVH - Equip general per a vitrectomia posterior de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 18 elements: 1 Llençol quirúrgic de teixir sense teixir, amb doble bossa de 150 x
250+/-10 cm, 2 apòsits oculars absorbents,
1 agulla de 20 G x 4,0 cm, 1 càpsula de plàstic 250 ml,
10 gases de 10 x 10 cm, 1 xeringa de 10 ml LL,
1 xeringa de 5 ml LL, 1 clau de 3 vies,
1 cobertor de taula 110 x 190+/-10 cm, 1 compresa oftàlmica 6,2 x 7,2cm
6 tovallons 43 x30 +/-5cm 1 subjecta tubs amb veta adherent 2,5x30+/-5cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 30006611

Descripció llarga:

Funda per a intensificador d'imatges, de polietilè transparent amb embocadura elàstica de subjecció. Mides: 90x80cm ±5cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda per a intensificador d'imatges, de polietilè transparent amb emboc adura elàstica de subjecció. Mides: 90x80cm ±5cm. Lliure de làtex, estèr il, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 30006746

Descripció llarga:

Equip angiografia femoral de TST,impermeable,resistent,absorbentLliure làtex, estèril,11 sol ús,compost, per 5 elements

Descripció tècnica:

Equip angiografia femoral de TST,impermeable,resistent,absorbent.Lliure làtex, estèril,1 sol ús,compost per 5 elements:
1 llençol angiografia 240x370±10cm,a/2 obertures femorals 7x10cm
1 cobretaula 150x190±10cm, abs75x190cm 1 protect or intensificador d'imatges rodó 90x50±2cm
1 talla 50x50±5cm (3 capes)a/adhesiu 1 talla absorbent 34x50±5cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 30006838

Descripció llarga:

Funda per a intensificador d'imatges, de polietilè transparent amb embocadura elàstica de subjecció. Mides:75x75cm ±5cm. Lliure de l àtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda per a intensificador d'imatges, de polietilè transparent amb emboc adura elàstica de subjecció. Mides:75x75cm ±5cm. Lliure de làtex, estèri l, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 30006992

Descripció llarga:

HVH/HUB/HUAV-Equip angiografia femoral i radial de teixit sense teixir, lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 31 elements

Descripció tècnica:

HVH/HUB/HUAV-Equip angiografia femoral i radial de teixit sense teixir, lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 31 elements
2 bates estàndards talla L 1 drap de recollida de 100 x 100cm
4 tovalloles eixugamans 47 x 38±3cm 1 safates (28x25x5cm 3150ml 1 safates 25x14x5cm 1575ml)
1 càpsula graduada 1000ml 1 agulla hipodèrmica 20G x 40mm groga
1 agulla hipodèrmica 21G x 40mm verd 2 xeringues èmbol vermell 10ml 3P L/L
2 xeringues concèntriques 20ml 3P L/L 1 clau de 3 vies
1 aplicador preparació camp quirúrgic 30 compreses gasa 10x10cm 17F 8P
1 xeringa 5ml 3P L/L concèntrica 1 bisturí amb mànec núm. 11
1 cobertor reforçat 150x190cm 1 funda monitor circular 90cm transparent
1 llençol angio radio 240x330±10cm amb obertures adhesives 5x7cm (2) i 7x9cm (2) panels transparents
1 drap adhesiu 75x75cm 1 Funda intensificador 90x75cm amb 2 cintes
2 Taps blau L/L 1 capsula graduada transparent 250ml
1 càpsula 60ml graduada transparent

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 30007373

Descripció llarga:

Funda per a intensificador d'imatges, de polietilè antiestàtic transparent i ajustat amb tires de velcro o adhesiva.Mides:75x90±5cm. Lliure de làtex estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda per a intensificador d'imatges, de polietilè antiestàtic transpare nt i ajustat amb tires de velcro o adhesiva.Mides:75x90±5cm.Lliure d e làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 30007524

Descripció llarga:

Funda per a intensificador d'imatges, circular, de polietilè antiestàtic transparent i ajustable amb obertura elàstica.Mides:40x80±5 cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda per a intensificador d'imatges, circular, de polietilè antiestàtic transparent i ajustable amb obertura elàstica.Mides:40x80±5cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 30007621

Descripció llarga:

HTG - Equip per a cirurgia de cataractes tipus-1 de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. C ompost per 23 elements

Descripció tècnica:

HHTG - Equip per a cirurgia de cataractes tipus-1 de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 23 elements:
1 flascó de solució salina balancejada (BSS) de 15ml 1 camp quirúrgic fenestrat 140x160±10 mm amb bossa
1 cànula d'hidrodissecció 25G 1 bisturí 15° estand
1 bisturí 2,2mm DB 10 microesponges
1 apòsit transparent tipusTegaderm 10x12±1cm 1 bata a/eixugamans no reforçada mida G
1 bata a/eixugamans no reforçada mida XL 1 bossa succió 35x40±1cm
1 bossa universal 75x90±2cm 1 cistotom irrigació 27G
1 cobertor taula quir.100x150±10cm 1 cobertor taula Mayo 75x145±10cm
1 camp sobretaula 140x140±10cm 10 gases plegat 8x8,12cm
1 xeringa 3cc luer/lock 1 xeringa insulina 1cc
1 xeringa 10cc luer/lock 2 manegots 79x122±5cm
2 tovalloles paper 38x56±5cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 30007910

Descripció llarga:

ARN-Equip per a procediment en catèter de teixit sense teixir.Lliure làtex, estèril,1 sol ús,compost per 16 elements

Descripció tècnica:

ARN-Equip per a procediment en catèter de teixit sense teixir Lliure làtex, estèril,1 sol ús,compost per 16 elements:
2 Tovalloletes per eixugarmans 33x34±5cm
3 talles de 75x90±5cm a/adhesiu 1 llençol amb adhesiu de 170x175±10cm
1 Bata estàndard L 1 Cobertor de taula 100x150±10cm
1 Contenidor d'agulles 1 xeringa Luer-lock 5ml
1 xeringa 10 ml Luer-lock 1 paquet de 5 compreses TNT 7,5X7,5cm
1 apòsit adhesiu 7,2X5cm 1 agulla 19G*1/2
1 agulla 25G 5/8 1 agulla 21G 1/2

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 30007911

Descripció llarga:

GSS-Equip d'anestèsia regional (infiltració epidural) de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, un1 sol ús compost per 11 ele ments

Descripció tècnica:

GSS-Equip d'anestèsia regional (infiltració epidural) de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús compost per 11 elements:
1 talla de 75x90±5cm
2 Tovalloletes eixugar mans 33x33±5cm 1 talla 75x75±5cm amb adhesiu
1 xeringa de 3 cossos 10ml 1 xeringa de 3 cossos 5ml
1 agulla 19G 1 1/2 1 Agulla 25G 5/8
10 compreses de teixit sense teixir de 10x10cm 1 apòsit adhesiu amb compresa central de 7x5cm
1 contenidor d'agulles

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 30007912

Descripció llarga:

GSS-ARN-Equip Cirurgia Menor de teixit sense teixir.Lliure de làtex ,estèril,1 sol ús,compost per 10 elements

Descripció tècnica:

GSS-Equip Cirurgia Menor de teixit sense teixir.Lliure làtex, estèril,1 sol ús,compost per 10 elements:
1 Cobertor de taula75x90±5cm
1 Camp adhesiu 75x75±5cm 1 Cobertor fenestrat 75cmx90±5cm
3 Tovalloletes per eixugarmans 33x33±5cm 10 Gasses TNT 10x10 s/contrats
1 Bisturí n15 1 Contenidor d'agulles
1 Cubilet 250 ml

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 30007913

Descripció llarga:

GSS-ARN-Equip universal Cirurgia General (laparotomia hernies i altres)de teixit sense teixir Lliure de làtex, estèril, un1 sol ús,c ompost per 17 elements

Descripció tècnica:

GSS-ARN-Equip universal Cirurgia General (laparotomia hernies i altres)de teixit sense teixir Lliure de làtex, estèril, un1 sol ús,compost per 17 elements:
1 Cinta adhesiva de 9x50±2cm 1 Llençol adhesiu reforçat de 240x150±10cm
1 Llençol adhesiu reforçat de 175x170±10cm 2 Talles adhesives reforçades de 90x5±5cm
1 Cobertor de taula 150x200±10cm 1 Bata estàndard L amb eixugamans
2 Bates estàndard XL amb eixugamans 4 Tovalloletes per eixugar mans 33x33±5cm
1 Bossa instrumental 46x40±5cm 1 Bisturí elèctric
1 Mànec bisturí n22 1 Contenidor d'agulles

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 30007914

Descripció llarga:

ARN-Equip laparoscòpia abdomino-peritoneal de teixit sense teixir.Lliure de làtex,estèril,un1 sol ús,compost per 16 elements

Descripció tècnica:

ARN-Equip laparoscòpia abdomino-peritoneal de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, un1 sol ús, compost per 16 elements:
1 llençol de laparoscopia abdomio-perineal reforçat 280/250x295 amb làmina
d'incisió fenestrada i amb bosses integrades d'instrumental bilaterals, amb passatubs i camals
1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans 2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans
1 Cobertor de taula de Mayo 80x145±5cm 1 Cobertor de taula de 150x200±10cm
2 Camps adhesius de 90x75±5cm 4 Tovalloles eixuga camp 33x34±5cm
1 Cinta adhesiva de 9x50±3cm 1 Contenidor d'agulles
1 BisturÍ elèctric 1 Bisturí fred 15 amb mànec

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 30007915

Descripció llarga:

GSS-ARN-Equip laparoscòpia decúbit supí de TST, lliure de làtex, estèril, d'un1 sol ús, compost per 15 elements

Descripció tècnica:

GSS-ARN-Equip laparoscòpia decúbit supí de TST, lliure de làtex, estèril, d'un1 sol ús, compost per 15 elements:
1 Cobertor taula de Mayo 75x150±10cm
1 Cobertor de taula 150x200±10cm 1 Llençol adhesiu de 250x150±10cm
1 Llençol adhesiu de 175x175±10cm 2 Camp adhesiu 90x75±5cm
1 Bossa instrumental 40x50±5cm 1 Bata estàndard L amb eixugamans
2 Bates estàndard XL amb eixugamans 4 Tovalloleta per eixugar mans 33x33±5cm
1 Contenidor d'agulles

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 30007916

Descripció llarga:

GSS-Equip cirurgia rectal amb camals de teixit sense teixir Lliure de làtex, estèril, un1 sol ús, compost per 9 elements

Descripció tècnica:

GSS-Equip cirurgia rectal amb camals de teixit sense teixir Lliure de làtex, estèril, un1 sol ús, compost per 9 elements:
1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans
2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans 1 Cobertor de taula 150x190 ±10cm
1 Parell de camals de 75x120±5cm 1 Camp adhesiu 75x90±5cm
1 Camp adhesiu 120x150±10cm 1 Bisturí elèctric
1 Contenidor d'agulles

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 30007917

Descripció llarga:

GSS-Equip resecció transuretral (RTU) de teixit sense teixir,impermeable ,resistent Lliure de làtex, estèril, un1 sol ús, compost per 10 elements

Descripció tècnica:

GSS-Equip resecció transuretral (RTU) de teixit sense teixir,impermeable ,resistent Lliure de làtex, estèril, un1 sol ús, compost per 10 elements:
1 Llençol urologia (RTU) amb bossa obertura abdominal adhesiva
260x200x185±10cm i didal de neoprè amb fenestració plàstica 1 Bata quirúrgica estàndar talla XL amb eixugamans
1 Cobertor de taula de 150x200±10cm 4 Tovalloles eixuga camp 33x34 ±5cm
1 Allargadera aspiració 3m 1 Funda càmera

10 Gasses TNT 10x10 s/contrast

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 30007918

Descripció llarga:

GSS-Equip per a procediments d'oïda, de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, un1 sol ús compost per 11 elements

Descripció tècnica:

GSS-Equip per a procediments d'oïda, de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, un1 sol ús compost per 11 elements:
1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans
2 Bates quirúrgiques estàndard tallaX L amb eixugamans 1 Llençol fenestrat adhesiu de 120x150±10cm amb una obertura de 7cm
1 Llençol adhesiu 175x150±10cm 1 Cobertor de taula de 150x200±10cm
1 Tub aspiració 3m 1 cinta velcro
1 Bossa instrumental 2 compartiments 10 Gasses TNT 10x10 s/contrast
1 Contenidor d'agulles

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 30007919

Descripció llarga:

ARN-Equip per a procediments d'oïda, de teixit sense teixir.Lliure látex, estèril, un1 sol ús, compost per 14 elements

Descripció tècnica:

ARN-Equip per a procediments d'oïda, de teixit sense teixir.Lliure látex, estèril, un1 sol ús, compost per 14 elements
1 Camp adhesiu 150x175±10cm
3 Camp adhesiu 75x90±5cm 1 Cintes adhesives 10x50±3cm
1 Cobertor de taula 150x100±10cm 1 Cobertor taula de Mayo 80x145±10cm
2 Tovalloletes per eixugar mans 33x33±5cm 3 Bates estàndard L amb eixugamans
1 Contenidor d'agulles 1 Goma aspiració

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 30007920

Descripció llarga:

ARN-Equip Cirurgia Maxilofacial i ORL (otorrinolaringologia) amb turbant de teixit sense teixir.Lliure làtex estèril, 11 sol ús, co mpost per 15 elements:

Descripció tècnica:

ARN-Equip Cirurgia Maxilofacial i ORL (otorrinolaringologia) amb turbant de teixit sense teixir.Lliure làtex estèril, 11 sol ús, compost per 15 elements:
2 Bates quirúrgiques estàndard talla L amb eixugamans 1 Cobertor de taula de 150x190±10cm
1 Llençol per a cap 150x175±10cm 1 Llençol amb adhesiu de 200x200±10cm
1 Cinta adhesiva de 10x50±3cm 4 Tovalloles eixuga camps 33x34±5cm
1 Contenidor d'agulles 1 Goma aspiració
1 canula Yankauer 18fr 1 xeringa 10 ml
1 bisturí del num 15 amb mànec

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 30007921

Descripció llarga:

GSS-Equip cirurgia ORL (otorinolaringologia) nas i boca de teixit sense teixir Lliure làtex estèril,1 sol ús, compost per 15 elemen ts

Descripció tècnica:

GSS-Equip cirurgia ORL (otorinolaringologia) nas i boca de teixit sense teixir. Lliure làtex estèril,1 sol ús, compost per 15 elements:
1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans
2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans 1 Cobertor de taula de 150x190±10cm
1 Llençol en U adhesiu de 220x260±10cm 1 Talla per cap amb turbant de 100x65±10cm
1 Cinta adhesiva de 10x50±3cm 4 Tovalloles eixuga camps 33x34±5cm
1 Mànec de bsiturí n15 1 bossa d' instrumental
1 Tub aspiració 3m 1 Contenidor d'agulles
Lliure làtex estèril,1 sol ús

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 30007922

Descripció llarga:

ARN-Equip resecció transuretral (RTU) de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, un1 sol ús,compost per 9 elements

Descripció tècnica:

ARN-Equip resecció transuretral (RTU) de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús,compost per 9 elements:
1 Llençol urologia (RTU) amb bossa obertura abdominal adhesiva 260x200x185
i didal de neoprè i fenestració plàstica 1 Bata quirúrgica reforçada talla XL amb eixugamans
1 Cobertor de taula de 150x200±10cm 4 Tovalloles eixuga camp 33x34±5cm
1 Goma d'aspiració 1 equip irrigació doble

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 30007923

Descripció llarga:

GSS-Equip cirurgia major maxil·lo facial de teixit sense teixir, impermeable, resistentLliure làtex estèril,1 sol ús, compost per 16 elements:

Descripció tècnica:

GSS-Equip cirurgia major maxil·lo facial de teixit sense teixir, impermeable, resistent.Lliure làtex estèril,1 sol ús, compost per 16 elements:
1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans 2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans
1 Llençol en U adhesiu de 220x260±10cm 4 Tovalloletes eixugamans 33x34±5cm
1 Cobertor de taula de 150x200±10cm 1 Cinta adhesiva de 10x50±3cm
10 Gasses TNT 10x01 a/contrast 1 mànec de bisturí n15
1 Tub aspiració 3m 1 Xeringa 3 cossos 20ml
1 Catéter venós 14G 1 Contenidor d'agulles

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 30007924

Descripció llarga:

GSS-Equip cirurgia oberta extremitat superior (MMSS) de teixit sense teixir.Lliure làtex estèril,1 sol ús, compost per 17 elements

Descripció tècnica:

GSS-Equip cirurgia oberta extremitat superior (MMSS) de teixit sense teixir.Lliure làtex estèril,1 sol ús, compost per 17 elements:
1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans
2 Bates quirúrgiques estàndard tallaX L amb eixugamans 1 Cobertor de taula d'instruments de 100x150±10cm
1 Talla adhesiva 75x90±10cm reforç 1 Cobertor de taula de 150x190±10cm
1 Camp de mà de 200/290x360±10cm amb fenestració de 3cm reforç 1 Cinta adhesiva de 10x50±3cm
4 Tovalloles eixuga camps 10 Gasses de TNT 10x10 s/contrast
1 Xeringa 2 cossos de 10 ml 1 mànec de bisturí n15
1 mànec de bisturí n22 1 Contenidor d'agulles

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 30007925

Descripció llarga:

ARN-Equip craniectomia de teixit sense teixir .Lliure de làtex, estèril, un1 sol ús,compost per 30 elements

Descripció tècnica:

ARN-Equip craniectomia de teixit sense teixir. Lliure de làtex, estèril, un1 sol ús,compost per 30 elements
1 Llençol Craniotomia reforçat 245x320±10cm amb bossa # 4 Camps reforçats a/adhesiu 75x 90±10cm
2 Camps quirúrgic 75x 90±10cm # 1 Llençol amb adhesiu reforçat de 175x170±10cm
2 Bosses d'instruments amb adhesiu de dos compartiments 46x40 # 1 Funda taula de Mayo 80x145±10cm
1 Cobertor de taula reforçat 150x190±10cm # 2 Cintes velcro adhesiva de 2cm x23±3cm
1 Cinta adhesiva 50x10±10cm # 4 Tovalloletes per eixugar mans 33x33±5cm
1 Bata estàndard L amb eixugamans # 2 Bates reforçades XL amb eixugamans
1 Contenidor d'agulles # 2 Cubilet 250 ml
1 Bisturí elèctric # 1 goma aspiració
1 canula Yankauer 18fr # 1 Bisturí del 22 amb mànec
1 bisturí del 11 amb mànec

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 30007926

Descripció llarga:

GSS-ARN-Equip d'artroscòpia per a espatlla de teixit sense teixir.Lliure làtex, estèril,1 sol ús, compost per 29 elements

Descripció tècnica:

GSS-ARN-Equip d'artroscòpia per a espatlla de teixit sense teixir.Lliure làtex, estèril,1 sol ús, compost per 29 elements :
1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans # 2 Bates quirúrgiques reforçades talla XL amb eixugamans
1 Cobertor de taula d'instruments de 100x150±10cm # 2 Talles adhesiva de 90x75±10cm
1 Cobertor de taula de 150x200±10cm # 1 Funda taula de mayo 80x145±10cm
1 Llençol a/adh 240x150±10cm # 1 Bossa instrumental 40x50±5cm
1 Llençol d'artroscòpia d'espatlla de 250x170±10cm amb bossa # 1 Llençol quirúrgic amb U 200x290±10cm
1 Mànec bisturí n11 # 1 tub aspiració 3m
1 Catéter vascular perifèric 14G # 1 xeringa 2 cossos 20ml
2 Cintes adhesives de 9cmx50±5cm # 4 Tovalloles eixuga camps
10 Gasses TNT 10x10 s/constrast # 5 gasses 10x20 s/constrast
1 Contenidor d'agulles

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1070 MATERIAL: 30007927

Descripció llarga:

ARN-Equip per a cirurgia de peu de teixit sense teixir Lliure làtex, estèril, 11 sol ús,compost per 13 elements:

Descripció tècnica:

ARN-Equip per a cirurgia de peu de teixit sense teixir Lliure làtex, estèril, 1 sol ús,compost per 13 elements:
1 Llençol per peu 245x320±10cm
1 Cobertor taula de Mayo 80x145±10cm # 2 Camps estàndard 75x90±5cm
1 Cobertor de taula estàndard 150x190±10cm # 1 Cinta velcro adhesiva 2cmx23±5cm
1 Bata estàndard L amb eixugamans # 2 Bata estàndard XL amb eixugamans
2 Tovalloletes per eixugar mans 33x33±5cm # 1 Cinta adhesiva de 10x50±3cm
1 Contenidor d'agulles

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 30007928

Descripció llarga:

ARN-Equip espatlla de teixit sense teixir.Lliure làtex estèril, 1 sol ús, compost per 20 elements

Descripció tècnica:

ARN-Equip espatlla de teixit sense teixir.Lliure làtex estèril, 1 sol ús, compost per 20 elements:
1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans
2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans # 1 Cobertor de taula d'instruments de 100x150±10cm
1 Talla adhesiva 75x90±5cm # 1 Cobertor de taula de 150x190±10cm
1 llençol 200x260±10cm amb U de 10x60 cm # 1 llençol de 240x150±10cm amb adhesiu
1 Cinta adhesiva de 10x50±3cm # 4 Tovalloles eixuga camps
1 Contenidor d'agulles # 1 Funda taula de Mayo 80x145±10cm reforçada
1 Bisturí elèctric # 1 goma aspiració
1 canula Yankauer # 1Bisturí del 22 amb mànec
1 bisturí del 15 amb mànec

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 30007929

Descripció llarga:

ARN-Equip artroscòpia genoll de teixit sense teixir, impermeable, resistent.Lliure làtex,estèril,1 sol ús, compost per 16 elements

Descripció tècnica:

ARN-Equip artroscòpia genoll de teixit sense teixir, impermeable, resistent.Lliure làtex,estèril,1 sol ús, compost per 16 elements:
1 Llençol d'artroscòpia amb bossa 245x320±10cm
1 Funda Taula Mayo 80x145±10cm # 2 Bates reforçades XL amb eixugamans
1 Bata estàndard L amb eixugamans # 1 Cobertor de taula estàndard 150x190±10cm
1 stokinette de 35x120±10cm # 2 cintes adhesives de 10 cmx50±5cm
2 Tovalloletes per eixugar mans 33x33±5cm # 1 Cinta adhesiva Velcro 3cmx23±3cm
1 Contenidor d'agulles # 1 Mànec de bisturí del num 11,
2 gomes d'aspiració

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1100 MATERIAL: 30007930

Descripció llarga:

GSS-ARN-Equip cirurgia oberta extremitat inferior (MMII) de teixit sense teixir.Lliure làtex, estèril,1 sol ús, compost per 20 eleme nts

Descripció tècnica:

GSS-ARN-Equip cirurgia oberta extremitat inferior (MMII) de teixit sense teixir.Lliure làtex, estèril,1 sol ús, compost per 20 elements:
1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans
2 Bata quirúrgica XL reforçada amb eixugamans # 1 Llençols quirúrgics sense adhesiu 100X150±10cm
2 Talla adhesiva de 75x90±5cm # 1 Cobertor de taula de 150x200±10cm
1 Llençol d'extremitats fenestrat de 320x245±10cm # 4 Tovalloles eixuga camps 33x34±5cm
20 gasses TNT 10x10 s/contrast # 1 mànec bisturí n15
1 mànec bisturí n22 # 1 bisturí elèctric
2 Cintes adhesives de 9cmx50±5cm # 1 Contenidor d'agulles

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1110 MATERIAL: 30007931

Descripció llarga:

ARN-Equip per a implants d'extremitat inferior: fèmur, genoll, tíbia, peroné de teixit sense teixir.Lliure làtex, estèril,1 sol ús, compost per 17 elements

Descripció tècnica:

ARN-Equip per a implants d'extremitat inferior: fèmur, genoll, tíbia, peroné de teixit sense teixir.Lliure làtex, estèril,1 sol ús, compost per 17 elements:
1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans # 2 Bata quirúrgica XL reforçada amb eixugamans
1 Llençols quirúrgics sense adhesiu 100X150±10cm # 2 Talles adhesives de 75x90±5cm
1 Cobertor de taula de 150x200±10cm # 1 Llençol d'extremitats fenestrat de 320x245±10cm
4 Tovalloles eixuga camps 33x34±5cm # 2 Cintes adhesives de 9cmx50±5cm
1 Contenidor d'agulles # 1 Goma aspiració
1 bisturí elèctric

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1120 MATERIAL: 30007932

Descripció llarga:

ARN-Equip per a ginecologia i proctologia de teixit sense teixir.Lliure làtex, estèril,1 sol ús, compost per 14 elements:

Descripció tècnica:

ARN-Equip per a ginecologia i proctologia de teixit sense teixir.Lliure làtex, estèril,1 sol ús, compost per 14 elements:
1 Llençol amb fenestració perianal amb adhesiu 160x250x300±10cm
1 Bossa recol·lectora de fluids i camals # 1 Cobertor de taula 150x190±10cm
2 Bates reforçades XL # 1 bata estandard L
4 Tovalloletes per eixugar mans 33x33±5cm # 1 Contenidor d'agulles
1 Goma aspiració, # 1 lubricant urològic
1 Xeringa 10 ml

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1130 MATERIAL: 30007934

Descripció llarga:

ARN-Equip d'anestèsia regional (infiltració epidural)de teixit sense teixir. Lliure de làtex,estèril,un sol ús, compost per 12 eleme nts

Descripció tècnica:

ARN-Equip d'anestèsia regional (infiltració epidural)de teixit sense teixir. Lliure de làtex,estèril,un sol ús, compost per 12 elements:
1 LLençol impermeable 75 x 90 cm.
2 Tovalloletes absorbents 30 x 20 cm. 1 Envàs rígid 230 x 140 mm a/2 compartiments.
1 Camp impermeable 75 x 90 cm a/adh. 1 Xeringa 10 ml Luer Lock.
1 Xeringa 5 ml Luer Lock. 1 Agulla 19G 1 1/2.
1 Agulla 25G 5/8. 1 Agulla 21G 1 1/2.
5 Compreses de TNT 7,5 x 7,5 cm. 1 Apòsit adhesiu 7,2 x 5 cm.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1140 MATERIAL: 30007935

Descripció llarga:

GSS-ARN-Equip cirurgia oberta de genoll de teixit sense teixir.Lliure de làtexestèrilun1 sol úscompost per 29 elements:

Descripció tècnica:

GSS-ARN-Equip cirurgia oberta de genoll de teixit sense teixir.Lliure làtex, estèril,1 sol ús,compost per 32elements:
1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans
3 Bates quirúrgiques reforçades talla XXL amb eixugamans # 1 Cobertor de taula de 150x200±10cm
1 Cobertor de taula de 100X150±10cm s/adhesiu # 1 Bossa d'instrumental de 43x38cm
1 Llençol en U de 220x260±10cm amb la U adhesiva de 7x70cm reforç # 2 Talla adhesiva de 75x90±5cm reforç
1 Llençol adhesiu de 175x175±10cm reforç # 1 Llençol adhesiu de 240x150±10cm reforç
1 Cobertor de taula de Mayo de 85x145±10cm # 1 Llençol sense adhesiu de100x150±10cm
1 Llençol d'extremitats fenestrat de 245x320±10cm reforç # 1 stockinette 35cmx120±10cm llargaria
2 Cintes adhesives de 9cmx50±5cm # 4 Tovalloles eixuga camps 33x34±5cm
1 Contenidor d'agulles # 1 bisturí elèctric
1 tub aspiració 3m # 1 cànula yankauer ch-18
10 Gasses TNT 10x10 a/contrast # 10 Gasses TNT 10x20 a/contrast
2 mànecs bisturí n22 # 2 mànecs bisturí n15

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1150 MATERIAL: 30007936

Descripció llarga:

GSS-ARN-Equip artroscòpia genoll de teixit sense teixir, impermeable, resistent.Lliure làtex,estèril,1 sol ús, compost per 21element s:

Descripció tècnica:

GSS-ARN-Equip artroscòpia genoll de teixit sense teixir, impermeable, resistent.Lliure làtex,estèril,1 sol ús, compost per 21elements:
1 Llençol d'artroscòpia amb bossa 245x320 ±10cm a/reforç
1 Funda Taula Mayo 80x145±10cm # 2 Bates estàndard XL reforçades
1 Bata estàndard L # 1 Cobertor de taula estàndard 150x190±10cm
1 stokinette de 35x120±10cm # 2 cintes adhesives de 10cmx50±5cm
4 Tovalloletes per eixugar mans 33x33±5cm # 1 Cinta adhesiva Velcro 3cmx23±5cm
2 Talles adhesives 75x90±5cm # 1 Mànec bisturí n11
1 tub aspiració 3m # 1 catéter vascular peirfèric 14G
10Gasses TNT 10x01 s/contrast # 1 Contenidor d'agulles

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1160 MATERIAL: 30007937

Descripció llarga:

GSS-ARN-Equip cirurgia d'artroscòpia lligaments creuats de teixit sense teixir, impermeable, resistent.Lliure de làtex, estèril, un1 sol ús ,compost per 28 elements

Descripció tècnica:

GSS-ARN-Equip cirurgia d'artroscòpia lligaments creuats de teixit sense teixir, impermeable, resistent.Lliure de làtex, estèril, un1 sol ús ,compost per 28 elements:
1 Bata estàndard quirúrgica talla L amb eixugamans # 2 Bates reforçades talla XXL amb eixugamans
1 Cobertor de taula de 100x150±10cm # 1 Cobertor de taula de 150x200±10cm
1 Funda de taula de Mayo de 80x145±10cm # 1 Llençol sense adhesiu de 150X200±10cm a/ refoç
1 Llençol d'artroscòpia fenestrat amb bossa de recollida de fluids i 2 sortides de líquids 320x245±10cm a/ reforç
2 Cintes adhesives de 9cmx50±5cm # 1 stokinette de 35cmx120±10cm llargaria
2 Talles adhesives de 75x90±5cm a/reforç # 4 Tovalloles eixuga camps 33x34±5cm
5 gasses TNT 10x20cm a/contrast # 10 gasses TNT 10x10cm a/contrast
1 mànec bisturí n11 # 1 mànec bisturí n15
1 mànec bisturí n22 # 1 tub aspiració 3m
1 catéter vascular perifèric 14G # 1 xeringa 2 cossos 2ml
1 agulla càrrega 19G 1 1/2 # 1 rotulador estèril
1 Contenidor d'agulles

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1170 MATERIAL: 30007938

Descripció llarga:

GSS-ARN-Equip cirurgia oberta maluc de teixit sense teixir, impermeable, resistent.Lliure de làtex, estèril, un1 sol ús,compost per 34 elements

Descripció tècnica:

GSS-ARN-Equip cirurgia oberta maluc de teixit sense teixir, impermeable, resistent.Lliure de làtex, estèril, un1 sol ús,compost per 34 elements:
1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans
3 Bates quirúrgiques reforçades talla XXL amb eixugamans # 3 Cobertors de taula de100x150±10cm
2 Cobertors de taula de 150 x200±10cm # 1 Bossa d'instrumental de 45x38±5cm
2 Talles adhesives de 75x90±5cm a/reforç # 1 Cobertor de taula de Mayo de 80x145±10cm
2 Llençols adhesiu de 175x170±10cm a/reforç # 1 Llençol adhesiu de 240x150±10cm a/reforç
1 Llençol adhesiu en U de 245x280±10cm a/reforç # 1 stockinete de 35cmx120±10cm llargaria
4 Cintes adhesives de 10cmx50±5cm # 4 Tovalloles eixuga camps 33x34±5cm
20 Gasses TNT 10x10 a/contrats # 10 Gasses TNT 10x20 a/contrats
1 tub aspiració 3m # 1 cànula yankauer ch18
1 bisturí elèctric # 1 elesctrode llarg de bisturí elèctric
2 mànecs bisturí n22 # 1 Contenidor d'agulles

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1180 MATERIAL: 30007940

Descripció llarga:

GSS-ARN-Equip laparoscòpia abdomino-peritoneal de teixit sense teixir. Lliure de làtex, estèril, un1 sol ús, compost per 15 elements

Descripció tècnica:

GSS-ARN-Equip laparoscòpia abdomino-peritoneal de teixit sense teixir. Lliure de làtex, estèril, un1 sol ús, compost per 15 elements:
1 llençol de laparoscopia abdomio-perineal 280/250x295±10cm amb làmina
d'incisió fenestrada i amb bosses integrades d'instrumental bilaterals, amb passa tubs i camals reforç
1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans # 2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans
1 Cobertor de taula de Mayo 80x145±10cm # 1 Cobertor de taula de 150x200±10cm
2 Camp adhesiu de 90x75±10cm # 4 Tovalloles eixuga camp 33x34 ±5cm
1 Cinta adhesiva de 9cmx50±5cm # 1 Cinta velcro 2cmx23±5cm
1 Contenidor d'agulles

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1190 MATERIAL: 30007941

Descripció llarga:

GSS-ARN-Equip cesàrea de teixit sense teixir.Lliure làtex,estèril,1 sol ús, compost per13 elements:

Descripció tècnica:

GSS-ARN-Equip cesàrea de teixit sense teixir.Lliure làtex,estèril,1 sol ús, compost per13 elements:
1 Llençol de cesària 260x320±10cm amb bossa col·lectora i làmina
d'incisió integrada # 1 Cobertor de taula 150x190±10cm
1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans # 2 Bates quirúrgiques reforçades talla L amb eixugamans
1 Talla bebè 90x87±5cm # 4 Tovalloleta per eixugar mans 33x33±5cm
1 Cinta adhesiva de 10cmx50±5cm # 1 Barret per bebè
1 Contenidor d'agulles

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1200 MATERIAL: 30007943

Descripció llarga:

ARN-Equip d'húmer de teixit sense teixir. Lliure de làtex, estèril, un1 sol ús, compost per 25 elements

Descripció tècnica:

ARN-Equip d'húmer de teixit sense teixir. Lliure de làtex, estèril,1 sol ús, compost per 25 elements:
1 Equip d'extremitats reforçat de 24cmx320±10cm llargaria
1 Cobertor taula de Mayo 80x145±10cm # 2 Cobertor de taula reforçat 150x190±10cm
2 Camp adhesiu reforçat 75x90±5cm # 2 Bates XL reforçades amb eixugamans
1 Bata estàndard L amb eixugamans # 4 Tovalloletes per eixugar mans 33x33±5cm
2 Cintes adhesives 10cmx50±5cm # 1 Stokinette de 32cmX120±10cm llargaria
1 Cinta velcro adhesiva de 2-3 cmx23±5cm # 1 Bossa auxiliar dos compartiments
10 Gases TNT 10x20 a/control # 10 Gases TNT 10x10 a/control
1 Contenidor d'agulles # 1 Goma aspiració 3m
1 canula Yankauer18fr # 1 bisturí del num22 amb mànec
1 bisturí del num15 amb mànec

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1210 MATERIAL: 30007946

Descripció llarga:

ARN 162059 - Equip de legrat, intervencions menors de coll d'úter, vagina, vulva, histeroscòpia de teixit sense teixir.Lliure de làt ex, estèril,1 sol ús,compost per 12 elements

Descripció tècnica:

ARN 162059 - Equip de legrat, intervencions menors de coll d'úter, vagina, vulva, histeroscòpia de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril,1 so
ús,compost per 12 elements:
1 Llençol fenestrat de 200x175±10cm amb obertura de 8x12cm # 1 Cobretaula de 150x190±10cm
2 Camals de 75x140±10cm # 1 Talla 75x90±5cm
2 tovalloles eixugamans 33x34±5cm # 2 bates estàndard L amb eixugamans # 5 Gases
TST 10x20 a/control # 5 Gases TST 10x10 a/control
1 goma àspiració 3M

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1220 MATERIAL: 30007952

Descripció llarga:

ARN-Equip de parts de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 12 elements

Descripció tècnica:

ARN-Equip de parts de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per12 elements:
1 Cobertor de taula amb reforç 150x190±10cm
1 Camp 75x75±5cm # 1 Llençol sota natges de 75x125±10cm amb bossa col#lectora
1 Manta per bebè 87x90±5cm # 2 Camals 75x120±5cm
1 Camp adhesiu 75x90±5cm # 2 Tovalloletes per eixugar mans 33x33±5cm
1 Bata reforçada L # 1 cinta adhesiva
1 Contenidor d'agulles

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1230 MATERIAL: 30007953

Descripció llarga:

ARN 162068 - Equip de varius de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 20 elements

Descripció tècnica:

ARN 162068 - Equip de varius de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 20 elements:
4 Tovalloletes de cel·lulosa de 33x30±5cm
1 Llençol autoadhesiu de 200x200±10cm # 1 Llençol autoadhesiu de 150x240±10cm
3 Talles autoadhesives de 90x75±5cm # 1 Talla de 90x75±5cm
1 Cobretaula de 150x190cm # 1 Cinta Op tape de 10cmx50±5cm
1 Funda per cobrir la taula de Mayo 80x145±5cm # 1 Bata estàndard talla L amb eixugamans
2 bates standar XL amb eixugamans # 1 Contenidor d'agulles
1 Bisturí elèctric, # 1 bisturí del num 22 amb mànec,
1 bisturí del num 11 amb mànec

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1240 MATERIAL: 30007958

Descripció llarga:

ARN - Equip d'hemodinàmica de teixit sense teixir, impermeable, resistent. Lliure de làtex estèril i d´un sol ús,compost per 42 elem ents

Descripció tècnica:

ARN 162080 - Equip d'hemodinàmica de teixit sense teixir, impermeable, resistent,Lliure de làtex, estèril i d´un sol ús, embolcallat amb paper
crepe, compost per 42 elements:
1 Llençol de taula reforçat 190 x150cm 1 Xeringa de 3ml 3 P L/L

4 Xeringues de plàstic 10ml 3P L/L 2 Xeringues 5ml 3P L-L
1 Agulla de 25G x 16 1 Batea 2.500 ml 20 x 9,5 cm graduada blava
1 Agulla 21 G x 50 1 Xeringa de plàstic 20 ml 3 P L/L
2 Fundes amplificador 95 x 85 quadrades 1 Talla adhesiva reforçada 75 x75
1 Llençol de angiografia de 240 x 340 cm amb 4 fenestracions 2 de 7 x 12 cm i 2 de 8x16 cm amb laterals transparents de 220cm
1 Talla super absorbent adhesiva 50 x 50 cm 1 Talla super absorbent 50 x 80 cm
1 Bata Estàndard talla L 125 cm 1 Bata Standard talla XL 140 cm
10 Tovalloles cel·lulosa 33x30 cm 30 Gases cotó Rx 10 x 10 cm 8 capes 17 fils
2 Gases de TNT 10 x 20 de 6 plecs de 30 gr/m2 1 Batea 250 ml 9,3 x 5,4 cm graduada transparent
2 Batea 500 ml 11,6 x 6 cm graduada blava 1 Bisturí amb mànec n. 11
1 Bastó amb esponja per pintar 5x5x22 cm quadrat 1 Cubilet 2.500 ml. 22 x 8 cm graduada blau
1 Funda amplificador rodona 152 x 76 cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1250 MATERIAL: 30007963

Descripció llarga:

ARN 162086 - Equip de caròtida, by pass aòrtic bifemoral i aneurisma d'aorta de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 40 elements

Descripció tècnica:

ARN 162086 - Equip de caròtida, by pass aòrtic bifemoral i aneurisma d'aorta de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 40 elements:
4 Tovalloletes de cel·lulosa de 33x30±5cm # 1 Llençol autoadhesiu de 200x200±10cm a/reforç
1 Llençol autoadhesiu de 150x240±10cm a/reforçat # 4 Talles autoadhesives de 90x75±5cm a/ reforç
1 Cobretaula de 150x190±10cm # 2 Cinta Op tape de 10cmx50cm
2 Bosses d'instruments amb adhesiu i dos compartiments 35x35±5cm # 1 Funda taula de Mayo 80x145±5cm
1 Bata estàndard L amb eixugamans # 2 Bates reforçades talla XL amb eixugamans
2 Cinta velcro adhesiva de 2-3 cmx25±5cm # 1 Goma aspiració 300±10cm
1 bisturí elèctric # 1 contenidor agulles
1 canula Yankauer 12FR # 1 canula Yankauer 18FR
1 bisturí del 11 amb mànec # 2 xeringues del 20 ml luer-lock
2 catèter intravenos perifèric de 18 G # 1 Xeringa de 2 ml luer-lock
1 agulla de 18Gx40mm # 1 agulla subcutanea 25Gx16mm
1 allargadera llarga de 120 cm # 1 Compresa abdominal
4 Vaseloops vermells # 4 Vaseloops blaus

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1260 MATERIAL: 30007964

Descripció llarga:

ARN 162087 - by pass femoro-poplíteo i femoro- tibial de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 41 ele ments:

Descripció tècnica:

ARN 162087 - by pass femoro-poplíteo i femoro- tibial de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 41 elements:
1 Llençol reforçat i adhesiu en U de 245X280±10cm # 1 Camp adhesiu reforçat de 300x170±10cm
1 Camp reforçat de 150x 200±10cm # 1 Funda Taula Mayo 80x145±5cm
1 Cobertor de taula reforçat 150x190±10cm # 1 Camp estàndard 75x90±5cmadhesiu
1 Stokinette de 35x120±5cm # 3 Cintes adhesives 10cmx50±5cm
2 Bates estàndard XL amb eixugamans # 1 Bata estàndard L amb eixugamans

4 Tovalloletes per eixugar mans 33x33±5cm # 2 bosses instrumental
1 Contenidor d'agulles # 2 Cinta velcro adhesiva de 2-3 cmx25±5cm
1 Goma aspiració 300±5cm # 1 bisturí elèctric
1 contenedor agulles # 1 canula Yankauer fina
1 canula Yankauer gran # 1 bisturí del 11 amb mànec
2 xeringues del 20 ml # 2 catèter intravenos perifèric de 18 G
1 Compresa abdominal # 4 VESSELLOP 2,5*1,0mm vermells
4 VESSELLOP 1,3*09mm blau,3*09mm blau

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1270 MATERIAL: 30007966

Descripció llarga:

ARN-Equip cirurgia endovascular de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 33 elements

Descripció tècnica:

ARN-Equip cirurgia endovascular de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 33 elements:
1 Cobertor de taula reforçat 190x150±10cm
1 Cobertor de taula reforçat de 190x150±10cm # 1 Talla Adhesiva 75x75±5cm
1 Llençol reforçat d'angiografia de 240x340±10cm amb 4 fenestracions 2 de 8x16 cm i 2 de 7x12 cm amb laterals transparents
1 Bata reforçada L # 2 Bates reforçades XL
6 Tovalloletes 33x30±5cm # 1 Talla superabsorbent 45x45±5cm
1 Cinta adhesiva 10cmx50±5cm # 2 Cubilet de 250 ml
1 Cubilet de 500 ml # 1 Cubilet de 1000 ml
1 Bisturi amb protector n 11 # 1 Cubilet de 38cmx28cm
1 Cobertor RX 95x130±5cm # 2 cobertor RX 90x75±5cm
1 cobertor RX 152x76 rodó # 1 Xeringa de 10 ml Luer-Lock 3 parts
1 Xeringa de 10 ml Luer-Lock 3 parts # 1 Xeringa de 5 ml Luer-Lock 3 parts
2 Xeringa de 20 ml Luer-Lock 3 parts # 1 Agulla de 21 G 50mm
1 Agulla de 18 G40mm # 1 contenidor d'agulles

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1280 MATERIAL: 30007967

Descripció llarga:

ARN 162090 - Equip d'amputació de dits de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 11 elements:

Descripció tècnica:

ARN 162090 - Equip d'amputació de dits de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 11 elements:
1 Cobertor de taula de 150x190±10cm
2 llençols adhesius de 150x175±10cm # 2 bates estàndar XL amb eixugamans
1 bata estàndard L amb eixugamans # 1 goma aspiració 300±10cm # 1 Cinta adhesiva 10cmx50±5cm # 1 batea 45x31x6 cm
1 bisturí n° 22 amb mànec # 1 bisturí n° 15 amb mànec

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1290 MATERIAL: 30007968

Descripció llarga:

ARN 162092 - Equip de Wertheim Meigs (histero amb perneres) de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 2 7 elements:

Descripció tècnica:

ARN 162092 - Equip de Wertheim Meigs (histero amb perneres) de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 27 elements:
4 Tovalloletes de cel·lulosa de 33x30±5cm
1 Llençol reforç autoadhesiu de 200x200±10cm # 1 Llençol reforç autoadhesiu de 150x240±10cm
2 Talles autoadhesives reforçde 90x75±5cm # 1 Cobretaula de 150x190±10cm
2 Cintes adhesives de 10cmx50±5cm # 1 Funda per cobrir la taula de Mayo 80x145±5cm
2 Camals de 75x120±5cm # 2 Talles adhesives de 75x75±5cm
2 Talles de 75x90±5cm # 4 Bates estàndard L, amb eixugamans
1 Bisturí elèctric # 1 goma aspiració 300±5cm
1 canula Yankauer, # 1 Contenidor d'agulles
1 Mànec de bisturí del num 22

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1300 MATERIAL: 30007969

Descripció llarga:

ARN-Equip universal de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 20 elements:

Descripció tècnica:

ARN-Equip universal de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 20 elements:
2 Camps quirúrgics reforçats amb adhesiu 75x90±5cm
1 Llençol amb adhesiu reforçat de 175x175±10cm # 1 Llençol amb adhesiu reforçat de 240x150±10cm
1 Cobertor taula de Mayo 80x145±10cm # 1 Cobertor de taula amb reforç 150x190±10cm
1 Bossa d'instruments amb adhesiu i dos compartiments 35x35 # 1 Cinta velcro adhesiva de 2-3 cmx25±5cm
4 Tovalloletes per eixugar mans 33x33±5cm # 1 Bata estàndard L amb eixugamans
2 Bates estàndard XL amb eixugamans # 1 Contenidor d'agulles
1 Bisturí elèctric # 1 goma aspiració 300cm±5cm
1 canula Yankauer # 1 Mànec de bisturí del num 22

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1310 MATERIAL: 30007972

Descripció llarga:

ARN 162098 - Equip d'urologia de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 14 elements:

Descripció tècnica:

ARN 162098 - Equip d'urologia de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 14 elements:
1 Llençol amb fenestració perianal amb adhesiu 160x250x300±10cm
1 Bossa recol·lectora de fluids i camals # 1 Cobertor de taula 150x190±10cm
1 Bata estàndard XL amb eixugamans # 2 perneres 75x12010cmx50±5cm
4 Tovalloleta per eixugar mans 33x3310cmx50±5cm # 1 Contenidor d'agulles
1 Cinta adhesiva 10cmx50±5cm # 1 talla aproxiamció 75x90±5cm
1 goma aspiració 300±5cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1320 MATERIAL: 30007974

Descripció llarga:

ARN 162100 - Equip de cirugia de mà de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 12 elements:

Descripció tècnica:

ARN 162100 - Equip de cirugia de mà de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 12 elements:
1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans
2 Bates quirúrgiques estàndard talla XL amb eixugamans # 1 Cobertor de taula d'instruments de 190x150±10cm
1 Talla 75x90±5cm # 1 Cobertor de taula de 100x150±10cm
1 cobertor taula mayo 80x145±10cm # 1 Camp de mà reforç de 200/270x 320±10cm amb fenestració de 3cm
1 Cinta velcro 2cmx23±5cm # 2 Tovalloles eixuga camps
1 Contenidor d'agulles

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1330 MATERIAL: 30007975

Descripció llarga:

ARN-Equip Cirurgia Menor de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 11 elements:

Descripció tècnica:

ARN-Equip Cirurgia Menor de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 11 elements:
1 Cobertor de taula75x90±5cm
1 Camp adhesiu 75x75±5cm # 1 Cobertor fenestrat 75cmx90±5cm
3 Tovalloletes per eixugar mans 33x 33±5cm # 1 Contenidor d'agulles
1 paquet de 10 Gases TNT 8 capes amb contrast 10x20 # 1 Xeringa 10ml
1 agulla 25G # 1 agulla 19G

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1340 MATERIAL: 30007977

Descripció llarga:

ARN 162107 - Equip traqueotomia de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 16 elements:

Descripció tècnica:

ARN 162107 - Equip traqueotomia de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 16 elements:
4 Tovalloletes de cel·lulosa de 33x30±5cm
1 Llençol autoadhesiu reforç de 200x200±10cm # 1 Llençol autoadhesiu refoç de 150x240±10cm
2 Talles autoadhesives reforç de 90x75±5cm # 1 Cobretaula de 150x190±10cm
1 Cinta adhesiva de 10cmx50±5cm # 2 Bates estàndard talla L
1 bisturí elèctric # 1 goma aspiració 300±5cm
1 canula Yankauer 18 fr # 1 bisturí del num 22 amb mànec

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1350 MATERIAL: 30007980

Descripció llarga:

ARN-Equip d'osteosíntesi proximal fèmur de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 14 elements:

Descripció tècnica:

ARN-Equip d'osteosíntesi proximal fèmur de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 14 elements:
1 Equip aïllament vertical 330x234±10cm
1 Cobertor taula de Mayo 80x145±10cm # 1 Cobertor de taula reforçat 150x190±10cm
2 Talles 75x90±5cm # 1 Camp adhesiu reforçat 75x90±5cm
1 Bata XL reforçada amb eixugamans # 1 Bata estàndard L amb eixugamans
4 Tovalloletes per eixugar mans 33x33±5cm # 1 Contenidor d'agulles
1 bisturí del num 22 amb mànec

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1360 MATERIAL: 30008062

Descripció llarga:

ARN-Equip maluc fèmur de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 24 elements

Descripció tècnica:

ARN-Equip maluc fèmur de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 24 elements:
1 Llençol reforçat i adhesiu en U de 245X280±10cm
1 Camp adhesiu reforçat de 300x170±10cm # 1 Camp reforçat de 150x200±10cm
1 Funda Taula Mayo 80x145 cm # 1 Cobertor de taula reforçat 150x190±10cm
1 Camp estàndard 75x90±5cm a/adhesiu # 1 Stokinette de 35x120±5cm
3 Cintes adhesives 10cmx50±5cm # 2 Bates XL reforçades amb eixugamans
1 Bata estàndard L amb eixugamans # 4 Tovalloletes per eixugar mans 33x33±5cm
1 bossa instrumental # 1 funda mayo 80x145±5cm
1 Contenidor d'agulles # 1 bisturí del num22 amb mànec,
1 goma aspiració, # 1 cànula Yankauer,
1 bisturí elèctric

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1370 MATERIAL: 30008065

Descripció llarga:

ARN-Equip d'artroscòpia per a espatlla de teixit sense teixir.,Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 20 elements

Descripció tècnica:

ARN-Equip d'artroscòpia per a espatlla de teixit sense teixir.,Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 20 elements:
1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans
2 Bates quirúrgiques reforçades talla XL amb eixugamans # 1 Cobertor de taula d'instruments de 100x150±10cm
2 Talla adhesiva de 90x75±5cm # 1 Cobertor de taula de 150x200±10cm
1 Llençol d'artroscòpia U d'espatlla de 250x170±10cm amb bossa # 1 Llençol quirúrgic amb U 200x290±10cm reforç
2 Cintes adhesives de 9cmx50±5cm # 1 Funda taula de Mayo 80x145±5cm
4 Tovalloles eixuga camps # 1 Contenidor d'agulles
1 Bisturí del num11 amb mànec # 2 gomes d'aspiració 300±5cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1380 MATERIAL: 30008068

Descripció llarga:

ARN-Equip cesària de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 13 elements

Descripció tècnica:

ARN-Equip cesària de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 13 elements:
1 Llençol de cesària 260x320±10cm amb bossa col·lectora i làmina
d'incisió integrada # 1 Cobertor de taula 150x190±10cm
1 Bata quirúrgica estàndard talla L amb eixugamans # 2 Bates quirúrgiques reforçades talla L amb eixugamans
1 Talla bebè 90x 100 ±10cm # 4 Tovalloletes per eixugar mans 33x33±5cm
1 Cinta adhesiva de 10cmx50±5cm # 1 Barret per bebè
1 Contenidor d'agulles

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1390 MATERIAL: 30008073

Descripció llarga:

ARN 162019 - Equip de microcirurgia laríngia de TST.Lliure de làtex i de 1 sol ús ,compost per 16 elements:

Descripció tècnica:

ARN 162019 - Equip de microcirurgia laríngia de TST.Lliure de làtex ,estèril i de 1 sol ús ,compost per 16 elements:
1 Cobertor de taula150x90±10cm
2 Camps adhesiu 75x90±5cm # 1 llençol adhesiu 175x175±10cm
3 Tovalloletes per eixugar mans 33x33±5cm # 1 cinta adhesiva 10cmx50±5cm
1 cinta de Velcro # 2 Goma aspiració 3M
2 Bata L estándar # 1 canula yankauer estreta # 1 bossa
instrumental 2 compartiments # 5 gasses TNT amb RX

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1400 MATERIAL: 30008157

Descripció llarga:

Camp incisió antimicrobià iodat polièster transp,adhesiu hipoalèrgic ,adapt,impermea,transp,elàstic,resistent tracció,matisat reduin t reflex
amb suport de fàcil d'aplicació.Mides 45x35±5cm àrea incis 35x35 ±2cm.Lliure làtex,cel·lulosa,estèril,un sol ús.

Descripció tècnica:

Camp incisió antimicrobià iodat polièster transp,adhesiu hipoalèrgic,ad apt,impermea,transp,elàstic,resistent tracció,matisat reduint reflex amb
suport de fàcil d'aplicació.Mides 45x35±5cm àrea incis 35x35 ±2cm.Lliur e làtex,cel·lulosa,estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1410 MATERIAL: 30008159

Descripció llarga:

Camp incisió antimicrobià iodat polièster transp,adhesiu hipoalèrgic ,adapt,impermea,transp,elàstic,resistent tracció,matisat reduint reflex
amb suport fàcil aplicació.Mides: 60x90cm±5cm,àrea incisió 60x60cm±2cm.Lliure làtex,cel·lulosa,estèril,un sol ús.

Descripció tècnica:

Camp incisió antimicrobià iodat polièster transp,adhesiu hipoalèrgic,ada pt,impermea,transp,elàstic,resistent tracció,matisat reduint reflex amb
suport fàcil aplicació.Mides: 60x90cm±5cm,àrea incisió 60x60cm±2cm.Lliur e làtex,cel·lulosa,estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1420 MATERIAL: 30008165

Descripció llarga:

Equip de protecció per a sonda eco-cardiogràfica trans-esofàgica, de poliuretà, compost: funda per a sonda de mides 30mm x 16mm x 10 0cm llarg ±10cm, xeringa amb gel transmissor, protector dental i sistema de fixació, sense làtex, estèril, individual, 1ús

Descripció tècnica:

Equip de protecció per a sonda eco-cardiogràfica trans-esofàgica, de pol iuretà, compost: funda per a sonda de mides 30mm x 16mm x 100cm llarg ±10cm, xeringa amb gel transmissor, protector dental i sistema de fixació, sense làtex, estèril, individual, 1ús

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1430 MATERIAL: 30008239

Descripció llarga:

Funda per a intensificador d'imatges arc en C, de polietilè, antiestàtic transparent: 1funda arc C ajustat amb clip,30cm ample i 2m llarg i 2 fundes capçal Ø1,60cm.Per a models Philips Pulsera/Endura/Libra 12".Lliure de làtex,estèril,1ús.

Descripció tècnica:

Funda per a intensificador d'imatges arc en C, de polietilè, antiestàtic transparent: 1funda arc C ajustat amb clip,30cm ample i 2m llarg i 2 fundes capçal Ø1,60cm.Per a models Philips Pulsera/Endura/Libra 12".Lliur e de làtex,estèril,1ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1440 MATERIAL: 30008334

Descripció llarga:

HUB - Equip per a laparoscòpia de teixit sense teixir, impermeable, resistent, compost per 31 elements.Lliure de làtex,estèril,un so l ús.

Descripció tècnica:

HUB - Equip per a laparoscòpia de teixit sense teixir, impermeable, resistent, compost per 31 elements:
1 cobertor taula 140x190±10cm 5 tovalloles eixugamans 30x39±3cm
1 bata estàndard igual o superior a 35g SMS 130cm 2 bates estàndard igual o superior a 40g 130cm XL
1 safata 250ml 1 esponja amb mànec
1 cobertor taula impermeable i resistent 140x190±10cm 2 fundes mànec làmpada adaptable
1 xeringa 10ml luer 2p 1 xeringa 20ml Luer 2p
1 bisturí amb mànec n°11 1 funda per cobrir càmera amb obertura elàstica 13x240±5cm
1 agulla tipus Verres de 14G i 12cm envasada estèril 1 tub aspiració Ø0,6 x 300±5cm
1 grapadora quirúrgica de pell 10 gases de TNT amb c/RX 50 gr plegada 10x10cm
1 bossa instrumental 43x49cm adhesiva amb 2 compartiments 1 llençol de laparoscòpia absorbent mida 196 /269 x 300±10cm amb fenestració adhesiva central de 25 x 25 cm i tires adherents per fixar tubs
1 mànec amb esponja

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1450 MATERIAL: 30008335

Descripció llarga:

Equip per a cirurgia de columna teixit sense teixir, impermeable, resistent.Lliure de làtex,estèril, estèril, 1 sol ús, compost per 7 elements:

Descripció tècnica:

Equip per a cirurgia de columna teixit sense teixir, impermeable, resistent.Lliure de làtex,estèril, 1 sol ús, compost per 7 elements:
1 cobertor amb zona reforçada de 160x240±10cm
1 llençol en U de 269x182±10cm mb adhesiu 1 veta adherent de 2,5cmx23±5cm

1 llençol en U de 220x300±10cm amb/reforç 1 bossa instrumental 41x33cm amb dos compartiments
1 tovallola absorbent de 39x58±5cm 1 cobertor amb zona reforçada de 140x190±10cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1460 MATERIAL: 30008337

Descripció llarga:

HUB - Equip per a artroscòpia de genoll de teixit sense teixir,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 19 elements

Descripció tècnica:

HUB - Equip per a artroscòpia de genoll de teixit sense teixir,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 19 elements:
1 cobertor de taula 140x190 ±10cm 4 tovalloles eixugamans
1 bata SMS estàndard igual o superior 35g L 2 bates reforçades igual o superior a 76g XL
1 cobretaula de 140x190 ±10cm 1 bisturí amb mànec n° 11
1 equip irrigació en Y amb clau 1 tub aspiració 06 x 300 ±10cm
1 funda per cobrir càmera 175x240±5cm amb punta elàstica 10 gases de TNT 50 gr. plegades 10 x 10 cm RX
2 tires adhesives 9 x 45 ±3cm 1 botina
5 compreses 10 x 20cm TST 8 capes 50g a/control RX 1 llençol 234 x 305 ±10cm a/ fenestració elàstica 6 cm a/ bossa
col·lectora i connexió sortida fluids al extrem distal

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1470 MATERIAL: 30008685

Descripció llarga:

HUGTP - Equip bàsic per a procediments de cirurgia de teixit sense teixir, impermeable, resistent, compost per 15 elements. Lliure d e làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

HUGTP - Equip bàsic per a procediments de cirurgia de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 15 elements: 1 cobertor de taula 140x190 cm,
1 llençol amb adhesiu de 260x160cm, 1 llençol amb adhesiu de 196x200,
2 llençols laterals de 75x98cm, 4 tovalloles eixugamans,
1 funda taula Mayo 80x140cm, 1 cinta adhesiva 10x55cm,
1 bata de protecció estàndard, gramatge ?a 35g, mida mitjana 120cm, 1 tub aspiració 270cm,
1 cànula d'aspiració 22 CH, 2 fundes mànec làmpades quirúrgiques,
1 fulla de bisturí n°24, 1 neteja punta bisturí,
1 bisturí elèctric punta plana, 1 safata 250ml.
Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1480 MATERIAL: 30008722

Descripció llarga:

Equip per a sutures de TST. Lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 7 elements:

Descripció tècnica:

Equip per a sutures de TST. Lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 7 elements:
1 safata a/dos compartiments
1 camp 45x38cm 1 camp fenestrat 50x50cm
1 tisores metàl·liques punta aguda-11cm 1 porta agulles metàl·lic Mayo Hegar 12cm-
5 gases teixit sense teixir 7,5x7,5cm 1 pinces metàl·liques Adson s/d 12cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1490 MATERIAL: 30008729

Descripció llarga:

ARN - Equip per a implantació de marcapassos provisional de teixit sense teixir. Lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 22 el ements

Descripció tècnica:

ARN - Equip per a implantació de marcapassos provisionalde teixit sense teixir. Lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 22 elements:
1 bata estàndard L
1 tovallola absorbent 45x45±5cm 1 cobertor monitor rodó de 100x50±10cm
1 talla adhesiva 50x50±5cm 1 llençol angio-femoral de 220x340±10cm amb 2 fenestracions de 8x16
1 apòsit de 10x8cm 2 tovalloles eixugamans de 33x33±5cm
1 cobretaula de 150x190±10cm 1 contenidor d'objectes punxants amb doble iman
2 càpsules graduades blaves 250ml 1 pinça de dissecció Adson s/dents
15 compreses de gasa de 10x10cm RX 17H8P 2 compreses de gasa de 10x20cm 17H 12P
1 porta agulles 14cm 1 agulla hipodèrmica 21Gx375mm
1 agulla hipodèrmica 25Gx16mm 1 bisturí amb mànec del n° 11
1 xeringa de 10ml 2P L/S 1 Xeringa de 5ml 2P L/S

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1500 MATERIAL: 30008730

Descripció llarga:

ARN-Eq implant marcapassos definitiu, 23 elements

Descripció tècnica:

ARN - Equip per a implantació de marcapassos definitiu. Compost per 23 elements:
2 bates estàndards L, # 1 cobertor de monitor 95X85 rectangular,
1 talla reforçada adhesiva75x75cm, # 1 llençol fenestrat de 200x300cm,
1 apòsit film transparent 40x34., # 4 tovalloles eixugamans de 33x33cm,
1 cobretaula de 150x190cm, # 1 contenidor d'objectes punxants amb doble imant,
3 càpsules graduades blaves 250ml, # 8 compreses de gasa de 10x20cm 17H 12P,
1 agulla hipodèrmica 21Gx37,5mm, # 1 agulla hipodèrmica 25Gx16mm,
1 bisturí amb mànec del n° 22, # 1 xeringa de 10ml 3P L-L.
1 xeringa de 20ml 3P L/L. # 30 compreses RX 10x10cm 8P
1 Bastonet amb esponja per pintar
Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1510 MATERIAL: 30008843

Descripció llarga:

HUGTP - Equip per a oftalmologia compost per 18 elements. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

HUB - Equip per a cirurgia oftalmològica compost per 18 elements: 1 ganiveta de 2,20mm angulada estèril
1 xeringa 3P L/L 5ml 1 xeringa 3P L/L 10ml
1 xeringa 3P L/L 1ml 1 protector ocular universal
1 cànula cambra anterior 30Gx7/8" 1 cànula cambra anterior 27Gx7/8"
1 cistotom d'irrigació 27Gx5/8" 2 cànules cambra anterior 25Gx7/8"(4mm)

1 ganiveta escleral 20G estèril 2 talles TST recolza braços butaca 80x35cm
1 càpsula graduada 250cc, 5 gases 10x10cm 17 H 12P 1 talla oftàlmica amb camp d'incisió no fenestrada amb 2 bosses recollida
fluids 1 cobertor de taula instrumental 100x150cm
2 bosses hemostetas de cel·lulosa de 5 unitats 1 bata quirúrgica estàndard mida L amb dues tovalloletes
1 bata quirúrgica estàndard mida M amb una tovalloleta Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1520 MATERIAL: 30009223

Descripció llarga:

Equip de connexió i desconnexió diàlisi,lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 3 elements

Descripció tècnica:

Equip de connexió i desconnexió diàlisi,lliure de làtex, estèril, un sol ús compost per 3 elements:
1 talla tisú impermeable 50x60cm 1 parell de guants nitril mida S
4 gases cotó absorbent

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1530 MATERIAL: 30009628

Descripció llarga:

HUB - Equip bàsic per a cirurgia de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Compost per 30 elements.

Descripció tècnica:

HUB - Equip bàsic per a cirurgia de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Compost per 30
elements: 1 cobertor de taula impermeable i resistent 140x190 ±10cm
6 tovalloles eixugamans 2 bata estàndard, gramatge ? 40g, 140 cm mida XL
1 bata SMS estàndard, ? 35g 140 cm mida l 10 gasses TST 50 gr. plegada 10x10 cm amb c/ RX
10 gasses TST 50 gr. plegada 10x20 cm. amb c/RX 1 bisturí elèctric control manual
1 fulla de bisturí nº 24 1 llima per a bisturí
1 cànula d'aspiració yankauer s/control aspiració CH18 1 tub aspiració 300 cm, ø 0,7 cm ch21
2 cobertor mànec de làmpada adaptables 1 grapadora quirúrgica de pell
1 comptador agulles 30 espais 1 càpsula 250 ml
1 cobertor per a taula resistent i absorbent 140x190 ±10cm 1 cinta adhesiva 9x50±5cm
1 talla absorbent 45x62,5 ±5cm 2 talles adhesives de 45x50 ±5cm
2 llençols laterals 75x98±5cm adhesius±5cm 1 llençol peus 196x200±10cm adhesiu
1 llençol cap 260x160±10cm adhesiu i sistema fixa tubs

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1540 MATERIAL: 30009634

Descripció llarga:

Funda transductor d'ecògraf , de isosilk amb punta recta de polisoprè i gel.Mida:15x61cm,llarg ±5cm,plegada telescòpicament, tires d e fixació
elàstiques i gel. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda transductor d'ecògraf , de isosilk amb punta recta de polisoprè i gel.Mida:15x61cm,llarg ±5cm,plegada telescòpicament, tires de fixació el
àstiques i gel. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1550 MATERIAL: 30009712

Descripció llarga:

Funda sonda intraoperatoria, en forma de T,material EMAC (etil metil acrilat copolímer) plegada telescòpicament, amb cintes adhesive s, gomes de fixació i gel. Mida 12x244cmllarg ±10cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda sonda intraoperatoria, en forma de T,material EMAC (etil metil acr ilat copolímer) plegada telescòpicament, amb cintes adhesives, gomes de fixació i gel. Mida 12x244cmllarg ±10cm. Lliure de làtex, estèril, un s ol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1560 MATERIAL: 30009739

Descripció llarga:

Funda transductor de l'ecògraf de poliuretà flexible (55 micres). Mida:15x122cm llarg ±10cm,plegada telescòpicament, tires de fixaci ó elàstiques i gel. Per a CIV-FLEX. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda transductor de l'ecògraf de poliuretà flexible (55 micres). Mida:1 5x122cm llarg ±10cm,plegada telescòpicament, tires de fixació elàstiques i gel. Per a CIV-FLEX. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1570 MATERIAL: 30009743

Descripció llarga:

Funda protectora de forma circular de polietilè transparent, diàmetre 140±2cm, amb tires de fixació. Lliure de làtex, estèril, un so l ús.

Descripció tècnica:

Funda protectora de forma circular de polietilè transparent,diàmetre 140±2cm,amb tires de fixació.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1580 MATERIAL: 30009912

Descripció llarga:

Funda quirúrgica per a empunyadura de microscopi electrònic, de plàstic elàstic.Mides: 15 x 36 cm, tipus Zeiss OPMI Vario. Lliure là tex , estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda quirúrgica per a empunyadura de microscopi electrònic, de plàstic elàstic.Mides: 15 x 36 cm, tipus Zeiss OPMI Vario. Lliure de làtex , est èril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1590 MATERIAL: 30010016

Descripció llarga:

Equip per a parts, TST, impermeable, resistent, absorbent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 8 elements

Descripció tècnica:

Equip per a parts, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, absorbent, compost per 8 elements:
1 cobertor taula reforçat de 190x140±10cm 2 talles adhesives75x75±5cm
1 cinta adhesiva 10x50±5cm 2 camals 75x120±5cm
2 tovalloles eixugamans 33x33±3cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1600 MATERIAL: 30010019

Descripció llarga:

Fundes per a intensificador d'imatgesarc en C,polietilè, compost per 3 peces, 1 funda superior de 150x150cm, 1 funda inferior de 120 x 120cm, 1 funda per l'arc de 30x 174 cm. Compatible amb arcs PHILIPS BV29. Estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Fundes per a intensificador d'imatgesarc en C,polietilè, compost per 3 p eces, 1 funda superior de 150x150cm, 1 funda inferior de 120x 120cm, 1 f unda per l'arc de 30x 174 cm. Compatible amb arcs PHILIPS BV29. Estèril , un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1610 MATERIAL: 30010748

Descripció llarga:

HUB - Equip per a extracció d'òrgans de teixit sense teixir, impermeable, resistent i absorbent,lliure de làtex,estèril,un sol ús.Co mpost per 55 elements

Descripció tècnica:

HUB - Equip per a extracció d'òrgans de teixit sense teixir, impermeable, resistent i absorbent,lliure de làtex,estèril,un sol ús.Compost per 55 elements: 2 cobertor taula 140x190±10cm
1 funda de mesa Mayo 80x142±10cm 3 bata SMS estàndard mida L 40g
6 tovalloles eixugamans 1 bates estàndard mida XL 40g
1 fulla bisturí N°11 2 fulles bisturí N°24
1 fulla bisturí n° 10 1 bisturí elèctric
llaços de silicona per a vasos vermell llaços de silicona per a vasos blau
1 xeringa 50-60ml 3p con catèter 2 xeringa 20ml L/S
1 llima bisturí 2 cànules aspiració 26cm CH18
5 grapadora quirúrgica 35 grapes 1 safata 33x48
1 safates 1000cc blava 2 tubs aspiració 364cm ±5cm x Ø7mm
2 fundes mànec làmpada 1 cinta adhesiva 50x9±5cm
2 bossa instrumental 27x29cm adhesiva 1 compartiment 30 gasses TNT 50 gr. plegada 10x10cm amb control RX
30 compreses TNT 50 gr. plegada 10x20cm amb control RX 2 talles adhesives de 45x50
2 talles 75x90cm no adhesives 2 talles extra absorbents de teixit de 43x66±5cm
2 llençols laterals 75x98±10cm adhesius 1 llençol peus 196x200±10cm adhesiu
1 llençol cap 260x160±10cm adhesiu i sistema fixa tubs

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1620 MATERIAL: 30010749

Descripció llarga:

HUB - Equip per a cirurgia hepàtica de teixit sense teixir, impermeable, resistent i absorbent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 54 elements

Descripció tècnica:

HUB - Equip per a cirurgia hepàtica de teixit sense teixir, impermeable, resistent i absorbent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 54 elements:
2 cobertor taula resistent,impermeable i absorbent de 140x190±10cm 1 bata SMS estàndard mida L
6 tovalloles eixugamans±3cm 2 bates estándard mida XL 40g
1 fulla bisturí N°11 1 fulla bisturí N°24
1 xeringa 10ml L/S 1 xeringa 20ml L/S
1 conta agulles espai 30 agulles 1 llima bisturí

1 cànula aspiració 26cm CH12 2 cànules aspiració 26cm CH18
2 cintes velcro 2,5x12,5cm 1 grapadora quirúrgica 35 grapes
1 safata 1000cc blava 2 tubs aspiració 364cm ±10cm x Ø 7mm
2 fundes mànec làmpada 1 cinta adhesiva 50x9±5cm
2 bossa instrumental 41x33cm adhesiva 1 compartiment 20 gasses TNT 50 gr. plegada 10x10cm amb control RX
40 compreses TNT 50 gr. plegada 10x20cm amb control RX 1 equip drenatge CH14 sistema tancat tipus Jackson Pratt
2 talles 75x90cm no adhesives 1 talla adhesiva 45x50±5cm
5 talles adhesives 80x80±5cm 5 talles extra absorbents de teixit de 43x66±5cm
2 llençols laterals 98x120±10cm adhesius i reforçats amb zona extra absorbent
1 llençol peus 183x191±10cm adhesiu i reforçat 1 llençol cap 183x254±10cm adhesiu i reforçat amb zona extra absorbent i sistema fixa tubs

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1630 MATERIAL: 30010760

Descripció llarga:

HUB - Equip per a transplantament cardíac de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compo st per 68 elements

Descripció tècnica:

HUB - Equip per a transplantament cardíac de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost 68 elements 2 Cobretaules de 150x200±10cm
6 Tovalloletes eixugamans de 25x19±5cm 2 Bates de 142cm alta protecció
4 Bates XL de 148cm 6 Tovalloles eixugamans de cotó, d'alta absorbència de 64x44±5cm
1 Bisturí elèctric 1 Tub d´aspiració 24CH, 8mm, 300±10cm amb 2 embuts
1 Yankauer 4mm, 4 ulls d'alleujament, 26cm 2 Fundes protectores
60 Gases de 10x20 cm, RX 2 Bosses per a instrumental amb adhesiu 33x38±5cm
4 Suports rectes blancs de 13,3x3x8cm 1 Full de bisturí N.24
2 Fulles de bisturí N.11 2 Fulles de bisturí N.15
1 Safata blava de 41x37x2.64cm 1 Batea blava de 250ml, de 88.5mm, 57mm.
1 Batea de 500ml 2 Xeringues de 20ml
1 Xeringa de 10ml 1 Xeringa de 1ml
1 Agulla hipodèrmica 21Ga, de 40mm 1 Agulla hipodèrmica 19Ga, de 30mm
2 Protectors de sutures 1 Netejador de bisturí amb adhesiu de 5x5cm
1 Llençol cardiovascular amb lloban de 230x320 cm 1 Bossa auxiliar de 38x51cm
2 Cànules de succió Yankauer 18CH de 25cm + tub d´aspiració 3mm 2 Safates de 1000ml
6 Llençols amb adhesiu absorbent de 70x50cm 1 Funda taula maig de 80x145cm
1 Llençol amb adhesiu de 250x150cm 1 Drap amb adhesiu de 250cm x 150cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1640 MATERIAL: 30010761

Descripció llarga:

HUB - Equip per a trasplantament renal de teixit sense teixir ,impermeable,resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús.Compost per 60 elements

Descripció tècnica:

HUB - Equip per a trasplantament renal de teixit sense teixir impermeable ,resistent,lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 60 elements:
2 Fundes Mànec de Llum Verd 4 Tovalloles de mans 47x38±5cm
1 Càpsula graduada transparent 250ml 10 Compresa TNT 10x10cm 50gr 4P RX blanca

1 Grapadora Pell 35W 35grapes 2 Tovalloles de mans 47x38±5cm
1 Bata quirúrgica estàndard Mida: 134cm x 55cm+/-10cm,>/- 35g/m² 2 Bata quirúrgica Reforçada Mida: 157cm x 65cm+/-10cm,>/- 35g/m²
30 Gasa TNT 10x20cm 50gr 4p RX blanca 1 Bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació
1 Neteja puntes de bisturí 5x5cm 1 Cànula succió Yankauer 18Ch 28cm punta rodona s/control
1 Cobretaules estàndard 150x190±10cm 1 Sabana adhesiva 200x200±10cm reforçada
1 Funda Taula Maig 79x145±10cm Absorció 65x85cm 1 Parell de Guants Quirúrgics poliisoprè núm. 6.5
1 Parell de Guants Quirúrgics poliisoprè núm. 7.5 1 Parell de Guants Quirúrgics poliisoprè núm.
1 Full de bisturí nº11 1 Full de bisturí nº10
1 Xeringa 60ml L/S 3P Concèntrica punta catèter 2 Vessel Loop maxi 2.5mm x 1mm x 406mm silicona vermella
1 Comptador d'agulles magnètic 30 unitats 1 Tub Succió Ext 30Ch Int 21Ch 4m H/H
2 Cinta adhesiva 9x49±5cm 2 Pany d'Utilitats 75x90±5cm
1 Cobretaules estàndard 150x240±10cm 1 Xeringa 10ml L/S 3P Concèntrica
1 mànec amb esponja 4 Tovalloles Cotó Blau 60x45±5cm RX
2 Pany utilitats 45x75±5cm 12 Protector Pinça Mosquit groga 2parells
1 Sabana adhesiva 240x175±10cm reforçada 2 Sabana adhesiva 120x100±10cm reforçada
2 Safata 25x14x5cm 1575ml Blau Polipropilè 4 Subjecta tubs tires adherents 25x15±5cm adhesiu
1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm 1 Bossa Instrumental 40x35±5cm 2 Compartiments
1 Cànula Yankauer 12Ch 27,5cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1650 MATERIAL: 30011120

Descripció llarga:

HVH-HUGTP-Equip per arítmies de teixit sense teixir,lliure de làtex ,estèril,un sol ús,compost per 18 elements

Descripció tècnica:

HVH-HUGTP-Equip per arítmies de teixit sense teixir,lliure de làtex ,estèril,un sol ús,compost per 18 elements:
1 talla adhesiva de 75x75±5cm 1 llençol d'angiografia de 221x343±10cm,2 fenestr,2 laterals transparents
1 funda rectangular 85x95±5cm, 1 funda circular 50x100±5cm
1 bata estàndard talla L , gramatge igual o superior a 35g, 2 tovalloles eixugamans
1 cobertor taula 140x190±10cm 10 compresa de gasa cotó 10x10cm
2 safata de 25x13x5 cm 1 safata de 24x28x5cm
1 mànec amb esponja 1 bisturí amb mànec n.11,
1 agulla hipodèrmica 20Gx38mm 1 agulla hipodèrmica 21Gx38mm
1 xeringa de 10ml 3P Luer-lock. 1 xeringa de 5ml 3P Luer-lock
ec amb esponja 1 bisturí amb mànec n.11,
1 agulla hipodèrmica 20Gx38mm 1 agulla hipodèrmica 21Gx38mm
1 xeringa de 10ml 3P Luer-lock. 1 xeringa de 5ml 3P Luer-lock

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1660 MATERIAL: 30011560

Descripció llarga:

VC -Equip oftalmologia amb bossa de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 3 ele ments

Descripció tècnica:

HVC -Equip oftalmologia amb bossa de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 3 elements:
1 Tovalloleta per eixugar camp 18x25±5cm 1 Llençol Oftàlmic 140x150±10cm amb film incisió 8x10cm complet amb
bossa integrada 30x18cm amb vora en filferro flexible i ponts nasals 1 Cobre taula 150x150±10cm amb absorbent de75x150cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1670 MATERIAL: 30011591

Descripció llarga:

Bossa auxiliar de polietilè transparent impermeable de 100 micres, per a instrumental laparoscòpic, amb vora autoadhesiva a la part superior de 10 x 30cm. Mida: 30 x 50cm # 2cm, amb tres butxaques. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Bossa auxiliar de polietilè transparent impermeable de 100 micres, per a instrumental laparoscòpic, amb vora autoadhesiva a la part superior de 10 x 30cm. Mida: 30 x 50cm # 2cm, amb tres butxaques. Lliure de làtex, e stèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1680 MATERIAL: 30011595

Descripció llarga:

Equip per a cirurgia abdomino-perineal de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 6 elements

Descripció tècnica:

Equip per a cirurgia abdomino-perineal de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 6 elements: 1 llençol laparoscòpia 250/175/270x260±10cm amb dues obertures 25x30 i 13x24 ±5cm i 4 fixadors de tubs de tira adherent de 2.5x13±3cm 1 talla adhesiva 75x75±5cm
1 cobretaula 150x190±10cm amb absorbent 75x190cm 2 tovalloletes eixugamans 30x20±5cm
1 cinta adhesiva 9x49±5cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1690 MATERIAL: 30011596

Descripció llarga:

Equip per artroscòpia d'espatlla, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 2 elements

Descripció tècnica:

Equip per artroscòpia d'espatlla, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, 1 sol ús, compost per 2 elements:
1 llençol en U de 254x168±10cm
1 llençol en U de 203x295±10cm amb bossa gran per a recollida líquids i fixació de passa tubs vàlida per espatlla dreta/esquerre

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1700 MATERIAL: 30011792

Descripció llarga:

HUB- Equip per a cirurgia anal de teixit sense teixir, impermeable, resistent i absorbent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Comp ost per 24 elements

Descripció tècnica:

HUB- Equip per a cirurgia anal de teixit sense teixir, impermeable, resistent i absorbent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 24 elements : 1 cobretaula impermeable i resistent 140x190±10cm
4 tovalloles eixugamans ±3cm 2 bates quirúrgiques estàndard SMS talla L
1 bata quirúrgica estàndard XL 10 gases TNT 50 gr.plegada10x10cm amb control RX
1 bisturí elèctric control manual 1 netejador per a bisturí
1 cànula d'aspiració Yankauer CH 18 sense control aspiració 1 tub d'aspiració 270 ±10cm x 0,7cm Ø
2 fundes mànec de làmpada adaptables 1 talla absorbent 43x66 ±5cm
1 cinta adhesiva 2 camals de TNT impermeables i resistents 79 x 140 ±10cm
1 cobretaula reforçat 120x140±10cm 2 talles adhesives 75x98 ±5cm

1 capsula de 250ml 1 mànec amb esponja

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1710 MATERIAL: 30011793

Descripció llarga:

HUB - Equip per a pròtesi total de maluc compost per 38 elements,de teixit sense teixir, impermeable, resistent.Lliure de làtex,estè ril,un sol ús.

Descripció tècnica:

HUB - Equip per a pròtesi total de maluc de teixit sense teixir,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost 38 elements:
2 cobertors de taula extra resistents 140x190±10cm 1 cobertor de taula extra resistent 240x160±10cm
1 cobertor de taula resistent 140x120±10cm 4 tovalloles eixugamans
1 bata SMS estàndard talla L ? 35g 2 estàndard talla XL gramatge igual o superir a 40g
4 talles absorbents 45x625 cm±5cm 1 talla de TST no adhesiva de 75x90±5cm
2 talles de TST adhesives de 75 x 90±5cm 10 gases de cotó hidròfil 17 fils plegades 10x10 cm amb c/ RX
30 gases de cotó hidròfil 17 fils plegada 10x20cm amb c/ RX 1 cinta adhesiva 50x9±5cm
1 botina impermeable de 23x122±5cm 1 bossa d'instrumental de 40x33 ±5cm adhesiva
1 tub d'aspiració 300±5cm 0,7° cm 1 cànula aspiració Yankauer 25 cm. llarg CH22 sense control asp.
1 bisturí elèctric 1 llima per a bisturí
2 fulles de bisturí n° 24 1 grapadora quirúrgica 35 grapes
1 comptador d'agulles 1 llençol TST extra resistent i adhesiu de 160 x 260±10cm
1 llençol TST impermeable resistent i adhesiu en U de 196 x 254 ±10cm amb zona extra absorbent
1 llençol plàstic impermeable en U adhesiu de 150 x 183 ±10cm 1 llençol adhesiu resistent i absorbent de 200 x 240 ±10cm amb fixadors
de tubs 2 capsules plàstic 250cc
1 mànec amb esponja

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1720 MATERIAL: 30011986

Descripció llarga:

HUB - Equip per a cirurgia menor ambulatòriade teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per 6 elements

Descripció tècnica:

HUB - Equip per a cirurgia menor ambulatòria compost per 6 elements:
1 bata estàndard SMS talla L # 2 tovalloles eixugamans
1 cobretaula 100 x 150 cm # 1 talla de 75x90cm fenestrada 8 cm
10 compreses de teixit sense teixir 35 gr. plegades 10 x 10

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1730 MATERIAL: 30011987

Descripció llarga:

HUB - Equip per a cirurgia de genoll de teixit sense teixir,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost 40 elements

Descripció tècnica:

HUB - Equip per a cirurgia de genoll de teixit sense teixir,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost 40 elements:
1 cobertor de taula absorbent i extra resistent 160x240±10cm 6 tovalloles eixugamans 30x39±5cm
1 bata SMS estàndard talla L 2 bates reforçades talla XL
2 càpsula 250ml 3 cobertors de taula absorbents i extra resistent 140x190±10cm
2 fundes mànec làmpada adaptables 3 fulles bisturí n°24
1 comptador d'agulles transparent 30uni 30 gases de cotó hidròfil 17 fils plegada 10x20cm amb control RX

2 talles absorbents 43x66cm 1 bisturí elèctric
1 netejador bisturí elèctric 1 cànula aspiració s/ control manual CH22
1 tub aspiració 300cm CH21 Ø07cm 1 grapadora quirúrgica de pell
1 talla adhesiva 75x90±5cm 1 talla 75x90 no adhesiva±5cm
2 cintes adhesives 9x50±5cm 1 llençol amb obertura en U de polietilè transparent impermeable resistent
obertura 120x130±10cm vora adhesiva 16x50cm. 1 botina 36x122±5cm
1 bossa instrumental 41x33±5cm 1 compartiment adhesiva 1 llençol extremitats 269/221x330cm ±10cm amb fenestració elàstica 6cm.i
zona extra absorbent 1 mànec amb esponja

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1740 MATERIAL: 30012557

Descripció llarga:

HUB - Equip per a resecció transuretral de teixit sense teixir impermeable ,resistent,lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost pe r 16 elements

Descripció tècnica:

HUB - Equip per a resecció transuretral de teixit sense teixir impermeable ,resistent,lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 16 elements:
1 Cobretaules reforçat 150x190±10cm 1 Tovalloles de mans 47x38±5cm
1 Càpsula graduada transparent 250ml 10 Gases TNT 10x10cm 50gr 4P RX blanca
2 Tovalloles de mans 47x38±5cm 1 Bata quirúrgica estàndard Mida: 134cm x 55cm+/-10cm</-35g/m²
1 Parell de Guants Quirúrgics poliisoprè 7.5 1 Parell de Guants Quirúrgics poliisoprè 7.0
1 Tub Succió Ext 30Ch Int 21Ch 4m H/H 1 Mànec amb esponja
1 Bata Fluid Protecció Plus Mida: 145cm x 60cm 1 Funda Cambra 14x250±5cm punta perforada
1 Sistema d'irrigació doble espiga OD 21CH 285±5cm 1 Llençol RTU 175/270x180±10cm obertura .8 i 5 cm amb bossa de recollida
de líquids amb espita dedil i camals 1 Cobretaules estàndard 100x150±10cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1750 MATERIAL: 30012558

Descripció llarga:

HUB - Equip per a cistoscòpia (CPT) de teixit sense teixir impermeable ,resistent,lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 16 elements

Descripció tècnica:

HUB - Equip per a cistoscòpia (CPT) de teixit sense teixir impermeable ,resistent,lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 16 elements:
1 Parell de Guants Quirúrgics poliisoprè 7.0 1 Parell de Guants Quirúrgics poliisoprè 7.5
10 Gases TST 10x10cm 40gr 4P sense contrast 1 Càpsula graduada transparent 250ml
3 Tovalloletes eixugamans mans 47x38±5cm 1 Pinça per turundes 19cm plàstic blau
1 Sistema irrigació doble OD21Ch 230cm c/càmera 3 Clamps tub 10cm
1 Cobretaules reforçat 150x190±10cm 1 Bata quirúrgica estàndard Mida: 134cm x 55cm+/-10cm >/-35g/m²
1 Bata quirúrgica estàndard Mida: 129cm x 60cm+/-10cm>/-35g/m² 1 Funda Cambra 14x250±10cm punta perforada
2 Camals Litotomia 75x120±5cm 1 Camp Cistoscòpia 75x175±10cm obertura 9x15cm romboidal

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1760 MATERIAL: 30012559

Descripció llarga:

HUB -Equip per marcapassos de teixit sense teixir impermeable,resistent ,lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 30 elements

Descripció tècnica:

HUB -Equip per marcapassos de teixit sense teixir impermeable,resistent ,lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 30 elements:
2 Càpsula graduada transparent 250ml 20 Gasses TST 10x10cm 50gr 4P RX blanca
6 Tovalloles de mans 47x38cm±3cm 1 Bata quirúrgica estàndard Mida: 134cm x 55cm+/-10cm,>/- 35g/m²
1 Guants Quirúrgics poliisoprè 7.5 1 Guants Quirúrgics poliisoprè 7.0
1 Bata quirúrgica Reforçada Mida: 129cm x 60cm+/-10cm,>/- 35g/m² 1 Guants Quirúrgics poliisoprè 6.5 1 Xeringa 20ml L/S 3P Excèntrica
1 Agulla Hipodèrmica 18G 40mm Rosa 1 Full de bisturí nº24
1 Full de bisturí nº10 1 Bisturí Elèctric
1 Cobretaules Reforçat 100x150±10cm 2 Funda Mànec de Llum Verd
1 Safata 12x14x5cm 750ml Polipropilè Blau 1 Agulla hipodèrmica 21G 40mm verd
4 Talla adhesiva 90x75±5cm 1 Llençol adhesiu 175x175±10cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1770 MATERIAL: 30012650

Descripció llarga:

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè transparent. Mides: 117 x 163 cm, Ø lent 65mm, tubs per ajudants i/o equi p fotogràfic, amb tires de subjecció i tancament ajustable a òptiques, tipus Zeiss MD. Lliure làtex,estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè transparent. Mides: 117 x 163 cm, diàmetre de la lent 65mm, amb tubs d'observació per ajudants i/o equip fotogràfic, amb tires de subjecció i tancament ajust able a òptiques, tipus Zeiss MD. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1780 MATERIAL: 30012659

Descripció llarga:

Equip per a cirurgia universal de teixit sense teixir impermeable, reforçat, d'alta absorció, lliure de làtex, estèril, un sol ús, c ompost per 11 elements

Descripció tècnica:

Equip per a cirurgia universal de teixit sense teixir impermeable, reforçat, d'alta absorció, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 11 elements: 1 cobertor 140x190±10cm
2 talles 98x120±5cm 1 llençol de 196x210±10cm
1 llençol 160x260±10cm 4 tovalloletes eixuga camp 30x20±2cm
2 cintes adhesives 13x2.5±3cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1790 MATERIAL: 30012931

Descripció llarga:

Equip per a cures amb instrumental, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús compost per 6 elements

Descripció tècnica:

Equip per a cures amb instrumental, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús compost per 6 elements
1 talla de 90x75±5cm
1 tisora de Mayo 15,5 cm corba 1 pinça dissecció amb dents 14 cm
2 tovalloletes eixugamans 33x33±5cm 5 gases de TST amb control RX,7,5cm x 7,5 cm, 4 plecs 30g/m2

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1800 MATERIAL: 30013066

Descripció llarga:

HUV/HGTP/HJXXIII/HV-Equip cesària de teixit sense teixir impermeable resistent lliure de làtexestèrilun sol ús. Compost per 19 eleme nts

Descripció tècnica:

HUV/HGTP/HJXXIII/HV-Equip cesària de teixit sense teixir impermeable resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 19 elements:
4 Tovalloletes eixuga mans 47x38±5cm 1 Bata quirúrgica Reforçada Mida: 129cm x 60cm+/-10cm,>/- 35g/m²
1 Bata quirúrgica Reforçada Mida: 157cm x 65cm+/-10cm,>/- 35g/m² 1 Bata quirúrgica estàndard Mida: 134cm x 55cm+/-10cm,>/- 35g/m²
2 Tovalloletes eixuga mans 47x38±5cm 4 Tovalloles eixuga camp 18x25±5cm blanca
1 Cinta adhesiva 9x49±5cm 1 Llençol Cesària 175/250x300±10cm incisió 38x32cm obertura
18x16cm amb bossa de recollida de líquids amb espita i passatubs 2 Mantes de nadó 90x120±10cm
1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm 1 Paper crepè 60x60±10cm 60gr/m2 blanc

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1810 MATERIAL: 30013136

Descripció llarga:

Llençol quirúrgic maluc, TST,imperm,resistent a/bosses bilat extremit inf ,obert flex 17x21cm ±2cm a/adhesiu,ajust a/reforç incisió u ltra absorb,imperm de 53x170±2cm, tira fixar tub,cobertura braços. Mides:217/290x350cm±5cm. Lliure làtex,estèril,sol ús.

Descripció tècnica:

Llençol quirúrgic maluc, TST,imperm,resistent bosses bilat extremit inf ,obert flex 17x21cm ±2cm a/adhesiu,ajust a/reforç incisió ultra absorb,i mperm de 53x170±2cm, tira fixar tub,cobertura braços. Mides:217/290x350c m±5cm. Lliure làtex,estèril,sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1820 MATERIAL: 30013371

Descripció llarga:

HVH -Equip per a hemodiàlisi de teixit sense teixir,lliure de làtex ,estèril,un sol ús,compost 14 elements

Descripció tècnica:

HVH -Equip per a hemodiàlisi de teixit sense teixir,lliure de làtex ,estèril,un sol ús,compost 14 elements:
1 Tovalloles de mans 47x38±5cm 1 Funda de teclat talla 61x51cm transparent
10 Gases10x10cm 13h 12p blanca 5pc 4 Xeringa 5ml L/L 3P Concèntrica
2 Pinça Kocher recta 14cm plàstic 1 Pany d'utilitats 75x90±5cm
1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla L (L 127cm x A 67cm) mínim 35g/m² 1 cobretaula Reforçat 100x75±10cm
1 Bossa de Plàstic transparent 20x30cm Zip 1 Guants quirúrgics de làtex sense pols núm. 7.0

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1830 MATERIAL: 30013416

Descripció llarga:

Equip de funda quirúrgica pel transductor de l'ecògraf o sonda intraoperatòria d'etil metil acrilat copolímerde (EMAC), transparent, plegada telescòpicament, mida:15x122cm llarg ±10cm, amb gel, talla, gomes i tires de fixació elàstiques. Lliure de làtex

Descripció tècnica:

Equip de funda quirúrgica pel transductor de l'ecògraf o sonda intraoper atòria d'etil metil acrilat copolímerde (EMAC), transparent, plegada tel escòpicament, mida:15x122cm llarg ±10cm, amb gel, talla, gomes i tires d e fixació elàstiques. Lliure de làtex

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1840 MATERIAL: 30013549

Descripció llarga:

ARN-Equip cirurgia pediàtrica universal de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, un1 sol ús,compost per 20 elements

Descripció tècnica:

ARN-Equip cirurgia pediàtrica universal de teixit sense teixir.Lliure de làtex, estèril, un1 sol ús,compost per 20 elements:
2 talles reforçades i adhesives de 90x75±5cm
1 Llençol adhesiu de 240x150±10cm 1 Llençol adhesiu 175x200±10cm adhesiu de 2,5cm
1 Cobertor de taula 150x200±10cm 1 Cobertor taula de Mayo 80x145±5cm
2 Bata reforçada L 1 Bata estàndard L
8 Tovalloletes per eixugar mans 33x33±5cm 1 Cinta adhesivas 10cmx50±5cm
1 Contenidor d'agulles 1 bisturí elèctric

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1850 MATERIAL: 30013644

Descripció llarga:

Funda per a llum quirúrgica amb càmera de vídeo, de plàstic transparent, Mides: diàmetre proximal 12cm, diàmetre distal 8,5cm, longi tud 10cm.
Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda per a llum quirúrgica amb càmera de vídeo, de plàstic transparent, Mides: diàmetre proximal 12cm, diàmetre distal 8,5cm, longitud 10cm. Ll
iure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1860 MATERIAL: 30014104

Descripció llarga:

HUB - Equip per a anestèsia raquídia de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost pe r 13 elements

Descripció tècnica:

HUB - Equip per a anestèsia raquídia, compost per 13 elements.Lliure de làtex, estèril, un sol ús:
2 tovalloles de 30x20±5cm
1 talla absorbent impermeable de 75x90±5cm,que embolica 1 safata rígida d 250x140±10cm amb 2 compartiments
1 talla absorbent impermeable de 75x90±5cm amb adhesiu lateral de 6cm amplada
1 xeringa de 10ml Luer Lock 1 xeringa de 5ml Luer Lock
1 esponja amb mànec per pintar 1 agulla de 19G 1 1/2
1 agulla 25G 5/8 1 agulla 21G 1 1/2
5 compreses de teixit sense teixir de 7,5x7,5cm 1 apòsit adhesiu amb compresa central de 7x5cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1870 MATERIAL: 30015103

Descripció llarga:

HUGTP/HTG-Equip per a Cirurgia Cardíaca Coronària de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 58
elements

Descripció tècnica:

HUGTP/HTG-Equip per a Cirurgia Cardíaca Coronària de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 58
elements:
1 Funda Taula Maig Reforçada 79x145±10cm, Absorció 65x85cm 1 Cobretaules Estàndard 150x190±10cm

1 Bossa Instrumental 40x35±5cm 2 Compartiments 2 Calces Verdes 36x28±2cm
2 Calces Transparents 36x28±2cm 1 Sabana en U 200x260±10cm, obertura de la U 20x102cm c/cobertor perineal
1 Llençol toràcic 200/300x330±10cm incisió 32x40cm, reforçat amb bosses 1 Cobretaules Estàndard 100x150±10cm
6 Compresa abd TNT 40x40cm 130g 3p RX Verd 1 Bisturí Elèctric 320cm amb botons tall/coagulació
1 Neteja puntes de bisturí 5x5cm 1 Càpsula 1500ml Blau Polipropilè
2 Càpsula 500ml Graduada Blava 2 Clau de 3vies MLL/FL Blanca
1 Sonda vesical Foley 16Ch 5ml amb sensor de temperatura 1 Sistema d'infusió 180cm connexió L/L
6 Talla adhesiva 75x75±5 cm 1 Talla d´Utilitats 75x90cm
1 Cobretaules Reforçat 150x240±10cm 1 Xeringa 60 ml Cateter tipus Bulb
2 Bata Quirúrgica Estàndard LL (131cm x A 54cm) =/> 68g/m2 2 Cànula succió Yankauer 22Ch 27,5cm punta rodona s/control
1 Tub succió PVC OD 29CH 7mm 3,5m F/F 2 Xeringa 20ml L/S 2P Excèntrica
2 Xeringa 10ml 2 parts L/S Excèntrica 1 Xeringa 5ml L/S 2P Excèntrica
4 Tovalloles de mans 47x38±5cm 1 Bossa de Plàstic transparent 20x30±2cm amb tanca tipus Zip
1 Paper crepè 60x60±5cm 60gr/m2 blanc 4 Tovalloles de mans 47x38±5cm
1 Bata Quirúrgica Estàndard LL (131cm x A 54cm)=/> 68g/m2 1 Connector recte 10-10x10-10mm
2 Tap blau L/L

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1880 MATERIAL: 30015130

Descripció llarga:

HUB - Equip per a anestèsia via central de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 15 elements

Descripció tècnica:

HUB - Equip per a anestèsia via central de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 15 elements: 1 cobertor taula 100x110±10cm
1 bata quirúrgica XL gramatge superior o igual a 35g amb 2 tovalloles eixugamans
10 compreses de teixit sense teixir 10 x 10 cm 3 talles adhesives 75x75±5cm
1 esponja amb mànec 1 càpsula 250cc
1 xeringa 5ml 1 xeringa 10ml
1 agulla hipodèrmica 21 Gx38 1 agulla hipodèrmica 20 Gx40
1 apòsit adhesiu via 10x12cm±2cm 1 x3 tires adhesives sutura pell
1 safata

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1890 MATERIAL: 30015850

Descripció llarga:

HVH/HUB/HUGTP-Equip per a craniotomia de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost p er 58 elements

Descripció tècnica:

HVH/HUB/HUGTP-Equip per a craniotomia de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 58 elements:
1 Guants Quirúrgics Poliisoprè 6.5 2 Gases abdominals TNT 40x40cm 130g 3p RX Verda
1 Xeringa 10ml L/L 3P Concèntrica 2 Xeringa 20ml L/L 3 partes Concèntrica
1 Fulla de bisturí nº11 1 Fulla de bisturí nº24
1 Bandeja 38x28x5cm 4000ml Blanca 2 Funda Mango de Làmpada Verd
1 Bisturí Elèctric 1 Comptador de Agulles 20 pcs Adh/Foam
2 Tub de Silicona OD 90mm ID 60mm 40m±10cm 60 Compresa gasa 10x10cm 12p 17h RX 5pc Blanca
10 Compresa gasa 10x20cm 17h 12p RX Blanca 1 Grapadora pel 35W 35grapas

1 Bandeja 25x14x5cm 1575ml Blau Polipropilè 3 Càpsula 250ml Graduada blau
2 Càpsula 500ml Graduada blau 1 Neteja puntes de bisturí 5x5cm
2 Tovalloletes eixuga mans 47x38±5cm 4 Tovalloletes eixuga mans 47x38±5m
1 Cobertor taula reforçat 150x190±10cm 1 Bata Quirúrgica estàndard Talla LL (151cm x A 67cm) mínim 35g/m²
2 Bata Quirúrgica estàndard Talla XL (127cm x A 74cm) mínim 35g/m² 1 Cobertor taula estàndard 100x150±10cm
1 Cobertor taula estàndard 150x190±10cm 1 Cobertor taula estàndard 150x190±10cm
4 Talles adhesives 90x75±5cm reforçades 1 Cinta adhesiva 9x49±5cm
4 Talles adhesives 50x50±5cm 1 Llençol Craniotomia 230x300±10cm film de incisió 30x20cm con bossa de
recogita de fluids i tira adherent subjecta tubs 2 Panyo de Utilitats 75x90±5cm
2 Bolsa Instrumental 40x35cm 2 Compartiments 1 Funda Mesa Mayo 79x145±10cm amb absorció,65x85cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1900 MATERIAL: 30016221

Descripció llarga:

HUB - Equip neuroradiologia de teixit sense teixir,lliure de làtex ,estèril,un sol ús,compost per 35 elements

Descripció tècnica:

HUB - Equip neuroradiologia de teixit sense teixir,lliure de làtex,estèril,d'un sol ús,compost per 35 elements:
1 Cobretaula quirúrgic (PR) 150x200±10cm 1 Bata quirúrgica estàndard (SMMMS) "M" + 2 Tovalloles cel·lulosa 30x34cm
1 Bata quirúrgica estàndard (SMMMS) "L" + 2 Tovalloles cel·lulosa 30x34cm 1 Aplicador blau doble cara 15cm
1 Agulla hipodèrmica 20G x 40mm (1 1/2"") groc 1 Agulla hipodèrmica 21Gx40mm (1 1/2'') verd fosc
2 Xeringa 3P LL Color Policarbonat 10ml groga (PC) 3 Xeringa 3P LL 10ml
1 Bisturí amb mànec núm. 11 30 Gases T.S.T. 10x10cm 4 capes
1 Línia injecció contrast (HP) mallada 180cm F-RA BR 4 Equip d'infusió c/càmera c/presa aire c/filtre 230±10cm
2 Stopcock (AP) 1050 psi 3W RH RA OFF MLL 1 Manifold (AP) 1100psi 3V RH ON
1 Equip d'infusió a/cambra a/pren aire a/filtre 180cm 1 Línia monitorització 150cm F-MLL a/taps
1 Bossa recollida residus connexió M 1000 ml 1 Equip d'infusió transluc. a/cambra a/pren aire a/filtre 180cm
1 Batea tipus ronyó 700ml blau 1 Batea circular 250ml blau 1 Batea per a guies 2500ml
2 Talles absorbents 48x40cm 1 Protector intensificador 90x50cm Rodó
2 Protector intensificador 150x75cm Circular 1 Camp angiografia femoral 230x350±10cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1910 MATERIAL: 30016476

Descripció llarga:

HUB-Equip per a otorrinolaringologia II de teixit sense teixir,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 25 elements

Descripció tècnica:

HUB-Equip per a otorrinolaringologia II de teixit sense teixir,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 25 elements:
1 cobertor reforçat de 140X190±10cm 3 tovalloles eixugamans 38X58±3cm
2 bates quirúrgiques SMS estàndard mida L 1 funda taula Mayo reforçada 80X142±3cm
2 fulles bisturí nº 15 1 cànula d'aspiració Yankauer CH18
1 bisturí elèctric amb control manual 1 llima bisturí
2 càpsules de 250ml blaves 20 gases TNT 50 gr. plegades 10X10cm amb control RX
1 tub d'aspiració de silicona de 270cm longitud i Ø0,6cmX9mm 1 bossa instrumental adhesiva 1 compartiment 41X33±3cm
3 talles adhesives 75X90±5cm 1 cinta adhesiva 9X45±3cm
1 turbant de TST 86X107±3cm,adhesiu 1 llençol de TST impermeable,resistent i absorbent en U(6cmX65cm)de
279X196±10cm adhesiu 6X63cm
1 safata suport del equip 25X13X2±3cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1920 MATERIAL: 30016504

Descripció llarga:

HUB - Equip per a ORL (otorrinolaringologia) I, de teixit sense teixir ,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 41 elements

Descripció tècnica:

HUB - Equip per a ORL (otorrinolaringologia) I, de teixit sense teixir ,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 41 elements:
1 cobertor de taula impermeable i resistent de 140 x 190 ±10cm
6 eixugamans 4 bata quirúrgica SMS estàndard mida L
1 guants quirúrgics poliisoprè s/ pols mida 7 1 guants quirúrgics poliisoprè mida 7,5 sense pols
1 turbant de TNT 86x107±5cm 2 tires adhesives de 9x50±5cm
1 llençol reforçat de 196 x 279 ±10cm adhesiu 1 funda taula Mayo 80 x 145 ±10cm
6 talles adhesives de 75 x 90±5cm 1 cobertor de taula impermeable i resistent de 140 x 190 ±10cm
10 gases de TST 50 gr. plegades 10 x 20cm amb control RX 10 gases de TST 50 gr. plegades 10 x 10cm amb control RX
1 talla extra absorbent 45 x 60 aprox. 1 bossa per instrumental adhesiva
1 goma aspiració Ø0,70/1cm x 350±10cm 1 cànula aspiració 12CH sense control d'aspiració
2 cànules 18 CH sense control d'aspiració 1 bisturí elèctric control manual
2 fundes mànec làmpada adaptable 1 càpsula de 50cc 3 càpsules de 250cc
2 fulles de bisturí n° 15 1 comptador d'agulles
1 safata de suport

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1930 MATERIAL: 30016893

Descripció llarga:

Camp quirúrg aïllam vertical polietilè transp a/superfíc adh d'incisió 30x40cm bossa col·lectora fluids a/espita i tapó,2 bosses aux s later dobles instrumental i tires adhes subjectas.Adhe part superior.Mida 240x320cm.S/ làtex,estl,1ús.

Descripció tècnica:

Camp quirúrgic per a aïllament vertical, de polietilè transparent a/supe rfície adhesiva d'incisió de 30x40cm±2cm, bossa col·lectora de fluids a/ espita i tapó, 2 bosses auxiliars laterals dobles per instrumental i tir es adherents subjectatubs.Adhesiu en la part superior.Mida 240x320cm±2cm .Lliure de làtex,estèril,1ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1940 MATERIAL: 30016932

Descripció llarga:

Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids, transpira,subjecc davant, creuada darrera,màniga llarga,punys tricot,sist subjec coll.Costures segella sense cosí,zona critica.Mida XL,llarg 137cm, 2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús

Descripció tècnica:

Bata alta protecció per cirurgia,TST, totalment resistència a la penetra ció líquids i transpirable,subjecció davantera creuada darrera,màniga ll arga,punys tricot i sistema subjecció al coll.Costures termosegellades t ota la zona alta(manigues,espatlles).Mida XL,llarg 137cm, 2 eixugamans.L liure làtex,estèril,1ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1950 MATERIAL: 30016933

Descripció llarga:

Bata alta protecció cirurgia,de TST,reforçada,alta resistència penetra líquids,transpira,subjec davant, creuada darrera,màniga llarg a ergonòm ,punys tricot,sist subjec al coll.Costures segellades sense cosí,zona critica.Mida XL-L.Lliure làtex,estèril,1ús.

Descripció tècnica:

Bata alta protecció per cirurgia,de TST,reforçada,alta resistència penet ració líquids,transpirable,subjecció davantera creuada darrera,màniga ll arga ergonòmica,punys tricot i sistema subjecció al coll.Costures segell ades sense cosí,zona critica.Mida XL-L,llarg 144cm,perímetre170 i 61cm d 'amplada.Lliure làtex,estèril,1ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1960 MATERIAL: 30016934

Descripció llarga:

Bata alta protecció cirurgia,TST,reforçada,alta resistència penetra líquids,transpira,subjec davant,creuada darrera,màniga llarga er gonòmic ,punys tricot i sist subjec coll.Costures segellades s/cosí,zona critica.Mida:119x55cm.Lliure làtex,estèril,1ús.

Descripció tècnica:

Bata alta protecció per cirurgia,de TST,reforçada,alta resistència penet ració líquids,transpirable,subjecció davantera creuada darrera,màniga ll arga ergonòmica,punys tricot i sistema subjecció al coll.Costures segell ades sense cosí,zona critica.Mida:llarg 119cm,perímetre 150cm i 55 d'a mplada.Lliure làtex,estèril,1ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1970 MATERIAL: 30016935

Descripció llarga:

Bata alta protecció cirurgia,de TST,reforçada,alta resistència penetra líquids,transpira,subjec davant,creuada darrera,màniga llarga ergonòmica ,punys tricot,sist subjec al coll.Costures segella sense cosí,zona critica.Mida L-L.Lliure làtex,estèril,1ús.

Descripció tècnica:

Bata alta protecció per cirurgia,de TST,reforçada,alta resistència penet ració líquids,transpirable,subjecció davant creuada darrera,màniga llarg a ergonòmica,punys tricot i sistema subjecció al coll.Costures segellade s sense cosí,zona critica.Mida L-L,llarg 134cm,150 perímetre i 55 d'ampl ada.Lliure làtex,estèril,1ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1980 MATERIAL: 30017301

Descripció llarga:

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè transparent.Mides: 117 x 203 cm, amb lent angulada de vidre i tancament a pressió,ajustable.Per a models Leica Armatec OH/OHS/MS-2/MS-3/M520/M525.Lliure làtex , estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè transparent.M ides: 117 x 203 cm, amb lent angulada de vidre i tancament a pressió,aju stable.Per a models Leica Armatec OH/OHS/MS-2/MS-3/M520/M525.Lliure làt ex , estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 1990 MATERIAL: 30017452

Descripció llarga:

ARN - Equip vies bacterièmia 13 elements lliure de làtexestèril un sol ús.

Descripció tècnica:

ARN - Equip vies bacterièmia 0 de TST. Lliure de làtex, estèril, un sol ús ,compost per 13 elements:
1 cobertor reforçat de 100x150±10cm
1 porta-agulles de plàstic 14cm 1 agulla de 20G
1 bisturí nº 11 amb protecció 1 agulla de 21G
2 xeringues de plàstic de 10ml 1 llençol fenestrat adhesiu de 170x250±10cm amb fenestració de 10cm
1 bata estandard L 2 tovalloletes de cel·lulosa
20 gasses de cotó de 10x10cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2000 MATERIAL: 30017460

Descripció llarga:

HVC - Equip per a cirurgia de cataractes de teixit sense teixir ,impermeable,resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 16 elements

Descripció tècnica:

HVC - Equip per a cirurgia de cataractes de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 16 elements: 1 flascó de solució salina balancejada per a irrigació (BSS)de 15ml
1 llençol quirúrgic no fenestrat de teixit sense teixir 102x122cm amb doble bossa
1 cubre taula 140x140 1 ganiveta 2,8mm doble bisell angulada
1 llanceta escleral de 20G 1 agulla 20Gx3,8cm
1 bata gran amb eixugamans 1 bata XL amb eixugamans
1 batea 250ml 1 cànula cambra anterior 30Gx22mm
1 cànula de hidrodissecció 25G 1 cistotom de irrigació 27G angulat
2 fundes per a cadira de 61x72cm 5 gases de 10x10cm 12 plecs
1 xeringa 2cc L-L

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2010 MATERIAL: 30017701

Descripció llarga:

HUB-Equip diàlisi con/desconx 8+11elements.de teixit sense teixir, impermeable, resistent.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.

Descripció tècnica:

HUB - Equip diàlisi de connexió/desconnexió compostos per 8/11 elements de teixit sense teixir, impermeable, resistent.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.Equip de connexió amb: 1 bata de protecció impermeable TST
1talla amb obertura a U 5 gases TST 10 x 10cm
5 gases TST 7,5 x 7,5cm 1 agulla hipodèrmica 19G x 40mm 1 1/2 embossada estèril
1 xeringa 2,5ml 3C Luer concèntric 1 xeringa 20ml 3C Luer excèntric
1 distintiu vermell Equip de desconnexió amb:
1 bata de protecció impermeable TST 1 talla TST amb obertura a U
5 gases TST 10 x 10cm 5 gases TST 7,5 x 7,5cm
1 agulla hipodèrmica 19G x 40mm 1 1/2 embossada estèril 1 xeringa 2,5ml 3C Luer concèntric
1 xeringa 20ml 3C Luer excèntric 1 tap LL vermell
1 tap LL blau 1 tira adhesiva doble
1 distintiu blau

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2020 MATERIAL: 30017750

Descripció llarga:

HUB - Equip electrofisiologia de teixit sense teixir, lliure de làtex ,estèril,un sol ús,compost per 26 elements

Descripció tècnica:

HUB - Equip electrofisiologia de teixit sense teixir, lliure de làtex,e stèril,un sol ús,compost per 20 elements:
1 Cobretaula reforçat 140 x 190 ±10cm
4 Tovallola eixugamans 30 x 39 ±5cm 1 Funda amplificador RX 40x80±2cm, circular
1 Funda amplificador RX 76x91±2cm 1 Mànec amb esponja per a desinfecció
1 Bisturí nº15 1 Agulla 21Gx1-1/2", verda
1 Batea 500ml, blau 1 Batea 1000ml, blau
2 Xeringa 10ml, L/S 3p 1 xeringa 5ml L/S 3p
1 Agulla 18G punta roma, roja 1 Contenidor d'agulles 20u espuma
10 Gasa 10x10 cm 1 Talla 45 X 50±5cm
1 Llençol Angiografia 231x346±10cm, 4 fenestracions i 2 panels transparentes

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2030 MATERIAL: 30017834

Descripció llarga:

HVC - Equip d'injecció intravítria de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 7 e lements

Descripció tècnica:

HVC - Equip d'injecció intravítria de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 7 elements:
1 llençol taula de 140x120±10cm 1 talla fenestrada de 8,90x75±5cm amb adhesiu
5 gases TNT 7,5X7,5 cm 1 separador parpebral Barraquer 4,5cm
1 marcador escleral 3,5/4,0mm 1 aplicador de cotó de 15x0,5cm
1 agulla de 30Gx13mm groga

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2040 MATERIAL: 30018315

Descripció llarga:

Llençol oftalmologia,TST,impermeable,resistent,baix despreniment partícules,a/camp incisió transparent 8cmx10cm,pont nasal,bossa rec ollida fluïds 18x30cm.Mides:140x150±5cm.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.

Descripció tècnica:

Llençol quirúrgic oftalmologia,TST,impermeable,resistent,baix despreniment de partícules,camp de incisió adhesiu transparent 8cmx10cm± 2cm,bossa recollida fluïds de 18x30cm.Mides:150x 140±5cm.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2050 MATERIAL: 30018623

Descripció llarga:

HUGTP-HUB - Equip Hemodinàmica cardíaca de teixit sense teixir,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 31 elements

Descripció tècnica:

"HUGTP-HUB - Equip Hemodinàmica cardíaca de teixit sense teixir,lliure d e làtex,estèril,un sol ús,compost per 31 elements: #1 cobretaula quirúr gic impermeable i resistent de 140x190±10cm#4 tovalloles de cel·lulosa d e 30x40±3cm #2 bates quirúrgiques estàndards SMS talla L # 40g #2 agull es hipodèrmiques de 19Gx25mm marfil #2 agulles hipodèrmiques de 21Gx38m m #1 agulla 25Gx1.6 taronja #1 xeringa 3P LS 3ml #2 xeringues 3P LS 2 0ml #1 xeringa 3P LS 10ml PP #1 bisturí del núm.11 #1 xeringa 3P LL 10ml #20 compreses TST 10x10 8C #3 xeringues 3P LS 5ml #1 protector p

er a intensificador rectangular de 90x85cm #1 aplicador per a pintar, #1 càpsula circular blava capacitat de 1000ml #1 safata transparent capac
itat 1000ml #1 clau 3 vies amb filtre alta pressió (Stopcok) #1 pany s úper absorbent blau 45x62.5 #1 llençol quirúrgic sense adhesiu de 135x
196cm #1 camp d'angiografia fenestrat (4) 240x400cm impermeable, resis tent amb zona extra absorbent"

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2060 MATERIAL: 30018670

Descripció llarga:

HUB - Equip per a By Pass perifèric de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 59 elements

Descripció tècnica:

HUB - Equip per a By Pass perifèric de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 59 elements:
1 cobertor de taula 140x190±10cm 1 cobertor de taula 160x240±10cm
4 eixugamans 1 bata quirúrgica SMS mida L 35g
3 bates quirúrgiques reforçades impermeables mida XLL ? 76g 4 talles sense adhesiu 75x90±5cm
1 talla adhesiva 75x90±5cm 1 llençol superior impermeable, resistent 269x160±10cm
1 llençol de 145x193±10cm 1 llençol inferior 193x300±10cm amb obertura en U de 10x100cm i zona
extra absorbent 20 gasses grans de TST amb control Rx 10x20cm
20 gasses petites de TST amb control Rx 10x10 1 alforja per instruments
2 fundes mànec llum adaptables 1 goma aspiració
1 cànula Yankauer fina sense control aspiració 1 bisturí elèctric
1 rascador bisturí 1 safata 20x14x5cm
2 safates rodones 250cc 1 safata rodona 500cc
1 mànec amb esponja 4 cintes elàstiques identificadores maxi blaves
4 cintes elàstiques identificadores maxi grogues 10 protectors de pinça mosquit
2 xeringues Luer 20ml 1 grapadora quirúrgica de pell 3,5
1 fulla bisturí núm. 24 1 fulla bisturí núm. 11
2 tires adherents

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2070 MATERIAL: 30018671

Descripció llarga:

HUB - Equip per a punció biòpsia Body Scaner de teixit sense teixir, impermeable, resistent.Lliure de làtex,estèril,un sol ús, compo st per 29
elements

Descripció tècnica:

HUB - Equip per a punció biòpsia Body Scaner de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compost per
15 elements:
1 Cobertor de taula 140x120 ±10cm 2 Tovalloles eixugamans ±3cm
1 Bata estàndard mida L 20 Gasses TST 35 gr. plegades 10x10cm 1 Talla de TST adhesiva 75x90 ±5cm amb obertura de 9x12cm
1 Safata 125 ml blava 1 Xeringa 10 ml L/L
1 Agulla 19Gx38mm 1 Apòsit adhesiu amb gasa central 10x8 ±3cm
1 Sutures de pell adhesives 13x10cm (3u) 1 Funda intensificador imatge circular L=50cm/D=58cm/Goma=100cm 1 Talla
75x90 ±5cm 1 Llençol angio de 244x400 ±10cm amb 4 fenestracions

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2080 MATERIAL: 30018672

Descripció llarga:

Equip per a pròtesi total de genoll i extremitats inferiors, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, compost per 24 elements

Descripció tècnica:

Equip per a pròtesi total de genoll i extremitats inferiors, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, compost per 24 elements:
Equip per a pròtesi total de genoll i extremitats inferiors, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, compost per 24 elements:
4 tovalloles de cel#lulosa 19x25±3cm 1 cobertor de taula 150x190±10cm
1 bata quirúrgica mida L 2 bates quirúrgiques reforçades mida XLL
1 llençol d'extremitats 230x315cm amb obertura elàstica de 7±10cm 6 tovalloles eixugamans 37x40±5cm
2 talles adhesives 75x75±5cm 3 cintes adhesives 9x49±3cm
3 cobertors de taula 150x190±10cm 1 bossa d'instrumental 40x35±5cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2090 MATERIAL: 30018673

Descripció llarga:

Equip per a pròtesi total de maluc, de teixit sense teixir, impermeable ,resistent, lliure làtex, estèril, un sol ús. Compost per 26 elements

Descripció tècnica:

Equip per a pròtesi total de maluc, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure làtex, estèril, un sol ús. Compost per 26 elements
4 tovalloles de cel#lulosa 19x25±3cm 1 llençol 240x150±10cm
1 cobertor de taula reforçat 150x190±10cm 1 bata quirúrgica mida L
2 bates quirúrgiques reforçades mida XLL 1 llençol de maluc amb bosses dislocació 230/300x330±10cm i obertura
elàstica 6 tovalloles eixugamans 37x40±5cm
3 talles adhesives 75x75±5cm 3 cintes adhesives 9x49±3cm
2 cobertors de taula 150x190±10cm 1 botina 25x75±5cm
1 talla 75x90±5cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2100 MATERIAL: 30018681

Descripció llarga:

HUB - Equip per a punció biòpsia ECO radiodiagnòstica de teixit sense teixir, lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 17 eleme nts:

Descripció tècnica:

HUB - Equip per a punció biòpsia ECO radiodiagnòstica de teixit sense teixir, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 17 elements:
1 cobertor de taula 140x120±10cm
2 tovalloles eixugamans ±3cm 1 bata quirúrgica estàndard mida l, 35g 20 gasses TST 35 gr.Plegades
10x10cm 3 talles adhesives 75x75±5cm
1 safata 250ml 1 xeringa 10 ml L/L
1 xeringa 20 ml L/L 1 agulla hipodèrmica 21gx40mm
1 agulla hipodèrmica 19gx38mm 1 mànec amb esponja per pintar
1 safata 1 apòsit adhesiu amb gasa central ±3cm
1 sutura cutània adhesiva 12x10cm x3

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2110 MATERIAL: 30019242

Descripció llarga:

Llençol quirúrgic de teixit sense teixir, impermeable, resistent, amb obertura central quadrada de 10x15cm ±2cm amb adhesiu i zona d e reforç absorbent de 30x33cm ±2cm, absorbent. Mida total 102x157cm±2cm.Lliure de làtex,estèril,sol ús.

Descripció tècnica:

Llençol quirúrgic de teixit sense teixir, impermeable, resistent, amb ob ertura central quadrada de 10x15cm ±2cm amb adhesiu i zona de reforç abs orbent de 30x33cm ±2cm, absorbent. Mida total 102x157cm±2cm.Lliure de là tex,estèril,sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2120 MATERIAL: 30019243

Descripció llarga:

Llençol quirúrgic de teixit sense teixir, impermeable, resistent, amb obertura circular de 12cm±2cm de diàmetre amb adhesiu.Mides: 2 20x240cm ±2cm.Lliure de làtex, estèril, sol ús.

Descripció tècnica:

Llençol quirúrgic de teixit sense teixir, impermeable, resistent, amb ob ertura circular de 12cm±2cm de diàmetre amb adhesiu.Mides: 220x240cm ±2c m.Lliure de làtex, estèril, sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2130 MATERIAL: 30019244

Descripció llarga:

Llençol quirúrgic per a cirurgies menors de TST, impermeable, resistent, amb obertura de 5x7cm ±2cm amb adhesiu, 2 capes,exterior ab sorbent en tota l'extensió. Mida total 120x150cm ±2cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Llençol quirúrgic per a cirurgies menors de TST, impermeable, resistent, amb obertura de 5x7cm ±2cm amb adhesiu, 2 capes,exterior absorbent en t ota l'extensió. Mida total 120x150cm ±2cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2140 MATERIAL: 30019264

Descripció llarga:

HTG - Equip per a faco vitrectomia CONSTELLATION 23G, 7.5 CPM valvulado, de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de là tex,estèril,un sol ús. Compost per 22 elements

Descripció tècnica:

HTG - Equip per a faco vitrectomia CONSTELLATION 23G, 7.5 CPM valvulado, de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 22 elements:
1 flascó de solució salina balancejada (BSS) de 15ml 1 llençol quirúrgic fenestrat de teixit sense teixir de 165x255cm doble bossa 1 llençol cobertor de l'equip de 140x140cm
2 bosses microesponges de 10 unitats 1 apòsit transparent de 10x12cm
1 bata L no reforçada amb eixugamans 1 bata XL no reforçada amb eixugamans
1 bossa lateral universal de 75x90cm 1 bossa de succió de 35x40cm
1 càpsula de plàstic graduada de 250ml 1 cobertor de taula de 100x150±10cm
1 cobertor taula de Mayo de 75x145±10cm 2 xeringues 20cc luer-lock
1 agulla 30Gx1,3 20 gasses 8x8cm de 12 plecs.
2 tovalloles de paper blanc de 38x56±5cm 2 manegots 79x122±5cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2150 MATERIAL: 30019300

Descripció llarga:

Equip bàsic per a cirurgia pediàtrica, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, absorbent, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, compost per 11 elements

Descripció tècnica:

Equip bàsic per a cirurgia pediàtrica, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, absorbent, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, compost per 11 elements 1 cinta adhesiva de 9x49±3cm
4 eixuga camp cel#lulosa 18x25±5cm 1 funda de Mayo 79x145cm, abs. 65x85±5cm
2 talles adhesives de 73x73±5cm 1 llençol adhesiu 183x183±10cm
1 llençol adhesiu de 240x148cm±10 adh.2,5 cm 1 cobertor de taula 150x190±10cm, abs. 75x190cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2160 MATERIAL: 30019351

Descripció llarga:

HUB - Equip vitrectomia de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 25 element s

Descripció tècnica:

HUB - Equip vitrectomia de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 25 elements:
2 cobertors taula quirúrgica TST impermeabilitzat 100 x 150±10cm 3 tovalloles eixugamans cel·lulosa 19 x 27±3cm
3 bates quirúrgiques estàndard TST alta resistència penetració líquids mida L
1 llençol cirurgia oftalmològica impermeable d'alta resistència 155x178±10cm amb adhesiu 30x20cm,àrea d'incisió 12x9cm,obertura 6x3cm i 2 bosses recol·lecció fluids 20 gases quirúrgiques TST de 20x20 cm plegada 10x10 cm de 4 capes
1 camp d'incisió de plàstic transparent adhesiu,transpirable i elàstic 10 x 15 cm i superf adhesiva 10x10 cm
6 tires adhesives TST 100X12mm 3 tires adhesives TST 100X6mm
2 xeringues de 2 c i 10 ml a/conn Luer,excèntrica i èmbol amb anella de seguretat
1 equip d'infusió transparent amb presa d'aire-filtre,cambra de degoteig de 20 gotes/ml amb filtre,rodet regulador de flux i connexió L-L 180 cm de llarg 2 claus de tres vies transparent amb tres connexions L-L dues femella i un mascle rotatori 10 llancetes absorbents de cel·lulosa quirúrgica
2 cànules d'irrigació 25G x 1" (0,50 mm x 25 mm tipus Rycroft o equivalent,45°, 25G x 1"
2 braçals per avantbraç TST impermeable i puny elàstic,57 cm 1 càpsula de 150ml

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2170 MATERIAL: 30019652

Descripció llarga:

Llençol inserció vies de TST,impermeable,resistent,8 fenestracions: Angio Radial i Braquial 2 fenest oval 10x7cm p/ zona;femoral i S ubclàvia-Iugular 2 fenest Ø12cm p/zona.Panell polietilè transp 70cm z/cap.Mida total 200x280cm+/5cm.Lliure làtex,est,1ús

Descripció tècnica:

Llençol inserció vies de TST, impermeable, resistent, de 8 fenestracions : Angio Radial i Braquial 2 fenest oval 10x7cm p/cada zona; Angio femoral i Subclàvia-Iugular 2 fenest Ø12cm p/cada zona.Panell polietilè transp 70cm z/cap.Mida total 200x280cm+/5cm. Lliure làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2180 MATERIAL: 30019659

Descripció llarga:

HTG/HJXXIII/HVC-Equip per a cirurgia Universal de teixit sense teixir impermeable resistent lliure de làtexestèrilun sol ús. Compost per 17 elements

Descripció tècnica:

HTG/HJXXIII/HVC-Equip per a cirurgia Universal de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 17 elements: 1 Cobertor de taula Reforçat 150x190±10cm
1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm) >/= 35g/m² 1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla XL-L (L 144cm x A 60cm) >/= 35g/m²
4 Tovalloletes eixugamans 47x38±5cm 1 Funda Taula Maig 79x145±10cm, Absorció 65x85cm
2 Talles adhesives 90x75±5cm reforçades 1 Llençol adhesiu 175x175±10cm reforçada amb passatubs
1 Llençol adhesiu 240x150±10cm reforçada amb passatubs 1 Cinta adhesiva 9x49±5cm
4 Tovallola Assecat de Camp 18x25±5cm blanca

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2190 MATERIAL: 30019660

Descripció llarga:

HUGTP/HTG/HJXXIII/HVC- Equip RTU cistoscòpia - litotripsia de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compos per 8 elements

Descripció tècnica:

HUGTP/HTG/HJXXIII/HVC- Equip RTU cistoscòpia - litotripsia de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 8 elements: 1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm
2 Tovalloles eixuga mans 47x38±5cm 2 Tovalloles Assecat de Camp 18x25±5cm blanca
1 Llençol RTU 175/270x240±10cm reforçada amb obertura 8 i 5 cm amb dedil integrat, camals i bossa de recollida de líquids amb espita
1 Funda Càmera 18x250±10cm amb Punta Elàstica 1 Bata Fluid Protecció Plus XLL (L 145cm x A 60cm)

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2200 MATERIAL: 30019661

Descripció llarga:

HTG/HJXXIII/HVC-Equip Cirurgia en posició ginecològica de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 11 elements

Descripció tècnica:

HHTG/HJXXIII/HVC-Equip Cirurgia en posició ginecològica de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 11 elements: 1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm
1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla XL-L (L 144cm x A 60cm) >/= 35g/m² 2 Tovalloles de mans 47x38±5cm
2 Tovallola Assecat de Camp 18x25±5cm blanca 2 Camals Litotomia 75x120±10cm
2 Drap adhesiu 75x75±5cm 1 Cinta adhesiva 9x49±5cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2210 MATERIAL: 30019662

Descripció llarga:

HVC - Equip per a ginecologia via vaginal de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 12 elements

Descripció tècnica:

HHVC - Equip per a ginecologia via vaginal de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 12 elements: 1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm
4 Tovalloles de mans 47x38±5cm 1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm) =/> 35g/m²
1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla XL-L (L 144cm x A 60cm)=/> 35g/m² 1 Cinta adhesiva 9x49±5cm
1 Talla sota natges 75x100±10cm 1 Llençol URO/Ginecològica 200/355x295±10cm obertura 17/8x28cm i bossa
1 Funda Taula Maig 79x145±10cm, Absorbent 65x85cm 1 Paper crepè 60x60±10cm, 60gr/m2 blanc

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2220 MATERIAL: 30019663

Descripció llarga:

HTG/HJXXIII/HVC-Equip per a Cirurgia abdomino perineal de teixit sense teixir impermeable resistent lliure de làtexestèrilun sol ús. Compost per 18 elements

Descripció tècnica:

HTG/HJXXIII/HVC-Equip per a Cirurgia abdomino perineal de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 18 elements: 1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm
1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm)>/= 35g/m² 1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla XL-L (L 144cm x A 60cm)>/= 35g/m²
4 Tovalloleta eixuga mans 47x38±5cm 4 Tovalloleta Assecat de Camp 18x25±5cm blanca
1 Funda Taula Maig 79x145±10cm, Absorció 65x85cm 1 Subjecta tubs de tira adhesiva 2,5x30±5cm amb adhesiu
1 Talla adhesiva 75x75±5cm 1 Llençol Laparoscòpia 250/175/270x260±10cm, reforçada obertura adhesiva
flexible abdominal 25x30cm i 13x24cm perianal, amb bosses laterals, camals i passatubs
2 Cinta adhesiva 9x49±5cm 1 Paper crepè 60x60±5 cm 60gr/m2 blanc

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2230 MATERIAL: 30019664

Descripció llarga:

HTG/HVC - Equip per a Cesària de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 14 eleme nts

Descripció tècnica:

HTG/HVC - Equip per a Cesària de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 14 elements:
1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm
4 Tovalloles seca mans 47x38±5cm 1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm)mínim 35g/m²
4 Tovallola Assecat de Camp 18x25±5cm blanca 1 Llençol Cesària 175/250x300±10cm reforçada, film d'incisió 38x32cm
complet c/bossa per a recollida de líquids amb espita i passatubs 1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla XL-L (L 144cm x A 60cm)mínim 35g/m²
1 Cinta adhesiva 9x49±5cm 1 Paper crepè 60x60±5cm 60gr/m2 blanc

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2240 MATERIAL: 30019665

Descripció llarga:

HVC - Equip per a Part Via Vaginal de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 15 elements:

Descripció tècnica:

HVC - Equip per a Part Via Vaginal de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 15 elements:
1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm
2 Tovalloles de mans 47x38±15cm 1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla XL-L (L 144cmxA 60cm)=/>35g/m²
1 Cinta adhesiva 9x49±5cm 2 Fundes per posició Litotomia 75x120±10cm
1 Talla d´Utilitats 75x90±5cm 1 Talla adhesiva 75x75±5cm reforçat
1 Talla sota natges amb bossa 85x120±10cm reforçat amb bossa 2 Tovallola Assecat de Camp 18x25±5cm blanca
2 Talles adhesives 75x75±5cm 1 Manta de nadó 100x100±10cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2250 MATERIAL: 30019666

Descripció llarga:

HUGTP/HTG/HJXXIII/HVC-Equip Cirurgia Cap i Coll de teixit sense teixir impermeable resistent lliure de làtexestèrilun sol ús. Compo st per 15 elements

Descripció tècnica:

HUGTP/HTG/HJXXIII/HVC-Equip Cirurgia Cap i Coll de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 15 elements: 1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm
1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm)>/= 35g/m² 1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla XL-L (L 144cm x A 60cm)>/=35g/m²
4 Tovalloletes Assecat Camp 18x25±5cm blanca 1 Cinta adhesiva 9x49±5cm
1 Llençol Cap 150x175±10cm c/turbant 106x103cm 1 Llençol adhesiva 175x175±10cm reforçada amb passa tubs
1 Funda Taula Maig 79x145±10cm, Absorció.65x85cm 4 Tovalloletes eixuga mans 47x38±5cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2260 MATERIAL: 30019667

Descripció llarga:

HTG/HJXXIII/HVC- Equip Artroscòpia genoll de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 19 elements

Descripció tècnica:

HTG/HJXXIII/HVC- Equip Artroscòpia genoll de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 19 elements: 1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm
4 Tovalloles eixuga mans 47x38±5cm 1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm)>/=35g/m²
1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla XL-L (L 144cm x A 60cm)>/=35g/m² 4 Tovallola eixugar Camp 18x25±5cm blanca
1 Botina 22x75±5cm 2 Cinta adhesiva 9x49±5cm
1 Funda Taula Maig 79x145±10cm, Absorció.65x85cm 1 Funda Càmera 18x250±10cm, Punta Elàstica
1 Llençol Artroscòpia Genoll 230x320±10cm reforçat, fenestracions elàstiques de 7 i 5 cm amb bossa de recollida de líquids amb espita i passatubs integrats 1 Talla adhesiva 75x75±5cm
1 Paper crepè 60x60±5cm 60gr/m2 blanc

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2270 MATERIAL: 30019668

Descripció llarga:

HTG/HJXXIII/HVC Equip Cirurgia mà i peu de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost pe r 11 elements

Descripció tècnica:

HTG/HJXXIII/HVCEquip Cirurgia mà i peu de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 11 elements: 1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm
4 Tovalloles seca mans 47x38±5cm 1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm)>/= 35g/m²
1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla XL-L (L 144cm x A 60cm)>/= 35g/m² 1 Llençol d´extremitats 230X315±10cm reforçada, obertura 3.5cm elàstica, passatubs integrats 2 Tovallola Assecat de Camp 18x25±5cm blanca
1 Talla adhesiva 75x75±5cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2280 MATERIAL: 30019669

Descripció llarga:

HTG/HJXXIII/HVC Equip Pròtesi Total de Genoll i cirurgia oberta de genoll de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de l àtex,estèril,un sol ús. Compost per 28 elements

Descripció tècnica:

HTG/HJXXIII/HVC Equip Pròtesi Total de Genoll i cirurgia oberta de genoll de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 28 elements: 1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm
2 Cobretaules Estàndard 150x190±10cm 1 Cobretaules Estàndard 100x150±10cm
1 Funda Taula Maig 79x145±10cm, Absorció.65x85cm 3 Talles adhesiu 75x75±5cm
3 Talles de Utilitats 75x90±5cm 1 Botina 22x75±5cm
2 Cinta adhesiva 9x49±5cm 4 Tovallola Assecat de Camp 18x25±5cm blanca
1 Llençol Extremitats 230x315±10cm reforçada, obertura 7cm elàstica, passatubs integrats
1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm)>/= 35g/m² 1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla XL-L (L 144cm x A 60cm)>/= 35g/m²
4 Tovalloles de mans 47x38±5cm 1 Bossa Instrumental 40x35±5cm 2 Compartiments
1 Sabana en U 200x260±10cm reforçada, obertura adhesiva 7x102cm 1 Funda intensificador 90x75±10cm amb 2 cintes adhesives

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2290 MATERIAL: 30019670

Descripció llarga:

HTG/HJXXIII/HVC-Equip per Artroscòpia/Cirurgia oberta d'espatlla de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estè ril,un sol ús. Compost per 19 elements

Descripció tècnica:

HTG/HJXXIII/HVC-Equip per Artroscòpia/Cirurgia oberta d'espatlla de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 19 elements: 1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm
2 Talla adhesiva 75x75±5cm 1 Funda Cambra 18x250±10cm, Punta Elàstica
2 Cinta adhesiva 9x49±5cm 1 Talla d´Utilitats 75x90±5cm
1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm)>/= 35g/m² 1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla XL-L (L 144cm x A 60cm)>/= 35g/m²
4 Tovalloles seca mans 47x38±5cm 4 Tovallola Assecat de Camp 18x25±5cm blanca
1 Llençol Espatlla a U c/bossa 240x170±10cm, obertura U 15x45cm adhesiva, amb bossa de recollida de líquids amb 2 espites i velcros subjectatubs
1 Llençol d'espatlla a U 230x295±10cm reforçada, obertura U 10x70cm adhesiva

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2300 MATERIAL: 30019671

Descripció llarga:

HTG/HJXXIII/HVC-Equip Pròtesi Total de Maluc i Cirurgia de Maluc de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estè ril,un sol ús. Compost per 29 elements

Descripció tècnica:

HTG/HJXXIII/HVC-Equip Pròtesi Total de Maluc i Cirurgia de Maluc de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 29 elements: 1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm
4 Tovalloles de mans 47x38±5cm 1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm)>/= 35g/m²
1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla XL-L (L 144cm x A 60cm)>/=35g/m² 1 Funda Taula Maig 79x145±10cm, Absorció 65x85cm
1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm Absorció 75x190cm 1 Sabana en U 200x290±10cm, reforçada, obertura 7x102cm adhesiva
1 Sabana adhesiva 300x175±10cm reforçada, amb passatubs 5 Cinta adhesiva 9x49±5cm
4 Tovallola Assecat Camp 18x25±5cm blanca 1 Sabana adhesiva 175x175±10cm reforçada, amb passatubs
1 Bossa Instrumental 40x35±5cm 2 Compartiments 3 Talla adhesiva 75x75±5cm

1 Botina impermeable 31x122±10cm 1 Cobretaules Estàndard 150x190±10cm
1 Funda Taula Maig 79x145±10cm, Absorció.65x85cm 1 Cobretaules Estàndard 100x150±10cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2310 MATERIAL: 30019672

Descripció llarga:

HJXXIII/HV-Equip Cirurgia esquena de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 19 e lements

Descripció tècnica:

HJXXIII/HV-Equip Cirurgia esquena de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 19 elements:
1 Cubremesas Reforzado 150x190±10cm 1 Cubremesas Estándar 150x190±10cm
1 Cubremesas Reforzado 150x190±10cm Absorción 75x190cm 1 Sabana adhesiva 300x175±10cm reforzada, con pasatubos
1 Sabana adhesiva 175x175±10cm reforzada, con pasatubos 1 Sabana en U 200x290±10cm reforzada, abertura adhesiva 7x102cm
3 Cinta adhesiva 9x49±5cm 4 Toalla Secado de Campo 18x25±5cm blanca
4 Toallas de manos 47x38±5cm 1 Bata Quirúrgica Estándar Talla L-L (L 134cm x A 55cm)mínimo 35g/m²
1 Bata Quirúrgica Estándar Talla XL-L (L 144cm x A 60cm)mínimo 35g/m²

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2320 MATERIAL: 30019673

Descripció llarga:

HTG/HVC- Equip Extracció clau intramedul·lar i amputació supracondília de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làte x,estèril,un sol ús. Compost per 18 elements

Descripció tècnica:

HTG/HVC- Equip Extracció clau intramedul·lar i amputació supracondília de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 18 elements:
1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm 1 Cobretaules Estàndard 150x190±10cm
1 Funda Taula Maig 79x145±10cm, Absorció.65x85cm 1 Botina 22x75±5cm
4 Tovallola Assecat de Camp 18x25±5cm blanca 4 Tovalloles de mans 47x38±5cm
1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm)mínim 35g/m² 1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla XL-L (L 144cm x A 60cm) mínim 35g/m²
3 Cinta adhesiva 9x49±5cm 1 Llençol Extremitats 230x315±10cm reforçada, obertura 7cm elàstica, passa tubs integrats

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2330 MATERIAL: 30019674

Descripció llarga:

HTG/HJXXIII/HVC-Eq Cir taula tracció de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 1 6 elements

Descripció tècnica:

HTG/HJXXIII/HVC-Eq Cir taula tracció de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 16 elements:
1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm 1 Cobretaules Estàndard 100x150±10cm
2 Talles adhesives 75x75±5cm 4 Tovalloles de mans 47x38±5cm
1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm) >/= 35g/m² 1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla XL-L (L 144cm x A 60cm) >/= 35g/m²
1 Sabana d'Aïllament Vertical 330 x 240±10cm, transparent, film d'incisió 86 x 25cm, amb bosses laterals per a instrumental, tires adherents subjectatubs, bossa de recollida de líquids amb espita, adhesiu a la part superior per subjecció
4 Tovallola Assecat de Camp 18x25±5cm blanca 1 Paper crepè 60x60±10cm 60gr/m2 blanc

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2340 MATERIAL: 30019675

Descripció llarga:

HJXXIII- Equip de Rizolisi i nefrostomia d de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 7 elements

Descripció tècnica:

HJXXIII- Equip de Rizolisi i nefrostomia d de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 7 elements: 1 cobertor de taula estàndard de 150 x 190±10cm
1 tovallola eixugamans de 47 x 38±5cm 1 bata quirúrgica estàndard XL-L (144x60)cm >/=35gr
3 talles adhesives de 75 x 75 ±10cm 1 llençol adhesiu de 175 x 150±10cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2350 MATERIAL: 30019676

Descripció llarga:

HJXXIII/HVC- Equip de locals i cirurgia urológica de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 3 elements

Descripció tècnica:

HJXXIII/HVC- Equip de locals i cirurgia urológica de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 3 elements: 1 Talla adhesiva fenestrada 75x90±10cm obertura 6x8cm
1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm 1 Llençol adhesiu 175x15010cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2360 MATERIAL: 30019677

Descripció llarga:

HJXXIII/HVC- Equip d'adenoides i locals de teixit sense teixir, impermeable resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 3 elements

Descripció tècnica:

HJXXIII/HVC- Equip d'adenoides i locals de teixit sense teixir, impermeable resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 3 elements: 1 talla d'utilitats 75 x 90±5cm
1 talla adhesiva 75 x 75±5cm 1 cobretaules estàndard 100 x 150±10cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2370 MATERIAL: 30019926

Descripció llarga:

Funda per intensificador d'imatges arc en C,polietilè, antiestàtic transparent:2 fund elàstiq circulars de 91x91 cm,1 funda arc en C mides 12,5x215cm,ajust a/tancament clip.Compatible a/models General Electric de 12". Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda per intensificador d'imatges arc en C,polietilè, antiestàtic trans parent:2 fund elàstiq circulars de 91x91 cm,1 funda arc en C mides 12,5x 215cm,ajust a/tancament clip.Compatible a/models General Electric de 12" . Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2380 MATERIAL: 30020070

Descripció llarga:

Funda telescòpica per a càmera de polietilè transparent de 13 x 244cm ,llarg ±10cm, extrem en forma d'embut, amb tires de fixació. Ll iure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda telescòpica per a càmera de polietilè transparent de 13 x 244cm,ll arg ±10cm, extrem en forma d'embut, amb tires de fixació. Lliure de làte x, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2390 MATERIAL: 30020212

Descripció llarga:

Funda quirúrgica per a transductor (10mm) laparoscòpia, de polietilè transparent, punta NeoGuard. Mides: 15,2 x 244cm,llarg ±10cm am b plegat telescòpic. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda quirúrgica per a transductor (10mm) laparoscòpia, de polietilè tra nsparent, punta NeoGuard. Mides: 15,2 x 244cm,llarg ±10cm amb plegat tel escòpic. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2400 MATERIAL: 30021183

Descripció llarga:

HUGTP - Equip bàsic per angiografia neuroradiològica de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ú s. Compost per 40 elements

Descripció tècnica:

HUGTP - Equip bàsic per angiografia neuroradiològica de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 40 elements:
1 cobertor quirúrgic de taula 140x190±10cm 7 tovalloles eixugamans
1 bata quirúrgica estàndard SMS mida L gramatge igual o superior a 35g 2 bates quirúrgiques estàndard SMS mida XL gramatge igual o superior a 35g 1 càpsula 150ml transparent
1 safata per a guies de 2500ml blava 1 mànec amb esponja 15cm
2 fundes amplificador imatges RX 50x100±5cm circular 1 funda amplificador imatges RX 85x95±5cm rectangular
1 bisturí amb mànec n° 11 1 agulla 18Gx38mm rosa
1 agulla 21Gx38mm verda 1 xeringa 10mlL/S 3p
2 xeringues 10ml L/L 3p 2 xeringues 20ml L/L 3p
2 bosses140x75x250±10mm 3 cintes adhesives 9x50±5cm
30 gases 10x10cm 1 clau 3 vies 1200PSI
1 sistema Angio amb bossa 2 sistema de sèrum, gravetat, 17
1 bossa, piggy, 27x34±2cm 1 talla super absorbent de 45x61±5cm
1 llençol femoral angiografia 220x370±10cm amb reforç,2 fenestracions,2 laterals transparents+T132

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2410 MATERIAL: 30021184

Descripció llarga:

HUGTP - Equip angiogràfic vascular (L) de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 31 elements

Descripció tècnica:

HUGTP - Equip angiogràfic vascular (L) de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 31 elements:
1 cobertor quirúrgic de taula 140x190cm 4 tovalloletes secamans
1 bata quirúrgiques SMS mida L, gramatge =/> 40g 1 bata quirúrgiques SMS mida XL, gramatge =/> 40g
1 tovallola cel·lulosa 39x58±5cm 1 esponja amb màneg
1 bosses140x75x250±5mm 1 talla absorbent amb adhesiu 75x90±5cm
1 safata transparent 150ml 1 safata transparent 500ml
1 safata circular 120ml blava 1 safata circular 500ml blava
30 compreses de gasa plegada 10x10cm (17fils i 8 capes) 1 protector rectangular intensificador imatges 85±5cm
2 protector rodó intensificador imatges 100x50±5cm 1 llençol angiografia femoral 230x350±10cm
1 safata rectangular 53x32,5x5,2 blanca 1 agulla hipodèrmica 19Gx25mm ivori
1 agulla hipodèrmica 21Gx40mm verd fosc 1 bisturí n° 11 mànec llarg
2 xeringues 3p LL 10ml 2 xeringues 3p LL 20ml

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2420 MATERIAL: 30021185

Descripció llarga:

HUGTP-Equip angiografia vascular(k) 23elements

Descripció tècnica:

HUGTP - Equip angiografia vascular (k) compost per 23 elements:
1 bisturí curt 11 amb protecció; # 2 xeringues 20ml luer-lock 3p;
2 xeringues 10ml luer- lock; 3p, # 1 xeringa 5ml luer 3p;
1 agulla 21=0,80G verda; # 2 agulles 18= 1,20G rosa;
1 agulla 27=0,40G gris; # 8 tovalloletes cel·lulosa 33x33cm;
1 talla superabsorbent 50x50cm; # 2 bates quirúrgiques de protecció estàndard mida L 125cm;
1 talla superabsorbent adhesiva 50x50x50cm; # 1 batea plàstic 250ml 9,2cm graduada;
1 cobertor taula reforçat de TST /PE 190x140cm; # 1 batea rectangular plàstic 2000ml 27x22x5cm;
1 batea plàstic 120ml 9,2cm graduada; # 1 pintor 5x5x22cm;
30 gases TST 10x10cm; # 1 funda intensificador imatges 120x60cm de PE;
1 funda intensificador imatges 80x40cm de PE.
Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2430 MATERIAL: 30023445

Descripció llarga:

Talla quirúrgica de teixit sense teixir, extra absorbent de 6 capes (59 ,6/m2, 70% raió viscosa, 30% polièster) amb tira adhesiva. Mi des: 48x40cm, adhesiu 2,5x40cm +/- 2cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Talla quirúrgica de teixit sense teixir, extra absorbent de 6 capes (59 ,6/m2, 70% raió viscosa, 30% polièster) amb tira adhesiva. Mides: 48x40cm, adhesiu 2,5x40cm +/- 2cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2440 MATERIAL: 30023930

Descripció llarga:

HUB - Equip per a cirurgia de caròtida de teixit sense teixir impermeable ,resistent,lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 59 elements.

Descripció tècnica:

HUB - Equip per a cirurgia de caròtida de teixit sense teixir impermeable ,resistent,lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 59 elements:
1 Bisturí Elèctric 3 Bata quirúrgica Reforçada Mida: 157cm x 65cm+/-10cm>/- 35g/m²
1 Cobertor taula Reforçada 150x190±10cm 2 Cobertor taula estàndard 150x190±10cm
1 Bata quirúrgica estàndard Mida: 134cm x 55cm+/-10cm,>/- 35g/m² 2 Vessel loop maxi 2.5mm x 1mm x 406mm silicona blau XRD
4 Tovalloletes eixugamans 47x38±5cm 2 Subjecta tubs tira adherents 25x15cm adhesiu
1 Fulla de bisturí nº24 1 Fulla de bisturí nº11
2 Protector Pinça Mosquito groc 2 pares 2 Capsula graduada transparent 250ml
1 Càpsula Graduada transparent 500ml 1 Guants quirúrgics de Poliisoprè nº 65
2 Guants quirúrgics de Poliisoprè nº 7 1 Guants quirúrgics de Poliisoprè nº 75
1 Netejador puntes de bisturí 5x5cm 2 Fundes mànec de làmpada verd
20 Gases TST 10x10cm 50gr 4P RX blanca 10 Gases TST 10x20cm 50gr 4p RX blanca
1 Mànec amb esponja 3 Talles adhesives 100x100±10cm reforçades
1 Llençol adhesiu 240x175±10cm reforçat 1 Llençol adhesiu 200x200±10cm reforçat
2 Tovalloletes de mans 47x38±5cm 3 Tovalloletes per eixugar el camp 18x25±5cm
2 Xeringa 20ml L/L 3 partes concèntrica 2 Vessel loop maxi 1mm 40.6cm silicona amarillo
1 Vessel loop maxi 25x1mm 406cm silicona blanco XRD 1 Llençol sense adhesiu 90x150±10cm
1Tub succió OD 29Ch 7mm 3m±10cm 2 Cinta adhesiva 9x49cm
1 Safata 25x14x5cm 1575ml blava Polipropilè 1 Comptador de agulles magnètic 30 uds
1 Bossa Instrumental 40x35cm de 2 compartiments 3 Cànules Yankauer 12Ch 275cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2450 MATERIAL: 30024010

Descripció llarga:

HUB - Equip per a Amputació de teixit sense teixirlliure de làtexestèrilun sol úscompost de 36 elements

Descripció tècnica:

HUB - Equip per a Amputació de teixit sense teixir,lliure de làtex ,estèril,d'un sol ús,compost de 36 elements:
4 Tovalloles eixugamans mans 47x38±5cm 10 Compresa TST 10x10cm 50gr 4P RX blanca
2 Cinta adhesiva 9x49±5cm 3 Bates quirúrgica Reforçada Mida: 129cm x 60cm+/-10cm,>/- 35g/m²
20 Gases TST 10x20cm 50gr 4p RX blanca 1 Bisturí Elèctric
1 Neteja puntes bisturí 5x5cm 1 Full de bisturí nº24
1 Contenidor d'agulles 20pcs Foam/Magnètic groc 1 Càpsula graduada transparent 250ml
1 Mànec amb esponja 2 Talla adhesiva 90x75±5cm reforçat
2 Fundes Mànec de Llum Verd 1 Cobretaula Reforçat 150x190±10cm
1 Bata quirúrgica estàndard Mida: 134cm x 55cm+/-10cm,>/- 35g/m² 1 Botina 32x120cm
1 Guants quirúrgics de Poliisoprè núm. 6,5 1 Guants quirúrgics de Poliisoprè núm.7
1 Guants quirúrgics de Poliisoprè núm. 7,5 1 Càpsula Graduada Transparent 500ml
1 Cobretaules estàndard 150x190±5cm 2 Subjecta tubs de tira adherent 25x15±5cm adhesiu
1 Llençol reforçat en U 200x260±10cm obertura 20x102cm adhesiva 1 Safata 25x14x5cm 1575ml Blau Polipropilè
1 Sabana amb adhesiu 300x175±10cm 1 Bossa Instrumental 40x35cm 2 Compartiments

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2460 MATERIAL: 30024011

Descripció llarga:

HUB - Equip per a cirurgia oftalmològica d'òrbita teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 23 elements

Descripció tècnica:

HUB - Equip per a cirurgia oftalmològica d'òrbita teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 23 elements: 1 cobertor de taula TST impermeable 140x120±10cm
3 tovalloles cel·lulosa per a cirurgia de 30x39±3cm 2 bates estàndard-alta ? 40g TST, alta resistència penetració líquids,
extra gran L 1 bata de protecció estàndard talla L, ? 35g,
3 talles quirúrgiques amb adhesiu de TST 75x90±5cm 1 llençol amb adhesiu TST 190x240±10cm
10 gases quirúrgics TST? 50gr plegada 10x10cm, 4 capes 1 cànula Yankauer CH 12 llargària 26cm s/control aspiració a/conn sistema d'aspiració 1 tub connector de PVC amb grau mèdic, Ø7mm, llargària 3m±10cm
1 electrobisturí a/ cable de 3m longitud 1 bossa quirúrgica transparent a/adhesiu per a instruments 41x33cm
1 netejador de electrobisturí 1 fulla de bisturí nº 15
2 xeringa 20ml L/S 2p 2 fundes mànec làmpada quiròfan adaptables
1 càpsula de 250ml

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2470 MATERIAL: 30025014

Descripció llarga:

Equip per a parts, de teixit sense teixir,impermeable, resistent, absorbent.Lliure de làtex, estèril,1 sol ús, compost per 9 element s:

Descripció tècnica:

Equip per a parts, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, absorbent.Lliure de làtex, estèril, un1 sol ús, compost per 9 elements:
1 cobertor de taula de 120x140±10cm
1 talla de cel#lulosa per a nounat de 100x105±10cm 1 talla d'aproximació adhesiva de 90x75±5cm
1 llençol sota natges de 85x114±5cm reforç de 32,5x50cm amb bossa col#lectora de fluids amb port
2 camals de 79x140±5cm 2 tovalloletes de cel#lulosa de 30x20±5cm absorbent
1 bata estàndard mida XL 130cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2480 MATERIAL: 30026074

Descripció llarga:

Funda per a protecció i aïllament del mànec de la llum de quiròfan de polietilè transparent, ajustable i universal. Mides: ample 10c m, llarg 13cm, envàs unitari. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda per a protecció i aïllament del mànec de la llum de quiròfan de polietilè transparent, ajustable i universal. Mides: ample 10cm, llarg 13cm, envàs unitari. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2490 MATERIAL: 30026821

Descripció llarga:

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè, antiestàtic transparent, (45 micres)Mida:137x259cm, diàmetre lent 65mm, angul,giratò i anticentelleig,tires subjec i tanca ajustable òptiq,tipus Zeiss OPMI. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè, antiestàtic transparent, (45 micres):Mida: 137x259cm, diàmetre de la lent 65mm, angu lada, giratòria i anticentelleig, amb tires de subjecció i tancament aju stable a òptiques,tipus Zeiss OPMI. Lliure de làtex, estèril, un sol ús .

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2500 MATERIAL: 30027634

Descripció llarga:

HUGTP/HTG- Equip per a Cirurgia Cardíaca Valvular de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 46 elements

Descripció tècnica:

HUGTP/HTG- Equip per a Cirurgia Cardíaca Valvular de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 46 elements:
1 Funda Taula Maig Reforçada 79x145±10cm, Absorció.65x85cm 1 Cobretaules Estàndard 150x190±10cm
1 Bossa Instrumental 40x35±5cm 2 Compartiments 1 Llençol toràcic 200/300x330±10cm reforçat, film d'incisió 32x40cm, amb bosses laterals passatubs 6 Gasa abd TST 40x40cm 130g 3p RX Verd
1 Bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació 1 Neteja puntes de bisturí 5x5cm
1 Càpsula 1500ml Blau Polipropilè 2 Càpsula 500ml Graduada Blava
2 Clau de 3vies MLL/FL Blanca 1 Sonda vesical Foley 16Ch 5ml amb sensor temperatura
1 Sistema d'infusió 180cm connexió L/L per a sang 6 Talla adhesiu 75x75±5cm
1 Talla d´Utilitats 75x90±5cm 1 Xeringa 60 ml punta catèter tipus Bulb
8 Tovalloles de mans 47x38±5cm 2 Cànula succió Yankauer 22Ch 27,5cm punta rodona 6 orificis s/control
1 Tub succió PVC OD 29CH 7mm 3,5m F/F 2 Xeringa 10ml 2 parts L/S Excèntrica
1 Xeringa 5ml L/S 2P Excèntrica 1 Bossa de Plàstic transparent 20x30±cm amb tanca tipus Zip
3 Bata Quirúrgica Estàndard LL (L 131cm x A 54cm) =/> 68g/m2 1 Cobretaules Estàndard 100x150±10cm
1 Paper crepè 60x60±10 cm 60gr/m2 blanc 1 Cobretaules Reforçat 150x240±10cm
1 Connector recte 10-10x10-10mm 2 Tap blau L/L

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2510 MATERIAL: 30027935

Descripció llarga:

Funda per a transductor de l'ecògraf intraoperatori, de isosilk, amb punta recta de polisoprè i gel.Mida:10x61cm llarg ±5cm, plegada telescòpicament, tires de fixació i gel. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda per a transductor de l'ecògraf intraoperatori, de isosilk, amb pun ta recta de polisoprè i gel.Mida:10x61cm llarg ±5cm, plegada telescòpica ment, tires de fixació i gel. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2520 MATERIAL: 30028190

Descripció llarga:

Talla quirúrgica de teixit sense teixir fenestrada, impermeable, absorbent. Mides: 50 x 60 cm ±2cm, obertura Ø 5cm, 55 g m2, Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Talla quirúrgica de teixit sense teixir fenestrada, impermeable, absorbe nt. Mides: 50 x 60 cm ±2cm, obertura Ø 5cm, 55 g m2, Lliure de làtex, e stèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2530 MATERIAL: 30028781

Descripció llarga:

HUB - Equip per a cirurgia de cataractes compatible sistema CENTURION de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làte x,estèril,d'un sol ús. Compost per 28 elements.

Descripció tècnica:

HUB - Equip per a cirurgia de cataractes compatible sistema CENTURION de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 28 elements:
1 sobretaula de 112x100±10cm 1 sobretaula de 100x150±10cm
1 cobertor gran 1 tovallola de paper
1 bata quirúrgica no reforçada talla L 2 bates quirúrgiques no reforçades talla L amb eixugamans
2 talles reposa braços 71x80±5cm 1 llençol de TST impermeable,resistent amb baix despreniment de partícules,140x160±10cm no fenestrat amb bossa 1 cànula cambra anterior de 25G
1 cànula viscolastic de 27G 1 agulla de 27G x 1.3
1 cistotom irrigació 25G 1 ganiveta 15° estàndard angulat 15°
1 ganiveta 2,2 clearcut single bevel 2.2mm 1 bossa de 6 hemostetes celul·losa(microesponjes)
1 tira de drenatge 1 batea de 450cc graduada
5 gases TST 30gr de plegades 10x10 12 plecs 4 guants examen M
2 xeringues 10cc L-L 1 xeringa 1cc LS
1 protector ocular oval Compatible amb sistema CENTURION o similar
elements: 1 sobretaula de 112x100cm
1 sobretaula de 100x150cm 1 cobertor gran
1 tovallola de paper 1 bata quirúrgica no reforçada talla L
2 bates quirúrgiques no reforçades talla L amb eixuga mans 2 talles reposa braços 71x80 cm
1 llençol de TST impermeable i resistent amb baix despreniment de partícules,140x 160 cm.aprox.no fenestrat amb bossa
1 cànula cambra anterior de 25G 1 cànula viscoat de 27G
1 agulla de 27G x 1.3 1 cistotom irrigació 25G
1 ganiveta 15° estàndard angulat 15° 1 ganiveta 2,2 clearcut single bevel 2.2mm
1 bossa de 6 hemostetes celul·losa(micro esponjes) 6S 1 tira de drenatge
1 batea de 450cc graduada 5 gases TST 30 gr de plegades 10x10 12 plecs,
4 guants examen M 2 xeringues 10cc L-L
1 xeringa 1cc LS 1 protector ocular oval
Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2540 MATERIAL: 30028923

Descripció llarga:

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè transparent.Mides: 117 x 305 cm, amb lent angulada de vidre i tancament a pressió,ajustable.Per a models Leica Armatec M720/OH5.Lliure làtex , estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè transparent.M ides: 117 x 305 cm, amb lent angulada de vidre i tancament a pressió,aju
stable.Per a models Leica Armatec M720/OH5.Lliure làtex , estèril, un so l ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2550 MATERIAL: 30029504

Descripció llarga:

Equip per a infiltració caudal(raquianestèsia)compost per 12 elements. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Equip per a infiltració caudal(raquianestèsia).Lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 12 elements:
1 xeringa 5ml Luer 1 xeringa 10ml Luer
1 agulla hipodèrmica G25 long 16mm 1 agulla hipodèrmica G21 long 38mm
1 talla 80x70±5cm sense finestra 1 agulla aspiració G18 long 15mm amb filtre
1 agulla raquianestèsia Witaker G22 long 50mm 1 safata 170x100x30mm
1 parell guants estèrils sense pols N 7,5 5 gasses
1 talla embolcall de l'equip de 80x70±5cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2560 MATERIAL: 30029507

Descripció llarga:

HUB - Equip per cirurgia de columna de teixit sense teixir,lliure de làtex ,estèril,un sol ús,compost per 43 elements

Descripció tècnica:

HUB - Equip per cirurgia de columna de teixit sense teixir,lliure de làtex ,estèril,un sol ús,compost per 43 elements:
1 Cobertor taula se teixir sense teixir impermeabilitzat 140x190±10cm 5 tovalloles eixugamans
1 bata quirúrgica estàndard mida L 35g 2 bates quirúrgiques estàndard alta protecció mida XL 40g
1 cobertor de taula de TST impermeable 160x240±10cm 2 cobertors de taula impermeables 140x190±10cm
1 càpsula 250ml transparent 1 mànec amb esponja
2 fundes mànec làmpada 1 cànula aspiració CH22
1 cànula aspiració CH12 1 tub aspiració 300±10cm diàmetre0,7cm CH21
1 bisturí elèctric 1 neteja bisturí
2 bosses instrumental 40x33±10cm amb1 compartiment adhesiva de polietilè 2 talles absorbents 43x63±5cm
10 gases de TST 10x10cm RX 30 compreses de TST 10x20cm RX
1 fulla bisturí n°.15 2 fulles bisturí n° 24
1 comptador agulles magnètic 30 uni 1 talla adhesiva 75x90±5cm
3 talles 75x90±5cm 1 llençol reforçat adhesiu 254x183±10cm
1 llençol en U adhesiu 240x304±10cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2570 MATERIAL: 30030081

Descripció llarga:

HJXXIII - Equip per a cirurgia de cataractes Centurion compost per 21elements. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

HJXXIII - Equip per a cirurgia de cataractes de teixit sense teixir, impermeable,resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 21
elements: 1 llençol quirúrgic de teixit sense teixir de 165x255cm no fenestrat amb
doble bossa 2 cànules d'hidrodissecció 25G

1 cistotom angulat d'irrigació 25G 1 ganiveta de doble tall angulat 2,75mm
1 llanceta escleral,19G 1 bossa de 10 microesponges
1 protector ocular de plàstic transparent 1 agulla 20Gx 2.5
1 agulla FACO OZIL 12 30° 3 bates grans amb eixugamans
1 càpsula plàstic graduada 250ml 5 gasses 10x10cm amb 12 plecs
1 xeringa 10cc 1 xeringa 3cc
1 xeringa insulina 1cc 1 etiqueta groga 38x11mm
1 cobertor de taula 112x199cm 1 pegat ocular oval

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2580 MATERIAL: 30030082

Descripció llarga:

HJXXIII - Equip per a cirurgia de cataractes de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compo st per 8 elements

Descripció tècnica:

HJXXIII - Equip per a cirurgia de cataractes de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 8 elements: 1 llençol quirúrgic de teixit sense teixir de 165x254±10cm no fenestrat
amb doble bossa 1 bossa de 10 microesponges
1 protector ocular de plàstic transparent 3 bates grans amb eixugamans
1 cobertor de taula de 112x193±10cm 1 pegat ocular de 6,2x7,2mm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2590 MATERIAL: 30030716

Descripció llarga:

HTG/HJXXIII - Equip per a craniotomia per a cirurgia de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 42 elements

Descripció tècnica:

HTG/HJXXIII- Equip per a craniotomia per a cirurgia de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 42 elements: 1 Bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació
2 Cinta adhesiva 9x49±5cm 4 Tovallola Assecat de Camp 18x25±5cm blanca
1 Contenidor d'Agulles 20pcs Foam/Magnètic, groc 1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm
1 Funda Taula Maig 79x145±10cm, Absorció 65x85cm 1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm)>/=35g/m²
1 Bossa Instrumental 40x35±5cm 2 Compartiments 4 Tovalloles de mans 47x38±5cm
2 Tovalloles de mans 47x38±5cm 1 Grapadora Pell 35W 35grapes
2 Lentina 12,7x50,8mm RX amb cinta (paquet de 10 unitats) 2 Xeringa 20ml L/S 3P Excèntrica
1 Cànula IV 16G 45mm Gris 4 Talla adhesiva 50x50±5cm
2 Bata Quirúrgica Estàndard Talla XL (L 129cm x A 60cm) >/=35g/m² 1 Tub succió PVC OD 29CH 7mm 3,5m±10cm F/F
1 Full de bisturí nº11 2 Full de bisturí nº23
2 Càpsula Graduada Transparent 500ml 30 Gases TST 10x40cm 70g blanca RX
1 Llençol Craniotomia 230x300±10cm reforçada amb film d'incisió 30x20cm, i bossa de recollida de fluids amb espita i tires adherents subjecta tubs
1 Paper crepè 60x60±10cm 60gr/m2 blanc 1 Bossa de Plàstic transparent 20x30±5cm Zip

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2600 MATERIAL: 30030717

Descripció llarga:

HUGTP/HTG/HJXXIII-Equip Bàsic per a cirurgia pediàtrica de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un so l ús. Compost per 19 elements

Descripció tècnica:

HUGTP/HTG/HJXXIII-Equip Bàsic per a cirurgia pediàtrica de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 19 elements:
4 Tovallola Assecat de Camp 18x25±5cm blanca
1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm)>/= 35g/m² 4 Tovalloletes eixuga mans 47x38±5cm
2 Tovalloletes eixuga 47x38±5cm 1 Cinta adhesiva 9x49±5cm
1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm 2 Bata Quirúrgica Estàndard Talla XL (L 129cm x A 60cm) >/=35g/m²
2 Talla adhesiva 75x73±5cm amb adhesiu 2,5cm pediàtric 1 Llençol adhesiu 175x173±10cm adhesiu 2,5cm pediàtric
1 Llençol adhesiu 240x148±10cm adhesiu 2,5cm pediàtric

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2610 MATERIAL: 30030827

Descripció llarga:

HUB -Equip per a cirurgia de cataractes compatible sistema Stellaris de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex ,estèril,d'un sol ús. Compost per 33 elements

Descripció tècnica:

HUB -Equip per a cirurgia de cataractes compatible sistema Stellaris de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 33 elements:
1 equip per a faco BL5113 compost per (1 cassette, 1 tub irrigació/aspiració amb filtre de càmera estable, 1 càmera de prova) 1 funda taula Mayo impermeable.
1 camp per a pantalla adhesiu i transparent 50 x50 cm 1 cistotom irrigació 25G
1 llençol quirúrgic oftalmologia amb camp d'incisió fenestrat amb 2 bosses (25x30cm) 140x 200 m aprox.
10 micro-esponges de cel·lulosa 1 cànula cambra anterior 25G
1 ganiveta 2.2mm angulada 1 ganiveta 15°
1 cànula 27G per injecció sol. viscoelàstica 1 cànula 27 G punta plana
4 guants examen sense pols mida M 1 apòsit adhesiu transparent 10x12cm
2 talles recolza braços butaca 80x35cm 2 xeringa 3p L/L 10ml
1 cobertor taula instrumental impermeable resistent 110x190cm 1 cobertor taula instrumental impermeable i resistent 100x150cm
10 compresa plegades 10x10cm TNT 30 gr. 3 bates quirúrgics SMS estàndard mida L
3 eixugamans 1 càpsula graduada 250ml
1 xeringa insulina 3p L/S 1ml 1 equip infusió IV L/L 210cm
1 clau 3 vies

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2620 MATERIAL: 30031963

Descripció llarga:

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè transparent.Mides: 122 x 300 cm, diàmetre lent 65 mm, amb tires de subjec ció i tancament ajustable a òptiques,tipus Zeiss OPMI Pentero 900. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè transparent. Mides: 122 x 300 cm, diàmetre lent 65 mm, amb tires de subjecció i tanca ment ajustable a òptiques,tipus Zeiss OPMI Pentero 900. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2630 MATERIAL: 30032643

Descripció llarga:

Funda de càmera amb beina metàlica per a òptica de 30°, longitud de treball 360 mm, diàmetre 10,3mm, cristal de zafir,acer inoxidabl e,PBT i PE. Per a torre d'endoscòpia Einstein Vision 3D 3.0 PV642SU o equivalent. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda de càmera amb beina metàlica per a òptica de 30°, longitud de treball 360 mm, diàmetre 10,3mm, cristal de zafir,acer inoxidable,PBT (polibutilen-terephalato) i PE(polietilè). Per a torre d'endoscòpia Einstein Vision 3D 2.0 PV642SU o equivalent. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2640 MATERIAL: 30032644

Descripció llarga:

Funda de càmera amb beina metàlica per a òptica de 0°, longitud de treball 360 mm, diàmetre 10,3mm, tèrmica ignífuga de PVC. Per a t orre d'endoscòpia Einstein Vision 3D-PV641SU o equiivalent. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda de càmera amb beina metàlica per a òptica de 0°, longitud de treba ll 360 mm, diàmetre 10,3mm, tèrmica ignífuga de PVC. Per a torre d'endos còpia Einstein Vision 3D-PV641SU o equivalent. Lliure de làtex, estèr il, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2650 MATERIAL: 30033144

Descripció llarga:

Llençol quirúrgic nefroscòpia, impermeable, absorbent,a/àrea reforç de 165x50cm,bossa recollida fluïds 20 litres i 65x148cm,obertura incisió 5cm ,totes les mides ±2cm, cinta adhesiva elàstica de fixació. Mides:170x300cm ±5cm. No làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Llençol quirúrgic nefroscòpia, impermeable, absorbent,a/àrea reforç de 1 65x50cm,bossa recollida fluïds 20 litres i 65x148cm,obertura incisió 5cm ,totes les mides ±2cm, cinta adhesiva elàstica de fixació. Mides:170x300 cm ±5cm. No làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2660 MATERIAL: 30033334

Descripció llarga:

Funda per a ecògraf de polietilè transparent, mida 18x120cm,llarg ±10cm, plegada telescòpicament, tires de fixació sense gel. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda per a ecògraf de polietilè transparent, mida 18x120cm,llarg ±10cm, plegada telescòpicament, tires de fixació sense gel. Lliure de làtex, e stèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2670 MATERIAL: 30033335

Descripció llarga:

Funda per a transductor de l'ecògraf, de polietilè transparent.Mida:18x30 cm,llarg ±5cm, tires de fixació elàstiques sense gel. Lliu re de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:
Funda per a transductor de l'ecògraf, de polietilè transparent.Mida:18x3 0 cm,llarg ±5cm, tires de fixació elàstiques sense gel. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2680 MATERIAL: 30033338

Descripció llarga:
Funda per a arc de fluoroscopi portàtil, de polietilè antiestàtic transparent amb embocadura elàstica i ajustat amb tires de velcro o adhesiva.Mides: 137cm ample x 198cm llarg ±5cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:
Funda per a arc de fluoroscopi portàtil, de polietilè antiestàtic transp arent amb embocadura elàstica i ajustat amb tires de velcro o adhesiva.M ides: 137cm ample x 198cm llarg ±5cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ú s.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2690 MATERIAL: 30033660

Descripció llarga:
Llençol quirúrgic per angiografia, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, absorbent, amb laterals transparents i una obertu ra adhesiva de 15x15cm ±2cm.Mides: 234x395 cm±5cm.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:
Llençol quirúrgic per angiografia, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, absorbent, amb laterals transparents i una obertura adhesiva de 15x15cm ±2cm.Mides: 234x395 cm±5cm.Lliure de làtex, estèril, un sol ú s.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2700 MATERIAL: 30033831

Descripció llarga:
ARN- Equip per a oftalmologia 23G de teixit sense teixir,lliure de làtex ,estèril,un sol ús,compost per 17 elements

Descripció tècnica:
ARN - Equip per a oftalmologia 23G de teixit sense teixir,lliure de làtex ,estèril,un sol ús,compost per 17 elements:
1 llençol quirúrgic 165x255±10cmde TST no fenestrat amb bossa
2 agulles 20Gx 38cm 3 agulles 30Gx13cm
4 bates mida gran no reforçades amb eixugamans 10 gases 10x10cm 12 plecs
2 xeringues 10cc luer-lock 2 bosses de micro esponges de 5 unitats
1 llençol cobertor taula 112x199±5cm 1 batea de plàstic graduada 450ml

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2710 MATERIAL: 30033832

Descripció llarga:
ARN - Equip per a oftalmologia COMBI 23G, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, compost per 25 elements

Descripció tècnica:
ARN - Equip per a oftalmologia COMBI 23G, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, compost per 25 elements:
1 sutura niló 10/0 agulla espatulada (AU-1) 15cm longitud fil 1 llençol quirúrgic 165x255cm de TST no fenestrat doble bossa
1 cànula càmera anterior 27G 1 ganiveta 30° estàndard
1 ganiveta 2,75mm Clear Cut angulada 1 protector ocular de plàstic transparent
1 agulla OZIL 12 30° 2 agulles 20Gx3,8cm

3 agulles 30Gx1,3cm 4 bates mida G no reforçades amb eixugamans
10 gases 10x10cm 12 plecs 2 xeringues 10cc L-L
1 xeringa 5cc L-L 1 xeringa 3ml L-L
2 bosses de micro-esponges amb 5 unitats 1 llençol cobertor taula 112x199cm.
1 càpsula plàstic mil·limetrada 450ml

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2720 MATERIAL: 30033835

Descripció llarga:

ARN - Equip per a oftalmologia FACO CNST de teixit sense teixir,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 24 elements

Descripció tècnica:

ARN - Equip per a oftalmologia FACO CNST de teixit sense teixir,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 24 elements:
1 set accessoris ultra 1 llençol quirúrgic 140x160cm de TST no fenestrat amb bossa±10cm
2 cànules càmera anterior 27G 1 ganiveta 30° estàndard
1 ganiveta CLEARCUT single bevel 2,4mm 1 bossa micro esponges amb 10 unitats
1 protector ocular de plàstic transparent 4 bates mida gran no reforçades amb eixugamans
10 gases 10x10cm 12 plecs 1 xeringa 3ml luer-lock
1 xeringa 10cc luer-lock 1 xeringa 5cc luer -lock
1 etiqueta vermella per a diferencial 38x11mm 1 llençol cobertor taula 112x199±5cm
1 tira de drenatge 3 tovalloles de paper blanc±3cm
1 batea 60cc

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2730 MATERIAL: 30034218

Descripció llarga:

HUB - Equip de cura de punt d'inserció nutrició parenteral de teixit sense teixir, lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 5 e lements

Descripció tècnica:

HUB - Equip de cura de punt d'inserció nutrició parenteral de teixit sense teixir, lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 5 elements:
1 safata de suport amb 3 departaments 1 talla de TST i polietilè 70x70±5 cm
10 gases de teixit sense teixir 40gr 10x10cm 4 plecs 1 pinça de dissecció de plàstic
1 apòsit transparent adhesiu 9x10±3cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2740 MATERIAL: 30034219

Descripció llarga:

HUB - Equip de col·locació de bossa de nutrició parenteralde teixit sense teixir, lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 6 el ements

Descripció tècnica:

HUB - Equip de col·locació de bossa de nutrició parenteral de teixit sense teixir, lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 6 elements:
1 safata de suport amb 3 departaments
1 talla de teixit sense teixir i polietilè 70x70±5cm 1 talla de teixit sense teixir i polietilè adhesiva 75x90±5cm
8 gases de teixit sense teixir 40gr 10x10cm 4 plecs 1 xeringa 10ml 3cossos con Luer
1 agulla de 19Gx1 1/2

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2750 MATERIAL: 30034240

Descripció llarga:

HUB - Equip de retirada de bossa de nutrició parenteral de teixit sense teixir, lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 10 ele ments

Descripció tècnica:

HUB - Equip de retirada de bossa de nutrició parenteral de teixit sense teixir, lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 10 elements:
1 safata de suport amb 3 departaments 1 talla de teixit sense teixir i polietilè 70x70cm±5cm
1 talla de teixit sense teixir i polietilè adhesiva 75x90±5cm cm 5 gases de teixit sense teixir 40gr 10x10cm 4 plecs
2 xeringa10ml 3 cossos con Luer 1 xeringa de 5ml 3 cossos con Luer
3 agulles de 19Gx1 1/2

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2760 MATERIAL: 30034423

Descripció llarga:

Funda quirúrgica per a radioteràpia intraoperatòria, de polietilè transparent per emisor de fotons.Mida: 122 x 300 cm, amb tires de fixació i tancament ajustable. Per a Zeiss Intrabeam.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda quirúrgica per a radioteràpia intraoperatòria, de polietilè trans parent per emisor de fotons.Mida: 122 x 300 cm, amb tires de fixació i t ancament ajustable. Per a Zeiss Intrabeam.Lliure de làtex, estèril, un s ol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2770 MATERIAL: 30034633

Descripció llarga:

Equip cirurgia oftàlmica, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, compost per 20 elements. Baix despreniment de partícules. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Equip cirurgia oftàlmica 20 elements/C25278-05:
(1) equip accessoris ULTRA (1) sutura de niló 10/0 amb agulla R-5 llargària fil 1,15cm
(2) agulla 20Gx3.8mm, (1) agulla 30Gx1.3mm,
(1) cànula cambra anterior 27G, (1) cànula hidrodisseció 27G,
(1) cistotom angulat irrigació 27G, (1) ganiveta 15°,
(1) ganiveta 2.2mm dual bevel angulat (1) camp quirúrgic, no fenestrat amb 2 bosses recollida fluids 165x255cm,
(1) apòsit transparent 10x12cm, (1) cobertor taula Mayo 76 x 145 cm,
(1) cobertor de taula instrumental 112x199cm, (2) bosses de micro esponges de 5 unitats
(10)gases plegades 10x10cm 12P, (1) xeringa de 10cc luer-lock,
(1) xeringa 5cc luer-lock, (1) batea graduada 450cc,
(3) bata quirúrgica estàndard mida L amb eixugamans. (2) leggins 79x122cmm
Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2780 MATERIAL: 30035314

Descripció llarga:

HJXXIII-Equip per a angiografia de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 29 ele ments:

Descripció tècnica:

HJXXIII-Equip per a angiografia de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 29 elements:
1 llençol angiografia 244x400±10cm amb 4 forats, dos laterals de polietilè transparents
1 cobertor taula 140x190±10cm 4 tovalloles eixugamans 30x39±5cm
1 bata quirúrgica reforçada XL gramatge >/= 76g 1 bata polireforçada talla L, gramatge >/= 76g
2 protectors per intensificador d'imatges (1)122x122±5cmrectangular, (1) 50x100±5cm circular amb goma elàstica d'ajustament
1 batea 500ml transparent 1 batea 1000ml blau
1 batea 1000ml transparent 1 mànec amb esponja
1 bisturí complet n° 11 amb sist.seguretat 1 comptador agulles
2 pinces 1 agulla 18Gx4mm,vermell
1 agulla25Gx16mm,taronja 1 Xeringa 5 ml,L / S 3p
1 Xeringa 5 ml, L / S 2p verd 3 Xeringa de 10 ml, L / S 3p
5 gases TST 10x10cm 5 gases TST 10x20cm
1 talla absorbent 40x50±5cm adhesiva 1 talla 75x90±10cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2790 MATERIAL: 30038047

Descripció llarga:

Camp incisió aïlla vertical,polietilè transp superf adhes iodad,boss centr col·lect fluids(aspirac)tira alumini adapt,2 boss lat, su bj tubs lat.Mides incisió 48x25 ±2cm,total 320x213cm ±5cm.Lliure làtex,estèril,sol ús.

Descripció tècnica:

Camp incisió aïlla vertical,polietilè transp superf adhes iodad,boss cen tr col·lect fluids(aspirac)tira alumini adapt,2 boss lat, subj tubs lat. Mides incisió 48x25 ±2cm,total 320x213cm ±5cm.Lliure làtex,estèril,sol ú s.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2800 MATERIAL: 30039118

Descripció llarga:

Funda per a llum quirúrgica amb càmera de vídeo, de plàstic transparent(, Mides: diàmetre proximal 13cm, diàmetre distal 7cm, longit ud 18cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda per a llum quirúrgica amb càmera de vídeo, de plàstic transparent(, Mides: diàmetre proximal 13cm, diàmetre distal 7cm, longitud 18cm. Lli ure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2810 MATERIAL: 30039716

Descripció llarga:

Funda intensificador d'imatges arc en C,polietilè, antiestàtic transparent:1 bossa circular 91x51 cm,1 part inf funda generador 149x 45cm,1 funda part sup arc 272x91x45cm i 1 funda cable 142x35cm, Lliure làtex, est.Per models PhilipsAlluraXperFD20.

Descripció tècnica:

Funda intensificador d'imatges arc en C,polietilè, antiestàtic transpare nt:1 bossa circular 91x51 cm,1 part inf funda generador 149x 45cm,1 fund a part sup arc 272x91x45cm i 1 funda cable 142x35cm, Lliure làtex, est.P er models PhilipsAlluraXperFD20.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2820 MATERIAL: 30040122

Descripció llarga:

Funda protectora per a seient (tamboret), de polipropilè trilaminat (SMS) , forma circular de diàmetre 60±2cm, amb tires de fixació. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda protectora per a seient(tamboret),de polipropilè trilaminat (SMS),forma circular de diàmetre 60±2cm,amb tires de fixació. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2830 MATERIAL: 30040267

Descripció llarga:

Funda vídeo endoscopi de 0°, de plàstic rígid de grau mèdic, diàmetre de 10 mm, longitud 320 mm,connexió ràpida capçal càmera per vi deo endoscopi, EndoVims 4K.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda vídeo endoscopi de 0°, de plàstic rígid de grau mèdic, diàmetre de 10 mm, longitud 320 mm,connexió ràpida capçal càmera per video endoscopi, EndoVims 4K.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.Veure nota interna

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2840 MATERIAL: 30040268

Descripció llarga:

Funda vídeo endoscopi de 30°, de plàstic rígid de grau mèdic, diàmetre de 10 mm, longitud 320 mm,connexió ràpida capçal càmera per v ideo endoscopi, EndoVims 4K.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda vídeo endoscopi de 30°, de plàstic rígid de grau mèdic, diàmetre de 10 mm, longitud 320 mm,connexió ràpida capçal càmera per video endoscopi, EndoVims 4K.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.Veure nota interna.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2850 MATERIAL: 30040356

Descripció llarga:

HVH-Equip per a cirurgia anal de teixit sense teixir,lliure de làtex ,estèril,un sol ús,compost per 29 elements

Descripció tècnica:

HVH-Equip per a cirurgia anal de teixit sense teixir,lliure de làtex ,estèril,un sol ús,compost per 29 elements:
2 Fundes Mànec de Làmpada Universal 5 Gasa TST 10x20cm 70g 6p blanca RX
1 Compresa abd TNT 40x60±5cm 130g 3p verd RX 1 Fulla de bisturí n°24
1 Càpsula graduada transparent 250ml 1 Bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació
1 Mànec amb esponja 20cm Taronja 1 Neteja puntes de bisturí 5x5cm
1 Talla Time out 45x32±5cm taronja 1 Contenidor d'Agulles 20pcs Foam/Magnètic groc
2 Tovallola Assecat de Camp 18x25±5cm blanca 1 Cubretaules Reforçat 150x240±10cm
1 Sabana adhesiva 150x100±10cm 4 Drap adhesiu 90x75±5cm reforçat
4 Cinta adhesiva 9x49±5cm 1 Sabana adhesiva 175x175±10cm reforçada amb passatubs
2 Bossa Instrumental 40x35±5cm 2 Compartiments 2 Camals de Litotomia 75x150±5cm
10 Compresa TNT 10x10cm 70g 6p blanca RX

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2860 MATERIAL: 30040357

Descripció llarga:

HVH-Equip laparotomia bàsic de teixit sense teixir,lliure de làtex ,estèril,un sol ús,compost per 32 elements

Descripció tècnica:

HVH-Equip per a laparotomia bàsica de teixit sense teixir,lliure de làtex ,estèril,un sol ús,compost per 32 elements:
2 Funda Mànec de Llum Universal 10 Gasa TNT 10x20cm 70g 6p blanca RX
2 Compresa abd TNT 40x60±5cm 130g 3p verd RX 1 Full de bisturí nº24
1 Bossa de Plàstic transparent 20x30±5cm Zip 1 Bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació
1 Grapadora Pell 35W 35grapes 1 Mànec amb esponja 20cm Taronja
1 Neteja puntes de bisturí 5x5cm 1 Drap time out 45x32cm taronja
1 Contenidor d'Agulles 20pcs Foam/Magnètic groc 4 Tovallola Assecat de Camp 18x25±5cm blanca
1 Cobretaules Reforçat 150x240±10cm 2 Drap adhesiu 90x75±5cm reforçat
4 Cinta adhesiva 9x49±5cm 1 Sabana adhesiva 175x175±10cm reforçada amb passatubs
1 Sabana adhesiva 240x150±10cm reforçada amb passatubs 1 Drap d'Utilitats 75x90±5cm
2 Bossa Instrumental 40x35±5cm 2 Compartiments 1 Càpsula graduada transparent 250ml
1 Càpsula 500ml Graduada Blava 5 Compresa TNT 10x10cm 70g 6p blanca RX
2 Funda Mànec de Llum Universal 10 Gasa TNT 10x20cm 70g 6p blanca RX
2 Compresa abd TNT 40x60cm 130g 3p verd RX 1 Full de bisturí nº24
1 Bossa de Plàstic transparent 20x30cm Zip 1 Bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació
1 Grapadora Pell 35W 35grapes 1 Mànec amb esponja 20cm Taronja
1 Neteja puntes de bisturí 5x5cm 1 Drap time out 45x32cm taronja
1 Contenidor d'Agulles 20pcs Foam/Magnètic groc 4 Tovallola Assecat de Camp 18x25cm blanca
1 Cobretaules Reforçat 150x240cm 2 Drap adhesiu 90x75cm reforçat
4 Cinta adhesiva 9x49cm 1 Sabana adhesiva 175x175cm reforçada amb passatubs
1 Sabana adhesiva 240x150cm reforçada amb passatubs 1 Drap d'Utilitats 75x90cm
2 Bossa Instrumental 40x35cm 2 Compartiments 1 Càpsula graduada transparent 250ml
1 Càpsula 500ml Graduada Blava 5 Compresa TNT 10x10cm 70g 6p blanca RX

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2870 MATERIAL: 30040358

Descripció llarga:

HVH-Equip laparotomia gran de teixit sense teixir,lliure de làtex ,estèril,un sol ús,compost per 45 elements

Descripció tècnica:

HVH-Equip laparotomia gran de teixit sense teixir,lliure de làtex ,estèril,un sol ús,compost per 45 elements:
2 Fundes Mànec de Làmpada Universal 20 Gasa TST 10x20cm 70g 6p blanca RX
4 Compresa abd TST 40x60±5cm 130g 3p verd RX 2 Full de bisturí nº15
2 Full de bisturí nº24 1 Cànula succió Yankauer 18Ch 28cm punta 6 orificis
1 Bossa de Plàstic transparent 20x30±5cm Zip 1 Bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació
1 Elèctrode terminal Bisturí Elèctric 15 3cm Acer inoxidable 1 Grapadora Pell 35W 35grapes
1 Càpsula Graduada Blava 1000ml 1 Mànec amb esponja 20cm Taronja
1 Neteja puntes de bisturí 5x5cm 1 Talla time out 45x32±5cm taronja
1 Tub succió PVC OD25Ch 6mm F/F 3m 1 Contenidor d'Agulles 20pcs Foam/Magnètic groc
1 Manta magnètica per a instruments 25 4x40 6cm blau 4 Tovallola Assecat de Camp 18x25±5cm blanca
1 Cobretaules Reforçat 150x240cm 2 Drap adhesiu 90x75±10cm reforçat
4 Cinta adhesiva 9x49±5cm 1 Sabana adhesiva 175x175±10cm reforçada amb passa tubs
1 Sabana adhesiva 240x150±10cm reforçada amb passa tubs 1 Funda Taula Maig 79x145±10cm Absorció 65x85cm

4 Bossa Instrumental 40x35±5cm 2 Compartiments 1 Càpsula 500ml Graduada Blava
1 Càpsula graduada transparent 250ml 10 Compresa TST 10x10cm 70g 6p blanca RX

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2880 MATERIAL: 30040359

Descripció llarga:

HVH- Equip per a procediments de laparoscòpia abdominal perineal de teixit sense teixir,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost p er 52 elements

Descripció tècnica:

HVH- Equip per a procediments de laparoscòpia abdominal perineal de teixit sense teixir,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 52 elements
2-Funda Mànec Làmpada Universal, 10-Gasa TNT 10x20cm 70g 6p blanca RX,
2-Compresa abd TNT 40x60cm 130g 3p verd RX, 2-Full de bisturí n°15,
2-Full de bisturí n°24, 2-Cànula succió Yankauer 22Ch 27,5cm punta rodona 6 orificis, s/control,
1-Bossa de Plàstic transparent 20x30+/-5cm Zip, 1-Bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació,
1-Electrode terminal Bisturí Elèctric 15,3cm Acer inoxidable, 1-Grapadora Pell 35W 35 grapes,
1-Càpsula Graduada Blava 1000ml, 1-Mànec amb esponja
1-Solució anti baf amb esponja, 1-Neteja puntes de bisturí 5x5cm,
1-Drap time out 45x32cm taronja, 1-Sistema d'Irrigació 21Ch 280+/-10cm c/cambra,
1-Evacuador de fum c/filtre, LL c/Clip, 1-Tub insuflació OD 26Ch ID 18Ch 300cm MLL/embut,
1-Tub succió PVC OD25Ch 6mm F/F 3m+/-10cm, 1-Contenidor d'Agulles 20pcs Foam/Magnètic, groc,
1-Subjectatubs de tira adhesiva 2,5x30+/-10cm adhesiu, 4-Tovallola Assecat de Camp 18x25+/-5cm blanca,
1-Cubretaules Reforçat 150x240+/-10cm, 1-Funda Cambra 18x250+/-10cm, Punta Elàstica,
4-Talla adhesiva 90x75+/-5cm reforçat, 4-Cinta adhesiva 9x49+/-5cm,
1-llençol Laparoscòpia 250/175/270x260+/-10cm reforçada, obertura adhesiva flexible abdominal 25x30cm perineal 13x24cm, bosses laterals, camals i passatubs, 1-Llençol sota natges 75x100+/-10cm,
2-Bossa Instrumental 40x35cm 2 Compartiments, 1-Funda Taula Maig 79x145+/-10cm, Absorció 65x85cm,
1-Paper crepè 60x60 +/-5cm 60gr/m2 blanc, 1-Bossa de Plàstic transparent 20x30+/-5cm Zip,
2-Camals 75x120+/-5cm (envàs de 2 unitats), 1-Càpsula 500ml Graduada Blava,
1-Càpsula graduada transparent 250ml, 10-Gases TST 10x10cm 70g 6p esponja
1 Netejador bisturí 5x5cm 2 Full bisturí n°24
2 Full bisturí n°15 1 Bastó desinfecció 20cm taronja
1 Funda càmera 18x250 cm, punta elàstiques 10 Gasa TST 10x20cm 50gr 4p RX Blanca
10 Gasa TNT 10x10cm 50gr de 4 pl RX 2 Fundes mànec de làmpada
1 Evacuador de Fum LL c / Clip 1 Batea graduada 250ml polipropilè rosa
1 Batea graduada 500 ml polipropilè blau 1 Sistema d'irrigació OD 21Ch sili 230cm
1 Cassoleta 1000ml polipropilè blau 1 Bisturí elèctric 320cm amb botons
1 Tub succió de 3,5 m OD PVC 30CH ID 24CH 1 Tub de insuflació amb filtre OD 26CH
1 Bossa instrumental endoscòpica 30x50cm 1 Llençol laparoscòpia 250/175 / 270x260cm
1 Paper crepè 60x60cm 45gr / m2 blanc 2 Talla adhesiu 90x75cm reforçada
1 Talla natges 75x100cm 2 Bossa Instrumental 40x35cm 2 compartiments
4 Cinta adhesiva 9x49cm 4 tovalloles eixuga camp blanca 18x25cm
2 Cànula aspiració 22CH punta rodona

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2890 MATERIAL: 30040360

Descripció llarga:

HVH- Equip per a procediments de laparoscòpia de teixit sense teixir ,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 38 elements

Descripció tècnica:

HVH- Equip per a procediments de laparoscòpia de teixit sense teixir,lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 38 elements
2-Funda Mànec de Làmpada Universal, 5-Gasa TST 10x20cm 70g 6p blanca RX,
2-Compresa abd TST 40x60cm 130g 3p verd RX, 1-Full de bisturí nº15,
1-Full de bisturí nº24, 1-Bossa de Plàstic transparent. 20x30+/-5Cm Zip,
1-Bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació, 1-Grapadora Pell 35W 35grapes,
1-Mànec amb esponja 20cm Taronja, 1-Solucion anti baf amb esponja,
1-Neteja puntes de bisturí 5x5cm, 1-Drap time out 45x32+/-5cm taronja,
1-Sistema d'Irrigació 21Ch 280cm+/-5cm c/cambra, 1-Evacuador de fum c/filtre, LL c/Clip,
1-Tub insuflació OD 26Ch ID 18Ch 300cm+/-10cm MLL/embut, 1-Tub succió PVC OD25Ch 6mm F/F 3m+/-10cm,
1-Contenidor d'Agulles 20pcs Foam/Magnètic, groc, 1-Subjectatubs velcro 2,5x30+/-5cm adhesiu,
4-Tovallola Assecat de Camp 18x25cm blanca, 1-Cubretaules Reforçat 150x240+/-10cm,
1-Funda Cambra 18x250+/-10cm, Punta Elàstica, 3-Cinta adhesiva 9x49+/-5cm,
1-llençol Laparoscòpia 250/175/270x260+/-10cm reforçada, obertura adhesiva flexible abdominal de 25x30cm i perianal 13x24cm, bosses laterals camals passatubs, 1-Llençol sota natges 75x100+/-10cm,
1-Bossa Instrumental 40x35+/-5cm 2 Compartiments, 1-Funda Taula Maig 79x145+/-10cm, Absoció 65x85cm,
1-Paper crepè 60x60 cm 60gr/m2 blanc, 1-Bossa de Plàstic transparent 20x30+/-5cm Zip,
1-Càpsula 500ml Graduada Blava, 1-Càpsula graduada transparent 250ml,
10-Compresa TNT 10x10cm 70g 6p blanca RX

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2900 MATERIAL: 30040471

Descripció llarga:

HVH-Equip cirurgia de maluc de teixit sense teixir impermeable,resistent ,lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 40 element s

Descripció tècnica:

HVH-Equip cirurgia de maluc de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 40 elements
2 Cobertor taula reforçat 150x240cm, absorció 75x240+/-10cm 1 Bata Quirúrgica reforçada Talla L
2 Bata Quirúrgica reforçada Talla XL 6 Tovalloles de mans
2 Fundes taula Mayo reforçada 79x145+/-10cm 2 Protector mànec de llum universal
1 Tub de Succió PVC Ø extern 25Ch, Ø intern 18Chx3m F/F 1 Neteja puntes bisturí elèctric adhesiu
1 Talla d'aproximació 75x90+/-5cm 2 Batea graduada 250ml
1 Bisturí elèctric amb botons, llargària del cable 320cm 1 Contenidor agulles 20pcs foam magnètic
6 Gasa TNT 10x10cm 40gr 4P sense contrast 1 Fulla de bisturí nº15
2 Fulles de bisturí nº24 1 Terminal Elèctrode llarg bisturí elèctric 16,5cm
1 Cànula Yankauer de 18CH/6,0mm x 23,5cm punta rodona 1 Cànula Yankauer de 22CH/7,3mm x 23,5cm punta rodona
1 Bossa de plàstic transparent 20cmx30cm,tancament zip 1 Bossa Instrumental 40x35+/-5cm a/2 compartiments
2 Cintes adhesiva 9x49+/-5cm mínim 1 Funda per extremitat, botina 22x75+/-5cm,impermeable.
2 Subjecta tubs de tires adhesives 2,5x30+/-5cm a/adhesiu 2 Camp d'incisió transparent 45x55+/-5cm inc. 45x49cm
1 Llençol adhesiu175x175+/-10cm 1 Llençol adhesiu 245cmx280+/-10cm a/pertura10X95cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2910 MATERIAL: 30040472

Descripció llarga:

HUB-Equip per a Extremitat Complexa de teixit sense teixir impermeable ,resistent,lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 45 elements

Descripció tècnica:

HUB-Equip per a Extremitat Complexa de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 45 elements:
2-Funda mànec de Làmpada Universal, 6-Gasa TST 10x10cm 40gr 4P sense contrast,
5-Gases abd TST 40x40cm 70g 4p blanca RX, 1-Full de bisturí nº15,
1-Cànula succió Yankauer 22Ch 27,5cm punta rodona 6 orificis s/control, 2-Full de bisturí nº24,
2-Càpsula graduada transparent 250ml, 1-Bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació,
4-Tovalloletes eixugamans 47x38+/-5cm, 2-Tovalloletes eixugamans 47x38+/-5cm,
1-Retolador de Pell punta normal violeta, 1-Regla 15cm Blanca,
1-Neteja puntes de bisturí 5x5cm, 1-Talla instrumental antilliscant 50.8x40.6 +/-5cm
1-Tub succió PVC OD25Ch 6mm F/F 3m, 1-Contenidor d'Agulles 20pcs Foam/Magnètic, groc,
2-Tires adherents subjectatubs 2,5x30+/-5cm a/adhesiu, 1-Cubretaules Reforçat 150x240+/-10cm
1-Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm)mínim 35g/m², 2-Bata Quirúrgica Reforçada Talla XL (L 129cm x A 60cm)mínim 35g/m²,
1-Llençol Extremitats 230x315+/-10cm reforçada, obertura 7cm elàstica, passatubs integrats,
1-Llençol en U 150x200+/-10cm reforçada, Obertura 7x65cm adhesiva, 2-Tira adhesiva 9x49+/-5cm,
1-Botina 22x75+/-5cm, 2-Cubretaules Reforçat 150x190cm Absorció 75x190+/-10cm,
1-Cubretaules Reforçat 150x240cm Absorció 75x240+/-10cm, 1-Llençol adhesiva 175x150+/-10cm,
1-Talla d'Utilitats 75x90+/-5cm, 1-Bossa Instrumental 40x35+/-5cm2 Compartiments,
2-Funda Taula Maig Reforçada 79x145+/-5cm, Absorció 65x85cm, 1-Mànec amb esponja 20cm Taronja,
1-Camp d'incisió 45x55+/-5cm, Incisió 45x49cm, 1-Paper crepè 60x60 +/-5cm 60gr/m2 blanc

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2920 MATERIAL: 30040473

Descripció llarga:

HVH-Equip per a Artoscòpia de Genoll de teixit sense teixir impermeable ,resistent,lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 4 0 elements

Descripció tècnica:

HVH-Equip per a Artoscòpia de Genoll de teixit sense teixir impermeable,resistent,lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per
40 elements: 2 Funda mànec de làmpada Universal
6 Gases TST 10x10cm 40gr 4P sense contrast 5 Gases abd TST 40x40cm 70g 4p blanca RX
1 Fulla de bisturí nº11 1 Bossa de Plàstic transparent 20x30+/-5cm amb tanca tipus Zip
2 Càpsula graduada transparent 250ml 1 Cànula IV 16G 45mm Gris
2 Tovalloletes eixugamans mans 47x38c+/-5cm 4 Tovalloletes eixugamans 47x38+/-5cm
1 Retolador de pell punta normal violeta 1 Regla 15cm blanca
1 Agulla hipodèrmica 21G 40mm verd 1 Talla instrumental antilliscant 50.8x40.6+/-5cm
3 Tub succió PVC OD 25Ch 6mm F/F 3m 1 Contenidor agulles 10pcs Magnètic tapa transparent
1 Subjecta tubs de tires adhesives 25x30+/-5cm adhesiu 1 Cubretaules reforçat 150x240+/-10cm
1 Bata quirúrgica estàndard Mida: 134cm x 55cm+/-10cm,>/- 35g/m² 2 Bata quirúrgica Reforçada Mida: 129cm x 60cm+/-10cm,>/- 35g/m²
1 Llençol Artroscopia Genoll 230x320+/-10cm reforçada obertura 7cm i 5cm elàstiques amb bossa i passatubs integrats
1 Llençol en U 150x200+/-10cm reforçada obertura de 7x65cm adhesiva. 1 Funda Càmera14x250+/-5cm punta perforada
2 Cinta adhesiva 9x49+/-5cm 1 Botina 22x75+/-5cm
1 Cubretaules Reforçat 150x240+/-10cm absorció 75x240cm 1 Llençol adhesiu 175x175+/-10cm
1 Talla d'Utilitats 75x90+/-5cm 1 Funda Taula Maig Reforçada 79x145+/-5 cm Absorció 65x85cm
1 Mànec amb esponja 20cm Taronja 1 Paper crepè 60x60 cm 60gr/m2 blanc

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2930 MATERIAL: 30040474

Descripció llarga:

HVH- Equip per a artroscòpia d'espatlla de teixit sense teixir impermeable ,resistent,lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost pe r 43 elements

Descripció tècnica:

HVH- Equip per a artroscòpia d'espatlla de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per
43 elements: 2- Fundes Mànec de Làmpada Universal,
6-Gasa TST 10x10cm 40gr 4P sense contrast, 5-Gases abd TNT 40x40cm 70g 4p blanca RX,
1-Agulla hipodèrmica 21G 40mm verd, 1-Full de bisturí nº11,
1-Catèter Intravenós 14G 45mm Taronja, 1-Bossa de Plàstic transparent 20x30cm Zip,
2-Càpsula graduada transparent 250ml, 4-Tovalloletes eixuga mans 47x38+/-5cm,
2-Tovalloletes eixuga 47x38+/-5cm, 1-Retolador de Pell punta normal violeta,
1-Regla 15cm Blanca, 5-Gases 10x20cm 20f 12p blanca,
1-Talla per a instrumental antilliscant 50.8x40.6+/-5cm, 3-Tub succió PVC OD25Ch 6mm F/F 3m+/-10cm,
1-Contenidor d'Agulles 20pcs Foam/Magnètic, groc, 2-Subjectatubs de tires adherents 2,5x30+/-5cm adhesiu,
1-Cubretaules Reforçat 150x190+/-10cm, 1-Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm)mínim 35g/m², 2-Bata Quirúrgica Reforçada Talla XL (L 129cm x A 60cm)mínim 35g/m², 1-Llençol adhesiu 300x175+/-10cm reforçat,
1-Funda Cambra 14x250+/-5cm, punta perforada, 1-Cubretaules Estàndard 150x190+/-10cm,
2-Cinta adhesiva 9x49+/-5cm, 1-Talla adhesiu 90x75+/-5cm,
1-Bossa recollida líquids en U 81x86+/-5cm, obertura 15x52cm, 1-Funda Taula Maig Reforçada 79x145+/-5cm, Absorció.65x85cm,
1-Mànec amb esponja 20cm Taronja, 1-Llençol en U 230x295+/-5cm Reforçada, obertura U 10x70cm adhesiva,
1-Paper crepè 60x60+/-5cm 60gr/m2 blanc, 2-Llençol adhesiu 175x150+/-10cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2940 MATERIAL: 30040475

Descripció llarga:

HVH-Equip fractura fèmur de teixit sense teixir,impermeable ,resistent.Lliure de làtex,estèril,un sol ús,compost per 29 elements..

Descripció tècnica:

HVH-Equip fractura fèmur de teixit sense teixir, impermeable, resistent, compost per 29 elements. Lliure de làtex, estèril, un sol ús:
1 Talla quirúrgica impermeable75x90cm 2 Bata cirurgia alta protecció XL 145cm
1 Bata cirurgia alta protecció L 130cm 1 Electrobisturí control manual p/plana e
1 Tub con asp PVC 26F Ø6mm llarg 3m 1 Cànula Yankauer PVC 12Fx25cm estr s/cont
2 Fulla bisturí cirurgia menor nº 24 1 Fulla bisturí cirurgia menor nº 15
1 Bolígraf no tòxic punta estàndard/mitja 1 Camp incisió adhesiu 320x213cm
1 Netejador per a electrobisturí. 1 Cobertor taula quirúrgica impermeable 140x190cm
1 Cobertor taula quirúrgica impermeable 140x190cm 1 Comptador d´agulles
1 Bossa quirúrgica transparent 40x35cm 2 butxaques 6 Gasa cures teixit 20x20 est s/control 5u
2 Funda mànec llum quirúrgica universal 10x13cms 6 Gasa cures teixit 40x40 est s/control
1 Protector antilliscant 2 Batea
4 Tovallola eixugamans 2 capes plegat "W" 32x23cm 1 Protector bisturí fred

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2950 MATERIAL: 30040476

Descripció llarga:

HVH-Equip per a cirurgia de Mà peu de teixit sense teixir impermeable ,resistent,lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 35 elements

Descripció tècnica:

HVH- Equip per a cirurgia de Mà peu de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 35 elements:
2-Fundes Mànec de Làmpada Universal, 6-Gasa TST 10x10cm 40gr 4P sense contrast,
5-Gases abd TST 40x40cm 70g 4p blanca Rx, 2-Full de bisturí nº15,
2-Càpsula graduada transparent 250ml, 1-Bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació,
1-Botina cotó 7x100cm, 2-Tovalloletes eixuga mans 47x38+/-5cm,
4-Tovalloletes eixuga 47x38+/-5cm, 1-Talla instrumental antilliscant 50.8x40.6+/-5cm,
1-Contenidor d'Agulles 20pcs Foam/Magnètic,groc, 3-Fundes per a tamboret 40x23+/-1cm elàstic rodó, blau,
1-Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm)mínim 35g/m², 2-Bata Quirúrgica Reforçada Talla XL (L 129cm x A 60cm)mínim 35g/m²,
1-llençol d'extremitats 230x315+/-10cm reforçada, obertura de 3.5cm elàstica, passatubs integrats,
1-Cubretaules Estàndard 150x190+/-10cm, 2-Cinta adhesiva 9x49+/-5cm,
2-Llençol adhesiu 100x100+/-10cm 1-Botina 22x75+/-5cm,
1-Funda Taula Maig Reforçada 79x145+/-5cm, Absorció 65x85cm, 1-Mànec amb esponja 20cm Taronja,
1-Cubretaules Reforçat 150x190+/-10cm, 1-Paper crepè 60x60+/-5cm 60gr/m2 blanc,

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2960 MATERIAL: 30040477

Descripció llarga:

HVH-Equip per a cirurgia de Columna de teixit sense teixir impermeable ,resistent,lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 38 elements

Descripció tècnica:

HVH-Equip per a cirurgia de Columna de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 38 elements:
2-Fundes Mànec de Làmpada Universal, 6-Gasa TNT 10x10cm 40gr 4P sense contrast,
1-Full de bisturí nº15, 1-Cànula succió Yankauer 22Ch 27.5cm punta rodona 6 orificis, S/Control,
1-Full de bisturí nº24, 1-Bossa de Plàstic transparent 20x30±5cm Zip,
1-Cànula Yankauer 12Ch 27.5cm, 2-Càpsula graduada transparent 250ml,
1-Bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació, 4-Tovalloles de mans 47x38±5cm
2-Tovalloles de mans 47x38±5cm, 1-Retolador de Pell punta normal violeta,
1-Regla 15cm Blanca, 1-Neteja puntes de bisturí 5x5cm,
1-Llençol instrumental antilliscant 50.8x40.6cm, 1-Tub succió PVC OD25Ch 6mm F/F 3m,
1-Contenidor d'Agulles 20pcs Foam/Magnètic, groc, 1-Subjectatubs de tira adhesiva 2.5x30±5cm adhesiu,
1-Cubretaules Reforçat 150x240±0cm, 1-Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L(L 134cmx A 55cm)>/=35g/m²,
2-Bata Quirúrgica Reforçada Talla XL (L 129cm xA60cm)>/=35g/m², 1-Cubretaules Estàndard 150x190±10cm,
2-Talla adhesiva 90x75±5cm reforçat, 1-Sabana adhesiva 175x175±10cm reforçada, amb passatubs,
1-Sabana adhesiva 240x150±10cm reforçada, amb passatubs, 1-Bossa Instrumental 40x35±5cm 2 Compartiments,
1-Funda Taula Maig Reforçada 79x145±10cm, absorció 65x85cm, 1-Mànec amb esponja 20cm Taronja,
1-Film d'incisió 45x55±5cm, incisió 45x49cm, 1-Paper crepè 60x60±5cm 60gr/m2 blanc

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2970 MATERIAL: 30040478

Descripció llarga:

HVH- Equip per a procediments de Dermatología, de teixit sense teixir ,lliure de làtex,estèril, d'un sol ús,compost per 37 elements

Descripció tècnica:

HVH- Equip per a procediments de Dermatologia de teixit sense teixir,
lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, compost per 37 elements 2 funda mànec de Làmpada Universal
6 gases TST 10x10cm 40gr 4P sense contrast 1 fulla de bisturí nº15
3 càpsula graduada transparent 250ml 1 bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació

2 tovalloles eixuga mans 47x38+/-5cm 4 tovalloles eixuga mans 47x38+/-5cm
1 retolador de Pell punta normal violeta 1 regla 15+/-1cm blanca
1 neteja puntes de bisturí 5x5cm 1 talla instrumental antilliscant 50.8x40.6+/-2cm
1 contenidor d'agulles 20pcs Foam/Magnètic groc 1 subjecta tubs de tira adherent 2.5x30+/-5cm adhesiu
1 cobretaules reforçat 150x240+/-10cm 1 bata quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm)mínim 35g/m²
2 bata quirúrgica Reforçada Talla XL (L 129cm x A 60cm)mínim 35g/m² 2 talla adhesiva 90x75+/-5cm reforçada
1 cinta adhesiva 9x49cm 1 llençol a/adhesiu 175x175+/-10cm reforçada, amb passa-tubs
1 llençol a/adhesiu 240x150+/-10cm reforçada, amb passa-tubs 1 bossa Instrumental 40x35+/-5cm 2 compartiments
1 funda Taula Maig 79x145+/-10cm, absorció 65x85cm 1 mànec amb esponja 20cm
1 paper crepè 60x60+/-5cm 60gr/m2 blanc

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2980 MATERIAL: 30040479

Descripció llarga:

HVH- Equip per a cirurgia Maxil·lofacial de teixit sense teixir impermeable,resistent,lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost p er 52 elements

Descripció tècnica:

HVH- Equip per a cirurgia Maxil·lofacial de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 52 elements: 10-Torunda de gasa núm. 0 20Th blanca RX,
2-Funda mànec de Làmpada Universal, 6-Gasa TST 10x10cm 40gr 4P sense contrast,
1-Fulla de bisturí nº15, 1-Xeringa 20ml L/S 3P Excèntrica,
1-Bossa de Plàstic transparent 20x30cm Zip, 1-Cànula Yankauer 12Ch 27.5cm,
2-Càpsula graduada transparent 250ml, 1-Bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació,
2-Tovalloletes eixuga mans 47x38cm, 4- Tovalloletes eixuga mans 47x38cm,
1-Retolador de Pell punta normal violeta, 1-Regla 15cm Blanca,
1-Grapadora Pell 35W 35grapes, 1-Neteja puntes de bisturí 5x5cm,
1-Talla instrumental antilliscant 50.8x40.6+/-5cm 1-Tub succió PVC OD25Ch 6mm F/F 3m,
1-Contenidor d'Agulles 20pcs Foam/Magnètic, groc, 1-Subjectatubs velcro 2,5x30+/-5cm adhesiu,
1-Cubretaules Reforçat 150x190+/-10cm 1-Bata Quirúrgica Estàndard Talla L-L (L 134cm x A 55cm)mínim 35g/m²,
2-Bata Quirúrgica Reforçada Talla XL (L 129cm x A 60cm)mínim 35g/m², 2-Cubretaules Estàndard 150x190+/-10cm
3-Cinta adhesiva 9x49+/-5cm 1-Drap adhesiu 50x50+/-5cm
1-Sabana adhesiva 175x175+/-10cm reforçada, amb passatubs, 1-Talla d'Utilitats 75x90+/-5cm,
2-Bossa Instrumental 40x35+/-5cm. a/2 compartiments, 1-Llençol Cap 150x175+/-10cm c/turbant 106x103cm,
1-Mànec amb esponja 20cm Taronja, 1-Funda Taula Maig Reforçada 79x145+/-5cm, Absorció 65x85cm,
1-Paper crepè 60x60+/-5cm 60gr/m2 blanc

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 2990 MATERIAL: 30040495

Descripció llarga:

ARN- Equip vitrectomia posterior de teixit sense teixir,impermeable ,resistent,absorbent.Lliure de làtex,estèril,un sol ús, compost p er a 18 elements

Descripció tècnica:

ARN- Equip vitrectomia posterior de teixit sense teixir, impermeable,resistent,absorbent.Lliure de làtex,estèril,un sol ús
compost per 18 elements: 1 agulla 20Gx40mm
1 agulla 30Gx12mm 1 agulla 27Gx13mm
1 cobertor taula Mayo 80x145±10cm 2 sobres microtorundes de cel·lulosa de 5 unitats

1 talla oftàlmica amb camp d'incisió no fenestrada amb 2 bosses recollida fluids 15x30cm
1 bossa recollida fluids transparent 40x35cm 10gases 10x10cm 17 H 12P
1 cobertor de taula instrumental 100x190±10cm 1 xeringa de 1ml
2 xeringa de 3ml 1 xeringa 10 ml
1 càpsula graduada 250cc blava 1 bata quirúrgica estàndard mida L
2 eixugamans 30x32±5cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3000 MATERIAL: 30040555

Descripció llarga:

Talla de polietilè transparent, adhesiu hipoalèrgic reposicionable en un lateral, impermeable, transpirable, elàstic i resistent a l a tracció, gram 51,5g/m2 ± 2g. Mida total aprox 45 x 60 cm, superf adhesiva 3x45 cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Talla de polietilè transparent, adhesiu hipoalèrgic reposicionable en un lateral, impermeable, transpirable, elàstic i resistent a l a tracció, gramatge 51,5g/m2 ± 2g. Mida total aproximada 45 x 60 cm, superfície adhesiva 3x45 cm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3010 MATERIAL: 30040770

Descripció llarga:

Funda o baló protector per a sonda d'ultrasons en exploracions rectals, làtex de grau mig, compatible en sonda endoanal FU100 EUP-R5 4AW-19/33 mod.R41R/R41RL.

Descripció tècnica:

Funda o balons protectors per a sonda d'ultrasons en exploracions rectals ,làtex de grau mig.Compatible en sonda endoanal FU100 EUP-R 54AW-19/33 mod.R41R/R41RL.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3020 MATERIAL: 30041655

Descripció llarga:

HTG - Equip angiografia femoral radial de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 30 elements

Descripció tècnica:

HTG - Equip angiografia femoral radial de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 30 elements:
1 Agulla Hipodèrmica 18G 40mm Rosa 1 Xeringa 20ml L/S 3P Excèntrica
1 Agulla Hipodèrmica 25G 16mm Taronja 1 Xeringa 1ml 3P L/S Concèntrica
1 Safata 38x28x5cm 4000ml Blanca 1 Càpsula 60ml graduada transparent
1 Xeringa 10ml 3P L/S Conc. Blau 2 Tovalloles eixuga mans 47x38±5cm
2 Càpsula graduada 120ml vermell 1 Funda Intensificador 95X85±5cm rectangular elàstic transparent
20 Gases 10x10cm 17h 8p RX blanca 1 Mànec amb esponja 20cm Taronja
1 Bisturi amb mànec núm. 11 1 Contenidor d'Agulles 20pcs Foam/Magnètic, groc
3 Xeringa 10ml L/S 3P Concèntrica 1 Cubretaules Reforçat 150x190±10cm
1 Bata Quirúrgica Reforçada Talla XL (L 129cm x A 60cm)=/>35g/m² 1 Tovallola absorbent 34x50±5cm
1 Talla adhesiva 50x50±5cm 1 Talla d'Utilitats 75x90±10cm
1 Funda monitor Circular 90 cms Transparent 1 Llençol d'Angiografia 240x330±10cm, obertura adhesiva 5x7cm (2) i 7x9cm (2), panells transparents 3 Càpsula Graduada Blava 1000ml

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3030 MATERIAL: 30041779

Descripció llarga:

Bata alta protecció p/cirurg,TST(#40g/m2),alta resistè penetr líqui+bactèr ,imp,transp,reforç frontal+mànig,PP/PE,(#42g/m2),subj dava nt creuada p/darrera,màniga llarga,punys tricot i sist sub coll.Costures termoseg.XL,llarg aprox140cm n/làtex,estèril,1ús

Descripció tècnica:

Bata alta protecció per a cirurgia,TST(#40g/m2),alta resistè penetració líquids i bactèries,impermeable,transpirable,reforç frontal i de mànigues,PP/PE, (#42g/m2),subjecció davantera creuada per darrera,màniga llarga,punys,tricot i sistema subjecció al coll adhesiu reposicionable.Costures termosegellades.Talla XL,llarg aproximat 140cm,sense làtex,estèril,1 ús

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3040 MATERIAL: 30042250

Descripció llarga:

HJXXIII - Equip per a marcapassos de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 23 elements

Descripció tècnica:

HJXXIII - Equip per a marcapassos de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 23 elements:
2 bates quirúrgiques estàndard talla L gramatge>/= 35g 4 eixugamans 30x39±5cm
10 gases TST 10x10cm, 8 capes 50gr, RX 5 Compresa TST 10x20cm, 8 capes 50gr, RX
1 Grapadora pell 1 Xeringa 5ml L / S 3p
2 Xeringa 10ml L / S 2p 1 Funda amplificador raigs X 40x80±5cm, circular
1 agulla de 25x16 taronja 2 agulla 21Gx1-1 / 2 ", verd
1 fulla de bisturí num.23 2 càpsula 250 ml blava
1 càpsula 500 ml blava 1 cobre taula reforçat 140x190±10cm
1 llençol angiografia reforçada OPS Ultimate 221x343±10cm, 2 obertures i 2 panells transparents
1 envàs paper 110x30x190±5mm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3050 MATERIAL: 30042284

Descripció llarga:

ARN-Equip per a cirurgia oftàlmica de teixit sense teixir impermeable ,resistent baix despreniment de partícules.Lliure de làtex,estè ril,un sol ús compost per 22 elements

Descripció tècnica:

ARN-Equip per a cirurgia oftàlmica de teixit sense teixir impermeable,resistent baix despreniment de partícules.Lliure de làtex,estèril,un sol ús compost per 22 elements: 1 cobertor taula instrumental impermeable i resistent 110x190±10cm
1 llençol quirúrgic oftalmologia 140x160±10cm,no fenestrat amb doble bossa (25x30cm)
2 bata quirúrgica SMS estàndard mida L a/2 eixugamans 1 bata quirúrgica SMS estàndard mida XL a/2 eixugamans
3 eixugamans 43x30±5cm 2 talles SMS protector recolza braços butaca 80x35±5cm
2 cànula viscoelàstica 27G 1 ganiveta trapezoïdal 2.0-2.2 mm
1 ganiveta 30° estàndard 1 càpsula graduada 60cc
1 tira drenatge 4x170mm 1 xeringa 5ml L-L
1 xeringues 10ml L-L 1 xeringa 3ml L-L
1 paquet amb 10 micro-esponges 1 paquet de 10 gases 10x10cm 17 fils 12 plecs
1 protector ocular universal

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3060 MATERIAL: 30043152

Descripció llarga:

HVH-Equip per a cirurgia de cataractes c de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compos t per 24 elements

Descripció tècnica:

HVH-Equip per a cirurgia de cataractes c de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,d'un sol ús. Compost per 24 elements: 1 cobertor taula instrumental 150x190+/-10cm
1 llençol quirúrgic oftalmologia amb camp d'incisió no fenestrat, 2 bosses (15x30cm) 150x 250+/-10cm
2 bata quirúrgica estàndard mida L 4 eixugamans 30x32+/-5cm
1 solució salina balancejada 25ml 5 microesponges de cel·lulosa;
1 cànula cambra anterior 30G; 1 cànula cambra anterior 23G;
1 cistotom irrigació 25G; 1 ganiveta 2,40mm angulada
1 ganiveta 20G; 1 cànula 27G hidrodisseció
1 cànula 25G irrigació 1 agulla hipodèrmica 20G 0,90x40mm
2 paquets de 5 u. compresa plegades 10x10cm (17H 12P) 1 xeringa 3p L/L 5ml
2 xeringa 3p L/L 10ml 1 càpsula graduada 250ml

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3070 MATERIAL: 30043153

Descripció llarga:

HJXXIII-Equip electrofisiologia de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 20 ele ments

Descripció tècnica:

HJXXIII-Equip electrofisiologia de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 20 elements:
1 cobertor de taula reforçat 140x190±10cm 4 tovalloles eixugamans
1 bata quirúrgica reforçada talla L gramatge >/= 76g 1 talla quirúrgica bi laminada 45x50±5cm
1 llençol d'angiografia bi laminar de 231 x346±10cm, 2 fenestracions Ø 15cm adhesiva fenestració de 7,5 cm de diàmetre, 2 fenestracions laterals (accés radial) c/film d'incisió de 9x12 cm. i fenestració de 5x7 cm. i 2 panells transparents
10 gases de teixit sense teixir 30 gr. plegades de 10x10 1 xeringa 3 cossos 5ml L/S
2 xeringa 3 cossos 10ml L/S 1 agulla hipodèrmica18Gx25mm punta roma, vermella
1 agulla hipodèrmica 21Gx38mm verd 1 funda amplificador rectangular
1 bisturí amb mànec llarg n°15 1 esponja amb mànec 20cm
1 càpsula 500ml blava 1 càpsila 1000ml blava
1 contenidor d'agulles

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3080 MATERIAL: 30043171

Descripció llarga:

HJXXIII-Equip per angiografíes de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 31 elem ents

Descripció tècnica:

HJXXIII-Equip per angiografíes de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 31 elements:
1 Coberta reforçada 140x190±10cm 4 tovalloles eixugamans 30 x39±5cm
20 gases 10x10cm, 30gr 5 compreses cotó 45x45 con RX
1 bisturí n ° 11 1 Xeringa 5 ml L / S 3p
3 Xeringa 10ml, L / S 3p 1 Xeringa 10ml L / L 3 p
1 Agulla 25Gx16mm, taronja 1 Agulla 21Gx1-1 / 2 ", verda

1 agulla 18G punta roma, vermella 1 Batea 250ml,blau
3 Batea 500ml, blau 1 Batea 1000ml, blau
1 Funda amplificador de raigs X 40x80cm, circular 1 Contenidor d'agulla
1 talla bilaminada 75x90 ±5cm adhesiu 1 talla 75x90 ±5cm
1 bates quirúrgiques reforçades mida XLL , gramatge >/= 76g 2 bates quirúrgiques reforçades mida L gramatge >/= 76g
1 mànec amb esponja 20cm 1 llençol angiografia bilaminat 231x346±10cm blindada amb 2 fenestració
centrals (accés femoral) a/pel·lícula incisió 15 cm diam. i fenest. 7,5 cm de diàmetre,2 fenestració costat (accés radial) a / pel·lícula de 9x12 cm
de la incisió i fenest. 5x7cm a/ 2 panells transparents

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3090 MATERIAL: 30043476

Descripció llarga:

Talla per camp quirúrgic de TST,impermeable,resistent, per a extremitat infer obertura bilateral, amb dues zones separarades incisió làmina
transp i reforçada.Mida total: 240cm llargada per 400cm amplada ±2cm.Lliure de làtex i ftalats,estèril,un sol ús.

Descripció tècnica:

Talla per camp quirúrgic de TST,impermeable,resistent, per a extremitat infer obertura bilateral, amb dues zones separarades incisió làmina tran
sp i reforçada.Mida total: 240cm llargada per 400cm amplada ±2cm.Lliure de làtex i ftalats,estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3100 MATERIAL: 30043487

Descripció llarga:

HTG - Equip per a cesària de teixit sense teixir, impermeable, resistent ,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 31 elements

Descripció tècnica:

HTG - Equip per a cesària de teixit sense teixir, impermeable, resistent ,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 31 elements:
6 Tovalloles de mans 47x38±5cm
20 Compresa abd 30x50cm 6p RX cosida 17H blanca 1 Càpsula 1500ml Blau Polipropilè
2 Bisturi amb mànec núm. 22 2 Cobreix Mànec de Llum Verd
1 Paper crepè 60x60±5 cm 60gr/m2 blanc 3 Pinça de Cordó Umbilical Blanca
4 Tovallola Assecat de Camp 18x25±5cm blanca 2 Bata Quirúrgica Reforçada Talla XL (L 129cm x A 60cm)mínim 35g/m²
1 Cinta adhesiva 9x49±5cm 1 Llençol Cesària 175/250x300±10cm reforçada, amb film incisió 38x32cm
complet, amb bossa per a recollida de líquids amb espita, i passatubs 1 Bossa Instrumental 40x35±5cm 2 Compartiments
1 Cànula succió Yankauer 22Ch 27.5cm punta rodona 6 orificis, s/control 1 Manta per a nadó 100x100±10cm blanca
1 Cobretaule Reforçat 150x190±10cm 1 Tub succió OD 29Ch 7mm 3m F/F
1 Bata Quirúrgica Estàndard Talla L (L 127cm x A 67cm)mínim 35g/m²

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3110 MATERIAL: 30043488

Descripció llarga:

HTG-HVH - Equip per a anestèsia raquídia de TST.Lliure de làtex, estèril, un sol ús. compost per 13 elements

Descripció tècnica:

HTG-HVH - Equip per a anestèsia raquídia de TST.Lliure de làtex, estèril, un sol ús. compost per 13 elements
1 Camp impermeable, 75 x 90±5cm
1 Blíster rígid 250 x 140±10cm / 2 compartiments 1 Tovalloleta absorbent, 30x20±5cm
1 Camp impermeable, 75x 90±5cm, amb lateral adhesiu 1 Pinça Kocher blau amb compresa cotó incorporada,7,5x7,5cm
1 Xeringa, 10ml luer 1 Xeringa de 5ml luer

1 Agulla 19G 1 1/2 1 Agulla 25G 5/8
1 Agulla 21G 1 1/2 1 Apòsit adhessiu 7,2x5cmm
1 Torunda 5 Compreses de 7,5x7,5 cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3120 MATERIAL: 30043505

Descripció llarga:

HTG - Equip electrofisiologia de teixit sense teixir, 21 elements

Descripció tècnica:

HTG - Equip electrofisiologia de teixit sense teixir, compost per 21 elements:
1 Cobertor de taula reforçat 190x150cm,
2 tovalloletes eixugamans 33x30cm, # 1 Bata Estàndard L,
1 Llençol d'angiografia femoro-radial reforçat de 240x340cm amb 2 fenestracions de 8x16cm i 2 fenestracions de 7x12 a/adhesiu i amb funda per panel de medició. # 1 stick per pintar,
1 batea 250ml, # 2 bateas 500ml,
2 xeringues 3 cossos 10ml luer # 1 xeringa 3 cossos 20 ml luer
1 contador d'agulles, # 6 gasses TNT 10x20cmm,
30 gasses TNT 10x10, # 1 agulla 21G,
1 agulla 20G, # 1 bisturí fred n.10,
2 fundes RX quadrades 95x85, # 1 funda RX rodona 152x76
Sense làtex i d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3130 MATERIAL: 30047535

Descripció llarga:

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè transparent.Mides: 117 x 305 cm, ajustable, amb lent angulada de vidre i tancament apressió.Per a models Leica Armatec OH,MS,M520/M525 F40. Lliure làtex , estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè transparent.Mides: 117 x 305 cm, ajustable, amb lent angulada de vidre i tancament apressió.Per a models Leica Armatec OH,MS,M520/M525 F40. Lliure làtex , estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3140 MATERIAL: 30047598

Descripció llarga:

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè transparent.Mides: 122 x 300 cm, diàmetre lent 65 mm, amb tires de subjec ció i tancament ajustable a òptiques,tipus Zeiss OPMI Kinevo 900. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda quirúrgica per a microscopi electrònic, de polietilè transparent.Mides: 122 x 300 cm, diàmetre lent 65 mm, amb tires de subjec ció i tancament ajustable a òptiques,tipus Zeiss OPMI Kinevo 900. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3150 MATERIAL: 30051460

Descripció llarga:

HTG - Equip per a reesternotomia d'emergència de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Comp ost per 10 elements

Descripció tècnica:

HHTG - Equip per a reesternotomia d'emergència de teixit sense teixir, impermeable, resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 10 elements:
1 Cànula succió Yankauer 22Ch 27,5cm punta rodona 6 orificis s/control 1 Safata 38x27,6x3cm 2600ml Blau Polipropilè
1 Bisturí amb mànec núm. 21 1 Pinça Porta Agulles Maig-Fegar Punta Fina 15cm Acer inoxidable
1 Talla Filferro corb 18cm 1 Retractor esternal 30x19cm 4 fulles
1 Cobretaules Reforçat 100x75±10cm 1 Cobretaules Reforçat 150x190±10cm
1 Tub succió PVC OD 29CH 7mm 3,5m F/F 1 Bossa de Plàstic transparent 20x30±5cm amb tanca tipus Zip

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3160 MATERIAL: 30052327

Descripció llarga:

Talla/Estoreta magnètica de polietilé amb iman (ferrita de bari),mida 41x51cm+/-2cm,amb escuma de poliuretà en contacte amb camp qui rurgic del pacient i evitar caigudes accidentals de l'instrumental

Descripció tècnica:

Talla/Estoreta magnètica de polietilé amb iman (ferrita de bari), mida 41x51cm +/-5cm,amb escuma de poliuretà en contacte amb camp quirurgic del pacient i evitar caigudes accidentals de l'instrumental

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3170 MATERIAL: 30053048

Descripció llarga:

Funda per a intensificador d'imatges arc en C, de plàstic, mida: 202x32±5cm, ajustat amb tires adhesives,estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda per a intensificador d'imatges arc en C, de plàstic, mida: 202x32± 5cm, ajustat amb tires adhesives,estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3180 MATERIAL: 30053069

Descripció llarga:

Funda de càmera amb beina metàlica per a òptica de 30°, longitud de treball 360 mm, diàmetre 10,3mm, cristal de zafir,acer inoxidabl e,PBT i PE.Per a torre d'endoscòpia Einstein Vision 3D 2.0 EV2-000056 o equivalent. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda de càmera amb beina metàlica per a òptica de 30°, longitud de treball 360 mm, diàmetre 10,3mm, cristal de zafir,acer inoxidabl e ,PBT(polibutilen-terephalato) i PE(polietilè). Per a torre d'endoscòpia Einstein Vision 3D 2.0 EV2-000056 o equivalent. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3190 MATERIAL: 30053106

Descripció llarga:

HJXXIII- Equip d'injecció intravítria per a cirurgia de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 6 elements

Descripció tècnica:

HJXXIII- Equip d'injecció intravítria per a cirurgia de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 6 elements: 1 llençol taula de 60x60±5cm
1 llençol facial amb fenestració petita de SMS sense bossa de 40x40±5cm 1 separador blefarostàt Visitec
1 marcador escleral 3,5/4,0mm 1 aplicador de cotó de 15x0,5cm
1 càpsula 60ml

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3200 MATERIAL: 30053286

Descripció llarga:

Equip de connexió i desconnexió diàlisi,lliure de làtex,estèril,un sol ús, compost per 3 elements

Descripció tècnica:

Equip de connexió i desconnexió diàlisi M, lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 3 elements:
1 talla tissú impermeable 50x60cm 1 parell de guants d'exploració de nitril mida M
4 gases absorbents 10x10cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3210 MATERIAL: 30053293

Descripció llarga:

HTG - Equip radiologia intervencionista accés femoral, de teixit sense teixir, impermeable resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 29 elements:

Descripció tècnica:

HTG - Equip radiologia intervencionista accés femoral, de teixit sense teixir, impermeable resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 29 elements:
1 mànec amb esponja color 10.5ml,CHG2%IPA70%. 1 cobertor de taula quirúrgic 150x220±10cm, absorbent central 66 cm,
teixit PR (80 g/m2): PP 30gr laminat parcial, PE 50µ. 2 bates quirúrgiques estàndard teixit SMMMS talla L amb 2 tovalloles de
cel·lulosa de 30x34cm 20 compreses de TST de 10x10cm 8c
1 agulla hipodèrmica siliconada de 21G x40mm (1 1/2")verd fosc 2 agulles de punta roma 18Gx40mm amb filtre de 5 µ.
1 xeringa (insulina)de tres cossos, LS, 1ml 1 xeringa de tres cossos,PP, èmbol verd de polipropilè, 10ml
2 xeringues de tres cossos,siliconada, LL,èmbol polipropilè,pistó isoprè 20ml
2 xeringues de tres cossos, LL, èmbol color groc de policarbonat,10ml 1 línia prolongadora per injecció de contrast resistent a la pressió 1200 psi,180 cm, mallada 1 equip d'infusió per gravetat amb càmera amb toma aire amb filtre de
230cm 1 protector de mànec de làmpada
1 càpsula circular de polipropilè de 250 ml, color blau 1 càpsula circular de polipropilè de 500ml,color blau
1 càpsula circular de polipropilè de 500m, transparent. 1 safata de polipropilè per a guies de 2500ml
1 protector intensificador 90x50±5cm rodó cm de polietilè de 35µ 1 protector intensificador 150x75±5cm cm circular de polietilè de 35µ
1 bossa de 2000ml de recollida de líquids(deixalles angiografia) de doble línia
2 absorbidors(60g/m2) amb adhesiu de 48x40 ±5cm. 1 llençol quirúrgic amb adhesiu de 90x5cm, teixit IS 56g/m2 de 175x175 ±10cm. 1 camp TNT angiografia radial, 4 fenestracions,(2 femorals Ø12.5cm, 2
radials7x5cm), 230cm x 350±10cm ample/long total ,laterals reforçats ample bandes polietilè 55cm.,zona absorbent 230/120x180cm.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3220 MATERIAL: 30053294

Descripció llarga:

HTG - Equip radiologia intervencionista accés biliar-jugular de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèri l,un sol ús.
Compost per 30 elements

Descripció tècnica:

HTG - Equip radiologia intervencionista accés biliar-jugular de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Compost per 30 elements: 1 Aplicador Clorhexidina2% IPA 70% COLOR 10,5ml (A Piggy Bag)
1 Cobretaula quirúrgic (PR) 150x200±10cm 2 Bata quirúrgica estàndard (SMMMS) "L"
2 Tovalloles eixuga mans cel·lulosa 30x34±5cm 20 Compresa TST 10 x 10cm 8C
1 Agulla hipodèrmica 21Gx40mm (1 1/2'') verd fosc 1 Agulla hipodèrmica 25G x 16mm (5/8"") taronja
2 Agulla de càrrega punta Roma amb filtre 18G x 40 mm 1 Xeringa (insulina) 3P LS 1ml
1 Xeringa 3P LS Color 10ml Verd (PP) 2 Xeringa 3P LL Color Policarbonat 10ml groga (PC)
2 Xeringa 3P LL 20ml 1 Bisturí amb mànec núm. 11 Celeste
1 Clau de 3 passos (AP) 1200psi 3W RH ON MLL 1 Protector mànec llum Plàstic verd
1 Càpsula circular 250ml blau 1 Càpsula circular 500ml blau
1 Càpsula circular 500ml transparent 1 Bandeja per a guies 2500ml
1 Protector intensificador 90x50±5cm Rodó 1 Protector intensificador 150x75±5cm Circular
2 Talla absorbent amb adhesiu 48x40±5cm 1 Camp angiografia accés central 230x350±10 cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3230 MATERIAL: 30053295

Descripció llarga:

HTG - Equip neuro-radiologia intervencionista de teixit sense teixir, impermeable resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compo st per 33elements

Descripció tècnica:

HTG - Equip neuro-radiologia intervencionista de teixit sense teixir, impermeable resistent,lliure de làtex,estèril,un sol ús. Compost per 33elements:
1 mànec amb esponja color 10.5ml,CHG2%IPA70% 1 cobertor de taula quirúrgic 150x220c±10m, absorbent central 66cm, teixit PR (80 g/m2): PP 30gr laminat parcial, PE 50µ 1 bata quirúrgica estàndard teixit SMMMS talla L. amb 2 tovalloles de cel·lulosa de 30x34±5cm 1 bata quirúrgica estàndard teixit SMMMS talla XL. amb 2 tovalloles de cel·lulosa de 30x34±5cm 1 agulla hipodèrmica siliconada de 21G x40mm (1 1/2"), color verd fosc
1 agulla hipodèrmica siliconada de 25G x16mm (5/8""), color taronja 2 agulles de punta roma,18Gx40mm amb filtre de 5 µ
1 xeringa de dos cossos, LS, èmbol verd, polipropilè,10ml. 2 xeringues siliconades, tres cossos, LL, 20ml
1 xeringa siliconada(insulina),tres cossos, LS, 1ml 2 xeringues, tres cossos, LL,policarbonat,èmbol groc, 10ml
1 bisturí número 11 amb mànec blau clar 30 compreses de TST de 10x10cm 4c, 50g/mg
1 línia de injecció de contrast(HP), mallada,180cm 1 Equip de infusió amb càmera, pressa d'aire i filtre, 230cm
2 Clau de tres vies(AP) 1050psi 3W RH RA OFF MLL 1 càpsula circular de polipropilè de 250 ml, color blau
1 càpsula circular de polipropilè de 500ml,color blau 1 càpsula circular de polipropilè de 500m, transparent
1 safata de polipropilè per a guies de 2500ml 1 protector de mànec de làmpada
1 bossa de 2000ml de recollida de líquids de doble línia. 2 absorbidors de 48x40±5cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3240 MATERIAL: 30053480

Descripció llarga:

Funda per a càmara de cirurgia SPYPHI, recobriment complert de capçal i cables de connexió, pantalla protectora visor, estèril, lliu re de làtex.

Descripció tècnica:

Funda per a càmara de cirurgia SPYPHI,recobriment complert de capçal i cables de connexió,pantalla protectora visor,estèril,lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3250 MATERIAL: 30053535

Descripció llarga:

Funda de càmera amb beina metàlica per a òptica de 0°, longitud de treball 360 mm, diàmetre 10,3mm, cristal de zafir,acer inoxidabl e,PBT i PE.Per a torre d'endoscòpia Einstein Vision 3D 2.0 EV2-000055 o equivalent. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda de càmera amb beina metàlica per a òptica de 0°, longitud de treball 360 mm, diàmetre 10,3mm, cristal de zafir,acer inoxidabl e ,PBT(polibutilen-terephalato) i PE(polietilè). Per a torre d'endoscòpia Einstein Vision 3D 2.0 EV2-000055 o equivalent. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3260 MATERIAL: 30053616

Descripció llarga:

Funda protectora transparent amb tira adhesiva per a la seva fixació amb 2 ranures addicionals per a suports arc, bossa de drenatge i bosses per a instruments. Compatible amb marc esterotàxia ELEKTA o equivalent. Ref:544113R Estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Funda protectora transparent amb tira adhesiva per a la seva fixació amb 2 ranures addicionals per a suports arc, bossa de drenatge i bosses per a instruments. Compatible amb marc esterotàxia ELEKTA o equivalent. Ref:544113R Estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3270 MATERIAL: 30054394

Descripció llarga:

Equip sondatge vesical, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús compost per 9 elements

Descripció tècnica:

Equip sondatge vesical, de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, un sol ús compost per 9 elements:
1 cinta doble adhesiva 100mm±2cm
1 xeringa de 10ml H^2O destil·lada amb glicerina al 10 % 2 sobres de gel lubricant
5 gases de TST de 7,5x7,5cm 1 pinça Kocher
1 par de guants d'exploració de nitril fi sense pols M 1 talla fenestrada TST 50gr/m^2 75x90±5cm Ø10cm
1 talla TST 50gr/m^2 75x90±5cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3280 MATERIAL: 30054449

Descripció llarga:

HVH-Equip per a Urologia RTU de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Compost per 15 e lements

Descripció tècnica:

HVH-Equip per a Urologia RTU de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Compost per 15 elements:
1-Sist. Irrigació doble OD21Ch 230cm c/càmera 3 clamps, 1-Sistema d'infusió 180x10cm,
1-Bossa d'orina 4000ml 100cm amb tub, 2-Tovalloletes eixuga mans 47x38cm+/-5cm,
2-Tovallola Assecat de Camp 18x25+/-5cm, blanca, 1-Bata Fluid Protecció Plus XLL (L 145cm x A 60cm),
1-Funda Cambra 14x250+/-5cm, punta perforada, 1-Cinta adhesiva 9x49+/-5cm,
1-Pinça 13cm blau, 1-Cubretaules Reforçat 150x190+/-10cm,
5-Gasa TNT 10x10cm 30g 4P Blanca, 1-Xeringa 20ml L/S 2P Excèntrica,
1-llençol RTU 175/270x240+/-10cm reforçada, amb obertura 8 i 5 cm c/distal integrat, camals i bossa de recollida de líquids amb espita.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3290 MATERIAL: 30054450

Descripció llarga:

HUV-Equip d'injeccions intravítrees de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Compost p er7 elements

Descripció tècnica:

HUV-Equip d'injeccions intravítrees de teixit sense teixir, impermeable, resistent, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Compost per7 elements:
1 Paper crepat 100x100 +/-5cm blau 1 Batea 13.5 x 27x2.5 cm blau
1 Blefaròstat ocular Barraquer amb valves sòlides 1 Marcador escleral 3.5 mm/4 mm
5 Compresa plegada TNT 10x10 cm 4 plecs 5 Microesponges de cel·lulosa
1 Talla per oftalmologia amb camp d'incisió, amb ranura (slit perforation) 53 x 53+/-5cm SMS

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3300 MATERIAL: 30054506

Descripció llarga:

HUB - Equip per a cirurgia amb taula de tracció de teixit sense teixir ,lliure de làtex,estèril,un1 sol ús,compost per 22 elements

Descripció tècnica:

HUB - Equip per a cirurgia amb taula de tracció de teixit sense teixir ,lliure de làtex,estèril,un1 sol ús,compost per 22 elements:
1 cobretaula reforçat 150x190±10cm
1 cobretaula estàndard 100x150±10cm 2 cobretaules reforçats 150x190±10cm amb absorció 75x190cm
1 bata quirúrgica estàndard talla L mínim 35g/m² 1 llençol d'aïllament vertical 330x240±10cm transparent, camp d'incisió
25x86cm amb bosses laterals per a instruments, veta adherent subjecta tubs i bossa recollida de líquids amb espita i adhesiu superior
1 paper crepè 60x60 ±5cm60gr/m2 blanc 1 tovallola de cotó 60x45±2cmRX
10 gases 10x20cm 17h 8p RX 1 bisturí amb mànec núm 24
1 grapadora pell 35 grapes 1 bisturí elèctric
4 eixuga mans 47x38±5cm 1 bata quirúrgica estàndard talla XLL mínim 35g/m²
4 tovalloletes assecat camp 18x25±5cm 1 tub succió PVC 25Ch

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3310 MATERIAL: 30059957

Descripció llarga:

Cinta quirúrgica subjecció tubs, tipus velcro, mida 2,5cm x 30cm (+/-2cm). Lliure de làtex. Estèril.

Descripció tècnica:

Cinta quirúrgica subjecció tubs, tipus velcro, mida 2,5cm x 30cm (+/-2cm). Lliure de làtex. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3320 MATERIAL: 30060245

Descripció llarga:

Funda telescòpica per a càmera,amplada de capçal de 6cm,longitud de 309cm ±10cm.estèril,un sol ús. Compatible amb videomediastinoscò p 10972SP ,10972SPS,10971MV i10971MVS de Storz o equivalent

Descripció tècnica:

Funda telescòpica per a càmera,amplada de capçal de 6cm,longitud de 309c m ±10cm.estèril,un sol ús. Compatible amb videomediastinoscòp 10972SP,10 972SPS,10971MV i10971MVS de Storz o equivalent

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3330 MATERIAL: 30060518

Descripció llarga:

HTG - Equip per a inserció de vies, compost per 20 elements de teixit sense teixir, impermeable, resistent. Lliure de làtex, estèril , un sol ús.

Descripció tècnica:

HTG - Equip per a inserció de vies, compost per 16 elements de teixit sense teixir, impermeable, resistent. Lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 20 elements: 1 Aplicador Clorhexidina 2% amb color 10,5ml(En Piggy Bag)
1 Sobretaula quirúrgic(PR)150x200±10cm 2 Bata quirúrgiques estàndard (SMMMS) "L"+2tovalloletes cel·lulosa
30x34HTG - Equip per a inserció de vies, compost per 16 elements de teixit sense teixir, impermeable, resistent. Lliure de làtex, estèril, un sol ús, compost per 20 elements: 1 Aplicador Clorhexidina 2% amb color 10,5ml(En Piggy Bag)
1 Sobretaula quirúrgic(PR)150x200±10cm 2 Bata quirúrgiques estàndard (SMMMS) "L" + 2 tovalloletes cel·lulosa
30x34cm 20 Compreses TST 10x10cm 8C
1 Agulla hipodèrmica 25Gx16mm(5/8""taronja 2 Agulla de càrrega punta Roma 18Gx40mm
2 Xeringues 3P LL 20ml 2 Xeringues 3P LL Color Policarbonat 10ml groc(PC)
1 Xeringa(insulina) 3P LS 1ml 1 Bisturí amb mànec n° 11
1 Batea circular 250ml 1 Gel Eco 20gr.
1 Funda ecogràfica TL 18x250±10cm a/adhesiu 1 Protector mànec làmpada Verd
2 Talles a/absorbent i adhesiu 48x40±5cm 20 Compreses TST 10x10cm 8C
1 Agulla hipodèrmica 25Gx16mm(5/8""taronja 2 Agulla de càrrega punta Roma 18Gx40mm
2 Xeringues 3P LL 20ml 2 Xeringues 3P LL Color Policarbonat 10ml groc(PC)
1 Xeringa(insulina) 3P LS 1ml 1 Bisturí amb mànec n° 11
1 Batea circular 250ml 1 Gel Eco 20gr.
1 Funda ecogràfica TL 18x250±10cm a/adhesiu 1 Protector mànec làmpada Verd
2 Talles a/absorbent i adhesiu 48x40±5cm 1 Camp angiografía accés central 230x350 cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3340 MATERIAL: 30060693

Descripció llarga:

HVH-Equip cirurgia de maluc abordatge anterior de teixit sense teixir, impermeable,resistent.Lliure de làtex,estèril,un sol ús compo st per 38 elements

Descripció tècnica:

HVH-Equip cirurgia de maluc abordatge anterior de teixit sense teixir, impermeable,resistent.Lliure de làtex,estèril,un sol ús compost per 38 elements: 1 Cobertor taula reforçat 190x210±10cm,abs 75x240cm
1 Cobertor taula reforçat 150x190±10cm,abs 75x190cm 1 Bata Quirúrgica estàndard Talla L
2 Bata Quirúrgica reforçada Talla XL 6 Tovalloles de mans 47x38±5cm
2 Fundes taula Mayo reforçada 79x145±10cm,abs 65x85cm 2 Protector mànec de llum universal

1 Tub de Succió PVC Øextern 30Ch,Øintern 21Chx3m F/F 1 Neteja puntes d'electrobisturí adhesiu
2 Càpsula graduada transparent 250ml 1 Bisturí elèctric amb botons, llargària del cable 320cm
1 Contenidor agulles 20pcs foam/magnètic 5 Gasa TNT 10x20cm 50gr 8P amb contrast
5 Gasa TNT 10x20cm 40gr 4P sense contrast 5 Gasa TNT 10x10cm 4P sense contrast
3 Full de bisturí nº22 1 Terminal Elèctrode llarg bisturí elèctric 15,2cm
1 Cànula Yankauer de 22CH/6,0mm x 27,5cm punta rodona amb 6 forats 1 Bossa de paper 38x51x12,5cm blanca
1 Bossa Instrumental 40x35cm a/2 compartiments 1 Subjecta tubs de tira adherent 2,5x30cm,adhesiu
1 Llençol maluc via anterior 300x400±10cm amb film d'incisió,camals i 2 obertures
1 Apòsit Post-Op 9x10cm 1 Regla 15cm blanca
1 Retolador de pell punta normal 2 Botines cotó 7x100±10cm de llargària

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3350 MATERIAL: 30061211

Descripció llarga:

Equip de fundes amb clip ajustable per a intensificador d'imatges per arc en C : 1 funda amb clip i 2 bosses circulars elàstiques pe r models d'arc amb mides: Ø12"x30,48.Compatible amb model General Electric o similar.Lliure de làtex,estèril,1ús.

Descripció tècnica:

Equip de fundes amb clip ajustable per a intensificador d'imatges per arc en C : 1 funda amb clip i 2 bosses circulars elàstiques pe r models d'arc amb mides: Ø12"x30,48.Compatible amb model General Electric o similar.Lliure de làtex,estèril,1ús.

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3360 MATERIAL: 30061944

Descripció llarga:

Equip Hipòfisi de TST, impermeable, resistent, absorbent, compost per 46 elements, estèril, lliure de làtex, d'un sol ús:

Descripció tècnica:

Equip Hipòfisi de TST, impermeable, resistent, absorbent, compost per 46 elements, estèril, lliure de làtex, un sol ús:
1 cobretaula 240x160±10cm 2 xeringues 60cc L-L
4 talla a/adhesiu 75x75±5cm 4 talla a/adhesiu 175x150±10cm
1 bisturí elèctric 320cm a/botons tall/coagulació 1 netejador punta bisturí
1 flascó antivaf 6gr 1 funda càmera 18x250±10cm
2 goma aspiració 230±10cm 20 lentina a/control RX 52x52mm
20 lentina a/control RX 13x52mm 20 gassa a/control RX 10x10cm
20 gassa a/control RX 20x10cm 1 fulla bisturí nº 23
1 fulla bisturí nº 15 1 bata quirúrgica estàndard 119x150cm
3 bata quirúrgica estàndard 129x170cm 1 càpsula rodona 250cc
1 safata rectangular 200CC 2 xeringa 20cc L-L
2 catèter venós perifèric 14G 1 contenidor d'agulles 30 espais foam/magnètic
4 tovalloles eixugamans 47x38±5cm 1 funda taula Mayo reforçada 80x142cm i absorv 79X145
1 bossa instrumental 40x35±5cm a/2 compartiments, adhesiva 1 cànula Yankauer PVC 12Fx25cm estr s/cont
1 cànula Yankauer PVC 22Fx25cm gran a/contr

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3370 MATERIAL: 30061945

Descripció llarga:

Equip vàlvula v.peritoneal de TST, impermeable, resistent, absorbent, estèril, lliure de làtex,d' un sol ús,compost per 38 elements

Descripció tècnica:

Equip vàlvula v.peritoneal de TST, impermeable, resistent, absorbent, estèril, lliure de làtex, un sol ús,compost per 38 elements:
1 cobretaula 240x160±10cm 2 llençol 240x150±10cm
1 camp d'incisió adhesiu 28x41±5cm 1 camp d'incisió adhesiu 56x80±5cm
3 talla adhes iva reforçada 90x75±5cm 1 funda taula Mayo 79x145±5cm
1 bata quirúrgica estàndard 119x150cm 2 bata quirúrgica 129x170cm
6 eixugamans 47x38±5cm 1 cinta adhesiva 9x49±3cm
1 bossa per instrumental 40x35cm 1 bisturí elèctric 320cm a/botons tall/coagulació
1 goma aspir ador 230±5cm 1 retolador dèrmic
1 contenidor agulles 30 espais FOAM/MAGNET 1 netejador punta bisturí
20 gassa petita a/control RX 1 0x10cm 10 gassa gran a/control RX 20x10cm
2 càpsula 250cc 1 safata 25x14x5cm 1575cc
1 safata 1000ml 1 xeringa 20cc L-L
1 fulla bis turí n° 23 1 fulla bisturí n° 11
1 grapadora pell 35 grapes 1 catèter venós perifèric 20G
1 protector mosquit 6 u adhesiu

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3380 MATERIAL: 30061946

Descripció llarga:

Equip artrodesis cervicak anterior, TST, impermeable, resistent, absorbent, estèril, lliure de làtex, d'un sol ús, compost per 49 el ements

Descripció tècnica:

Equip artrodesis cervicak anterior, TST, impermeable, resistent, absorbent, estèril, lliure de làtex, d'un sol ús,compost per 49 elements
20 gasses a/control RX 10x10cm, 2u 10 gasses a/control RX 20x10cm, 1u
2 gomes aspiració SILICONA 250±10cm 1 fulla bisturí n° 23
1 fulla bisturí n° 15 1 cànula Yankauer PVC 12Fx25cm estr s/cont
1 cànula aspiració metàl·lica 5F 1 cànula aspiració metàl·lica 12F
1 bisturí elèctric 320cm a/botons tall/coagulació 1 contenidor agulles 30 espais FOAM/MAGNETIC
2 càpsules rodones 250cc 1 catèter venós perifèric 14G
2 xeringes 20cc 20 compreses neuroquirúrgica a/control RX 52x52mm, 2 u
20 compreses neuroquirúrgica a/control RX 13x52mm, 2 u 5 torundes a/control RX, 17 fils
1 joc 3 fundes per a intensificador d'imatges arc en C comp models Philips: Pulsera/Endura/Libra 12
1 agulla punció raquídia 22G 1 funda taula Mayo 80x142±5cm
2 llençol amb adhesiu 150x175±10cm 2 talles amb adhesiu 75x75±5cm
1 llençol 150x190±10cm 1 bata quirúrgica estàndard 119x150cm
3 bata quirúrgica estàndard 129x170cm 1 bossa instrumental 40x35±5cm a/2 compartiments, adhesiva
1 tira adherent (tipus velcro) 2,5x30±5cm 1 cobretaula 240x160±10cm
8 eixugamans 47x38±5cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3390 MATERIAL: 30061984

Descripció llarga:

HUGTP-Equip per a procediments de cirurgia ORL oido, de TST, lliure de làtex, estèril, d¿un sol ús, compost per 36 elements

Descripció tècnica:

HUGTP-Equip per a procediments de cirurgia ORL oïde, de TST, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, compost per 36 elements:
1 cobre taules reforçat TST 150x190±10cm impermeable
1 bata quirúrgica estàndard TST,35g/m²,144x60cm 4 tovalloles eixugamans 47x38 ±3cm
2 tovalloles eixugamans 47x38 ±3cm 2 bata quirúrgica estàndard TST,35g/m²,119x55cm
1 funda taula Mayo 79x145 ±5cm,amb absorbent 65x85cm 1 comptador d'agulles 10,foam/magnètic
1 fulla de bisturí n°15 1 bossa de plàstic transparent 20x30±5cm amb tanca tipus zip
2 cànula frazier 2mm 8cm punta rodona 2 cànula frazier 1mm 7cm punta rodona
1 xeringa 10ml 2 parts l/s excèntrica 1 agulla hipodèrmica 21g 40mm verd 1 punta d'aspiració amb control buit
2 cànula frazier 1,4cm 7cm 1 tub de silicona od 9,0 mm id 6,0 mm 4,0 mm
1 càpsula mil·limetrada transparent 250ml 1 funda mànec làmpada quirúrgica
1 mànec de llum cobertor de càmera tipus skyton 1 bisturí elèctric 320cm botons tall/coagulació
1 grapadora de pell 35 grapes 1 bossa instrumental 40x35 ±5cm amb 2 compartiments
1 cinta adhesiva 9x49±3cm 1 pany utilitats de TST 90x75±5cm
2 talla adhesiva 75x75±5cm 1 llençol adhesiu de TST 175x175±10cm reforçat
1 llençol cap de TST 150x175±10cm amb turbant

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3400 MATERIAL: 30061985

Descripció llarga:

HUGTP-Equip per a procediments de cirurgia robòtica de TST, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, 36 elements

Descripció tècnica:

HUGTP-Equip per a procediments de cirurgia robòtica de TST, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, 36 elements:
1 Cobretaula reforçat TST 30g/m2 absorbent,impermeable 150x190±10cm
6 Tovalloles eixugamans 47x38±3cm 1 Bata estàndard TST 35 g/m2 XL-L 144 cm long,60cm amplada pit
1 Bata estàndard TST 35 g/m2 L 35 g/m2 119cm long,55cm amplada pit 1 Funda taula Mayo TST 27g/m2 79x145cm,amb absorbent de 65x85cm 2 Xeringa
10ml L/S 3 c Concèntrica 1 Grapadora Pell 35 grapes
1 Regla 15 cm blanca 1 Retolador de pell punta normal violeta
1 Bossa de plàstic transparent 20cm,30cm a/tanca tipus Zip 1 Comptador d'agulles 10u,foam/magnètic
1 Full d e Bisturí n°22 2 Càpsula graduada transparent
1 Tub d'insuflació amb filtre OD 26Ch I 1 Bisturí elèctric 320cm botons tall/coagulaci ó
2 Funda mànec làmpada quirúrgica universal 2 Bossa instrumental 30x50cm, 3 compartiments a/adhesiu transparent
1 Bossa Instrument al 40x35cm,2 compartiments a/adhesiu, transparent 4 Tovallola eixuga camp 18x25±3cm cel·lulosa
2 Cinta adhesiva 9x49±5cm de TST impermeable 1 Talla adhesiva TST absorbent, impermeable, 90x75cm ±5cm
1 Llençol bariàtric TST absorbent, impermeable de 280/230/270x335± 10cm amb obertura adherent flexible de 32x42cm, amb camals, passa tubs i tira
adherent 1 Paper crepè 60x60 cm 60gr/m2 blanc

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3410 MATERIAL: 30061986

Descripció llarga:

HUB-Equip per a procediments de Neuroradiologia, de TST, estèril, d'un sol ús, compost per 43 elements

Descripció tècnica:

HUB-Equip per a procediments de Neuroradiologia, de TST, estèril, d'un sol ús, compost per 43 elements
1 Aplicador de Clorhexidina amb color2% 10,5ml (A Piggy Bag)
1 Cobreix taula quirúrgic 150x200±10cm 2 Tovalloles Eixugamans cel·lulosa 30x34±3cm
1 Bata quirúrgica estàndard "M" 2 Tovalloles eixugamans cel·lulosa 30x34±3cm
1 Bata quirúrgica estàndard L 30 Gases TST 10x 0cm 4plecs
1 Agulla hipo dèrmica 21G x 40mm (1 1/2'') verd fosc 1 Agulla hipodèrmica 20G x 40mm (1 1/2"") groc
1 Agulla introducció vascular catèter venós perifèric 18Gx51mm 2 Xeringa 3P LL Color groga policarbonat 10ml
2 Xeringa 3P LL Color blau policarbonat 10ml 1 Xeringa 3P LL 10ml
1 Fulla Bisturí n° 11 amb mànec 1 Equip d'infusió a/cambra,presa aire i filtre 180cm
2 Equip d'infusió a/càmera, presa aire i filtre de seguretat 180cm 2 Línia monitorització 50cm F-MLL amb taps
1 Línia injecció contrast(AP) mallada (1200psi) 200cm F-MLL 1 Comptador d'agulles magnètic de 30u amb extractor de bisturí
2 Clau de 3 vies (Alta Pressió) 1050psi 2 Clau de 3 vies (Baixa Pressió) ON
1 Manegot pressurització (Alta Pressió) 1100psi 2V RH ON 1 Batea circular 250ml blau
1 Batea per a guies 2500ml 2 Funda intensificador 90x80cm Rectangular
1 Funda intensificador amb cinta 122x122cm 1 Bossa recollida residus amb connexió M 1000ml
4 Talla absorbents 48x40±5cm 1 Llençol angiografia radial laterals reforçats 230x350±10cm STD

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3420 MATERIAL: 30061987

Descripció llarga:

HUB-Equip per a procediments de Mà i Peu, de TST, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, 41 elements

Descripció tècnica:

HUB-Equip per a procediments de Mà i Peu, de TST, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, 41 elements:
1 Cobretaules reforçat 150x190 ±10cm
2 Tovalloles de mans 47x38±5cm 1 Bata quirúrgica estàndard Plus L-L
4 Tovalloles eixugamans 47x38±5cm 2 Bata quirúrgica reforçada XL
1 Funda taula Mayo reforçada 79x145±5cm ,Abs.65x85cm 1 Cobretaules estàndard 150x190±10cm
2 Funda mànec de làmpada quirúrgica Universal 1 mànec amb esponja 15cm
1 Contenidor d'agulles 20u Foam/Magnètic#2 Full de bisturí n°15 1 Càpsula graduada transparent 250ml
1 Botina cotó 7cm 100cm 1 Bisturí Elèctric 320cm botons tall/coagulació
1 Neteja puntes de bisturí 5x5cm 5 Gases TST 10x10cm 6pblanca
3 Fundes tamboret 40x23±2cm amb elàstic rodó blau 5 Compresa abdominals TNT 40x40cm 70g 4p blanca RX
1 Talla instrumental antilliscant 50.8x40.6±5cm 1 Cinta adhesiva 9x49±5cm
1 Bossa Instrumental 40x35cm 2 Compartiments, adhesiva. 2 Talles adhesives 90x75±5cm
1 Llençol Mà-Peu 230X315±10cm obertura.3.5cm elast.reforç, amb 16 passatubs integrats

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3430 MATERIAL: 30061988

Descripció llarga:

HUB-Equip per a procediments de artroscòpia de espatlla de TST, lliure de làtex, estèril, d¿un sol ús, compost per 34 elements

Descripció tècnica:

HUB-Equip per a procediments de artroscòpia de espatlla de TST, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, compost per 34 elements:
1 Cobretaules reforçat 150x190±10cm
2 Tovalloles eixugamans 47x38±3cm 1 Bata quirúrgica estàndard L-L (L 134cm x A 55cm)
6 Tovalloles eixugamans 47x38±3cm 2 Bata quirúrgica estàndard XL (L 129cm x A 65cm)

1 Cobretaules estàndard 150x190±10cm 1 Fulla bisturí nº11 amb mànec
1 Càpsula graduada transparent 250ml 1 mànec amb esponja per desinfecció 20cm
1 Catèter venós perifèric 14G 10 Gases TNT 10x20cm 50g a/control RX 8 plecs
10 Gases TNT 10x10cm 50gr a/control RX 4 plecs 1 Talla cotó blava 60x45cm
1 Funda taula Mayo 79x145±10cm,a/Abs.65x85cm 1 Tub succió PVC OD25Ch ID16Ch 300±10cm F/F
1 Funda càmera 18x250±10cm,punta elàstica 1 Llençol espatlla en U a/bossa 240x170±10cm ab.adh.15x45cm amb bossa
recollida de líquids amb 2 aixetes i tires adherents subjecta tubs 3 Cinta adhesiva 9x49±5cm
1 Llençol adhesiu 240x150±10cm 5 Talla adhesiva 90x75±5cm
1 Llençol en U 230x295±10cm reforçat adh.10x70cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3440 MATERIAL: 30061989

Descripció llarga:

HUB-Equip per a Cirurgia Vascular bàsica Varius, de TST, lliure de làtex, estèril, d¿un sol ús, compost per 25 elements

Descripció tècnica:

HUB-Equip per a Cirurgia Vascular bàsica Varius, de TST, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, compost per 25 elements
1 Cobretaule s reforçat 150x240±10cm
4 Tovalloles de mans 47x38±3cm 1 Bata quirúrgica estàndard L-L(L 134cm x A 55cm)
1 Bata quirúrgica estàndard XL-L(L 144 cm x 60cm) 1 Full de bisturí nº11
1 càpsula graduada transparent 250ml 1 Full de bisturí nº10
1 Càpsula graduada blava d e 500ml 1 Neteja puntes bisturí 5x5cm
1 Talla cotó blau 60x45±5cm 1 Bisturí elèctric 320cm botons de tall/coagulació
1 mànec amb es ponja per desinfecció 20cm 10 Gasa TST 10x20cm 50gr 4p RX blanca (1Paq)
10 Gasa TST 10x10cm 50g 8p RX blanca (1Paq) 2 Funda mànec làmpada quirúrgica universal
1 Bossa instrumental 40x35±cm 2 compartiments a/adhesiu 1 Cinta adhesiva 9x49±3cm
2 Talles adhesives reforçades 90x75±5cm 1 Llençol adhesiu reforçat amb passa tubs 240x150±10cm
1 Llençol en U 200x290±10cm,absorbent U 7x65cm i adhesiu estret

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3450 MATERIAL: 30061990

Descripció llarga:

HUB- Equip per a Cirurgia bàsica OFT de TST, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, compost per 26 elements

Descripció tècnica:

HUB- Equip per a Cirurgia bàsica OFT de TST, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, compost per 26 elements
1 Cobretaules reforçat 100x150±10cm
3 Tovalloles de mans 47x38cm 3 Bata quirúrgica XL(L 129cm x A 65cm)
1 Cobretaules estàndard 100x150±10cm 1 Agulla hipodè rmica 19G 40mm ivori
1 Sutura adhesiva 12x100mm (3 u) 2 Micro esponges PVA (5 u)
1 Cànula càmera Anterior 27G 22mm 45° "Rycroft" punta roma 1 Micro esponges cel·lulosa(10 u)
1 Bossa de plàstic transp. 20cm,30cm a/tanca tipus Zip 1 Apòsit film transparent adhesiu 1 0x12±1cm
3 Xeringa 10ml L/S 3c excèntrica 1 Cànula càmera anterior 25G 22mm 45° Rycroft punta roma
20 Gasa TST 10x10cm 30g 4p blanca 2 Maneguet braç 50x17±5cm
1 Càpsula graduada 120ml transparent 1 Llençol oftalmologia 150x300±10cm a/film incisió i obertura 6,5x3,5cm,
a/bosses laterals i pont nasal

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3460 MATERIAL: 30061991

Descripció llarga:

HUB-Equip per a FAVI de TST, lliure de làtex, estèril, d¿un sol ús, compost per 36 elements

Descripció tècnica:

HUB-Equip per a FAVI de TST, lliure de làtex, estèril, d¿un sol ús, compost per 36 elements:#1 Cobretaula reforçat 150x240±10cm#6 To valloles eixugamans 47x38±3cm #1 Bata quirúrgica estàndard L-L (L 134cm x A 55cm)#2Bata quirúrgica estàndard XL (L 129cm x A 65cm)#2 Funda mànec làmpada quirúrgica universal#1 Joc protectores de Mosquit (6u)#1 Neteja puntes debisturí 5x5cm#1 Fulla de bisturí n°10 #1 Capsula 250ml transparent#1 Cinta vascular maxi 2.5x1x406mm silicona blava #1 Cinta vascular maxi 2.5x1x406mm silicona roja #1 Cà psula 500ml graduada blava#1 Mànec amb esponja per desinfecció 20cm#1 Bisturí elèctric 320cm botones tall/coagulació#1 Grapadora pel l 35grapas#1 Comptador d¿agulles 20u Adh/Foam#20Gasa TST 10x10cm 50g 8p a/control RX (2u)#1 Xeringa 20ml L/S 2P excèntrica#1 Talla c otó blau 60x45cm #1 Bolsa instrumental 40x35cm a/ 2 butxaques, Adh#1 Cinta adhesiva 9x49±1cm#3 Talla adhesiva reforçada 90x75±5cm #2 Subjectatubs de tira adherent 2,5x30cm,Adh#1 Llençol en U 230x150cm, absorbent U adh.7x65cm reforçada#1 Llençol en U 200x290cm, abs orbent U 7x65cm a/Adh estret#

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3470 MATERIAL: 30061992

Descripció llarga:

HUB-Equip per a cirurgia de columna NCR de TST, lliure de làtex, estèril, d¿un sol ús, compost per 40 elements

Descripció tècnica:

HUB-Equip per cirurgia de columna NCR de TST, lliure de làtex, estèril ,d'un sol ús, compost per 40 elements:
1 cobretaules reforçat 150x190±10cm
2 tovalloles de mans 47x38±5cm 1 bata quirúrgica estàndard 119x150cm
2 tovalloles de mans 47x38cm 2 bata quirúrgica estàndard 129x170cm
1 funda taula Mayo 79x145±5cm,Abs.65x85cm 2 cobretaules reforçat 150x190±10cm, Abs.75x190cm
2 tub de silicona 6x9mm x2,3m pre-tallat 1 càpsula graduada 120ml transparent
1 càpsula 500ml graduada blava 2 fundes mànec làmpada universal
1 neteja puntes bisturí 5x5cm 1 xeringa 20ml L/S 2c excèntrica
1 xeringa 10ml L/L 3c concèntrica 1 full de bisturí n°11
1 full de bisturí n°24 1 càpsula graduada blava 1000ml
30 gases 10x10cm,17 fils12p a/control RX 10 gases 10x20cm, 17 fils 12p a/control RX
1 tovallola cotó blava 60x45cm a/control RX 1 bisturí elèctric 320cm botons tall/coagulació
1 grapadora pell 35 grapes 1 comptador d'agulles 30pc foam/magnet a/extracció fulles bisturí

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3480 MATERIAL: 30061993

Descripció llarga:

HUB-Equip cobertura quirúrgica per a citoscòpia ginecològica de TST, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, compost per 5 elements

Descripció tècnica:

HUB-Equip de cobertura quirúrgica per a citoscopia ginecològica de TST ,lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, compost per 5 elements :
1 Cobretaules reforçat estàndard 150x200±10cm
1 Llençol citoscòpia reforçat a/fenestració i en forma de T de 98/163x232±10cm
2 Camals 79x140±5cm 1 Tovallola eixugamans 40x40±5cm

SOL.COMANDA: 1101348854 POSICIÓ: 3490 MATERIAL: 30061994

Descripció llarga:

HUB-Equip per a implantació Endopròtesis de TST, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, 76 elements

Descripció tècnica:

HUB-Equip per a implantació Endopròtesis de TST, lliure de làtex, estèril, d¿un sol ús, 76 elements:
1 Cobretaules reforçat 150x240±1 0cm
8 Tovalloles eixuga mans 47x38±3cm 1 Bata quirúrgica estàndard L-L (L 134cm x A55cm)
3 Bata quirúrgica reforçada XL-L (L 144 cm x 60cm) 1 Funda taula Maig 79x145±5cm, Abs.65x85cm
2 Cobretaules reforçat 150x190±10cm Abs.75x190cm 1 Funda intensificador 95X85cm rect elast transp
2 Funda monitor circular 90cm transparent 1 Funda circular 85x85cm transparent
2 Funda mànec làmpada quirùrgica universal 20 Gases TST 10x20cm 50g RX 8P
20 Gases TST 10x10cm 50gr 4P RX blanca 1 Safata 25x14x5cm 1575 ml blau polipropilè
1 Tub succió 30Ch 350c 1 Cànula Yankauer 12Ch 27,5cm
2 Sistema d'infusió 180cm connexió L/L 1 Clau de 1 via ON MLL/FLL 1200 PSi Blanca
2 Xeringa 60ml 3c L/S 2 Xeringa 20ml L/L 3 parts concèntrica
1 Xeringa 20ml L/S3c concèntrica 1 Xeringa 3ml 3c L/S concèntrica
1 Xeringa 5ml L/S 3 c concèntrica 1 Xeringa 10ml,3P,L/L concèntrica
1 Bisturí elèctric 320cm a/botons tall/coagulació 1 Comptador agulles 60u, doble, magnètic
2 Tovallola cotó blau 60x45±3cm detectable RX 2 Apòsit Film transparent 10x12±1cm
2 Bossa instrumental 40x35cm 2 butxaques 2 Subjectatubs tira adherent 2 ,5x15±3cm a/adhesiu
1 Cinta adhesiva 9x49±3cm 1 Neteja puntes de bisturí 5x5cm
1 Full de bisturí n °24 1 Full de bisturí nº11
1 Protector pinça mosquit groc (paquet 10u) 2 Cinta vascular maxi 2.5 x 1 x 40,6cm silicona blau
2 Cinta vascular maxi 2.5 x 1 x 40,6cm silicona groc 1 Etiqueta,1,6x5cm groga contrast
1 Càpsula 250ml graduada groga 1 Càpsula 500ml graduada blava
1 Funda sonda 15x122cm a/gel lubrificant 1 Càpsula 1000ml graduada transparent
1 Safata 38x28x5cm 4000ml Blanca 5 Talles a dhesives 90x75±5cm
1 Cobretaules estàndard 150x190±10cm 1 Llençol angiografia 240x370±10cm reforçada, obert5x7cm (2) 7x10cm (2)
,laterals transparents 1 Paper crepè 60x60 cm 60gr/m2 blanc

ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública

S'ha d'omplir el excel Licitació 1101338854_2bis.

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

Aquesta oferta és per a tipus de codi SAP i codi AGRUPADOR i només s'ha omplir la pestanya **Oferta**.

1. Pestanya *Oferta*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	Q
1	Num. Exp.:					CS/CC00/1101288868/22/AM									
2	Descripció:					SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE GUIES PER A									
3	Empresa:														
4	NIF:														
5	Data														
6	Segell Empresa:														
7	Signatura:														
8	T. Oferta (B: Base, V: Variant):					B									
9	Número oferta Variant:														
10	Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Referencia	Marca	Model	Forma Pres	Codi Europeu EAN	Caducitat	Oferta presentada
11	1	0		40	999302587	A - Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriment polimer hidrofilic,diàmetre de 0,018",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	820	UNI								
12	1	0		50	999302588	A - Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriment polimer hidrofilic,diàmetre de 0,014",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	1	UNI							
						A - Guia híbrida extra-rígida per ATP vasos estrets i tortuosos,recobriment hidrofilic,diàmetre de 0,018",punta cònica,flexible i angulada,longitud entre 180cm i									

Oferta | Hoja4 | Hoja1 | Hoja2 | Hoja3

La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya *Oferta*

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya *Oferta*

Capçalera	Empresa	Informar **nom** de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar **NIF** de l'empresa licitadora **sense cap signe** de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en **majúscules.**	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar **B** Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar **V**	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Pestanya *Oferta*	Per a ofertes de codi SAP: Informar la referència Per a ofertes de codi agrupador: Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador	Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Obligatori
Model	Indicar el model del producte ofert.		Obligatori
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l'agrupador NO en té (SOBRE 2) Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02),		No Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Oferta presentada	En aquest camp marcar una **X** i informar OBLIGATORIAMENT els camps ***Referència marca i model*** si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.		Obligatori quan es presenta oferta

Institut Català de la Salut

ANNEX D1

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea *DADES DEL LICITADOR*	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del *Resum* de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el *Resum* de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estaré en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient CS/CC00/1101348854/23/AMUP

Descripció expedient SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Lot	Codi agrupador	Codi SAP	Tipus Oferta	GTIN (EAN)	Referència proveïdor	Referència distribuïdor	Marca	Normativa		
								Marcatge conformitat CE (SI/NO)	Reglament (UE) 2017/745 Parlament Europeu i Consell - Regulació prod sanitaris (SI/NO)	Altres normatives
1	-	30003916								
1	-	30003917								
1	-	30003918								
2	-	30000446								
2	-	30000447								
2	-	30004947								
2	-	30016932								
2	-	30041779								
3	-	30001408								
3	-	30001835								
3	-	30016933								
3	-	30016934								
3	-	30016935								
4	-	30000402								
4	-	30000411								
4	-	30000466								
4	-	30001464								
4	-	30001465								
4	-	30001522								
4	-	30003924								
4	-	30003926								
4	-	30004995								
4	-	30023445								
4	-	30028190								
4	-	30040555								
4	-	30043476								
4	-	30052327								
5	-	30000403								
5	-	30000405								
5	-	30000406								
5	-	30001466								
5	-	30001518								
5	-	30002044								
5	-	30002216								
5	-	30003002								
5	-	30003922								
5	-	30004316								
5	-	30004325								
5	-	30004909								
5	-	30013136								
5	-	30018315								
5	-	30019242								
5	-	30019243								
5	-	30019244								
5	-	30019652								
5	-	30033144								
5	-	30033660								
6	-	30000465								
6	-	30001519								
6	-	30001520								
7	-	30000325								
7	-	30000326								
7	-	30000327								
7	-	30000328								
7	-	30000409								
7	-	30001456								
8	-	30000317								
8	-	30000319								
8	-	30000320								
8	-	30000321								
8	-	30000323								
8	-	30001414								
8	-	30008157								
8	-	30008159								

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient CS/CC00/1101348854/23/AMUP

Descripció expedient SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Lot	Codi agrupador	Codi SAP	Tipus Oferta	GTIN (EAN)	Referència proveïdor	Referència distribuïdor	Marca	Normativa		
								Marcatge conformitat CE (SI/NO)	Reglament (UE) 2017/745 Parlament Europeu i Consell - Regulació prod sanitaris (SI/NO)	Altres normatives
8	-	30016893								
8	-	30038047								
9	-	30000331								
9	-	30000332								
9	-	30000333								
9	-	30000407								
9	-	30000408								
9	-	30011591								
9	-	30059957								
10	-	30001463								
10	-	30001513								
10	-	30002043								
10	-	30003923								
11	-	30000415								
11	-	30020070								
11	-	30032643								
11	-	30032644								
11	-	30040267								
11	-	30040268								
11	-	30040770								
11	-	30053069								
11	-	30053535								
11	-	30060245								
12	-	30001468								
12	-	30003828								
12	-	30003829								
12	-	30006611								
12	-	30006838								
12	-	30007373								
12	-	30007524								
12	-	30008239								
12	-	30010019								
12	-	30019926								
12	-	30033338								
12	-	30039716								
12	-	30053048								
12	-	30061211								
13	-	30000414								
13	-	30001777								
13	-	30003832								
13	-	30004878								
13	-	30009912								
13	-	30012650								
13	-	30017301								
13	-	30026821								
13	-	30028923								
13	-	30031963								
13	-	30047535								
13	-	30047598								
14	-	30003827								
14	-	30004918								
14	-	30009743								
14	-	30034423								
14	-	30040122								
14	-	30053480								
14	-	30053616								
15	-	30002637								
15	-	30003825								
15	-	30003831								
15	-	30004926								
15	-	30008165								
15	-	30009634								
15	-	30009712								
15	-	30009739								

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient CS/CC00/1101348854/23/AMUP

Descripció expedient SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Lot	Codi agrupador	Codi SAP	Tipus Oferta	GTIN (EAN)	Referència proveïdor	Referència distribuïdor	Marca	Normativa		
								Marcatge conformitat CE (SI/NO)	Reglament (UE) 2017/745 Parlament Europeu i Consell - Regulació prod sanitaris (SI/NO)	Altres normatives
15	-	30013416								
15	-	30020212								
15	-	30027935								
15	-	30033334								
15	-	30033335								
16	-	30003824								
16	-	30013644								
16	-	30026074								
16	-	30039118								
17	-	30000503								
17	-	30000505								
17	-	30008722								
17	-	30012931								
18	-	30002056								
18	-	30002215								
18	-	30002640								
18	-	30003091								
18	-	30003096								
18	-	30004318								
18	-	30004319								
18	-	30004320								
18	-	30004321								
18	-	30004324								
18	-	30006746								
18	-	30008335								
18	-	30009223								
18	-	30010016								
18	-	30011595								
18	-	30011596								
18	-	30012659								
18	-	30018672								
18	-	30018673								
18	-	30019300								
18	-	30025014								
18	-	30029504								
18	-	30053286								
18	-	30054394								
18	-	30061944								
18	-	30061945								
18	-	30061946								
19	-	30006992								
19	-	30007915								
19	-	30007940								
19	-	30011120								
19	-	30013066								
19	-	30015103								
19	-	30015850								
19	-	30018623								
19	-	30019659								
19	-	30019660								
19	-	30019661								
19	-	30019663								
19	-	30019664								
19	-	30019666								
19	-	30019667								
19	-	30019668								
19	-	30019669								
19	-	30019670								
19	-	30019671								
19	-	30019672								
19	-	30019673								
19	-	30019674								
19	-	30019676								
19	-	30019677								

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient CS/CC00/1101348854/23/AMUP

Descripció expedient SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Lot	Codi agrupador	Codi SAP	Tipus Oferta	GTIN (EAN)	Referència proveïdor	Referència distribuïdor	Marca	Normativa		
								Marcatge conformitat CE (SI/NO)	Reglament (UE) 2017/745 Parlament Europeu i Consell - Regulació prod sanitaris (SI/NO)	Altres normatives
19	-	30027634								
19	-	30029507								
19	-	30030716								
19	-	30030717								
19	-	30043488								
20	-	30007910								
20	-	30007914								
20	-	30007919								
20	-	30007920								
20	-	30007922								
20	-	30007925								
20	-	30007927								
20	-	30007928								
20	-	30007929								
20	-	30007931								
20	-	30007932								
20	-	30007934								
20	-	30007943								
20	-	30007946								
20	-	30007952								
20	-	30007953								
20	-	30007958								
20	-	30007963								
20	-	30007964								
20	-	30007966								
20	-	30007967								
20	-	30007968								
20	-	30007969								
20	-	30007972								
20	-	30007974								
20	-	30007975								
20	-	30007977								
20	-	30007980								
20	-	30008062								
20	-	30008065								
20	-	30008068								
20	-	30008073								
20	-	30008729								
20	-	30008730								
20	-	30013549								
20	-	30017452								
20	-	30033831								
20	-	30033832								
20	-	30033835								
20	-	30040495								
20	-	30042284								
21	-	30007911								
21	-	30007912								
21	-	30007913								
21	-	30007916								
21	-	30007917								
21	-	30007918								
21	-	30007921								
21	-	30007923								
21	-	30007924								
21	-	30007926								
21	-	30007930								
21	-	30007935								
21	-	30007936								
21	-	30007937								
21	-	30007938								
21	-	30007941								
22	-	30008334								
22	-	30008337								

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient CS/CC00/1101348854/23/AMUP

Descripció expedient SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Lot	Codi agrupador	Codi SAP	Tipus Oferta	GTIN (EAN)	Referència proveïdor	Referència distribuïdor	Marca	Normativa		
								Marcatge conformitat CE (SI/NO)	Reglament (UE) 2017/745 Parlament Europeu i Consell - Regulació prod sanitaris (SI/NO)	Altres normatives
22	-	30009628								
22	-	30010748								
22	-	30010749								
22	-	30010760								
22	-	30010761								
22	-	30011792								
22	-	30011793								
22	-	30011986								
22	-	30011987								
22	-	30012557								
22	-	30012558								
22	-	30012559								
22	-	30014104								
22	-	30015130								
22	-	30016221								
22	-	30016476								
22	-	30016504								
22	-	30017701								
22	-	30017750								
22	-	30018670								
22	-	30018671								
22	-	30018681								
22	-	30019351								
22	-	30023930								
22	-	30024010								
22	-	30024011								
22	-	30028781								
22	-	30030827								
22	-	30034218								
22	-	30034219								
22	-	30034240								
22	-	30054506								
22	-	30061986								
22	-	30061987								
22	-	30061988								
22	-	30061989								
22	-	30061990								
22	-	30061991								
22	-	30061992								
22	-	30061993								
22	-	30061994								
23	-	30008685								
23	-	30008843								
23	-	30021183								
23	-	30021184								
23	-	30021185								
23	-	30061984								
23	-	30061985								
24	-	30007621								
24	-	30019264								
24	-	30034633								
24	-	30041655								
24	-	30043487								
24	-	30043505								
24	-	30051460								
24	-	30053293								
24	-	30053294								
24	-	30053295								
24	-	30060518								
25	-	30019675								
25	-	30030081								
25	-	30030082								
25	-	30035314								
25	-	30042250								

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient CS/CC00/1101348854/23/AMUP

Descripció expedient SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Lot	Codi agrupador	Codi SAP	Tipus Oferta	GTIN (EAN)	Referència proveïdor	Referència distribuïdor	Marca	Normativa		
								Marcatge conformitat CE (SI/NO)	Reglament (UE) 2017/745 Parlament Europeu i Consell - Regulació prod sanitaris (SI/NO)	Altres normatives
25	-	30043153								
25	-	30043171								
25	-	30053106								
26	-	30011560								
26	-	30017460								
26	-	30017834								
26	-	30019662								
26	-	30019665								
27	-	30002321								
27	-	30005523								
27	-	30013371								
27	-	30040356								
27	-	30040357								
27	-	30040358								
27	-	30040359								
27	-	30040360								
27	-	30040471								
27	-	30040472								
27	-	30040473								
27	-	30040474								
27	-	30040475								
27	-	30040476								
27	-	30040477								
27	-	30040478								
27	-	30040479								
27	-	30043152								
27	-	30054449								
27	-	30054450								
27	-	30060693								

ANNEX D2

Llista-Resum de requeriments tècnics obligatoris

ANNEX D2_Llista-resum, Requisits obligatoris - CS/CC00/1101348854/23/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA

Identificació de l'empresa:

Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuïdor	

Lot 1 – Bates quirúrgiques de protecció estàndard

Marcar amb una "X" o "SI"/"No" el compliment o la certificació/acreditació del requisit

| | | | | | **NORMATIVA** | | | | |

ANNEX D2_Llista-resum, Requisits obligatoris - CS/CC00/1101348854/23/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA

Identificació de l'empresa:

Nom .....
NIF .....
Punt operacional / EDI .....
Fabricant / Distribuïdor .....

Lot 2 – Bates quirúrgiques d'alta protecció

					Marcar amb una "X" o "Sí"/"No", el compliment o la certificació obligatòria inclosa al Sobre 2																													
					NORMATIVA											REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT - LOT 2																		
LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	UNE EN 13795-1:2020			UNE-EN ISO 11810:2015			UNE-EN 29073-1:1993			UNE-EN ISO 14001:2015			Gramatge 60 gr/m 2			Costures segellades sense cosir uniformement zona crítica i mànigues			Rang de mides			Targeta transferencia			UNE EN ISO 13795-1:2020 - Prestació alta (pàg.13, Taula 1)		
					Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			ANNEX D4 - Product Data			Certificació d´empresa o informe d´assajos			ANNEX D4 - Product Data			ANNEX D4 - Product Data			Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat		
					SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)
2	30000446	Bata cirurg altaprotecc líquid M estèril																														
2	30000447	Bata cirurg altaprotecc líquid L estèril																														
2	30004947	Bata cirurg altaprote líquid XXL estèril																														
2	30016932	Bata cirurg altaprotec líquid XL estèril																														
2	30041779	Bata cir alta prot imp XLreforç140cm est																														

ANNEX D2_Llista-resum, Requisits obligatoris - CS/CC00/1101348854/23/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA

Identificació de l'empresa:

Nom
NIF
Punt operacional / EDI
Fabricant / Distribuïdor

Lot 3 – Bates quirúrgiques d´alta protecció reforçada

					Marcar amb una "X" o "SI"/"No", el compliment o la certificació obligatòria inclosa al Sobre 2																													
					NORMATIVA												REQUISITS D´OBLIGAT COMPLIMENT - LOT 3																		
LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	UNE EN 13795-1:2020			UNE-EN ISO 11810:2015			UNE-EN 29073-1:1993			UNE-EN ISO 14001:2015			Gramatge 35 gr/m $_2$ i 78 grams/m $_2$ a part reforçada			Costures segellades sense cosir uniformement zona crítica i mànigues			Rang de mides			Targeta transferencia			UNE EN ISO 13795-1:2020 - Prestació alta (pàg.13, Taula 1)		
					Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			ANNEX D4 - Product Data			Certificació d´empresa o informe d´assajos			ANNEX D4 - Product Data			ANNEX D4 - Product Data			Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat		
					SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)
3	30001408	Bata cirurg altaprote reforç XL estèril																														
3	30001835	Bata cirurg altapr reforç XXL-XL estèril																														
3	30016933	Bata cirurg altaprot reforç XL-L estèril																														
3	30016934	Bata cir altapro reforç 119x55cm estèril																														
3	30016935	Bata cirurg altaprote reforç L-L estèril																														

ANNEX D2_Llista-resum, Requisits obligatoris - CS/CC00/1101348854/23/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA

Identificació de l'empresa:

Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuïdor	

Lot 4 – Talles quirúrgiques

					Marcar amb una "X" o "SI"/"No", el compliment o la certificació obligatòria inclosa al Sobre 2																	
					NORMATIVA												REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT - LOT 4					
					UNE EN 13795-1:2020			UNE-EN ISO 11810:2015			UNE-EN 29073-1:1993			UNE-EN ISO 14001:2015			Gramatge 40 gr/m2			UNE EN ISO 13795-1:2020 - Prestació estàndard (pàg.14, Taula 2)		
LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			ANNEX D4 - Product Data			Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat		
					SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)
4	30000402	Talla quirúrgica ober adhes 6x8cm50x60																				
4	30000411	Talla quirúrg ober rodo adh Ø7cm 50x60cm																				
4	30000466	Talla quirúrgica adhesiv lateral 50x50cm																				
4	30001464	Talla quirúrgica adhesiv lateral 75x90cm																				
4	30001465	Talla quirúrgica TST imperm 75x90cm																				
4	30001522	Talla quirúrgi TST imper55gr/m² 50x100cm																				
4	30003924	Talla quirúrg ober rodo adh Ø7cm 75x90cm																				
4	30003926	Talla quirúrgi TST imper 25gr/m² 50x75cm																				
4	30004995	Talla quirúrgica imperm 50x50 cm																				
4	30023445	Talla quirur extra absorb 48x40cm 6capes																				
4	30028190	Talla quirúrg ober rodo Ø5 50x60cm																				
4	30040555	Talla PE transpa adhesiva lateral 3x45cm																				
4	30043476	Talla camp quirúrgic TST 240x400 o/bilat																				
4	30052327	Talla/Estor magne a/iman p/instr 41x51cm																				

ANNEX D2_Llista-resum, Requisits obligatoris - CS/CC00/1101348854/23/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA

Identificació de l'empresa:

Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuïdor	

Lot 5 – Llençols quirúrgics

					Marcar amb una "X" o "SI"/"No", el compliment o la certificació obligatòria inclosa al Sobre 2																				
					NORMATIVA												REQUISITS D´OBLIGAT COMPLIMENT - LOT 5								
					UNE EN 13795-1:2020			UNE-EN ISO 11810:2015			UNE-EN 29073-1:1993			UNE-EN ISO 14001:2015			Gramatge 40 gr/m2			Zona camp quirúrgic REFORÇADA a llençol bilaminat			UNE EN ISO 13795-1:2020 - Prestació alta (pàg.14, Taula 2)		
LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			ANNEX D4 - Product Data			ANNEX D4 - Product Data			Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat		
					SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)
5	30000403	Llençol quir U 6x70cm adhes -150x200cm L																							
5	30000405	Llençol quir artrosc genoll obØ6 230x298																							
5	30000406	Llençol Craneotomía a/re fluids 230x300																							
5	30001466	Llençol quir TST adh lateral 175x175 cm																							
5	30001518	Llençol quir TST adh lateral 180x150 cm																							
5	30002044	Llençol quir TST adh lateral 240x150 cm																							
5	30002216	Llençol quir laparoscòpia 196x269x303 cm																							
5	30003002	Llençol angiogra femo 235x365cm ob 5x8cm																							
5	30003922	Llençol quir extremi fene 5x7cm230x318cm																							
5	30004316	Davantal RTU a/cistella mostres+tub150cm																							
5	30004325	Llençol quir oftamologia 165x178cm																							
5	30004909	Equip artroscòpia genoll, 1 element																							
5	30013136	Llençol quir maluc obe 17x21/217-290x350																							
5	30018315	Llençol oftalmo 140x150(adhesiu 8x10cm)																							
5	30019242	Llençol quir fen centr 10x15cm102x157cmL																							
5	30019243	Llençol quir imp 220x240cm ob Ø12 cm																							
5	30019244	Llençol quir obertura 5x7cm-120x150cm L																							
5	30019652	Llençol inserció vies 8 fenestracions																							
5	30033144	Llençol nefroscòp175x300cm ob 5cm+bossa																							
5	30033660	Llençol angiografia obert Ø15cm234x395cm																							

ANNEX D2_Llista-resum, Requisits obligatoris - CS/CC00/1101348854/23/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA

Identificació de l'empresa:

Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuïdor	

Lot 6 – Cobertors quirúrgics

					Marcar amb una "X" o "SI"/"No", el compliment o la certificació obligatòria inclosa al Sobre 2															
					NORMATIVA												REQUISITS D´OBLIGAT COMPLIMENT - LOT 6		
					UNE EN 13795-1:2020			UNE-EN ISO 11810:2015			UNE-EN 29073-1:1993			UNE-EN ISO 14001:2015			UNE EN ISO 13795-1:2020 - Prestació estàndard (pàg.14, Taula 2)		
LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat		
					SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)
6	30000465	Cobertor taula quir imperm 120x140cm																	
6	30001519	Cobertor taula quir imperm 74x190cm																	
6	30001520	Cobertor taula Mayo imperm 80x145cm																	

Identificació de l'empresa:

Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuïdor	

Lot 7 – Camps quirúrgics

					Marcar amb una "X" o "Si"/"No", el compliment o la certificació obligatòria inclosa al Sobre 2												REQUISITS D´OBLIGAT COMPLIMENT - LOT 7		
					NORMATIVA												Superfície vorells camp 100% coberta d´adhesiu		
					UNE EN 13795-1:2020			UNE-EN ISO 11810:2015			UNE-EN 29073-1:1993			UNE-EN ISO 14001:2015					
LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			ANNEX D4 - Product Data		
					SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)
7	30000325	Camp quirúrgic ober U 120x130cm																	
7	30000326	Camp quirúrgic oftalmologia 48x41cm																	
7	30000327	Camp quir PE fenes rodona Ø6 cm 40x40cm																	
7	30000328	Camp quirúrg PE fenes oval 8x11x129 cm																	
7	30000409	Camp quirúrg PE fenes flex Ø23cm90x90cm																	
7	30001456	Camp qui URO 60x90 a/obØ5 a/dedil neo																	

ANNEX D2_Llista-resum, Requisits obligatoris - CS/CC00/1101348854/23/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA

Identificació de l'empresa:

Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuidor	

Lot 8 – Camps d'incisió adhesius

					Marcar amb una "X" o "SI"/"No", el compliment o la certificació obligatòria inclosa al Sobre 2																				
					NORMATIVA												REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT - LOT 8								
					UNE EN 13795-1:2020			UNE-EN ISO 11810:2015			UNE-EN 29073-1:1993			UNE-EN ISO 14001:2015			MARCAT CE - CLASSE III			REGISTRE NACIONAL AEMyPS			Superfície vorells camp 100% coberta d'adhesiu		
LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			Declaració UE de conformitat del producte emès per organisme notificador acreditat (30008157, 30008159 i 30038047)			Declaració UE de conformitat del producte emès per organisme notificador acreditat (30008157, 30008159 i 30038047)			ANNEX D4 - Product Data		
					SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)
8	30000317	Camp incisió poliurietà adhesiu 30x26cm																							
8	30000319	Camp incisió poliurietà adhesiu 45x55cm																							
8	30000320	Camp incisió polietilè adhesiu 35x60cm																							
8	30000321	Camp incisió poliurietà adhesiu 56x74cm																							
8	30000323	Camp incisió polietilè adhesiu 85x90cm																							
8	30001414	Camp incisió polietilè adhesiu 38x41cm																							
8	30008157	Camp incisió iodat polièster adh 45x35cm																							
8	30008159	Camp incisió iodat polièster adh 60x90cm																							
8	30016893	Camp qui aïllam vert 240x320 bol col flu																							
8	30038047	Camp incisió vert iodat PE adh 320x213cm																							

ANNEX D2_Llista-resum, Requisits obligatoris - CS/CC00/1101348854/23/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA

Identificació de l'empresa:	
Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuïdor	

Lot 9 – Bosses i cintes quirúrgiques

					Marcar amb una "X" o "Si"/"No", el compliment o la certificació obligatòria inclosa al Sobre 2												REQUISITS D´OBLIGAT COMPLIMENT - LOT 9		
					NORMATIVA														
					UNE EN 13795-1:2020			UNE-EN ISO 11810:2015			UNE-EN 29073-1:1993			UNE-EN ISO 14001:2015			Característiques tècniques ANNEX B		
LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			ANNEX D4 - Product Data		
					SI	NO	**https://** (enllaç / link)	SI	NO	**https://** (enllaç / link)	SI	NO	**https://** (enllaç / link)	SI	NO	**https://** (enllaç / link)	SI	NO	**https://** (enllaç / link)
9	30000331	Bossa aïllament d'òrgans 49x49cm est																	
9	30000332	Bossa aïllament hepàtic 61x64cm																	
9	30000333	Bossa qui recoll líquid sort+filtr 56x90																	
9	30000407	Bossa quirúr accessoris 40x35cm 2 butxaq																	
9	30000408	Cinta quirúrgica adhesiva 8-10x50cm est																	
9	30011591	Bossa auxil laparo instrum 3but 30x50cm																	
9	30059957	Cinta velcro subjecció tubs 2,5x30cm																	

Identificació de l'empresa:

Nom
NIF
Punt operacional / EDI
Fabricant / Distribuïdor

LOT 10 Funda per a camal i braçal quirúrgic
LOT 11 Funda quirúrgica per a endoscòpia
LOT 12 Funda quirúrgica per a intensificador d'imatges
LOT 13 Funda quirúrgica per a microscopi
LOT 14 Funda per a altres equips quirúrgics
LOT 15 Funda quirúrgica per a sonda ecògraf
LOT 16 Funda per a llum quirúrgic

					Marcar amb una "X" o "SI"/"No", el compliment o la certificació obligatòria inclosa al Sobre 2												REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT - LOT 10 a 16		
					NORMATIVA														
					UNE EN 13795-1:2020			UNE-EN ISO 11810:2015			UNE-EN 29073-1:1993			UNE-EN ISO 14001:2015			Característiques tècniques ANNEX B		
LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat			ANNEX D4 - Product Data		
					SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)	SI	NO	https:// (enllaç / link)
10	30001463	Funda-camal quirúrgic TST 75x120cm																	
10	30001513	Funda-camal quirúrgic 25x80 estèril																	
10	30002043	Funda-camal quirúrgic PE-TST 32x120cm																	
10	30003923	Funda-braçal avantbraç TST 50x50x30cm																	
11	30000415	Funda càmera laparoscòpia 18x250cm est																	
11	30020070	Funda telescòpica càmera 13x244cm est																	
11	30032643	Funda òp 30° Einstein Vision 3D PV642SU																	
11	30032644	Funda òp 0º Einstein Vision 3D-PV641SU																	
11	30040267	Funda vídeo endoscopi 0º EndoVims 4K																	
11	30040268	Funda vídeo endoscopi 30º EndoVims 4K																	
11	30040770	Funda-balon protect sonda endoanal FU100																	
11	30053069	Funda òp 30° Einstein Vision 3DEV2000056																	
11	30053535	Funda òp 0° Einstein Vision 3DEV2000055																	
11	30060245	Funda telescòpica càmera 6x309cm est																	
12	30001468	Funda int imatge 2b 65x75+arc30x150cm es																	
12	30003828	Funda int imatg arc C ajust 267x152 est																	
12	30003829	Funda intensimatge subjelàst 127x64cmest																	
12	30006611	Funda intensimatge subjelàst 90x80cmest																	
12	30006838	Funda intensimatge subjelàst 75x75cmest																	
12	30007373	Funda intensificador imatge 75x90 cm est																	
12	30007524	Funda intensimatg circular 40x80cm est																	
12	30008239	Funda intensimatg arc C ajust Philips En																	
12	30010019	Funda intensifi imatg 3p PHILIPSBV29																	
12	30019926	Funda intensimatg arc C ajust GenElect																	
12	30033338	Funda arc fluoroscopi 137x198cm estèril																	
12	30039716	Funda intensimatg arc C Ph-AllurSperFD20																	
12	30053048	Funda intensimatg arc C ajust Fluoroscan																	
12	30061211	Funda int imatge arc C a/clip Ø12"x30,48																	
13	30000414	Funda micro Zeiss OPMI 117x163cm L/65 es																	
13	30001777	Funda micro WILD 137x267cm L/68 est																	
13	30003832	Funda micro Leica M690/MS1 137x267cm est																	
13	30004878	Funda micro Zeiss MD 117x267cm Ø65 est																	
13	30009912	Funda emp micro Zeiss OPVario 15x36cm es																	
13	30012650	Funda micro Zeiss MD 117x163cm L/65 es																	
13	30017301	Funda micro Leica Armatec 117x203cm est																	
13	30026821	Funda micro Zeiss MD 137x259cm Ø65 est																	
13	30028923	Funda micro Armatec M720/OH5 117x305 est																	
13	30031963	Funda micro ZeissOPMI900 122x300cmL/65es																	
13	30047535	Funda micro Armatec M520/M525 117x305est																	
13	30047598	FundamicroZeissKINEVO900 122x300cmL/65es																	
14	30003827	Funda-borsa instrum quirúr Ø123x108cmest																	
14	30004918	Funda protectora circular Ø 90cm est																	
14	30009743	Funda protectora circular Ø 140cm est																	
14	30034423	Funda quirúrg radiot intraop122x300cmEst																	
14	30040122	Funda protector seient circular Ø60cmest																	
14	30053480	Funda per a càmara de cirurgia SPYPHI																	
14	30053616	Funda protector marc esterotàxia estèril																	
15	30002637	Funda ecògraf abd 13x244cm +gel+cint est																	
15	30003825	Funda quirúr sonda 13x244cm+gel+cint est																	
15	30003831	Funda transductor urodinàmica 30x5cm est																	
15	30004926	Funda ecògraf pleg 12x244cm+gel+cint est																	
15	30008165	Eq fund ecògraf 3x1,6x100cm+xe/gel p/den																	
15	30009634	Funda ecògraf 15x61cm +gel+cint est																	
15	30009712	Funda s/intraop T 12x244cm+ gel+cint est																	
15	30009739	Funda ecògraf 15x122cm +gel CIV-FLEX est																	
15	30013416	Eq funda ecògraf 15x122cm + gel+cint est																	
15	30020212	Funda transductor laparo 15,2x244cm est																	
15	30027935	Funda ecògraf 10x61cm+cinta+gel est																	
15	30033334	Funda ecògraf 18x120cm+cinta s/gel est																	
15	30033335	Funda ecògraf 18x30cm+cinta sensegel est																	
16	30003824	Funda mànec llum quiròfan Ø32mmx9 cm est																	
16	30013644	Funda llum quir a/cám Ø12-8,5mmL10mm est																	
16	30026074	Funda univ mànec llum quir 10x13cm est																	
16	30039118	Funda llum quir a/càmera Ø13-17x18cm est																	

ANNEX 02_ Sitra-mum_Requisits obligatoris - CLAUSULA 1SEGREGACIÓ/MARCAT SUBMINISTRAMENT AMB/SENSE DE COBERTURA QUIRÚRGICA

Identificació de l'empresa:

Nom: .....

NIF: .....

Punt operacional / EES: .....

Fabricant / Distribuïdor: .....

LOT 17 Equips per a sutura
LOT 18 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura universals
LOT 19 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura vasta cavitària
LOT 20 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.M.BELLVITGE (HUB)
LOT 21 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.M.GERMANS TRIAS I PUJOL (HGTP)
LOT 22 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.M.MCMP TRIAS/TA. (HUGT)
LOT 23 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.M.CLINIC BSN (HCLINIC)
LOT 24 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.M.VIRGEN DE LA CINTA (HVIRC)
LOT 27 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.M.VALL D´HEBRÓ (HVHEB)

| | | |

ANNEX 02_ Sitra-mesa_Requisits obligatoris - CLAUSULES SOCIALS I ALTRES CRITERIS PER A SUBMINISTRAMENT AMB CARÀCTER DE COBERTURA QUIRÚRGICA

Identificació de l'empresa:

Nom: .....

NIF: .....

Punt operacional / ECI: .....

Fabricant / Distribuidor: .....

LOT 17 Equips per a sutra
LOT 18 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura universals
LOT 19 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura varis sostres
LOT 22 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.M.BELLVITGE (HUB)
LOT 23 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.M.GERMANS TRIAS I PUJOL (HGTP)
LOT 24 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.M.MOISÈS BROGGI (HMB)
LOT 25 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.M.JOAN XXIII (HJ23)
LOT 26 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.M.VERGE DE LA CINTA (HVAM)
LOT 27 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.M.VALL D'HEBRÓ (HVHEBR)

| LOT | MATERIAL | DESCRIPCIÓ MATERIAL | REFERÈNCIA | MARCA COMERCIAL | **NOMENCLATOR** | | | | **Material quirúrgic, de cura, de protecció i de cobertura (LOTS 1 a 27)** | | | |

Identificació del Tercer/a

Nom:
NIF:
Punt operacional / SSS:
Fabricant / Distribuidor:

LOT 20 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U.ARNAU DE VILANOVA (ARN)
LOT 21 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura CENTRO SERVEIS SANITARIS (CSS)

Marcar amb una "X" a "Sí" o "No" el compliment o la certificació amb cadascun dels ítems o línies 1)

REQUISITOS TÉCNICOS COMPARTIDOS - LOT 20 a 21

LOT	MATÈRIA	DESCRIPCIÓ MATÈRIA	AUTORITZACIÓ	MARCA / MODEL/REF
			Certificat vigent emès per organisme certificador acreditat / informe d'inspecció vigent emès per organisme notificat / declaració vigent emesa per laboratori intern acreditat	
20	30207502	ARN-Equip accessibilitat de vasculars 10 ut		
20	30207503	ARN-Eq laparoscopi abdo peritoneal 16 ele		
20	30207504	ARN-Equip procediments d'obstr 12 ut		
20	30207505	ARN-Eq Cirurgia Maxillofacial(ORL 15 ut		
20	30207506	ARN-Equip cranioto		
20	30207507	ARN-Equip cirurgia de pec 13 elements		
20	30207508	ARN-Equip extremitats genell 16 elements		
20	30207509	ARN-Eq implant endomedul inferior 17ut		
20	30207510	ARN-Equip ginecologia/proctologia 14 ut		
20	30207511	ARN-Eq anestesia regional/epidural 12 ut		
20	30207512	ARN-Equip d'Ostomi 15 elements		
20	30207513	ARN-18120019 - Eq.Ingrat/drenc menor 12 ut		
20	30207514	ARN-Equip de part 12 elements		
20	30207515	ARN-1812000 - Equip de sutura 20 elements		
20	30207516	ARN - Equip d'hemodinamica 62 elements		
20	30207517	ARN-1812000 Eq cur/eq pun/ASN/Jerror 30e		
20	30207518	ARN-181207 Eq pala fr prot/ 6e/181 65e		
20	30207519	ARN-Equip cirurgia endovascular 35 elem		
20	30207520	ARN-1812002 - Equip amputacio dits 11 el		
20	30207521	ARN-181203 - Equip de fibrinolisi Mag1 22e		
20	30207522	ARN-Equip universal 20 elements		
20	30207523	ARN-1812000 - Equip urologia 16 elements		
20	30207524	ARN-1812000 - Equip cirugia de mà 20 el		
20	30207525	ARN-Equip Cirurgia Menor 11 elements		
20	30207526	ARN-1812107 - Equip toracentesis 16 elem		
20	30207527	ARN-Eq d'osteosintesi proximal fèmur 10e		
20	30207528	ARN-Equip malu fèmur 26 elements		
20	30207529	ARN-Equip d'artroscopia - espatlla 22 ut		
20	30207530	ARN-Equip cirurgia 13 elements		
20	30207531	ARN-1812119 Eq microcirug/ laringia 16e		
20	30207532	ARN-Equip implant maxilopacien prot 25 ut		
20	30207533	ARN-Eq implant marcapassos definit 25 el		
20	30207534	ARN-Equip cirurgia pediatric 20 elements		
20	30207535	ARN - Equip cies tub/artèrica 14 elements		
20	30207536	ARN-Equip oftalmologia 2301 37 elements		
20	30207537	ARN-Equip oftalmologia CIRMI 2312 25 elem		
20	30207538	ARN-Equip oftalmologia F4211 FACO 28 ele		
20	30207539	ARN - Equip d'anestesia general 14 elements		
20	30207540	ARN-Equip cirurgia oftalmo 22elements		
21	30207541	CSS-ARN-Equip d'anestèsia regional 12 ut		
21	30207542	CSS-ARN-Equip laparoscopia toracica 17 elem		
21	30207543	CSS-ARN-Eq cirurgia rectal urianals 9 ut		
21	30207544	CSS-Eq cirurgia mixta 15 elements		
21	30207545	CSS-Equip cirurgia ORL maxillaxa 15 ut		
21	30207546	CSS-Equip C mejor mastl ba fasial 16 ut		
21	30207547	CSS-Eq C cab extremital sup (MMSS) 17 ut		
21	30207548	CSS-ARN-Eq d'artroscòpia espatlla 29 ut		
21	30207549	CSS-ARN-Eq C cab extremit inf (MMII) 20 e		
21	30207550	CSS-ARN-Equip cirurgia vàs general 29 elem		
21	30207551	CSS-ARN-Equip artroscopia genoll 15 elem		
21	30207552	CSS-ARN-Eq C cabi ligament creuat 28 el		
21	30207553	CSS-ARN-Equip cirurgia obert/a malu 30el		
21	30207554	CSS-ARN-Equip endos 15 elements		

ANNEX D3

Llista-Resum de criteris addicionals d´adjudicació

Identificació de l'empresa:

Nom
NIF
Punt operacional / EDI
Fabricant / Distribuidor

LOT 1_ BATES QUIRÚRGIQUES DE PROTECCIÓ ESTÀNDARD

Sumatori total: 32 PUNTS

		DADES GENERALS			CRITERIS ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofert o si/no i/o omple)																		
					2.1				2.2			2.3				2.4			2.5			2.6		
		DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC			AMPLADA PUNY				EPI cat. III			TANCAMENT TIPUS VELCRO SOLAPAT				GRAMATGE SUPERIOR VALOR MINIM REQUIRIT (PPT - 2.3 Requisits obligatoris addicionals)			ABSÈNCIA TINTS DISPERSE BLUE 106 i 124			NORMA ASTM F 1671		
CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	MARCA COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	ENTRE 6 I 8 CM (ambdós inclosos)	INFERIOR A 6 CM	SUPERIOR A 8 CM	ANNEX D4 - Product Data	SI	NO	Certificata UE de Tipus + Declaració conformitat art 11, sec. A i B Directiva 89/686/CEE	ENTRE2 I 4 CM (ambdós inclosos)	INFERIOR A 2 CM	SUPERIOR A 4 CM	ANNEX D4 - Product Data	SI (indicar gr/m_2)	NO (indicar gr/m_2)	Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat	SI	NO	ANNEX D4 - Product Data	SI	NO	Documentació acreditativa homologada o certificat d'empresa
					(10 pts)	(0pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)	(3 pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)	(10 pts)	(0pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)	(5 pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)	(2pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)	(2pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)
30003916	Bata cirurg protecc estàndard L estèril																						
30003917	Bata cirurg protecc estàndard M estèril																						
30003918	Bata cirurg protecc estàndard XL estèril																						

ANNEX D3_ Llista-resum, Criteris addicionals_CS/CC00/1101348854/23/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA

Identificació de l'empresa:

Nom
NIF
Punt operacional / EDI
Fabricant / Distribuidor

LOT 2_ BATES QUIRÚRGIQUES D´ALTA PROTECCIÓ

Sumatori total: 40 PUNTS

		DADES GENERALS			CRITERIS ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofert o si/no i/o omple)																									
		DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC			2.1 AMPLADA PUNY				2.2 EPI cat. III			2.3 TANCAMENT TIPUS VELCRO SOLAPAT				2.4 PENETRACIÓ LÍQUIDS SUPERIOR A NORMA UNE EN ISO 13795-1:2020 - Prestació alta (pàg.13, Taula 1)			2.5 ABSÈNCIA TINTS DISPERSE BLUE 106 I 124			2.6 NORMA ASTM F 1671			2.7 SEGELLAT TIPUS TERMO-SEGELLAT		
CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	MARCA COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	ENTRE 6 I 8 CM (ambdós inclosos)	INFERIOR A 6 CM	SUPERIOR A 8 CM	ANNEX D4 - Product Data	SI	NO	Certificata UE de Tipus + Declaració conformitat art 11, sec. A i B Directiva 89/686/CEE	ENTRE 2 I 4 CM (ambdós inclosos)	INFERIOR A 2 CM	SUPERIOR A 4 CM	ANNEX D4 - Product Data	SI (indicar cm H_2O)	NO (indicar cm H_2O)	Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d'assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat	SI	NO	ANNEX D4 - Product Data	SI	NO	Documentació acreditativa homologada o certificat d'empresa	SI	NO	ANNEX D4 - Product Data
					(10 pts)	(0pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)	(3 pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)	(5 pts)	(0pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)	(10 pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)	(2pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)	(2pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)	(8pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)			
30000446	Bata cirurg altaprotecc líquid M estèril																											
30000447	Bata cirurg altaprotecc líquid L estèril																											
30004947	Bata cirurg altaprote líquid XXL estèril																											
30016932	Bata cirurg altaprotec líquid XL estèril																											
30041779	Bata cir alta prot imp XLreforç140cm est																											

ANNEX D3_ Llista-resum, Criteris addicionals_CS/CC00/1101348854/23/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA

Identificació de l'empresa:

Nom
NIF
Punt operacional / EDI
Fabricant / Distribuidor

LOT 3_ BATES QUIRÚRGIQUES D'ALTA PROTECCIÓ REFORÇADA

Sumatori total: 40 PUNTS

		DADES GENERALS			CRITERIS ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofert o si/no i/o omple)																												
		DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC			2.1 AMPLADA PUNY				2.2 EPI cat. III			2.3 TANCAMENT TIPUS VELCRO SOLAPAT				2.4 REFORÇ MÀNIGA			2.5 SEGELLAT UNIFORME A LA TOTALITAT DE LA PART REFORÇADA DE LA BATA			2.6 ABSÈNCIA TINTS DISPERSE BLUE 106 I 124			2.7 NORMA ASTM F 1671			2.8 SEGELLAT TIPUS TERMO-SEGELLAT		
CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	MARCA COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	ENTRE 6 I 8 CM (ambdós inclosos)	INFERIOR A 6 CM	SUPERIOR A 8 CM	ANNEX D4 - Product Data	SI	NO	Certificata UE de Tipus + Declaració conformitat art 11, sec. A i B Directiva 89/686/CEE	ENTRE2 I 4 CM (ambdós inclosos)	INFERIOR A 2 CM	SUPERIOR A 4 CM	ANNEX D4 - Product Data	FINS AIXELLA	NO ARRIBA A AIXELLA	ANNEX D4 - Product Data	SI	NO	ANNEX D4 - Product Data	SI	NO	ANNEX D4 - Product Data	SI	NO	Documentació acreditativa homologada o certificat d'empresa	SI	NO	ANNEX D4 - Product Data
					(5 pts)	(0pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)	(3 pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)	(5 pts)	(0pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)	(5 pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)	(10 pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)	(2pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)	(2pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)	(8pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)
30001408	Bata cirurg altaprote reforç XL estèril																														
30001835	Bata cirurg altapr reforç XXL-XL estèril																														
30016933	Bata cirurg altaprot reforç XL-L estèril																														
30016934	Bata cir altapro reforç 119x55cm estèril																														
30016935	Bata cirurg altaprote reforç L-L estèril																														

Identificació de l'empresa:

Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuïdor	

LOT 4_TALLES QUIRÚRGIQUES

Sumatori total del criteri: 40 PUNTS

		DADES GENERALS			CRITERIS ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofert o si/no i/o omple)									
					2.1			2.2			2.3			2.4
		DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC			UBICACIÓ ADHESIU			GRAMATGE SUPERIOR VALOR MINIM REQUIRIT (PPT - 2.3 Requisits obligatoria addicionals)			PENETRACIÓ LÍQUIDS SUPERIOR A NORMA UNE EN ISO 13795-1:2020 - Prestació estàndard (pàg.14, Taula 2)			GAMMA
CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	MARCA COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	Ras vorell talla	No	ANNEX D4 - Product Data	SI (indicar gr/m_2)	NO (indicar gr/m_2)	Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat	SI (indicar cm H_2O)	NO (indicar cm H_2O)	Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat	Major número d'ofertes presentades i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada)
					(10pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)	(10pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)	(10pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)	(10pts)
30000402	Talla quirúrgica ober adhes 6x8cm50x60													(*)
30000411	Talla quirúrg ober rodo adh Ø7cm 50x60cm													(*)
30000466	Talla quirúrgica adhesiv lateral 50x50cm													(*)
30001464	Talla quirúrgica adhesiv lateral 75x90cm													(*)
30001465	Talla quirúrgica TST imperm 75x90cm													(*)
30001522	Talla quirúrgi TST imper55gr/m² 50x100cm													(*)
30003924	Talla quirúrg ober rodo adh Ø7cm 75x90cm													(*)
30003926	Talla quirúrgi TST imper 25gr/m² 50x75cm													(*)
30004995	Talla quirúrgica imperm 50x50 cm													(*)
30023445	Talla quirur extra absorb 48x40cm 6capes													(*)
30028190	Talla quirúrg ober rodo Ø5 50x60cm													(*)
30040555	Talla PE transpa adhesiva lateral 3x45cm													(*)
30043476	Talla camp quirúrgic TST 240x400 o/bilat													(*)
30052327	Talla/Estor magne a/iman p/instr 41x51cm													(*)

(*) La valoració/puntuació d'aquest criteri es posterior a la presentació de la documentació tècnica per part del proveïdor. En fase de valoració d´ofertes es puntuarà aquest cirteri MITJANÇANT BAREMACIÓ INDICADA AL DOCUMENT CA-AMUP-S-39-23

Identificació de l'empresa:	
Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuïdor	

LOT 5_LLENÇOLS QUIRÚRGICS

Sumatori total del criteri: 40 PUNTS

		DADES GENERALS			CRITERIS ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofert o si/no i/o omple)						
					2.1			2.2			2.3
		DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC			EMISSIÓ PELUSSA INFERIOR A NORMA UNE EN ISO 13795-1:2020 - Prestació alta (pàg.14, Taula 2)			UBICACIÓ I AMPLADA DE ADHESIU			GAMMA
CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	MARCA COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	SI (indicar log_{10})	NO (indicar log_{10})	Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat	Ras vorell part adhesiva i amplada adhesiu 5-7cn	No ras vorell part adhesiva i amplada adhesiu inferior 5 i superior 7cn	ANNEX D4 - Product Data	Major número d'ofertes presentades i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada)
					(15pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)	(15pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)	(10pts)
30000403	Llençol quir U 6x70cm adhes -150x200cm L										(*)
30000405	Llençol quir artrosc genoll obØ6 230x298										(*)
30000406	Llençol Craneotomía a/re fluids 230x300										(*)
30001466	Llençol quir TST adh lateral 175x175 cm										(*)
30001518	Llençol quir TST adh lateral 180x150 cm										(*)
30002044	Llençol quir TST adh lateral 240x150 cm										(*)
30002216	Llençol quir laparoscòpia 196x269x303 cm										(*)
30003002	Llençol angiogra femo 235x365cm ob 5x8cm										(*)
30003922	Llençol quir extremi fene 5x7cm230x318cm										(*)
30004316	Davantal RTU a/cistella mostres+tub150cm										(*)
30004325	Llençol quir oftamologia 165x178cm										(*)
30004909	Equip artroscòpia genoll, 1 element										(*)
30013136	Llençol quir maluc obe 17x21/217-290x350										(*)
30018315	Llençol oftalmo 140x150(adhesiu 8x10cm)										(*)
30019242	Llençol quir fen centr 10x15cm102x157cmL										(*)
30019243	Llençol quir imp 220x240cm ob Ø12 cm										(*)
30019244	Llençol quir obertura 5x7cm-120x150cm L										(*)
30019652	Llençol inserció vies 8 fenestracions										(*)
30033144	Llençol nefroscòp175x300cm ob 5cm+bossa										(*)
30033660	Llençol angiografia obert Ø15cm234x395cm										(*)

(*) La valoració/puntuació d'aquest criteri es posterior a la presentació de la documentació tècnica per part del proveïdor. En fase de valoració d´ofertes es puntuarà aquest cirteri MITJANÇANT BAREMACIÓ INDICADA AL DOCUMENT CA-AMUP-S-39-23

ANNEX D3_Llista-resum, Criteris addicionals_CS/CC00/1101348854/23/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA

Identificació de l'empresa:

Nom
NIF
Punt operacional / EDI
Fabricant / Distribuïdor

LOT 6_COBERTORS QUIRÚRGICS

Sumatori total del criteri: 30 PUNTS

		DADES GENERALS			CRITERIS ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofert o si/no i/o omple)									
					2.1			2.2			2.3			2.4
		DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC			PENETRACIÓ LÍQUIDS SUPERIOR A NORMA UNE EN ISO 13795-1:2020 - Prestació estàndard (pàg.14, Taula 2)			RESISTENCIA TRACCIÓ EN SEC SUPERIOR A NORMA UNE EN ISO 13795-1:2020 - Prestació estàndard (pàg.14, Taula 2)			RESISTENCIA TRACCIÓ EN HUMIT SUPERIOR A NORMA UNE EN ISO 13795-1:2020 - Prestació estàndard (pàg.14, Taula 2)			GRAMATGE
CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	MARCA COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	SI (indicar cm H_2O)	NO (indicar cm H_2O)	Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat	SI (indicar cm H_2O)	NO (indicar cm H_2O)	Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat	SI (indicar cm H_2O)	NO (indicar cm H_2O)	Certificat vigent emès per organisme notificador acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori extern acreditat / Informe d´assajos vigent segons norma emès per laboratori intern acreditat	Indicar gr/m_2
					(10 pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)	(5 pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)	(5 pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)	(10 pts)*
30000465	Cobertor taula quir imperm 120x140cm													
30001519	Cobertor taula quir imperm 74x190cm													
30001520	Cobertor taula Mayo imperm 80x145cm													

(*) La valoració/puntuació d'aquest criteri es posterior a la presentació de la documentació tècnica per part del proveïdor. En fase de valoració d'ofertes es puntuarà aquest cirteri MITJANÇANT BAREMACIÓ INDICADA AL DOCUMENT CA-AMUP-S-39-23

ANNEX D3_Llista-resum, Criteris addicionals_CS/CC00/1101348854/23/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA

Identificació de l'empresa:

Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuïdor	

LOT 7 CAMPS QUIRÚRGICS

Sumatori total del criteri: 20 PUNTS

		DADES GENERALS			CRITERIS ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofert o si/no i/o omple)
					2.1
		DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC			AMPLITUD DE GAMMA
CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	MARCA COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	Major número d'ofertes presentades i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada)
					(20pts)
30000325	Camp quirúrgic ober U 120x130cm				(*)
30000326	Camp quirúrgic oftalmologia 48x41cm				(*)
30000327	Camp quir PE fenes rodona Ø6 cm 40x40cm				(*)
30000328	Camp quirúrg PE fenes oval 8x11x129 cm				(*)
30000409	Camp quirúrg PE fenes flex Ø23cm90x90cm				(*)
30001456	Camp qui URO 60x90 a/obØ5 a/dedil neo				(*)

(*) La valoració/puntuació d'aquest criteri es posterior a la presentació de la documentació tècnica per part del proveïdor. En fase de valoració d´ofertes es puntuarà aquest cirteri MITJANÇANT BAREMACIÓ INDICADA AL DOCUMENT CA-AMUP-S-39-23

Identificació de l'empresa:

Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuïdor	

LOT 8_CAMPS D´INCISIÓ ADHESIUS

Sumatori total del criteri: 15 PUNTS

		DADES GENERALS			CRITERIA ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que cumpleix el material ofert)		
					2.1		
		DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC			ALLIBERACIÓ IODE CONTINUADA		
					CRITERI D´APLICACIÓ A CODIS: 30008157-30008159-30016893-30038047		
CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	MARCA COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	Alliberació de iode CONTINUADA	Alliberació de iode NO CONTINUADA	ANNEX D4 - Product Data
					(15pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)
30000317	Camp incisió poliurietà adhesiu 30x26cm						
30000319	Camp incisió poliurietà adhesiu 45x55cm						
30000320	Camp incisió polietilè adhesiu 35x60cm						
30000321	Camp incisió poliurietà adhesiu 56x74cm						
30000323	Camp incisió polietilè adhesiu 85x90cm						
30001414	Camp incisió polietilè adhesiu 38x41cm						
30008157	Camp incisió iodat polièster adh 45x35cm						
30008159	Camp incisió iodat polièster adh 60x90cm						
30016893	Camp qui aïllam vert 240x320 bol col flu						
30038047	Camp incisió vert iodat PE adh 320x213cm						

ANNEX D3_Llista-resum, Criteris addicionals_CS/CC00/1101348854/23/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA

Identificació de l'empresa:

Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuïdor	

LOT 9 BOSSES I CINTES QUIRÚRGIQUES

Sumatori total del criteri: 15 PUNTS

		DADES GENERALS			CRITERIA ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que cumpleix el material ofertat o si/no i/o omple)		
					2.1		
		DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC			EMBALATGE PLÀSTIC DE BIOPLÀSTIC D´ORIGEN VEGETAL I COMPOSTABLE		
CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	MARCA COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	SI	NO	ANNEX D4 - Product Data
					(15pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)
30000331	Bossa aïllament d'òrgans 49x49cm est						
30000332	Bossa aïllament hepàtic 61x64cm						
30000333	Bossa qui recoll líquid sort+filtr 56x90						
30000407	Bossa quirúr accessoris 40x35cm 2 butxaq						
30000408	Cinta quirúrgica adhesiva 8-10x50cm est						
30011591	Bossa auxil laparo instrum 3but 30x50cm						
30059957	Cinta velcro subjecció tubs 2,5x30cm						

(*) La valoració/puntuació d'aquest criteri es posterior a la presentació de la documentació tècnica per part del proveïdor. En fase de valoració d´ofertes es puntuarà aquest cirteri MITJANÇANT BAREMACIÓ INDICADA AL DOCUMENT CA-AMUP-S-39-23

ANNEX D3_Llista-resum, Criteris addicionals_CS/CC00/1101348854/23/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA

Identificació de l'empresa:

Nom
NIF
Punt operacional / EDI
Fabricant / Distribuïdor

LOT 10 FUNDA PER A CAMAL I BRAÇAL QUIRÚRGIC
LOT 11 FUNDA QUIRÚRGICA PER A ENDOSCÒPIA
LOT 12 FUNDA QUIRÚRGICA PER A INTENSIFICADOR D´IMATGES
LOT 13 FUNDA QUIRÚRGICA PER A MICROSCOPI
LOT 14 FUNDA PER A ALTRES EQUIPS QUIRÚRGICS
LOT 15 FUNDA QUIRÚRGICA PER A SONDA ECÒGRAF
LOT 16 FUNDA PER A LLUM QUIRÚRGIC

Sumatori total del criteri: 40 PUNTS

			DADES GENERALS			CRITERIA ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que cumpleix el material ofertat o sí/no i/o omple)								
						2.1			2.2	2.3				
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC			EMBALATGE AMB IDENTIFICACIÓ CONTINGUT COMPOST PER LES ESPECIFICACIONS DE LA FUNDA + INDICACIONS D´ÚS			GAMMA	EMBALATGE PLÀSTIC DE BIOPLÀSTIC D'ORIGEN VEGETAL I COMPOSTABLE				
Lot	CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	MARCA COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	SI	NO	ANNEX D4 - Product Data	Major número d'ofertes presentades i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada)	SI	NO	ANNEX D4 - Product Data		
						(15pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)	(10pts)	(15pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)		
10	30001463	Funda-camal quirúrgic TST 75x120cm							(*)					
10	30001513	Funda-camal quirúrgic 25x80 estèril							(*)					
10	30002043	Funda-camal quirúrgic PE-TST 32x120cm							(*)					
10	30003923	Funda-braçal avantbraç TST 50x50x30cm							(*)					
11	30000415	Funda càmera laparoscòpia 18x250cm est							(*)					
11	30020070	Funda telescòpica càmera 13x244cm est							(*)					
11	30032643	Funda òp 30° Einstein Vision 3D PV642SU							(*)					
11	30032644	Funda òp 0º Einstein Vision 3D-PV641SU							(*)					
11	30040267	Funda vídeo endoscopi 0º EndoVims 4K							(*)					
11	30040268	Funda vídeo endoscopi 30º EndoVims 4K							(*)					
11	30040770	Funda-balon protect sonda endoanal FU100							(*)					
11	30053069	Funda òp 30° Einstein Vision 3DEV2000056							(*)					
11	30053535	Funda òp 0° Einstein Vision 3DEV2000055							(*)					
11	30060245	Funda telescòpica càmera 6x309cm est							(*)					
12	30001468	Funda int imatge 2b 65x75+arc30x150cm es							(*)					
12	30003828	Funda int imatg arc C ajust 267x152 est							(*)					
12	30003829	Funda intensimatge subjeläst 127x64cmest							(*)					
12	30006611	Funda intensimatge subjeläst 90x80cmest							(*)					
12	30006838	Funda intensimatge subjeläst 75x75cmest							(*)					
12	30007373	Funda intensificador imatge 75x90 cm est							(*)					
12	30007524	Funda intensimatg circular 40x80cm est							(*)					
12	30008239	Funda intensimatg arc C ajust Philips En							(*)					
12	30010019	Funda intensifi imatg 3p PHILIPSBV29							(*)					
12	30019926	Funda intensimatg arc C ajust GenElect							(*)					
12	30033338	Funda arc fluoroscopi 137x198cm estèril							(*)					
12	30039716	Funda intensimatg arc C Ph-AllurSperFD20							(*)					
12	30053048	Funda intensimatg arc C ajust Fluoroscan							(*)					
12	30061211	Funda int imatge arc C a/clip Ø12"x30,48							(*)					
13	30000414	Funda micro Zeiss OPMI 117x163cm L/65 es							(*)					
13	30001777	Funda micro WILD 137x267cm L/68 est							(*)					
13	30003832	Funda micro Leica M690/MS1 137x267cm est							(*)					
13	30004878	Funda micro Zeiss MD 117x267cm Ø65 est							(*)					
13	30009912	Funda emp micro Zeiss OPVario 15x36cm es							(*)					
13	30012650	Funda micro Zeiss MD 117x163cm L/65 es							(*)					
13	30017301	Funda micro Leica Armatec 117x203cm est							(*)					
13	30026821	Funda micro Zeiss MD 137x259cm Ø65 est							(*)					
13	30028923	Funda micro Armatec M720/OH5 117x305 est							(*)					
13	30031963	Funda micro ZeissOPMI900 122x300cmL/65es							(*)					
13	30047535	Funda micro Armatec M520/M525 117x305est							(*)					
13	30047598	FundamicroZeissKINEVO900 122x300cmL/65es							(*)					
14	30003827	Funda-borsa instrum quirúr Ø123x108cmest							(*)					
14	30004918	Funda protectora circular Ø 90cm est							(*)					
14	30009743	Funda protectora circular Ø 140cm est							(*)					
14	30034423	Funda quirúrg radiot intraop122x300cmEst							(*)					
14	30040122	Funda protector seient circular Ø60cmest							(*)					
14	30053480	Funda per a càmara de cirurgia SPYPHI							(*)					
14	30053616	Funda protector marc esterotàxia estèril							(*)					
15	30002637	Funda ecògraf abd 13x244cm +gel+cint est							(*)					
15	30003825	Funda quirúr sonda 13x244cm+gel+cint est							(*)					
15	30003831	Funda transductor urodinàmica 30x5cm est							(*)					
15	30004926	Funda ecògraf pleg 12x244cm+gel+cint est							(*)					
15	30008165	Eq fund ecògraf 3x1,6x100cm+xe/gel p/den							(*)					
15	30009634	Funda ecògraf 15x61cm +gel+cint est							(*)					
15	30009712	Funda s/intraop T 12x244cm+ gel+cint est							(*)					
15	30009739	Funda ecògraf 15x122cm +gel CIV-FLEX est							(*)					
15	30013416	Eq funda ecògraf 15x122cm + gel+cint est							(*)					
15	30020212	Funda transductor laparo 15,2x244cm est							(*)					
15	30027935	Funda ecògraf 10x61cm+cinta+gel est							(*)					

ANNEX D3_Llista-resum, Criteris addicionals_CS/CC00/1101348854/23/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA

Identificació de l'empresa:

Nom
NIF
Punt operacional / EDI
Fabricant / Distribuïdor

LOT 10 FUNDA PER A CAMAL I BRAÇAL QUIRÚRGIC
LOT 11 FUNDA QUIRÚRGICA PER A ENDOSCÒPIA
LOT 12 FUNDA QUIRÚRGICA PER A INTENSIFICADOR D´IMATGES
LOT 13 FUNDA QUIRÚRGICA PER A MICROSCOPI
LOT 14 FUNDA PER A ALTRES EQUIPS QUIRÚRGICS
LOT 15 FUNDA QUIRÚRGICA PER A SONDA ECÒGRAF
LOT 16 FUNDA PER A LLUM QUIRÚRGIC

Sumatori total del criteri: 40 PUNTS

			DADES GENERALS			CRITERIA ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que cumpleix el material ofertat o sí/no i/o omple)							
						2.1			2.2	2.3			
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC			EMBALATGE AMB IDENTIFICACIÓ CONTINGUT COMPOST PER LES ESPECIFICACIONS DE LA FUNDA + INDICACIONS D´ÚS			GAMMA	EMBALATGE PLÀSTIC DE BIOPLÀSTIC D'ORIGEN VEGETAL I COMPOSTABLE		
Lot	CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	MARCA COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	SI	NO	ANNEX D4 - Product Data	Major número d'ofertes presentades i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada)	SI	NO	ANNEX D4 - Product Data
						(15pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)	(10pts)	(15pts)	(0pts)	https:// (enllaç / link)
15	30033334	Funda ecògraf 18x120cm+cinta s/gel est							(*)			
15	30033335	Funda ecògraf 18x30cm+cinta sensegel est							(*)			
16	30003824	Funda mànec llum quiròfan Ø32mmx9 cm est							(*)			
16	30013644	Funda llum quir a/cám Ø12-8,5mmL10mm est							(*)			
16	30026074	Funda univ mànec llum quir 10x13cm est							(*)			
16	30039118	Funda llum quir a/càmera Ø13-17x18cm est							(*)			

(*) La valoració/puntuació d'aquest criteri es posterior a la presentació de la documentació tècnica per part del proveïdor. En fase de valoració d´ofertes es puntuarà aquest cirteri MITJANÇANT BAREMACIÓ INDICADA AL DOCUMENT CA-AMUP-S-39-2

Identificació de l'empresa:

Nom
NIF
Punt operacional / EDI
Fabricant / Distribuidor

LOT 17 Equips per a cures
LOT 18 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgica, teraphutica i de cobertura universals
LOT 19 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgica, teraphutica i de cobertura vells centres
LOT 22 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgica, teraphutica i de cobertura H.U.I.SEULLYTGE (HUB)
LOT 23 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgica, teraphutica i de cobertura H.U.GERMANS TRIAS Y PUJOL (HUGTP)
LOT 24 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgica, teraphutica i de cobertura H.U.JOSEP TRUETA (HUJT)
LOT 25 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgica, teraphutica i de cobertura H.U.JOAN XXIII (HUJOXIII)
LOT 26 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgica, teraphutica i de cobertura H.U.VERGE DE LA CINTA (HUVC)
LOT 27 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgica, teraphutica i de cobertura H.U.VALL D'HEBRÓ (HUVH)

Sumatori total del criteri: ... 40 PUNTS

| | | | DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE | | | CRITERIS ADICIONALS (Marcar amb una "X" el client que cumpleix el numeral ofertat o altre (1 punt)) | | |

Nom — Identificació de l'empresa:
NIF
Punt operacional / EDI
Fabricant / Distribuidor

LOT 17 Equips per a cures
LOT 18 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgica, teraphutica i de cobertura universals
LOT 19 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgica, teraphutica i de cobertura vies centres
LOT 22 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgica, teraphutica i de cobertura H.U.ELSELLVITGE (HUB)
LOT 23 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgica, teraphutica i de cobertura H.U.GERMANS TRIAS Y PUJOL (HUGTP)
LOT 24 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgica, teraphutica i de cobertura H.U.JOSEP TRUETA (HUJT)
LOT 25 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgica, teraphutica i de cobertura H.U.JOAN XXIII (HUJOXXIII)
LOT 26 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgica, teraphutica i de cobertura H.U.VERGE DE LA CINTA (HUVC)
LOT 27 Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgica, teraphutica i de cobertura H.U.VALL D'HEBRÓ (HUVH)

Sumatori total del cotxet: ___ 40 PUNTS

| | | | DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE | | | CRITERIS ADICIONALS (Marcar amb una "X" el client que disposin el material ofertat o altre (fa punts)) | | |

Annex de lliurament. Criteris addicionals. CATÀLEG DE PRODUCTES PER SUBMINISTRAMENT AMB SERVEI DE CONSTITUENT QUIRÚRGIC

Nom:
Nif:
Punt operacional / EES:
Fabricant / Distribuidor:

Identificació de l'empresa:

LOT 20: Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura H.U.ARNAU DE VILANOVA (ARN)
LOT 21: Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura HOSTAU SERVEIS SANITARIS (HOS)
Puntuació total del criteri: 49 PUNTS

ENTRE AMBDUES (Eliminar més una "X" si volen una exempció al mateix número o més d'un exempt)

| | | |

Salut/Institut
Català de la Salut

Annex D4 - Product Data del material ofert

ANNEX D5

Llista-Resum de criteris addicionals d´adjudicació (JUDICI DE VALOR)

Institut Català de la Salut

ANNEX D5_CS/CC00/1101348854/23/AMUP_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR

LOTS: 20 - 21

(NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR)

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Criteri 2.24 (ANNEX 4 PCAP) - SUBMINISTRAMENT (PUNT 3.2.1 - PLÈC TÈCNIC) Inclusió al PROJECTE TÈCNIC D´ASSISTÈNCIA LOGÍSTICA I POSVENDA d´un programa de gestió per a l´anàlisi de consums que contempli, inclogui i presenti un programa informàtic per a la gestió i visualització dels estocs a consigna.
Criteri 2.25 (ANNEX 4 PCAP) - DISPONIBILITAT DE PRODUCTES (PUNT 3.2.1.1 - PLÈC TÈCNIC) Inclusió al *PROJECTE TÈCNIC D´ASSISTÈNCIA LOGÍSTICA I POSVENDA* d´accions i mecanismes que contemplin, inloguin, presentin, garanteixin i assegurin la disponibilitat dels materials per tipologia, eviti sobre-emmagatzematge, descrigui modalitats de subministrament i els seus mecanismes de control d´estoc definint estocs mínims, s´encarregui d´establir la periodicitat de l'aprovisionament automàtic i cobreixi abastiment en períodes de vacances.
Criteri 2.26 (ANNEX 4 PCAP) - GESTIÓ LOGÍSTICA DEL SUBMINISTRAMENT (PUNT 3.2.1.2 - PLÈC TÈCNIC) Inclusió al *PROJECTE TÈCNIC D´ASSISTÈNCIA LOGÍSTICA I POSVENDA* d´accions i mecanismes que contemplin, inloguin, presentin, garanteixin i assegurin l´actualització tècnica dels components dels equips adjudicats incloent la motivació d´innovació tecnològica, elabori estocs mínims i màxims, faci la reposició directament al Servei informat pel centre hospitalari, porti a terme la col·locació de material als armaris/prestatgeries, controli les caducitats dels materials adjudicats i informe de les condiciones que les mantinguin vàlides, asseguri la disponibilitat d´elements solts dels equips licitats, tot sent responsable total de l´organització, gestió i control dels dipòsits.

És OBLIGATORI presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades, fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP.

Salut/Institut
Català de la Salut

Annex E1 – Presentació de mostres

Salut/Institut
Català de la Salut

Per a aquesta licitació no cal presentar mostres.

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin:

1. El licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui, en el termini màxim de 48 - 72 hores

2. La mostra deurà venir identificada amb les dades que s´assenyalen al punt 3.3 del Plec de Prescripcions Tècniques.

3. L´embalatge que contingui la/es mostra/es requerida/es (caixa, bossa, paquet,...) haurà d´identificar-se amb l´ANNEX E2.

4. La mostra del material haurà de ser obligatòriament no caducada i usable.

5. El número de mostres requerides serà proporcional als centres ICS que les avaluaran, per tant, caldrà enviar tants jocs de mostres com centres avaluadors que es decidiran en *Comissió*.

Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

ANNEX E2

Fitxa-empaquetatge de la mostra

FITXA - EMPAQUETATGE DE LA MOSTRA

Expedient de Contractació	
Núm:	CS/CC00/1101348854/23/AMUP
Títol:	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA

Salut/Institut Català de la Salut

Licitador/a	
Nom o raó social:	
NIF:	
Domicili:	
Localitat:	
C.P.:	
Telèfon:	

DADES ESPECÍFIQUES DE LA/S MOSTRA/ES QUE CONTÉ (una etiqueta per paquet/bossa/sobre)

Lot:

Codi/s de producte ICS / LOT (*):